

Prot. 525 del 08/04/2011

**Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di stent coronarici occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 12**

**Numero gara 1196034**

### CHIARIMENTI

In riferimento alla gara in oggetto si rende noto che con nota prot.n. 522 del 08/04/2011 sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti, che si riportano unitamente alle risposte:

Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- Q.7** Rif. "Capitolato tecnico" - pag. 4 di 15. Ultima riga della tabella in cui viene indicato il punteggio attribuibile al "Valore di in-stent Late Luminal Loss nelle casistiche pubblicate. Si attribuisce punteggio più elevato ai valori più bassi di Late Luminal Loss". Nell'ultima colonna si specifica: "Valore minimo=0, valore massimo=10, valori intermedi con criterio di proporzionalità". Ma quali sono i valori max e minimi da considerare? Inoltre quale sarebbe il punteggio in caso di valori identici o molto simili (es. valore min 0.11m e valore max 0.12mm)?
- R.7** **Per mero errore materiale, nel capitolato tecnico (lotto n. 2) sono stati riportati erroneamente i punteggi attribuiti al valore massimo e minimo di Late Luminal Loss; le corrette modalità di attribuzione sono le seguenti: al valore minimo saranno assegnati 10 punti, al valore massimo saranno assegnati 0 punti. I valori max e minimi considerati saranno il valore massimo e il valore minimo, espressi in millimetri, desunti dalle casistiche pubblicate il cui elenco dovrà essere fornito dalla Ditta offerente. Saranno considerati i valori medi di Late Luminal Loss di ogni casistica. Nel caso fossero ricevute solo due offerte (ad es. di 0,11 mm e di 0,12 mm), alla prima saranno attribuiti 10 punti, alla seconda zero punti. Nel caso di ricezione di più offerte, ai valori intermedi sarà assegnato un punteggio tenendo conto del criterio di proporzionalità.**

CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Il Dirigente  
Dott. Riccardo Zanella

