Prot. 1297 del 23/09/2011

Oggetto: gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati da destinare all'assistenza integrativa esterna dei pazienti diabetici delle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - n° gara 3029786.

CHIARIMENTI

In riferimento alla gara in oggetto si rende noto che con nota acquisita agli atti con prot.n. 1295 del 23/09/2011, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento, che di seguito si riportano unitamente alle risposte:

Q.20 In merito al capitolato tecnico, allegato 1 paragrafo "correlazione lineare" (peso 10 punti) viene specificato quanto segue:
...omissis ... Per valutare il comportamento dello strumento su dosaggi bassi di glicemia (< 50 mg/dL) varranno testati campioni di sangue in toto per strumenti glucometer su provetta da emocromo (EDTA) contro il plasma EDTA della stessa provetta (misurato su strumento immunoturbdimetrico in uso nel laboratorio (esochinasi) dopo conservazione fino a riduzione dei livelli di glucosio glicemia (≤ 50 mg/dL)... omissis.
Domanda:
Se tra i glucometri partecipanti alla gara ci sono alcuni per i quali è controindicato l'utilizzo degli anticoagulanti EDTA e fluoruri, come previsto nel capitolato tecnico al paragrafo "correlazione lineare", verranno apportate modifiche al protocollo, ad esempio mediante impiego di anticoagulante eparina?

R.20 Si veda risposta R 13 (Chiarimento n. 6).

Q.21 In merito al capitolato tecnico, allegato 1 paragrafo "Accuratezza" (peso 10 punti) (Allegato 1, pag.15) viene usato Il termine "campioni a titolo noto".
"I campioni possono essere sia sieri di controllo forniti dalle ditte per ogni strumento, sia Il siero di controllo qualità giornaliero utilizzato dal Laboratorio, vvero un campione liofilo, ricostituito al momento, secondo le procedure di utilizzo usualmente seguite dal Laboratorio".
Domanda:
Se come campioni a titolo noto vengono utilizzati campioni di sangue si ripropone il medesimo quesito avanzato in merito alla "correlazione lineare".

R.21 Si veda risposta R 13 (Chiarimento n. 6).

REGIONE LIGURIA
CONSORZIO CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Il Dirigente
Dott. Riccardo Zanella