




CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO



Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella - tel.010/548-8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Francesca De Martini - tel. 010/548-8543
e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Genova, 03/08/2016

Prot. n. 8856

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento della fornitura di elettrodi per monitoraggio cardiaco occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni) Lotti n. 8.
Risposte ai quesiti pervenuti fino al 2/08/2016.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, sulla base dell'istruttoria compiuta da parte del RUP, si comunica quanto segue:

.....

QUESITO N. 5

Si rileva che le basi d'asta da Voi indicate relativamente ai lotti sottoindicati sono molto basse rispetto ai prezzi medi di acquisto dei vari Enti Ospedalieri della Regione Liguria.
Si chiede pertanto un rialzo della base d'asta come di seguito indicato:

<u>LOTTO</u>	<u>BASE D'ASTA DA VOI INDICATA</u>	<u>BASE D'ASTA DA NOI SUGGERITA</u>
1 - SUB B	€ 0,25	€ 0,40
3	€ 0,320	€ 0,40
4	€ 600	€ 1,45
8	€ 0,070	0,35

RISPOSTA: Si confermano le basi d'asta, determinate con riferimento al mercato nazionale.

QUESITO N. 6

In riferimento alla compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) si richiede la possibilità di ricevere lo stesso in formato Word, in quanto, sebbene il modulo da Voi pubblicato sia in formato editabile, in alcune sezioni (es. Parte IV -punto B - Capacità economico-finanziaria) non è possibile inserire tutti i dati richiesti.

In alternativa si richiede di poter allegare al DGUE eventuali allegati.

RISPOSTA: Si è proceduto a pubblicare il DGUE in formato Word sul sito, nell'apposita sezione dedicata alla gara.

QUESITO N. 7

In riferimento alle caratteristiche tecniche del lotto n. 8, si chiede se la caratteristica "Elettrodo con supporto in TNT" sia determinante o se, in base al principio della libera concorrenza, sia possibile offrire un elettrodo con supporto di materiale differente (es. Foam) che garantisca le stesse prestazioni.

RISPOSTA: L'elettrodo è richiesto con supporto in TNT.
Si ricorda però che l'offerente può offrire soluzioni equivalenti ai sensi dell'art. 68, comma 5, lett. b) e del comma 7, dimostrando che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. In tal caso, dovrà essere allegata dettagliata relazione di dimostrazione.

IL DIRIGENTE RUP
Dott. Riccardo Zanella

