

Prot. 1165 del 25/11/2010

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - n° gara 605544

CHIARIMENTI

In riferimento alla gara di cui all'oggetto si rende noto che con nota del 25/11/2010 Prot.n. 1162 sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti, che di seguito si riportano, unitamente alla risposte:

Q.3 Allegato F4 - Lotto4

Alla voce 2 dei "Requisiti minimi richiesti" viene chiesto di esplicitare "lunghezza di incisione; presenza di 2 lunghezze di incisione.....". Cosa si intende per lunghezza di incisione. Come si differenzia la lunghezza di incisione da quanto richiesto alla voce 3 "profondità; presenza di 2 profondità di incisione..."

R.3 Rimandando a quanto previsto dal Capitolato tecnico, con riferimento alle caratteristiche indispensabili previste per i dispositivi di cui al Lotto n. 4, si conferma che ad ogni lunghezza di incisione deve corrispondere una relativa profondità di penetrazione del dispositivo. Pertanto, attraverso la compilazione dell'Allegato F4, si richiede di indicare la prestazione del dispositivo presentato, indicando la misura della lunghezza di incisione e la relativa la misura della profondità di incisione.

Nel Capitolato tecnico è altresì indicato che saranno accettati minimi scostamenti rispetto a lunghezze e profondità indicate.

REGIONE LIGURIA
CONSORZIO CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Il Dirigente
F.to Dott. Riccardo Zanella