ARS_LIGURIA.ARS.RU.U.0008692.16-10-2015

Dirigente RUP: Dott. Riccardo ZANELLA - 010.548 8536
riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Riccardo CAPITANI – 010.548 8540
riccardo.capitani@regione.liguria.it

Genova, 16/10/2015

Prot. N° 8692

OGGETTO: **Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di gestione delle camere mortuarie dei presidi ospedalieri e delle R.S.A. delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 96, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. – Lotti n. 4. Numero gara: 6064703**
Risposte ai quesiti pervenuti fino al: 08 ottobre 2015.

In risposta ai sottoelencati quesiti, si pubblicano le seguenti risposte rimaste erroneamente escluse nelle precedenti pubblicazioni:

QUESITO N. 17

DOMANDA (rif. 8309-8/2015)

"8) In caso di partecipazione a più lotti si chiede conferma che è necessario compilare tanti allegati F4 tanti quanti sono i lotti ai quali si partecipa e che debbano essere inseriti in un'unica busta n. 3;."

RISPOSTA:

Si conferma quanto esposto dal richiedente: 1 Allegato F4 per ciascun lotto, da inserire in Busta 3.

QUESITO N. 18

DOMANDA (rif. 8309-9/2015)

"9) In riferimento ai files editabili da salvare nel CDROM si chiede gentilmente quale delle due opzioni qui di seguito elencate sia valida:
1) trasformare in word gli allegati F1, F2, F3, F4, predisposti in pdf su vostra carta intestata e compilarli
2) copiare il testo degli allegati su carta intestata dell'impresa offerente (eliminando quindi il logo di ARS Liguria e i dati identificativi della stessa)."

RISPOSTA:

Entrambe le soluzioni sono ritenute valide.

QUESITO N. 19 (5)

DOMANDA (rif. 8169/2015)

"In riferimento al punto k dell'art. 4 del disciplinare di gara: per copie in formato pdf devono essere considerate semplicemente quelle scansionate con firma autografa o quelle recanti firma autografa e una volta scansionate firmate digitalmente in modo da generare un pdf con estensione p7m o simili?"

RISPOSTA:

In riferimento al punto k dell'art. 4 del disciplinare di gara, è sufficiente che le copie dei documenti in PDF siano scansionate con firma autografa; ad esse andranno aggiunte, sullo stesso CD-ROM, le versioni editabili (word e/o compatibili) di ciascun documento predisposto a cura dell'offerente.

QUESITO N. 20

DOMANDA (rif. 8686/2015)

"la risposta n. 4 ai quesiti di gara pubblicati, con cui viene chiesto l'elenco degli operatori impiegati nelle camere mortuarie dei 4 lotti (con indicazione di CCNL – livello – qualifica – monte ore settimana – anzianità), rimanda per tali informazioni a una successiva nota non ancora pubblicata; - la risposta n. 16 ai quesiti di gara pubblicati, con cui si chiedono dettagli tecnici degli impianti/macchine assegnate a ogni Presidio dei 4 lotti di gara, rimanda per tali informazioni a una successiva nota non ancora pubblicata; le informazioni sopra indicate sono indispensabili per la preparazione del progetto tecnico e per una corretta formulazione dell'offerta economica;

si chiede che venga prorogato il termine di presentazione delle offerte per il tempo occorrente alla Stazione Appaltante per fornire tutte le informazioni che le sono state richieste."

RISPOSTA:

I quesiti evidenziati hanno avuto risposta nei chiarimenti pubblicati, conseguentemente il termine di presentazione delle offerte resta invariato.

N.B. In Allegato prot. 8683 del 16/10/2015.

IL DIRIGENTE RUP
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Riccardo ZANELLA)

APPARECCHIATURE REFRIGERANTI PRESENTI PRESSO CAMERE MORTUARIE ASL 5 "SPEZZINO".

OBITORIO P.O. S.ANDREA DELLA SPEZIA

1)Cella Frigo/Salme inventario tecnico 8907 modello Angelantoni PM 2003 BT 2S:
- n° posti.2
- range di temperatura: da -10°C a -20 °C
-alimentazione: 230 V 50 Hz
- corrente massima di assorbimento. 5,5 A
-refrigerante: R404A
-dimensioni esterne(mm): 900x2260x2030
-dimensioni interne(mm): 740x2100x1870
-peso: 290 kg
- rumorosità massima 60dbA

2)Congelatore da laboratorio inventario tecnico 8907 modello Angelantoni Kriolab 500H:

-capacità: litri 500
-range di temperatura: da - 15°C a - 30°C
-alimentazione: 230 V 50 Hz
- corrente massima di assorbimento. 1,3 A
-refrigerante: R600Aa/R134a
-dimensioni esterne(mm): 1650x810x915
-dimensioni interne(mm): 1445x500x670
-peso: 90
- rumorosità massima: 43 dbA

OBITORIO P.O. S.BARTOLOMEO DI SARZANA

1) Cella Frigo/Salme azienda produttrice Mecter
- n° posti.1
- anno di acquisto 2000

2) Cella Frigo/Salme azienda produttrice Mecter
- n° posti.1
- anno di acquisto 2000