ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
REGIONE LIGURIA

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA - tel.010/548-8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Silvana BERLENGIERO - tel. 010/548-8538
e-mail: silvana.berlengiero@regione.liguria.it

Genova, 26.1.2015

Prot. n. 623

OGGETTO: Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di aghi e siringhe occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria per un periodo di mesi 36 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) - Lotti n. 27 - Numero gara 5851611

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute nel periodo 23/1/2015 – 26/1/2015.

In risposta alle sottoelencate richieste di chiarimenti formulati in relazione alla gara in oggetto, sulla base della istruttoria compiuta, si comunica quanto segue:

QUESITO N. 43

Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativamente all'ALLEGATO F8. .... *omissis* ..... è *società* con consiglio di amministrazione – collegio sindacale – organismo di vigilanza e procuratori speciali.
Abbiamo dei nostri modelli standard predisposti a dichiarare antimafia e art. 38 per chi di competenza – possiamo utilizzare quelli, visto che non tutti vivono a Roma/Italia, oppure, possiamo predisporre tale modulo solo per gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza?

RISPOSTA
Possono essere utilizzati i modelli standard in vostro possesso purché contengano tutti i contenuti presenti nel nostro Allegato F8.

QUESITO N. 44

Il contenuto della busta n. 3 prevede anche un CD-Rom non riscrivibile, contenente tutta la documentazione tecnica elencata nelle pagine 7 e 8 del disciplinare di gara.
Si chiede di precisare quale documentazione deve essere salvata su CD in formato editabile e quale in formato PDF

RISPOSTA
Tutta la documentazione può essere prodotta in formato editabile oppure in formato .PDF editabile.

QUESITO N. 45

Lotti n. 14-17-19-21: è possibile superare il base d'asta unitario mantenendosi al di sotto di quello totale del lotto? Il prezzo indicato unitariamente è una media dei prezzi di mercato dei singoli dispositivi compresi nel lotto e come tale non può essere rispettato se riferito a dispositivi di maggior capacità. A titolo di esempio per il lotto 21 la siringa da 20 ml ha un base d'asta superiore rispetto a € 0,045 e soprattutto la siringa da 60 ml ha un prezzo di mercato superiore al doppio; per il lotto 19 le siringhe da 20 e 30 ml hanno un prezzo di mercato standard superiore a € 0,040.
Se non è possibile superare il base d'asta unitario, chiediamo di indicare per questi lotti un base d'asta diverso per ciascun dispositivo in linea con il mercato attuale.

RISPOSTA
Se il prezzo offerto supera la base d'asta unitaria viene superato anche il totale del lotto. Ciò comporta l'esclusione.
Si confermano le basi d'asta indicate.

QUESITO N. 46

Campionatura lotti 14-26-27: chiediamo la possibilità di fornire campioni in blister bianco con indicazione del marchio ... *omissis...*, codice prodotto e lotto e voce di riferimento di gara, oltre che allegare ai campioni copia dell'etichetta del blister che verrà consegnato in sede di eventuale fornitura

RISPOSTA
I campioni possono essere forniti in blister bianco a condizione che siano ***chiaramente*** *evidenziati i dati identificativi del prodotto (lotto al quale fanno riferimento, misure, codice CND, marchio, etc,) e che sia fornito un congruo numero di confezioni originali, tale da consentire le valutazioni qualitative previste su voluminosità imballaggi, confezioni primarie e/o secondarie.*

QUESITO N. 47

Con la presente, in qualità di attuale e storica fornitrice dei prodotti di cui ai lotti nr. 9 e 10 relativi alla procedura in oggetto, la "... *omissis...*" è a richiedere la revisione e l'adeguamento delle basi d'asta alle quotazioni attualmente in essere presso tutti gli Enti della Regione Liguria. Quanto richiesto al fine di consentire alla scrivente la partecipazione alla gara indicata.
A titolo indicativo, il prezzo di riferimento unitario attualmente applicato per il lotto nr. 9 risulta essere di € 6,40 mentre per il lotto nr. 10 il prezzo di riferimento unitario risulta essere di € 5,35.

RISPOSTA
Si confermano le basi d'asta indicate nella documentazione di gara rettificata

QUESITO N. 48

A) In relazione ai lotti n.2 e n.14, n.9 e n.10 così come confermati nella Vostra relazione pubblicata il giorno 15/01/2015 i prezzi a base d'asta risultano essere rispettivamente:

- lotto 2 (aghi ipodermici monouso di sicurezza) da 0,11 euro a 0,05 euro
- lotto 14 (siringhe a tre pezzi con ago di sicurezza) da 0,072 a 0,075 euro
- Lotto 9 (Dispositivi chiusi per accesso venoso periferico con cannula corta): confermato 4 euro
- Lotto n. 10 (dispositivi chiusi per accesso venoso periferico con cannula lunga) confermato 4,10 euro

Anche se avete già espresso parere in merito vi chiediamo la cortesia di voler nuovamente considerare la nostra richiesta di revisione dei prezzi a base d'asta, considerando il forte divario con i prezzi attualmente in vigore.

Condividiamo il principio da voi espresso nei chiarimenti (risposta n 21): "che il livello dei prezzi non correla necessariamente con la qualità – presunta o reale- dei prodotti". Non era nostra intenzione darvi indicazioni unilaterali sui prezzi da utilizzare come riferimento, né ignorare il lavoro di benchmarking da voi operato.

Unico fine era quello di poter aumentare i profili di concorrenzialità e, contestualmente, permettere alla scrivente in qualità di fornitore storico sia in regione Liguria che nel resto del paese, di partecipare .

RISPOSTA
Si confermano le basi d'asta indicate nella documentazione di gara (vedi risposta al chiarimento n. 21).

QUESITO N. 49

B) In merito al quesito proposto in relazione al lotto n.10 (quesito n.20), ci scusiamo per l'incomprensione relativa al 24G compatibili con l'infusione di mezzi di contrasto ad alta pressione (300 psi). Desideravamo intendere che per quanto a nostra conoscenza tale caratteristica (per i 24G) parrebbe essere riconducibile ad un unico prodotto, e precluderebbe la nostra partecipazione.

RISPOSTA
Nella scheda tecnica del lotto 10 alla voce "Misure richieste" per la misura 24G x 19 mm con raccordo ad Y" viene aggiunta la precisazione "non è richiesta l'alta pressione".

IL DIRIGENTE RUP
(Dott. Riccardo Zanella)