



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Sergio Righetti tel. 010/548 8545
e-mail: sergiogiaco.righetti@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di trapani elettrici ad alta velocità e materiale di consumo per neurochirurgia, chirurgia maxillo-facciale e otorinolaringoiatria e di un sistema completo di raccolta liquorale ermetica occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori anni due). Lotti n. 2 - Numero gara 7114842.

CHIARIMENTI - RETTIFICA AL QUESITO N. 1

Si comunica che relativamente al quesito n. 1 dei Chiarimenti pubblicati in data 11/09/2018 è stata rettificata la risposta come di seguito indicato:

QUESITO N. 1

DOMANDA : ALLEGATO F4 - Lotto nr. 1 – Trapani elettrici e relativo materiale di consumo – requisiti minimi richiesti pena esclusione . Punto 3 richiedete sistema completo dei seguenti motori:

1. Craniotomo
 2. Perforatore craniale a ridotto numero di giri
 3. Motore per fresa retto per cranio
 4. Motore per fresa angolato per cranio
 5. Motore per fresa per colonna vertebrale
 6. Motore per fresa per chirurgia transfenoidale
 7. Motore per microseghe per taglio mandibolare e orbitale con movimento sagittale, reciprocante e oscillante
 8. Microdebrider per chirurgia endoscopica nasale e per accessi trasfenoidali
- Dal punto 1 al 6 fate sempre richiesta di un motore ma intendete l'accessorio/terminale oppure volete un motore comprensivo di terminale/accessorio per ogni punto indicato?*

RISPOSTA: *Per motore si intende il manipolo impugnato su cui si innestano le frese e/o il perforatore, e/o le microseghe. Se tale motore è universale, si intendono i soli Terminali/accessori richiesti. Nel caso in cui invece i vari accessori/terminali richiedano motori differenti si intende il motore dedicato alla tipologia di terminale/accessorio richiesto.*

IL DIRIGENTE-RUP
(dott. Luigi Moreno Costa)