

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA tel. 010/548 8536
e-mail: Riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Alessandra CURLETTO tel. 010/5488537
e-mail: Alessandra.curletto@regione.liguria.it

Genova, 13/01/2015

Prot. N. 195

Oggetto: *Procedura aperta per la fornitura di un service multifunzionale automatico per indagini immunoistochimiche e istochimiche, necessario ai servizi di anatomia patologica della regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 18) - Lotti n. 2. Numero gara 5670495*
Risposte ai quesiti pervenuti fino al 13/01/2015.

In risposta al sottoelencato quesito formulato a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto fino al 13/01/2015, si rappresenta quanto segue:

QUESITO N. 8

DOMANDA: facendo seguito alla risposta data al quesito n. 1, pubblicato con prot. n. 108 al quale si rimanda, si evince che per le seguenti strutture ospedaliere San Martino - IST è sufficiente un solo strumento, per l'intera azienda, ma in realtà per le due strutture nel capitolato tecnico sono richiesti n. 2 sistemi (come si evince anche dall'allegato 2), inoltre le due strutture fanno 14.000 test anno.

Si chiede di riconfermare se per le due strutture è sufficiente un solo strumento.

RISPOSTA:
Si conferma.

QUESITO N. 9

DOMANDA: Art. 6. Lotto 2 - Indagini Istochimiche (colorazioni speciali): caratteristiche tecniche minime pena esclusione della strumentazione, relativi accessori e reagenti.

STRUMENTO: Lo strumento, dedicato per colorazioni speciali nuovo e di ultima generazione, deve eseguire almeno 20 colorazioni per corsa ed eseguire contemporaneamente almeno 3 differenti colorazioni nello stesso ciclo di lavorazione.

Il sistema deve essere interfacciato con il software gestionale in uso presso ciascuna Azienda sanitaria Ligure. La fornitura include i moduli software necessari e gli eventuali servizi professionali correlati per l'attivazione e configurazione degli stessi (inclusi quelli lato sistema gestionale).

E' richiesta la fornitura e la quotazione dell'allacciamento degli strumenti proposti al software gestionale dell'Ospedale oppure è richiesta la possibilità dello strumento di interfacciarsi al software gestionale?.

RISPOSTA: Si rimanda a quanto indicato al Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara. Nella quotazione del servizio per "prezzo unitario medio per colorazioni istochimiche" è ricompreso l'interfacciamento con il software gestionale in uso presso ciascuna Azienda sanitaria Ligure. La fornitura include i moduli necessari e gli eventuali servizi professionali correlati per l'attivazione e la configurazione degli stessi, l'interfacciamento al sistema di tracciabilità con la fornitura di tutti i parametri necessari alla configurazione e i relativi servizi professionali correlati.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Riccardo ZANELLA)