



**REGIONE LIGURIA**

**DIREZIONE CENTRALE  
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE  
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**



aoorlig - r\_liguri - Regione Liguria  
Prot-2021-0046324  
del 29/11/2021

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI tel. 010 548 8561  
e-mail: [tiziana.tazzoli@regione.liguria.it](mailto:tiziana.tazzoli@regione.liguria.it)

Funzionario Referente: Dott.ssa Isabella LEVRERI tel. 010/5488549  
e-mail: [isabella.levreri@regione.liguria.it](mailto:isabella.levreri@regione.liguria.it)

**Oggetto: Consultazione preliminare del mercato ex art. 66 D. lgs. n. 50/2016 volta al perfezionamento degli atti di gara per l'affidamento della fornitura di sistemi di raccolta di campioni biologici occorrenti agli Enti sanitari della Regione Liguria.**

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO ex art. 66**  
**D. Lgs. n. 50/2016**

S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante Regionale di Regione Liguria ha la necessità di procedere all'affidamento dei dispositivi per la raccolta di campioni biologici per sopperire agli approvvigionamenti per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, ad oggi garantite dalla struttura commissariale.

La presente consultazione preliminare di mercato viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) della Regione Liguria utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato "SinTel" al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)

Per le indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, si rimanda a "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (ultima versione del 18 giugno 2021) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti messi a disposizione nella sezione Help&Faq del sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SinTel si prega di contattare il Call Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail: [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738

Tutta la documentazione relativa alla presente consultazione preliminare di mercato è disponibile sul sito di ARIA [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) e sul sito [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it)

**Indirizzo stazione appaltante:**

SUAR Regione Liguria –Via Fieschi, n. 15 – 16121  
Genova

<b>Termine ultimo per la presentazione della documentazione:</b>	<b>03/12/2021 ore 17:00</b>
<b>Responsabile unico del procedimento (RUP):</b>	Dott.ssa Tiziana Tazzoli
<b>Data di spedizione alla GUUE (avviso di preinformazione):</b>	29/11/2021

#### **OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 66 D. L.GS. N. 50/2016**

Il presente avviso è volto a invitare gli operatori economici, che fossero interessati alla procedura di gara aperta per la fornitura dispositivi per la raccolta di campioni biologici per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, a partecipare alla “consultazione preliminare di mercato” finalizzato alla raccolta di informazioni per il perfezionamento della documentazione di gara di prossima indizione.

La partecipazione alla “Consultazione preliminare di mercato” non comporta oneri di alcun tipo per la Stazione appaltante ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed a rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.

Al fine di fornire il contributo richiesto, si sottopongono le seguenti specifiche tecniche elaborate dal tavolo tecnico regionale all'uopo nominato:

**1. Sistema destinato alla raccolta, al trasporto e alla conservazione di campioni clinici contenenti virus avente le seguenti caratteristiche:**

- o Deve essere conforme allo Standard: CLSI M40-A2 Quality Control of Microbiological Transport Systems, 2nd Edition*
- o Deve includere un sistema per la prevenzione della crescita eccessiva della flora batterica e fungina*
- o Deve essere validato con i test per il rilevamento dell'antigene e per il rilevamento molecolare di Sars-cov 2 utilizzati in Regione (validazione specificata nelle IFU)*
- o Deve permettere di preservare la vitalità di virus per almeno 48 ore sia a temperatura ambiente che refrigerata; può essere conservato anche a - 20 o -80°C per oltre 2 mesi.*
- o Il sistema offerto deve essere compatibile con la strumentazione per test di rilevamento molecolare in uso presso i laboratori regionali (Determina di aggiudicazione Accordo Quadro A.Li.Sa lotti 4,5,7 e 12 n. 46 del 25/1/2021; Determina di aggiudicazione Accordo Quadro A.Li.Sa lotti n. 8,9,11,14,15,16 n. 96 del 18/2/2021; Determina di aggiudicazione Accordo Quadro A.Li.Sa lotti n. 1,2,3,17 e 18 n. 229 del 29/4/2021).*

**Quantitativo presunto:** circa 120.000/mese per tutta la Regione

**2. Sistema destinato alla raccolta, al trasporto e alla conservazione di campioni clinici contenenti virus in grado di inattivare completamente le nucleasi, stabilizzare i virus e permetterne l'utilizzo in Point-of-Care (POC) Testing avente le seguenti caratteristiche:**

- o Deve inattivare la vitalità microbica e virale entro massimo 30 minuti dalla raccolta del campione per garantire la manipolazione, il trasporto e la processazione dei campioni in sicurezza.*
- o Deve permettere la conservazione degli acidi nucleici per almeno due settimane a temperatura ambiente e sei mesi a -20°C o -80°C*

- o Deve essere validato con i test per il rilevamento dell'antigene e per il rilevamento molecolare di Sars-cov 2 utilizzati in Regione (validazione specificata nelle IFU)*
- o Il sistema offerto deve essere compatibile con la strumentazione per test di rilevamento molecolare in uso presso i laboratori regionali (Aggiudicazione Accordo Quadro A.Li.Sa)*

**Quantitativo presunto:** circa 4.600/mese per tutta la Regione

**3. Tamponi floccati per il campionamento nasofaringeo, in grado di permettere un rapido assorbimento e di garantire o un'eluizione rapida e completa del campione aventi le seguenti caratteristiche:**

- o L'asta deve essere dotata di un punto di rottura per permettere il rilascio della punta all'interno della provetta dopo la raccolta del campione.*
- o Deve avere la massima resistenza e flessibilità*
- o I tamponi non devono contenere materiale in grado di inibire il rilevamento degli acidi nucleici*
- o Devono essere compatibili con i terreni di trasporto per gli acidi nucleici dei dispositivi di cui al punto 1*
- o Dimensioni compatibili con il prelievo nasofaringeo negli adulti e nel bambino*

**Quantitativo presunto:** in rapporto al dispositivo del punto 1

**Per tutti:** tempi di consegna 5 giorni dal ricevimento della richiesta di consegna

**Si precisa che la documentazione pubblicata potrà subire modifiche anche di rilievo in base alle osservazioni formulate.**

All'esito della consultazione preliminare del mercato S.U.A.R. determinerà la tipologia di procedura più idonea per l'affidamento della fornitura.

Quanto presentato è valido unicamente al fine della consultazione preliminare del mercato e, pertanto, non è impegnativo né vincolante

Dell'esito della "consultazione preliminare di mercato" verrà dato atto sia sulla piattaforma SinTel sia sul sito web [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it)

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente consultazione preliminare di mercato devono redigere e trasmettere esclusivamente in formato elettronico i loro contributi sulle specifiche tecniche pubblicate tramite la piattaforma SinTel entro e non oltre il termine del **03/12/2021 ore 17:00**

Al fine di procedere ad una congrua formulazione delle basi d'asta, tenuto conto delle fluttuazioni del mercato sui dispositivi in oggetto legate anche all'andamento pandemico Covid-189, si richiede agli Operatori Economici di indicare, se disponibile, la quotazione media offerta alle strutture ospedaliere (no prezzo di listino).

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e, quindi, all'apposito percorso guidato "Invia offerta".

La documentazione inserita viene recapitata a SUAR solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5) costituenti il percorso guidato "Invia offerta" di seguito descritti:

### **Step 1 – Documentazione richiesta**

Il concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie credenziali nell'apposita sezione "Invio offerta" relativa alla presente consultazione di mercato accedendo al sito internet all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico dovrà inserire la documentazione debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi della piattaforma Sintel:

- 1) Risposta alla consultazione preliminare di mercato. Il documento inserito a sistema dovrà recare la dicitura "*Partecipazione alla consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016, realizzata attraverso la piattaforma telematica Sintel, finalizzata al perfezionamento degli atti di gara per l'affidamento della fornitura di sistemi di raccolta di campioni biologici occorrenti agli Enti sanitari della Regione*" ed essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante. Nel contributo fornito alla consultazione di mercato l'operatore economico potrà formulare quesiti/osservazioni/proposte rispetto al contenuto tecnico dei documenti pubblicati in bozza (stralcio del Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico Prestazionale, fabbisogni presunti) utili al fine di supportare la stazione appaltante nella successiva definizione dei documenti di gara, indicando anche i quantitativi che si ritiene di poter fornire mensilmente sulla base delle stime indicate.

Inoltre, al fine di procedere ad una congrua formulazione delle basi d'asta, tenuto conto delle fluttuazioni del mercato sui dispositivi in oggetto legate anche all'andamento pandemico Covid-189, si richiede agli Operatori Economici di indicare, se disponibile, la quotazione media offerta alle strutture ospedaliere (no prezzo di listino).

- 2) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive.

### **Step 2 – Offerta Tecnica**

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione poiché la consultazione preliminare di mercato non prevede offerta tecnica. L'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica.

### **Step 3 – Offerta Economica**

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire il valore simbolico di 1,00 € in quanto necessario per ultimare il percorso di presentazione della documentazione.

### **Step 4 – Riepilogo dell'offerta**

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta" la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato pdf. contenente tutti i dati e le dichiarazioni inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio PC, sottoscriverlo con firma digitale ed effettuare l'upload dello stesso in Sintel.

## **Step 5 – Invio offerta**

Al quinto step del percorso guidato “Invio offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni inserite in Sintel. Per concludere il percorso guidato ed inviare il proprio contributo alla consultazione preliminare di mercato, è necessario cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio effettuato. Allegati:

- Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel

IL DIRIGENTE RUP  
Dott.ssa Tiziana Tazzoli