

# ALLEGATO A1

## CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE - RETTIFICATO -

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Presidi Medicali occorrenti alle ASL, EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 60 mesi.

**Lotti n. 23**

**CPV 33190000-8**

**Numero gara 7909124**

## Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Oggetto della presente gara è l'affidamento della fornitura di Presidi Medicali, come meglio dettagliati nelle schede dei singoli Lotti di cui al presente Capitolato, occorrenti alle ASL, EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 60 mesi.

La procedura è suddivisa in 23 Lotti, di seguito elencati:

LOTTO	DESCRIZIONE
1	CARRELLO PORTACARTELLE CLINICHE
2	CARRELLO TERAPIA/PRELIEVI/MEDICAZIONI
3	CARRELLO EMERGENZA
4	CARRELLO ASSISTENZA
5	CARRELLO DI SERVIZIO A DUE RIPIANI
6	TAVOLINO SERVITORE SU RUOTE
7	CARRELLO SERVITORE PER SALA OPERATORIA
8	CARRELLO MULTIUSO PER SALA OPERATORIA A DUE RIPIANI
9	BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE (MODELLO BASE)
10	BARELLA PER RISONANZA MAGNETICA
11	TELO AD ALTO SCORRIMENTO (Coppia di teli)
12	ASSE DI TRASFERIMENTO PIEGHEVOLE
13	CARROZZINA IMBOTTITA CON RUOTE GRANDI POSTERIORI (CON WC)
14	CARROZZINA IMBOTTITA PER MOVIMENTAZIONE IN AMBIENTI INTERNI CON RUOTE PICCOLE (SENZA WC)
15	CINTURA ERGONOMICA
16	FASCIA CON MANIGLIE
17	TELO A SEI MANIGLIE
18	ASSE RIGIDO
19	SACCO DI TRASFERIMENTO
20	TUBOLARE DI SCORRIMENTO
21	SEDIA COMODA PER DOCCIA E WC
22	SOLLEVATORE (MODELLO BASE)
23	CARROZZINA PIEGHEVOLE

## **Art. 2 – Caratteristiche generali dei prodotti**

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti a livello nazionale e comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, all'immissione in commercio e all'uso; tale conformità dovrà sussistere sia all'atto dell'offerta, sia a seguito di ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Le etichette dei prodotti devono riportare la marcatura CE e le indicazioni previste da tale marcatura, secondo le disposizioni vigenti (a titolo esemplificativo: nome di vendita del prodotto, descrizione, dimensioni e materiali, nome ed indirizzo dell'officina di produzione, data e numero del lotto di produzione).

Le etichette devono essere in lingua italiana.

Le ditte aggiudicatrici dovranno fornire, a richiesta, le certificazioni relative ai controlli di qualità previste dalla normativa.

I prodotti offerti devono essere imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

Gli articoli devono essere contenuti in apposite confezioni che ne permettano il trasporto e lo stoccaggio.

## **Art. 3 – Caratteristiche tecniche dei prodotti, parametri di valutazione e criterio di aggiudicazione.**

I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per singolo lotto, come specificato nei documenti allegati al presente capitolato.

La valutazione di idoneità sarà effettuata motivatamente da apposita Commissione giudicatrice in relazione alla presenza delle caratteristiche tecniche richieste e ai seguenti criteri di massima (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Efficacia di utilizzo
- Praticità di impiego
- Ergonomia di utilizzo (eventuali certificazioni ergonomiche di traino/spinta)
- Robustezza e tipologia di materiali (strutture e componenti)
- Facilità di sanificazione (comprese caratteristiche materiali antimacchia)
- Sicurezza di utilizzo

Ogni valutazione sarà effettuata e motivata ad insindacabile giudizio della Commissione stessa.

Ai fini delle valutazione della idoneità dei prodotti offerti, la Commissione giudicatrice, potrà richiedere alle ditte concorrenti di portare in visione i prodotti offerti in gara.

Le ditte, entro il termine di venti giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta, dovranno rendersi disponibili a presentare, a propria cura e spese, presso il luogo indicato dalla Centrale una campionatura dei suddetti beni, perfettamente conforme ai prodotti offerti.

Saranno ritenute ammissibili le offerte idonee dal punto di vista tecnico (in ciascuno dei criteri sopra indicati, in possesso delle caratteristiche obbligatorie elencate per ciascun Lotto nelle rispettive tabelle del presente Capitolato e conformi alle normative vigenti) e con un prezzo inferiore e/o uguale alla base d'asta.

La fornitura sarà aggiudicata per ogni singolo lotto con le modalità di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 4 – Impegno alla fornitura con maggiorazione del corrispettivo per i presidi destinati a soggetti in eccedenza ponderale.**

Per ogni lotto, la ditta aggiudicataria resterà vincolata alla fornitura anche per gli eventuali ordinativi di altri presidi di cui in dicitura che, seppure non inseriti tra i fabbisogni previsti, siano comunque riconducibili a quelli del relativo lotto. Per tali presidi, e sino ad un massimo del 5% dei quantitativi dell'intera fornitura, sarà riconosciuto un aumento di prezzo del 20%.

**Art. 5 – Impegno alla fornitura degli accessori**

La ditta aggiudicataria resterà vincolata alla fornitura degli accessori ove previsti nelle schede dei singoli lotti.

**Art. 6 - Manutenzione**

La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà dichiarare la disponibilità a prestare, in seguito a motivata richiesta delle Aziende sanitarie, l'assistenza tecnica gratuita per l'esame di tutti i problemi tecnici e le eventuali anomalie che dovessero presentarsi in dipendenza durante il periodo di garanzia della fornitura quali funzionamento difettoso o avaria precoce dei dispositivi offerti, ivi compresa l'eventuale sostituzione di materiale. A tal fine la ditta dovrà inviare proprio personale tecnicamente qualificato entro 72 ore naturali e consecutive dalla chiamata.

Per tutti i presidi offerti dovranno essere dichiarati in sede di offerta tecnica le modalità di manutenzione correttiva a seguito di guasto nel periodo di garanzia contrattuale (12 mesi).

### **Art. 7 – Schede tecniche prodotti**

Gli Operatori Economici, in allegato alla Documentazione Tecnica, forniranno le Schede Tecniche ed ogni altra documentazione necessaria a dimostrare il possesso delle caratteristiche richieste dal presente Capitolato.

Dovrà essere altresì presentato un apposito elenco che, per ciascuna delle caratteristiche e specifiche tecniche richieste dal Capitolato, indichi puntualmente in quale documento (precisando sezioni, numeri di pagina, riga e quant'altro possa occorrere) siano specificate le caratteristiche tecniche medesime. Quanto sopra non esclude né limita la facoltà della Commissione giudicatrice di richiedere qualsiasi ulteriore precisazione in ordine alla documentazione tecnica presentata.

Le specifiche tecniche contenenti le caratteristiche obbligatorie (ove non diversamente definito con l'aggettivo "indicativo") dei prodotti dei singoli lotti sono riportate nel presente Capitolato.

### **Art. 8 - Equivalenza dei prodotti offerti**

In applicazione dell'art. 68, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, **è onere dell'operatore economico offerente inserire nell'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza corredata dai mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è funzionalmente equivalente a alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.**

### **Art. 9 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che

ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

## **Art. 10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga a:

- a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
- b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

### **Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

### **Art. 12 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro**

Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

- a. formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- b. controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
- c. disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- d. curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- e. informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

### **Art. 13 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura**

Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.

La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.

Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.

Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di **20 giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico Prestazionale e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.

La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".

## **Art. 14 - Servizi accessori**

### 1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore dovrà trasmettere a CRA, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la reportistica mensile relativa agli OdF ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- Amministrazione Contraente che ha emesso l'OdF;
- Importo della fornitura;
- Data ricezione OdF;
- Dettaglio dei prodotti/servizi ordinati con indicazione della quantità;
- Importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente;
- Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni Contraenti.

Il report va trasmesso in formato elettronico all'indirizzo PEC della CRA entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Per i dati riferiti al mese di luglio il termine di consegna della reportistica è fissato al 1° settembre successivo.

CRA si riserva di modificare, nel corso di esecuzione contrattuale, gli obblighi di cui ai commi precedenti, senza ulteriore aggravio per il Fornitore (es. periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta di reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA)

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di CRA, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

CRA si riserva, altresì, di richiedere al Fornitore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di fornitura/servizio, l'elaborazione di report specifici contenenti dati aggregati e/o riassuntivi delle prestazioni effettuate da far pervenire a CRA, in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

### 2. Materiale per il sito

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di CRA, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta decorrenti dalla data di ricezione della medesima tramite PEC, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- Richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da CRA, anche ai fini dell'inserimento sul NECA
- Richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico

### 3. Dati relativi al Fornitore:

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative:

- alle forniture/servizi compresi nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC).

### **Art. 15 - Penali**

1. Spetta a ciascuna Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, contestazione, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di fornitura/servizio, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui ai commi seguenti, fermo restando i poteri in capo a CRA di cui al successivo comma 3.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari al 1% dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale dell'OdF. Nel caso vengano applicate penali in misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla CRA di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;
- b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare;
- c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:
  - restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
  - restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) perdurando l'inadempienza contestata oltre il periodo di 30 giorni ogni Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto l'OdF salvo in ogni caso il risarcimento del danno, dandone immediata comunicazione a CRA;

3. In ogni caso di inadempimento, non imputabile a CRA ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio richiesti al Fornitore sono stabilite le penali seguenti:

- a) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cessione del brevetto ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Fornitura, CRA applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione
- b) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 7 comma 1 "Servizio di reportistica" la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 200,00;
- c) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio del materiale richiesto all'art. 7 comma 2 "Materiale per il sito" CRA applica al Fornitore una penale di € 500,00

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

#### **Art. 16 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte delle singole Amministrazioni Contraenti**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 1 e 2 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla CRA.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di due (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di CRA, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggior danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

#### **Art. 17 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte di CRA**

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 3 e 5 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore da CRA; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a CRA entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRA nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa CRA a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di CRA. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.

4. CRA potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggior danni. Nella determinazione della misura massima del 10% CRA terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

#### **Art. 18 – Indisponibilità temporanea del prodotto, indisponibilità e/o impossibilità della fornitura, evoluzione tecnica**

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto a CRA ed alle Amministrazioni Contraenti, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna evidenziando la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto.

2. L'Amministrazione Contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno del Fornitore acquistando i prodotti su libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore.

3. Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti ed alla CRA.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, tutti i casi di indisponibilità non temporanea del prodotto (e/o impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibili alla sfera del Fornitore, inclusi i seguenti casi:

- Sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte delle Autorità competenti
- Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti;
- Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o comunque del Fornitore;
- Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione
- Ripetute rotture di stock;

sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali CRA procederà alla risoluzione della convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18.della Convenzione di Fornitura, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in tempi rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni Contraenti, l'istituto dell'interpello ex art. 110 D.Lgs. n. 50/2016 nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

5. Al contempo, ciascuna singola Amministrazione Contraente al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui al comma 4 ha diritto di risolvere l'OdF e procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto sul libero mercato per la quantità strettamente

necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di costo.

### **Art. 19 – Aggiornamento tecnologico**

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sull'evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi. I dispositivi offerti in sostituzione/aggiornamento devono avere gli stessi requisiti indicati nel capitolato tecnico, analoghe indicazioni d'uso, caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati ed essere stati immessi in commercio dopo la data di scadenza della presentazione delle offerte.

2. Il Fornitore che propone la sostituzione/affiancamento del dispositivo aggiudicato si impegna a:

- specificarne i motivi;
- fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le funzioni (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori;
- presentare per il nuovo dispositivo medico, tutta la documentazione prevista nel disciplinare di gara – busta tecnica;

3. Il Fornitore si impegna ad inviare campionatura del nuovo dispositivo, qualora fosse ritenuto necessario da CRA o Commissione Giudicatrice, secondo le stesse modalità specificate nel disciplinare di gara – campionatura.

4. Il Fornitore si impegna, previo parere favorevole di CRA o della Commissione Giudicatrice (ove prevista), ad immettere nella fornitura il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali.

### **Art. 20 - Proprietà dei prodotti**

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

### **Art. 21 – Verifiche della convenzione e della fornitura**

CRA si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di Fornitura, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.

Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati.

Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a CRA ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

## Art. 22 – Riservatezza (Privacy)

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (*accountability*) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.

2. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

- attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;

- adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2 "data

La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

3. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

<b>LOTTO 1</b>	
<b>CARRELLO PORTACARTELLE CLINICHE</b>	
<b>CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:</b>	
<b>1</b>	Struttura in materiale resistente e leggero, antiribaltamento, con spigoli arrotondati ed assenza di sporgenze vive, sanificabile
<b>2</b>	Materiale ignifugo (Classe di reazione al fuoco non superiore a 2) e con emissione di formaldeide (se in legno) <3,5 mg/m <sup>2</sup> x h Norma UNI EN 717.2
<b>3</b>	Maniglione di spinta solidale con la struttura
<b>4</b>	Paraurti solidale con la struttura in materiale antiurto
<b>5</b>	4 ruote piroettanti, di cui 2 dotate di freno, scorrevoli, silenziose, antitraccia, di diametro almeno di 125 mm., con paracolpi
<b>6</b>	Ampio piano di appoggio in materiale lavabile, antigraffio e antimacchia senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione, con bordino di contenimento arrotondato
<b>7</b>	Piano scrittoio a scomparsa estraibile in materiale lavabile, antigraffio e antimacchia con adeguata resistenza al carico
<b>8</b>	Predisposto per 2 piani per l'alloggiamento per gestire e contenere circa 10 cartelle cliniche per piano (raccoglitore di misure mm. 300x40x320 (LxPxH), ad accesso frontale, con possibilità di variare la capacità e il numero degli scomparti in base alla U.O. e con presenza di gondole.
<b>9</b>	Sistema di chiusura dei vani porta cartelle a chiave
<b>10</b>	Cassetto richiudibile con chiave
<b>11</b>	Dimensioni indicative: mm. 900x 600x1000 (LxPxH)
<b>12</b>	Manuale d'uso e manutenzione
<b>13</b>	Supporto porta guanti per tre taglie principali
<b>14</b>	Vano o supporto porta-PC portatile o porta Tablet

<b>LOTTO 2</b>	
<b>CARRELLO TERAPIA/PRELIEVI/MEDICAZIONI</b>	
<b>CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:</b>	
<b>1</b>	Struttura modulare in materiale resistente e leggero, antiribaltamento, con spigoli arrotondati ed assenza di sporgenze vive, sanificabile
<b>2</b>	Materiale ignifugo (Classe di reazione al fuoco non superiore a 2) e con emissione di formaldeide (se in legno) <3,5 mg/m <sup>2</sup> x h Norma UNI EN 717.2
<b>3</b>	Maniglione di spinta solidale con la struttura
<b>4</b>	Paraurti solidale con la struttura in materiale antiurto
<b>5</b>	4 ruote piroettanti, di cui 2 dotate di freno, scorrevoli, silenziose, antitraccia, di diametro almeno di 125 mm., con paracolpi
<b>6</b>	Ampio piano di appoggio in materiale (plastica o alluminio o acciaio verniciato) lavabile, antigraffio e antimacchia senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione, con bordino di contenimento arrotondato
<b>7</b>	Cassetti modulari, di diverse dimensioni e capacità da stabilire con la U.O. in base alla funzione, in materiale (plastica o alluminio o acciaio verniciato) lavabile, antigraffio e antimacchia senza spigoli taglienti, forniti di divisori componibili e/o vaschette di facile estrazione e chiusura
<b>8</b>	Piano di lavoro supplementare estraibile lateralmente in materiale (plastica o alluminio o acciaio verniciato) lavabile, antigraffio e antimacchia con adeguata resistenza
<b>9</b>	Predisposto per i seguenti accessori:
<b>9.1</b>	Supporto per allocare contenitore R.S.O. da litri 40, misure indicative mm. 240 x 450 x 140H o altra soluzione adeguata da valutare o 2 contenitori
<b>9.2</b>	Sopralzo pensile con cassetti, in materiale plastico lavabile, antigraffio e antimacchia
<b>9.3</b>	Supporto portabicchieri
<b>9.4</b>	Supporto per flebo
<b>9.5</b>	Supporto porta contenitori acuminati agganciabile con dispositivo di bloccaggio a mezzo di cinghia adeguabile ad ogni misura di contenitore (o equivalente)
<b>9.6</b>	Cassetti con chiusura centralizzata a chiave
<b>10</b>	Supporto porta guanti per tre taglie principali
<b>11</b>	Dimensioni indicative: mm. 1000x650x1000 (LxPxH) escluso sopralzo pensile - Tolleranza $\pm$ 5%
<b>12</b>	Manuale d'uso e manutenzione
<b>13</b>	Vano o supporto porta-PC portatile o porta Tablet



## LOTTO 3

### CARRELLO EMERGENZA

#### CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:

1	Struttura modulare in materiale resistente e leggero, antiribaltamento, con spigoli arrotondati ed assenza di sporgenze vive, sanificabile
2	Materiale ignifugo (Classe di reazione al fuoco non superiore a 2) e con emissione di formaldeide (se in legno) <3,5 mg/m <sup>2</sup> x h Norma UNI EN 717.2
3	Maniglione di spinta solidale con la struttura
4	Paraurti solidale con la struttura in materiale antiurto
5	Almeno 4 ruote piroettanti, di cui 2 dotate di freno, scorrevoli, silenziose, antitraccia, di diametro almeno di 125 mm., con paracolpi; almeno due ruote antistatiche
6	Ampio piano di appoggio in materiale (plastica o alluminio o acciaio verniciato) lavabile, antigraffio e antimacchia senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione, con bordino di contenimento arrotondato
7	Cassetti a tutta larghezza, di almeno 3 altezze diverse, in materiale (plastica o alluminio o acciaio verniciato) lavabile, antigraffio e antimacchia senza spigoli taglienti, con chiusura per cassetti tramite applicazione sigillo monouso; completamente estraibili e montati su guide con cuscinetti a sfera silenziosi, muniti di fermocorsa, con possibilità di divisori interni componibili
8	Predisposto per "multipresa"
9	Mensola per allocare defibrillatore con capacità non inferiore a 8 kg., girevole a 360° con dispositivo di bloccaggio adeguabile ad ogni misura di apparecchio, compatibile con le attrezzature del richiedente, esistenti
10	Asta per flebo in acciaio inox, regolabile in altezza con dispositivo di blocco
11	Piastra per massaggio cardiaco
12	Vano ad incasso portabombole, per bombole da 3 o 5 litri, con cinghie di fissaggio
13	Contenitore cateteri o portasonde in materiale lavabile, antigraffio e antimacchia
14	Supporto pompa di aspirazione regolabile in profondità
15	Supporto porta guanti per tre taglie principali
16	Dimensioni indicative: mm. 800x600x1000 (LxPxH) --- Tolleranza ± 5 %
17	Manuale d'uso e manutenzione

<b>LOTTO 4</b>	
<b>CARRELLO ASSISTENZA</b>	
<b>CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:</b>	
<b>1</b>	Struttura in materiale resistente e leggero, antiribaltamento, con spigoli arrotondati ed assenza di sporgenze vive, sanificabile
<b>2</b>	Armadietto portabiancheria chiuso, con <b>2 antine con apertura minima di 180°</b> , fermoporta e n.° 3 piani d'appoggio all'interno.
<b>3</b>	Paraurti intorno alla struttura
<b>4</b>	Materiale ignifugo (Classe di reazione al fuoco non superiore a 2) e con emissione di formaldeide (se in legno) <3,5 mg/m <sup>2</sup> x h Norma UNI EN 717.2
<b>5</b>	Maniglione di spinta solidale con la struttura
<b>6</b>	4 ruote piroettanti, di cui 2 dotate di freno, scorrevoli, silenziose, antitraccia, di diametro almeno di 125 mm., con paracolpi
<b>7</b>	Supporto porta guanti per tre taglie principali
<b>8</b>	Fianchi con contenitori porta oggetti (pannoloni, detergenti etc.)
<b>9</b>	Presenza di ulteriori accessori: ganci per trasporto di padelle e pappagalli o altri accessori
<b>10</b>	Dimensioni indicative: mm. 1300x650x1100 (LxPxH) --- Tolleranza $\pm 5\%$ . <b>Per la misura indicativa di 1300 mm con tolleranza di +/- 5% s'intende la misura del corpo carrello completo degli accessori laterali ( dimensione scocca carrello compresa tra gli 800 e 1000 mm).</b>

<b>LOTTO 5</b>	
<b>CARRELLO DI SERVIZIO A DUE RIPIANI</b>	
<b>CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:</b>	
<b>1</b>	Struttura in materiale resistente e leggero, antiribaltamento, con spigoli arrotondati ed assenza di sporgenze vive, sanificabile
<b>2</b>	Materiale ignifugo (Classe di reazione al fuoco non superiore a 2) e con emissione di formaldeide (se in legno) <3,5 mg/m <sup>2</sup> x h Norma UNI EN 717.2
<b>3</b>	Ripiano con bordino di contenimento
<b>4</b>	Maniglione di spinta solidale con la struttura
<b>5</b>	4 ruote piroettanti, di cui 2 dotate di freno, scorrevoli, silenziose, antitraccia, di diametro almeno di 125 mm., con paracolpi
<b>6</b>	Spigoli arrotondati ed assenza di sporgenze vive
<b>7</b>	Supporto porta guanti per tre taglie principali
<b>8</b>	Portata indicativa non inferiore a 100 Kg.
<b>9</b>	Dimensioni indicative: mm. 850X500X1100 (LxPxH)



## LOTTO 6

### TAVOLINO SERVITORE SU RUOTE

#### CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:

1	Struttura in materiale resistente e leggero, antiribaltamento, con spigoli arrotondati ed assenza di sporgenze vive, sanificabile
2	Materiale ignifugo (Classe di reazione al fuoco non superiore a 2) e con emissione di formaldeide (se in legno) <3,5 mg/m <sup>2</sup> x h Norma UNI EN 717.2
3	4 ruote piroettanti antifilo, di diametro almeno di 50 mm. di cui almeno due con freno.
4	Colonna regolabile in altezza tramite movimento di elevazione da 70 a 110 cm. circa
5	Piano servitore con bordi smussati antigraffio e antimacchia, completo di bordo perimetrale di contenimento liquidi
6	Vassoio scorrevole orizzontalmente per circa 25 cm. ed inclinabile a leggio
7	Portata indicativa di kg. 10-12

**LOTTO 7**

**CARRELLO SERVITORE PER SALA OPERATORIA**

**CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:**

<b>1</b>	Basamento in acciaio inox 18/10 (AISI 304) a 4 ruote
<b>2</b>	4 ruote gommate con supporto in metallo, pivotanti, antistatiche di cui 2 dotate di sistema frenante, di diametro non inferiore a 50 mm.
<b>3</b>	Struttura porta vassoio in acciaio inox 18/10 (AISI 304) fissato alla pompa oleodinamica in acciaio inox 18/10 (AISI 304) a circuito chiuso con regolazione a pedale, indicativamente da cm. 90 a cm. 125
<b>4</b>	Vassoio asportabile in acciaio inox 18/10 (AISI 304): dimensioni indicative mm. 700 Lx450 Px15 H; Stampato, privo di angoli vivi / spigoli aperti e a contenimento liquidi.
<b>5</b>	Misure d'ingombro indicative: mm. 800x500x900/1250 (LxPxH)
<b>6</b>	Peso indicativo non inferiore a 18 Kg.
<b>7</b>	Portata indicativa non inferiore 30 Kg.

<b>LOTTO 8</b>	
<b>CARRELLO MULTIUSO PER SALA OPERATORIA A DUE RIPIANI</b>	
<b>CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:</b>	
<b>1</b>	Telaio in tubo di acciaio inox 18/10 (AISI 304)
<b>2</b>	“4 ruote gommate, con supporto in metallo, pivottanti, di diametro non inferiore a 125 mm, di cui 2 antistatiche dotate di sistema frenante”.
<b>3</b>	Nr.° 2 ripiani estraibili in acciaio inox 18/10 (AISI 304) con bordini di contenimento
<b>4</b>	1 maniglione di spinta sul lato corto
<b>5</b>	Misure d'ingombro <b>indicative</b> : mm. 800x500x1000 (LxPxH)
<b>6</b>	Peso indicativo non inferiore a 23 Kg.
<b>7</b>	Portata indicativa non inferiore a 100 Kg.

<b>LOTTO 9</b>	
<b>BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE (MODELLO BASE)</b>	
<b>CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:</b>	
<b>1</b>	Telaio e struttura portante antiribaltamento in acciaio con trattamento anticorrosivo e antimicrobico o in leghe leggere
<b>2</b>	Piano a due sezioni completamente radiotrasparente
<b>3</b>	Altezza regolabile con controllo idraulico
<b>4</b>	<b>Dispositivo Trendelenburg e Controtrendelenburg</b>
<b>5</b>	Completo di materassino ignifugo (classe 1 IM) con spessore indicativo di minimo 7,5 cm., con rivestimento in tessuto lavabile, disinfettabile, antibatterico e antistatico;
<b>6</b>	Schienale inclinabile gas assistito
<b>7</b>	Maniglie di spinta lato testa e piedi abbattibili o estraibili
<b>8</b>	Dimensioni indicative: 190 x 70 cm.
<b>9</b>	Altezza variabile indicativa: 50-100 cm
<b>10</b>	Carico indicativo kg.150 Su richiesta, carico superiore (barella bariatrica)
<b>11</b>	Ruote da 20 cm., da spinta veloce, dotate di freni centralizzati con attivazione a pedale su entrambi i lati e quinta ruota direzionale
<b>12</b>	Sponde di sicurezza laterali a totale scomparsa e senza ingombro laterale rispetto al piano metallico o al piano portamaterassino
<b>13</b>	Struttura leggera e maneggevole con paracolpi sul perimetro
<b>14</b>	Altezza dello spazio libero tra la struttura della barella e il pavimento, per permettere l'utilizzo del sollevapazienti, non inferiore a 15 cm.
<b>15</b>	Dotata di cintura di sicurezza per il paziente
<b>16</b>	Aste portaflebo (min. 2) telescopiche, regolabili in altezza e rimovibili, con alloggiamento integrato su quattro angoli
<b>17</b>	Porta flussimetro/aspiratore e bombole di ossigeno
<b>18</b>	Ripiano porta oggetti personali e cartella clinica
<b>19</b>	Istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana per gli utilizzatori
<b>20</b>	Istruzioni per la disinfezione della struttura e del materasso
<b>21</b>	Predisposta per ripiano porta monitor (da prezzare separatamente)

<b>LOTTO 10</b>	
<b>BARELLA PER RISONANZA MAGNETICA</b>	
<b>CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:</b>	
<b>1</b>	Telaio e struttura portante antiribaltamento in materiale compatibile per RM (amagnetica)
<b>2</b>	Piano a due sezioni completamente radiotrasparente
<b>3</b>	Altezza regolabile con controllo idraulico
<b>4</b>	Completo di materassino ignifugo (classe 1 IM) con spessore indicativo di minimo 7,5 cm., con rivestimento in tessuto lavabile e disinfettabile
<b>5</b>	Schienale inclinabile gas assistito
<b>6</b>	<del>Barre di spinta lato testa e piedi abbattibili</del>
<b>7</b>	Dimensioni indicative: 190 x 60 cm.
<b>8</b>	Altezza variabile indicativa: 50-100 cm
<b>9</b>	Carico indicativo kg.140 Su richiesta, carico superiore (barella bariatrica)
<b>10</b>	Ruote diametro minimo da 10 cm., dotate di freni
<b>11</b>	Sponde di sicurezza laterali a scomparsa e senza ingombro laterale rispetto al piano metallico
<b>12</b>	Struttura leggera e maneggevole con paracolpi sul perimetro
<b>13</b>	<del>Altezza dello spazio libero tra la struttura della barella e il pavimento, per permettere l'utilizzo del sollevapazienti.</del>
<b>14</b>	<del>Dotata di cintura di sicurezza per il paziente</del>
<b>15</b>	Asta portaflebo telescopica, regolabile in altezza e rimovibile.
<b>16</b>	Istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana per gli utilizzatori
<b>17</b>	Istruzioni per la disinfezione della struttura e del materasso

**LOTTO 11**

**TELO AD ALTO SCORRIMENTO (Coppia di teli)**

Sistema ad alto scorrimento (coppia di teli), da utilizzare principalmente per facilitare la movimentazione dei pazienti nel letto e per il cambio di postura con teli da sovrapporre

**CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:**

<b>1</b>	Materiale costitutivo ad alto scorrimento (coppia di teli), resistente, idrorepellente, conforme alle direttive CE
<b>2</b>	In doppia versione: 2a) con maniglie lungo i bordi longitudinali / 2b) senza maniglie
<b>3</b>	Radiotrasparente
<b>4</b>	Lavabile, disinfettabile (indicare modalità lavaggio e disinfezione)
<b>5</b>	Morbido e ripiegabile, in tessuto ignifugo colorato (non bianco), latex free
<b>6</b>	Misure indicative 90 x 170 cm.
<b>7</b>	Istruzioni per la manutenzione (lavaggio e disinfezione) in lingua italiana per gli utilizzatori
<b>8</b>	Corso di addestramento alla consegna per gli utilizzatori (allegare progetto/materiali formativi)
<b>9</b>	Istruzioni per il corretto utilizzo sotto forma di manuale o schede informative e audiovisivi

<b>LOTTO 12</b>	
<b>ASSE DI TRASFERIMENTO PIEGHEVOLE (Paziente in posizione supina)</b>	
Sistema di trasferimento, con telo esterno rotante ad alto scorrimento, in grado di superare eventuali dislivelli tra letto e barella e tra barella ed apparecchiature radiologiche e letti operatori.	
<b>CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:</b>	
<b>1</b>	Sistema di trasferimento di materiale costitutivo ad alto scorrimento, idrorepellente, conforme alle direttive CE, per utilizzo intensivo
<b>2</b>	Con anima semirigida indeformabile in polietilene espanso o materiale plastico equivalente e rivestimento costituito da un telo in tessuto resistente antistrappo e ignifugo colorato (non bianco), latex free
<b>3</b>	Radiotrasparente
<b>4</b>	Pieghevole e trasportabile, dotato di cinghie per il trasporto a mani libere
<b>5</b>	Dotato di due maniglie sui lati corti dell'ausilio
<b>6</b>	Di peso non superiore a 3 kg
<b>7</b>	Lavabile e disinfettabile
<b>8</b>	Misure indicative: 180 x 50 cm oppure disponibile in due differenti dimensioni
<b>9</b>	Testato su pazienti di peso non inferiore a 150 kg.
<b>10</b>	Disponibilità di fodere monouso oppure fodera in materiale ULF lavabile a 70°
<b>11</b>	Istruzioni per la manutenzione (lavaggio e disinfezione) in lingua italiana per gli utilizzatori
<b>12</b>	Corso di addestramento alla consegna per gli utilizzatori (allegare progetto/materiali formativi)
<b>13</b>	Istruzioni per il corretto utilizzo sotto forma di manuale o schede informative e audiovisivi



## LOTTO 13

### CARROZZINA IMBOTTITA CON RUOTE GRANDI POSTERIORI (CON WC)

#### CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:

1	Telaio in acciaio verniciato
2	Schienale reclinabile con sistema di inclinazione manuale con bloccaggio adeguato
3	Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in similpelle
4	Braccioli completi di spondina, estraibili
5	Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
6	Appoggiagambe regolabili in inclinazione
7	Appoggiapolpaccio girevole lateralmente
8	Pedane regolabili in altezza e apribili
9	Materiali di rivestimento e imbottiture, compreso cuscino, in materiale idrorepellente, sanificabile, disinfettabile e resistente al fuoco (classe 1IM)
10	Ruote posteriori diametro 24"x 13/8" (600 mm <b>circa</b> ) antiforatura – con anello corrimano
11	Ruote anteriori piroettanti diametro 8" (200 mm <b>circa</b> ) antiforatura montate su forcella girevole
12	Attacco asta portaflebo
13	Attacco portabombola ossigeno

**LOTTO 14**

**CARROZZINA IMBOTTITA PER MOVIMENTAZIONE IN AMBIENTI INTERNI CON RUOTE PICCOLE  
(SENZA WC)**

**CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:**

<b>1</b>	Telaio in acciaio verniciato
<b>2</b>	Schienale reclinabile con sistema di inclinazione manuale con bloccaggio adeguato
<b>3</b>	Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in semilpelle
<b>4</b>	Braccioli completi di spondina, estraibili
<b>5</b>	Freni di stazionamento sulle ruote anteriori ad azionamento manuale
<b>6</b>	Appoggiategambe regolabili in inclinazione
<b>7</b>	Appoggiatepolpaccio girevole lateralmente
<b>8</b>	Pedane regolabili in altezza e apribili
<b>9</b>	Ruote posteriori piroettanti diametro 8" (200 mm) soft - antifuoratura
<b>10</b>	Ruote anteriori fisse diametro 200/300 mm soft - antifuoratura
<b>11</b>	Attacco asta porta flebo
<b>12</b>	Materiali di rivestimento e imbottiture, compreso cuscino, in materiale idrorepellente, sanificabile, disinfettabile e resistente al fuoco (classe 1IM)

**LOTTO 15**

**CINTURA ERGONOMICA**

**CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:**

1	Realizzata in tessuto in nylon o poliestere nella parte esterna ed in tessuto antiscivolo all'interno
2	Chiusura regolabile con velcro o altro sistema di facile gestione in sicurezza
3	Chiusura di sicurezza anteriore regolabile a click-clack
4	Dotata di almeno quattro maniglie
5	Realizzata in materiale lavabile a 70°
6	Disponibilità in almeno tre taglie
7	Adatta a movimentare persone aventi peso fino a 130 kg



**LOTTO 16**

**FASCIA CON MANIGLIE**

**CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:**

<b>1</b>	Realizzato in tessuto resistente
<b>2</b>	Realizzato in materiale lavabile
<b>3</b>	Spessore inferiore ad 1 cm
<b>4</b>	Fornito di quattro maniglie di presa ai lati dell'ausilio
<b>5</b>	Peso dell'ausilio inferiore a 1 kg
<b>6</b>	Dimensioni minime 60 x 20 cm (tolleranza $\pm$ 10 cm)



**LOTTO 17**

**TELO A SEI MANIGLIE**

**CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:**

<b>1</b>	Realizzato in tessuto resistente
<b>2</b>	Superfici realizzate con materiali ad alto scivolamento
<b>3</b>	Realizzato in materiale lavabile
<b>4</b>	Fornito di <b>(almeno)</b> sei maniglie da presa ai lati dell'ausilio
<b>5</b>	Peso massimo trasportabile almeno fino a 180 kg
<b>6</b>	Dimensioni minime 150 x 80 cm (tolleranza $\pm$ 10 cm)



**LOTTO 18**

**ASSE RIGIDO**

**CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:**

<b>1</b>	Dotato di inserti antiscivolo nella parte inferiore
<b>2</b>	Riduzione di spessore sui lati corti dell'ausilio per facilitare i movimenti di trasferimento
<b>3</b>	Realizzato in materiale facilmente lavabile
<b>4</b>	Fornito di almeno una maniglia da presa
<b>5</b>	Portata almeno fino a 130 kg
<b>6</b>	Dimensioni minime 67 x 32 cm (tolleranza $\pm$ 6 cm)
<b>7</b>	Spessore massimo 4,5 0,5 cm
<b>8</b>	Forma a banana

<b>LOTTO 19</b>	
<b>SACCO DI TRASFERIMENTO</b>	
<b>CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:</b>	
<b>1</b>	Realizzato in materiale resistente
<b>2</b>	Superficie di contatto con il paziente in cotone oppure in nylon lavabili a 70°
<b>3</b>	Sacco imbottito interno rivestito in nylon ULF
<b>4</b>	Dimensioni minime 50 x 60 cm (tolleranza $\pm$ 10 cm)
<b>5</b>	Disponibile in altre dimensioni*
<b>6</b>	Disponibilità di fodere di ricambio e monouso**

*Sacco di trasferimento dimensioni 50 x 60 cm (tolleranza $\pm$ 10 cm)
*Sacco di trasferimento dimensioni 100 x 70 cm (tolleranza $\pm$ 10 cm)
*Sacco di trasferimento dimensioni 190 x 60 cm (tolleranza $\pm$ 10 cm)

** Fodere di protezione in nylon per sacco 50 x 60 cm
** Fodere di protezione in nylon per sacco 100 x 70 cm
** Fodere di protezione in nylon per sacco 190 x 60 cm
** Fodere di protezione monouso per sacco 190 x 60 cm



**LOTTO 20**

**TUBOLARE DI SCORRIMENTO**

**CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:**

1	Realizzato in nylon ULF o equivalente
2	Lavabile a 70°
3	Dimensioni minime 170 x 50 cm (tolleranza $\pm$ 30 %)
4	Disponibile in altre misure*

\*130 x 100 cm (tolleranza  $\pm$  30 %)

\*100 x 80 cm (tolleranza  $\pm$  30 %)

\*70 x 70 cm (tolleranza  $\pm$  30 %)

<b>LOTTO 21</b>	
<b>SEDIA COMODA PER DOCCIA E WC</b>	
<b>CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:</b>	
<b>1</b>	Struttura in acciaio inox o in lega leggera con trattamento anticorrosione (saldature ammesse).
<b>2</b>	4 ruote pivotanti di cui 2 bloccabili
<b>3</b>	Braccioli removibili o ribaltabili, schienale e sedie anatomico in plastica antiscivolo rivestiti in polipropilene, sedile dotato di foro da comodo con vaschetta di raccolta, eventuale sostegno per braccio, bamba e polpaccio e cintura di sicurezza, in materiali altamente resistenti
<b>4</b>	Capacità di carico non inferiore a 120 kg
<b>5</b>	Larghezza massima di ingombro non superiore a 70 cm
<b>6</b>	Dimensioni e struttura sovrapponibili al wc
<b>7</b>	Altezza seduta non inferiore a 50 cm e sovrapponibile al wc dei reparti
<b>8</b>	Eventuale cuscino imbottito in materiale impermeabile
<b>9</b>	Supporto per padella estraibile
<b>10</b>	Pedana poggiapiedi removibile e regolabile in altezza
<b>11</b>	Istruzioni per l'uso e manutenzione in lingua italiana per gli utilizzatori
<b>12</b>	Istruzioni per il lavaggio e la disinfezione della struttura e di eventuale cuscino
<b>13</b>	Disponibilità Supplemento ruote diametro 600 (circa) con freno di stazionamento
<b>14</b>	Disponibilità Supplemento seduta 55 cm

<b>LOTTO 22</b>	
<b>SOLLEVATORE (MODELLO BASE)</b>	
<b>CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:</b>	
<b>1</b>	Struttura in lega leggera, completamente elettrica, utilizzabile sia con sistema per imbragature/corsetti sia con sistema per barelle
<b>2</b>	Funzionamento elettrico a 24 volt con batteria <b>integrata</b> , indicatore di fine carica e durata, batteria di ricambio e carica batterie separato
<b>3</b>	Motore integrato nella struttura
<b>4</b>	Comando a distanza e pannello comandi ( <b>compresa emergenza</b> ) sul sollevatore
<b>5</b>	Apertura a pantografo della base con sistema elettrico
<b>6</b>	Escursione verticale utile al prelievo da terra del paziente fino ad almeno 100 cm
<b>7</b>	Capacità di carico non inferiore a 180 kg
<b>8</b>	Automatismo di protezione da sovraccarico
<b>9</b>	Dispositivo per discesa emergenza in caso di guasto dell'attrezzatura sia elettrico che manuale
<b>10</b>	Arresto funzionamento del motore a fine corsa, indicatore luminoso o sonoro che preavvisi l'esaurimento della batteria e <b>interruzione</b> del funzionamento del motore in caso di contatto con un ostacolo
<b>11</b>	Altezza della base idonea all'inserimento sotto letti meccanici, elettrici e barelle (inf. 15 cm)
<b>12</b>	Ruote posteriori dotate di freni
<b>13</b>	Disponibilità di bilancia elettronica anche in versione per uso medicale (su richiesta, da quotare a parte)
<b>14</b>	Misure contenute, adeguate all'ingresso attraverso porte di misura standard
<b>15</b>	Disponibilità bilanciere per sollevamento barelle
<b>16</b>	Marchio CE
<b>17</b>	Conformità alla direttiva Dispositivi Medici certificata dalla auto dichiarazione del fabbricante, riportante la classe di rischio di appartenenza
<b>18</b>	Certificazione dei test per le capacità di carico dichiarate
<b>19</b>	Istruzioni per l'uso e manutenzione del sollevatore in lingua italiana per gli utilizzatori
<b>20</b>	Istruzioni per il lavaggio e la disinfezione della struttura, dei corsetti e delle barelle
<b>21</b>	Corso di addestramento in reparto, per tutto il personale utilizzatore, incluso (allegare progetto/materiali formativi)
<b>22</b>	Istruzioni per il corretto utilizzo sotto forma di manuale o schede informative e audiovisivi
<b>FUNZIONI DEL SISTEMA PER IMBRAGATURE/CORSETTI CON PRELEVAMENTO IN POSIZIONE SEDUTA</b>	
<b>23</b>	Telaio di aggancio o imbragatura antioscillazione
<b>24</b>	Corsetti standard dotati di appoggiatesta ed agganci di sicurezza anti-oscillazioni
<b>25</b>	Disponibilità di diverse fogge, materiali e misure (corsetto standard, uso WC, per il bagno, per amputati; misure S – M – L - XL – XXL)

<b>LOTTO 23</b>	
<b>CARROZZINA PIEGHEVOLE</b>	
<b>CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:</b>	
<b>1</b>	Telaio pieghevole, a doppia crociera, in lega leggera altamente resistente senza sporgenze e spigoli metallici
<b>2</b>	Ruote piene, le posteriori di diametro maggiore (max 24" 600 mm. circa) delle anteriori (max 200 mm.)
<b>3</b>	Dotata di sistema frenante perfettamente efficiente e manovrabile dal paziente
<b>4</b>	Dotata di corrimano
<b>5</b>	Dotata di maniglia di spinta e leva posteriore per sollevamento anteriore a scopo di superare i dislivelli
<b>6</b>	Braccioli facilmente removibili o ribaltabili
<b>7</b>	Appoggiapiedi e appoggiagambe removibili e regolabili in altezza; appoggiapiedi regolabili in inclinazione;
<b>8</b>	Tutti i materiali di rivestimento e le imbottiture, compreso il cuscino, devono essere in materiale idrorepellente, sanificabile, disinfettabile altamente resistente
<b>9</b>	Altezza complessiva della carrozzina non superiore a 90 cm. (tolleranza di 5 cm.)
<b>10</b>	Larghezza massima di ingombro non superiore a 70 cm.
<b>11</b>	Facile manovrabilità; <b>dotata di dispositivo antiribaltamento</b>
<b>12</b>	Resistenza del telaio e dei rivestimenti a carichi non inferiori a 120 kg.
<b>13</b>	Disponibilità di accessori; gli accessori non sono compresi nella base d'asta ma devono essere comunque nella disponibilità dell'Offerente: a. tavolino anatomico b. poggiatesta supplementare estraibile, regolabile in altezza, profondità e inclinazione c. asta portaflebo fornita di supporto La carrozzina deve avere struttura e supporti predisposti per gli accessori di cui sopra.
<b>14</b>	In caso di richiesta specifica di accessori, struttura e supporti predisposti per gli stessi
<b>15</b>	Istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana per gli utilizzatori
<b>16</b>	Istruzioni per il lavaggio e la disinfezione della struttura, dei materiali di rivestimento e cintura
<b>17</b>	Cinture di sicurezza con una delle seguenti caratteristiche o con caratteristiche funzionalmente equivalenti: - Imbragatura a Y - Spallacci regolabili con possibilità di essere ancorati alle maniglie a spinta della carrozzina - Cintura pelvica con passanti di regolazione dell'altezza, ancorabile alla struttura metallica della carrozzina - In ogni caso la cintura deve essere in tessuto lavabile e disinfettabile e di misura universale
<b>18</b>	Cuscino prevenzione decubito <b>in materiale viscoelastico</b>