

Dirigente responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA
Funzionario referente: Ilma PORCU

DETERMINAZIONE n. 63 del 30/07/2013

Oggetto: Accordo Quadro per la fornitura di "Protesi di anca e di ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.CC.S. della Regione Liguria per un periodo di quattro anni. Lotti n° 91. Aggiornamenti tecnologici.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Viste le Leggi della Regione Liguria n. 14 del 03/04/2007 e n. 34 del 06/11/2012 che hanno previsto l'istituzione, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, della Centrale Regionale di Acquisto;

Atteso che con deliberazione n° 18 del 19/03/2012 è stata aggiudicata la gara - avente decorrenza 1°/06/2012 - 31/05/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di "Protesi di anca e di ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione" occorrenti alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Liguria;

Preso atto che con note - acquisite agli atti della Centrale - sono pervenute le richieste delle sottoelencate Ditte aggiudicatrici di lotti della gara in argomento volte ad un aggiornamento dei prodotti a suo tempo offerti in sede di gara con prodotti nuovi e/o alternativi di pari caratteristiche tecniche e/o funzionalità e proposti alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione:

Ditta	Lotto di riferimento gara aggiudicata
Adler Ortho	36
Cormed sas	55
Finceramica spa	41
Link Italia spa	81
Myrmex spa	37 - 45
Permedica spa	35
Smith & Nephew srl	1 - 65 - 68 - 77
Stryker Italia srl	25 - 67
Wright Medical Italy srl	4 - 8 - 51

Zimmer srl	9 - 10 - 18 - 20 - 24 - 25 - 29 - 30 - 33 - 37 - 39 - 50 - 43 - 45 - 52 - 53 - 61 - 63 - 66 - 81 - 82 - 84 - 87
------------	---

Vista la deliberazione n. 59 del 17/07/2012 con cui è stata nominata la Commissione aggiornamento tecnologico della gara in oggetto, nelle persone dei Dottori:

- Dott. Francesco Lanza Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia – ASL 2 Savonese Osp. Santa Corona
- Componente ex Commissione tecnica
- Dott. Federico Santolini Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia - IRCCS AOU San Martino/IST
- Componente ex Commissione tecnica
- Dott. Mauro Oliveri Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia - E.O. Ospedali Galliera
- Componente ex Commissione giudicatrice;

Rilevato che i componenti della Commissione de qua, con verbale del 29/07/2013 (giusto protocollo di arrivo n. 3566 del 29/07/2013) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, hanno espresso parere in ordine agli aggiornamenti proposti a titolo di affiancamento e/o sostituzione dei prodotti a suo tempo aggiudicati e sinteticamente riportati nell'allegato A alla presente determinazione;

Ritenuto, sulla scorta delle risultanze dei lavori della Commissione per l'aggiornamento tecnologico, pertanto di autorizzare le sotto riportate richieste di affiancamento/sostituzione/integrazione/estensione di gamma presentate dalle seguenti Ditte.

Ditta	Lotto di riferimento gara	Prodotto aggiudicato	Affiancamento/Sostituzione/Integrazione/ Estensione gamma
Adler Ortho	36	Cotile FIXA TI-POR	AFFIANCAMENTO: Inserto in polietilene reticolato neutro Inserto in polietilene reticolato 15°
Corned sas	55	Cotile MBA	AFFIANCAMENTO: Cotile da revisione a press fit INTEGRA
Finceramica spa	41	Stelo femorale SPS rivestito in idrossiapatite anatomico Testa MAXIMOM in cromocobalto	AFFIANCAMENTO: Stelo SPS evolution Testa in ceramica DELTA

Link italia spa	81	Componente femorale ENDOMODEL MODULARE/MODULARE A CERNIERA Componente tibiale ENDOMODEL MODULARE/MODULARE A CERNIERA Inserto fisso già ricompreso nel sub B Rotula ENDOMODEL Fittoni femorali cementati/non cementati ENDOMODEL Fittoni tibiali cementati/non cementati ENDOMODEL Spessore femorale ENDOMODEL Spessore femorale ENDOMODEL	ESTENSIONE CODICI: ENDOMODEL PROTESI ANTILUSSANTE DESTRAEXTRA ENDOMODEL PROTESI A CERNIERA CON TROCLEA
Myrmex spa	37	Stelo STELLARIS Inserto in ceramica SELEXYS per cotile SELEXYS	INTEGRAZIONE CON PRODOTTO AFFERENTE STESSO CND: Sub D Polietilene ad alta densità
	45	Stelo STELLARIS Testa in cromo cobalto METAMYS Cotile RM PRESSFIT METAMYS	INTEGRAZIONE CON PRODOTTO AFFERENTE STESSO CND: Sub B Testa femorale BIONIT 2 Sub C RMN press fit vitaminis
Permedica spa	35	Stelo femorale JUST Testa articolare in ceramica BIOLOX Cotile JUMP SYSTEM HX-PORE Inserto BIOLOX DELTA	COMPLETAMENTO GAMMA: Stelo JUST AFFIANCAMENTO: Sub B: Testa articolare ceramica BIOLOX Sub C: Cotil JUMP SYSTEM XX-PORE Sub D: Inserto ceramica BIOLOX Inserto JUMP SYSTEM VITAL-XE Sub E: Viti per cotili JUMP SYSTEM
Smith & Nephew srl	1	Stelo femorale lucido CPCS std e high offset Tandem testa unipolare	AFFIANCAMENTO: Testa unipolare acciaio
	65	GENESIS II componente femorale cementato LDK GENESIS II base tibiale MB GENESIS II inserto articolare MB GENESIS II componente rotuleo GENESIS II stelo endomidollare GENESIS II spessore	AFFIANCAMENTO: LEGION GENESIS II Femore Posterior Stabilized CoCr cementato
	68	GENESIS II componente femorale poroso GENESIS II componente femorale poroso GENESIS II inserto articolare POLY CR HF GENESIS II componente rotuleo GENESIS II stelo GENESIS II spessore	AFFIANCAMENTO: LEGION GENESIS II Inserto Posterior Stabilized High-Flex All-Poly
	77	LEGION FEMORE OXINIUM cementato LEGION BASE tibiale LEGION inserto constrained GENESIS II componente rotuleo LEGION stelo press fit fittone femorale LEGION stelo press fit fittone tibiale LEGION WEDGE femorale LEGION WEDGE fibiale	AFFIANCAMENTO: LEGION GENESIS II Femore Posterior Stabilized OXINIUM cementato

Stryker Italia srl	25	Stelo ACCOLADE 127° / 132°	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO: Stelo ACCOLADE II
	67	TRIATHLON femorale cementato CR/PS TRIAT TS base Tib Univ/tib CEM TRIATHLON INS CR/PS/CS TRIATHLON rotula TRIAT stelo cementato Spessori TRIATHLON	INTEGRAZIONE: Sistema SCORPIO NRG
Wright Medical Italy srl	4	Collo modulare	AFFIANCAMENTO: Collo PROFEMUR
	8	Collo modulare	AFFIANCAMENTO: Collo PROFEMUR Collo PROFEMUR
	51	Collo modulare	AFFIANCAMENTO: Collo PROFEMUR Collo PROFEMUR
Zimmer srl	9	Cotile ZCA Spacer 10° antilussante	ESTENSIONE GAMMA: Cotile cementato MULLER bordo piatto
	18	Insero TRILOGY standard e LONGEVITY	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	20	Insero TRILOGY standard e LONGEVITY	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	24	Insero BIOLOX DELTA	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	25	Stelo CLS SPOTORNO	INTEGRAZIONE GAMMA: Stelo CLS BREVIUS KINECTIV
	29	Insero TRILOGY standard e LONGEVITY	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	30	Stelo MS 30 MS 30 centralizzatore distale stelo Testa BIOLOX DELTA cono 12/14 Cotile CONTINUUM CUP unihole/cluster Insero BIOLOX DELTA MS30 posizionatore pross. Lat	AFFIANCAMENTO: Stelo VERSYS HERITAGE CDH Stelo VERSYS HERITAGE con std offset Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta MS30 Centralizzatore distale stelo Testa METASUL cono Testa femorale in lega Cr-Co BIOLOX OPSTYION femoral head Testa da revisione BIOLOX DELTA option cono
	33	Insero TRILOGY standard e LONGEVITY	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	37	Insero TRILOGY standard e LONGEVITY	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta

Zimmer srl	39	Stelo CLS SPOTORNO Inserto METASUL	AFFIANCAMENTO: Stelo VERSYS FMT con std offset Stelo VERSYS FMT con ext offset Inserto LONGEVITY neutro Inserto LONGEVITY neutro con spalletta
	43	Inserto METASUL	AFFIANCAMENTO: Inserto LONGEVITY neutro Inserto LONGEVITY neutro con spalletta
	45	Inserto METASUL	AFFIANCAMENTO: Inserto LONGEVITY neutro Inserto LONGEVITY neutro con spalletta
	46	MTESTA METASUL cono 12/14	INTEGRAZIONE GAMMA: Testa da revisione BIOLOX DELTA option cono
	52	Cotile TRABECULAR METAL MODULAR multifori Inserto TRILOGY standard in LONGEVITY TRABECULAR METAL ACETABULAR augment	AFFIANCAMENTO: Cotile Continuum CUP multiforo Tappo polare singolo Ventosa monouso per inserti rigidi Inserto TRILOGY CONSTRAINED
	61	Componente femorale ALLEGRETTO standard Componente tibiale ALLEGRETTO	ESTENSIONE: Componente femorale ZUK Componente tibiale ZUK Inserto articolare ZUK ZUK patient specific guide custom made
	63	Componente femorale PFJ GENDER SOLUTIONS	ESTENSIONE: Componente femorale NEXGEN LEGACY PS- FLEX GENDER OPTION LPS FLEX patient specific guide custom made AFFIANCAMENTO: Componente femorale NEXGEN CR-FLEX GENDER PRECOAT
	66	Componente tibiale NEXGEN PRECOAT STEMMED Componente tibiale NEXGEN FLUTED Rotula polietilene NEXGEN	AFFIANCAMENTO: Componente tibiale PERSONA STEMMED Componente rotulea PERSONA ALLPOLY
	82	Componente femorale NEXGEN RHK	ESTENSIONE: Componente femoreale NEXGEN LEGACY PS- FLEX TIVANIUM OPTION LPS FLEX patient specific guide custom made
	84	HI-FATIGUE BONE CEMENT 1 X 40 g MIXIGUN HYBRID	ESTENSIONE: MIXIGUN (pistola monouso) AFFIANCAMENTO: EASYMIX PRO
87	HI-FATIGUE BONE CEMENT G 1 X 40 g MIXIGUN HYBRID	ESTENSIONE: MIXIGUN (pistola monouso) AFFIANCAMENTO: EASYMIX PRO	

Ritenuto altresì di non autorizzare le sotto riportate richieste di affiancamento/sostituzione/integrazione/estensione di gamma presentate dalle seguenti Ditte per le motivazioni precisate nell'Allegato A:

Ditta	Lotto di riferimento gara	Prodotto aggiudicato	Affiancamento/Sostituzione/Integrazione/Estensione gamma
Myrmex spa	37	Stelo STELLARIS Insero in ceramica SELEXYS per cotile SELEXYS	INTEGRAZIONE CON PRODOTTO AFFERENTE STESSO CND: Sub A Stelo CBC
	45	Stelo STELLARIS Testa in cromo cobalto METAMYS Cotile RM PRESSFIT METAMYS	INTEGRAZIONE CON PRODOTTO AFFERENTE STESSO CND: Sub A Stelo CBC
Permedica spa	35	Stelo femorale JUST Testa articolare in ceramica BIOLOX Cotile JUMP SYSTEM HX-PORE insero BIOLOX DELTA	AFFIANCAMENTO: Sub A: Stelo SYNTHESIS
Smith & Nephew srl	1	Stelo femorale lucido CPCS std e high offset Tandem testa unipolare	AFFIANCAMENTO: Cupola biarticolare acciaio Tandem cupola biarticolare
Zimmer srl	10	Cotile ZCA diam. 32x50 mm SNAP IN	ESTENSIONE GAMMA: Cotile cementato MULLER bordo piatto DURASUL
	50	Stelo da revisione WAGNER SL	ESTENSIONE: Stelo TM PRIMARY con std offset Stelo TM PRIMARY con ext offset
	53	PEDESTAL cotile a presa iliaca ALPHA insero DURASUL	AFFIANCAMENTO: MAXERA CUP

Su proposta del Dirigente responsabile,

DETERMINA:

- 1) Di prendere atto delle valutazioni della Commissione aggiornamento tecnologico contenute nelle premesse e dettagliatamente riepilogate nell'ALLEGATO A alla presente determinazione.

2) Di autorizzare le sotto riportate richieste di affiancamento/sostituzione/integrazione/estensione di gamma presentate dalle seguenti Ditte:

Ditta	Lotto di riferimento gara	Affiancamento/Sostituzione/Integrazione/Estensione gamma
Adler Ortho	36	AFFIANCAMENTO: Insero in polietilene reticolato neutro Insero in polietilene reticolato 15°
Cormed sas	55	AFFIANCAMENTO: Cotile da revisione a press fit INTEGRA
Finceramica spa	41	AFFIANCAMENTO: Stelo SPS evolution Testa in ceramica DELTA
Link Italia spa	81	ESTENSIONE CODICI: ENDOMODEL PROTESI ANTILUSSANTE DESTRAEXTRA ENDOMODEL PROTESI A CERNIERA CON TROCLEA
Myrmex spa	37	INTEGRAZIONE CON PRODOTTO AFFERENTE STESSO CND: Sub D Polietilene ad alta densità
	45	INTEGRAZIONE CON PRODOTTO AFFERENTE STESSO CND: Sub B Testa femorale BIONIT 2 Sub C RMN press fit vitaminis
Permedica spa	35	COMPLETAMENTO GAMMA: Stelo JUST AFFIANCAMENTO: Sub B: Testa articolare ceramica BIOLOX Sub C: Coli JUMP SYSTEM XX-PORE Sub D: Insero ceramica BIOLOX Insero JUMP SYSTEM VITAL-XE Sub E: Viti per cotili JUMP SYSTEM
Smith & Nephew srl	1	AFFIANCAMENTO: Testa unipolare acciaio
	65	AFFIANCAMENTO: LEGION GENESIS II Femore Posterior Stabilized CoCr cementato
	68	AFFIANCAMENTO: LEGION GENESIS II Insero Posterior Stabilized High-Flex All-Poly
	77	AFFIANCAMENTO: LEGION GENESIS II Femore Posterior Stabilized OXINIUM cementato
Stryker Italia srl	25	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO: Stelo ACCOLADE II
	67	INTEGRAZIONE: Sistema SCORPIO NRG
Wright Medical Italy srl	4	AFFIANCAMENTO: Collo PROFEMUR

	8	AFFIANCAMENTO: Collo PROFEMUR Collo PROFEMUR
	51	AFFIANCAMENTO: Collo PROFEMUR Collo PROFEMUR
Zimmer srl	9	ESTENSIONE GAMMA: Cotile cementato MULLER bordo piatto
	18	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	20	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	24	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	25	INTEGRAZIONE GAMMA: Stelo CLS BREVIUS KINECTIV
	29	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	30	AFFIANCAMENTO: Stelo VERSYS HERITAGE CDH Stelo VERSYS HERITAGE con std offset Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta MS30 Centralizzatore distale stelo Testa METASUL cono Testa femorale in lega Cr-Co BIOLOX OPSTYION femoral head Testa da revisione BIOLOX DELTA option cono
	33	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	37	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	39	AFFIANCAMENTO: Stelo VERSYS FMT con std offset Stelo VERSYS FMT con ext offset Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	43	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	45	AFFIANCAMENTO: Insero LONGEVITY neutro Insero LONGEVITY neutro con spalletta
	46	INTEGRAZIONE GAMMA: Testa da revisione BIOLOX DELTA option cono

	52	AFFIANCAMENTO: Cotile Continuum CUP multiforo Tappo polare singolo Ventosa monouso per Inserti rigidi Inserto TRILOGY CONSTRAINED
	61	ESTENSIONE: Componente femorale ZUK Componente tibiale ZUK Inserto articolare ZUK ZUK patient specific guide custom made
	63	ESTENSIONE: Componente femorale NEXGEN LEGACY PS-FLEX GENDER OPTION LPS FLEX patient specific guide custom made AFFIANCAMENTO: Componente femorale NEXGEN CR-FLEX GENDER PRECOAT
	66	AFFIANCAMENTO: Componente tibiale PERSONA STEMMED Componente rotulea PERSONA ALLPOLY
	82	ESTENSIONE: Componente femoreale NEXGEN LEGACY PS-FLEX TIVANIUM OPTION LPS FLEX patient specific guide custom made
	84	ESTENSIONE: MIXIGUN (pistola monouso) AFFIANCAMENTO: EASYMIX PRO
	87	ESTENSIONE: MIXIGUN (pistola monouso) AFFIANCAMENTO: EASYMIX PRO

3) Di non autorizzare le sotto riportate richieste di affiancamento/sostituzione/integrazione/estensione di gamma presentate dalle seguenti Ditte.

Ditta	Lotto di riferimento gara	Affiancamento/Sostituzione/Integrazione/Estensione gamma
Myrmex spa	37	INTEGRAZIONE CON PRODOTTO AFFERENTE STESSO CND: Sub A Stelo CBC
	45	INTEGRAZIONE CON PRODOTTO AFFERENTE STESSO CND: Sub A Stelo CBC
Permedica spa	35	AFFIANCAMENTO: Sub A: Stelo SYNTHESIS

Smith & Nephew srl	1	AFFIANCAMENTO: Cupola biarticolare acciaio Tandem cupola biarticolare
Zimmer srl	10	ESTENSIONE GAMMA: Cotile cementato MULLER bordo piatto DURASUL
	50	ESTENSIONE: Stelo TM PRIMARY con std offset Stelo TM PRIMARY con ext offset
	53	AFFIANCAMENTO: MAXERA CUP

- 4) Di pubblicare sul sito web acquistiliguria.it il dettaglio dei prodotti oggetto di autorizzazione all'affiancamento/integrazione/sostituzione/estensione di gamma.
- 5) Di notificare alla Ditte aggiudicatario e ad AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria la presente determinazione.
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione consta di dieci pagine.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

ALLEGATI:

Allegato A
Verbale Commissione Aggiornamento tecnologico 29/07/2013

RZ/ip

ALLEGATO A

Accordo Quadro per la fornitura di "Protesi di anca e di ginocchio, cemento osseo e sistemi di cementazione" occorrenti alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Liguria per un periodo di quattro anni Aggiornamento tecnologico

Ditta	Lotto di riferimento gara	Tipologia	Descrizione	Prodotto aggiudicato	Affiancamento/Sostituzione/Integrazione/Estensione gamma	Riepilogo risultanze Commissione aggiornamento tecnologico
Adler Ortho	36	Sistema protesico d'anca ceramica-ceramica	Sistema ibrido da primo impianto a preservazione	Cotile FIXA TI-POR	AFFIANCAMENTO: Insero in polietilene reticolato neutro Insero in polietilene reticolato 15°	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO
Cormed sas	55	Protesi totale d'anca da revisione	Componenti acetaloliani non cementati da revisione	Cotile MBA	AFFIANCAMENTO: Cotile da revisione a press fit INTEGRA	La Commissione ritiene l'aggiornamento tecnologico proposto IDONEO in quanto evoluzione del precedente
Finoceramica spa	41	Sistema protesico d'anca metallo-metallo	Sistema da primo impianto non cementati	Stelo femorale SPS rivestito in idrossiapatite anatomico Testa MAXIMUM in cromocobalto	AFFIANCAMENTO: Stelo SPS evolution Testa in ceramica DELTA	Stelo SPS evolution La Commissione ritiene l'aggiornamento tecnologico dello stelo proposto IDONEO in quanto evoluzione del precedente
Link Italia spa	81	Protesi totale di ginocchio da revisione	Protesi di ginocchio a cerniera	Componente femorale ENDOMODEL MODULARE/MODULARE A CERNIERA Componente tibiale ENDOMODEL MODULARE/MODULARE A CERNIERA Insero fisso già ricompreso nel sub B Rotula ENDOMODEL Fidoni femorali cementati/non cementati ENDOMODEL Fidoni tibiali cementati/non cementati ENDOMODEL Spessore femorale ENDOMODEL Spessore femorale ENDOMODEL	ESTENSIONE CODICI: ENDOMODEL PROTESI ANTILUSSANTE DESTRA/EXTRA ENDOMODEL PROTESI A CERNIERA CON TROCLEA	La Commissione ritiene l'estensione proposta IDONEA
	37	Sistema protesico d'anca ceramica-ceramica	Sistema da primo impianto per displasia	Stelo STELLARIS Insero in ceramica SELEXYS per cotile SELEXYS	INTEGRAZIONE CON PRODOTTO AFFERENTE STESSO CND: Sub A Stelo CBC Sub D Polietilene ad alta densità	La Commissione ritiene che: Sub A: l'aggiornamento proposto non corrisponde alle caratteristiche richieste dal lotto aggiudicato. Aggiornamento NON IDONEO Sub D: l'aggiornamento tecnologico dell'insero proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente

Myrmex spa	45	Sistema protesico d'anca metallo-metallo	Sistema da primo impianto per displasia	Stelo STELLARIS Testa in cromo cobalto METAMYS Codile RMI PRESSFIT METAMYS	INTEGRAZIONE CON PRODOTTO AFFERENTE STESSO CND: Sub A Stelo CBC Sub B Testa femorale BIONIT 2 Sub C RMI press fit vitamins	La Commissione ritiene che: Sub A: l'aggiornamento proposto non corrisponde alle caratteristiche richieste dal lotto aggiudicato. Aggiornamento NON IDONEO Sub B: l'aggiornamento tecnologico della testa in ceramica proposta IDONEA in quanto integrazione del precedente Sub C: l'aggiornamento tecnologico del polietilene ad alta densità proposto IDONEO in quanto aggiornamento del precedente
	35	Sistema protesico d'anca ceramica-ceramica	Sistema ibrido da primo impianto a preservazione	Stelo femorale JUST Testa articolare in ceramica BIOLOX Codile JUMP SYSTEM HX-PORE Insero BIOLOX DELTA	COMPLETAMENTO GAMMA: Stelo JUST AFFIANCAMENTO: Sub A: Stelo SYNTHESIS Sub B: Testa articolare ceramica BIOLOX Sub C: Coi JUMP SYSTEM XX-PORE Sub D: Insero ceramica BIOLOX Insero JUMP SYSTEM VITAL-XE Sub E: Viti per codi JUMP SYSTEM	La Commissione ritiene che: Viene approvato il completamento di gamma dello Stelo JUST Sub A: l'aggiornamento proposto con lo stelo SYNTHESIS non corrisponde alle caratteristiche richieste dal lotto aggiudicato. Affiancamento NON IDONEO Sub B-C-D-E: gli aggiornamenti tecnologici proposti IDONEI in quanto integrazione dei precedenti
Smith & Nephew srl	1	Protesi parziale d'anca	Protesi parziale d'anca	Stelo femorale lucido QPCS atè e high offset Tandem testa unipolare	AFFIANCAMENTO: Cupola biarticolare acciaio Testa unipolare acciaio Tandem cupola biarticolare	La Commissione ritiene che: Gli affiancamenti proposti della cupola biarticolare acciaio ed il tandem cupola biarticolare non corrispondono alle caratteristiche richieste dal lotto aggiudicato. Aggiornamento NON IDONEO. L'affiancamento della testa unipolare in acciaio proposta IDONEA in quanto integrazione del precedente
	65	Protesi di ginocchio totale	Protesi di ginocchio cementata a conservazione o sacrificio del LCP	GENESIS II componente femorale cementato LDK GENESIS II base tibiale MIB GENESIS II inserto articolare MIB GENESIS II componente rotuleo GENESIS II stelo endomidollare GENESIS II spessore	AFFIANCAMENTO: LEGION GENESIS II Femore Posterior Stabilized CoCr cementato	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
	68	Protesi di ginocchio totale	Protesi di ginocchio ibrida a conservazione o sacrificio del LCP	GENESIS II componente femorale poroso GENESIS II componente femorale poroso GENESIS II inserto articolare POLY CR HP GENESIS II componenti rotuleo GENESIS II stelo GENESIS II spessore	AFFIANCAMENTO: LEGION GENESIS II Inserto Posterior Stabilized High-Flex All-Poly	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
	77	Protesi totale di ginocchio da revisione	Protesi di ginocchio semivincolata	LEGION FEMORE OXINIUM cementato LEGION BASE tibiale LEGION inserto constrained LEGION stelo press fit femore femorale LEGION stelo press fit femore tibiale LEGION WEDGE femorale LEGION WEDGE fibiale	AFFIANCAMENTO: LEGION GENESIS II Femore Posterior Stabilized OXINIUM cementato	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente

Stryker Italia srl	25	Sistema protesico d'anca ceramica-ceramica	Sistema da primo impianto non cementato	Stelo ACCOLADE 127° / 132°	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO: Stelo ACCOLADE II	La Commissione ritiene l'aggiornamento tecnologico proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
	67	Protesi di ginocchio totale	Protesi di ginocchio cementata a conservazione o sacrificio del LCP	TRIATHLON femorale cementato CRIPS TRIAT TS base Tib Unit/ib CEM TRIATHLON INS CRIPS/CS TRIATHLON rotula TRIAT stelo cementato Spessori TRIATHLON	INTEGRAZIONE: Sistema SCORPIO NRG	La Commissione ritiene l'integrazione proposta IDONEA in quanto integrazione del precedente
Wright Medical Italy srl	4	Protesi totale d'anca	Steli cementati	Collo modulare	AFFIANCAMENTO: Collo PROFEMUR	La Commissione ritiene che l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
	8	Protesi totale d'anca	Steli non cementati	Collo modulare	AFFIANCAMENTO: Collo PROFEMUR Collo PROFEMUR	La Commissione ritiene che l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
	51	Protesi totale d'anca da revisione	Componenti femorali da revisione	Collo modulare	AFFIANCAMENTO: Collo PROFEMUR Collo PROFEMUR	La Commissione ritiene che l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
	9	Protesi totale d'anca	Colli cementati	Colle ZCA Spacer 10° antilussante	ESTENSIONE GAMMA: Colle cementato MÜLLER bordo piatto	La Commissione ritiene l'estensione proposta IDONEA
	10	Protesi totale d'anca	Colli cementati	Colle ZCA diari. 32x50 mm SMA? IN	ESTENSIONE GAMMA: Colle cementato MÜLLER bordo piatto DURASUL	La Commissione ritiene l'estensione proposta NON IDONEA in quanto trattasi di colle non ritentivo
	18	Protesi totale d'anca	Componenti femorali da primo impianto non cementati	Inserito TRILOGY standard e longevity	AFFIANCAMENTO: Inserito LONGEVITY neuro Inserito longevity neutro con spalletta	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
	20	Protesi totale d'anca	Componenti femorali da primo impianto a preservazione	Inserito TRILOGY standard e longevity	AFFIANCAMENTO: Inserito LONGEVITY neuro Inserito longevity neutro con spalletta	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
	24	Sistema protesico d'anca ceramica-ceramica	Sistema da primo impianto non cementato	Inserito BILOX DELTA	AFFIANCAMENTO: Inserito longevity neutro Inserito longevity neutro con spalletta	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
	25	Sistema protesico d'anca ceramica-ceramica	Sistema da primo impianto non cementato	Stelo CLS SPOTORNO	INTEGRAZIONE GAMMA: Stelo CLS BREVIUS KINECTIV	La Commissione ritiene l'integrazione della gamma proposta IDONEA

29	Sistema protesico d'anca ceramica-ceramica	Sistema ibrido da primo impianto con stelo cementato	Insero TRILOGY standard e longevity	AFFIANCAMENTO: Insero longevity neutro Insero longevity neutro con spalletta	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
30	Sistema protesico d'anca ceramica-ceramica	Sistema ibrido da primo impianto con stelo cementato	Stelo MS 30 MS 30 centralizzatore distale stelo Testa BIOLOX DELTA con 12/14 Collie CONTINUUM CUP unibole/colater Insero BIOLOX DELTA MS30 posizionate pross. Lat.	AFFIANCAMENTO: Stelo VERSYS HERITAGE CDH Stelo VERSYS HERITAGE con sid offset Insero longevity neutro Insero longevity neutro con spalletta MS30 Centralizzatore distale stelo Testa METASUL con Testa femorale in lega Cr-Co BIOLOX OPSTYION femoral head Testa da revisione BIOLOX DELTA option cono	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
33	Sistema protesico d'anca ceramica-ceramica	Sistema ibrido da primo impianto a preservazione	Insero TRILOGY standard e longevity	AFFIANCAMENTO: Insero longevity neutro Insero longevity neutro con spalletta	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
37	Sistema protesico d'anca ceramica-ceramica	Sistema da primo impianto per displasia	Insero TRILOGY standard e longevity	AFFIANCAMENTO: Insero longevity neutro Insero longevity neutro con spalletta	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
39	Sistema protesico d'anca metallo-metallo	Sistema da primo impianto non cementati	Stelo CLS SPOTORNO Insero METASUL	AFFIANCAMENTO: Stelo VERSYS FMT con sid offset Stelo VERSYS FMT con ext offset Insero longevity neutro Insero longevity neutro con spalletta	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
43	Sistema protesico d'anca metallo-metallo	Sistema da primo impianto a preservazione	Insero METASUL	AFFIANCAMENTO: Insero longevity neutro Insero longevity neutro con spalletta	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
45	Sistema protesico d'anca metallo-metallo	Sistema da primo impianto per displasia	Insero METASUL	AFFIANCAMENTO: Insero longevity neutro Insero longevity neutro con spalletta	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
46	Sistema protesico d'anca metallo-metallo	Sistema da primo impianto per displasia	MTESTA METASUL con 12/14	INTEGRAZIONE GAMMA: Testa da revisione BIOLOX DELTA option cono	La Commissione ritiene l'integrazione della gamma proposta IDONEA
50	Protesi totale d'anca da revisione	Componenti femorali da revisione	Stelo da revisione WAGNER SL	ESTENSIONE: Stelo TM PRIMARY con sid offset Stelo TM PRIMARY con ext offset	La Commissione ritiene l'estensione proposta NON IDONEA in quanto non ha i press fit diarisario richiesti
52	Protesi totale d'anca da revisione	Componenti acetabolari non cementati da revisione	Collie TRABECULAR METAL MODULAR multifori Insero TRILOGY standard in longevity TRABECULAR METAL ACETABULAR augment	AFFIANCAMENTO: Collie Continuum CUP multiforo Tappo polare singolo Ventosa monouso per inserti rigidi Insero TRILOGY CONSTRAINED	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente

53	Protesi totale d'anca da revisione	Componenti acetabolari non cementati da revisione	PEDESTAL ocilia a presa illica ALPHA Inseto DURASUL	AFFIANCAMENTO: MAXERA CUP	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto NON IDONEO in quanto non presenta la presa illica
61	Protesi di ginocchio monocompartimentale	Protesi di ginocchio femoro-tibiale	Componente femorale ALLEGRETTO standard Componente tibiale ALLEGRETTO	ESTENSIONE: Componente femorale ZUK Componente tibiale ZUK Insetto articolare ZUK ZUK patient specific guide custom made	La Commissione ritiene l'estensione proposta IDONEA
63	Protesi di ginocchio monocompartimentale	Protesi di ginocchio femoro-tibiale	Componente femorale PFJ GENDER SOLUTIONS	ESTENSIONE: Componente femorale NEXGEN LEGACY PS-FLEX GENDER OPTION LPS FLEX patient specific guide custom made AFFIANCAMENTO: Componente femorale NEXGEN CR-FLEX GENDER PRECOAT	La Commissione ritiene l'estensione proposta IDONEA. La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
66	Protesi di ginocchio totale	Protesi di ginocchio cementata a conservazione o sacrificio del LCP	Componente tibiale NEXGEN PRECOAT STEMMED Componente tibiale NEXGEN FLUTED Rotula poliellene NEXGEN	AFFIANCAMENTO: Componente tibiale PERSONA STEMMED Componente rotulea PERSONA ALLPOLY	La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
82	Protesi totale di ginocchio da revisione	Protesi di ginocchio a cerniera	Componente femorale NEXGEN RHK	ESTENSIONE: Componente femorale NEXGEN LEGACY PS-FLEX TITANIUM OPTION LPS FLEX patient specific guide custom made	La Commissione ritiene l'estensione proposta IDONEA
84	Cemento osseo	Cemento osseo a bassa viscosità	HI-FATIGUE BONE CEMENT 1 X 40 g MIXGUN HYBRID	ESTENSIONE: MIXGUN (pistola monouso) AFFIANCAMENTO: EASYMIX PRO	La Commissione ritiene l'estensione proposta IDONEA La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente
87	Cemento osseo	Cemento osseo con antibiotici	HI-FATIGUE BONE CEMENT 6 1 X 40 g MIXGUN HYBRID	ESTENSIONE: MIXGUN (pistola monouso) AFFIANCAMENTO: EASYMIX PRO	La Commissione ritiene l'estensione proposta IDONEA La Commissione ritiene l'affiancamento proposto IDONEO in quanto integrazione del precedente

Zimmer srl