

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

www.acquistiliguria.it

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
Funzionario referente: Dott. Maurizio Crovetto

Seconda indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Dispositivi e presidi per pazienti Colo-Uro-Ileostomizzati occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) – Lotti n. 18. Numero gara 7779676

Verbale di valutazione tecnica

III seduta riservata 09 marzo 2021

Il giorno nove del mese di marzo dell'anno duemila ventuno, alle ore 14,30, si è riunita in seduta riservata, e in presenza fisica, la Commissione giudicatrice nominata per la valutazione tecnica delle offerte tecniche pervenute.

Sono presenti,

per commissione giudicatrice:

DOTT.SSA CINZIA MAZZOLA	Dirigente Medico U.O. Chirurgia pediatrica Istituto G. Gaslini	Presidente
DOTT.SSA LOANNA MIGNONE	IP Ambulatorio Stomie ASL 2	Componente
DOTT.SSA STEFANIA VIELLO	Coll. profess. Sanitario infermiere S.C. Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica. E.O. Ospedali Galliera	Componente

per la Centrale il dott. Maurizio Crovetto, funzionario referente della gara, che svolge le funzioni di segretario.

La seduta è riservata.

I lavori iniziano con la definitiva valutazione di idoneità dei prodotti offerti, cioè il riscontro, sulla documentazione tecnica e sulle campionature, della presenza per ogni prodotto delle caratteristiche cd "di minima" pena esclusione.

Tutti i prodotti offerti sono risultati idonei alle caratteristiche cd "di minima" con l'eccezione del seguente prodotto, che viene pertanto dichiarato non idoneo ed escluso dalla gara:


A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 1 di pag. 2



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

2 di 2			
lotto	Ditta	prodotto	motivazione
4	Convatec	Natura	Manca la valvola. Il sistema è a pressione

Si passa pertanto alla messa in comune delle valutazioni e considerazioni dei componenti sulle offerte delle ditte concorrenti, in particolar modo sulle caratteristiche oggetto di valutazione tecnica a punteggio.

Gli uffici della Centrale hanno predisposto per ogni lotto un foglio di lavoro excel contenente le caratteristiche a punteggio oggetto della valutazione della seduta odierna; si procede pertanto dal lotto n. 1 ad inserire le valutazioni e i punteggi relativi.

I fogli di lavoro excel, debitamente compilati, vengono allegati quali parti integrali e sostanziali del presente verbale.

Gli atti di gara non prevedono alcun punteggio minimo di idoneità, quindi tutte le ditte concorrenti sono ammesse alla fase di valutazione economica delle offerte.


Al termine dei lavori, Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale, per complessive n. 30 (trenta) pagine, compresi gli allegati, agli atti della Centrale per gli atti successivi della procedura.

La seduta è tolta alle ore 16,40 circa.



Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente: Dott.ssa Cinzia Mazzola
Componente: Dott.ssa Loanna Mignone
Componente: Dott.ssa Stefania Viello
Il Funzionario Referente,
segretario: Dott. Maurizio Crovetto

LOTTO 1 SISTEMA POST-OPERATORIO MONOPEZZO - STERILE					COLOPLAST		HOLLISTER	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti	
1	facilità di applicazione e rimozione	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO DUE DITTE OFFERENTI)	15	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente	0,700	prodotto più che ottimo
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		0,900	
				riportata a 1	1,000		0,900	
				Punteggio	15,000		13,500	
2	morbidezza del materiale tale da permettere una buona adattabilità alla conformazione addominale del paziente	Q1	10	MAZZOLA	1,000	prodotto più che ottimo	1,000	eccellente adattabilità
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	0,700		1,000	
				Media coefficienti	0,900		1,000	
				riportata a 1	0,900		1,000	
				Punteggio	9,000		10,000	
3	capacità adesiva sulla cute addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente capacità adesiva	1,000	eccellente capacità adesiva
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000	
4	atraumaticità al posizionamento e alla rimozione	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO DUE DITTE OFFERENTI)	15	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente nel posizionamento e rimozione	1,000	prodotto più che ottimo nel posizionamento e rimozione
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		0,700	
				Media coefficienti	1,000		0,900	
				riportata a 1	1,000		0,900	
				Punteggio	15,000		13,500	
5	resistenza della barriera all'aggressione degli effluenti	Q1	10	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente	0,700	prodotto più che ottimo nella caratteristica presa in considerazione
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		0,900	
				riportata a 1	1,000		0,900	
				Punteggio	10,000		9,000	
6	facilità di apertura e chiusura della finestra	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO DUE DITTE OFFERENTI)	10	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente nell'operazione indicata	1,000	prodotto eccellente nell'operazione indicata
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000	
	Totale punteggio di qualità		70,000		69,000		66,000	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		70,000		66,957	


SV
TL
LR

LOTTO 2 SISTEMA POST-OPERATORIO MONOPEZZO - NON STERILE					COLOPLAST		HOLLISTER	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni individuali		Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti	
1	facilità di applicazione e rimozione	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO DUE DITTE OFFERENTI)	15	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente	0,700	prodotto più che ottimo
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		0,900	
				riportata a 1	1,000		0,900	
				Punteggio	15,000		13,500	
2	morbidezza del materiale tale da permettere una buona adattabilità alla conformazione addominale del paziente	Q1	10	MAZZOLA	1,000	prodotto più che ottimo	1,000	eccellente adattabilità
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	0,700		1,000	
				Media coefficienti	0,900		1,000	
				riportata a 1	0,900		1,000	
				Punteggio	9,000		10,000	
3	capacità adesiva sulla cute addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente capacità adesiva	1,000	eccellente capacità adesiva
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000	
4	atraumaticità al posizionemanto e alla rimozione	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO DUE DITTE OFFERENTI)	15	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente nel posizionamento e rimozione	1,000	prodotto più che ottimo nel posizionamento e rimozione
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		0,700	
				Media coefficienti	1,000		0,900	
				riportata a 1	1,000		0,900	
				Punteggio	15,000		13,500	
5	resistenza della barriera all'aggressione degli effluenti	Q1	10	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente	0,700	prodotto più che ottimo nella caratteristica presa in considerazione
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		0,900	
				riportata a 1	1,000		0,900	
				Punteggio	10,000		9,000	
6	facilità di apertura e chiusura della finestra	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO DUE DITTE OFFERENTI)	10	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente nell'operazione indicata	1,000	prodotto eccellente nell'operazione indicata
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000	
	Totale punteggio di qualità		70,000		69,000		66,000	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		70,000		66,957	


SV
ste


LOTTO 3 SISTEMA POST-OPERATORIO 2 PEZZI - STERILE					HOLLISTER	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni Individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti	
1	facilità di applicazione e rimozione	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO UNA DITTA OFFERENTE)	15	MAZZOLA	0,700	più che ottimo
				MIGNONE	0,700	
				VIELLO	1,000	
				Media coefficienti	0,800	
				Punteggio	12,000	
2	morbidezza del materiale tale da permettere una buona adattabilità alla conformazione addominale del paziente	Q1	10	MAZZOLA	0,700	ottimo
				MIGNONE	0,700	
				VIELLO	0,700	
				Media coefficienti	0,700	
				Punteggio	7,000	
3	capacità adesiva sulla cute addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	più che ottimo
				MIGNONE	1,000	
				VIELLO	1,000	
				Media coefficienti	1,000	
				Punteggio	10,000	
4	atraumaticità al posizionemanto e alla rimozione	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO UNA DITTA OFFERENTE)	15	MAZZOLA	1,000	più che ottimo
				MIGNONE	0,700	
				VIELLO	0,700	
				Media coefficienti	0,800	
				Punteggio	12,000	
5	resistenza della barriera all'aggressione degli effluenti	Q1	10	MAZZOLA	0,700	più che ottimo
				MIGNONE	0,700	
				VIELLO	1,000	
				Media coefficienti	0,800	
				Punteggio	8,000	
6	facilità di apertura e chiusura della finestra	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO UNA DITTA OFFERENTE)	10	MAZZOLA	1,000	più che ottimo
				MIGNONE	0,700	
				VIELLO	1,000	
				Media coefficienti	0,900	
				Punteggio	9,000	
	Totale punteggio di qualità		70,000		58,000	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		70,000	

SV
Vle
La

LOTTO 4 SISTEMA POST-OPERATORIO 2 PEZZI - NON STERILE						HOLLISTER	
Caratteristiche oggetto di valutazione						Valutazioni Individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso			presenti	
1	facilità di applicazione e rimozione	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO DUE DITTE OFFERENTI)	15	MAZZOLA	1,000	più che ottimo	
				MIGNONE	0,700		
				VIELLO	1,000		
				Media coefficienti riportata a 1	0,900		
				Punteggio	13,500		
2	morbidezza del materiale tale da permettere una buona adattabilità alla conformazione addominale del paziente	Q1	10	MAZZOLA	1,000	più che ottimo	
				MIGNONE	0,700		
				VIELLO	0,700		
				Media coefficienti riportata a 1	0,800		
				Punteggio	8,000		
3	capacità adesiva sulla cute addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	più che ottimo	
				MIGNONE	0,700		
				VIELLO	1,000		
				Media coefficienti riportata a 1	0,900		
				Punteggio	9,000		
4	atraumaticità al posizionamento e alla rimozione	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO DUE DITTE OFFERENTI)	15	MAZZOLA	1,000	più che ottimo	
				MIGNONE	0,700		
				VIELLO	0,700		
				Media coefficienti riportata a 1	0,800		
				Punteggio	12,000		
5	resistenza della barriera all'aggressione degli effluenti	Q1	10	MAZZOLA	1,000	più che ottimo	
				MIGNONE	0,700		
				VIELLO	1,000		
				Media coefficienti riportata a 1	0,900		
				Punteggio	9,000		
6	facilità di apertura e chiusura della finestra	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO DUE DITTE OFFERENTI)	10	MAZZOLA	1,000	più che ottimo	
				MIGNONE	0,700		
				VIELLO	1,000		
				Media coefficienti riportata a 1	0,900		
				Punteggio	9,000		
Totale punteggio di qualità			70,000			60,500	
Totale punteggio di qualità riparametrato			70,000			70,000	

[Handwritten signature]
SV
72
LO

LOTTO 5 BARRETTA POST-OPERATORIO - STERILE					COLOPLAST		CONVATEC		HOLLISTER	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti		presenti	
1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	25	riportata a 1	1,00		1,00		0,00	
				Punteggio	25,000		25,000		0,000	
2	atraumaticità: assenza di lesioni nel periodo di permanenza (media 5-7 gg)	Q1	20	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	0,700	rischio di lesione da pressione
				MIGNONE	1,000		1,000		0,700	
				VIELLO	1,000		1,000		0,700	
				Media coefficienti	1,000		1,000		0,700	
				riportata a 1	1,000		1,000		0,700	
				Punteggio	20,000		20,000		14,000	
3	facilità di gestione degli altri presidi per stomia (placche e sacche) durante il suo utilizzo	Q1	25	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	0,070	forma meno stabile delle altre
				MIGNONE	1,000		1,000		0,700	
				VIELLO	1,000		1,000		0,700	
				Media coefficienti	1,000		1,000		0,490	
				riportata a 1	1,000		1,000		0,490	
				Punteggio	25,000		25,000		12,250	
	Totale punteggio di qualità		70,000		70,000		70,000		26,250	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		70,000		70,000		26,250	

1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	25
---	--	----	----

COLOPLAST	CONVATEC	HOLLISTER
-----------	----------	-----------

					COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	HOLLISTER	
				MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	2	0	Il prodotto coloplast non dà problemi di decubito; Più facile il posizionamento	2	0	il prodotto convatec non dà problemi di decubito. Più facile il posizionamento
				MIGNONE	1	1		2	0		2	0	
				VIELLO	1	1		2	0		2	0	
Punti grezzi	3,000	3,000	0,000	MEDIA	1,0000	1,0000		2,0000	0,0000		2,0000	0,0000	
riportata a 1	1,00	1,00	0,00										
Punteggio	25,000	25,000	0,000										

SV
VLE
LO

LOTTO 6 SISTEMA DUE PEZZI COLOSTOMIA (SACCA CHIUSA PLACCA PIANA E PLACCA CONVESSA)					B.BRAUN		COLOPLAST		CONVATEC		ESPO		HOLLISTER	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti		presenti		presenti		presenti	
1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	10	riportata a 1	0,81		1,00		0,19		0,81		0,94	
				Punteggio	8,125		10,000		1,875		8,125		9,375	
2	placca: morbidezza del materiale tale da permettere una buona adattabilità alla conformazione addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	più che ottimo	1,000	eccellente	0,700	materiale meno morbido	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	0,700		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				Media coefficienti	0,900		1,000		0,800		1,000		1,000	
				riportata a 1	0,900		1,000		0,800		1,000		1,000	
				Punteggio	9,000		10,000		8,000		10,000		10,000	
3	placca: capacità adesiva sulla cute addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	0,700	placca un po' spessa e rigida. Cerotto troppo adesivo	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		7,000		10,000		10,000	
4	placca: atraumaticità al posizionamento e alla rimozione	Q2	10	riportata a 1	0,94		0,88		0,00		1,00		0,94	
				Punteggio	9,375		8,750		0,000		10,000		9,375	
5	placca: resistenza della barriera all'aggressione degli effluenti	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	0,700	qualità leggermente inferiore a quella dei concorrenti	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		0,800		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		0,800		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		8,000		10,000		10,000	
6	sacca: facilità di applicazione e rimozione della sacca alla placca	Q2	10	riportata a 1	1,00		0,30		0,25		0,60		0,85	
				Punteggio	10,000		3,000		2,500		6,000		8,500	
7	sacca: sistema di aggancio alla placca con minima compressione addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	0,700	prodotto buono, meno performante rispetto a Braun	0,500	aggancio a pressione sulle misure più piccole	0,700	prodotto ottimo, leggermente meno performante rispetto a Braun	0,700	prodotto più che ottimo, leggermente meno performante rispetto a Braun
				MIGNONE	1,000		0,500		0,700		0,700		1,000	
				VIELLO	1,000		0,500		0,700		0,700		1,000	
				Media coefficienti	1,000		0,567		0,633		0,700		0,900	
				riportata a 1	1,000		0,567		0,633		0,700		0,900	
				Punteggio	10,000		5,667		6,333		7,000		9,000	

	Totale punteggio di qualità		70,000		66,500		57,417		33,708		61,125		66,250	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		70,000		60,439		35,482		64,342		69,737	

OK
SV
+CE
LQ

1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	10
---	--	----	----

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi	4,333	5,333	1,000	4,333	5,0000
riportata a 1	0,81	1,00	0,19	0,81	0,94
Punteggio	8,125	10,000	1,875	8,125	9,375

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	preferenza minima per prodotto Coloplast	2	0	preferenza minima per prodotto Braun per 2 comm.	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	0	2		2	0		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
	0,6667	1,3333		1,6667	0,3333		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	2	0	preferenza minima per prodotto Coloplast	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	0	2	preferenza minima per prodotto Espo PER 1 Commissario
MIGNONE	2	0		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	2	0		1	1		1	1		1	1	
MEDIA	2,0000	0,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		0,6667	1,3333	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	0	2	preferenza minima per prodotto Hollister	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	0	2		1	1	
VIELLO	0	2		1	1	
MEDIA	0,0000	2,0000		1,0000	1,0000	


4	placca: atraumaticità al posizionemanto e alla rimozione	Q2	10
---	--	----	----

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi	5,000	4,667	0,000	5,333	5,0000
riportata a 1	0,94	0,88	0,00	1,00	0,94
Punteggio	9,375	8,750	0,000	10,000	9,375

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	2	0	preferenza minima per prodotto Braun	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		2	0		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		2	0		1	1		1	1	
	1,0000	1,0000		2,0000	0,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	2	0	preferenza minima per prodotto Coloplast	1	1	preferenza minima per prodotto espo	1	1	prodotti equiparabili	0	2	preferenza minima per prodotto Espo
MIGNONE	2	0		0	2		1	1		0	2	
VIELLO	2	0		1	1		1	1		0	2	
MEDIA	2,0000	0,0000		0,6667	1,3333		1,0000	1,0000		0,0000	2,0000	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	0	2	preferenza minima per prodotto Hollister	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	0	2		1	1	
VIELLO	0	2		1	1	
MEDIA	0,0000	2,0000		1,0000	1,0000	


SV
7/6
20

6	sacca: facilità di applicazione e rimozione della sacca alla placca	Q2	10
---	---	----	----

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER	
Punti grezzi	6,667	2,000	1,667	4,0000	5,6667	
riportata a 1	1,00	0,30	0,25	0,60	0,85	
Punteggio	10,000	3,000	2,500	6,000	8,500	

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	2	0	leggera preferenza per prodotto Braun	2	0	leggera preferenza per prodotto Braun	1	1	leggera preferenza per prodotto Braun	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	2	0		2	0		2	0		1	1	
VIELLO	2	0		2	0		2	0		1	1	
	2,0000	0,0000		2,0000	0,0000		1,6667	0,3333		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	0	2	leggera preferenza per prodotto Espo	0	2	leggera preferenza per prodotto Hollister	0	2	leggera preferenza per prodotto Espo
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		0	2		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		0,6667	1,3333		0,3333	1,6667		0,6667	1,3333	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	0	2	leggera preferenza per prodotto Hollister	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	0	2		1	1	
VIELLO	0	2		1	1	
MEDIA	0,0000	2,0000		1,0000	1,0000	

OK
SV
RE
LD

LOTTO 7 SISTEMA DUE PEZZI ILEOSTOMIA (SACCA APERTA PLACCA PIANA E PLACA CONVESSA)					B.BRAUN		COLOPLAST		CONVATEC		ESPO		HOLLISTER	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti		presenti		presenti		presenti	
1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	10	riportata a 1	0,81		1,00		0,19		0,81		0,94	
				Punteggio	8,125		10,000		1,875		8,125		9,375	
2	placca: morbidezza del materiale tale da permettere una buona adattabilità alla conformazione addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	più che ottimo	1,000	eccellente	0,700	materiale meno morbido	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	0,700		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				Media coefficienti	0,900		1,000		0,800		1,000		1,000	
				riportata a 1	0,900		1,000		0,800		1,000		1,000	
				Punteggio	9,000		10,000		8,000		10,000		10,000	
3	placca: capacità adesiva sulla cute addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	0,700	placca un po' spessa e rigida. Cerotto troppo adesivo	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		7,000		10,000		10,000	
4	placca: atraumaticità al posizionamento e alla rimozione	Q2	10	riportata a 1	0,94		0,88		0,00		1,00		0,94	
				Punteggio	9,375		8,750		0,000		10,000		9,375	
5	placca: resistenza della barriera all'aggressione degli effluenti	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	0,700	qualità leggermente inferiore a quella dei concorrenti	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		0,800		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		0,800		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		8,000		10,000		10,000	
6	sacca: facilità di applicazione e rimozione della sacca alla placca	Q2	8	riportata a 1	1,00		0,30		0,25		0,60		0,85	
				Punteggio	8,000		2,400		2,000		4,800		6,800	
7	sacca: sistema di aggancio alla placca con minima compressione addominale	Q1	6	MAZZOLA	1,000	eccellente	0,700	prodotto buono, meno performante rispetto a Braun	0,500	aggancio a pressione sulle misure più piccole	0,700	prodotto ottimo, leggermente meno performante rispetto a Braun	0,700	prodotto più che ottimo, leggermente meno performante rispetto a Braun
				MIGNONE	1,000		0,500		0,700		0,700		1,000	
				VIELLO	1,000		0,500		0,700		0,700		1,000	
				Media coefficienti	1,000		0,567		0,633		0,700		0,900	
				riportata a 1	1,000		0,567		0,633		0,700		0,900	
				Punteggio	6,000		3,400		3,800		4,200		5,400	
8	sacca: praticità del sistema di chiusura del fondo	Q1	6	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	6,000		6,000		6,000		6,000		6,000	

	Totale punteggio di qualità		70,000		66,500		60,550		36,675		63,125		66,950	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		69,529		63,308		38,346		66,001		70,000	


8v



1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	10
---	--	----	----

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi	4,333	5,333	1,000	4,333	5,0000
riportata a 1	0,81	1,00	0,19	0,81	0,94
Punteggio	8,125	10,000	1,875	8,125	9,375

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	preferenza minima per prodotto Coloplast	2	0	preferenza minima per prodotto Braun per 2 comm.	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	0	2		2	0		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
	0,6667	1,3333		1,6667	0,3333		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	2	0	preferenza minima per prodotto Coloplast	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	0	2	preferenza minima per prodotto Espo PER 1
MIGNONE	2	0		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	2	0		1	1		1	1		1	1	
MEDIA	2,0000	0,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		0,6667	1,3333	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	0	2	preferenza minima per prodotto Hollister	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	0	2		1	1	
VIELLO	0	2		1	1	
MEDIA	0,0000	2,0000		1,0000	1,0000	

4	placca: atraumaticità al posizionemanto e alla rimozione	Q2	10
---	--	----	----

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi	5,000	4,667	0,000	5,333	5,0000
riportata a 1	0,94	0,88	0,00	1,00	0,94
Punteggio	9,375	8,750	0,000	10,000	9,375

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	2	0	preferenza minima per prodotto Braun	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		2	0		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		2	0		1	1		1	1	
	1,0000	1,0000		2,0000	0,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	2	0	preferenza minima per prodotto Coloplast	1	1	preferenza minima per prodotto espo	1	1	prodotti equiparabili	0	2	preferenza minima per prodotto Espo
MIGNONE	2	0		0	2		1	1		0	2	
VIELLO	2	0		1	1		1	1		0	2	
MEDIA	2,0000	0,0000		0,6667	1,3333		1,0000	1,0000		0,0000	2,0000	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	0	2	preferenza minima per prodotto Hollister	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	0	2		1	1	
VIELLO	0	2		1	1	
MEDIA	0,0000	2,0000		1,0000	1,0000	

Alh
8v
Le
re

6	sacca: facilità di applicazione e rimozione della sacca alla placca	Q2	8
---	---	----	---

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi	6,667	2,000	1,667	4,000	5,6667
riportata a 1	1,00	0,30	0,25	0,60	0,85
Punteggio	8,000	2,400	2,000	4,800	6,800



	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	2	0	leggera preferenza per prodotto Braun	2	0	leggera preferenza per prodotto Braun	1	1	leggera preferenza per prodotto Braun	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	2	0		2	0		2	0		1	1	
VIELLO	2	0		2	0		2	0		1	1	
	2,0000	0,0000		2,0000	0,0000		1,6667	0,3333		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	0	2	leggera preferenza per prodotto Espo	0	2	leggera preferenza per prodotto Hollister	0	2	leggera preferenza per prodotto Espo
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		0	2		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		0,6667	1,3333		0,3333	1,6667		0,6667	1,3333	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	0	2	leggera preferenza per prodotto Hollister	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	0	2		1	1	
VIELLO	0	2		1	1	
MEDIA	0,0000	2,0000		1,0000	1,0000	

OK
SV
FLC

LOTTO 8 SISTEMA DUE PEZZI UROSTOMIA (PLACCA PIANA E PLACA CONVESSA)					B.BRAUN		COLOPLAST		CONVATEC		ESPO		HOLLISTER	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti		presenti		presenti		presenti	
1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	10	riportata a 1	0,80		1,00		0,40		0,80		1,00	
				Punteggio	8,000		10,000		4,000		8,000		10,000	
2	placca: morbidezza del materiale tale da permettere una buona adattabilità alla conformazione addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	0,700	ottimo	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		7,000		10,000		10,000	
3	placca: capacità adesiva sulla cute addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	0,700	ottimo	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		7,000		10,000		10,000	
4	placca: atraumaticità al posizionamento e alla rimozione	Q2	10	riportata a 1	0,94		0,88		0,00		1,00		0,94	
				Punteggio	9,375		8,750		0,000		10,000		9,375	
5	placca: resistenza della barriera all'aggressione degli effluenti	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	0,700	qualità leggermente inferiore a quella dei concorrenti	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		0,700		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		0,800		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		0,800		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		8,000		10,000		10,000	
6	sacca: facilità di applicazione e rimozione della sacca alla placca	Q2	6	riportata a 1	0,65		0,65		0,53		0,71		1,00	
				Punteggio	3,882		3,882		3,176		4,235		6,000	
7	sacca: sistema di aggancio alla placca con minima compressione addominale	Q1	6	MAZZOLA	1,000	eccellente	0,700	prodotto buono, meno performante rispetto a Braun	0,500	aggancio a pressione sulle misure più piccole	0,700	prodotto ottimo, leggermente meno performante rispetto a Braun	0,700	prodotto più che ottimo, leggermente meno performante
				MIGNONE	1,000		0,500		0,700		0,700		1,000	
				VIELLO	1,000		0,500		0,700		0,700		1,000	
				Media coefficienti	1,000		0,567		0,633		0,700		0,900	
				riportata a 1	1,000		0,567		0,633		0,700		0,900	
				Punteggio	6,000		3,400		3,800		4,200		5,400	
8	sacca: praticità del sistema di chiusura della valvola di scarico	Q1	4	MAZZOLA	1,000	eccellente	0,700	prodotto ottimo	0,700	prodotto ottimo	0,700	prodotto ottimo	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		0,700		0,700		0,700		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		0,800		0,800		0,800		1,000	
				riportata a 1	1,000		0,800		0,800		0,800		1,000	
				Punteggio	4,000		3,200		3,200		3,200		4,000	
9	sacca: raccordo del rubinetto alla sacca di scarico di facile utilizzo	Q1	4	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
Totale punteggio di qualità					65,257		63,232		40,176		63,635		68,775	
Totale punteggio di qualità riparametrato					66,420		64,359		40,892		64,769		70,000	


SV

ze

1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	10
---	--	----	----

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi	4,000	5,000	2,000	4,000	5,0000
riportata a 1	0,80	1,00	0,40	0,80	1,00
Punteggi o	8,000	10,000	4,000	8,000	10,000

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	2	0	preferenza minima per prodotto Coloplast	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	2	0		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	2	0		1	1		1	1		1	1	
MEDIA	2,0000	0,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	0	2	preferenza minima per prodotto Hollister	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	0	2		1	1	
VIELLO	0	2		1	1	
MEDIA	0,0000	2,0000		1,0000	1,0000	

4	placca: atraumaticità al posizionemanto e alla rimozione	Q2	10
---	--	----	----

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi	5,000	4,667	0,000	5,333	5,0000
riportata a 1	0,94	0,88	0,00	1,00	0,94
Punteggi o	9,375	8,750	0,000	10,000	9,375

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	2	0	preferenza minima per prodotto Braun	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		2	0		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		2	0		1	1		1	1	
	1,0000	1,0000		2,0000	0,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	2	0	preferenza minima per prodotto Coloplast	1	1	preferenza minima per prodotto espo	1	1	prodotti equiparabili	0	2	preferenza minima per prodotto Espo
MIGNONE	2	0		0	2		1	1		0	2	
VIELLO	2	0		1	1		1	1		0	2	
MEDIA	2,0000	0,0000		0,6667	1,3333		1,0000	1,0000		0,0000	2,0000	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	0	2	preferenza minima per prodotto Hollister	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	0	2		1	1	
VIELLO	0	2		1	1	
MEDIA	0,0000	2,0000		1,0000	1,0000	

sv
la
re

6	sacca: facilità di applicazione e rimozione della sacca alla placca	Q2	6
---	---	----	---

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi	3,667	3,667	3,000	4,000	5,6667
riportata a 1	0,65	0,65	0,53	0,71	1,00
Punteggi o	3,882	3,882	3,176	4,235	6,000

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	leggera preferenza per prodotto hollister
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		0	2	
	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		0,6667	1,3333	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	leggera preferenza per prodotto hollister	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		0	2		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		0,6667	1,3333		1,0000	1,0000	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	0	2	leggera preferenza per prodotto hollister	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	0	2		1	1	
VIELLO	0	2		1	1	
MEDIA	0,0000	2,0000		1,0000	1,0000	

sv
le
ne

LOTTO 9 COLOSTOMIA SISTEMA MONOPEZZO					B.BRAUN		COLOPLAST		CONVATEC		ESPO		HOLLISTER	
FONDO CHIUSO PIANA E FONDO CHIUSO														
CONVESSA														
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti		presenti		presenti		presenti	
1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	15	riportata a 1	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
				Punteggio	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000	
2	morbidezza del materiale tale da permettere una buona adattabilità alla conformazione addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	più che ottimo	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	ottimo	1,000	eccellente
				MIGNONE	0,700		1,000		1,000		0,700		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		0,700		1,000	
				Media coefficienti	0,900		1,000		1,000		0,800		1,000	
				riportata a 1	0,900		1,000		1,000		0,800		1,000	
				Punteggio	9,000		10,000		10,000		8,000		10,000	
3	capacità adesiva sulla cute addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
4	atraumaticità al posizionamento e alla rimozione	Q2	15	riportata a 1	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
				Punteggio	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000	
5	resistenza della barriera all'aggressione degli effluenti	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
6	ritagliabilità, modellabilità, adattabilità del sistema alla cute	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
	Totale punteggio di qualità		70,000		69,000		70,000		70,000		68,000		70,000	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		69,000		70,000		70,000		68,000		70,000	

PR
SV
LE
RCE

1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	15
---	--	----	----

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi	4,000	4,000	4,000	4,000	4,0000
riportata a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Punteggi o	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

4	placca: atraumaticità al posizionemanto e alla rimozione	Q2	15
---	--	----	----

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi	4,000	4,000	4,000	4,000	4,0000
riportata a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Punteggi o	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

SV
La
re

LOTTO 10 ILEOSTOMIA SISTEMA MONOPEZZO FONDO APERTO PIANA E FONDO APERTO CONVESSA					B.BRAUN		COLOPLAST		CONVATEC		ESPO		HOLLISTER	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti		presenti		presenti		presenti	
1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	15	riportata a 1	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
				Punteggio	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000	
2	morbidezza del materiale tale da permettere una buona adattabilità alla conformazione addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	più che ottimo	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	ottimo	1,000	eccellente
				MIGNONE	0,700		1,000		1,000		0,700		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		0,700		1,000	
				Media coefficienti	0,900		1,000		1,000		0,800		1,000	
				riportata a 1	0,900		1,000		1,000		0,800		1,000	
				Punteggio	9,000		10,000		10,000		8,000		10,000	
3	capacità adesiva sulla cute addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
4	atraumaticità al posizionamento e alla rimozione	Q2	15	riportata a 1	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
				Punteggio	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000	
5	resistenza della barriera all'aggressione degli effluenti	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
6	ritagliabilità, modellabilità, adattabilità del sistema alla cute	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
	Totale punteggio di qualità		70,000		69,000		70,000		70,000		68,000		70,000	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		69,000		70,000		70,000		68,000		70,000	

AR
SV
LA
VLE

1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	15
---	--	----	----

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi riportata a 1	4,000	4,000	4,000	4,000	4,0000
Punteggio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

4	placca: atraumaticità al posizionemanto e alla rimozione	Q2	15
---	--	----	----

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi riportata a 1	4,000	4,000	4,000	4,000	4,0000
Punteggio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

OK
Lg
re

LOTTO 11 UROSTOMIA SISTEMA MONOPEZZO PIANA E CONVESSA					B.BRAUN		COLOPLAST		CONVATEC		ESPO		HOLLISTER	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti		presenti		presenti		presenti	
1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	15	riportata a 1	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
				Punteggio	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000	
2	morbidezza del materiale tale da permettere una buona adattabilità alla conformazione addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	più che ottimo	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	ottimo	1,000	eccellente
				MIGNONE	0,700		1,000		1,000		0,700		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		0,700		1,000	
				Media coefficienti	0,900		1,000		1,000		0,800		1,000	
				riportata a 1	0,900		1,000		1,000		0,800		1,000	
				Punteggio	9,000		10,000		10,000		8,000		10,000	
3	capacità adesiva sulla cute addominale	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	più che ottimo	0,700	più che ottimo	1,000	più che ottimo	1,000	più che ottimo
				MIGNONE	1,000		0,700		0,700		0,700		0,700	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		0,900		0,800		0,900		0,900	
				riportata a 1	1,000		0,900		0,800		0,900		0,900	
				Punteggio	10,000		9,000		8,000		9,000		9,000	
4	atraumaticità al posizionamento e alla rimozione	Q2	15	riportata a 1	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
				Punteggio	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000	
5	resistenza della barriera all'aggressione degli effluenti	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	0,700	più che ottimo	0,700	più che ottimo	0,700	più che ottimo	1,000	più che ottimo
				MIGNONE	1,000		0,700		0,700		0,700		0,700	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		0,800		0,800		0,800		0,900	
				riportata a 1	1,000		0,800		0,800		0,800		0,900	
				Punteggio	10,000		8,000		8,000		8,000		9,000	
6	ritagliabilità, modellabilità, adattabilità del sistema alla cute	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
	Totale punteggio di qualità		70,000		69,000		67,000		66,000		65,000		68,000	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		70,000		67,971		66,957		65,942		68,986	

Ph
SV
Le
re

1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2	15
---	--	----	----

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi	4,000	4,000	4,000	4,000	4,0000
riportata a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Punteggio	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

4	placca: atraumaticità al posizionamento e alla rimozione	Q2	15
---	--	----	----

	B.BRAUN	COLOPLAST	CONVATEC	ESPO	HOLLISTER
Punti grezzi	4,000	4,000	4,000	4,000	4,0000
riportata a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Punteggio	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

	BRAUN	COLOPLAST		BRAUN	CONVATEC		BRAUN	ESPO		BRAUN	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	ESPO		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	ESPO	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1		1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1		1	1		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

	CONVATEC	HOLLISTER		ESPO	HOLLISTER	
MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
MIGNONE	1	1		1	1	
VIELLO	1	1		1	1	
MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 12 IRRIGATORE COMPLETO					B.BRAUN		COLOPLAST		HOLLISTER	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti		presenti	
1	facilità di applicazione e rimozione	Q2	20	riportata a 1	1,00		1,00		1,00	
				Punteggio	20,000		20,000		20,000	
2	facilità di utilizzo del regolatore del flusso	Q1	20	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente	1,000	prodotto eccellente	1,000	
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	20,000		20,000		20,000	
3	graduazione della borsa di facile lettura	Q1	10	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente	1,000	prodotto eccellente	1,000	
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		10,000	
4	buona tenuta alla cute della sacca di scarico	Q1	15	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente	0,700	minore tenuta	0,700	più che ottimo
				MIGNONE	1,000		1,000		0,700	
				VIELLO	1,000		0,700		1,000	
				Media coefficienti	1,000		0,800		0,800	
				riportata a 1	1,000		0,800		0,800	
				Punteggio	15,000		12,000		12,000	
5	placca di fissaggio di facile utilizzo	Q1	5	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente	1,000	prodotto eccellente	0,700	più che discreto
				MIGNONE	1,000		1,000		0,500	
				VIELLO	1,000		1,000		0,700	
				Media coefficienti	1,000		1,000		0,633	
				riportata a 1	1,000		1,000		0,633	
				Punteggio	5,000		5,000		3,167	
	Totale punteggio di qualità		70,000		70,000		67,000		65,167	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		70,000		67,000		65,167	

1	morbidezza e atraumaticità del cono	Q2	20
---	-------------------------------------	----	----

B BRAUN	COLOPALST	HOLLISTER
---------	-----------	-----------

					B BRUAN	COLOPLAST		B BRAUN	HOLLISTER		COLOPLAST	HOLLISTER	
				MAZZOLA	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili
				MIGNONE	1	1		1	1		1	1	
				VIELLO	1	1		1	1		1	1	
				MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	
Punti grezzi	2,000	2,000	2,000										
riportata a 1	1,00	1,00	1,00										
Punteggio	20,000	20,000	20,000										

Al
SV
Le
re

LOTTO 13 IRRIGATORE SEMPLICE					COLOPLAST		CONVATEC	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni individuali		Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti	
1	morbidezza e atraumaticità del cono	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO DUE DITTE OFFERENTI)	25	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente	0,700	cono più rigido
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		0,700	
				Media coefficienti	1,000		0,800	
				riportata a 1	1,000		0,800	
				Punteggio	25,000		20,000	
2	facilità di utilizzo del regolatore del flusso	Q1	25	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente	1,000	prodotto eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000	
				Punteggio	25,000		25,000	
3	graduazione della borsa di facile lettura	Q1	20	MAZZOLA	1,000	prodotto eccellente	1,000	prodotto eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000	
				Punteggio	20,000		20,000	
	Totale punteggio di qualità		70,000		70,000		65,000	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		70,000		65,000	





LOTTO 14 SACCA DI SCARICO					B.BRAUN		COLOPLAST		CONVATEC		HOLLISTER	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti		presenti		presenti	
1	facilità di applicazione e rimozione della placca alla sacca	Q2	15	riportata a 1	0,60		1,00		1,00		1,00	
				Punteggio	9,000		15,000		15,000		15,000	
2	morbidezza del materiale tale da permettere una buona adattabilità alla conformazione addominale del paziente	Q1	20	MAZZOLA	0,700	prodotto più che ottimo	0,700	prodotto più che ottimo	1,000	prodotto eccellente	1,000	prodotto eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	0,900		0,900		1,000		1,000	
				riportata a 1	0,900		0,900		1,000		1,000	
				Punteggio	18,000		18,000		20,000		20,000	
3	capacità adesiva sulla cute addominale e di tenuta durante la procedura	Q2	20	riportata a 1	1,00		1,00		1,00		1,00	
				Punteggio	20,000		20,000		20,000		20,000	
4	atraumaticità al posizionamento e alla rimozione	Q2	15	riportata a 1	0,60		1,00		1,00		1,00	
				Punteggio	9,000		15,000		15,000		15,000	
	Totale punteggio di qualità		70,000		56,000		68,000		70,000		70,000	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		56,000		68,000		70,000		70,000	

Al
SV
LQ
VLE

1	facilità di applicazione e rimozione della placca alla sacca	Q2	15
---	--	----	----

B.BRAUN				COLOPALST				CONVATEC				HOLLISTER			
					MAZZOLA	B.BRAUN	COLOPLAST		B.BRAUN	CONVATEC		B.BRAUN	HOLLISTER		
					MIGNONE	1	1	leggera preferenza per coloplast	0	2	leggera preferenza, per un commissario, per il prodotto Convatec	0	2	leggera preferenza, per un commissario, per il prodotto Hollister	
Punti grezzi	2,000	3,333	3,333	3,3333	VIELLO	0	2		1	1		1	1		
riportata a 1	0,60	1,00	1,00	1,00	MEDIA	1	1		1	1		1	1		
Punteggio	9,000	15,000	15,000	15,000		0,6667	1,3333		0,6667	1,3333		0,6667	1,3333		
						COLOPALST	CONVATEC		COLOPALST	HOLLISTER		CONVATEC	HOLLISTER		
					MAZZOLA	0	2	prodtti sostanzialmente equiparabili	0	2	prodtti sostanzialmente equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	
					MIGNONE	2	0		2	0		1	1		
					VIELLO	1	1		1	1		1	1		
					MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		

3	capacità adesiva sulla cute addominale e di tenuta durante la procedura	Q2	20
---	---	----	----



B.BRAUN				COLOPALST				CONVATEC				HOLLISTER			
					MAZZOLA	B.BRAUN	COLOPLAST		B.BRAUN	CONVATEC		B.BRAUN	HOLLISTER		
					MIGNONE	1	1	prodtti sostanzialmente equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	
Punti grezzi	3,000	3,000	3,000	3,0000	VIELLO	0	2		1	1		1	1		
riportata a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	MEDIA	2	0		1	1		1	1		
Punteggio	20,000	20,000	20,000	20,000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		
						COLOPALST	CONVATEC		COLOPALST	HOLLISTER		CONVATEC	HOLLISTER		
					MAZZOLA	1	1	prodtti sostanzialmente equiparabili	1	1	prodtti sostanzialmente equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	
					MIGNONE	2	0		2	0		1	1		
					VIELLO	0	2		0	2		1	1		
					MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		

4	atraumaticità al posizionemanto e alla rimozione	Q2	15
---	--	----	----

B.BRAUN				COLOPALST				CONVATEC				HOLLISTER			
					MAZZOLA	B.BRAUN	COLOPLAST		B.BRAUN	CONVATEC		B.BRAUN	HOLLISTER		
					MIGNONE	1	1	leggera preferenza per coloplast	0	2	leggera preferenza, per un commissario, per il prodotto Convatec	0	2	leggera preferenza, per un commissario, per il prodotto Hollister	
Punti grezzi	2,000	3,333	3,333	3,3333	VIELLO	0	2		1	1		1	1		
riportata a 1	0,60	1,00	1,00	1,00	MEDIA	1	1		1	1		1	1		
Punteggio	9,000	15,000	15,000	15,000		0,6667	1,3333		0,6667	1,3333		0,6667	1,3333		
						COLOPALST	CONVATEC		COLOPALST	HOLLISTER		CONVATEC	HOLLISTER		
					MAZZOLA	0	2	prodtti sostanzialmente equiparabili	0	2	prodtti sostanzialmente equiparabili	1	1	prodotti equiparabili	
					MIGNONE	2	0		2	0		1	1		
					VIELLO	1	1		1	1		1	1		
					MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		

Handwritten signatures and initials:
- Top signature: [illegible]
- Middle signature: SV
- Bottom signature: 10
- Far right signature: rle

LOTTO 15 TAPPO POST IRRIGAZIONE					B.BRAUN		COLOPLAST	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni individuali		Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti	
1	facilità di posizionamento e rimozione	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO DUE DITTE OFFERENTI)	25	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000	
				Punteggio	25,000		25,000	
2	buona tenuta	Q1	25	MAZZOLA	0,700	tenuta più che ottima	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000	
				Media coefficienti	0,900		1,000	
				riportata a 1	0,900		1,000	
				Punteggio	22,500		25,000	
3	atraumaticità	Q1	20	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000	
				Punteggio	20,000		20,000	
	Totale punteggio di qualità		70,000		67,500		70,000	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		67,500		70,000	


SV

rle

LOTTO 16 MINI SACCA POST IRRIGAZIONE					COLOPLAST		CONVATEC		HOLLISTER	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti		presenti		presenti	
1	facilità di applicazione e rimozione	Q2	15	riportata a 1	1,00		1,00		1,00	
				Punteggio	15,000		15,000		15,000	
2	morbidezza del materiale tale da permettere una buona adattabilità alla conformazione addominale del paziente	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		10,000	
3	capacità adesiva sulla cute addominale	Q1	10	MAZZOLA	0,700	capacità adesiva più che ottima	0,700	capacità adesiva più che ottima	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	0,900		0,900		1,000	
				riportata a 1	0,900		0,900		1,000	
				Punteggio	9,000		9,000		10,000	
4	atraumaticità al posizionamento e alla rimozione	Q2	15	riportata a 1	1,00		1,00		1,00	
				Punteggio	15,000		15,000		15,000	
5	resistenza della barriera all'aggressione degli effluenti	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		10,000	
6	ritagliabilità, modellabilità, adattabilità del sistema alla cute	Q1	10	MAZZOLA	1,000	eccellente	1,000	eccellente	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000		1,000		1,000	
				VIELLO	1,000		1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000		1,000	
				Punteggio	10,000		10,000		10,000	
	Totale punteggio di qualità		70,000		69,000		69,000		70,000	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		69,000		69,000		70,000	

9
6
12
56

1	facilità di applicazione e rimozione	Q2	15
---	--------------------------------------	----	----

COLOPLAST	CONVATEC	HOLLISTER
-----------	----------	-----------

					COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	HOLLISTER	
				MAZZOLA	1	1	prodotti equivalenti	1	1	prodotti equivalenti	1	1	prodotti equivalenti
				MIGNONE	1	1		1	1		1	1	
Punti grezzi	2,000	2,000	2,000	VIELLO	1	1		1	1		1	1	
riportata a 1	1,00	1,00	1,00	MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	
Punteggio	15,000	15,000	15,000										

4	atraumaticità al posizionemanto e alla rimozione	Q2	15
---	--	----	----

COLOPLAST	CONVATEC	HOLLISTER
-----------	----------	-----------

					COLOPLAST	CONVATEC		COLOPLAST	HOLLISTER		CONVATEC	HOLLISTER	
				MAZZOLA	1	1	prodotti equivalenti	1	1	prodotti equivalenti	1	1	prodotti equivalenti
				MIGNONE	1	1		1	1		1	1	
Punti grezzi	2,000	2,000	2,000	VIELLO	1	1		1	1		1	1	
riportata a 1	1,00	1,00	1,00	MEDIA	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	
Punteggio	15,000	15,000	15,000										

CA
SV
Le
re

LOTTO 17 SACCA PER DRENAGGIO					COLOPLAST	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni Individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO		CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti	
1	facilità di applicazione e rimozione	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO UNA OFFERTA)	15	MAZZOLA	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000	
				VIELLO	1,000	
				Media coefficienti	1,000	
					Punteggio	15,000
2	morbidezza del materiale tale da permettere una buona adattabilità alla conformazione addominale del paziente	Q1	15	MAZZOLA	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000	
				VIELLO	1,000	
				Media coefficienti	1,000	
					Punteggio	15,000
3	capacità adesiva sulla cute addominale	Q1	15	MAZZOLA	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000	
				VIELLO	1,000	
				Media coefficienti	1,000	
					Punteggio	15,000
4	atraumaticità al posizionemanto e alla rimozione	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO UNA OFFERTA)	15	MAZZOLA	1,000	eccellente
				MIGNONE	1,000	
				VIELLO	1,000	
				Media coefficienti	1,000	
					Punteggio	15,000
5	resistenza della barriera all'aggressione degli effluenti	Q1	10	MAZZOLA	0,700	più che ottimo
				MIGNONE	1,000	
				VIELLO	1,000	
				Media coefficienti	0,900	
					Punteggio	9,000
	Totale punteggio di qualità		70,000		69,000	
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		70,000	

CA
SV
Dr
rle