

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa tel. 010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Francesca De Martini tel. 010/5488543
e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

DETERMINAZIONE n. 041 del 24/01/2020

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 4 - Lotti n. 77. Numero gara 6956650. Affiancamento Emopass lotto 35.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A. Li.Sa. fino alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza;

Viste le deliberazioni n. 210 e n. 211 del 5/7/2019 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con le quali sono stati assegnati gli incarichi quinquennali di Direzione delle SS.CC. afferenti alla Centrale Regionale di Acquisto;

Richiamata la propria Determinazione n. 271 del 24/07/2019 con cui era stato aggiudicato l'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica per le necessità delle AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni quattro tra gli altri, del seguente lotto:

Lotto - CIG	Ditta aggiudicataria o miglior offerente nell'accordo quadro/nome prodotto offerto/prezzo unitario offerto € IVA esclusa	Ditta 2 in graduatoria o classificata nell'accordo quadro/nome prodotto offerto/prezzo unitario offerto € IVA esclusa
35-7342431DBA	Emopass - crusade a € 450,00	Espo - twin-pass torque a € 450,00

Preso visione della nota della Ditta Emopass srl del 12/12/2019, acquisita agli atti prot. 1725/2020, relativa alla proposta di affiancamento del prodotto miglior offerente nell'Accordo quadro, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale, alle medesime condizioni economiche esistenti, non comportando, quindi, alcun tipo di onere aggiuntivo:

Lotto	Prodotto aggiudicato	Prodotto in affiancamento
35	crusade	sasuke



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Atteso che la scheda tecnica e i codici prodotti, numero di repertorio, CND di Sasuke sono ricompresi nella nota della ditta Emopass Srl su richiamata;

Atteso che la proposta sopra richiamata è stata inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione Giudicatrice che hanno espresso parere favorevole al riguardo, con note acquisite agli atti della Centrale prott. nn. 1552 e 1621 del 23/01/2020;

Ritenuto pertanto di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 della Convenzione di fornitura (rep. 572/2019) la proposta di affiancamento della ditta Emopass Srl sopra specificata;

Su proposta del Dirigente responsabile;

DETERMINA:

- 1) Di prendere atto delle valutazioni della Commissione Giudicatrice della gara per la fornitura di materiale per emodinamica occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni quattro, contenute nelle premesse;
- 2) Di approvare, sulla scorta di quanto riportato nelle premesse, l'offerta della ditta Emopass Srl di affiancamento del seguente prodotto:

Lotto	Prodotto aggiudicato	Prodotto in affiancamento
35	crusade	sasuke

alle medesime condizioni economiche esistenti;

- 3) Di notificare alla Ditta interessata e ad AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria la presente determinazione;
- 4) Di pubblicare sul sito web acquistiliguria.it il presente provvedimento;
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione consta di 2 (due) pagine escluso gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

ALLEGATO: Prot. 1725/2020 nota ditta Emopass srl – affiancamento lotto 35

EMOPASS SRL**C.so Unione Sovietica n. 612/15A – 10135 Torino**

Tel. 011/7410916 – Fax 011/7770978

e-mail: emopass@tin.it - Pec: emopass@pec.emopass.it

Registro Imprese CCIAA di Torino - P.Iva - C.F. : 06590180011

Torino, 12/12/2019

Spett.le
 A.Li.Sa.
 Azienda Ligure Sanitaria
 della Regione Liguria
 P.zza della Vittoria n. 15
 16121 Genova

Riferimento: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di Materiale per emodinamica occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni quattro - Gara n. 6956650

Oggetto: Aggiornamento tecnologico lotto n. 35

Come previsto nel Disciplinare di Gara - documentazione tecnica comma g ed allegato E -si comunica che per il lotto n. 35, aggiudicato alla nostra società, è disponibile in alternativa ed alle stesse condizioni economiche e di fornitura, il nuovo micocateretere a doppio lume **SASUKE**, prodotto dalla Asahi Intecc, disponibile in Italia successivamente alla data di presentazione dell'offerta.


Il micocateretere SASUKE, pur avendo le stesse caratteristiche del dispositivo offerto, presenta diversi miglioramenti per quanto riguarda la visibilità, la manovrabilità ed il diametro dei canali interni, anche durante le procedure di angioplastica coronarica particolarmente complesse.

Di seguito i riferimenti del nuovo micocateretere:

Codice prodotto e nome commerciale	SA145-33N SASUKE
Classe di appartenenza	III
CE	0344
CND	C0104010299
Repertorio DM	1710909
Confezione di vendita	1 pz.
Aliquota Iva da applicare	22%

Distinti saluti.


EMOPASS S.r.l.
 L'Amministratore Unico
 (Paola Pratesi)




Scheda tecnica SASUKE Catheter

Nome Commerciale:	ASAHI SASUKE
Destinazione d'uso:	Catetere a doppio lume
Codice:	SA145-33N
Produttore:	ASAHI INTECC
Distributore esclusivo Italia:	KARDIA S.R.L. - Via Cormons 18, Milano

Immagine del prodotto	
Descrizione	<p>SASUKE è un catetere a doppio lume studiato per il trattamento delle lesioni coronariche nei pressi delle biforcazioni.</p> <p>SASUKE consente, grazie alle aperture monorail e over the wire, di raggiungere agevolmente il vaso principale ed il side branch.</p> <p>Lo shaft ellittico e la doppia struttura interna in acciaio consentono una elevata resistenza al kinking e garantiscono elevato supporto anche in anatomie tortuose.</p>
Indicazioni per l'uso	<p>SASUKE è particolarmente indicato per il trattamento di lesioni in prossimità di biforcazioni critiche, in cui il filo guida non garantisce il necessario supporto nell'ingaggiare il side branch.</p> <p>SASUKE è indicato per eseguire la parallel wire e per iniettare liquido di contrasto mantenendo contemporaneamente la guida nel vero lume.</p> <p>SASUKE consente di approssicare le lesioni CTO sia con tecnica anterograda che retrograda.</p> <p>SASUKE supporta fili guida del diametro 0,014".</p>
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none">• Catetere SASUKE• Ago per irrigazione
Caratteristiche	<p>La lunghezza dello shaft del catetere SASUKE è di 145 cm.</p> <p>Le due aperture sono così posizionate: il lume monorail è posto all'estremità distale del catetere, il lume di uscita over the wire a 6,5 mm dall'estremità distale.</p> <p>I 4 mm distali, rastremati, sono costituiti da una polvere di tungsteno che rende il catetere atraumatico e perfettamente visibile in scopia.</p> <p>L'assenza di marker metallico favorisce la flessibilità e consente di navigare in tratti molto tortuosi.</p> <p>SASUKE è rastremato con un diametro esterno che varia dai 2.5Fr/3.3FR prossimali fino a raggiungere un profilo distale di 1.5FR.</p> <p>Diametro massimo del filo guida: 0,014"</p> <p>Catetere guida supportato: 5 Fr (0,056")</p> <p>Lunghezza tratto distale con rivestimento idrofilo: 38 cm</p>

	
Modalità di confezionamento	<p>Il prodotto è confezionato singolarmente</p> <p>Prima della spedizione, il prodotto è stato sottoposto a sterilizzazione a gas con ossido di etilene secondo le normative EN 550:1994, EN ISO 10993-7:1995</p> <p>La sterilizzazione non è garantita se la confezione non è integra. Utilizzare immediatamente l'apertura della confezione. Prodotto monouso non risterilizzabile.</p>
Modalità di conservazione	<p>Non conservare il prodotto piegato e/o sotto peso eccessivo. Il prodotto va conservato lontano dall'acqua. Riporre al buio, in luogo fresco ed asciutto.</p>
Modalità di smaltimento	<p>Verificare le indicazioni dettate dalle normative italiane inerenti lo smaltimento dei dispositivi medici</p>
Modalità d'impiego e controindicazioni	<p>Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto.</p>

Ente certificatore: 0344 - DEKRA
 Classe di appartenenza: Classe III
 Certificato CE: 2107788CE28
 CND: C0104010299
 Iscrizione a repertorio: 1710909/R

CODICE PRODOTTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice: SA145-33N

Product	Catalog No.	Outer Diameter			Inner Diameter		Usable Length	Recommended Guide Wire	Hydrophilic Coating Length
		Tip	Distal Shaft	Proximal Shaft	Tip	Shaft			
ASAHI SASUKE	SA145-33N	0.50mm (1.5Fr)	0.84mm/1.08mm (2.5Fr/3.3Fr)	1.05mm (3.2Fr)	0.40mm (0.016inch)	0.43mm (0.017inch)	1450mm	0.36mm (0.014inch)	380mm