

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

ALLEGATO A1

**CAPITOLATO TECNICO
PRESTAZIONALE**

Procedura di gara regionale per la fornitura di cateteri monouso per cateterismo intermittente occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S delle Regioni Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno).

LOTTI N. 12

N. GARA 7606009

Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Con determina n. 433 del 25/11/2019, pubblicata nella sezione “Documentazione di gara” congiuntamente a tutta la documentazione relativa alla procedura in argomento, questa Amministrazione ha deliberato di indire la fornitura di “**Cateteri monouso per cateterismo intermittente**”

L’affidamento avverrà mediante:

Modalità di affidamento	Norma di riferimento D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	Caratteristiche dispositivi
Lotti con più aggiudicatari	La modalità individuata per lo svolgimento della gara è la procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo quadro.	Dispositivi parzialmente fungibili tra loro, per i quali è indispensabile disporre di una pluralità di opzioni alternative. Nell’ambito di tali tipologie sono presenti lotti senza quote predefinite, in ragione del ridotto/minimo livello di equivalenza prestazionale.

Nei lotti affidati mediante Accordo quadro:

L’aggiudicazione avverrà, tra i 2/3 degli idonei (arrotondato in eccesso), onde garantire, per i pazienti portatori di specifiche necessità terapeutiche o in particolari condizioni, la scelta del sistema eventualmente più adeguato tra quelli offerti, risultati idonei (in possesso dei requisiti previsti ex lege e la cui offerta economica sia stata inferiore alla base d’asta).

Al verificarsi di esigenze clinico-terapeutiche - adeguatamente motivate da parte dell’utilizzatore, la scelta dei dispositivi può essere fatta anche tra gli idonei non rientranti nei 2/3 al fine di coprire e soddisfare tutte le esigenze clinico-terapeutiche del processo assistenziale.

Tale scelta dovrà essere circostanziata da opportuna relazione clinica da parte dell’utilizzatore.

Qualora non vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfino i criteri di selezione ovvero di offerte idonee corrispondenti ai criteri di aggiudicazione, l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’Accordo quadro anche in presenza di due sole offerte idonee.

Sarà responsabilità del Medico Prescrittore individuare il prodotto più idoneo alle patologie e caratteristiche del paziente tenendo in debita considerazione sia le caratteristiche tecniche che le quotazioni economiche effettuate.

In quest’ultima ipotesi le ditte dovranno applicare i prezzi offerti anche quando la scelta dei dispositivi idonei non rientra nei 2/3.

Le Aziende sanitarie contraenti dovranno vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti.

Per tutti i lotti posti a gara:

Un medesimo prodotto non potrà risultare aggiudicatario di più lotti.

Qualora il medesimo prodotto risultasse aggiudicatario in due o più lotti, la scelta della Ditta aggiudicataria sarà effettuata motivatamente da parte della Centrale in base al criterio di convenienza economica, sulle risultanze del confronto simultaneo di tutte le offerte ricevute.

I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche specificate per ogni singolo lotto.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dal lotto, fatta salva l'applicazione dell'art. 68 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno inoltre essere conformi alle norme vigenti a livello nazionale e comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, all'immissione in commercio e all'uso; tale conformità dovrà sussistere sia all'atto dell'offerta, sia a seguito di ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

La gara comprende anche i dispositivi/accessori direttamente connessi e necessari/indispensabili agli impianti.

Oltre a quelli specificati nei singoli lotti, i prodotti oggetto della presente fornitura dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi: latex free e ftalati free.

L'appalto è suddiviso in n. 12 lotti, come specificato nella tabella sotto riportata:

Cateteri monouso per cateterismo intermittente		
LOTTO	Codice ministeriale	DESCRIZIONE LOTTO
1	09.24.06.103	Catetere autolubrificante con punta Nelaton a base di gel
2	09.24.06.103	Catetere autolubrificante con punta Tiemann a base di gel
3	09.24.06.203	Catetere autolubrificante con punta Tiemann (non pronto all'uso)
4	09.24.06.203	Catetere autolubrificante con punta Nelaton (non pronto all'uso)
5	09.24.06.303	Catetere autolubrificante idrofilo con punta Tiemann (pronto all'uso)
6	09.24.06.303	Catetere autolubrificante idrofilo con punta Nelaton (pronto all'uso)
7	09.24.06.403	Catetere autolubrificante, con punta Nelaton a base di gel con sacca graduata di raccolta
8	09.24.06.403	Catetere autolubrificante, con punta Tiemann a base di gel con sacca graduata di raccolta
9	09.24.06.503	Catetere autolubrificante idrofilo, con punta Nelaton con sacca graduata di raccolta
10	09.24.06.503	Catetere autolubrificante idrofilo, con punta Tiemann con sacca graduata di raccolta
11	09.27.04.003	Sacca di raccolta per urina da gamba, MONOUSO a fondo chiuso
12	09.27.05.006	Sacca di raccolta per urina da gamba RIUTILIZZABILE

La fornitura, dopo le valutazioni tecniche di idoneità, sarà aggiudicata per ogni singolo lotto con il criterio di cui all'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, a favore della/e Ditta/e che, avendo proposto prodotti corrispondenti alla richiesta ed alle caratteristiche appositamente precisate nel presente "Allegato – Caratteristiche tecniche – Criteri di valutazione", avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri:

- ❑ **PREZZO: massimo punti 30**
- ❑ **QUALITA': massimo punti 70** in base ai criteri di valutazione specificati lotto per lotto come oltre riportato sulla base dei parametri di valutazione indicati nel presente "Allegato C.1 – Caratteristiche tecniche – Criteri di valutazione" e secondo i metodi di attribuzione dei punteggi previsti nella tabella seguente:

Tipologia di criterio	Modalità di determinazione dei coefficienti	Formule / Scale utilizzate	Identificativo
Criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.	Si utilizzerà una scala di valori del tipo: Minimo: rispondente ai requisiti senza elementi migliorativi o con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo.....coeff. da 0 a 0,5 Discreto: rispondente ai requisiti con elementi migliorativicoeff. da 0,6 a 0,7 Buono: rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievocoeff. da 0,8 a 0,9 Ottimo: ampiamente superiore ai requisiticoeff. 1,0	Q1
Criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	I coefficienti saranno determinati attraverso confronto a coppie. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. La somma delle valutazioni attribuite per ogni coppia di offerta da parte di tutti i commissari viene trasformata in coefficiente definitivo, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre valutazioni effettuate. Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero		Q2

	inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q 1.		
Criteri qualitativi di natura tangibile e misurabile oggettivamente	<p>I valori risultanti dalla misurazione oggettiva dei parametri saranno trasformati mediante formule matematiche cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coefficiente pari a 1 all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice; • coefficiente pari a 0 pari al valore posto a base di gara; • coefficienti variabili da 0 a 1 determinati per interpolazione lineare per le diverse offerte fra i due valori. 	Per i parametri che valorizzano al rialzo le caratteristiche tecniche (offerta maggiore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore offerta da valutare – Valore a base Gara) / (Valore offerta massima – Valore a Base di gara).	Q 3
		Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta minima, diminuito del 20%.	Q 3 *
		Per i parametri che valorizzano al ribasso le caratteristiche tecniche (offerta minore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore a base Gara - Valore offerta da valutare) / (Valore a Base di gara - Valore offerta minima)	Q 4
		Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta massima, aumentato del 20%.	Q 4 *
Per i criteri qualitativi di natura tangibile che prevedono la valutazione della presenza/assenza di una determinata caratteristica	<p>Coefficiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza pari a 1 • assenza pari a 0 		Q 5

I coefficienti così ottenuti saranno trasformati in punteggi moltiplicando i valori ottenuti secondo la procedura sopra illustrata per i pesi attribuiti a ciascun parametro di valutazione.

In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati tre decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato, per eccesso o per difetto, a seconda che la quarta cifra decimale risulti rispettivamente maggiore (o uguale) di 5 oppure minore di 5.

Alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai vari criteri qualitativi in base alla tabella sopra esposta verranno attribuiti punti 70 e proporzionalmente alle altre.

CARATTERISTICHE TECNICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Di seguito vengono elencate le caratteristiche tecniche ed i criteri di valutazione dei lotti individuati per la fornitura dei dispositivi oggetto di gara.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle inserite nei vari lotti con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Descrizione dei Lotti, prezzi a base d'asta e criteri di valutazione

LOTTO 1

(Codice ministeriale 09.24.06.103)

Catetere autolubrificante con punta Nelaton a base di gel

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
<p>Caratteristiche tecniche di minima richieste : Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo, ipoallergenico, latex free, per uso medicale privo di ftalati, con punta Nelaton e con gel di lubrificazione che favorisca l'introduzione e che riduca il traumatismo. Il gel deve presentarsi già adeso alla superficie del catetere o incorporato nella confezione in una apposita camera separata (al momento dell'uso, si rompe il diaframma e il gel lubrifica il catetere).</p> <p><u>Confezione:</u> Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie</p> <p><u>Etichette:</u> Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Misure CH: 12,14 Lunghezza funzionale femminile: non inferiore a 6 cm Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm</p>	<p>U01010501</p>	<p>€. 2,00</p>

**CRITERI DI VALUTAZIONE
TECNICO-QUALITATIVA**

**LOTTO
1**

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

FACILITA' D'USO	Peso parametro	CRITERIO VALUTATIVO
<p>Il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo</p>	<p>Max punti: 20 Suddivisi come indicato</p>	<p>Q1</p>

ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si effettua con prova pratica una analisi visiva e funzionale. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

LEVIGATEZZA DELLE SUPERCIFI DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si effettua con prova pratica una ispezione visiva. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

IMPUGNATURA DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La funzione dell'impugnatura dovrebbe essere ergonomica e consentire un facile espletamento della funzione. Si effettua con prova pratica . Si valuta la MAGGIOR FACILITA' di utilizzo del catetere</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 3 - la facilità di apertura e di estrazione del catetere: Max punti 3 	<p>Max punti: 9 Suddivisi</p>	<p>Q1</p>

- la facilità di lubrificazione del catetere: Max punti 3 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione	come indicato	
--	---------------	--

RANGE DI MISURE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.	Max punti: 4	Q3

CAPACITA' DEL LUME INTERNO DI SVUOTARE IL CONTENUTO VESCICALE:	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità del catetere attraverso un calibro interno adeguato di drenare il contenuto vescicale in tempi contenuti.	Max punti: 7	Q1

LOTTO 2

(Codice ministeriale 09.24.06.103)

Catetere autolubrificante con punta Tiemann a base di gel

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
<p>Caratteristiche tecniche di minima richieste : Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free per uso medicale privo di ftalati, con punta Tiemann e con gel di lubrificazione che favorisca l'introduzione e che riduca il traumatismo.</p> <p>Il gel deve presentarsi già adeso alla superficie del catetere o incorporato nella confezione in una apposita camera separata (al momento dell'uso, si rompe il diaframma e il gel lubrifica il catetere).</p> <p><u>Confezione:</u> Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie</p> <p><u>Etichette:</u> Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Misure CH: 12,14,16 Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm</p>	<p>U01010601</p>	<p>€. 2,00</p>

**CRITERI DI VALUTAZIONE
TECNICO-QUALITATIVA**

**LOTTO
2**

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

FACILITA' D'USO	Peso parametro	CRITERIO VALUTATIVO
<p>Il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo</p>	<p>Max punti: 20 Suddivisi come indicato</p>	<p>Q1</p>

ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si effettua con prova pratica una analisi visiva e funzionale. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

LEVIGATEZZA DELLE SUPERCIFI DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si effettua con prova pratica una ispezione visiva. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

IMPUGNATURA DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La funzione dell'impugnatura dovrebbe essere ergonomica e consentire un facile espletamento della funzione. Si effettua con prova pratica. Si valuta la MAGGIOR FACILITA' di utilizzo del catetere</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 3 - la facilità di apertura e di estrazione del catetere: Max punti 3 	<p>Max punti: 9 Suddivisi</p>	<p>Q1</p>

- la facilità di lubrificazione del catetere: Max punti 3 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione	come indicato	
--	---------------	--

RANGE DI MISURE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.	Max punti: 4	Q3

CAPACITA' DEL LUME INTERNO DI SVUOTARE IL CONTENUTO VESCICALE:	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità del catetere attraverso un calibro interno adeguato di drenare il contenuto vescicale in tempi contenuti.	Max punti: 7	Q1

LOTTO 3

(Codice ministeriale 09.24.06.203)

Catetere autolubrificante idrofilo con punta Tiemann (non pronto all'uso)

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
<p>Caratteristiche tecniche di minima richieste : Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free per uso medicale privo di ftalati, con punta Tiemann . La superficie idrofila va attivata prima dell'inserimento aggiungendo acqua o soluzione fisiologica.</p> <p><u>Confezione:</u> Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie</p> <p><u>Etichette:</u> <i>Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</i></p> <p>Misure CH: 12,14,16</p> <p>Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm</p>	<p>U01010601</p>	<p>€. 1,90</p>

**CRITERI DI VALUTAZIONE
TECNICO-QUALITATIVA**

**LOTTO
3**

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

FACILITA' D'USO	Peso parametro	CRITERIO VALUTATIVO
<p>Il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo</p>	<p>Max punti: 20 Suddivisi come indicato</p>	<p>Q1</p>

ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si effettua con prova pratica una analisi visiva e funzionale. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

LEVIGATEZZA DELLE SUPERCIFI DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si effettua con prova pratica una ispezione visiva. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

IMPUGNATURA DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La funzione dell'impugnatura dovrebbe essere ergonomica e consentire un facile espletamento della funzione. Si effettua con prova pratica . Si valuta la MAGGIOR FACILITA' di utilizzo del catetere</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 3 - la facilità di apertura e di estrazione del catetere: Max punti 3 	<p>Max punti: 9 Suddivisi</p>	<p>Q1</p>

- la facilità di lubrificazione del catetere: Max punti 3 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione	come indicato	
--	---------------	--

RANGE DI MISURE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.	Max punti: 4	Q3

CAPACITA' DEL LUME INTERNO DI SVUOTARE IL CONTENUTO VESCICALE:	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità del catetere attraverso un calibro interno adeguato di drenare il contenuto vescicale in tempi contenuti.	Max punti: 7	Q1



LOTTO 4

(Codice ministeriale 09.24.06.203)

Catetere autolubrificante idrofilo con punta Nelaton (non pronto all'uso)

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
<p>Caratteristiche tecniche di minima richieste : Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free per uso medico privo di ftalati, con punta Nelaton. La superficie idrofila va attivata prima dell'inserimento aggiungendo acqua o soluzione fisiologica.</p> <p><u>Confezione:</u> Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie</p> <p><u>Etichette:</u> <i>Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</i></p> <p>Misure CH: 12,14,16 Lunghezza funzionale femminile: non inferiore a 6 cm Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm</p>	<p>U01010501</p>	<p>€. 1,90</p>

**CRITERI DI VALUTAZIONE
TECNICO-QUALITATIVA**

**LOTTO
4**

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

FACILITA' D'USO	Peso parametro	CRITERIO VALUTATIVO
<p>Il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo</p>	<p>Max punti: 20 Suddivisi come indicato</p>	<p>Q1</p>

ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si effettua con prova pratica una analisi visiva e funzionale. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

LEVIGATEZZA DELLE SUPERCIFI DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si effettua con prova pratica una ispezione visiva. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

IMPUGNATURA DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La funzione dell'impugnatura dovrebbe essere ergonomica e consentire un facile espletamento della funzione. Si effettua con prova pratica . Si valuta la MAGGIOR FACILITA' di utilizzo del catetere</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 3 - la facilità di apertura e di estrazione del catetere: Max punti 3 	<p>Max punti: 9 Suddivisi</p>	<p>Q1</p>

- la facilità di lubrificazione del catetere: Max punti 3 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione	come indicato	
--	---------------	--

RANGE DI MISURE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.	Max punti: 4	Q3

CAPACITA' DEL LUME INTERNO DI SVUOTARE IL CONTENUTO VESCICALE:	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità del catetere attraverso un calibro interno adeguato di drenare il contenuto vescicale in tempi contenuti.	Max punti: 7	Q1



LOTTO 5

(Codice ministeriale 09.24.06.303)

Catetere autolubrificante idrofilo con punta Tiemann (PRONTO ALL'USO)

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
<p>Caratteristiche tecniche di minima richieste : Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free per uso medicale privo di ftalati, con punta Tiemann, è già contenuto il lubrificante sulla superficie del catetere;</p> <p><u>Confezione:</u> Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie</p> <p><u>Etichette:</u> Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Misure CH: 12,14,16 Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm</p>	<p>U01010601</p>	<p>€. 2,30</p>

**CRITERI DI VALUTAZIONE
TECNICO-QUALITATIVA**

**LOTTO
5**

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

FACILITA' D'USO	Peso parametro	CRITERIO VALUTATIVO
<p>Il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo</p>	<p>Max punti: 20 Suddivisi come indicato</p>	Q1

ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si effettua con prova pratica una analisi visiva e funzionale. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

LEVIGATEZZA DELLE SUPERCIFI DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si effettua con prova pratica una ispezione visiva. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

IMPUGNATURA DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La funzione dell'impugnatura dovrebbe essere ergonomica e consentire un facile espletamento della funzione. Si effettua con prova pratica . Si valuta la MAGGIOR FACILITA' di utilizzo del catetere</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p>	<p>Max punti:</p>	Q1

<ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 3 - la facilità di apertura e di estrazione del catetere: Max punti 3 - la lubrificazione del catetere: Max punti 3 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione</p>	<p>9 Suddivisi come indicato</p>	
--	--	--

RANGE DI MISURE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	<p>Max punti: 4</p>	<p>Q3</p>

CAPACITA' DEL LUME INTERNO DI SVUOTARE IL CONTENUTO VESCICALE:	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità del catetere attraverso un calibro interno adeguato di drenare il contenuto vescicale in tempi contenuti.</p>	<p>Max punti: 7</p>	<p>Q1</p>



LOTTO 6

(Codice ministeriale 09.24.06.303)

Catetere autolubrificante idrofilo con punta Nelaton (PRONTO ALL'USO)

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
<p>Caratteristiche tecniche di minima richieste: Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free per uso medico privo di ftalati, con punta Nelaton, è già contenuto il lubrificante sulla superficie del catetere.</p> <p><u>Confezione:</u> Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie</p> <p><u>Etichette:</u> Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Misure CH: 12,14 Lunghezza funzionale femminile: non inferiore a 6 cm Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm</p>	<p>U01010501</p>	<p>€. 2,30</p>

**CRITERI DI VALUTAZIONE
TECNICO-QUALITATIVA**

**LOTTO
6**

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

FACILITA' D'USO	Peso parametro	CRITERIO VALUTATIVO
<p>Il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo</p>	<p>Max punti: 20 Suddivisi come indicato</p>	<p>Q1</p>

ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si effettua con prova pratica una analisi visiva e funzionale. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

LEVIGATEZZA DELLE SUPERCIFI DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si effettua con prova pratica una ispezione visiva. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

IMPUGNATURA DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La funzione dell'impugnatura dovrebbe essere ergonomica e consentire un facile espletamento della funzione. Si effettua con prova pratica . Si valuta la MAGGIOR FACILITA' di utilizzo del catetere</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 3 - la facilità di apertura e di estrazione del catetere: Max punti 3 	<p>Max punti: 9 Suddivisi</p>	<p>Q1</p>

- la lubrificazione del catetere: Max punti 3 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione	come indicato	
--	---------------	--

RANGE DI MISURE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.	Max punti: 4	Q3

CAPACITA' DEL LUME INTERNO DI SVUOTARE IL CONTENUTO VESCICALE:	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità del catetere attraverso un calibro interno adeguato di drenare il contenuto vescicale in tempi contenuti.	Max punti: 7	Q1

LOTTO 7

(codice ministeriale 09.24.06.403)

Catetere autolubrificante, con punta Nelaton a base di gel CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
<p>Caratteristiche tecniche di minima richieste: Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free per uso medico privo di ftalati, con punta Nelaton e con gel di lubrificazione che favorisca l'introduzione e che riduca il traumatismo. Il gel deve presentarsi già adeso alla superficie del catetere o incorporato nella confezione in una apposita camera separata (al momento dell'uso, si rompe il diaframma e il gel lubrifica il catetere). La sacca graduata di raccolta deve essere <u>già collegata al catetere</u> ed in materiale idoneo.</p> <p><u>Confezione:</u> Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura.</p> <p><u>Etichette:</u> <i>Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</i></p> <p>Capacità della sacca: non inferiore a 500 ml Misure CH: 12,14,16 Lunghezza funzionale femminile: non inferiore a 6 cm Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm</p>	<p>U01010501</p>	<p>€. 3,90</p>

**CRITERI DI VALUTAZIONE
TECNICO-QUALITATIVA**

**LOTTO
7**

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

FACILITA' D'USO	Peso parametro	CRITERIO VALUTATIVO
<p>Il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo</p>	<p>Max punti: 20 Suddivisi come indicato</p>	Q1

ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si effettua con prova pratica una analisi visiva e funzionale. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

LEVIGATEZZA DELLE SUPERCIFI DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si effettua con prova pratica una ispezione visiva. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

IMPUGNATURA DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La funzione dell'impugnatura dovrebbe essere ergonomica e consentire un facile espletamento della funzione. Si effettua con prova pratica . Si valuta la MAGGIOR FACILITA' di utilizzo del catetere</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p>	<p>Max punti:</p>	Q1

<ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 2 - la facilità di apertura e di estrazione del catetere: Max punti 2 - la facilità di lubrificazione del catetere: Max punti 2 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione</p>	6 Suddivisi come indicato	
--	------------------------------------	--

RANGE DI MISURE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	Max punti: 4	Q3

CAPACITA' DEL LUME INTERNO DI SVUOTARE IL CONTENUTO VESCICALE:	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità del catetere attraverso un calibro interno adeguato di drenare il contenuto vescicale in tempi contenuti.</p>	Max punti: 4	Q1

CARATTERISTICHE DELLA SACCA	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<ol style="list-style-type: none"> 1. Si valuta la consistenza e la robustezza della sacca e del raccordo catetere – sacca: Max punti 4 2. Si valuta la presenza di valvola antireflusso: Max punti 2 <p>Si opera con prova pratica.</p>	Max punti: 6	Q1



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

LOTTO 8

(codice ministeriale 09.24.06.403)

Catetere autolubrificante, con punta Tiemann, a base di gel CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
<p>Caratteristiche tecniche di minima richieste : Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free per uso medico privo di ftalati, con punta Tiemann e con gel di lubrificazione che favorisca l'introduzione e che riduca il traumatismo. Il gel deve presentarsi già adeso alla superficie del catetere o incorporato nella confezione in una apposita camera separata (al momento dell'uso, si rompe il diaframma e il gel lubrifica il catetere). La sacca graduata di raccolta deve essere <u>già collegata al catetere</u> ed in materiale idoneo.</p> <p><u>Confezione:</u> Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura.</p> <p><u>Etichette:</u> <i>Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</i></p> <p>Capacità della sacca: non inferiore a 500 ml Misure CH: 12,14,16 Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm</p>	U01010601	€ 3,90

**CRITERI DI VALUTAZIONE
TECNICO-QUALITATIVA**

**LOTTO
8**

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

FACILITA' D'USO	Peso parametro	CRITERIO VALUTATIVO
<p>Il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo</p>	<p>Max punti: 20 Suddivisi come indicato</p>	Q1

ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si effettua con prova pratica una analisi visiva e funzionale. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

LEVIGATEZZA DELLE SUPERCIFI DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si effettua con prova pratica una ispezione visiva. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

IMPUGNATURA DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La funzione dell'impugnatura dovrebbe essere ergonomica e consentire un facile espletamento della funzione. Si effettua con prova pratica. Si valuta la MAGGIOR FACILITA' di utilizzo del catetere</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p>	<p>Max punti:</p>	Q1

LOTTO 9

(codice ministeriale 09.24.06.503)

Catetere autolubrificante idrofilo, con punta Nelaton, CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
<p>Caratteristiche tecniche di minima richieste : Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free per uso medico privo di ftalati, con punta Nelaton, nella confezione deve essere contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie, che favorisca l'introduzione e che riduca il traumatismo. La sacca graduata di raccolta deve essere <u>già collegata al catetere</u> ed in materiale idoneo.</p> <p><u>Confezione:</u> Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura.</p> <p><u>Etichette:</u> <i>Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</i></p> <p>Capacità della sacca: non inferiore a 500 ml Misure CH: 12,14 Lunghezza funzionale femminile: non inferiore a 6 cm Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm</p>	<p>U01010501</p>	<p>€. 3,40</p>

**CRITERI DI VALUTAZIONE
TECNICO-QUALITATIVA**

**LOTTO
9**

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

FACILITA' D'USO	Peso parametro	CRITERIO VALUTATIVO
<p>Il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo</p>	<p>Max punti: 20 Suddivisi come indicato</p>	Q1

ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si effettua con prova pratica una analisi visiva e funzionale. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

LEVIGATEZZA DELLE SUPERCIFI DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si effettua con prova pratica una ispezione visiva. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

IMPUGNATURA DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La funzione dell'impugnatura dovrebbe essere ergonomica e consentire un facile espletamento della funzione. Si effettua con prova pratica . Si valuta la MAGGIOR FACILITA' di utilizzo del catetere</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Verifica diretta sul campione per valutare:</p>	<p>Max punti:</p>	Q1

<ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 2 - la facilità di apertura e di estrazione del catetere: Max punti 2 - la facilità di lubrificazione del catetere: Max punti 2 <p>Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione</p>	6 Suddivisi come indicato	
--	------------------------------------	--

RANGE DI MISURE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.</p>	Max punti: 4	Q3

CAPACITA' DEL LUME INTERNO DI SVUOTARE IL CONTENUTO VESCICALE:	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità del catetere attraverso un calibro interno adeguato di drenare il contenuto vescicale in tempi contenuti.</p>	Max punti: 4	Q1

CARATTERISTICHE DELLA SACCA	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<ol style="list-style-type: none"> 1. Si valuta la consistenza e la robustezza della sacca e del raccordo catetere – sacca: Max punti 4 2. Si valuta la presenza di valvola antireflusso: Max punti 2 <p>Si opera con prova pratica.</p>	Max punti: 6	Q1

LOTTO 10

(codice ministeriale 09.24.06.503)

Catetere autolubrificante idrofilo, con punta Tiemann, CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
<p>Caratteristiche tecniche di minima richieste : Sonde sterili, monouso, in materiale idoneo ipoallergenico, latex free per uso medico privo di ftalati, con punta Tiemann nella confezione deve essere contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie, che favorisca l'introduzione e che riduca il traumatismo. La sacca graduata di raccolta deve essere <u>già collegata al catetere</u> ed in materiale idoneo. Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura. Etichette: <i>Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</i></p> <p>Capacità della sacca: non inferiore a 500 ml Misure CH: 12,14,16 Lunghezza funzionale maschile: non inferiore a 20 cm</p>	<p>U01010601</p>	<p>€. 3,40</p>

**CRITERI DI VALUTAZIONE
TECNICO-QUALITATIVA**

**LOTTO
10**

SCHEMA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

FACILITA' D'USO	Peso parametro	CRITERIO VALUTATIVO
<p>Il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo</p>	<p>Max punti: 20 Suddivisi come indicato</p>	Q1

ATRAUMATICITA' E CONFORMAZIONE DELLA PUNTA	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La punta dovrebbe essere libera da sbavature e scabrosità ed imperfezioni e di corretta conformazione. Si effettua con prova pratica una analisi visiva e funzionale. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni e la MIGLIOR conformazione</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

LEVIGATEZZA DELLE SUPERCIFI DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La superficie dovrebbe apparire liscia, uniforme e priva di imperfezioni. Si effettua con prova pratica una ispezione visiva. Si valuta la MAGGIOR ASSENZA di imperfezioni</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

IMPUGNATURA DEL CATETERE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>La funzione dell'impugnatura dovrebbe essere ergonomica e consentire un facile espletamento della funzione. Si effettua con prova pratica. Si valuta la MAGGIOR FACILITA' di utilizzo del catetere</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del

		punteggio
Verifica diretta sul campione per valutare: <ul style="list-style-type: none"> - la robustezza : Max punti 2 - la facilità di apertura e di estrazione del catetere: Max punti 2 - la facilità di lubrificazione del catetere: Max punti 2 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione	Max punti: 6 Suddivisi come indicato	Q1

RANGE DI MISURE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Da valutare su scheda/documentazione tecnica l'ulteriore numero di misure CH offerto rispetto alle misure di minima richieste. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.	Max punti: 4	Q3

CAPACITA' DEL LUME INTERNO DI SVUOTARE IL CONTENUTO VESCICALE:	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità del catetere attraverso un calibro interno adeguato di drenare il contenuto vescicale in tempi contenuti.	Max punti: 4	Q1

CARATTERISTICHE DELLA SACCA	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
1. Si valuta la consistenza e la robustezza della sacca e del raccordo catetere – sacca: Max punti 4 2. Si valuta la presenza di valvola antireflusso: Max punti 2 Si opera con prova pratica.	Max punti: 6	Q1

LOTTO 11
(codice ministeriale 09.27.04.003)
Sacca di raccolta per urina da gamba, MONOUSO a fondo chiuso

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
<p>Caratteristiche tecniche di minima richieste: Impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico sul lato inferiore e valvola anti reflusso per impedire il ritorno dell'urina, con sistema anti sciabordio, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema anti torsione; munita di sistema di fissaggio (laccetti di gomma o fascette di lycra con bottoni di plastica, chiusura a velcro). <u>Fornita in confezione sterile e non sterile.</u> Latex free Capacità di 500 - 750</p> <p>Confezione: Ogni singola sacca deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura.</p> <p>Etichette: <i>Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</i> Capacità della sacca: 500 - 750 ml</p>	A06030301	€. 0,60

**CRITERI DI VALUTAZIONE
TECNICO-QUALITATIVA**

**LOTTO
11**

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

FACILITA' D'USO	Peso parametro	CRITERIO VALUTATIVO
<p>Il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo</p>	<p>Max punti: 20 Suddivisi come indicato</p>	Q1

GRADUAZIONE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Graduazione in ml di facile lettura per monitoraggio del volume di urina. Si effettua con prova pratica una analisi visiva e funzionale.</p>	<p>Max punti: 5</p>	Q1

TUBO DI AFFLUSSO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Tubo di afflusso flessibile e resistente al kinking Si effettua verificando la presenza o assenza con le caratteristiche richieste.</p>	<p>Max punti: 10</p>	Q1

RACCORDO UNIVERSALE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Raccordo universale che garantisce una connessione sicura con l'imbuto del catetere. Si effettua verificando la presenza o assenza di tale raccordo.</p>	<p>Max punti: 5</p>	Q5

VALVOLA DI NON RITORNO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Efficienza della valvola di non ritorno. Si valuta mediante verifica su campione la miglior valvola</p>	<p>Max punti: 5</p>	Q1

QUALITA' DEL MATERIALE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Da valutare su scheda/documentazione tecnica la qualità del materiale che deve essere confortevole e tale da non creare irritazioni sulla cute. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.	Max punti: 10	Q1

CAPACITA' DI SVUOTAMENTO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità di svuotamento rapido attivato in modo sicuro con una sola mano.	Max punti: 10	Q1

CONFEZIONAMENTO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Confezionamento primario e secondario: verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 2 - la facilità di apertura: Max punti 2 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione	Max punti: 5	Q1



LOTTO 12

(codice ministeriale 09.27.05.006)

Sacca di raccolta per urina da gamba, RIUTILIZZABILE

Descrizione	CND	Base d'asta (IVA esclusa)
<p>Caratteristiche tecniche di minima richieste: Impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola anti reflusso, con sistema anti sciabordio, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema anti torsione con rubinetto; munita di sistema di fissaggio (laccetti di gomma o fascette di lycra con bottoni di plastica, chiusura a velcro). <u>Fornita in confezione sterile e non sterile</u> Latex free Capacità di 500 - 750</p> <p>Confezione: Ogni singola sacca deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura.</p> <p>Etichette: <i>Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</i> Capacità della sacca: 500 - 750 ml</p>	A06030301	€. 1,80

**CRITERI DI VALUTAZIONE
TECNICO-QUALITATIVA**

**LOTTO
12**

SCHEDA VALUTAZIONE QUALITATIVA

(Riservata alla Commissione Giudicatrice)

max 70 punti

FACILITA' D'USO	Peso parametro	CRITERIO VALUTATIVO
<p>Il possesso di caratteristiche intrinseche che rendono il prodotto il più possibile confortevole, facile da utilizzare/posizionare. Sono valutate le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilità di posizionamento: Max punti 10 - Facilità di utilizzo: Max punti 10 <p>Da valutare con prova pratica la MAGGIOR facilità di posizionamento, utilizzo</p>	<p>Max punti: 20 Suddivisi come indicato</p>	<p>Q1</p>

GRADUAZIONE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Graduazione in ml di facile lettura per monitoraggio del volume di urina. Si effettua con prova pratica una analisi visiva e funzionale.</p>	<p>Max punti: 5</p>	<p>Q1</p>

TUBO DI AFFLUSSO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Tubo di afflusso flessibile e resistente al kinking Si effettua verificando la presenza o assenza con le caratteristiche richieste.</p>	<p>Max punti: 10</p>	<p>Q1</p>

RACCORDO UNIVERSALE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Raccordo universale che garantisce una connessione sicura con l'imbuto del catetere. Si effettua verificando la presenza o assenza di tale raccordo.</p>	<p>Max punti: 5</p>	<p>Q5</p>

VALVOLA DI NON RITORNO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
<p>Efficienza della valvola di non ritorno. Si valuta mediante verifica su campione la miglior valvola</p>	<p>Max punti: 5</p>	<p>Q1</p>

QUALITA' DEL MATERIALE	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Da valutare su scheda/documentazione tecnica la qualità del materiale che deve essere confortevole e tale da non creare irritazioni sulla cute. Si attribuisce il punteggio più alto al concorrente che offre il maggior numero di misure e punteggi proporzionalmente ridotti agli altri.	Max punti: 10	Q1

CAPACITA' DI SVUOTAMENTO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Si opera con prova pratica al fine di stabilire la capacità di svuotamento rapido attivato in modo sicuro con una sola mano.	Max punti: 10	Q1

CONFEZIONAMENTO	Peso parametro	Modalità di attribuzione del punteggio
Confezionamento primario e secondario: verifica diretta sul campione per valutare: - la robustezza : Max punti 2 - la facilità di apertura: Max punti 2 - il pronto prelievo del prodotto: Max punti 1 Si valuta la MIGLIOR corrispondenza dei parametri in ispezione	Max punti: 5	Q1

Art. 2 – Equivalenza dei prodotti offerti

In applicazione dell'art. 68, comma 7, la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, è onere dell'operatore economico offerente inserire nell'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza corredata dai mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.

In particolare, la Commissione Giudicatrice, nell'ambito della propria attività discrezionale e laddove ciò non sia espressamente escluso da specifiche normative vigenti nella materia oggetto dell'appalto, è chiamata a verificare se negli elementi che connotano l'offerta tecnica sia ravvisabile una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara, senza quindi che si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche tecniche (rif. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 747/2018; Consiglio di Stato Sezione IV, n. 3701/2016; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5259/2017).

Laddove, in relazione ad un lotto composto da più riferimenti, la mancanza di taluno di questi incida in misura inferiore allo 0,5% rispetto al valore complessivo del lotto/appalto, la stazione appaltante procederà ugualmente all'inclusione dell'offerta sostituendo ai riferimenti mancanti i prodotti a quotazione maggiore tra quelli ammessi.

Art. 3 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle

prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Art. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
- b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Art. 5 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Art. 6 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
 - a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
 - b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
 - c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
 - d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
 - e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Art. 7 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.

2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi (valutare gara per gara) a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore (valutare gara per gara) lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce,

addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".

Art. 8 – SERVIZI ACCESSORI

1. Servizio di reportistica

Il Fornitore dovrà trasmettere a CRA, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la reportistica mensile relativa agli OdF ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- Amministrazione Contraente che ha emesso l'OdF
- Importo della fornitura ed eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'importo della fornitura
- Data ricezione OdF
- Dettaglio dei prodotti/servizi ordinati con indicazione della quantità
- Importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente
- Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni Contraenti

Il report va trasmesso in formato elettronico all'indirizzo PEC della CRA entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Per i dati riferiti al mese di luglio il termine di consegna della reportistica è fissato al 1° settembre successivo.

CRA si riserva di modificare, nel corso di esecuzione contrattuale, gli obblighi di cui ai commi precedenti, senza ulteriore aggravio per il Fornitore (es. periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta di reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA)

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di CRA, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

CRA si riserva, altresì, di richiedere al Fornitore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di fornitura/servizio, l'elaborazione di report specifici contenenti dati aggregati e/o riassuntivi delle prestazioni effettuate da far pervenire a CRA, in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Materiale per il sito

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di CRA, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta decorrenti dalla data di ricezione della medesima tramite PEC, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- Richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da CRA, anche ai fini dell'inserimento sul NECA
- Richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico

3. Dati relativi Fornitore:

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative:

- alle forniture/servizi compresi nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC)

Art. 9 – PENALI

1. Spetta a ciascuna Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, contestazione, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di fornitura/servizio, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui ai commi seguenti, fermo restando i poteri in capo a CRA di cui al successivo comma 3.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo _____% (indicare una misura compresa tra lo 0,3 e l'1% da decidere gara per gara) dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale dell'OdF. Nel caso vengano applicate penali in misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla CRA di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Nei casi di cui alle lettere b), c) perdurando l'inadempienza contestata oltre il periodo di 30 giorni ogni Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto l'OdF salvo in ogni caso il risarcimento del danno, dandone immediata comunicazione a CRA;

3. In ogni caso di inadempimento, non imputabile a CRA ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio richiesti al Fornitore sono stabilite le penali seguenti:

- a) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cessione del brevetto ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Fornitura, CRA applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione
- b) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 7 comma 1 "Servizio di reportistica" la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 200,00;
- c) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio del materiale richiesto all'art. 7 comma 2 "Materiale per il sito" CRA applica al Fornitore una penale di € 500,00

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

Art. 10 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI DA PARTE DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 1 e 2 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla CRA; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di due (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di CRA, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggior danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

Art. 11 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI DA PARTE DELLA CRA

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 8 commi 3 e 5 dovranno essere contestati per iscritto all’indirizzo PEC del Fornitore da CRA; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a CRA entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
2. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRA nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa CRA a giustificare l’inadempimento, questa procederà all’applicazione delle penali al Fornitore.
3. L’ammontare della penale applicata all’esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di CRA. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.
4. CRA potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggior danni. Nella determinazione della misura massima del 10% CRA terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per quale si è reso inadempiente

Art. 12 – INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA DEL PRODOTTO, INDISPONIBILITA’ E/O IMPOSSIBILITA’ DELLA FORNITURA, EVOLUZIONE TECNICA

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto a CRA ed alle Amministrazioni Contraenti, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna evidenziando la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto.
2. L’Amministrazione Contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all’esecuzione in danno del Fornitore acquistando i prodotti su libero mercato ed addebitando l’eventuale differenza di costo al Fornitore.
3. Alla risoluzione dell’indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti ed alla CRA.
4. Salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, tutti i casi di indisponibilità non temporanea del prodotto (e/o impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibili alla sfera del Fornitore, inclusi i seguenti casi:
 - Sospensione o ritiro dell’autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte delle Autorità competenti
 - Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all’utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti;

- Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o comunque del Fornitore;
- Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione
- Ripetute rotture di stock;

sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali CRA procederà alla risoluzione della convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18.della Convenzione di Fornitura, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in tempi rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni Contraenti, l'istituto dell'interpello ex art. 110 D. Lgs. n. 50/2016 nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

5. Al contempo, ciascuna singola Amministrazione Contraente al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui al comma 4 ha diritto di risolvere l'OdF e procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto sul libero mercato per la quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di costo.

6. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi

7. Il Fornitore si impegna, nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in continuità progettuale rispetto al prodotto aggiudicato, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole di CRA o della Commissione Giudicatrice (ove prevista), ad immettere nella fornitura il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali.

Art. 13 – PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 14 – VERIFICHE DELLA CONVENZIONE E DELLA FORNITURA

1. CRA si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di Fornitura, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.

2. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a CRA ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

Art. 15 – RISERVATEZZA (PRIVACY)

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.

2.ATTENZIONE: INSERIRE TALE PREVISIONE SOLO PER GARE CHE PREVEDONO PRESTAZIONI COMPORTANTI TRATTAMENTO DI DATI INCLUSI NELL'ELENCO SOTTO INDICATO

Con riferimento alle tipologie di trattamento elencate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con proprio provvedimento n. 467 dell'11.10.2018 (consultabile al link <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/ALLEGATO+1+Elenco+delle+tipologie+di+trattamenti+soggetti+al+meccanismo+di+coerenza+da+sottoporre+a+valutazione+di+impatto.pdf/b9ceefa9-dd65-df86-fed4-df3c3570f59d?version=1.11>), l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto di fornitura/servizio, dovrà altresì fornire la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione (tramite applicativo scaricabile dal sito internet del Garante per la protezione dei dati personali).

3. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

- attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;

- garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2 "data

La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

8. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

9. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.