

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Antonella Gessaga tel. 010/548 8542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Determinazione n. 419 del 29/11/2018

Oggetto: gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 54 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 54 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Materiale per Endoscopia e ERCP occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 100. Numero gara 6873656.
Rettifica Aggiudicazione riguardante i lotti 41 - 71 - 74 - 80 - 82 - 83 - 86 - 90 e 99.

DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa.;

Viste le deliberazioni n° 152 e 153 del 23/11/2017 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con le quali sono state definite e attribuite, in via transitoria, le responsabilità dirigenziali al Direttore e ai Dirigenti dell'Area Centrale Regionale d'Acquisto;

Atteso che con determinazione n. 319 del 30/08/2018 è stata aggiudicata in via definitiva la gara per l'affidamento della fornitura di Materiale per Endoscopia e ERCP occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno);

Atteso altresì che con determinazione n. 377 del 15/10/2018 è stata rettificata la graduatoria della determinazione n. 319 del 30/08/2018;

Preso atto che per i lotti n. 41 - 71 - 74 - 80 - 82 - 83 - 86 - 90 e 99 la graduatoria dell'Aggiudicazione era risultata la seguente:

lotto	Ditta	Importo annuo €.	Seconda aggiudicataria
41	COOK	€ 16.425,00	BOSTON SCIENTIFIC
71	MEDICOMM	€ 67.977,00	A.Q. (5) CONMED, AORTA EUROMEDICAL, COOK, LORENZATTO
74	COOK	€ 23.100,00	A.Q. (2) BOSTON SCIENTIFIC, OLYMPUS
80	LORENZATTO	€ 41.514,00	A.Q. (2) EUROMEDICAL, BOSTON SCIENTIFIC
82	LORENZATTO	€ 48.061,26	A.Q. (1) EUROMEDICAL
83	LORENZATTO	€ 47.219,20	A.Q. (1) EUROMEDICAL

86	AORTA	€ 6.942,00	A.Q. (4) EUROMEDICAL, COOK, BOSTON SCIENTIFIC, LORENZATTO
90	LORENZATTO	€ 25.459,20	A.Q. (1) EUROMEDICAL
99	LORENZATTO	€ 13.179,42	EUROMEDICAL

Preso atto della contestazione della ditta Boston Scientific con nota del 23/10/2018, acquisita agli atti con prot. n. 20641 del 23/10/2018 per i lotti 41, 71 e 74 e dell'istanza di annullamento presentata della ditta Euromedical srl con nota acquisita gli atti con prot. n. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto e Aorta;

Considerato altresì che la Commissione Giudicatrice che si è riunita in data 08/11/2018, le cui conclusioni sono riportate nel Verbale di seduta riservata prot. n.21671 del 08/11/201 (allegato e parte integrante della presente determinazione), si è espressa come di seguito riportato:

Lotto 41: la Commissione accoglie quanto esposto nella contestazione della ditta Boston Scientific verificando che nella documentazione tecnica presentata dalla ditta Cook viene chiaramente indicato che il prodotto offerto non è Latex free, come invece richiesto dal Capitolato tecnico.

Lotto 71: la Commissione, riesaminata la documentazione tecnica di tutte le ditte partecipanti al lotto (Medicomm, Conmed, Aorta, Euromedical, Health Defence, Cook e Lorenzatto), compresa la stessa ricorrente Boston S., evidenzia che nessuna della ditte citate presenta il requisito minimo "catetere rastremato di varie misure" e pertanto vengono escluse dal lotto. Lotto deserto.

Lotto 74: la Commissione riesaminata la documentazione tecnica di tutte le ditte partecipanti al lotto, decide di modificare i punteggi, come da scheda allegata, ma che comunque non cambia l'aggiudicazione finale alle ditte Cook, Boston S. e Olympus;

Lotto 86: la Commissione si esprime come di seguito: la dichiarazione rimovibilità della ditta Aorta è presente nella documentazione di gara nelle IFU ma al contrario risulta precisato nella scheda tecnica che il prodotto non può essere impiegato nei campi di RM in quanto la sicurezza durante la RM non è dimostrata. Viene pertanto accettata l'istanza di annullamento di Euromedical. Si decide di escludere la ditta Aorta dal presente lotto e di far scorrere la graduatoria, come da scheda allegata.

Preso atto che per i lotti 80, 82, 83, 90 e 99 la Commissione Giudicatrice ha ritenuto necessario riunirsi nuovamente in data 28/11/2018 per esaminare ulteriormente la documentazione tecnica della ditta MG Lorenzatto, ed in particolare ha verificato la validità delle certificazioni presentate dalla ditta MG Lorenzatto supportate dall'Ente Certificatore TUV che garantisce il rinnovo del certificato a seguito dell'esito positivo della verifica effettuata nel mese di agosto 2017.

La Commissione Giudicatrice dopo aver analizzato le altre criticità mosse dalla ditta Euromedical per i lotti 80-82-83-90 e 99, come risulta dal verbale prot. n. 23004 del 28/11/2018 (allegato e parte integrante della presente determinazione), si è espressa come di seguito riportato:

Lotto 80: Preso atto dell'istanza di annullamento presentata della ditta Euromedical srl con nota acquisita gli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito:

- le dichiarazioni di rimovibilità e autoconformabilità sono prive di data;
- per le protesi in nitinol parzialmente ricoperte, il cod. BPA non rientra tra quelli indicati nella certificazione di autoconformabilità;
- il codice BNP delle protesi parzialmente ricoperte non è compreso nella certificazione di autoconformabilità, inoltre trattasi di “protesi posizionabile tramite accesso percutaneo sotto controllo radiologico”, come dichiarato dalla ditta stessa nella scheda tecnica e quindi non per uso endoscopico;
- per quello che riguarda le protesi completamente ricoperte, a fronte della dichiarazione di rimovibilità fornita dalla ditta stessa, nelle IFU viene dichiarato: “non è garantito il riposizionamento o la rimozione dello stent”.

Viene pertanto accertata la difformità dai requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico e quindi MG Lorenzatto viene esclusa.

Lotto 82: Preso atto del pre-ricorso della ditta Euromedical srl con nota acquista gli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito:

La protesi non è idonea, in quanto come risulta dal manuale d'uso (IFU) allegata alla scheda tecnica che “lo stent non è predisposto alla rimozione”. Viene pertanto accertata la difformità del requisito minimo richiesto dal capitolato tecnico e quindi MG Lorenzatto viene esclusa.


Lotto 83: Preso atto del pre-ricorso della ditta Euromedical srl con nota acquista gli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito: tutte le contestazioni mosse da Euromedical per questo lotto sono state esaminate e si confermano le valutazioni precedentemente fatte. Viene pertanto rigettata l'istanza di annullamento di Euromedical.

Lotto 90: Preso atto del pre-ricorso della ditta Euromedical srl con nota acquista gli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito: non è presente nel manuale d'uso la caratteristica tecnica di rimovibilità, requisito minimo richiesto. Viene pertanto accertata la difformità del requisito minimo richiesto dal capitolato tecnico e quindi MG Lorenzatto viene esclusa.

Lotto 99: Preso atto del pre-ricorso della ditta Euromedical srl con nota acquista gli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito: non è presente nel manuale d'uso la caratteristica tecnica di rimovibilità, requisito minimo richiesto. Inoltre la protesi non è dotata di due bumpers richiesti come requisito minimo. Viene pertanto accertata la difformità dei requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico e quindi MG Lorenzatto viene esclusa.

Dato atto pertanto di procedere all'esclusione della ditta Cook per il lotto 41, all'esclusione della ditta MG Lorenzatto per i lotti 80, 82, 83, 90 e 99 e della ditta Aorta per il lotto 86 e al conseguente scorrimento della graduatoria;

Dato altresì atto che il lotto n. 71 risulta deserto poiché nessuna delle ditte partecipanti al lotto presenta il requisito minimo “catetere rastremato di varie misure” e che per il lotto 74 la modifica dei punteggi, come da scheda allegata al verbale, comunque non cambia l'aggiudicazione finale alle ditte Cook, Boston S. e Olympus, e pertanto si riconferma l'aggiudicazione di cui alla delibera n. 319 del 30/08/2018;



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Precisato che, il riesame delle caratteristiche tecniche dei prodotti contestati è stato effettuato al fine di assicurare il rispetto della conformità ai requisiti minimi stabiliti nel capitolato tecnico e, di conseguenza, per garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza nell'utilizzo del materiale oggetto di gara, nonostante l'aggiudicazione di tali prodotti fosse ormai consolidata sotto il profilo processuale;

Su proposta del Dirigente responsabile;

DETERMINA:

- 1) Di procedere all'esclusione della ditta Cook per il lotto 41, all'esclusione della ditta MG Lorenzatto per i lotti 80, 82, 83, 90 e 99, all'esclusione della ditta Aorta per il lotto 86 e al conseguente scorrimento della graduatoria e all'esclusione di tutte le ditte partecipanti al lotto n. 71, per le motivazioni espresse in premessa;
- 2) Di rettificare la graduatoria dei lotti n. 41, 71, 80, 82, 86, 90 e 99 per le motivazioni riportate in premessa e di procedere alle aggiudicazioni come di seguito indicato:


lotto	Ditta	Importo annuo €.	
41	BOSTON SCIENTIFIC	€ 23.360,00	
71	LOTTO DESERTO		
80	A.Q. (1) EUROMEDICAL, BOSTON SCIENTIFIC (2)	€ 44.767,80 € 15.820,20	A 70 % Q 30%
82	EUROMEDICAL	€ 70.395,00	
86	A.Q. (5) EUROMEDICAL, COOK, BOSTON SCIENTIFIC, LORENZATTO, MEDICOMM	€ 6.583,50 € 731,25 € 842,63 € 795,60 € 730,80	A 70 % Q 7,5 % Q 7,5 % Q 7,5 % Q 7,5 %
90	EUROMEDICAL	€ 35.910,00	
99	EUROMEDICAL	€ 30.583,00	

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162


MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



3) Di dare atto che:

- il termine dilatorio per la stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della gara;
- la garanzia fideiussoria, ricalcolata alla luce della nuova graduatoria, da prestare da parte degli aggiudicatari è determinata nei seguenti importi:

Ditta	Lotti aggiudicati	Importo totale presunto della fornitura 4 anni con rinnovo	Importo garanzia fideiussoria	Importo garanzia fideiussoria ridotto del 50% con certificazione di qualità CE
Aorta	6 20 56 70(a) 77(q) 85(q)	78.585,12	7.858,51	3.929,26
Boston Scientific	4 5 13 14 15 16 17 28 29 41 42 53 57 58 68 70(q) 72(a) 73(a) 74(q) 75(q) 76(q) 78(q) 80(q) 81(q) 86(q) 87(q) 89(q) 91(q) 93(a) 94 98	1.472.915,88	147.291,59	73.645,79
Conmed	26	20.212,00	2.021,20	1.010,60
Cook Italia	2 3 12 47 59 64 67 69(q) 70(q) 72(q) 73(q) 74(a) 76(q) 77(q) 79(q) 85(q) 86(q) 89(q) 91(q) 95	511.094,00	51.109,40	25.554,70
Euromedical	73(q) 76(q) 78(a) 79(a) 80(a) 81(a) 82(a) 83(q) 84 85(a) 86(a) 87(a) 88 89(a) 90(a) 91(a) 92(a) 99 100	1.796.250,40	179.625,04	89.812,52
Lorenzatto	1 72(q) 75(q) 76(q) 77(a) 79(q) 83(a) 85(q) 86(q) 91(q) 92(q)	235.514,20	23.551,42	11.775,71



Medicomm	36 48 55 63 69(a) 73(q) 75(a) 76(a) 86 (q) 89(q) 91(q)	201.345,76	20.134,58	10.067,29
----------	--	------------	-----------	-----------

- 1) Di notificare alle Ditte interessate e ad AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria la presente determinazione.
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione consta di 6 (sei) pagine.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)



All.: Verbale prot. n. 21671 del 08/11/2018
Verbale prot. n. 23004 del 28/11/2018





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel.010/548-8561

e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Referente:

Antonella Gessaga - tel. 010/548-8542

e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Procedura aperta per la fornitura di

Materiale per Endoscopia e ERCP

occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) -

Lotti n. 100. Numero gara 6873656.

Verbale Commissione Giudicatrice sui ricorsi e pre-ricorsi presentati e relative ai

lotti: 41-71-74-⁸⁶

80-82-83-90 e 99.

Seduta riservata.

Seduta del 08/11/2018

Il giorno 08/11/2018, alle ore 8.30 presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 48 del 06/02/2018 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e modificata con determina n. 373 del 12/10/2018 per le valutazioni delle contestazione mosse ai lotti nn. 41-71-74 dalla ditta Boston Scientific e n. 80-82-83-90 e 99 dalla ditta Euromedical.


Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice:

Paolo	Dott. Gandullia	UOC Pediatria III ad indirizzo gastroenterologico con endoscopia digestiva - Istituto Gaslini
Massimo	Dott. Conio	Direttore S.C. Gastroenterologia di Sanremo - Asl1
Massimo	Dott. Oppezzi	Dirigente Medico presso la S.C. Gastroenterologia - E.O. Ospedali Galliera

E' presente per la Centrale il Dott. Luigi Moreno Costa, Rup della gara in oggetto, sostituito nel corso della riunione dal Dott. Roberto Baldini e la dott.ssa Antonella Gessaga che svolge le funzioni di Segretaria della Centrale.

MB *AP* *1* *AP* *MB* *AP*




Lotto 41: Preso atto della contestazione della ditta Boston Scientific con nota del 23/10/2018, acquisita agli atti con prot. n. 20641 del 23/10/18, la Commissione si esprime come di seguito: la Commissione accoglie quanto esposto nella contestazione della ditta Boston Scientific verificando che nella documentazione tecnica presentata dalla ditta Cook viene chiaramente indicato che il prodotto offerto non è Latex free, come invece richiesto dal Capitolato tecnico.

Lotto 71: Preso atto della contestazione della ditta Boston Scientific con nota del 23/10/2018, acquisita agli atti con prot. n. 20641 del 23/10/18, la Commissione si esprime come di seguito: la Commissione, riesaminata la documentazione tecnica di tutte le ditte partecipanti al lotto (Medicomm, Conmed, Aorta, Euromedical, Health Defence, Cook e Lorenzatto), compresa la stessa ricorrente Boston S., evidenzia che nessuna della ditte citate presenta il requisito minimo "catetere rastremato di varie misure" e pertanto vengono escluse dal lotto. Viene pertanto accettata l'istanza di annullamento di Boston S. ~~che resta l'unica offerta idonea e quindi aggiudicataria del lotto.~~ LOTTO DESERTO 

Lotto 74: Preso atto della contestazione della ditta Boston Scientific con nota del 23/10/2018, acquisita agli atti con prot. n. 20641 del 23/10/18, la Commissione si esprime come di seguito: la Commissione riesaminata la documentazione tecnica di tutte le ditte partecipanti al lotto e decide di modificare i punteggi, come da scheda allegata ma che comunque non cambia l'aggiudicazione finale alla ditta Cook, Boston S. e Olympus.

Lotto 80: Preso atto dell'istanza di annullamento presentata della ditta Euromedical srl con nota acquisita agli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito: la certificazione CEE risulta scaduta alla data di presentazione delle offerte. Si ritiene pertanto di escludere la ditta Lorenzatto dal presente lotto e si decide di modificare i punteggi, come da scheda allegata. Le altre contestazioni presentate da Euromedical sono quindi superate dalla mancanza di certificazione. Viene pertanto accettata l'istanza di annullamento di Euromedical.

Lotto 82: Preso atto del pre-ricorso della ditta Euromedical srl con nota acquisita agli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito: la certificazione CEE risulta scaduta alla data di presentazione delle offerte. Si ritiene pertanto di escludere la ditta Lorenzatto dal presente lotto e si decide di modificare i punteggi. Le altre contestazioni presentate da Euromedical sono quindi superate dalla mancanza di certificazione. Viene pertanto accettata l'istanza di annullamento di Euromedical che resta l'unica offerta idonea e quindi aggiudicataria del lotto.

Lotto 83: Preso atto del pre-ricorso della ditta Euromedical srl con nota acquisita agli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito: la certificazione CEE risulta scaduta alla data di presentazione delle offerte. Si ritiene pertanto di escludere la ditta Lorenzatto dal presente lotto e si decide di modificare i punteggi. Le altre contestazioni presentate da Euromedical sono quindi superate dalla mancanza di certificazione. Viene pertanto accettata l'istanza di annullamento di Euromedical che resta l'unica offerta idonea e quindi aggiudicataria del lotto. 

MMDM 

Lotto 86: Preso atto del pre-ricorso della ditta Euromedical srl con nota acquisita gli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta AORTA, la Commissione si esprime come di seguito: la dichiarazione rimovibilità è presente nella documentazione di gara nelle IFU ma al contrario risulta precisato nella scheda tecnica che il prodotto non può essere impiegato nei campi di RM in quanto la sicurezza durante la RM non è dimostrata. Viene pertanto accettata l'istanza di annullamento di Euromedical. Si decide di modificare i punteggi, come da scheda allegata.

Lotto 90: Preso atto del pre-ricorso della ditta Euromedical srl con nota acquisita gli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito: la certificazione CEE risulta scaduta alla data di presentazione delle offerte. Si ritiene pertanto di escludere la ditta Lorenzatto dal presente lotto e si decide di modificare i punteggi. Le altre contestazioni presentate da Euromedical sono quindi superate dalla mancanza di certificazione. Viene pertanto accettata l'istanza di annullamento di Euromedical che resta l'unica offerta idonea e quindi aggiudicataria del lotto.

Lotto 99: Preso atto del pre-ricorso della ditta Euromedical srl con nota acquisita gli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito: viene riconosciuta l'equivalenza del prodotto offerto da MG Lorenzatto e pertanto si respinge l'istanza di Euromedical.

La seduta è tolta alle ore 11.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente: Dott. Paolo Gandulia


Componente: Dott. Massimo Conio


Componente: Dott. Massimo Oppezzi


Rup della Gara: Dott. Luigi Moreno Costa


Dirigente Farmacista: Dott. Roberto Baldini


Segretario: Dott.ssa Antonella Gessaga
















LOTTO 74: PAPPILLOTOMI (monouso sterile - punta corta - vario rastremazioni)	Max punti	Parametri di valutazione e valori attribuiti	Commissioni	OLYMPUS	BOSTON S	COOK
Requisiti essenziali				Valutazioni Individuali pre enti	Valutazioni Individuali pre enti	Valutazioni Individuali pre enti
1. precisione di taglio	22	Q1	BARABINO	0,900	0,900	1,000
			COINO	0,900	0,900	1,000
			OPPEZZI	0,900	0,900	1,000
			Media coefficienti	0,900	0,900	1,000
			ripetita a 1	0,90	0,90	1,00
			Punteggio	19,800	19,800	22,000
2. flessibilità estremo distale	22	Q2	OLYMPUS	1	BOSTON	1
			OLYMPUS	1	COOK	1
			BOSTON	1	COOK	1
			SOMMA	2,000	2,000	2,000
			ripetita a 1	1,00	1,00	1,00
			Punteggio	22,000	22,000	22,000
3. facilità di cateterismo papillare; rastremazione	13	Q2 (prova pratica)	OLYMPUS	1	BOSTON	1
			OLYMPUS	1	COOK	1
			BOSTON	1	COOK	1
			SOMMA	2,000	2,000	2,000
			ripetita a 1	1,00	1,00	1,00
			Punteggio	13,000	13,000	13,000
4. possibilità di rotazione della punta	13	Q1	BARABINO	0,900	0,900	0,900
			COINO	0,900	0,900	0,900
			OPPEZZI	0,900	0,900	0,900
			Media coefficienti	0,900	0,900	0,900
			ripetita a 1	1,00	1,00	1,00
			Punteggio	13,000	13,000	13,000
Totale punteggio di qualità	70,000			67,800	67,800	70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000			67,800	67,800	70,000
Prezzo offerto				36.330,00	33.075,00	23.100,00
Base gara per lotto (annuale)		Ribasso percentuale	37.800,00			
Punteggio offerta economica	30,00	18,43	3,88889	12,50000	38,88889	
			5,698	18,317	30,000	
Punteggio totale	100,00			73,498	86,117	100,000
			3,000	2,000	1,000	

A.Q. 1 AGG + 2 IN GRADUATORIA

ms *Q* *mlow* *of* *low*

LOTTO 80: PROTESI BILIARI METALLICHE (autoconformanti)	Max punti	Parametri di valutazione e valori obiettivo gara	Commissione	BOSTON S		EUROMEDICAL		LORENZATTO	
				Valutazioni Individuali	pesanti	Valutazioni Individuali	pesanti	Valutazioni Individuali	pesanti
Requisiti essenziali									
1. scorrevolezza della protesi	24	Q2		BOSTON	1	EUROMEDICAL	1		
				SOMMA	1,000		1,000		0,000
				riportata a 1	1,00		1,00		0,00
				Punteggio	24,000		24,000		0,000
2. precisione del sistema	23	Q2		BOSTON	1	EUROMEDICAL	1		
				SOMMA	1,000		1,000		0,000
				riportata a 1	1,00		1,00		0,00
				Punteggio	23,000		23,000		0,000
3. funzionalità del sistema di rilascio	23	Q2		BOSTON	0,70	EUROMEDICAL	1,00		
				SOMMA	0,700		1,000		0,000
				riportata a 1	0,70		1,00		0,00
				Punteggio	16,100		23,000		0,000
Totale punteggio di qualità	70,000				63,100		70,000		0,000
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000				63,100		70,000		0,000
Prezzo offerto					52.734,00		63.954,00		
Base gara per lotto (annuale)		Ribasso percentuale	66.000,00						
			11,60		20,10000		3,10000		0,00000
Punteggio offerta economica	30,00				30,000		24,737		0,000
Punteggio totale	100,00				93,100		94,737		0,000
					2,000		1,000		

SDM Milano off lotto

lotto 86: Protesi esofagee OTW (parzialmente ricoperte)		Q1	Q2	Q3	AORTA	BOSTON S.	COOK	EUROMEDICAL	INNOVAMEDICA	LORENZATTO	MEDICOMM		
Requisiti essenziali					Valutazioni Individuali	Valutazioni Individuali	Valutazioni Individuali	Valutazioni Individuali	Valutazioni Individuali	Valutazioni Individuali	Valutazioni Individuali		
					prezzi	prezzi	prezzi	prezzi	prezzi	prezzi	prezzi		
1. facilità di posizionamento	24	Q2	BOSTON	1	COOK	1	EUROMEDICAL	1	COOK	2	MEDICOMM	0	
			BOSTON	2	INNOVAMEDICA	0	EUROMEDICAL	2	INNOVAMEDICA	0			
			BOSTON	1	LORENZATTO	1	EUROMEDICAL	1	LORENZATTO	1			
			BOSTON	2	MEDICOMM	0	EUROMEDICAL	2	MEDICOMM	0			
			BOSTON	1	EUROMEDICAL	1	INNOVAMEDICA	0	LORENZATTO	2			
			BOSTON	2	INNOVAMEDICA	0	INNOVAMEDICA	1	MEDICOMM	1			
			BOSTON	1	COOK	1	LORENZATTO	1	LORENZATTO	2	0,000		
			SOMMA	0,000	7,000	7,000	7,000	1,000	7,000	2,000			1,000
			ripetuta a 1	0,00	1,00	1,00	1,00	0,14	1,00	1,00			0,14
			Punteggio	0,000	24,000	24,000	24,000	3,429	24,000	24,000	1,00		3,429
2. facilità di rilascio	23	Q3	BOSTON	1	COOK	1	EUROMEDICAL	1	COOK	1	MEDICOMM	1	
			BOSTON	1	INNOVAMEDICA	1	EUROMEDICAL	1	INNOVAMEDICA	1			
			BOSTON	1	LORENZATTO	1	EUROMEDICAL	1	LORENZATTO	1			
			BOSTON	1	MEDICOMM	1	EUROMEDICAL	1	MEDICOMM	1			
			BOSTON	1	EUROMEDICAL	1	INNOVAMEDICA	1	LORENZATTO	1			
			BOSTON	1	COOK	1	INNOVAMEDICA	1	INNOVAMEDICA	1			
			BOSTON	1	COOK	1	LORENZATTO	1	LORENZATTO	1			
			SOMMA	0,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,000	5,000			5,000
			ripetuta a 1	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
			Punteggio	0,000	23,000	23,000	23,000	1,00	23,000	23,000	1,00		1,00
3. visibilità dei markers radiopachi	23	Q1 (prova pratica radiologica)	BOSTON	1	COOK	1	EUROMEDICAL	1	INNOVAMEDICA	1	LORENZATTO	1	
			BOSTON	1	COOK	1	LORENZATTO	1	LORENZATTO	1	MEDICOMM	1	
			SOMMA	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
			ripetuta a 1	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
			Punteggio	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
			BARABINO	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
			CONIO	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
			OPPEZZI	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
			Media coefficienti	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
			ripetuta a 1	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
Punteggio	0,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	20,700		23,000			
Totale punteggio di qualità	70,000				0,000	70,000	70,000	70,000	49,429	67,700	49,429		
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000				0,000	70,000	70,000	70,000	49,429	67,700	49,429		
Prezzo offerto													
Base gara per lotto (annuale)					19.500,00	11.235,00	9.750,00	9.405,00	11.700,00	10.608,00	9.744,00		
		Ribasso percentuale			45,63	100,00000	42,38462	50,00000	51,76923	40,00000	45,60000	50,03077	
Punteggio offerta economica	30,00					21,093	27,189	27,289	19,906	22,693	27,191		
Punteggio totale	100,00				0,000	91,093	97,189	97,289	69,335	90,393	76,620		
						3,000	2,000	1,000		4,000	5,000		

A.Q. 1 AGG + 4 IN GRADUATORIA

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] mean [Signature]



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel.010/548-8561

e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Referente:

Antonella Gessaga - tel. 010/548-8542

e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Procedura aperta per la fornitura di

Materiale per Endoscopia e ERCP

occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) -

Lotti n. 100. Numero gara 6873656.

Verbale Commissione Giudicatrice sui ricorsi e pre-ricorsi presentati e relative ai lotti:

80-82-83 e 90.

Seduta riservata.

Seduta del 28/11/2018

Il giorno 28/11/2018, alle ore 10.00 presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 48 del 06/02/2018 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e modificata con determina n. 373 del 12/10/2018 per le valutazioni delle contestazione mosse ai lotti n. 80-82-83-90 dalla ditta Euromedical.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice:


Paolo	Dott. Gandullia	UOC Pediatria III ad indirizzo gastroenterologico con endoscopia digestiva - Istituto Gaslini
Massimo	Dott. Conio	Direttore S.C. Gastroenterologia di Sanremo - Asl1
Massimo	Dott. Oppezzi	Dirigente Medico presso la S.C. Gastroenterologia - E.O. Ospedali Galliera

E' presente per la Centrale il Dott. Luigi Moreno Costa, Rup della gara in oggetto, il Dott. Maurizio Crovetto, Collaboratore amministrativo e la dott.ssa Antonella Gessaga che svolge le funzioni di Segretaria della Centrale.

Paolo

 Massimo

 1



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel.010/548-8561

e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Referente:

Antonella Gessaga - tel. 010/548-8542

e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Procedura aperta per la fornitura di

Materiale per Endoscopia e ERCP

occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO. , I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) -

Lotti n. 100. Numero gara 6873656.

Verbale Commissione Giudicatrice sui ricorsi e pre-ricorsi presentati e relative ai lotti:

80-82-83 e 90.

Seduta riservata.

Seduta del 28/11/2018

Il giorno 28/11/2018, alle ore 10.00 presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 48 del 06/02/2018 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e modificata con determina n. 373 del 12/10/2018 per le valutazioni delle contestazione mosse ai lotti n. 80-82-83-90 dalla ditta Euromedical.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice:

Paolo	Dott. Gandullia	UOC Pediatria III ad indirizzo gastroenterologico con endoscopia digestiva – Istituto Gaslini
Massimo	Dott. Conio	Direttore S.C. Gastroenterologia di Sanremo – Asl I
Massimo	Dott. Oppezzi	Dirigente Medico presso la S.C. Gastroenterologia – E.O. Ospedali Galliera

E' presente per la Centrale il Dott. Luigi Moreno Costa, Rup della gara in oggetto, il Dott. Maurizio Crovetto, Collaboratore amministrativo e la dott.ssa Antonella Gessaga che svolge le funzioni di Segretaria della Centrale.

1

Richiamato il verbale del 08-11-2018 acquisto agli atti con prot. n. 21671 dell'08/11/2018, si procede a verificare ulteriormente le certificazioni presentate dalla ditta MG Lorenzatto, ed in particolare si è verificata la validità delle stesse supportate dall'Ente Certificatore TÜV che garantisce il rinnovo del certificato a seguito dell'esito positivo della verifica effettuata nel mese di agosto 2017, la Commissione Giudicatrice decide che per i lotti 80-82-83 e 90 la ditta MG Lorenzatto è da ritenere conforme per quello che riguarda le certificazioni CE.

La Commissione Giudicatrice decide pertanto di analizzare le altre criticità mosse dalla ditta Euromedical per i lotti 80-82-83 e 90.

Lotto 80: Preso atto dell'istanza di annullamento presentata della ditta Euromedical srl con nota acquista gli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito:

- le dichiarazioni di rimovibilità e autoconformabilità sono prive di data;
- per le protesi in nitinol parzialmente ricoperte, il cod. BPA non rientra tra quelli indicati nella certificazione di autoconformabilità;
- il codice BNP delle protesi parzialmente ricoperte non è compreso nella certificazione di autoconformabilità, inoltre trattasi di "protesi posizionabile tramite accesso percutaneo sotto controllo radiologico", come dichiarato dalla ditta stessa nella scheda tecnica e quindi non per uso endoscopico;
- per quello che riguarda le protesi completamente ricoperte, a fronte della dichiarazione di rimovibilità fornita dalla ditta stessa, nelle IFU viene dichiarato: "non è garantito il riposizionamento o la rimozione dello stent".


Viene pertanto accertata la difformità dai requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico e quindi MG Lorenzatto viene esclusa.

Lotto 82: Preso atto del pre-ricorso della ditta Euromedical srl con nota acquista gli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito:

La protesi non è idonea, in quanto come risulta dal manuale d'uso (IFU) allegata alla scheda tecnica che "lo stent non è predisposto alla rimozione". Viene pertanto accertata la difformità del requisito minimo richiesto dal capitolato tecnico e quindi MG Lorenzatto viene esclusa.

Lotto 83: Preso atto del pre-ricorso della ditta Euromedical srl con nota acquista gli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito: tutte le contestazioni mosse da Euromedical per questo lotto sono state esaminate e si confermano le valutazioni precedentemente fatte. Viene pertanto rigettata l'istanza di annullamento di Euromedical.

Lotto 90: Preso atto del pre-ricorso della ditta Euromedical srl con nota acquista gli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito: non è presente nel manuale d'uso la caratteristica tecnica di rimovibilità, requisito minimo richiesto. Viene pertanto accertata la difformità del requisito minimo richiesto dal capitolato tecnico e quindi MG Lorenzatto viene esclusa.


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. From left to right: a signature that appears to be 'Pza', a signature that appears to be 'M. L.', a signature that appears to be 'A.', and a signature that appears to be 'R.'. Below these, there is a small number '2' and another signature that appears to be 'M. L.'.

Lotto 99: Preso atto del pre-ricorso della ditta Euromedical srl con nota acquista gli atti con prot. N. 18845 del 28/09/2018 nei confronti dell'aggiudicazione alla ditta MG Lorenzatto, la Commissione si esprime come di seguito: non è presente nel manuale d'uso la caratteristica tecnica di removibilità, requisito minimo richiesto. Inoltre la protesi non è dotata di due bumpers richiesti come requisito minimo. Viene pertanto accertata la difformità dei requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico e quindi MG Lorenzatto viene esclusa.

La seduta è tolta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.


Presidente: Dott. Paolo Gandullia



Componente: Dott. Massimo Conio




Componente: Dott. Massimo Oppezzi



Rup della Gara: Dott. Luigi Moreno Costa



Funzionario della Centrale: Dott. Maurizio Crovetto



Segretario: Dott.ssa Antonella Gessaga

