Dirigente responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA
Funzionario referente: Dott. Riccardo CAPITANI

Determinazione n. 98 del 07/05/2014

Oggetto: **Rettifica della Determinazione n. 74 del 03/04/2014: *"Indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l'acquisizione in service di sistemi infusionali occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. – Lotti n. 5. Numero gara: 5355464. Importo presunto di gara € 7.900.679,70 (IVA esclusa). Importo presunto di spesa per la pubblicazione dei bandi di gara e contributo per le gare pubbliche, € 2.300,00 (IVA esclusa)".* Pubblicazione delle risposte ai quesiti pervenuti al 07/05/2014, prot. n. 3212 del 07/05/2014.**

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 6.11.2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12.4.2006, n,. 163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'1.1.2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Vista la deliberazione n. 87 del 1.2.2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell'ARS adottate con determinazione n. 91 del 28/12/2012 Commissario straordinario dell'ARS;

Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del direttore e dei dirigenti dell' Area CRA;

Richiamata la Deliberazione n. 92 del 17/10/2012, con la quale il Direttore Generale del Consorzio Centrale Regionale di Acquisto nominava i Componenti della Commissione Tecnica per la gara in oggetto, come di seguito elencati:

SPADA	Ing. Gino	Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica – ASL 3 "Genovese";
PASTANELLA	Sig. Raffaele	Infermiere Professionale Coord. - ASL 3 "Genovese";
GRATAROLA	Dott. Angelo	Direttore Dipartimento Emergenza e Accettazione IRCCS USMI;

Richiamata la propria Determinazione n. 74 del 03/04/2014: *"Indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l'acquisizione in service di sistemi infusionali occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. – Lotti n. 5. Numero gara: 5355464. Importo presunto di gara € 7.900.679,70 (IVA esclusa). Importo presunto di spesa per la pubblicazione dei bandi di gara e contributo per le gare pubbliche, € 2.300,00 (IVA esclusa)"*;

Richiamata altresì la propria Determinazione n. 79 del 15/04/2014: "*Rettifica della Determinazione n. 74 del 03/04/2014: "Indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l'acquisizione in service di sistemi infusionali occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. – Lotti n. 5. Numero gara: 5355464. Importo presunto di gara € 7.900.679,70 (IVA esclusa). Importo presunto di spesa per la pubblicazione dei bandi di gara e contributo per le gare pubbliche, € 2.300,00 (IVA esclusa) ed approvazione del nuovo testo del Disciplinare di Gara";*

Preso atto delle richieste di chiarimento presentate da numerose Aziende operanti nel settore produttivo relativo alla procedura di gara in epigrafe;

Preso atto che, su convocazione del Dirigente RUP, inviata tramite email con prot. n. 3033 del 29/04/2014, il giorno 06/05/2014, si è riunita la Commissione Tecnica, per la formulazione delle risposte di carattere tecnico ai quesiti posti dalle Aziende interessate;

Ritenuto pertanto di provvedere alla pubblicazione delle risposte, formulate dalla Commissione Tecnica di cui sopra, ai quesiti sul sito istituzionale della Centrale, con nota prot. 3212 del 07/05/2014, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e con riserva di provvedere alle ulteriori risposte ed alle rettifiche eventualmente necessarie, non appena acquisite agli atti le risposte ai quesiti tecnici ancora in sospeso da parte della Commissione Tecnica;

Su proposta del Dirigente Responsabile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione funzionamento dell'ARS;

DETERMINA

1. Di approvare la pubblicazione delle risposte, formulate dalla Commissione Tecnica di cui sopra, ai quesiti sul sito istituzionale della Centrale, con nota prot. 3212 del 07/05/2014, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativamente alla gara in epigrafe;
2. Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e del relativo allegato sul sito istituzionale della Centrale, www.acquistiliguria.it ;
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non discendono costi per la Centrale;
4. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 (due) pagine, oltre gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

Dirigente RUP: Dott. Riccardo ZANELLA - 010 548.8536
riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Riccardo CAPITANI – 010.548 8540
riccardo.capitani@regione.liguria.it

Genova, 07/05/2014

Prot. n°. 3212

OGGETTO: **gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l'acquisizione in service di sistemi infusionali occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. – Lotti n. 5. Numero gara: 5355464.**
Risposte ai quesiti pervenuti fino a tutto il 07/05/2014 – Dal n. 9 al n. 34.

In risposta ai sottoelencati quesiti, formulati in relazione alla gara in oggetto, ed in esito alla riunione della Commissione tecnica del 06/05/2014, si comunica quanto segue:

QUESITO N. 3

DOMANDA:
Nel Capitolato Tecnico richiedete, (riferimento Lotto 1), anche per i deflussori per nutripompa, la presenza di una camera di gocciolamento trasparente: in realtà essa non risulta più essere necessaria.
Infatti, l'assenza della camera di gocciolamento sul deflussore, sostituita da un sistema di rilevazione del flusso ad ultrasuoni, consente alla nostra nutripompa di funzionare anche in posizione non perfettamente verticale, rendendone agevole il trasporto e prevenendo l'insorgenza di possibili falsi allarmi. Sulla base di quanto sopra esposto, vi chiediamo cortesemente di annullare tale richiesta. (rif. 2879/2014)

RISPOSTA:
No, non è possibile eliminare la richiesta di tale requisito obbligatorio.
Sono però ammesse soluzioni equivalenti.
Il Capitolato Tecnico ed il Modello F4-BIS sono stati rettificati per il Lotto 1 al punto 2.5.

QUESITO N. 4

DOMANDA: *rif. 2979/2014*)
Nel Capitolato Tecnico, Lotto 1, sez. A1, tra le caratteristiche tecniche, viene chiesto:

- volume da infondere programmabile fino a 3000ml con incremento minimo non superiore a 1ml;

- velocità di flusso programmabile da 1 a 300ml/h con incremento minimo non superiore a 1 ml;

Omissis.....si chiede che le specifiche tecniche richieste in capitolato su questi aspetti non siano considerate motivo esclusione.

RISPOSTA:
L'incremento minimo prescritto ai punti 1.4 e 1.5 del Lotto 1 non è considerato requisito a pena di esclusione. Il Capitolato Tecnico ed il Modello F4-BIS sono stati rettificati per il Lotto 1 al punto 1.4 e 1.5.

QUESITO N. 5

DOMANDA: *rif. 2979/2014)*
Relativamente ai punti 5: "Deflussore a circuito chiuso a due vie per farmaci chemioterapici" e 6: "Deflussore a circuito chiuso a quattro vie per farmaci chemioterapici" della Sezione A1 delle caratteristiche tecniche per il Lotto 2,è possibile offrire deflussori opachi, con le stesse caratteristiche tecniche di quelli che verranno offerti ai punti 7: "Deflussore a circuito chiuso a due vie per farmaci chemioterapici fotosensibili" e 8: "Deflussore a circuito chiuso a quattro vie per farmaci chemioterapici fotosensibili" ?

RISPOSTA:
IN ATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA – email prot. 2981/2014.

QUESITO N. 6

DOMANDA: *rif. 2979/2014)*
Si chiede se il requisito "Camera di gocciolamento trasparente, non rigida, ma facilmente comprimibile" presente alla Sezione A1 delle caratteristiche tecniche per i Lotti 2 (punti 4, 7 e 8) e 5, punto 6, sia un refuso, trattandosi di deflussori per farmaci fotosensibili.

RISPOSTA:
Trattasi di refuso. Il punto 7.10 del Lotto 2 (nel Capitolato Tecnico e nel Modello F4 BIS) è stato rettificato come segue:
"Camera di gocciolamento non rigida ma facilmente comprimibile".

QUESITO N. 9

Nel Capitolato Tecnico, alle caratteristiche di minima dei deflussori nei Lotti 2 e 5, si precisa un dispositivo medico completamente privo di PVC, mentre la normativa prevede chiaramente che il farmaco non debba, mai, venire a contatto con FTALATI (miscela chimica che rende morbido e malleabile il PVC) impedendone di fatto il rilascio da contatto prolungato – Polimero non contenente Ftalati meglio conosciuto con la sigla DHP Free o Polivinilcloruro D H P Free.

DOMANDA:
Sarebbe sufficiente, al fine di rispettare i requisiti di minima a pena di esclusione, che durante tutto il suo percorso, il farmaco non venisse mai a contatto con Polimeri contenenti Ftalati?

RISPOSTA:
E' sufficiente che durante il suo percorso il farmaco non venga mai a contatto con Polimeri contenenti Ftalati. Sono stati modificati in conformità il Capitolato Tecnico e il Modello F4 BIS:

Lotto 2 – Titolo paragrafo 3:

"Deflussore destinato alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC"

Lotto 5 – Titolo paragrafo 5:

"Deflussore destinato alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC"

E' stato modificato in conformità anche il Modello F4 BIS.

QUESITO N. 10

(rif. 3082/2014)
Chiarimenti Capitolato Tecnico, Lotto 4: punto 1.10 "Controllo quantità infusa".

DOMANDA:
Si intente visualizzazione a schermo della quantità infusa?

RISPOSTA:
In relazione al Lotto 4 punto 1.10, la risposta è Si. Si intende visualizzazione a schermo.

QUESITO N. 11

(rif. 3082/2014)

Chiarimenti Capitolato Tecnico, Lotto 4: punto 1.15 "Induzione in periodo programmato e successivo passaggio automatico alla velocità di mantenimento, con impostazione del tempo di pausa".

DOMANDA:
Cosa si intende per tempo di pausa?

RISPOSTA:
In relazione al requisito di cui al Lotto 4, punto 1.15, viene eliminato l'inciso: "con impostazione del tempo di pausa".

QUESITO N. 12

(rif. 3082/2014)

Chiarimenti Capitolato Tecnico, Lotto 4: punto 1.21 Allarmi sonori e visivi, con guida, per il malfunzionamento della pompa.

DOMANDA:
Cosa si intende per guida?

RISPOSTA:
In relazione al Lotto 4 punto 1.21, per "guida" si intende una interfaccia grafica che consenta all'operatore il riconoscimento della causa/origine dell'allarme.

QUESITO N. 13

(rif. 3082/2014)

Chiarimenti Capitolato Tecnico, Lotto 4: punto 1.33 Il fissaggio dovrà permettere il posizionamento di almeno due pompe sul medesimo supporto.

DOMANDA:
Si prevede la fornitura di sistemi di supporto?
Nell'allegato "fabbisogni pompe consumi" non sono stati indicati.
In caso affermativo è possibile conoscere i quantitativi?

RISPOSTA:
Il requisito di cui al punto 1.33 relativo al Lotto 4 non è più richiesto obbligatoriamente pena esclusione.
Sono stati rettificati il Capitolato Tecnico, ed il Modello F4 BIS, ai corrispondenti punti.

QUESITO N. 14

All'interno della "Sezione A" Capitolato Tecnico - Lotto 2 - Pompe Volumetriche per reparti di degenza non intensiva – (pag. 5 di 50), nello specifico: Paragrafo -Deflussore Standard - pag. 6 di 50 - Sotto paragrafo 2.2 e 2.11 – (pag. 6 di 50), si chiede, al punto 2.2, che il deflussore sia costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo, un punto di iniezione a Y e un raccordo maschio terminale Luer Lock; all'interno del punto 2.11 si chiede un punto di iniezione supplementare a Y in materiale plastico rigido.
(rif. 3007/2014; 3017/2014)

DOMANDA:

Il deflussore richiesto deve possedere numero 2 punti di iniezione come da rif. 2.2 e rif. 2.11 oppure è sufficiente la presenza di un solo punto di iniezione ?

RISPOSTA:
IN ATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA – Rif. 3007/2014; 3017/2014.

QUESITO N. 15

All'interno del Paragrafo 3 - Deflussore completamente privo di PVC – (pag. 7 di 50) nello specifico: sotto paragrafo 3.1 e 3.2 – (pag. 7 di 50), si chiede, al punto 3.1, che il deflussore debba essere destinato alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC; all'interno del punto 3.2, che il materiale sia idoneo alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC.

DOMANDA:
Il deflussore richiesto deve essere totalmente privo di PVC oppure è sufficiente che al suo interno, lungo il percorso del fluido, sia rivestito di materiale altamente inerte, quale ad esempio il Polietilene (PE), in modo che il fluido infuso non venga mai a contatto con il PVC ?

RISPOSTA:
E' sufficiente che durante il suo percorso il farmaco non venga mai a contatto con Polimeri contenenti Ftalati. Sono stati modificati in conformità il Capitolato Tecnico e il Modello F4 BIS:

Lotto 2 – Titolo paragrafo 3:

"Deflussore destinato alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC"

Lotto 5 – Titolo paragrafo 5:

"Deflussore destinato alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC"

E' stato modificato in conformità anche il Modello F4 BIS.

QUESITO N. 16

All'interno del sotto paragrafo 3.2 e 3.12 – (pag. 7 di 50), si chiede al punto 3.2, che il materiale sia idoneo alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC; al punto 3.12, punto di iniezione a Y in materiale plastico rigido.

DOMANDA:
Il deflussore richiesto, deve possedere necessariamente punti d'iniezione ad Y lungo il percorso dello stesso, pur trattandosi di deflussore per la somministrazione di farmaci altamente critici, salvavita e nella maggior parti di essi, incompatibili alla miscelazione di altri farmaci o sostanze ?

RISPOSTA:
IN ATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA – Rif. 3007/2014; 3017/2014.

QUESITO N. 17

All'interno del Paragrafo 7 - Deflussore a circuito chiuso a due vie per farmaci chemioterapici e fotosensibili - pag. 9 di 50, nello specifico: sotto paragrafo 7. 2 – (pag. 9 di 50), si chiede, che il deflussore sia costituito da un perforatore, uno stringitubo, due valvole a circuito chiuso, una camera di gocciolamento, un punto di iniezione a Y, un raccordo maschio terminale luer-lock.

DOMANDA:

Verranno accettate anche offerte di deflussori con vie di accesso valvolate, superiori a due, oppure dovranno necessariamente presentare la presenza di solo due vie valvolate?

RISPOSTA:
Sì. Verranno accettate anche offerte di deflussori con vie di accesso valvolate superiori a due.
Sono stati rettificati il Capitolato Tecnico al Lotto 2 paragrafo 7.2, ed il Modello F4 BIS al corrispondente punto.

QUESITO N. 18

All'interno del Paragrafo 9 – Deflussori per Lipidi, nello specifico: sotto paragrafo 9.3 e 9.12 (pag. 11 di 50), si chiede, al punto 9.3, che il deflussore sia costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo, un punto di iniezione a Y e un raccordo maschio terminale luer-lock; al punto 9.12, punto di iniezione a Y in materiale plastico rigido.

DOMANDA:
Il deflussore richiesto, deve possedere numero due punti d'iniezione come da rif. 9.3 e rif. 9.12 oppure è sufficiente la presenza di un solo punto di iniezione?

RISPOSTA:
IN ATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA – Rif. 3007/2014; 3017/2014.

QUESITO N. 19

All'interno del Lotto 4 - Pompe a siringa per anestesia / S.O. con metodica TCI – (pag. 14 di 50), nello specifico: sotto paragrafo 1.33 – (pag. 15 di 50), si chiede che il fissaggio dovrà permettere il posizionamento di almeno 2 pompe sul medesimo supporto.

DOMANDA:
Che cosa s'intende esattamente per:
"il fissaggio dovrà permettere il posizionamento di almeno due pompe sul medesimo "SUPPORTO" ?

RISPOSTA:
Il requisito di cui al punto 1.33 relativo al Lotto 4 non è più richiesto obbligatoriamente pena esclusione.
Sono stati rettificati il Capitolato Tecnico, ed il Modello F4 BIS, ai corrispondenti punti.

QUESITO N. 20

All'interno del Lotto 5 - Sistemi per infusione per reparti di terapia intensiva (pag. 17 di 50) - Paragrafo 4 - Deflussore Standard – (pag. 20 di 50), nello specifico: sotto paragrafo 4.2 e 4.11 (pag. 20 di 50), si chiede , al punto 4.2, che il deflussore sia costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo, un punto di iniezione a Y e un raccordo maschio terminale luer-lock; al punto 4.11, che vi sia un punto di iniezione supplementare a Y in materiale plastico rigido.

DOMANDA:
Il deflussore richiesto deve possedere numero 2 punti di iniezione come da rif. 4.2 e rif. 4.11 oppure è sufficiente la presenza di un solo punto di iniezione?

RISPOSTA:
IN ATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA – Rif. 3007/2014; 3017/2014.

QUESITO N. 21

All'interno del Paragrafo 5 - Deflussore completamente privo di PVC - pag. 20 di 50, nello specifico: sotto paragrafo 5.1 e 5.2 – (pag. 20 di 50) si chiede, al punto 5.1, che il deflussore deve essere destinato alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC; al punto 5.2, che il materiale sia idoneo alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC.

DOMANDA:
Il deflussore richiesto deve essere totalmente privo di PVC oppure è sufficiente che al suo interno, lungo il percorso del fluido, sia rivestito di materiale altamente inerte, quale ad esempio il Polietilene (PE), in modo che il fluido infuso non venga mai a contatto con il PVC ?

RISPOSTA:
E' sufficiente che durante il suo percorso il farmaco non venga mai a contatto con Polimeri contenenti Ftalati. Sono stati modificati in conformità il Capitolato Tecnico e il Modello F4 BIS:

Lotto 2 – Titolo paragrafo 3:

"Deflussore destinato alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC"

Lotto 5 – Titolo paragrafo 5:

"Deflussore destinato alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC"

E' stato modificato in conformità anche il Modello F4 BIS.

QUESITO N. 22

All'interno del Sotto paragrafo 5.3 pag. 20 di 50 e 5.12 pag. 21 di 50 si chiede, al punto 5.3, che il deflussore sia costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo, un punto di iniezione a Y e un raccordo maschio terminale luer-lock; al punto 5.12, punto di iniezione supplementare a Y in materiale plastico rigido.

DOMANDA:
Il deflussore richiesto, deve possedere necessariamente punti d'iniezione ad Y lungo il percorso dello stesso, pur trattandosi di deflussore per la somministrazione di farmaci altamente critici, salvavita e nella maggior parti di essi, incompatibili alla miscelazione di altri farmaci o sostanze ?

RISPOSTA:
IN ATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA – Rif. 3007/2014; 3017/2014.

QUESITO N. 23

All'interno del Paragrafo 7 (del Lotto 5) – Deflussori per Lipidi, nello specifico: sotto paragrafo 7.3 e 7.12 (pag. 21 di 50) si chiede, al punto 7.3, che il deflussore sia costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo, un punto di iniezione a Y e un raccordo maschio terminale luer-lock; al punto 7.12, punto di iniezione a Y in materiale plastico rigido.

DOMANDA:
Il deflussore richiesto, deve possedere numero due punti d'iniezione come da rif. 7.3 e rif. 7.12 oppure è sufficiente la presenza di un solo punto di iniezione?

RISPOSTA:
IN ATTESA RISPOSTA DA COMMISSIONE TECNICA – Rif. 3007/2014; 3017/2014.

QUESITO N. 24

Nel Capitolato Tecnico a pag. 12, le specifiche tecniche elencate per il Lotto 3 – ad esempio il peso e la trasportabilità della pompa – sono proprie di pompe peristaltiche, standard ampiamente diffuso per la terapia del dolore con metodica PCA, e questo sembra costituire una incongruenza. (RIF. 3011/2014; 3017/2014)
Nel Capitolato Tecnico a pag. 12, l'intestazione riporta " Pompa Volumetrica con modalità di infusione continua per PCA".

DOMANDA:
Potete chiarire queste apparenti incoerenze, specificando se si tratta di pompe volumetriche o peristaltiche, dettagliando anche eventuali variazioni nelle specifiche tecniche?

RISPOSTA:
In relazione al Lotto 3 paragrafo 1, trattasi di pompe peristaltiche.
E' stato corretto in conformità il titolo del paragrafo nel Capitolato Tecnico e nel Modello F4 BIS.

QUESITO N. 25

In riferimento all'allegato 045.03 – Lotto 3 – Allegato A1.01 Fabbisogni, la base d'asta sembra non allineata e sottostimata rispetto al prezzo medio di mercato.

DOMANDA:
E' possibile una revisione della base d'asta del Lotto 3?

RISPOSTA:
No.
Tutte le basi d'asta presenti nella Gara de qua sono state elaborate tenendo conto delle medie dei prezzi di mercato, delle risultanze delle procedure di gara analoghe svoltesi sul territorio nazionale ed europeo, avuto riguardo altresì alle caratteristiche merceologiche e di contenuto dei dispositivi richiesti.

QUESITO N. 26

(rif. 3008/2014)
Nel Disciplinare di gara - Pag. 5 – Voce g) "Copia del capitolato tecnico di fornitura del capitolato speciale (sezioni A, A1 e B del disciplinare):

DOMANDA:
Quali sono le sezioni del disciplinare?

RISPOSTA:
*Le sezioni A, A1 e B indicate al punto g), pag. 5 del Disciplinare, si riferiscono agli alle allegati alla Determinazione di indizione, sottosezione Sub 4, che si riporta per pronta consultazione (in **grassetto** le sezioni oggetto del quesito):*

- ***Sub 4: Disciplinare di gara***
  - ***Sezione A: Capitolato Tecnico con i relativi allegati:***
    A/1:caratteristiche tecniche della fornitura;
    A/2: modalità di svolgimento del service;
    A/3: collaudo modalità di esecuzione;
    A/4: criteri di valutazione;
    A/5: fabbisogni;
    A/6: prezzi a base d'asta;
  - ***Sezione B: Capitolato speciale.***

QUESITO N. 27

(rif. 3008/2014)
Nel Disciplinare di gara - Pag. 7 "...gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla ditta concorrente con timbro, data e firma e rilasciate con le forme del DPR 445/2000..."

DOMANDA:
Ciò viene richiesto solo per dichiarazione segreti commerciali, per autocertificazione copie conformi agli originali e per dichiarazione produttore/distributore, non per le schede tecniche, il catalogo, i certificati, copia dell'offerta ed elenco documenti?

RISPOSTA:
Il DPR 445/2000 prevede, quali modalità di autodichiarazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tutta la documentazione oggetto del quesito, indicata nel Disciplinare, dovrà essere presentata in conformità alla suddetta normativa, nell'una o nell'altra forma, a seconda della natura del documento da presentare.
*Per cataloghi e schede tecniche possono **in alternativa** essere presentati originali editi a stampa, rilegati in brossura e sottoscritti da un Procuratore.*

QUESITO N. 28

(rif. 3008/2014)
Nel Disciplinare di gara - Pag. 8 – Offerta Economica "...contenente tutta la documentazione di cui sopra editabile...":

DOMANDA:
Si tratta dei fogli in Excel Allegato F2?
Possono essere forniti firmati digitalmente?

RISPOSTA:
*"L'offerta economica dovrà essere compilata in precisa conformità **all'Allegato F2** in lingua italiana, in cifre e in lettere, in carta legale o resa tale, come previsto nel Disciplinare".*
Pertanto l'offerta economica dovrà essere un documento cartaceo, non un file firmato digitalmente; dovrà altresì essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Nel CD, da allegare all'offerta cartacea, dovranno essere inserite:

a) copia fotostatica digitale in PDF(immagine) del documento cartaceo, firmato manualmente, che costituisce l'offerta economica;
b) copia in formato Excel compatibile, editabile, del documento di offerta economica;
c) copia fotostatica digitale in PDF(immagine) di un valido documento di identità del sottoscrittore.

QUESITO N. 29

(rif. 3080/2014)
Facendo riferimento ai requisiti minimi richiesti per la pompa a siringa per anestesia (LOTTO 4) si richiede conferma relativamente al punto 1.4 "Volume da infondere da 0,1 ml. a 999,9 ml" che, per quanto a noi noto, in anestesia modalità TCI questa caratteristica non solo non è necessaria, ma potrebbe addirittura indurre l'operatore a commettere errori.

DOMANDA:
Confermate tale caratteristica o si tratta di refuso?

RISPOSTA:
In relazione al Lotto 4, il requisito di cui al punto 1.4 non è considerato obbligatorio.
Sono stati modificati in conformità il Capitolato Tecnico e il Modello F4 BIS.

QUESITO N. 30

DOMANDA:
(rif. 3082/2014)

Rif. Istanza di partecipazione Allegato F1- Fatturato per i servizi/forniture nel settore oggetto della procedura di gara: si richiede conferma che per settore oggetto della procedura di intenda in forma generica "settore biomedicale" e quindi più in generale "presidi medico-chirurgici".

RISPOSTA:
*Ai fini della dichiarazione del fatturato per i servizi/forniture nel settore oggetto della procedura di gara, nel caso di cui trattasi si intende quale settore oggetto della procedura di gara, il settore dei **dispositivi medici.***

QUESITO N. 31

(rif. 3082/2014)

DOMANDA:
Lotto 4 - Pompe a siringa per anestesia - Si richiede di specificare i fabbisogni analitici per struttura.

RISPOSTA:
Si comunicano i dati richiesti nella tabella sottostante. In caso di eventuali differenze è da considerare prevalente il documento ufficiale, approvato con la Determinazione di indizione della gara.

LOTTO 4 – POMPE A SIRINGA PER ANESTESIA / S.O. CON METODICA TCI (CND: Z12030302)							
ASL 1	**ASL 2**	**ASL 3**	**ASL 4**	**ASL 5**	**San Martino-IST**	**E.O. Galliera**	**Gaslini**
14	30	33	0	71	10	75	0
N.B.: L'AGGIUDICATARIO SI IMPEGNA A RIFORNIRE L'ISTITUTO GASLINI, SU RICHIESTA ESPRESSA, DI UN NUMERO DI POMPE IN SERVICE PARI ALLE POMPE CHE L'ISTITUTO DISMETTERA' PROGRESSIVAMENTE.							

MULETTI DA FORNIRE A TITOLO GRATUITO PER LOTTO 4: 33 (*)
(*) numero minimo obbligatorio, salvo diverso accordo con la singola Azienda.

QUESITO N. 32

(rif. 3196/2014)

In riferimento al Quesito n. 1 – *Si conferma che tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza dovranno compilare la modulistica di cui agli allegati F1 ed F8, compresi i Procuratori…":*

DOMANDA:
Si ritiene che l'allegato F1, quale istanza di partecipazione, debba essere compilato solo dal sottoscrittore/sottoscrittori dell'offerta?

RISPOSTA:
L'istanza di Partecipazione, Allegato F1, è una domanda ad istanza di parte, predisposta a firma di un unico soggetto ("Il Dichiarante"). Pertanto, il suddetto Allegato F1 / Istanza di Partecipazione, dovrà essere sottoscritto solo dal Rappresentante Legale dell'Impresa ("Il Dichiarante").
Lo stesso Allegato F1 / Istanza di Partecipazione, dovrà altresì essere compilato con le modalità prescritte negli atti di gara, che comprendono l'indicazione, negli appositi spazi, di una serie di dati oggettivi e soggettivi relativi all'Impresa, il cui contenuto deve essere considerato obbligatorio e le relative informazioni fornite dovranno essere esatte, aggiornate, complete in ogni parte e verificate.

QUESITO N. 33

(rif. 3196/2014)

DOMANDA:
In quale busta inserire il Vs. Allegato E1 (aggiornamento Tecnologico)?

RISPOSTA:
L'Allegato E1 - DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO – quale elemento di natura dichiarativa, da presentare in conformità al DPR 445/2000 come allegato all'Istanza di partecipazione, deve essere inserito nella Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa.

QUESITO N. 34

(rif. 3196/2014)

DOMANDA:
Disciplinare di gara - Pag. 7 *"...gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla ditta concorrente con timbro, data e firma ....e rilasciate con le forme del DPR 445/2000..."*: ciò viene richiesto solo per dichiarazione segreti commerciali, per autocertificazione copie conformi agli originali e per dichiarazione produttore/distributore, non per le schede tecniche, il catalogo, i certificati, copia dell'offerta ed elenco documenti?

RISPOSTA:
vedere risposta quesito n. 27

Si ricordano i recapiti dei funzionari della Centrale incaricati della presente procedura:

Dirigente RUP: Dott. Riccardo ZANELLA - 010.548.8536 - riccardo.zanella@regione.liguria.it;
Funzionario referente: Dott. Riccardo CAPITANI – 010.548.8540 - riccardo.capitani@regione.liguria.it .

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RUP
(Dott. Riccardo ZANELLA)