

Lotto unico – FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA DETERMINAZIONE DI HPV-DNA IN PRELIEVI CERVICO-VAGINALI				Roche Diagnostics Spa	Qiagen Srl	motivazioni
Requisiti essenziali obbligatori					presenti	presenti
ref	Criteri di valutazione	Parametri di valutazione	max 60 pt	Commissione	sistema offerto: COBAS 4800	sistema offerto: QIAensemble Plus
1	Numero <u>massimo</u> di determinazioni HPV che è possibile processare per singola seduta analitica	Q3*	4	numero	188	352
				Punteggio:	0,746	4,000
2	Numero <u>minimo</u> di test HPV che è possibile processare per singola seduta analitica	Q4*	3	numero	1	1
				Punteggio:	3,000	3,000
3	Stabilità e conservazione dei reattivi in stoccaggio dopo l'apertura (in ore)	Q3*	3	numero	1	1
				Punteggio:	3,000	3,000
4	Minor ingombro delle strumentazioni fornite per l'intero processo pre-analitico ed analitico per l'esecuzione del richiedo numero di esami giornaliero. Indicare dimensioni delle singole attrezzature in cm	Q4*	4	numero	5.447.753	6.725.719
				Punteggio:	4,000	2,051
5	Progetto tecnico-organizzativo, automazione e workflow: impatto organizzativo con il minor tempo/operatore dedicato nel workflow ed elevato livello di automazione. Sarà valutato anche il minor tempo necessario all'operatore per gestire l'intero processo per un numero di circa 700 (settecento) esami/settimana di 5 (cinque) giorni lavorativi	Q1 - attribuire valori tra 0 e 1	4	all'unanimità	0,8	0,4
				Media coefficienti riportata a 1	0,8	0,4
				Punteggio:	4,000	2,000
6	Previsioni di fasi overnight, in assenza di personale presente	Q5 sì=1, no=0	3	Punteggio:	3,000	3,000
7	Caricamento continuo dei campioni	Q5 sì=1, no=0	2	Punteggio:	0,000	0,000
8	Sistemi di controllo/allarme per eventuali errori di procedura e interruzioni del processo	Q1 - attribuire valori tra 0 e 1	2	all'unanimità	0,5	0,5
				Media coefficienti riportata a 1	0,500	0,500
				Punteggio:	2,000	2,000
9	Eventuale estrazione automatica dei campioni positivi (indicare modalità)	Q1 - attribuire valori tra 0 e 1	3	all'unanimità	0	0
				Media coefficienti riportata a 1	0	0
				Punteggio:	0,000	0,000
10	Livello di sicurezza del sistema diagnostico al fine di evitare le contaminazioni crociate; sarà oggetto di valutazione il livello di sicurezza offerto dal sistema diagnostico, in termini di "chiusura" della catena analitica e assenza di interventi intermedi potenzialmente contaminanti	Q1 - attribuire valori tra 0 e 1	3	all'unanimità	0,8	0,8
				Media coefficienti riportata a 1	0,8	0,8
				Punteggio:	3,000	3,000
11	Smaltimento reflui (sicurezza e praticità)	Q1 - attribuire valori tra 0 e 1	2	all'unanimità	0,5	0,5
				Media coefficienti riportata a 1	0,5	0,5
				Punteggio:	2,000	2,000
12	Genotipizzazione tipo specifica dei casi HPV positivi, 16 e 18 (pt = 1,5 per ciascuno)	Q5 sì=1, no=0	3	Punteggio:	3,000	0,000
13	Genotipizzazione tipo specifica dei casi HPV positivi -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, (più tipi, più punteggio)	Q3*	3	numero	0	0
				Punteggio:	0,000	0,000
14	Sensibilità clinica del test HPV per lesioni CIN2>90% rispetto al test HC2 oppure rispetto al test GP5+/6+ EIA	Q3	5	numero	5	5
				Punteggio:	5,000	5,000
15	Specificità clinica del test HPV per lesioni CIN2>98% rispetto al test HC2 oppure rispetto al test GP5+/6+ EIA	Q3	5	numero	5	5
				Punteggio:	5,000	5,000
16	Riproducibilità clinica del test HPV per lesioni CIN2>87% oppure rispetto al test GP5+/6+ EIA	Q3	5	numero	5	5
				Punteggio:	5,000	5,000
17	Formazione iniziale e continua. Esplicitare con relazione illustrativa i seguenti pt: 1. Tempo complessivo offerto per le lezioni frontali previste; 2. Contenuti del materiale didattico da distribuire al personale; 3. Addestramento "on the job"; 4. Eventuali ausili audiovisivi messi a disposizione del personale per facilitare il corretto utilizzo del sistema;	Q1 - attribuire valori tra 0 e 1	2	all'unanimità	0,8	0,8
				Media coefficienti riportata a 1	0,800	0,800
				Punteggio:	2,000	2,000
18	Interventi di assistenza tecnica da remoto	Q5 sì=1, no=0	2	Punteggio:	2,000	2,000
19	Condizioni di assistenza tecnica migliorativa rispetto a quelle minime richieste all'art. 9	Q1 - attribuire valori tra 0 e 1	2	all'unanimità	0,8	0,8
				Media coefficienti riportata a 1	0,800	0,800
				Punteggio:	2,000	2,000

Totale punteggio di qualità		48,75	45,05
Totale punteggio di qualità riparametrato	60,00	60,00	55,45
		Roche Diagnostics Spa	Qiagen Srl