

**Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di
“Sistemi analitici per test decentrati (POCT) occorrenti alle necessità delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione Liguria” per un periodo di 36 mesi con opzione
di proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi. Lotti n. 4. Gara n. 8495252**

| | | | | | |
|-------------|---|--|---|-------------------|--|
| | | | | | |
| | LOTTO 1 - Strumentazione POCT per Emogas | | | | |
| | | | | | |
| ASL1 | Reparto | n° prestazioni refertate annue previste (A) | n. 1 controllo/die/ 3livelli/x365gg/macchina (B) | totale A+B | |
| | Imperia/PS | 5.000 | 1.095 | 6.095 | |
| | Imperia/Rianimazione | 9.700 | 1.095 | 10.795 | |
| | Imperia/Pneumologia | 500 | 1.095 | 1.595 | |
| | Imperia/Dialisi | 8.500 | 1.095 | 9.595 | |
| | Pieve di Teco Dialisi | 1.000 | 1.095 | 2.095 | |
| | Bordighera/ PS | 3.000 | 1.095 | 4.095 | |
| | Ventimiglia/ Dialisi | 1.800 | 1.095 | 2.895 | |
| | Sanremo Medicina | 800 | 1.095 | 1.895 | |
| | Sanremo Rianimazione | 5.000 | 1.095 | 6.095 | |
| | Sanremo PS | 4.500 | 1.095 | 5.595 | |
| | Sanremo Dialisi | 3.500 | 1.095 | 4.595 | |
| | Sanremo Ginecologia | 1.000 | 1.095 | 2.095 | |
| | Imperia Ginecologia | 1.000 | 1.095 | 2.095 | |
| | Totale Test/anno ASL 1 | 45.300 | 14.235 | 59.535 | |
| | Siringhe da emogas | 35.000 | | | |
| | Strumento di Back up in laboratorio | si | | | |
| | Software gestionale | si | | | |
| | Collegamento LIS | si | | | |
| | Gruppo continuità/batteria integrata | si | | | |

| Reparto | n° prestazioni refertate annue previste (A) | n. 1 controllo/die/ 3livelli/x365gg/macchina (B) | totale A+B | |
|--------------------------------------|---|---|----------------|--|
| | | | | |
| SAVONA/LABORATORIO | 8.500 | 1.095 | 9.595 | |
| SAVONA/PRONTO SOCCORSO pulito | 5.000 | 1.095 | 6.095 | |
| SAVONA/PRONTO SOCCORSO respiratori | 5.000 | 1.095 | 6.095 | |
| SAVONA/RIANIMAZIONE pulito | 8.000 | 1.095 | 9.095 | |
| SAVONA/RIANIMAZIONE respiratori | 8.000 | 1.095 | 9.095 | |
| SAVONA/SALE OPERATORIE | 500 | 1.095 | 1.595 | |
| SAVONA/NEONATOLOGIA | 2.700 | 1.095 | 3.795 | |
| SAVONA/DIALISI | 1.800 | 1.095 | 2.895 | |
| SAVONA/UTIM | 1.000 | 1.095 | 2.095 | |
| SAVONA/MEDICINA | 1.800 | 1.095 | 2.895 | |
| SAVONA/MALATTIE INFETTIVE | 3.000 | 1.095 | 4.095 | |
| SAVONA/AMB PNEUMOLOGIA | 500 | 1.095 | 1.595 | |
| CAIRO M/DIALISI | 1.000 | 1.095 | 2.095 | |
| ALBENGA/LABORATORIO | 2.500 | 1.095 | 3.595 | |
| ALBENGA/PUNTO DI PRIMO INTERVENTO | 2.000 | 1.095 | 3.095 | |
| ALBENGA/RIANIMAZIONE | 4.000 | 1.095 | 5.095 | |
| PIETRA L/LABORATORIO | 2.500 | 1.095 | 3.595 | |
| PIETRA L/AMBALLERGRESP | 500 | 1.095 | 1.595 | |
| PIETRA L/II GR OPERATORIO | 1.500 | 1.095 | 2.595 | |
| PIETRA L/PRONTO SOCCORSO pulito | 5.000 | 1.095 | 6.095 | |
| PIETRA L/PRONTO SOCCORSO respiratori | 5.000 | 1.095 | 6.095 | |
| PIETRA L/RIANIMAZIONE | 12.000 | 1.095 | 13.095 | |
| PIETRA L/NEON PEDIAT | 3.000 | 1.095 | 4.095 | |
| PIETRA L/MEDICINA NEGRI | 1.000 | 1.095 | 2.095 | |
| PIETRA L/ANGIOGRAFIA | 500 | 1.095 | 1.595 | |
| Totale Test/anno ASL 2 | 86.300 | 27.375 | 113.675 | |
| Siringhe da emogas | 100.000 | | | |
| Strumento di Back up in laboratorio | si | | | |
| Software gestionale | si | | | |
| Collegamento LIS | si | | | |
| Gruppo continuità/batteria integrata | si | | | |

| ASL 3 | Reparto | n° prestazioni refertate annue previste (A) | n. 1 controllo/die/ 3livelli/x365gg/macchina (B) | totale A+B | |
|-------|--|---|---|---------------|--|
| | | | | | |
| | Laboratorio Gallino | 800 | 1.095 | 1.895 | |
| | Medicina Villa Scassi | 1.400 | 1.095 | 2.495 | |
| | Medicina 2 Villa Scassi | 1.200 | 1.095 | 2.295 | |
| | Pneumologia Ambulatorio Borgo Fornari | 100 | 1.095 | 1.195 | |
| | Primo Intervento Micone | 1.600 | 1.095 | 2.695 | |
| | UTIC Micone | 700 | 1.095 | 1.795 | |
| | UTIC Villa Scassi | 1.000 | 1.095 | 2.095 | |
| | Pneumologia Colletta | 1.300 | 1.095 | 2.395 | |
| | Dialisi Colletta | 3.300 | 1.095 | 4.395 | |
| | Pneumologia Ambulatorio Assarotti | 600 | 1.095 | 1.695 | |
| | Laboratorio Analisi Villa Scassi | 2.500 | 1.095 | 3.595 | |
| | Laboratorio Analisi 2 Villa Scassi | 2.000 | 1.095 | 3.095 | |
| | Centro Ustioni | 2.100 | 1.095 | 3.195 | |
| | Dialisi Villa Scassi | 4.000 | 1.095 | 5.095 | |
| | Neonatologia/Ostetricia Villa Scassi | 2.400 | 1.095 | 3.495 | |
| | Pneumologia Villa Scassi | 1.200 | 1.095 | 2.295 | |
| | PS Villa Scassi | 15.000 | 1.095 | 16.095 | |
| | OBI Villa Scassi | 1.000 | 1.095 | 2.095 | |
| | OBI 2 Villa Scassi | 1.000 | 1.095 | 2.095 | |
| | Rianimazione Villa Scassi | 8.000 | 1.095 | 9.095 | |
| | Rianimazione 2 Villa Scassi | 8.000 | 1.095 | 9.095 | |
| | Evangelico Rianimazione | 8.500 | 1.095 | 9.595 | |
| | Evangelico PS | 1.500 | 1.095 | 2.595 | |
| | Evangelico Neonatologia | 100 | 1.095 | 1.195 | |
| | Evangelico Medicina | 900 | 1.095 | 1.995 | |
| | Evangelico 2 Medicina | 900 | 1.095 | 1.995 | |
| | Totale Test/anno ASL 3 - Evangelico | 71.100 | 28.470 | 99.570 | |
| | Siringhe da emogas | 71.000 | | | |
| | Strumento di Back up in laboratorio | si | | | |
| | Software gestionale | si | | | |
| | Collegamento LIS | si | | | |
| | Gruppo continuità/batteria integrata | si | | | |

| Reparto | n° prestazioni refertate annue previste (A) | n. 1 controllo/die/ 3livelli/x365gg/macchina (B) | totale A+B | |
|--------------------------------------|---|---|---------------|--|
| | | | | |
| Lavagna/Medicina d'Urgenza | 2.000 | 1.095 | 3.095 | |
| Lavagna/DEA | 15.000 | 1.095 | 16.095 | |
| Lavagna/Rianimazione | 10.000 | 1.095 | 11.095 | |
| Sestri Levante Area Covid | 1.500 | 1.095 | 2.595 | |
| Sestri Levante Pneumologia | 500 | 1.095 | 1.595 | |
| Ospedale Rapallo/Medicina | 500 | 1.095 | 1.595 | |
| Ospedale Rapallo/Ortopedia | 1.000 | 1.095 | 2.095 | |
| Lavagna Pediatria | 500 | 1.095 | 1.595 | |
| Totale Test/anno ASL 4 | 31.000 | 8.760 | 39.760 | |
| Siringhe da emogas | 30.000 | | | |
| Strumento di Back up in laboratorio | si | | | |
| Software gestionale | si | | | |
| Collegamento LIS | si | | | |
| Gruppo continuità/batteria integrata | si | | | |

| Reparto | n° prestazioni refertate annue previste (A) | n. 1 controllo/die/ 3livelli/x365gg/macchina (B) | totale A+B | |
|--|---|---|---------------|--|
| | | | | |
| Laboratorio La Spezia | 4.160 | 1.095 | 5.255 | |
| Pronto soccorso La Spezia | 10.400 | 1.095 | 11.495 | |
| Rianimazione La Spezia | 5.200 | 1.095 | 6.295 | |
| Immaturo La Spezia | 2.080 | 1.095 | 3.175 | |
| Dialisi La Spezia | 5.200 | 1.095 | 6.295 | |
| Medicina Piano 1 La Spezia | 2.080 | 1.095 | 3.175 | |
| Medicina Piano 2 La Spezia | 1.500 | 1.095 | 2.595 | |
| Infettivi La Spezia | 2.080 | 1.095 | 3.175 | |
| Poliambulatorio Pneumologia La Spezia territorio | 1.500 | 1.095 | 2.595 | |
| PS Levante | 1.500 | 1.095 | 2.595 | |
| PS Sarzana | 5.200 | 1.095 | 6.295 | |
| Rianimazione Sarzana | 1.500 | 1.095 | 2.595 | |
| Dialisi Sarzana | 2.080 | 1.095 | 3.175 | |
| Medicina 1° Piano Sarzana | 1.500 | 1.095 | 2.595 | |
| Pneumologia Reparto Sarzana | 2.600 | 1.095 | 3.695 | |
| Pneumologia Ambulatorio Sarzana | 1.040 | 1.095 | 2.135 | |
| Geriatria Sarzana | 2.080 | 1.095 | 3.175 | |
| Medicina Multispecialistica Sarzana | 1.500 | 1.095 | 2.595 | |
| Medicina 3° Piano Sarzana | 1.500 | 1.095 | 2.595 | |
| Laboratorio Sarzana | 1.040 | 1.095 | 2.135 | |
| Cardiologia Sarzana | 1.500 | 1.095 | 2.595 | |
| Don Gnocchi La Spezia | 1.500 | 1.095 | 2.595 | |
| Totali Test/anno ASL5 | 58.740 | 24.090 | 82.830 | |
| Siringhe da emogas | 50.000 | | | |
| Strumento di Back up in laboratorio | si | | | |
| Software gestionale | si | | | |
| Collegamento LIS | si | | | |
| Gruppo continuità/batteria integrata | si | | | |

| Reparto | n° prestazioni refertate annue previste (A) | n. 1 controllo/die/ 3livelli/x365gg/macchina (B) | totale A+B | |
|--------------------------------------|---|---|---------------|--|
| | | | | |
| Galliera PS | 4.000 | 1.095 | 5.095 | |
| Galliera Rianimazione | 12.000 | 1.095 | 13.095 | |
| Galliera – Neonatologia | 1.800 | 1.095 | 2.895 | |
| Galliera-Area critica | 1.800 | 1.095 | 2.895 | |
| Totale Test/anno Galliera | 19.600 | 4.380 | 23.980 | |
| Siringhe da emogas | 30.000 | | | |
| Strumento di Back up in laboratorio | si | | | |
| Software gestionale | si | | | |
| Collegamento LIS | si | | | |
| Gruppo continuità/batteria integrata | si | | | |

| Gaslini | Reparto | n° prestazioni refertate annue previste (A) | n. 1 controllo/die/ | totale A+B | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|------------|--------|--|
| | | | 3livelli/x365gg/macchina (B) | | | |
| | LCA1 | 1.500 | 1.095 | 2.595 | | |
| | LCA2 | 1.500 | 1.095 | 2.595 | | |
| | DEA | 3.500 | 1.095 | 4.595 | | |
| | CHIR PED | 750 | 1.095 | 1.845 | | |
| | RIANIMAZIONE1 | 5.400 | 1.095 | 6.495 | | |
| | RIANIMAZIONE2 | 6.400 | 1.095 | 7.495 | | |
| | MEDURGENZA (Osservazione) | 3.000 | 1.095 | 4.095 | | |
| | CNR(*) | 7.330 | 1.095 | 8.425 | | |
| | Sala parto Ostetricia | 1.200 | 1.095 | 2.295 | | |
| | Clin Medica 2 piano | 500 | 1.095 | 1.595 | | |
| | CCV sala operatoria | 1.000 | 1.095 | 2.095 | | |
| | Emodinamica | 1.000 | 1.095 | 2.095 | | |
| | Sala operatoria ortopedia | 500 | 1.095 | 1.595 | | |
| | Sala operatoria chirurgia ped | 700 | 1.095 | 1.795 | | |
| | Sala operatoria NCH | 500 | 1.095 | 1.595 | | |
| | CCV reparto | 700 | 1.095 | 1.795 | | |
| | Totale Test/anno Gaslini | | 35.480 | 17.520 | 53.000 | |
| | Siringhe da emogas | 52.000 | | | | |
| Strumento di Back up in laboratorio | si | | | | | |
| Software gestionale | si | | | | | |
| Collegamento LIS | si | | | | | |
| Gruppo continuità/batteria integrata | si | | | | | |

| Reparto | n° prestazioni refertate annue previste (A) | n. 2 controllo/die/ 3livelli/x365gg/macchina (B) | totale A+B | |
|---|---|---|----------------|--|
| | | | | |
| U1BA - CL. TIS. E PNEUM. - AMB. FISIOP. RESPIRATORIA | 4.900 | 2.190 | 7.090 | |
| H00F1 - MECAU-SALE-PRONTO SOCCORSO P/T | 15.000 | 2.190 | 17.190 | |
| U06D1 PAD. 12 P./I CL. MED. INT. 2 - DEG.2 | 5.400 | 2.190 | 7.590 | |
| HS1 - SALE OPERATORIE - MON. AC. LEV. | 1.700 | 2.190 | 3.890 | |
| HS3 - SALE OPERATORIE- PAD.40 P/I | 10.000 | 2.190 | 12.190 | |
| HANOI - AN.E RIAN.-DEG.CAR.CH.- MON.P/2 C | 23.700 | 2.190 | 25.890 | |
| U57S1 - NEUROCH.NEU.TR-SALA OPER.SPEC.P/3 | 2.400 | 2.190 | 4.590 | |
| HUH7 - EMODINAMICA - MONOBLOCCO PIANO 7 LEVANTE | 4.200 | 2.190 | 6.390 | |
| H75W - LABORATORIO CENTRALE - URGENZE | 15.000 | 2.190 | 17.190 | |
| H1YD - S.S.DIP. AREA MEDICA CRITICA | 24.300 | 2.190 | 26.490 | |
| H00F1 - MECAU-SALE-PRONTO SOCCORSO P/T | 20.000 | 2.190 | 22.190 | |
| HANF - AN.E RIAN.-PUNTO RIANIMO P.S. P/T | 11.600 | 2.190 | 13.790 | |
| HAND1 - AN.E RIAN.-DEG.CAR.CH.- MON.P/2 C | 21.500 | 2.190 | 23.690 | |
| UA1D1 - CLIN.ANEST.TER.INTENS. - RIANIMAZIONE GEN.- MON.AC | 15.700 | 2.190 | 17.890 | |
| U25N1 - CL.NEFR-UOS EMODIALISI 1 - MON.AC.P/9 P | 4.500 | 2.190 | 6.690 | |
| UA1D1 - CLIN.ANEST.TER.INTENS. - RIANIMAZIONE GEN.- MON.AC | 20.000 | 2.190 | 22.190 | |
| C3ANR - IST - Anestesia e rianimazione | 1.600 | 2.190 | 3.790 | |
| H75M1 - MED.LAB.-CENTRO PRELIEVI - MON.AC. P/IF | 1.800 | 2.190 | 3.990 | |
| U25N - CL.NEFR.DIAL.TRAP-UOS EMODIALISI 1 | 7.800 | 2.190 | 9.990 | |
| U16D3 - CL.MAL.INFET E TROPICALI-DEGEN. PAT.COMPL.P/1 SEMI | 6.700 | 2.190 | 8.890 | |
| H20D - PNEUM. - DEGENZA - IST P/5 NORD | 4.500 | 2.190 | 6.690 | |
| H75W - LABORATORIO CENTRALE - URGENZE | 16.600 | 2.190 | 18.790 | |
| U16D1 - CL.MAL.INFET E TROPICALI -DEG. PAT.COMPL P/FI | 3.300 | 2.190 | 5.490 | |
| HOOF - MECAU - FUNZIONI SPECIALI | 15.000 | 2.190 | 17.190 | |
| H01D2 - MED.URG.-DEGENZA D2-MON.AC.P/10 LEV | 4.900 | 2.190 | 7.090 | |
| H32D2 - NEONAT-DEG.PAT.NEO.-PAD.2 P/2 L | 2.600 | 2.190 | 4.790 | |
| H21U-CARDIOLOGIA-UTIC | 3.600 | 2.190 | 5.790 | |
| U20A5 - UOS ALLERG. IMM. RESP. E TER. BIOTEC.-AMB-MARAGLP | 4.600 | 2.190 | 6.790 | |
| UA1D1 - CLIN.ANEST.TER.INTENS. - RIANIMAZIONE GEN.- MON.AC | 3.000 | 2.190 | 5.190 | |
| HSO - SALE OPERATORIE - PRONTO SOCC. P/I | 1.500 | 2.190 | 3.690 | |
| H1TD2 - CI E REP. DET. -CURE INT COVID- PAD.10.P2 | 9.600 | 2.190 | 11.790 | |
| HSLC - BLOCCO OPERATORIO CENTR. - COSTI COMUNI - PAD. 65 | 15.700 | 2.190 | 17.890 | |
| H00D1 - MED. URG. - DEGENZA | 22.500 | 2.190 | 24.690 | |
| H00F1 - MECAU-SALE-PRONTO SOCCORSO P/T | 20.500 | 2.190 | 22.690 | |
| HAND4 - UOS GEST. DEL PO NELLA CH. EPB E DEI TR-MON.P4LEV | 19.800 | 2.190 | 21.990 | |
| U08P - M5 Lev Clinica Medica Urgenza - degenza (2022) | 1.000 | 2.190 | 3.190 | |
| Anestesia e Rianimazione - Terapia intensiva Cardio Vascolare | 3.500 | 2.190 | 5.690 | |
| Totale Test/anno Policlinico San Martino | 370.000 | 81.030 | 451.030 | |
| Siringhe da emogas | 150.000 | | | |
| Strumento di Back up in laboratorio | si | | | |
| Software gestionale | si | | | |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|--|
| | Collegamento LIS | si | | | |
| | Gruppo continuità/batteria integrata | si | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | <u>Totale complessivo annuale Liguria</u> | <u>717.520</u> | <u>205.860</u> | <u>923.380</u> | |
| | <u>Numero annuale di Siringhe da emogas</u> | <u>518.000</u> | | | |
| | <u>Strumenti (151+8 di back up)</u> | <u>159</u> | | | |
| | | | | | |

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di “Sistemi analitici per test decentrati (POCT) occorrenti alle necessità delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione Liguria” per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi. Lotti n. 4. Gara n. 8495252

LOTTO 2: Postazioni POCT per esami urgenti

| Descrizione | | ASL2 | | ASL5 | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | PS Albenga | PS Cairo | PS Levante | PS Sarzana | |
| Strumento | Parametri | Test/anno | | | | Test/anno |
| Contaglobuli | Emocromi | 2.500 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 10.700 |
| Chimica | parametri urgenti* | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
| Coagulazione | PT | 1.500 | 1.500 | 500 | 200 | 3.700 |
| | aPTT | 1.500 | 1.500 | 500 | 200 | 3.700 |
| Immunometria | Troponina ad alta sensibilità | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 2.000 | 5.400 |
| | BNP/proBNP | 500 | 500 | 500 | 1.500 | 3.000 |
| | Dimero D | 500 | 500 | 500 | 1.500 | 3.000 |
| | <u>TOTALI</u> | <u>10.200</u> | <u>9.900</u> | <u>7.000</u> | <u>10.400</u> | <u>37.500</u> |
| Software gestionale | | si | | | | |
| Collegamento LIS | | si | | | | |
| Gruppo continuità | | si | | | | |

* il dato si riferisce a n° di pannelli urgenti con glucosio, urea, albumina, proteina C reattiva, creatinina, bilirubina totale, amilasi, alt, ast, Ca, Na, K

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di “Sistemi analitici per test decentrati (POCT) occorrenti alle necessità delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione Liguria” per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi. Lotti n. 4. Gara n. 8495252

LOTTO 3: Sistemi analitici portatili per il dosaggio della glicemia (Glucometri)

| | N. GLUCOMETRI | n° referti annui previsti (compresi calibratori e controlli) | Strumento di Back up in laboratorio |
|---------|---------------|---|--|
| | | | |
| ASL3 | 8 | 1.200 | 1 |
| ASL5 | 35 | 70.000 | 4 |
| GASLINI | 12 | 42.000 | |
| TOTALE | 55 | 113.200 | 5 |

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di “Sistemi analitici per test decentrati (POCT) occorrenti alle necessità delle AASSLL, EEEO e IRCCS della Regione Liguria” per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi. Lotti n. 4. Gara n. 8495252

Lotto 4: Strumentazioni POCT portatili per Emogas

| | N. EMOGAS PORTATILI | n° referti annui previsti (compresi calibratori e controlli) |
|---------------|----------------------------|---|
| ASL2 | 4 | 800 |
| ASL5 | 2 | 1.000 |
| TOTALE | 6 | 1.800 |