

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

ALLEGATO A.1

CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "TNT NON STERILI" OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E II.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI).

LOTTI N. 33

N. GARA 7627470

ELENCO LOTTI

1. MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT TRIPLO O QUADRUPLO STRATO ANTIAPPANNANTE; CND T020602
2. MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT DOPPIO O TRIPLO STRATO CON ELASTICI; CND T020601
3. MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT TRIPLO O QUADRUPLO STRATO ANTIAPPANNANTE CON VISIERA; CND T020602
4. BERRETTO PER UOMO IN TNT MONOUSO NON STERILE VARIE MISURE, COLORE A SCELTA; CND T0207
5. CUFFIA ROTONDA CON ELASTICO IN TNT MONOUSO NON STERILE COLORE A SCELTA; CND T0207
6. CAPPELLINO DONNA IN TNT MONOUSO NON STERILE PER FOLTE CAPIGLIATURE CON ELASTICO ALLA NUCA; CND T0207
7. CAPPELLINO INTEGRALE A SCAFANDRO IN TNT MONOUSO NON STERILE, CON MANTELLINA E FASCIA ASSORBENTE FRONTALE; CND T0207
8. CAPPELLINO INTEGRALE IN TNT MONOUSO NON STERILE CON LACCI E FASCIA ASSORBENTE FRONTALE; CND T0207
9. CAPPELLINO INTEGRALE A PASSAMONTAGNA IN TNT MONOUSO NON STERILE; CND T0207
10. CAPPELLINO TIPO "BANDANA" IN TNT MONOUSO NON STERILE CON LACCI; CND T0207
11. CAMICE IN TNT MONOUSO NON STERILE PER VISITATORI; CND T0205
12. CAMICE CHIRURGICO IN TNT MONOUSO NON STERILE, DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE CON VELCRO E LACCI, PER OPERATORI; CND T0204
13. CAMICE IN TNT MONOUSO NON STERILE CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, MANICA LUNGA SENZA POLSINO, PER PAZIENTI; CND T0204
14. CAMICE IN TNT MONOUSO NON STERILE, CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, A MANICA CORTA E LUNGHEZZA SOPRA AL GINOCCHIO, PER PAZIENTI; CND T0204
15. GIUBBINO IN TNT MONOUSO NON STERILE, MANICA CON POLSINO E CHIUSURA SULLA PARTE ANTERIORE CON AUTOMATICI; CND T0205
16. COLLARINO CON MANTELLINA IN TNT MONOUSO NON STERILE;

17. TUTA IN 2 PEZZI IN TNT NON STERILE UNISEX MONOSUSO (CASACCA + PANTALONI): CASACCA CON ALMENO 2 TASCHE, GIROCOLLO O SCOLLO A "V"; PANTALONI CON CHIUSURA IN VITA CON FETTUCCIA SCORREVOLE; CND T0205
18. TUTA IN 2 PEZZI IN TNT NON STERILE UNISEX MONOSUSO (CASACCA + PANTALONI): CASACCA CON ALMENO 2 TASCHE, SCOLLO A "V" O GIRICOLLO; PANTALONI CON CHIUSURA IN VITA CON FETTUCCIA SCORREVOLE; AD UTILIZZO DEGLI OPERATORI DI AREA A RISCHIO; CND T0205
19. TUTA IN 2 PEZZI IN TNT POLIPROPILENE TRIPLO STRATO (SPUNBOND-MELTBLOWN-SPUNBOND), NON STERILE UNISEX MONOSUSO (CASACCA + PANTALONI); CASACCA CON ALMENO 2 TASCHE, PANTALONI CON CHIUSURA IN VITA CON FETTUCCIA SCORREVOLE; AD UTILIZZO ESCLUSIVO DEGLI OPERATORI DEL BLOCCO OPERATORIO; CND T0205
20. CALZARI IN TNT MONOUSO NON STERILI, MISURA UNICA; CND T0208
21. LENZUOLA BIANCHE IN TNT MONOUSO NON STERILE, LARGHEZZA MIN. 140, LUNGHEZZA MIN. 240; CND T030502
22. LENZUOLA BIANCHE IN TNT MONOUSO NON STERILE, LARGHEZZA MIN. 90, LUNGHEZZA MIN. 240; CND T030502
23. FEDERA BIANCA IN TNT MONOUSO NON STERILE; CND T030502
24. COPRIMATERASSO IN TNT MONOUSO NON STERILE CON ELASTICI; CND T030502
25. TELO IN TNT MONOUSO NON STERILE BIACCOPPIATO (TNT + POLIETILENE O EQUIVALENTE, IMPERMEABILE), MISURE: 140X240; CND T030501
26. TELO SUPERASSORBENTE IN TNT MONOUSO NON STERILE PER PROTEZIONE TAVOLI OPERATORI; CND T030501
27. COPRIBRACCIOLO IN TNT MONOUSO NON STERILE IMPERMEABILE (TNT + POLIETILENE, O EQUIVALENTE) PER POLTRONA; CND T030501
28. COPRIBRACCIOLO IN TNT MONOUSO NON STERILE IMPERMEABILE (TNT + POLIETILENE, O EQUIVALENTE) PER LETTI OPERATORI; CND T030502
29. KIT COPRIPOLTRONA IN TNT MONOUSO NON STERILE IDROREPELENTE (TNT + POLIPROPILENE); CND T030501
30. CUSTODIA IN TNT MONOUSO NON STERILE PORTA HOLTER CON TRACOLLA;
31. COPRI BRACCIALE IN TNT MONOUSO NON STERILE PER SFIGMOMANOMETRO;
32. TAPPETINO ASSORBENTE IN TNT MONOUSO NON STERILE, IN ROTOLO; CND T030501
33. TELINO IN TNT MONOUSO NON STERILE BIACCOPPIATO (TNT + POLIETILENE O EQUIVALENTE, IMPERMEABILE), PER SALA OPERATORIA, MISURE: 50X50; CND T030501

CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI A TUTTI I LOTTI

Latex Free;
Materiale TNT non sterile;
Monouso;
Schede tecniche e documenti correlati in italiano;
Marcatura CE;

Le Ditte partecipanti devono indicare per ogni dispositivo offerto il codice CND secondo il DM 20/02/2007 ed il numero di Repertorio.

I requisiti di fabbricazione e lavorazione devono essere adeguati ad ogni ulteriore provvedimento che dovesse essere emanato in corso di fornitura, a pari condizioni contrattuali.

La coesione (assemblaggio) dei prodotti in TNT non sterile deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: meccanico; fisico; chimico, ovvero combinazione dei medesimi, escludendo in ogni caso la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura.

La lavorazione dell'articolo deve essere completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi), tale da renderlo adatto all'uso medicale.

Ciascun articolo deve essere ipoallergenico, privo di elementi irritanti e/o sensibilizzanti, non tossico, non deve contenere fibre di vetro, resine, collanti, PVC e gomma di lattice naturale (latex free) e deve essere offerto in colorazione uniforme, atossica, stabile e antiriflesso; assenza di formaldeide.

Tutti gli articoli in TNT non sterili devono garantire una adeguata barriera al passaggio di microorganismi, l'assenza di dispersione di fibre, l'assenza di peluria, l'antistaticità. Gli articoli debbono essere inodori, ignifughi (classi di reazione a fuoco pari a 0 e 1), avere una resistenza tensile elevata (resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, anche da bagnato), traspiranti, drappeggiabili, buona vestibilità e morbidezza.

Le materie prime utilizzate per i prodotti offerti non devono in ogni caso produrre all'atto dello smaltimento residui inquinanti, in conformità alla normativa vigente.

La Ditta offerente dovrà obbligatoriamente indicare le modalità di smaltimento presso le Aziende sanitarie utilizzatrici di ciascun prodotto offerto dopo l'utilizzo.

I Requisiti sopra elencati dovranno essere indicati espressamente nella scheda tecnica di ciascun prodotto offerto e/o nella documentazione correlata, allegata quale parte integrante e sostanziale dell'offerta tecnica, nella busta dedicata. In particolare dalle schede tecniche dovranno evincersi in modo completo ed esaustivo le informazioni di seguito riportate:

- grammatura per metro quadrato;
- capacità di assorbimento;
- capacità di resistenza alla penetrazione dei liquidi;
- impermeabilità e/o idrorepellenza;
- classe di reazione al fuoco (pari a 0 e 1);
- antistaticità;
- traspirabilità.

Documentazione da produrre, pena l'esclusione dalla procedura di gara, per ogni lotto di partecipazione, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo sull'offerta tecnica:

- a) *SCHEDA TECNICHE di tutti gli articoli offerti (con indicazione del lotto di riferimento), redatte in lingua italiana ed aggiornate, elaborate a cura della Ditta produttrice. I dati tecnici riportati sulle schede tecniche, si intendono aventi valore impegnativo, salvo diversa dichiarazione scritta della Ditta concorrente. Le schede tecniche dovranno essere confezionate separatamente per ciascun lotto di partecipazione, essere numerate progressivamente per ciascun foglio e riportare nella prima pagina la dicitura "Scheda tecnica lotto n. ____"*
- b) La Ditta dovrà, inoltre fornire le seguenti certificazioni:
- Certificazione circa la classe di reazione al fuoco;
 - Certificazione di assenza di residui tossici durante o dopo lo smaltimento mediante incenerimento
 - Certificazione di assenza di lattice

La Ditta, a comprova della sussistenza delle predette specifiche, potrà presentare, in alternativa alle certificazioni di cui sopra:

- a. certificazione del produttore;
- b. (oppure) certificazione di laboratorio indipendente accreditato dalla quale risultino tipologia ed esito dei test eseguiti.

Oneri informativi

Le Ditte aggiudicatrici, per ciascun prodotto aggiudicato, dovranno fornire obbligatoriamente supporto informativo su richiesta dell'Azienda ordinante in caso necessità di chiarimenti sul prodotto ordinato.

Campionatura

Si elencano i lotti per i quali viene richiesta la campionatura:

Lotto	Descrizione	Confezionamento
1	MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT TRIPLO O QUADRUPLIO STRATO ANTIAPPANNANTE	N. 1 confezione primaria
2	MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT DOPPIO O TRIPLO STRATO CON ELASTICI;	N. 1 confezione primaria
3	MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT TRIPLO O QUADRUPLIO STRATO ANTIAPPANNANTE CON VISIERA	N. 1 confezione primaria
6	CAPPELLINO DONNA IN TNT MONOUSO NON STERILE PER FOLTE CAPIGLIATURE CON ELASTICO ALLA NUCA	N. 1 confezione primaria
7	CAPPELLINO INTEGRALE A SCAFANDRO IN TNT MONOUSO NON STERILE, CON MANTELLINA E FASCIA ASSORBENTE FRONTALE;	N. 1 confezione primaria
8	CAPPELLINO INTEGRALE IN TNT MONOUSO NON STERILE CON LACCI E FASCIA ASSORBENTE FRONTALE;	N. 1 confezione primaria

11	CAMICE IN TNT MONOUSO NON STERILE PER VISITATORI	Almeno n. 2 unità in confezione primaria.
12	CAMICE CHIRURGICO IN TNT MONOUSO NON STERILE, DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE CON VELCRO E LACCI, PER OPERATORI	Almeno n. 2 unità in confezione primaria.
13	CAMICE IN TNT MONOUSO NON STERILE CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, MANICA LUNGA SENZA POLSINO, PER PAZIENTI	Almeno n. 2 unità in confezione primaria.
14	CAMICE IN TNT MONOUSO NON STERILE, CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, A MANICA CORTA E LUNGHEZZA SOPRA AL GINOCCHIO, PER PAZIENTI;	Almeno n. 2 unità in confezione primaria.
15	GIUBBINO IN TNT MONOUSO NON STERILE, MANICA CON POLSINO E CHIUSURA SULLA PARTE ANTERIORE CON AUTOMATICI;	Almeno n. 2 unità in confezione primaria.
17	TUTA IN 2 PEZZI IN TNT NON STERILE UNISEX MONOSUSO (CASACCA + PANTALONI): CASACCA CON ALMENO 2 TASCHE, GIROCOLLO O SCOLLO A "V"; PANTALONI CON CHIUSURA IN VITA CON FETTUCCIA SCORREVOLE	Almeno n. 2 unità in confezione primaria.
18	TUTA IN 2 PEZZI IN TNT NON STERILE UNISEX MONOSUSO (CASACCA + PANTALONI): CASACCA CON ALMENO 2 TASCHE, SCOLLO A "V" O GIROCOLLO; PANTALONI CON CHIUSURA IN VITA CON FETTUCCIA SCORREVOLE; AD UTILIZZO DEGLI OPERATORI DI AREA A RISCHIO;	Almeno n. 2 unità in confezione primaria.
19	TUTA IN 2 PEZZI IN TNT POLIPROPILENE TRIPLO STRATO (SPUNBOND-MELTBLOWN-SPUNBOND), NON STERILE UNISEX MONOSUSO (CASACCA + PANTALONI); CASACCA CON ALMENO 2 TASCHE, PANTALONI CON CHIUSURA IN VITA CON FETTUCCIA SCORREVOLE; AD UTILIZZO ESCLUSIVO DEGLI OPERATORI DEL BLOCCO OPERATORIO;	Almeno n. 2 unità in confezione primaria.
20	CALZARI IN TNT MONOUSO NON STERILI, MISURA UNICA;	N. 1 confezione primaria
24	COPRIMATERASSO IN TNT MONOUSO NON STERILE CON ELASTICI;	N. 1 confezione primaria
26	TELO SUPERASSORBENTE IN TNT MONOUSO NON STERILE PER PROTEZIONE TAVOLI OPERATORI	N. 1 confezione primaria

LOTTO 1

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT, TRIPLO O QUADRUPLO STRATO ANTIAPPANANTE

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 ss.mm.ii.; dispositivo medico di classe 1;
- Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 14683:2006 TIPO II R;
- Materiale idrorepellente resistente e morbido privo di odori;
- Bassa resistenza respiratoria, (differenziale di pressione inferiore a 29,4 pascal/cm²);
- Efficienza filtrante contro i Batteri (BFE) \geq a 98%;
- Costituita da 3 (o anche 4) strati anti-fog (striscia interna antiappannamento);
- Priva di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- Barretta stringinaso deformabile, priva di nichel, estendibile per la quasi totalità della lunghezza della mascherina e protetta fra 2 strati di TNT;
- Anallergica e latex free;
- Resistente ai fluidi e impermeabile ai liquidi biologici;
- Assenza di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- Traspirante;
- Allacciatura con 4 lacci morbidi (lunghezza minima 35 cm) di materiale che garantisca confortevolezza all'indosso;
- Dimensioni minime della mascherina in condizioni di utilizzo cm 17x9 (tolleranza 10%);
- Cuciture termosaldate ad ultrasuoni
- Confezione in Dispenser
- Colorazione differente tra lato interno e lato esterno.

LOTTO 2

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT DOPPIO O TRIPLO STRATO CON ELASTICI

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 ss.mm.ii.; dispositivo medico di classe 1;
- Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 14683:2006 TIPO II;
- Materiale resistente e morbido privo di odori;

- Bassa resistenza respiratoria, (differenziale di pressione inferiore a 29,4);
- Costituita da 2 (o anche 3) strati;
- Priva di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- Barretta stringinaso deformabile, priva di nichel, estendibile per la quasi totalità della lunghezza della mascherina e protetta fra 2 strati di TNT;
- Anallergica e latex free;
- Assenza di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- Traspirante;
- Allacciatura con morbidi elastici realizzati con materiale che presenti caratteristiche di morbidezza e confort equipollenti al cotone;
- Dimensioni minime della mascherina in condizioni di utilizzo cm 17x9 (tolleranza 10%);
- Cuciture termosaldate ad ultrasuoni;
- Confezione in Dispenser;
- Colorazione differente tra lato interno e lato esterno.

LOTTO 3

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO NON STERILE IN TNT TRIPLO O QUADRUPLO STRATO ANTIAPPANNANTE CON VISIERA

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 ss.mm.ii.; dispositivo medico di classe 1;
- Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 14683:2006 TIPO II R;
- Materiale idrorepellente resistente e morbido privo di odori;
- Bassa resistenza respiratoria, (differenziale di pressione inferiore a 29,4);
- Efficienza filtrante contro i Batteri (BFE) \geq a 98%;
- Costituita da 3 (o anche 4) strati anti-fog, (striscia interna antiappannamento);
- Priva di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- Barretta stringinaso deformabile, priva di nichel, estendibile per la quasi totalità della lunghezza della mascherina e protetta fra 2 strati di TNT;
- Anallergica e latex free;
- Resistente ai fluidi e impermeabile ai liquidi biologici;
- Assenza di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- Traspirante;
- Allacciatura con 4 lacci morbidi (lunghezza minima 35 cm) di materiale che garantisca confortevolezza all'indosso;
- Dimensioni minime della mascherina in condizioni di utilizzo cm 17x9 (tolleranza 10%);
- Cuciture termosaldate ad ultrasuoni;
- Colorazione differente tra lato interno e lato esterno;
- Confezione in Dispenser;

- Ampio schermo protettivo antiriflesso, antiappannante, con protezione laterale.

LOTTO 4

BERRETTO PER UOMO IN TNT MONOUSO NON STERILE VARIE MISURE, COLORE A SCELTA

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 ss.mm.ii.; dispositivo medico di classe 1;
- TNT a contenuto minimo di rayon 60% oppure TNT in spunbond di polipropilene (PP);
- Peso uguale o maggiore a 25g/mq.;
- Cappellino a forma cilindrica, a fascia doppia o con elastico alla nuca, adatto ad utilizzatori con capelli corti;
- Circonferenza maggiore o uguale a 55cm \pm 10 cm;
- Traspirabili;
- Idrorepellenti;
- Resistenza meccanica allo strappo;
- Colore a scelta.

LOTTO 5

CUFFIA ROTONDA CON ELASTICO IN TNT MONOUSO NON STERILE, COLORE A SCELTA

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- TNT non sterile ;
- Peso uguale o maggiore a 15g/mq.;
- A forma di cuffia con elastico, circonferenza 50 cm \pm 5 cm.;
- Traspiranti;
- Resistenza meccanica allo strappo;
- Colore a scelta.

LOTTO 6

CAPPELLINO DONNA IN TNT MONOUSO NON STERILE PER FOLTE CAPIGLIATURE CON ELASTICO ALLA NUCA

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- TNT a contenuto minimo di rayon 60%, oppure TNT in polipropilene (PP) spundbond;
- Peso uguale o maggiore a 25g/mq.;
- Cappellino dotato di elastico alla nuca e adatto per il contenimento di capelli medio/lunghi;
- Circonferenza 60 cm \pm 15cm.;
- Traspirabile;
- Idrorepellente;
- Resistenza meccanica allo strappo;
- Colore a scelta.

LOTTO 7

CAPPELLINO INTEGRALE A SCAFANDRO IN TNT MONOUSO NON STERILE, CON MANTELLINA E FASCIA ASSORBENTE FRONTALE

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- TNT morbido, a contenuto minimo di rayon 60%, oppure TNT in polipropilene (PP) spundbond;
- Peso uguale o maggiore a 25g/mq.;
- Cappellino integrale, protezione capo, collo e spalle, con o senza lacci; fascia assorbente alla fronte;
- Con elastico a contorno del viso;
- Larghezza mantella 65cm \pm 10cm.;
- Lunghezza posteriore mantella 60 cm \pm 10 cm.;
- Traspirabile;
- Idrorepellente;
- Resistenza meccanica allo strappo;
- Colore a scelta.

LOTTO 8

CAPPELLINO INTEGRALE IN TNT MONOUSO NON STERILE CON LACCI E FASCIA ASSORBENTE FRONTALE;

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- TNT morbido, a contenuto minimo di rayon 60%, oppure TNT in polipropilene (PP) spundbond;
- Peso uguale o maggiore a 25g/mq.;
- Cappellino integrale, per la copertura della nuca e del capo, dotato di lacci fissi da allacciare al collo;
- Fascia assorbente sulla fronte;
- Lunghezza totale con i lacci 70 cm \pm 10 cm.;
- Traspirabile;
- Idrorepellente;
- Resistenza meccanica allo strappo;
- Colore a scelta.

LOTTO 9

CAPPELLINO INTEGRALE A PASSAMONTAGNA IN TNT MONOUSO NON STERILE

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- TNT morbido;
- Peso uguale o maggiore a 25g/mq.;
- Cappellino integrale, per la copertura della nuca e del capo, dotato di lacci fissi da allacciare al collo;
- Lunghezza totale con i lacci almeno 70 cm.;
- Traspirabile;
- Idrorepellente;
- Resistenza meccanica allo strappo;
- Colore a scelta.

LOTTO 10

CAPPELLINO TIPO “BANDANA” IN TNT MONOUSO NON STERILE CON LACCI

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- TNT a contenuto minimo di rayon 60%, oppure TNT in polipropilene (PP) spundbond;
- Peso uguale o maggiore a 25g/mq.;
- Dotato di lacci per fissaggio posteriore alla nuca;
- Circonferenza 50 cm \pm 5 cm;
- Traspirabili;
- Idrorepellenti;
- Resistenza meccanica allo strappo;
- Colore a scelta.

LOTTO 11

CAMICE IN TNT MONOUSO NON STERILE PER VISITATORI

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Grammatatura \geq 25 g/mq;
- Traspirante;
- Antistatico;
- Materiale anallergico e latex free;
- Drappeggiabile;
- Ampia vestibilità;
- Manica lunga con polsini in maglina di cotone e/o acrilico;
- Lunghezza sotto il ginocchio;
- Allacciatura con cordini in vita e al collo;
- Resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;
- Privi di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;

- Cuciture termosaldate ad ultrasuoni;
- Materiale ignifugo;
- Taglia unica, unisex;
- Colore a scelta.
- Confezionamento primario: 1 – 20 pezzi.

LOTTO 12

CAMICE CHIRURGICO IN TNT MONOUSO NON STERILE, DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE CON VELCRO E LACCI, PER OPERATORI

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 13795;
- Grammatatura ≥ 35 g/mq;
- Traspirante;
- Resistente alla penetrazione di fluidi e batteri;
- Antistatico;
- Materiale anallergico e latex free;
- Drappeggiabile;
- Ampia vestibilità;
- Maniche lunghe sufficientemente larghe dotate di polsini in maglina di cotone o di fibra sintetica;
- Lunghezza sotto il ginocchio;
- Doppia allacciatura posteriore con velcro o lacci al collo e lacci in vita;
- Bordo del collo rinforzato;
- Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;
- Confezione del corpo in un unico pezzo, senza cuciture verticali e/o orizzontali;
- Lunghezza sotto il ginocchio;
- Privi di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- Cuciture termosaldate ad ultrasuoni;
- Materiale ignifugo;
- Taglia unica, unisex;
- Monocolore (verde o azzurro);
- Confezionamento primario da 1 – 20 pezzi con possibilità di dispenser;

LOTTO 13

CAMICE IN TNT MONOUSO NON STERILE CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, MANICA LUNGA SENZA POLSINO, PER PAZIENTI

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 13795;
- Opaco; assolutamente non trasparente; colore diverso dal bianco;
- TNT in materiale morbido e confortevole;
- Traspirante;
- Antistatico;
- Materiale anallergico e latex free;
- Drappeggiabile;
- Ampia vestibilità;
- Manica lunga senza polsini;
- Lunghezza sotto il ginocchio;
- Allacciatura posteriore con cordini in vita e al collo;
- Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;
- Privi di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- Cuciture termosaldate ad ultrasuoni;
- Materiale ignifugo;
- Taglia unica compatibile con tutte le vestibilità, unisex;
- Confezionamento primario da 10 a 20 pezzi;
- Grammatura ≥ 35 g/mq.

LOTTO 14

CAMICE IN TNT MONOUSO NON STERILE, CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, A MANICA CORTA E LUNGHEZZA SOPRA AL GINOCCHIO, PER PAZIENTI

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 13795;
- Opaco; assolutamente non trasparente; colore diversi dal bianco;
- TNT in materiale morbido e confortevole;
- Traspirante;
- Antistatico;
- Materiale anallergico e latex free;
- Drappeggiabile;
- Ampia vestibilità;
- Manica corta;
- Lunghezza sopra il ginocchio;
- Allacciatura posteriore con cordini in vita e al collo;
- Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;
- Privi di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- Cuciture termosaldate ad ultrasuoni;
- Materiale ignifugo;
- Taglia unica, unisex;
- Confezionamento primario 10- 20 pezzi.

LOTTO 15

GIUBBINO IN TNT MONOUSO NON STERILE, MANICA CON POLSINO E CHIUSURA SULLA PARTE ANTERIORE CON AUTOMATICI

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- In polipropilene; peso di base ≥ 35 g/mq;
- TNT in materiale morbido e confortevole;
- Traspirante;
- Idrorepellente;
- Antistatico;
- Materiale anallergico e latex free;
- Manica lunga con polsino in maglia tubolare elasticizzata di fibra sintetica;
- Chiusura anteriore con bottoni plastici automatici a pressione;
- Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;
- Privi di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- Filo di cucitura sintetico oppure cuciture termosaldate ad ultrasuoni;
- Dotato di tasche anteriori;

- Colore a scelta;
- Materiale ignifugo;
- Taglie: S – M – L – XL, ovvero in numero inferiore purchè siano ricoperte tutte le vestibilità.

LOTTO 16

COLLARINO CON MANTELLINA IN TNT MONOUSO NON STERILE

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Efficace protezione dal freddo in sala operatoria, comoda vestibilità;
- Traspirante;
- Idrorepellente;
- Antistatico;
- Materiale anallergico e latex free;
- Collo in maglina in tessuto sintetico, elastico, morbido, altezza minima cm 8;
- Mantellina in TNT morbido, che copra in maniera uniforme petto e spalle, lunghezza minima 20 cm;
- Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;
- Privi di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- Cuciture termosaldate ad ultrasuoni;
- Colore a scelta;
- Materiale ignifugo;
- Taglie: S – M – L – XL, ovvero in numero inferiore (anche unica) purchè siano coperte tutte le vestibilità.

LOTTO 17

TUTA IN 2 PEZZI IN TNT NON STERILE UNISEX MONOUSO (CASACCA + PANTALONI): CASACCA CON ALMENO 2 TASCHE, GIROCOLLO O SCOLLO A “V”; PANTALONI CON CHIUSURA IN VITA CON FETTUCCIA SCORREVOLE

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 13795;
- TNT polipropilene SMS (spunbond-meltblown-spunbond), oppure TNT in spunbond di polipropilene;
- grammatura 40 g/mq (tolleranza ± 5), assolutamente non trasparente;
- Traspirante;
- Idrorepellente;
- Resistenza alla penetrazione di liquidi e batteri;
- Antistatico;
- Materiale anallergico e latex free;
- Drappeggiabile;
- Morbida all'indosso;
- Casacca con almeno due tasche, scollo rotondo, maniche corte;
- Bordo della scollatura del collo rinforzato;
- Pantaloni con fettuccia scorrevole;
- Bassissimo rilascio di particelle (linting);
- Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;
- Privi di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- cuciture con filo sintetico oppure termosaldate ad ultrasuoni;
- Colore a scelta;
- Materiale ignifugo;
- Taglie; almeno le seguenti: S – M – L – XL- XXL;
- Confezionata singolarmente in abbinamento (pantaloni + casacca).

LOTTO 18

TUTA IN 2 PEZZI COMPLETA IN TNT NON STERILE UNISEX MONOUSO (CASACCA + PANTALONI): CASACCA CON ALMENO 2 TASCHE, SCOLLO A "V" O GIROCOLLO; PANTALONI CON CHIUSURA IN VITA CON FETTUCCIA SCORREVOLE; AD UTILIZZO DEGLI OPERATORI DI AREA A RISCHIO

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 13795;
- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- TNT polipropilene SMS (spunbond-meltblown-spunbond), oppure TNT in spunbond di polipropilene;
- grammatura ≥ 45 g/mq, assolutamente non trasparente;

- Traspirante;
- Idrorepellente;
- Resistenza alla penetrazione di liquidi e batteri;
- Antistatico;
- Materiale anallergico e latex free;
- Drappeggiabile;
- Morbida all'indosso;
- Casacca con due tasche, scollo a "V"; maniche corte;
- Bordo della scollatura del collo rinforzato;
- Pantaloni con fettuccia scorrevole;
- Bassissimo rilascio di particelle (linting);
- Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;
- Privi di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- cuciture con filo sintetico oppure termosaldate ad ultrasuoni;
- Colore a scelta;
- Materiale ignifugo;
- Taglie; almeno le seguenti: S – M – L – XL- XXL;
- Confezionata singolarmente in abbinamento (pantaloni + casacca).

LOTTO 19

TUTA IN 2 PEZZI NON STERILE UNISEX MONOUSO (CASACCA + PANTALONI), CASACCA CON ALMENO 2 TASCHE; TNT TRIPLO STRATO IN POLIPROPILENE (SPUNBOND – MELTBLOWN – SPUNBOND), PANTALONI CON CHIUSURA IN VITA CON FETTUCCIA SCORREVOLE; AD UTILIZZO ESCLUSIVO DEGLI OPERATORI DEL BLOCCO OPERATORIO

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Requisiti di prestazione richiesti dalla norma europea EN 13795;
- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- TNT in polipropilene (PP) SMS (spunbond-meltblown-spunbond), materiale a tre strati; assorbente;
- assolutamente non trasparente;
- Altamente traspirante;
- Idrorepellente;
- Resistenza alla penetrazione di liquidi e batteri;
- Antistatico;
- Materiale anallergico e latex free;

- Drappeggiabile;
- Morbida all'indosso;
- Casacca con due tasche, scollo a "V" oppure girocollo ; maniche corte;
- Bordo della scollatura del collo rinforzato;
- Pantaloni chiusura in vita con fettuccia scorrevole;
- Bassissimo rilascio di particelle (linting);
- Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;
- Privi di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- cuciture con filo sintetico oppure termosaldate ad ultrasuoni;
- Colore a scelta;
- Materiale ignifugo (Dichiarazione di non infiammabilità da parte del Produttore);
- Taglie; almeno le seguenti: S – M – L – XL- XXL;
- Pantaloni e casacca devono essere confezionati singolarmente non in abbinamento nella stessa confezione, con possibilità di dispenser;
- Confezionamento primario in dispenser.

LOTTO 20

CALZARI IN TNT MONOUSO NON STERILI, IDROREPELLENTI, ANTISDRUCCIOLO, MISURA UNICA

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- TNT grammatura $\geq 35 \text{ g/m}^2$, con elastico unito e morbido cucito lungo tutto il bordo, a perfetta aderenza antistrappo
- Traspiranti;
- Idrorepellenti;
- Resistenza alla penetrazione di liquidi e batteri;
- Antistatici;
- Materiale anallergico e latex free;
- Sagomati;
- Antiscivolo con buona adesione alla calzatura;
- Lunghezza al ginocchio cm. 45;
- Bassissimo rilascio di particelle (linting);
- Resistenza elevata allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;
- Privi di fibre di vetro, agenti chimici, collanti e resine;
- Filo di cucitura sintetico oppure cuciture termosaldate ad ultrasuoni;
- Colore a scelta;
- Materiale ignifugo;

- Taglia unica adatta a scarpe sino al 45;
- Confezionamento primario (scatola o dispenser) da max 200 pz cada uno;
- Necessità di confezionamento secondario.

LOTTO 21

LENZUOLA BIANCHE IN TNT MONOUSO NON STERILE, LARGHEZZA MIN. 140, LUNGHEZZA MIN. 240

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Lenzuolini in materiale TNT non assorbente, grammatura 30 g./mq.;
- Misure: cm. 140 x 240 circa;
- Colore bianco;
- Resistenti allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;
- Materiale morbido, anallergico e latex free;
- Antistatiche;

LOTTO 22

LENZUOLA BIANCHE IN TNT MONOUSO NON STERILE, LARGHEZZA MIN. 90, LUNGHEZZA MIN. 240

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Lenzuolini in TNT non assorbente, grammatura 30 g./mq.;
- Misure: cm. 90 x 240 circa;
- Colore bianco;
- Resistenti allo strappo allo strappo in trazione longitudinale e trasversale;
- Materiale morbido, anallergico e latex free;
- Antistatiche;

LOTTO 23

FEDERA BIANCA IN TNT MONOUSO NON STERILE

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- TNT grammatura 30 g./mq.;
- Misure: \geq cm. 80 x 50 ;
- Colore bianco;
- Resistenti allo strappo allo in trazione longitudinale e trasversale;
- Materiale morbido, anallergico e latex free;
- Antistatica;

LOTTO 24

COPRIMATERASSO IN TNT MONOUSO NON STERILE CON ELASTICI

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- TNT in due strati: parte superiore filtrante assorbente in viscosa (ovvero materiale analogo che presenti identiche caratteristiche di confortevolezza), parte inferiore in polietilene, impermeabile; grammatura ≥ 50 g/m²;
- Misure: 110-140 x 220-240 cm
- Resistenza alla trazione longitudinale e trasversale;
- Materiale morbido, anallergico e latex free;
- Assenza di peluria;
- Antistatico;

LOTTO 25

TELO IN TNT MONOUSO NON STERILE BIACCOPPIATO (TNT + POLIETILENE O EQUIVALENTE, IMPERMEABILE), MISURE: 140X240;

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Monouso bi-accoppiato TNT e polietilene: primo strato morbido, traspirante, no linting, assorbente; secondo strato film plastico impermeabile ai liquidi;
- Resistenza alla trazione longitudinale e trasversale;
- Misura: cm 140x240 ca.;
- Materiale morbido, anallergico e latex free;
- Gramatura > 54 g/mq.;
- Capacità di assorbenza minima 0,7 lt/mq.;
- Ignifugo;
- Antistatico.

LOTTO 26

TELO SUPERASSORBENTE IN TNT MONOUSO NON STERILE PER PROTEZIONE TAVOLI OPERATORI

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1
- Triplo strato protettivo con capacità assorbente molto alta, lato superiore assorbente, lato inferiore impermeabile;
- Assorbenza ≥ 6 litri. Il livello di assorbenza dev'essere comprovato mediante certificazione del produttore ovvero rilasciata da un laboratorio indipendente accreditato dalla quale risultino tipologia ed esito dei test eseguiti;
- Dimensioni 100 x 230 circa
- Bassissimo rilascio di particelle (linting)
- latex free, anallergico;
- Ignifugo;
- Antistatico.

LOTTO 27

COPRIBRACCIOLO IN TNT MONOUSO NON STERILE IMPERMEABILE (TNT + POLIETILENE, O EQUIVALENTE) PER POLTRONA

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Copertura per braccioli a cuffia, dotato di fettuccia elastica;
- TNT impermeabile in polietilene, grammatura ≥ 35 g/mq.;
- Dimensione cm 40x70 ca.;
- Materiale morbido, anallergico e latex free;
- Ignifugo;
- Antistatico.

LOTTO 28

COPRIBRACCIOLO IN TNT MONOUSO NON STERILE, IMPERMEABILE (TNT + POLIETILENE, O EQUIVALENTE) PER LETTI OPERATORI

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Copertura per braccioli a cuffia, in TNT, composto da uno strato interno in TNT assorbente ed uno strato impermeabile in polietilene, grammatura ≥ 50 g/mq.;
- Dimensione cm 40x70 ca.;
- Materiale morbido, anallergico e latex free;
- Ignifugo;
- Antistatico.

LOTTO 29

KIT COPRIPOLTRONA IN TNT MONOUSO NON STERILE IDROREPELLENTE (TNT + POLIPROPILENE)

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Copripoltrona in TNT polipropilene 35 g/m², idrorepellente, composto da copriseduta, coprischienale e copribracciolo, adattabili per poltrone centro prelievi, reparti oncologici e dialisi;
- Dotata di fettucce elastiche o lacci per il fissaggio ;
- N° 1 copriseduta: 85 x 85 circa
- n° 1 coprischienale : altezza schienale ≥ cm 90; – larghezza ≥ cm 85 circa
- n° 1 copribracciolo con elastici;
- Materiale morbido, anallergico e latex free ;
- Idrorepellente;
- Traspirante;
- Ignifugo;
- Antistatico.

LOTTO 30

CUSTODIA IN TNT MONOUSO NON STERILE PORTA HOLTER CON TRACOLLA

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- TNT resistente grammatura > 35 g/mq;
- Due misure: cm 15x20 e 13x 10 circa; tolleranza misure ± 10%;
- Tracolla;
- Materiale morbido, anallergico e latex free;
- Ignifugo;
- Antistatico.

LOTTO 31

COPRI BRACCIALE IN TNT MONOUSO NON STERILE PER SFIGMOMANOMETRO

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Cuffia da posizionare sopra il bracciale per la misurazione della pressione arteriosa dello sfigmomanometro;
- TNT bi-accoppiato: lato interno realizzato da uno strato di Poliestere (PE), lato esterno in Polipropilene (PP);
- Dotata di bottoni a pressione o sistema di chiusura equivalente;
- Resistente;
- Idrorepellente;
- Misura circa 50 x 15 ± 5 cm.;
- Materiale morbido, anallergico e latex free;
- Ignifugo;
- Antistatico.

LOTTO 32

TAPPETINO ASSORBENTE IN TNT MONOUSO NON STERILE, IN ROTOLO

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Tappeto a rotolo per la raccolta di liquidi;
- TNT triplo strato: uno strato superficiale; uno strato interno ad alto assorbimento; uno strato impermeabile ed antiscivolo per il contatto con il pavimento;
- Bassissimo rilascio di particelle (linting);
- Completa adesione a qualsiasi tipo di pavimentazione;
- Assorbenza: almeno 3 lt. X mq. Il livello di assorbenza dev'essere comprovato mediante certificazione del produttore ovvero rilasciata da un laboratorio indipendente accreditato dalla quale risultino tipologia ed esito dei test eseguiti;
- Peso: almeno 200 g/mq.;
- Spessore: da 2,0 a 5,0 mm.;

- Misure larghezza 90 cm. x lunghezza 40-50 m.;
- latex free, anallergico;
- Ignifugo;
- Antistatico;
- Confezionamento: in rotolo racchiuso in imballaggio sigillato;
- Disponibilità (in comodato d'uso gratuito) di carrello portarotolo per la movimentazione in sicurezza.

LOTTO 33

TELINO IN TNT MONOUSO NON STERILE BIACCOPPIATO (TNT + POLIETILENE O EQUIVALENTE, IMPERMEABILE), PER SALA OPERATORIA, MISURE: 50X50;

REQUISITI DI IDONEITÀ

Caratteristiche di minima pena esclusione, in aggiunta alla Caratteristiche generali previste per tutti i Lotti, elencate in premessa, quali requisiti vincolanti per ciascun Lotto a pena di esclusione.

- Conformità CE 93/42 (e ss.mm.ii.); dispositivo medico di classe 1;
- Monouso bi-accoppiato TNT e polietilene: primo strato morbido, traspirante, no linting, assorbente; secondo strato film plastico impermeabile ai liquidi;
- Resistenza alla trazione longitudinale e trasversale;
- Misure: cm 50x50 (tolleranza 10%);
- Materiale morbido, anallergico e latex free;
- Grammatatura > 54 g/mq.;
- Capacità di assorbenza minima 0,7 lt/mq.;
- Ignifugo;
- Antistatico;
- Confezionamento primario in dispenser.

#####

Art. 1 - Equivalenza dei prodotti offerti

In applicazione dell'art. 68, comma 7, la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, è onere dell'operatore economico offerente inserire nell'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza corredata dai mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.

In particolare, la Commissione Giudicatrice, nell'ambito della propria attività discrezionale e laddove ciò non sia espressamente escluso da specifiche normative vigenti nella materia oggetto dell'appalto, è chiamata a verificare se negli elementi che connotano l'offerta tecnica sia ravvisabile una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara, senza quindi che si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche tecniche (rif. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 747/2018; Consiglio di Stato Sezione IV, n. 3701/2016; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5259/2017).

Art. 2 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad

esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Art. 3 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
- b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza,

nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Art. 5 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal

D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;

c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Art. 6 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.

2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.

3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.

4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".

Art. 7 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore dovrà trasmettere a CRA, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la reportistica mensile relativa agli OdF ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- Amministrazione Contraente che ha emesso l'OdF
- Importo della fornitura ed eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'importo della fornitura
- Data ricezione OdF
- Dettaglio dei prodotti/servizi ordinati con indicazione della quantità
- Importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente
- Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni Contraenti

Il report va trasmesso in formato elettronico all'indirizzo PEC della CRA entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Per i dati riferiti al mese di luglio il termine di consegna della reportistica è fissato al 1° settembre successivo.

CRA si riserva di modificare, nel corso di esecuzione contrattuale, gli obblighi di cui ai commi precedenti, senza ulteriore aggravio per il Fornitore (es. periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta di reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA)

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di CRA, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

CRA si riserva, altresì, di richiedere al Fornitore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di fornitura/servizio, l'elaborazione di report specifici contenenti dati aggregati e/o riassuntivi delle prestazioni effettuate da far pervenire a CRA, in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Materiale per il sito

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di CRA, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta decorrenti dalla data di ricezione della medesima tramite PEC, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- Richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da CRA, anche ai fini dell'inserimento sul NECA

- Richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico

3. Dati relativi Fornitore:

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative:

- ☐ alle forniture/servizi compresi nella Convenzione;
- ☐ alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- ☐ alle modalità di inoltro dei reclami;
- ☐ alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC)

Art. 8 - Penali

1. Spetta a ciascuna Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, contestazione, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di fornitura/servizio, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui ai commi seguenti, fermo restando i poteri in capo a CRA di cui al successivo comma 3.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari al 1 % dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale dell'OdF. Nel caso vengano applicate penali in misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla CRA di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

- ☐ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;

□ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) perdurando l'inadempienza contestata oltre il periodo di 30 giorni ogni Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto l'OdF salvo in ogni caso il risarcimento del danno, dandone immediata comunicazione a CRA;

3. In ogni caso di inadempimento, non imputabile a CRA ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio richiesti al Fornitore sono stabilite le penali seguenti:

- a) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cessione del brevetto ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Fornitura, CRA applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione
- b) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 7 comma 1 "Servizio di reportistica" la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 200,00;
- c) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio del materiale richiesto all'art. 7 comma 2 "Materiale per il sito" CRA applica al Fornitore una penale di € 500,00

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

Art. 9 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte delle singole Amministrazioni Contraenti

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 1 e 2 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla CRA.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di due (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di CRA, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggior danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

Art. 10 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte di CRA

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 3 e 5 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore da CRA; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a CRA entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRA nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa CRA a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di CRA. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.

4. CRA potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggior danni. Nella determinazione della misura massima del 10% CRA terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente

Art. 11 – Indisponibilità temporanea del prodotto, indisponibilità e/o impossibilità della fornitura, evoluzione tecnica

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto a CRA ed alle Amministrazioni Contraenti, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna evidenziando la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto.

2. L'Amministrazione Contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno del Fornitore acquistando i prodotti su libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore.

3. Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti ed alla CRA.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, tutti i casi di indisponibilità non temporanea del prodotto (e/o impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibili alla sfera del Fornitore, inclusi i seguenti casi:

- Sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte delle Autorità competenti
- Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti;
- Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o comunque del Fornitore;
- Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione
- Ripetute rotture di stock;

sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali CRA procederà alla risoluzione della convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18.della Convenzione di Fornitura, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in tempi rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni Contraenti, l'istituto dell'interpello ex art. 110 D.Lgs. n. 50/2016 nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

5. Al contempo, ciascuna singola Amministrazione Contraente al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui al comma 4 ha diritto di risolvere l'OdF e procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto sul libero mercato per la quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di costo.

6. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi

7. Il Fornitore si impegna, nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in continuità progettuale rispetto al prodotto aggiudicato, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole di

CRA o della Commissione Giudicatrice (ove prevista), ad immettere nella fornitura il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali.

Art. 12 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 13 – Verifiche della convenzione e della fornitura

1. CRA si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di Fornitura, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.

2. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a CRA ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

Art. 14 – Riservatezza (Privacy)

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.

3. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

☐ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;

☐ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;

- ☐ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- ☐ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ☐ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- ☐ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- ☐ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ☐ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ☐ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ☐ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2 "data

La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

4. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.