



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Gara regionale fornitura materiale di Radiologia Interventistica - rettifica indicazione di gara
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante	Nicola Giancarlo POGGI
Responsabile Procedimento	Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile	Luigi Moreno COSTA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub \ dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione", il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- Il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.";
- La legge di conversione del d.l n. 77/2021 del 31.05.2021 n. 108 del 29 luglio 2021;
- l'articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 15 ottobre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia e il d.lgs. n. 159/2011;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il Titolo III del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)" e ss.mm.ii.
- la l.r. 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la l.r. 26 marzo 2002, n. 15 e la l.r. 12 novembre 2014, n. 34 "Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria";
- la l.r. 29 dicembre 2020 n. 34 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021 – 2023";

- la l.r. 29 dicembre 2020 n. 33 *“Legge di stabilità per la Regione Liguria per l’anno finanziario 2021”*;
- la D.G.R. n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- la deliberazione della Giunta regionale, n. 97—del 12 febbraio 2021, recante: *“Parziale razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi dirigenziali”*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 26/03/2021 recante tra l’altro ulteriore *“Parziale razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale”*;
- il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali;
- la D.G.R. n. 580 del 01 luglio 2021 recante *“Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”*;
- la D.G.R. 354 del 23 aprile 2021 recante *“Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell’articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021 “ la quale prevede, all’art. 5, comma 2, lett. k), che il Direttore generale della Direzione Centrale Organizzazione “indice le gare di valore pari o superiore ad euro 50 milioni”*;

PREMESSO CHE con Decreto del Direttore generale n. 5877 del 01/10/2021 veniva indetta la procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di materiale di Radiologia Interventistica occorrente alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di proroga per un ulteriore anno) - Lotti n. 171 - gara n. 8248504, importo presunto di gara: €. 75.016.322,40 (Iva esclusa) con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE mediante la piattaforma Sintel sono pervenute numerose richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici interessati, alle quali è stata fornita risposta, anche con l’ausilio del Tavolo tecnico, con nota prot. n. PG/2021/343800 del 27/10/2021, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario, sulla scorta di quanto sopra, procedere alla rettifica del Decreto del Direttore Generale n. 5877 del 01/10/2021 apportando le conseguenti modifiche/rettifiche di seguito indicate:

- 1) Basi d’asta dei lotti 14, 32, 33, 35, 49, 55, 56, 57, 104, 121, 122, 140, 158;
- 2) Modello M6 secondo quanto indicato nella risposta ai chiarimenti;
- 3) Modello M6 bis secondo quanto indicato nella risposta ai chiarimenti;
- 4) Progetto di gara secondo quanto indicato nelle risposte ai chiarimenti;
- 5) Capitolato tecnico secondo quanto indicato nelle risposte ai chiarimenti;
- 6) Disciplinare di gara (Basi d’asta dei lotti 14, 32, 33, 35, 49, 55, 56, 57, 104, 121, 122, 140, 150, 158 e conseguenti importi delle garanzie definitive e contributi Anac;

DATO ATTO CHE come precisato nella risposta al quesito n. 56 relativo ai chiarimenti post indizione, non è possibile allo stato attuale della gara, dal punto di vista tecnico informatico, aggiungere sulla piattaforma un ulteriore lotto, pertanto, sarà oggetto di una nuova procedura ex lotto 172;

RITENUTO altresì necessario, considerato l'elevato numero di lotti, e per garantire una maggiore concorrenzialità assicurando il corretto svolgimento delle operazioni di gara, prorogare i termini di gara, fissando per il giorno 26/10/2021 ore 14.00 la scadenza per la presentazione dei chiarimenti, per il giorno 26/11/2021 ore 14.00 la scadenza per la presentazione delle offerte e della campionatura ed il giorno 30/11/2021 ore 10:00 la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa;

RICHIAMATI gli avvisi n. PG/2021/327781 del 12/10/2021 e successivo di ulteriore proroga n. PG/2021/349793 del 02/11/2021, pubblicati sulla piattaforma Sintel raggiungibile all'indirizzo "www.ariaspa.it" e sul sito istituzionale "www.acquistiliguria.it", con i quali il Rup anticipava il suddetto posticipo dei termini di gara;

RITENUTO di approvare la documentazione di gara oggetto di rettifica e precisamente il progetto di gara, disciplinare di gara, il capitolato tecnico prestazionale, il Modello M6 Dichiarazione offerta economica, M6bis Dettaglio prezzi unitari, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di disporre la pubblicazione dell'avviso di indizione della procedura di gara in oggetto nelle forme di legge e, quindi:

- in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- sui seguenti quotidiani e siti informatici:
 - Messaggero nell'edizione nazionale
 - Il Mattino nell'edizione nazionale
 - Repubblica ed. Liguria
 - Il giornale ed. Genova
 - Servizio Appalti Regione Liguria
 - Sito Ministero Infrastrutture e Trasporti
 - Sito web Aziendale (www.acquistiliguria.it)
 - Sintel (www.ariaspa)

DATO ATTO CHE al pagamento delle spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, nonché della spesa relativa al versamento del contributo di gara di cui alle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22.12.2015 e n. 1377 del 29.12.2020, si provvederà con separati provvedimenti;

Su proposta del dirigente responsabile;

DECRETA

- 1. Di procedere** alla rettifica, per le motivazioni indicate in premessa, del Decreto del Direttore generale n. 5877 del 01/10/2021 di indizione della gara a procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di materiale per Radiologia Interventistica occorrente alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di proroga per un ulteriore anno) - Lotti n. 171 - gara n. 8248504, importo presunto di gara: €. 75.016.322,40 (Iva esclusa) con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, apportando le conseguenti modifiche/rettifiche di seguito indicate:

- 1) Basi d'asta dei lotti 14, 32, 33, 35, 49, 55, 56, 57, 104, 121, 122, 140, 158;
 - 2) Modello M6 secondo quanto indicato nella risposta ai chiarimenti;
 - 3) Modello M6 bis secondo quanto indicato nella risposta ai chiarimenti;
 - 4) Progetto di gara secondo quanto indicato nelle risposte ai chiarimenti;
 - 5) Capitolato tecnico secondo quanto indicato nelle risposte ai chiarimenti;
 - 6) Disciplinare di gara (Basi d'asta dei lotti 14, 32, 33, 35, 49, 55, 56, 57, 104, 121, 122, 140, 150, 158 e conseguenti importi delle garanzie definitive e contributi Anac;
- 2. Di prorogare** i termini di gara, fissando per il giorno 26/10/2021 ore 14.00 la scadenza per la presentazione dei chiarimenti, per il giorno 26/11/2021 ore 14.00 la scadenza per la presentazione delle offerte e della campionatura ed il giorno 30/11/2021 ore 10:00 la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa;
- 3. Di approvare** la documentazione di gara oggetto di rettifica e precisamente il Progetto di gara, Disciplinare di gara, Capitolato tecnico prestazionale, Modello M6 Dichiarazione offerta economica, Modello M6bis Dettaglio prezzi unitari, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4. Di disporre** la pubblicazione dell'avviso di rettifica della procedura di gara in oggetto nelle forme di legge e, quindi:
- in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
 - per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
 - sui seguenti quotidiani e siti informatici:
 - Messaggero nell'edizione nazionale
 - Il Mattino nell'edizione nazionale
 - Repubblica ed. Liguria
 - Il giornale ed. Genova
 - Servizio Appalti Regione Liguria
 - Sito Ministero Infrastrutture e Trasporti
 - Sito web Aziendale (www.acquistiliguria.it)
 - Sintel (www.ariaspa)
- 5. Di dare atto** che le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di rettifica della gara sulla GURI e sui quotidiani saranno rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari della procedura di gara ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221, mentre con successivo provvedimento si procederà all'impegno della spesa relativa al versamento del contributo ANAC di cui alla Delibera n. 1121 del 29.12.2020.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

Allegato A

Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice dei contratti per la fornitura di "materiale di Radiologia Interventistica" occorrenti agli enti della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 171

Numero gara 8248504

Tramite la presente procedura di gara telematica con rilevanza comunitaria, che verrà svolta in forma aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di materiale per Radiologia Interventistica, occorrenti agli Enti sanitari della Regione Liguria, SUAR – Stazione Unica Appaltante della regione Liguria intende individuare gli operatori economici idonei all'espletamento di tale fornitura, occorrenti agli Enti sanitari della Regione Liguria e precisamente:

- ASL1 - ASL2 - ASL3 - ASL4 – ASL5;
- E.O. Ospedali Galliera;
- I.R.C.C.S. Gaslini;
- I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino


Si tratta di una **prima edizione** per SUAR e la procedura è articolata in 171 lotti.

La gara sarà svolta in forma telematica mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement SINTEL.

Considerata la molteplicità di procedure indette da questa stazione appaltante relative a categorie merceologiche con destinazioni specifiche per specialità mediche diverse, potrebbe verificarsi il caso che una ditta possa proporre identico prodotto già aggiudicato in altra procedura.

Di conseguenza, in un ottica di economicità dell'attività amministrativa, nel caso in cui la ditta risultata aggiudicataria abbia offerto un prodotto già presente in convenzioni attive la stazione appaltante procede, **in sede di esecuzione del contratto**, ad applicare il prezzo del prodotto già fornito se più favorevole.

Si descrivono di seguito tutti gli ambiti di studio che SUAR – Regione Liguria ha condotto al fine di redigere la strategia di gara che verrà indicata nel seguito.



Si descrivono di seguito le seguenti fasi:

- Contesto di riferimento;
- Analisi del mercato;
- Definizione della documentazione tecnica;
- Strategia di gara.

L'individuazione delle relative linee strategiche è stata redatta in linea con l'attività di benchmark e con quanto dichiarato in sede di richiesta fabbisogni da parte degli Enti che hanno manifestato l'intenzione di volere aderire alla presente procedura.


La definizione della documentazione di gara è stata definita nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida adottate da ANAC alla data odierna.

La gara si svolge in forma telematica ex art. 58 D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la piattaforma SinTel raggiungibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it in forza dell'Accordo concluso tra Regione Lombardia, Regione Liguria e ARCA spa di cui alla D.G.R n. 952/2017.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Ai sensi della L.R. 5 marzo 2021, n. 2 (recante la *“razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”*) dal 01/05/2021 A.Li.Sa. cessa di svolgere le funzioni di Centrale regionale di acquisto di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14, le quali funzioni sono svolte ora dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) della Regione Liguria.

ANALISI DEL MERCATO



SUAR, come elemento di approfondimento, nell'ambito dell'individuazione di possibili opportunità di razionalizzazione della spesa regionale relativa alla *fornitura* in argomento, ha condotto un'**analisi di confronto** tra le caratteristiche salienti delle procedure di gara indette per l'acquisizione di quanto in oggetto.

I principali strumenti utilizzati per svolgere la rilevazione e l'analisi delle procedure di gara sono stati i siti di riferimento delle seguenti Stazioni Appaltanti che hanno indetto procedure di pari oggetto nell'ultimo triennio.

L'analisi svolta mettendo a confronto diverse procedure svolte in altre Regioni ha evidenziato elementi comuni alla presente procedura, con particolare riferimento alla suddivisione in lotti, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi ed ai prezzi a base d'asta.

Inoltre SUAR ha tenuto in considerazione:

- a) i rilievi formulati dagli Enti sanitari utilizzatori nell'ambito di diverse ricognizioni dei propri fabbisogni nonché di eventuali criticità legate all'esecuzione dei contratti in essere ed eventuali, proprie specifiche esigenze;

Per la quantificazione della base d'asta si rinvia al paragrafo dedicato all'interno della Strategia di gara.


DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per la definizione della documentazione tecnica di gara il Tavolo Tecnico regionale, nominato con Determinazione n. 131 del 18/05/2016 e successiva di sostituzione n. 127 del 30/03/2017, si è riunito, anche disgiuntamente, in diverse sedute riservate tenutesi nelle seguenti date:

18.03.2019, 29.03.2019, 24.04.2019, 23.05.2019, 20.06.2019, 03.07.2019, 22.07.2019, 26.08.2019
Si precisa che, a seguito del diffondersi ed aggravarsi, dalla primavera dell'anno 2020 a tutt'oggi, dell'emergenza epidemica da COVID-19, si sono protratti i tempi legati ai lavori di predisposizione il capitolato tecnico ed alcune delle predette sedute si sono svolte a distanza, con modalità telematiche atte a consentire il collegamento simultaneo di tutti i presenti.

All'interno del Capitolato, la Commissione Tecnica ha stabilito, per ciascun lotto:

- le caratteristiche tecniche dei prodotti;
- i requisiti minimi obbligatori, in mancanza dei quali si procederà ad esclusione;



- la modalità di aggiudicazione nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso
- gli elementi soggetti a valutazione per i tutti i lotti e la relativa attribuzione dei punteggi, che sono specificati all'interno del Capitolato Tecnico.

All'esito dei lavori del tavolo tecnico si è provveduto a sottoporre la bozza del capitolato tecnico/prestazionale agli operatori economici del settore, attraverso lo svolgimento di Consultazioni preliminari di mercato ex artt. 66 e 67 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., giusto avviso prot. n. 24566 del 11/11/2019.

Sulla scorta delle osservazioni pervenute da parte degli OO.EE. il tavolo tecnico si è nuovamente riunito in data 27.01.2020, 03.02.2020 producendo le integrazioni/modifiche, ritenute pertinenti, da apportare al Capitolato Tecnico e prestazionale.

La documentazione di cui sopra è stata valutata, altresì, sulla base del codice degli appalti – come corretto dal D.Lgs. 56/2017 – e delle ultime linee guida dell'ANAC.

In considerazione di quanto sopra esposto si propone la seguente

STRATEGIA DI GARA

▪ Definizione dei Lotti


La gara sarà composta da n. 172 lotti in applicazione di quanto disposto dall'art. 51 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così declinati:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO
1	Ago per accesso vascolare 2 pezzi
2	Ago per accesso vascolare 1 pezzo
3	Ago cannula per accesso vascolare arterioso
4	Ago per biopsia epatica transgiugulare
5	Set introduzione con micropuntura
6	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici
7	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici in pazienti obesi
8	Ago per biopsia ossea
9	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati
10	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati armati




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

11	Introduttori guida armati
12	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati lunghi
13	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati preformabili per renale
14	Dilatatori vascolari e fasciali
15	Introduttori con guaina a strappo “peel-away” lunghezza 15 cm
16	Introduttori con guaina a strappo “peel-away” lunghezza 30 cm
17	Guide Angiografiche rigide tipo Amplatz
18	Guide tipo Rosen
19	Guide Angiografiche ad elevata portanza con rivestimento in PTFE
20	Guide Angiografiche centimtrate
21	Guide Angiografiche idrofiliche Standard
22	Guide Angiografiche idrofiliche Stiff – misure guida 150-180 cm
23	Guide Angiografiche idrofiliche “half stiff”
24	Microguide Angiografiche ad elevato supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi
25	Microguide Angiografiche a medio-basso supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi
26	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi - lunghezza 180 cm
27	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi – lunghezza 200 e 300 cm
28	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di vasi di gamba pluri-stenotici
29	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,014 inch
30	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,018 inch
31	Microguide per procedure extravascolari biliari e urologiche
32	Cateteri angiografici diagnostici configurazione “pig-tail” e “retta”
33	Cateteri angiografici diagnostici precurvati
34	Cateteri angiografici diagnostici “pig-tail” centimetrati
35	Cateteri angiografici per trombolisi
36	Cateteri per angiografie selettive idrofilici
37	Microcateteri coassiali con e senza guida per terapie embolizzanti
38	Microcateteri coassiali con guida
39	Microcateteri coassiali
40	Cateteri guida per procedure interventistiche addominali
41	Spirali embolizzanti libere tipo “Gianturco”




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

42	Microspirali libere in platino
43	Microspirali a distacco controllato in platino
44	Spirali e microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi
45	Spirali e Microspirali in platino a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi
46	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla
47	Catetere per drenaggio di raccolte ed ascessi
48	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno
49	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno
50	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno idrofilo
51	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno-interno
52	Endoprotesi ureterale plastica
53	Endoprotesi biliare plastica
54	Stent ureterali doppio J per rene trapiantato
55	Kit per angiografia
56	Kit per cateterismo venoso centrale
57	Kit per TIPS (Custom Kit)
58	Set per Isterosalpingografia
59	Telo per accesso venoso giugulare e succlavio
60	Telo con foro per ricanalizzazione Al sn
61	Kit teleria per vertebroplastica
62	Deflussori
63	Siringhe luer lock 1cc
64	Siringhe luer lock 2,5 cc
65	Valvola emostatica tipo Tuohy-Borst
66	Raccordi connettori fra catetere e sacca di drenaggio
67	Siringa da 20 ml con manometro
68	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, non compliant
69	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, a doppia compliance
70	Cateteri a palloncino da angioplastica per distretto aortico
71	Cateteri a palloncino da occlusione
72	Cateteri a palloncino per infusione agenti embolici
73	Cateteri a palloncino a bassa pressione
74	Cateteri a palloncino da angioplastica
75	Cateteri a palloncino da angioplastica per trattamenti extravascolari
76	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea over the wire
77	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea, tipo "over the wire"




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

78	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica femoro-poplitea e sotto-poplitea
79	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica per circolo plantare e dorsale
80	Cateteri a palloncino da angioplastica per piccoli vasi
81	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari a celle chiuse “over the wire”
82	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto, “over the wire”
83	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari “mono-rail”
84	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in Nitinol “over the wire”
85	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in acciaio, “over the wire”
86	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, “over the wire”
87	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, “over the wire”
88	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto
89	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in nitinol, ad elevata flessibilità e forza radiale, “over the wire”
90	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari- Stent esofageo autoespandibile in nitinol, non coperto
91	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol parzialmente coperto
92	Sistema di introduzione percutanea per gastrostomie
93	Sonda gastrostomica con palloncino
94	Set di sutura per ancoraggio parete gastrica
95	Set per gastrostomie Sonda gastrostomica
96	Dispositivo per accesso epatico transgiugulare Set per TIPS
97	Filtri cavali semi-temporanei
98	Filtri cavali semi-temporanei in Nitinol e/o Acciaio
99	Cateteri venosi centrali a medio termine – CATETERI HOHN
100	Catetere tunnellizzabile mono e bilume punta chiusa
101	Port ad alto flusso
102	Port ad alto flusso con catetere a punta chiusa
103	Cateteri PICC a punta aperta in silicone
104	Cateteri PICC a punta aperta in poliuretano
105	Set da microintroduzione per PICC punta aperta
106	Cateteri PICC a punta aperta ad alto flusso
107	Set da microintroduzione per PICC punta aperta alto flusso
108	Aghi per port ad alto flusso



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

109	Materiale embolizzante in microsfer e precaricabili con chemioterapico
110	Materiale embolizzante in microsfer e precaricabili radiopache
111	Microparticelle embolizzanti biodegradabili
112	Sistema periferico per trombectomia
113	Set di drenaggio pleurico e peritoneale
114	Microcatetere direzionabile per cateterismi vascolari superselettivi
115	Sonde laser per angioplastica periferica
116	Sistema di embolizzazione tipo plug cilindrico
117	Sistema di embolizzazione tipo plug a triplice corpo
118	Sistema di embolizzazione tipo plug a doppio corpo
119	Sistema di embolizzazione tipo microplug
120	Aghi da biopsia semiautomatici
121	Aghi da biopsia automatici
122	Aghi da biopsia full-core
123	Pinza per biopsia transcattetere
124	Sistema di fissaggio sutureless
125	Sistema di emostasi vascolare con clip starclose
126	Cateteri a palloncino di largo diametro ad alta pressione
127	Cateteri da occlusione per procedure vascolari
128	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 5 a 8 mm
129	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 4 a 6 mm
130	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 1,5 a 4 mm
131	Stent ricoperti
132	Supporto monouso per ago da biopsia ecoguidata
133	Stent metallici ricoperti per TIPS
134	Stent metallici ricoperti su catetere a palloncino
135	Stent a diametro variabile ricoperti
136	Aterotomo direzionale
137	Stent per riduzione flusso TIPS
138	Stent a diametro variabile
139	Stent di compressione femorale
140	Stent biliare ricoperto
141	Stent per il distretto venoso
142	Stent per il distretto venoso iliaco
143	Stent per vasi di grosso calibro
144	Stent per aorta/vena cava
145	Catetere di ancoraggio multilume




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

146	Catetere di ancoraggio monolumenale
147	Catetere a palloncino con concentrazione di forza focale
148	Catetere di supporto
149	Stent rivestito vascolare per piccoli vasi
150	Sistema per trombectomia meccanica percutanea
151	Power PICC, punta chiusa
152	Microcatetere con palloncino antireflusso
153	Catetere di recupero a pinza
154	Sistemi di rientro vascolari
155	Cateteri da dialisi permanenti (tipo "Tesio")
156	Filtro cavale per megacave
157	Microsfere di tris-acrilico per embolizzazioni
158	Sistema endovascolare per la trombosi accelerata mediante ultrasuoni
159	Sistema per iniezione CO ₂
160	Sistema per la litotripsia intravascolare periferica
161	Sistema emostatico attivo riassorbibile
162	Sistemi totalmente impiantabili a punta aperta ad inserzione periferica (miniport)
163	Catetere venoso periferico per infusione ad alta pressione
164	Sistema per il trattamento ablativo percutaneo tramite crioablazione
165	Stent ricoperto per il distretto femorale arterioso
166	Sistema per la prevenzione e il trattamento del pneumotorace durante le biopsie polmonari
167	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea monorail
168	Stent metallici vascolari a celle chiuse, "over the wire"
169	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla
170	Sistema di emostasi vascolare
171	Cateteri Venosi Centrali permanenti per dialisi

La suddivisione in lotti funzionali (n. 171 in totale) risponde alla necessità di attuazione di quanto disposto dall'art. 51 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e tiene conto dell'eterogeneità delle caratteristiche tecniche dei prodotti come emersa ed evidenziata nell'ambito dell'attività istruttoria già sopraesposta.

La gara sarà gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel.

▪ ***Durata della Convenzione e dei contratti di fornitura***



La durata di validità delle Convenzioni (36 mesi dalla stipula) potrà, per l'appunto, essere prorogata, su autorizzazione scritta di SUAR – Regione Liguria, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Inoltre, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni economiche pattuite, fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso (art. 106 - comma 11 - D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

I singoli Ordinativi di Fornitura (OdF) attuativi della Convenzione, potranno essere attivati solamente durante l'arco di validità della Convenzione.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

L'emissione degli OdF sarà effettuata dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere aderenti alla Convenzione tramite l'applicativo NECA della piattaforma Sintel. Sono previste penalità apposite per le Ditte fornitrici che dovessero accettare e dare esecuzione ad OdF e mesi extra-NECA.

▪ ***Enti nel perimetro***

Alla presente procedura di gara hanno formalizzato, - tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)- agli atti di Suar – Regione Liguria, i propri fabbisogni i seguenti Enti:

- ASL1 - ASL2 - ASL3- ASL4 – ASL5;
- E.O. Ospedali Galliera;
- I.R.C.C.S. Gaslini;
- I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino

Si precisa che anche gli Enti che non hanno manifestato interesse in questa prima fase potranno rientrare durante il periodo di validità della Convenzione sino all'erosione del quinto d'obbligo, previsto quale estensione dell'importo della stessa Convenzione.


▪ ***Quantitativi e Base d'asta***

Quantitativi

Sulla base dei fabbisogni relativi ai prodotti afferenti a ciascuno dei lotti individuati, comunicati dalle Aziende Sanitarie, sono stati calcolati i fabbisogni complessivi annuali e quinquennali, stimati, di cui alla Tabella “A.1.1 - Fabbisogni presunti di gara per azienda sanitaria”.

Basi d'asta

L'importo della base di gara è stato calcolato con riferimento ai seguenti parametri:



- prezzi attualmente in vigore nel territorio regionale derivanti dalle aggiudicazioni di procedure di gara;
- comparazione dei suddetti prezzi con quelli aggiudicati attraverso analoghe procedure di gara svolte presso altri Enti/Soggetti aggregatori di altre Regioni;

Si aggiunge che, pur tenendo in debita considerazione i parametri di prezzo di cui sopra, gli importi sono stati poi rivisti alla luce dei seguenti fattori di correzione:


- a. proporzione media fra prezzi dei dispositivi monouso e prezzi dei poliuso.

La fornitura ammonta complessivamente – per il periodo quadriennale di durata dell'appalto (opzione di proroga inclusa) – a €. **64.526.070,00** , al netto di IVA.

Per il dettaglio dell'importo dei singoli lotti, si rimanda all'allegato A.1.2, annesso al presente Progetto di gara.

All'importo complessivo posto a base di gara, derivante dalla sommatoria degli importi dei singoli Enti, è stata applicata una contingency in aumento del 20% per un valore di €. **77.431.284,00** , al netto di IVA.

LOTTO	CIG	Descrizione beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Fabbisogni quadriennali (3 anni + 1 anno di rinnovo)	Importo quariennale presunto (IVA esclusa)
1	886371375B	Ago per accesso vascolare 2 pezzi	33190000-8	P	7.920	15.840,00
2	8863730563	Ago per accesso vascolare 1 pezzo	33190000-8	P	18.120	27.180,00
3	88637451C5	Ago cannula per accesso vascolare arterioso	33190000-8	P	2.060	10.300,00
4	8863760E22	Ago per biopsia epatica transgiugulare	33190000-8	P	196	98.000,00
5	8863874C36	Set introduzione con micropuntura	33190000-8	P	3.840	115.200,00
6	88684268A5	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici	33190000-8	P	3.588	358.800,00
7	88684479F9	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici in pazienti obesi	33190000-8	P	568	68.160,00
8	8868468B4D	Ago per biopsia ossea	33190000-8	P	380	30.400,00
9	8868856B7D	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati	33190000-8	P	20.940	407.400,00
10	8868862074	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati armati	33190000-8	P	2.440	439.200,00
11	88688717DF	Introduttori guida armati	33190000-8	P	2.040	244.800,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

12	8868877CD1	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati lunghi	33190000-8	P	1.300	175.500,00
13	8868887514	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati preformabili per renale	33190000-8	P	420	54.600,00
14	8868903249	Dilatatori vascolari e fasciali	33190000-8	P	3.540	17.700,00
15	8868907595	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 15 cm	33190000-8	P	1.120	20.720,00
16	8868916D00	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 30 cm	33190000-8	P	980	99.960,00
17	8868934BDB	Guide Angiografiche rigide tipo Amplatz	33190000-8	P	6.280	188.400,00
18	88689411A5	Guide tipo Rosen	33190000-8	P	2.520	88.200,00
19	886894983D	Guide Angiografiche ad elevata portanza con rivestimento in PTFE	33190000-8	P	3.960	376.200,00
20	88689519E3	Guide Angiografiche centimtrate	33190000-8	P	360	32.400,00
21	88689866C6	Guide Angiografiche idrofiliche Standard	33190000-8	P	30.060	1.641.900,00
22	8868993C8B	Guide Angiografiche idrofiliche Stiff – misure guiga 150 -180 cm	33190000-8	P	5.316	446.544,00
23	8869011B66	Guide Angiografiche idrofiliche "half stiff"	33190000-8	P	1.000	95.000,00
24	8869039284	Microguide Angiografiche ad elevato supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi	33190000-8	P	4.360	784.800,00
25	88690435D0	Microguide Angiografiche a medio-basso supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi	33190000-8	P	3.580	644.400,00
26	8869054EE1	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi - lunghezza 180 cm	33190000-8	P	4.560	811.680,00
27	88690614AB	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi – lunghezza 200 e 300 cm	33190000-8	P	3.080	462.000,00
28	886906799D	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di vasi di gamba pluri-stenotici	33190000-8	P	2.600	338.000,00
29	8869085878	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,014 inch	33190000-8	P	5.980	777.400,00
30	8869107A9F	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,018 inch	33190000-8	P	5.940	772.200,00
31	88698439FD	Microguide per procedure extravascolari biliari e urologiche	33190000-8	P	1.760	132.000,00
32	8869844AD0	Cateteri angiografici diagnostici configurazione "pig-tail" e "retta"	33190000-8	P	11.400	114.000,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

33	8869849EEF	Cateteri angiografici diagnostici precurvati	33190000-8	P	16.200	162.000,00
34	8869850FC2	Cateteri angiografici diagnostici "pig-tail" centimetrati	33190000-8	P	2.440	231.800,00
35	88698564B9	Cateteri angiografici per trombolisi	33190000-8	P	980	137.200,00
36	8869863A7E	Cateteri per angiografie selettive idrofilici	33190000-8	P	11.000	946.000,00
37	8869869F70	Microcateteri coassiali con e senza guida per terapie embolizzanti	33190000-8	P	3.460	1.989.500,00
38	886987111B	Microcateteri coassiali con guida	33190000-8	P	2.520	1.890.000,00
39	8869874394	Microcateteri coassiali	33190000-8	P	1.380	690.000,00
40	8869881959	Cateteri guida per procedure interventistiche addominali	33190000-8	P	1.180	102.660,00
41	8869885CA5	Spirali embolizzanti libere tipo "Gianturco"	33190000-8	P	3.000	132.000,00
42	88698900C9	Microspirali libere in platino	33190000-8	P	8.320	432.640,00
43	886989768E	Microspirali a distacco controllato in platino	33190000-8	P	2.080	1.185.600,00
44	8869900907	Spirali e microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi	33190000-8	P	2.100	399.000,00
45	8869904C53	Spirali e Microspirali in platino a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi	33190000-8	P	1.160	881.600,00
46	886991121D	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	33190000-8	P	940	206.800,00
47	88699133C3	Catetere per drenaggio di raccolte ed ascessi	33190000-8	P	4.580	370.980,00
48	886991770F	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno	33190000-8	P	2.020	171.700,00
49	8869922B2E	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno	33190000-8	P	1.180	82.600,00
50	8869925DA7	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno idrofilo	33190000-8	P	1.160	113.680,00
51	88699290F8	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno-interno	33190000-8	P	900	135.000,00
52	886993129E	Endoprotesi ureterale plastica	33190000-8	P	540	88.560,00
53	8869934517	Endoprotesi biliare plastica	33190000-8	P	292	146.000,00
54	8869938863	Stent ureterali doppio J per rene trapiantato	33190000-8	P	160	37.600,00
55	8869942BAF	Kit per angiografia	33190000-8	P	16.600	830.000,00
56	8869967054	Kit per cateterismo venoso centrale	33190000-8	P	16.800	504.000,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

57	88699702CD	Kit per TIPS (Custom Kit)	33190000-8	P	6.228	373.680,00
58	88703994D2	Set per Isterosalpingografia	33190000-8	P	1.280	12.800,00
59	8870431F37	Telo per accesso venoso giugulare e succlavio	33190000-8	P	8.680	52.080,00
60	887044284D	Telo con foro per ricanalizzazione Al sn	33190000-8	P	760	11.400,00
61	8870449E12	Kit teleria per vertebroplastica	33190000-8	P	200	3.000,00
62	8870460728	Deflussori	33190000-8	P	11.720	11.720,00
63	88704639A1	Siringhe luer lock 1cc	33190000-8	P	4.640	12.992,00
64	8870470F66	Siringhe luer lock 2,5 cc	33190000-8	P	4.600	9.200,00
65	88704807A9	Valvola emostatica tipo Tuohy-Borst	33190000-8	P	3.380	16.900,00
66	8870494338	Raccordi connettori fra catetere e sacca di drenaggio	33190000-8	P	7.080	106.200,00
67	88705018FD	Siringa da 20 ml con manometro	33190000-8	P	13.640	545.600,00
68	8870508EC2	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, non compliante	33190000-8	P	3.316	404.552,00
69	887052197E	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, a doppia complianza	33190000-8	P	2.320	366.560,00
70	8870527E70	Cateteri a palloncino da angioplastica per distretto aortico	33190000-8	P	700	129.500,00
71	8870533367	Cateteri a palloncino da occlusione	33190000-8	P	1.020	219.300,00
72	8870539859	Cateteri a palloncino per infusione agenti embolici	33190000-8	P	780	167.700,00
73	8870547EF1	Cateteri a palloncino a bassa pressione	33190000-8	P	560	100.800,00
74	8870551242	Cateteri a palloncino da angioplastica	33190000-8	P	3.360	789.600,00
75	8870561A80	Cateteri a palloncino da angioplastica per trattamenti extravascolari	33190000-8	P	2.020	323.200,00
76	8870567F72	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea over the wire	33190000-8	P	3.660	578.280,00
77	8870572396	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea, tipo "over the wire"	33190000-8	P	1.560	246.480,00
78	8870597836	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica femoro-poplitea e sotto-poplitea	33190000-8	P	3.060	483.480,00
79	8870607079	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica per circolo plantare e dorsale	33190000-8	P	1.460	230.680,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

80	887061356B	Cateteri a palloncino da angioplastica per piccoli vasi	33190000-8	P	1.720	271.760,00
81	8870621C03	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari a celle chiuse "over the wire"	33190000-8	P	580	249.400,00
82	88707717CD	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto, "over the wire"	33190000-8	P	492	211.560,00
83	8870778D92	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari "mono-rail"	33190000-8	P	1.328	730.400,00
84	8870784289	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in Nitinol "over the wire"	33190000-8	P	1.280	716.800,00
85	8870794AC7	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in acciaio, "over the wire"	33190000-8	P	1.240	1.333.000,00
86	8870848758	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	33190000-8	P	1.008	675.360,00
87	8870857EC3	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	33190000-8	P	1.008	554.400,00
88	887088450E	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto	33190000-8	P	988	711.360,00
89	8870895E1F	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in nitinol, ad elevata flessibilità e forza radiale, "over the wire"	33190000-8	P	1.092	862.680,00
90	8870930B02	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol, non coperto	33190000-8	P	56	39.200,00
91	8870939272	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol parzialmente coperto	33190000-8	P	48	33.600,00
92	887094790A	Sistema di introduzione percutanea per gastrostomie	33190000-8	P	860	172.000,00
93	887095607A	Sonda gastrostomica con palloncino	33190000-8	P	1.380	41.400,00
94	887096256C	Set di sutura per ancoraggio parete gastrica	33190000-8	P	420	67.200,00
95	8870984793	Set per gastrostomie Sonda gastrostomica	33190000-8	P	400	74.000,00
96	8870991D58	Dispositivo per accesso epatico transgiugulare Set per TIPS	33190000-8	P	224	213.024,00
97	887099724F	Filtri cavali semi-temporanei	33190000-8	P	252	302.400,00
98	8871010D06	Filtri cavali semi-temporanei in Nitinol e/o Acciaio	33190000-8	P	296	355.200,00
99	8871030D87	Cateteri venosi centrali a medio termine - CATETERI HOHN	33190000-8	P	480	48.000,00
100	8871044916	Catetere tunnellizzabile mono e bilume punta chiusa	33190000-8	P	960	288.000,00
101	88710627F1	Port ad alto flusso	33190000-8	P	5.840	2.336.000,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

102	88710741DA	Port ad alto flusso con catetere a punta chiusa	33190000-8	P	760	304.000,00
103	887108179F	Cateteri PICC a punta aperta in silicone	33190000-8	P	600	48.000,00
104	8871453A9A	Cateteri PICC a punta aperta in poliuretano	33190000-8	P	3.600	288.000,00
105	8871793330	Set da microintroduzione per PICC punta aperta	33190000-8	P	2.400	192.000,00
106	8871901C4D	Cateteri PICC a punta aperta ad alto flusso	33190000-8	P	2.480	297.600,00
107	8871911490	Set da microintroduzione per PICC punta aperta alto flusso	33190000-8	P	3.720	297.600,00
108	8871919B28	Aghi per port ad alto flusso	33190000-8	P	29.080	203.560,00
109	88719504BF	Materiale embolizzante in microsfece precaricabili con chemioterapico	33190000-8	P	500	450.000,00
110	8871957A84	Materiale embolizzante in microsfece precaricabili radiopache	33190000-8	P	280	257.600,00
111	8871963F76	Microparticelle embolizzanti biodegradabili	33190000-8	P	480	432.000,00
112	88719737B9	Sistema periferico per trombectomia	33190000-8	P	1.220	3.050.000,00
113	8871980D7E	Set di drenaggio pleurico e peritoneale	33190000-8	P	320	96.000,00
114	88719840CF	Microcatetere direzionabile per cateterismi vascolari superselettivi	33190000-8	P	408	693.600,00
115	8872100089	Sonde laser per angioplastica periferica	33190000-8	P	80	800,00
116	887210657B	Sistema di embolizzazione tipo plug cilindrico	33190000-8	P	224	313.600,00
117	8872112A6D	Sistema di embolizzazione tipo plug a triplice corpo	33190000-8	P	216	302.400,00
118	8872119037	Sistema di embolizzazione tipo plug a doppio corpo	33190000-8	P	340	476.000,00
119	8872124456	Sistema di embolizzazione tipo microplug	33190000-8	P	208	291.200,00
120	8872132AEE	Aghi da biopsia semiautomatici	33190000-8	P	2.360	54.280,00
121	88721390B8	Aghi da biopsia automatici	33190000-8	P	5.480	219.200,00
122	8872142331	Aghi da biopsia full-core	33190000-8	P	2.480	99.200,00
123	8872148823	Pinza per biopsia transcatetere	33190000-8	P	132	112.200,00
124	8872152B6F	Sistema di fissaggio sutureless	33190000-8	P	3.480	41.760,00
125	8872156EBB	Sistema di emostasi vascolare con clip starclose	33190000-8	P	400	61.600,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

126	88721623B2	Cateteri a palloncino di largo diametro ad alta pressione	33190000-8	P	712	178.000,00
127	8872169977	Cateteri da occlusione per procedure vascolari	33190000-8	P	280	61.600,00
128	8872176F3C	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 5 a 8 mm	33190000-8	P	812	373.520,00
129	88721791BA	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 4 a 6 mm	33190000-8	P	860	412.800,00
130	8872181360	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 1,5 a 4 mm	33190000-8	P	816	391.680,00
131	8872191B9E	Stent ricoperti	33190000-8	P	812	2.832.000
132	8872196FBD	Supporto monouso per ago da biopsia ecoguidata	33190000-8	P	960	38.400,00
133	88722013E1	Stent metallici ricoperti per TIPS	33190000-8	P	260	780.000,00
134	88722089A6	Stent metallici ricoperti su catetere a palloncino	33190000-8	P	160	400.000,00
135	88722246DB	Stent a diametro variabile ricoperti	33190000-8	P	140	504.000,00
136	8872228A27	Aterotomo direzionale	33190000-8	P	600	900.000,00
137	8872240410	Stent per riduzione flusso TIPS	33190000-8	P	32	94.080,00
138	887224582F	Stent a diametro variabile	33190000-8	P	72	108.000,00
139	8872252DF4	Stent di compressione femorale	33190000-8	P	252	504.000,00
140	88722750F3	Stent biliare ricoperto	33190000-8	P	140	350.000,00
141	887228378B	Stent per il distretto venoso	33190000-8	P	360	522.000,00
142	8872326B06	Stent per il distretto venoso iliaco	33190000-8	P	304	638.400,00
143	8872353151	Stent per vasi di grosso calibro	33190000-8	P	308	616.000,00
144	8872358570	Stent per aorta/vena cava	33190000-8	P	324	648.000,00
145	8872364A62	Catetere di ancoraggio multilume	33190000-8	P	72	10.800,00
146	88723720FF	Catetere di ancoraggio monolume	33190000-8	P	72	7.200,00
147	887238293D	Catetere a palloncino con concentrazione di forza focale	33190000-8	P	80	64.000,00
148	8872390FD5	Catetere di supporto	33190000-8	P	500	75.000,00
149	88723953F9	Stent rivestito vascolare per piccoli vasi	33190000-8	P	160	288.000,00



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

150	8872399745	Sistema per trombectomia meccanica percutanea	33190000-8	P	920	1.692.800,00
151	88724029BE	Power PICC, punta chiusa	33190000-8	P	420	126.000,00
152	8872407DDD	Microcatetere con palloncino antireflusso	33190000-8	P	140	210.000,00
153	88724132D4	Catetere di recupero a pinza	33190000-8	P	84	65.520,00
154	88725102E0	Sistemi di rientro vascolari	33190000-8	P	340	340.000,00
155	8872512486	Cateteri da dialisi permanenti (tipo "Tesio")	33190000-8	P	220	42.680,00
156	88725156FF	Filtro cavale per megacave	33190000-8	P	56	84.000,00
157	8872523D97	Microsfere di tris-acrilico per embolizzazioni	33190000-8	P	1.780	520.650,00
158	8872525F3D	Sistema endovascolare per la trombosi accelerata mediante ultrasuoni	33190000-8	P	56	168.000,00
159	88725270E8	Sistema per iniezione CO2	33190000-8	P	1.480	1.132.200,00
160	8872530361	Sistema per la litotripsia intravascolare periferica	33190000-8	P	324	777.600,00
161	8872532507	Sistema emostatico attivo riassorbibile	33190000-8	P	2.300	147.200,00
162	88725346AD	Sistemi totalmente impiantabili a punta aperta ad inserzione periferica (miniport)	33190000-8	P	560	224.000,00
163	8872537926	Catetere venoso periferico per infusione ad alta pressione	33190000-8	P	380	43.700,00
164	8872542D45	Sistema per il trattamento ablativo percutaneo tramite crio ablazione	33190000-8	P	180	900.000,00
165	8872545FBE	Stent ricoperto per il distretto femorale arterioso	33190000-8	P	96	288.000,00
166	8872546096	Sistema per la prevenzione e il trattamento del pneumotorace durante le biopsie polmonari	33190000-8	P	104	52.000,00
167	8872547169	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea monorail	33190000-8	P	280	44.240,00
168	887254930F	Stent metallici vascolari a celle chiuse, "over the wire"	33190000-8	P	156	67.080,00
169	88725514B5	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	33190000-8	P	448	253.568,00
170	887255365B	Sistema di emostasi vascolare	33190000-8	P	1.660	182.600,00
171	88725568D4	Cateteri Venosi Centrali permanenti per dialisi	33190000-8	P	1.360	295.120,00
importo totale a base d'asta						64.274.890,00



Importo quadriennale presunto di gara con contingency del 20%	77.129.868,00
---	----------------------

▪ ***Commissione Giudicatrice***

La Commissione Giudicatrice, nel periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, viene nominata in attuazione delle Linee Guida regionali approvate con Decreto del Direttore Generale n. 3802 del 20/06/2021 e della linea guida ANAC n. 5/2018.

In seduta pubblica - fissata in data successiva al termine di scadenza di presentazione delle offerte e comunicata agli operatori economici concorrenti tramite la piattaforma Sintel, mediante sorteggio vengono individuati i componenti della Commissione giudicatrice in n. 3 (tre) nominativi tra esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Il primo dei nominativi sorteggiato viene scelto quale Presidente della Commissione stessa.

▪ ***Criterio di aggiudicazione e formula di aggiudicazione***

La fornitura sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai parametri congiunti della Qualità e del Prezzo, come di seguito specificato (punto 3) e punto 4) di questo articolo), nell'ambito di un **Accordo quadro** ex art. 54 D. Lgs. n.50/2016.

La procedura non è finalizzata alla individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto, ma alla conclusione di un Accordo con una pluralità di operatori economici.


Gli operatori economici che avranno presentato le offerte selezionate, costituiranno le parti dell'Accordo Quadro.

A seguito della conclusione dell'Accordo quadro, le Aziende sanitarie e/o Ospedaliere, che ad esso aderiranno, potranno aggiudicare propri appalti basati sull'Accordo Quadro:

1. **ALMENO il 60%** della fornitura verrà affidato al concorrente aggiudicatario dell'Accordo Quadro che risulterà primo classificato nella graduatoria finale.

2. **alle restanti ditte risultate IDONEE** la fornitura potrà essere affidata, sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni utilizzatrici (art. 54 – comma 4 – lett. a – D. Lgs. n° 50/2016).

Il valore complessivo offerto dovrà essere espresso IVA esclusa e, comunque, si intende tale, tenendo conto che saranno considerati i decimali sino alla quinta cifra, senza procedere ad alcun arrotondamento (ad esempio, € 0,123456 = € 0,12345). Non saranno ammesse offerte pari ad €



0,00000= (zero), né tantomeno offerte superiori alla base d'asta complessiva indicata, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT} = PT + PE$$

dove:


PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;

PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica:


- ❑ **QUALITA'**: massimo punti 70, diversamente in relazione alla tipicità dei singoli prodotti di interesse, sulla base dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Tecnico e Prestazionale allegato al presente progetto e secondo i metodi di attribuzione dei punteggi previsti nella tabella seguente:

Tipologia di criterio	Modalità di determinazione dei coefficienti	Formule / Scale utilizzate	Identif.
criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.	Si utilizzerà una scala di valori del tipo (meramente esemplificativi): eccellente coeff. 1,0 ottimo coeff. 0,7 buono coeff. 0,5 discreto coeff. 0,3 sufficiente coeff. 0,1	Q1




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

		non valutabile coeff. 0,0	
criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	<p>I coefficienti saranno determinati attraverso confronto a coppie. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.</p> <p>La somma delle valutazioni attribuite per ogni coppia di offerta da parte di tutti i commissari viene trasformata in coefficiente definitivo, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre valutazioni effettuate.</p> <p>Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q 1.</p>		Q2



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

criteri qualitativi di natura tangibile e misurabile oggettivamente	i valori risultanti dalla misurazione oggettiva dei parametri saranno trasformati mediante formule matematiche cioè: coefficiente pari a 1 all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice; <ul style="list-style-type: none"> coefficiente pari a 0 pari al valore posto a base di gara; coefficienti variabili da 0 a 1 determinati per interpolazione lineare per le diverse offerte fra i due valori 	Per i parametri che valorizzano al rialzo le caratteristiche tecniche (offerta migliore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula $\frac{\text{Valore offerta da valutare} - \text{Valore a base Gara}}{\text{Valore offerta massima} - \text{Valore a Base di gara}}$	Q 3
		Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta minima, diminuito del 20%.	Q 3 *
		Per i parametri che valorizzano al ribasso le caratteristiche tecniche (offerta minore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula $\frac{\text{Valore a base Gara} - \text{Valore offerta da valutare}}{\text{Valore a Base di gara} - \text{Valore offerta minima}}$	Q 4
		Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si	Q 4 *



		assumerà come tale il valore dell'offerta massima, aumentato del 20%.	
Per i criteri qualitativi di natura tangibile che prevedono la valutazione della presenza/assenza di una determinata caratteristica	Coefficiente 1 (presenza) o 0 (assenza)		Q 5

I coefficienti così ottenuti saranno trasformati in punteggi moltiplicando i valori ottenuti secondo la procedura sopra illustrata per i pesi attribuiti a ciascun parametro di valutazione.

In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati tre decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato, per eccesso o per difetto, a seconda che la quarta cifra decimale risulti rispettivamente maggiore (o uguale) di 5 oppure minore di 5.

Alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai vari criteri qualitativi in base alla tabella sopra esposta verranno attribuiti punti 70 e proporzionalmente alle altre secondo la seguente formula:

$$P_i \times 70 / P_{\text{mig}}$$

ove

P_i = punteggio conseguito dalla Ditta presa in esame;

P_{mig} = miglior punteggio conseguito;

La valutazione qualitativa dei prodotti proposti dalle ditte partecipanti alla gara è demandata ad apposita Commissione all'uopo costituita.

La Commissione Giudicatrice, nel periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, viene nominata in attuazione Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici approvate con decreto S.U.A.R. n. 3802 – 2021 del 20.06.2021 e della linea guida ANAC n. 5/2018.

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà nei seguenti termini:



1. alla dichiarazione di non ammissibilità alla fase successiva della gara per i concorrenti che non avessero conseguito l'idoneità;
2. successivamente, per i soli concorrenti ammessi, alla riparametrazione del punteggio totale previsto di punti 70 in forma proporzionale;
3. all'inserimento dei punteggi tecnici risultanti per ciascun concorrente ammesso sulla piattaforma di e-procurement SINTEL.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.

□ **PREZZO:** massimo punti 30, secondo la seguente formula:

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times 0,90 \times (R / R_{\text{Medio}})$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times \left[0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{R - R_{\text{Medio}}}{R_{\text{Max}} - R_{\text{Medio}}} \right]$$

Dove:

p = punteggio;

R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;

RMax = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta,

RMedio = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerta ammesse.

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto **fossero soltanto due**, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula:

- **PREZZO:** massimo punti 30, secondo la seguente formula:

$$p = (30 \times P_{\text{min}}) / P \text{ con}$$

P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;

Pmin = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso

Metodo per il calcolo dei punteggi:

Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{\text{TOT}} = PT + PE$$

dove:



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;
PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

I prezzi unitari offerti potranno essere espressi in Euro, IVA esclusa, con 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola e con modalità solo in cifre (SINTEL accetta solo 5 decimali dopo la virgola)

▪ ***Requisiti di accesso***

In conformità a quanto indicato all'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 i criteri di selezione riguardano esclusivamente i seguenti criteri idoneità professionale, capacità economico e finanziaria nonché capacità tecnico professionale.

A tal fine si rimanda, anche per quanto concerne la partecipazione in RTI o Consorzi, a quanto indicato nel bando di gara e nel disciplinare di gara.

Si evidenzia che si è stabilito di richiedere i requisiti di cui sopra per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame. L'affidamento oggetto della presente procedura dovrà essere prestato anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione di notevole complessità, tenuto conto anche dell'obbligo di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale.

▪ ***Quantitativo massimo contrattuale***


Si anticipa che con l'aggiudicatario della procedura verrà stipulato un contratto con il quale la ditta si obbliga ad accettare, entro il limite dell'Importo Massimo Contrattuale, definito pari alla base d'asta complessiva.

Allegati:

- **A.1 Capitolato Tecnico prestazionale e descrittivo;**
- **A.2 Schema di convenzione.**

A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto
Il Dirigente RUP
Dott. Lugi Moreno Costa

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme
collegate



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

Allegato C

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) -


Lotti n. 171

Numero gara 8248504




INDICE

1.	PREMESSE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.1	Documenti di gara.....	7
1.2	Chiarimenti	8
1.3	Comunicazioni.....	8
2.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.	APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	13
3.1	Durata	14
3.2	Opzione di proroga	14
3.3	Corrispettivo di fornitura	14
3.4	LUOGO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI.....	15
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
5.	REQUISITI GENERALI	16
6.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	17
6.1	Requisiti di idoneità.....	17
6.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria (sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3 DGUE) -.....	17
6.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale (sezioni 1b, 10, 11 DGUE).....	18
6.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	18
6.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	19
7.	PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI.....	19
8.	SINTEL.....	20
9.	AVVALIMENTO.....	20
10.	SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI	21
11.	GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA	21
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.5	
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.5
13.1	Regole di Utilizzo Piattaforma Sintel nella Sottomissione dell'offerta	476
13.1.1	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.9
13.2	DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)Errore. Il segnalibro non è definito.29	
13.2.1	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A LIVELLO MULTILOTTO (FASE A).....	29
13.2.2	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A LIVELLO DI SINGOLO LOTTO.....	39
13.2.3	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1	39
13.2.4	OFFERTA DEL PRODOTTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA - STEP 2	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.39
	FORNITURA DI UNA CAMPIONATURA PER ESAME DEL PRODOTTO OFFERTO.....	43
13.2.3	OFFERTA ECONOMICA – STEP 1.....	44
13.2.4	FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL'OFFERTA – STEP 4 E 5	46



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	47
15.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.8
16.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.0
16.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	Errore. Il segnalibro non è definito.50
16.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	Errore. Il segnalibro non è definito.1
16.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	55
16.4	Metodo per il calcolo dei punteggi.....	55
17.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	52
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE APERTURA DELLE BUSTE B E C	56
19.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	59
20.	CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.9
21.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	61
22.	DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE.....	66
23.	GARANZIA DEFINITIVA	67
24.	RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA	68
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	69
26.	OBBLIGHI DI OSSERVANZA DEL PTPC E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.....	69
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI.....	92
	ALLEGATI.....	81



1. PREMESSE

Con Determina n. 5877-2021 del 01/10/2021, pubblicata nella sezione “Documentazione di gara” congiuntamente a tutta la documentazione relativa alla procedura in argomento, questa Amministrazione ha deliberato di indire la procedura per la fornitura di “dispositivi di Radiologia Interventistica” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 172” per un importo complessivo quadriennale presunto di **€ 77.129.868,00** (IVA esclusa).

Considerata la molteplicità di procedure indette da questa stazione appaltante relative a categorie merceologiche con destinazioni specifiche per specialità mediche diverse, potrebbe verificarsi il caso che una ditta possa proporre identico prodotto già aggiudicato in altra procedura.

Di conseguenza, in un ottica di economicità dell’attività amministrativa, nel caso in cui la ditta risultata aggiudicataria abbia offerto un prodotto già presente in convenzioni attive la stazione appaltante procede, **in sede di esecuzione del contratto**, ad applicare il prezzo del prodotto già fornito se più favorevole.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di consegna della fornitura è presso le sedi delle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria che utilizzerà la Convenzione e che sarà indicata negli Ordinativi di Fornitura così come più dettagliatamente riportato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per i lotti in gara.


La fornitura è articolata in n. 171 lotti, da aggiudicarsi in Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016.

LOTTO	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	IMPORTO QUADRIENNALE PRESUNTO
1	886371375B	Ago per accesso vascolare 2 pezzi	15.840,00
2	8863730563	Ago per accesso vascolare 1 pezzo	27.180,00
3	88637451C5	Ago cannula per accesso vascolare arterioso	10.300,00
4	8863760E22	Ago per biopsia epatica transgiugulare	98.000,00
5	8863874C36	Set introduzione con micropuntura	115.200,00
6	88684268A5	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici	358.800,00
7	88684479F9	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici in pazienti obesi	68.160,00
8	8868468B4D	Ago per biopsia ossea	30.400,00
9	8868856B7D	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati	407.400,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

10	8868862074	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati armati	439.200,00
11	88688717DF	Introduttori guida armati	244.800,00
12	8868877CD1	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati lunghi	175.500,00
13	8868887514	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati preformabili per renale	54.600,00
14	8868903249	Dilatatori vascolari e fasciali	17.700,00
15	8868907595	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 15 cm	20.720,00
16	8868916D00	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 30 cm	99.960,00
17	8868934BDB	Guide Angiografiche rigide tipo Amplatz	188.400,00
18	88689411A5	Guide tipo Rosen	88.200,00
19	886894983D	Guide Angiografiche ad elevata portanza con rivestimento in PTFE	376.200,00
20	88689519E3	Guide Angiografiche centimtrate	32.400,00
21	88689866C6	Guide Angiografiche idrofiliche Standard	1.641.900,00
22	8868993C8B	Guide Angiografiche idrofiliche Stiff – MISURE GUIDE 150-180 CM	446.544,00
23	8869011B66	Guide Angiografiche idrofiliche "half stiff"	95.000,00
24	8869039284	Microguide Angiografiche ad elevato supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi	784.800,00
25	88690435D0	Microguide Angiografiche a medio-basso supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi	644.400,00
26	8869054EE1	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi - lunghezza 180 cm	811.680,00
27	88690614AB	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi – lunghezza 200 e 300 cm	462.000,00
28	886906799D	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di vasi di gamba pluri-stenotici	338.000,00
29	8869085878	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,014 inch	777.400,00
30	8869107A9F	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,018 inch	772.200,00
31	88698439FD	Microguide per procedure extravascolari biliari e urologiche	132.000,00
32	8869844AD0	Cateteri angiografici diagnostici configurazione "pig-tail" e "retta"	114.000,00
33	8869849EEF	Cateteri angiografici diagnostici precurvati	162.000,00
34	8869850FC2	Cateteri angiografici diagnostici "pig-tail" centimetrati	231.800,00
35	88698564B9	Cateteri angiografici per trombolisi	137.200,00



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

36	8869863A7E	Cateteri per angiografie selettive idrofilici	946.000,00
37	8869869F70	Microcateteri coassiali con e senza guida per terapie embolizzanti	1.989.500,00
38	886987111B	Microcateteri coassiali con guida	1.890.000,00
39	8869874394	Microcateteri coassiali	690.000,00
40	8869881959	Cateteri guida per procedure interventistiche addominali	102.660,00
41	8869885CA5	Spirali embolizzanti libere tipo "Gianturco"	132.000,00
42	88698900C9	Microspirali libere in platino	432.640,00
43	886989768E	Microspirali a distacco controllato in platino	1.185.600,00
44	8869900907	Spirali e microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi	399.000,00
45	8869904C53	Spirali e Microspirali in platino a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi	881.600,00
46	886991121D	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	206.800,00
47	88699133C3	Catetere per drenaggio di raccolte ed ascessi	370.980,00
48	886991770F	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno	171.700,00
49	8869922B2E	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno	82.600,00
50	8869925DA7	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno idrofilo	113.680,00
51	88699290F8	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno-interno	135.000,00
52	886993129E	Endoprotesi ureterale plastica	88.560,00
53	8869934517	Endoprotesi biliare plastica	146.000,00
54	8869938863	Stent ureterali doppio J per rene trapiantato	37.600,00
55	8869942BAF	Kit per angiografia	830.000,00
56	8869967054	Kit per cateterismo venoso centrale	504.000,00
57	88699702CD	Kit per TIPS (Custom Kit)	373.680,00
58	88703994D2	Set per Isterosalpingografia	12.800,00
59	8870431F37	Telo per accesso venoso giugulare e succlavio	52.080,00
60	887044284D	Telo con foro per ricanalizzazione AI sn	11.400,00
61	8870449E12	Kit teleria per vertebroplastica	3.000,00
62	8870460728	Deflussori	11.720,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

63	88704639A1	Siringhe luer lock 1cc	12.992,00
64	8870470F66	Siringhe luer lock 2,5 cc	9.200,00
65	88704807A9	Valvola emostatica tipo Tuohy-Borst	16.900,00
66	8870494338	Raccordi connettori fra catetere e sacca di drenaggio	106.200,00
67	88705018FD	Siringa da 20 ml con manometro	545.600,00
68	8870508EC2	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, non compliant	404.552,00
69	887052197E	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, a doppia compliance	366.560,00
70	8870527E70	Cateteri a palloncino da angioplastica per distretto aortico	129.500,00
71	8870533367	Cateteri a palloncino da occlusione	219.300,00
72	8870539859	Cateteri a palloncino per infusione agenti embolici	167.700,00
73	8870547EF1	Cateteri a palloncino a bassa pressione	100.800,00
74	8870551242	Cateteri a palloncino da angioplastica	789.600,00
75	8870561A80	Cateteri a palloncino da angioplastica per trattamenti extravascolari	323.200,00
76	8870567F72	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea over the wire	578.280,00
77	8870572396	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea, tipo "over the wire"	246.480,00
78	8870597836	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica femoro-poplitea e sotto-poplitea	483.480,00
79	8870607079	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica per circolo plantare e dorsale	230.680,00
80	887061356B	Cateteri a palloncino da angioplastica per piccoli vasi	271.760,00
81	8870621C03	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari a celle chiuse "over the wire"	249.400,00
82	88707717CD	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto, "over the wire"	211.560,00
83	8870778D92	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari "mono-rail"	730.400,00
84	8870784289	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in Nitinol "over the wire"	716.800,00
85	8870794AC7	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in acciaio, "over the wire"	1.333.000,00
86	8870848758	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	675.360,00
87	8870857EC3	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	554.400,00
88	887088450E	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto	711.360,00
89	8870895E1F	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in nitinol, ad elevata flessibilità e forza radiale, "over the wire"	862.680,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

90	8870930B02	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari- Stent esofageo autoespandibile in nitinol, non coperto	39.200,00
91	8870939272	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol parzialmente coperto	33.600,00
92	887094790A	Sistema di introduzione percutanea per gastrostomie	172.000,00
93	887095607A	Sonda gastrostomica con palloncino	41.400,00
94	887096256C	Set di sutura per ancoraggio parete gastrica	67.200,00
95	8870984793	Set per gastrostomie Sonda gastrostomica	74.000,00
96	8870991D58	Dispositivo per accesso epatico transgiugulare Set per TIPS	213.024,00
97	887099724F	Filtri cavali semi-temporanei	302.400,00
98	8871010D06	Filtri cavali semi-temporanei in Nitinol e/o Acciaio	355.200,00
99	8871030D87	Cateteri venosi centrali a medio termine – CATETERI HOHN	48.000,00
100	8871044916	Catetere tunnellizzabile mono e bilume punta chiusa	288.000,00
101	88710627F1	Port ad alto flusso	2.336.000,00
102	88710741DA	Port ad alto flusso con catetere a punta chiusa	304.000,00
103	887108179F	Cateteri PICC a punta aperta in silicone	48.000,00
104	8871453A9A	Cateteri PICC a punta aperta in poliuretano	288.000,00
105	8871793330	Set da microintroduzione per PICC punta aperta	192.000,00
106	8871901C4D	Cateteri PICC a punta aperta ad alto flusso	297.600,00
107	8871911490	Set da microintroduzione per PICC punta aperta alto flusso	297.600,00
108	8871919B28	Aghi per port ad alto flusso	203.560,00
109	88719504BF	Materiale embolizzante in microsfele precaricabili con chemioterapia	450.000,00
110	8871957A84	Materiale embolizzante in microsfele precaricabili radiopache	257.600,00
111	8871963F76	Microparticelle embolizzanti biodegradabili	432.000,00
112	88719737B9	Sistema periferico per trombectomia	3.050.000,00
113	8871980D7E	Set di drenaggio pleurico e peritoneale	96.000,00
114	88719840CF	Microcatetere direzionabile per cateterismi vascolari superselettivi	693.600,00
115	8872100089	Sonde laser per angioplastica periferica	800,00
116	887210657B	Sistema di embolizzazione tipo plug cilindrico	313.600,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

117	8872112A6D	Sistema di embolizzazione tipo plug a triplice corpo	302.400,00
118	8872119037	Sistema di embolizzazione tipo plug a doppio corpo	476.000,00
119	8872124456	Sistema di embolizzazione tipo microplug	291.200,00
120	8872132AEE	Aghi da biopsia semiautomatici	54.280,00
121	88721390B8	Aghi da biopsia automatici	219.200,00
122	8872142331	Aghi da biopsia full-core	99.200,00
123	8872148823	Pinza per biopsia transcateretere	112.200,00
124	8872152B6F	Sistema di fissaggio sutureless	41.760,00
125	8872156EBB	Sistema di emostasi vascolare con clip starclose	61.600,00
126	88721623B2	Cateteri a palloncino di largo diametro ad alta pressione	178.000,00
127	8872169977	Cateteri da occlusione per procedure vascolari	61.600,00
128	8872176F3C	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 5 a 8 mm	373.520,00
129	88721791BA	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 4 a 6 mm	412.800,00
130	8872181360	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 1,5 a 4 mm	391.680,00
131	8872191B9E	Stent ricoperti	2.832.000,00
132	8872196FBD	Supporto monouso per ago da biopsia ecoguidata	38.400,00
133	88722013E1	Stent metallici ricoperti per TIPS	780.000,00
134	88722089A6	Stent metallici ricoperti su catetere a palloncino	400.000,00
135	88722246DB	Stent a diametro variabile ricoperti	504.000,00
136	8872228A27	Aterotomo direzionale	900.000,00
137	8872240410	Stent per riduzione flusso TIPS	94.080,00
138	887224582F	Stent a diametro variabile	108.000,00
139	8872252DF4	Sistema di compressione femorale	504.000,00
140	88722750F3	Stent biliare ricoperto	350.000,00
141	887228378B	Stent per il distretto venoso	522.000,00
142	8872326B06	Stent per il distretto venoso iliaco	638.400,00
143	8872353151	Stent per vasi di grosso calibro	616.000,00



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

144	8872358570	Stent per aorta/vena cava	648.000,00
145	8872364A62	Catetere di ancoraggio multilume	10.800,00
146	88723720FF	Catetere di ancoraggio monolume	7.200,00
147	887238293D	Catetere a palloncino con concentrazione di forza focale	64.000,00
148	8872390FD5	Catetere di supporto	75.000,00
149	88723953F9	Stent rivestito vascolare per piccoli vasi	288.000,00
150	8872399745	Sistema per trombectomia meccanica percutanea	1.692.800,00
151	88724029BE	Power PICC, punta chiusa	126.000,00
152	8872407DDD	Microcatetere con palloncino antireflusso	210.000,00
153	88724132D4	Catetere di recupero a pinza	65.520,00
154	88725102E0	Sistemi di rientro vascolari	340.000,00
155	8872512486	Cateteri da dialisi permanenti (tipo "Tesio")	42.680,00
156	88725156FF	Filtro cavale per megacave	84.000,00
157	8872523D97	Microsfere di tris-acrilico per embolizzazioni	520.650,00
158	8872525F3D	Sistema endovascolare per la trombolisi accelerata mediante ultrasuoni	168.000,00
159	88725270E8	Sistema per iniezione CO2	1.132.200,00
160	8872530361	Sistema per la litotripsia intravascolare periferica	777.600,00
161	8872532507	Sistema emostatico attivo riassorbibile	147.200,00
162	88725346AD	Sistemi totalmente impiantabili a punta aperta ad inserzione periferica (miniport)	224.000,00
163	8872537926	Catetere venoso periferico per infusione ad alta pressione	43.700,00
164	8872542D45	Sistema per il trattamento ablativo percutaneo tramite crio ablazione	900.000,00
165	8872545FBE	Stent ricoperto per il distretto femorale arterioso	288.000,00
166	8872546096	Sistema per la prevenzione e il trattamento del pneumotorace durante le biopsie polmonari	52.000,00
167	8872547169	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea monorail	44.240,00
168	887254930F	Stent metallici vascolari a celle chiuse, "over the wire"	67.080,00
169	88725514B5	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	253.568,00
170	887255365B	Sistema di emostasi vascolare	182.600,00



171	88725568D4	Cateteri Venosi Centrali permanenti per dialisi	295.120,00
-----	------------	---	------------

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Luigi Moreno Costa, ferma restando la competenza dei singoli Enti in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del Procedimento relativamente al singolo Contratto di Fornitura.

Infatti gli Enti che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza, quale è la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria (d'ora innanzi anche Stazione Appaltante), nominano, per ciascun acquisto, un Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Responsabile del Procedimento dell'Ente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo dell'Accordo quadro i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà di ARIA spa, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel"), il cui accesso è consentito dal seguente link: www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "**Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**", facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.


Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale www.ariaspa.it nella sezione Acquisti per la PA – E Procurement - Strumenti di supporto "Guide per le imprese" e "Domande frequenti per le imprese".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all'indirizzo e-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde: 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana).

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- A. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - A.1. Capitolato Tecnico e prestazionale
 - A.1.1. Fabbisogni
 - A.1.2. Basi di gara
 - A.2 Schema di Convenzione
- B. Bando di gara (GUUE)
- C. Disciplinare di gara;



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

- D. Patto di integrità
- E. Modalità Tecniche utilizzo SINTEL

Modelli:

- M.1 Istanza di partecipazione
- M.2 DGUE (da allegare a modello M1)
- M.3 Dichiarazione di Avvalimento (eventuale)
- M.4 Dichiarazione di Aggiornamento Tecnologico/Ampliamento gamma
- M.5 Dichiarazione di Offerta Tecnica
- M.6 Dichiarazione di Offerta Economica
- M6 excel – Dettaglio Prezzi unitari
- M.7 Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
- M.8 Dichiarazione di segretezza offerta

Tutta la documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: <http://www.ariaspa.it>, e sul profilo del Committente www.acquistiliguria.it

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il perentorio termine del **26/10/2021** ore 14:00 indicato nel bando di gara. **I chiarimenti pervenuto dopo tale termine non saranno presi in considerazione.**


Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente (ovvero con firma olografa analogica), sul sito internet di cui al punto 1.1 del presente Disciplinare di Gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del RUP, né da parte del referente della procedura.

Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, Stazione Unica Appaltante SUAR – Regione Liguria non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo all'indirizzo PEC: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.



1.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

L'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni della procedura" all'interno di Sintel. Inoltre, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal Sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. SUAR – Regione Liguria non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Unica Appaltante - SUAR.; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La Stazione Unica Appaltante - SUAR invia le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'Offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.


In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente procedura è l'affidamento della fornitura di "**Materiale di Radiologia Interventistica**" occorrenti AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 171, secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione allegata al presente Disciplinare.



Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.

Si precisa che la fornitura ed i servizi connessi dovranno rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell'offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara, stabiliti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

Convenzione e Ordinativo di Fornitura


Con l'aggiudicatario della presente procedura (di seguito anche solo "*Fornitore*"), A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto stipulerà un'unica Convenzione ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999 s.m.i., conforme allo Schema di Convenzione (Allegato A.2 del Progetto), con il quale verranno regolamentati i Contratti di fornitura attuativi della medesima Convenzione, stipulati dai singoli Enti mediante l'emissione degli Ordinativi di Fornitura attraverso il sistema NECA.

Per il lotto/lotti, nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione di cui oltre, anche prorogato, sia esaurito l'**importo Massimo Contrattuale**, SUAR – Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria si riserva di richiederne al Fornitore, l'incremento, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto Importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

In forza della Convenzione, pertanto, il Fornitore si obbliga ad accettare (e conseguentemente ad adempiere) gli Ordinativi di Fornitura emessi dagli Enti, sino a concorrenza del predetto Importo massimo contrattuale della Convenzione, eventualmente incrementato secondo quanto sopra stabilito.

Con riferimento alla Convenzione:

- ciascun Ente, attraverso l'Ordinativo di Fornitura emesso secondo le modalità stabilite nella Convenzione, stipulerà un Contratto di fornitura con il Fornitore aggiudicatario;
- il quantitativo effettivo da fornire, oggetto dei singoli Contratti di fornitura (di seguito anche solo "quantitativo della fornitura"), è indicato nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dagli Enti;
- l'importo effettivo di ciascun Contratto di fornitura è determinato dalle quantità indicate nell'Ordinativo di Fornitura, moltiplicate per il/i rispettivo/i prezzo/i unitario/i offerto/i, e dei Prodotti consegnati, sino a concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale;
- ciascun Ordinativo di Fornitura è impegnativo per i singoli Enti, relativamente al quantitativo della fornitura ivi indicato, fermo restando che gli stessi potranno aumentare o ridurre le forniture fino a concorrenza del limite di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, gli Enti emetteranno le Richieste di Consegna con le quali, di volta in volta, verranno specificate le quantità di da consegnare e la sede di consegna;
- gli Enti potranno emettere, ed il Fornitore dovrà accettare, Ordinativi di Fornitura per una quantità complessiva sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale di cui sopra,



eventualmente incrementato.

L'importo massimo nel sistema delle Convenzioni ex articolo 26 Legge 488/1999

L'importo massimo contrattuale espresso in Convenzione non è garantito al Fornitore in quanto non è da considerarsi vincolante né per SUAR – Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, né per l'Ente il quale, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore nel caso in cui gli Ordinativi di Fornitura emessi risultino complessivamente inferiori al predetto Importo massimo contrattuale.

Più in generale, la Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per SUAR – Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria nei confronti del Fornitore, salvo quella espressamente alla stessa riferita, contenendo la Convenzione, quale contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei Contratti di fornitura che verranno stipulati dall'Ente ed il Fornitore con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Quantità

Pertanto, con riferimento alle quantità stimate, riportate nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno delle forniture nell'ambito dell'intera durata della Convenzione effettuata al meglio delle conoscenze attuali di SUAR – Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi pervenuti alla stessa da parte dell'Ente, in coerenza con lo strumento della Convenzione ex art. 26 Legge 488/1999.

Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, ciascun Fornitore si obbliga a prestare le forniture sino a concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale, come precedentemente esposto, ed eventualmente incrementato.

La stima dei fabbisogni inseriti nella presente procedura, infatti, tiene conto infatti delle esigenze sopra espresse e, pertanto, non è comprensiva dell'intero fabbisogno dell'Ente Sanitario in termini di quantitativi, così come meglio specificato nel Capitolato di Gara.

Le forniture di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura non sono affidati al fornitore in esclusiva, e pertanto, l'Amministrazione Contraente per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, sopra richiamata, potrà affidare in tutto o in parte le stesse attività anche a soggetti terzi dal medesimo fornitore, laddove ne ricorrano i motivati presupposti.

L'appalto è costituito da n. **172** lotti che dovrà essere eseguito in maniera unitaria per l'Ente aderente, tenuto conto della realtà del mercato di riferimento.


Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n. lotti	DESCRIZIONE DEI LOTTI	CPV	P (principale) S (secondaria)	
-------------	-----------------------	-----	----------------------------------	--




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

				Quantità complessiva quadriennale
1	Ago per accesso vascolare 2 pezzi	33190000-8	P	7920
2	Ago per accesso vascolare 1 pezzo	33190000-8	P	18120
3	Ago cannula per accesso vascolare arterioso	33190000-8	P	2060
4	Ago per biopsia epatica transgiugulare	33190000-8	P	196
5	Set introduzione con micropuntura	33190000-8	P	3840
6	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici	33190000-8	P	3588
7	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici in pazienti obesi	33190000-8	P	568
8	Ago per biopsia ossea	33190000-8	P	380
9	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati sub a) lunghezza 10 cm	33190000-8	P	16.440
	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati sub b) lunghezza 25 cm			4.500
10	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati armati	33190000-8	P	2440
11	Introduttori guida armati	33190000-8	P	2040
12	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati lunghi	33190000-8	P	1300
13	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati preformabili per renale	33190000-8	P	420
14	Dilatatori vascolari e fasciali	33190000-8	P	3540
15	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 15 cm	33190000-8	P	1120
16	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 30 cm	33190000-8	P	980
17	Guide Angiografiche rigide tipo Amplatz	33190000-8	P	6280
18	Guide tipo Rosen	33190000-8	P	2520
19	Guide Angiografiche ad elevata portanza con rivestimento in PTFE	33190000-8	P	3960
20	Guide Angiografiche centimtrate	33190000-8	P	360
21	Guide Angiografiche idrofiliche Standard sub a) lunghezze 150, 180	33190000-8	P	23.800
	Guide Angiografiche idrofiliche Standard sub b) lunghezze 260			6.260
22	Guide Angiografiche idrofiliche Stiff misure 150-180 cm	33190000-8	P	5.316
23	Guide Angiografiche idrofiliche "half stiff"	33190000-8	P	1.000
24	Microguide Angiografiche ad elevato supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi	33190000-8	P	4.360
25	Microguide Angiografiche a medio-basso supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi	33190000-8	P	3.580
26	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi - lunghezza 180 cm	33190000-8	P	4.560




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

27	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi – lunghezza 200 e 300 cm	33190000-8	P	3.080
28	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di vasi di gamba pluri-stenotici	33190000-8	P	2.600
29	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,014 inch	33190000-8	P	5.980
30	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,018 inch	33190000-8	P	5.940
31	Microguide per procedure extravascolari biliari e urologiche	33190000-8	P	1.760
32	Cateteri angiografici diagnostici configurazione “pig-tail” e “retta”	33190000-8	P	11.400
33	Cateteri angiografici diagnostici precurvati	33190000-8	P	16.200
34	Cateteri angiografici diagnostici “pig-tail” centimetrati	33190000-8	P	2.440
35	Cateteri angiografici per trombolisi	33190000-8	P	980
36	Cateteri per angiografie selettive idrofilici	33190000-8	P	11.000
37	Microcateteri coassiali con e senza guida per terapie embolizzanti	33190000-8	P	3.460
38	Microcateteri coassiali con guida	33190000-8	P	2.520
39	Microcateteri coassiali	33190000-8	P	1.380
40	Cateteri guida per procedure interventistiche addominali	33190000-8	P	1.180
41	Spirali embolizzanti libere tipo “Gianturco”	33190000-8	P	3.000
42	Microspirali libere in platino	33190000-8	P	8.320
43	Microspirali a distacco controllato in platino	33190000-8	P	2.080
44	Spirali e microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi	33190000-8	P	2.100
45	Spirali e Microspirali in platino a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi	33190000-8	P	1.160
46	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	33190000-8	P	940
47	Catetere per drenaggio di raccolte ed ascessi	33190000-8	P	4.580
48	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno	33190000-8	P	2.020
49	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno	33190000-8	P	1.180
50	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno idrofilo	33190000-8	P	1.160




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

51	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno-interno	33190000-8	P	900
52	Endoprotesi ureterale plastica	33190000-8	P	540
53	Endoprotesi biliare plastica	33190000-8	P	292
54	Stent ureterali doppio J per rene trapiantato	33190000-8	P	160
55	Kit per angiografia	33190000-8	P	16.600
56	Kit per cateterismo venoso centrale	33190000-8	P	16.800
57	Kit per TIPS (Custom Kit)	33190000-8	P	6.228
58	Set per Isterosalpingografia	33190000-8	P	1.280
59	Telo per accesso venoso giugulare e succlavio	33190000-8	P	8.680
60	Telo con foro per ricanalizzazione Al sn	33190000-8	P	760
61	Kit teleria per vertebroplastica	33190000-8	P	200
62	Deflussori	33190000-8	P	11.720
63	Siringhe luer lock 1cc	33190000-8	P	4.640
64	Siringhe luer lock 2,5 cc	33190000-8	P	4.600
65	Valvola emostatica tipo Tuohy-Borst	33190000-8	P	3.380
66	Raccordi connettori fra catetere e sacca di drenaggio	33190000-8	P	7.080
67	Siringa da 20 ml con manometro	33190000-8	P	13.640
68	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, non compliante	33190000-8	P	3.316
69	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, a doppia complianza	33190000-8	P	2.320
70	Cateteri a palloncino da angioplastica per distretto aortico	33190000-8	P	700
71	Cateteri a palloncino da occlusione	33190000-8	P	1.020
72	Cateteri a palloncino per infusione agenti embolici	33190000-8	P	780
73	Cateteri a palloncino a bassa pressione	33190000-8	P	560
74	Cateteri a palloncino da angioplastica	33190000-8	P	3.360
75	Cateteri a palloncino da angioplastica per trattamenti extravascolari	33190000-8	P	2.020
76	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea over the wire	33190000-8	P	3.660
77	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea, tipo "over the wire"	33190000-8	P	1.560



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

78	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica femoro-poplitea e sotto-poplitea	33190000-8	P	3.060
79	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica per circolo plantare e dorsale	33190000-8	P	1.460
80	Cateteri a palloncino da angioplastica per piccoli vasi	33190000-8	P	1.720
81	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari a celle chiuse "over the wire"	33190000-8	P	580
82	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto, "over the wire"	33190000-8	P	492
83	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari "mono-rail"	33190000-8	P	1.328
84	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in Nitinol "over the wire"	33190000-8	P	1.280
85	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in acciaio, "over the wire"	33190000-8	P	1.240
86	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	33190000-8	P	1.008
87	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	33190000-8	P	1.008
88	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto	33190000-8	P	988
89	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in nitinol, ad elevata flessibilità e forza radiale, "over the wire"	33190000-8	P	1.092
90	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol, non coperto	33190000-8	P	56
91	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol parzialmente coperto	33190000-8	P	48
92	Sistema di introduzione percutanea per gastrostomie	33190000-8	P	860
93	Sonda gastrostomica con palloncino	33190000-8	P	1.380
94	Set di sutura per ancoraggio parete gastrica	33190000-8	P	420
95	Set per gastrostomie Sonda gastrostomica	33190000-8	P	400
96	Dispositivo per accesso epatico transgiugulare Set per TIPS	33190000-8	P	224
97	Filtri cavali semi-temporanei	33190000-8	P	252
98	Filtri cavali semi-temporanei in Nitinol e/o Acciaio	33190000-8	P	296
99	Cateteri venosi centrali a medio termine – CATETERI HOHN	33190000-8	P	480
100	Catetere tunnellizzabile mono e bilume punta chiusa	33190000-8	P	960
101	Port ad alto flusso	33190000-8	P	5.840
102	Port ad alto flusso con catetere a punta chiusa	33190000-8	P	760




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

103	Cateteri PICC a punta aperta in silicone	33190000-8	P	600
104	Cateteri PICC a punta aperta in poliuretano	33190000-8	P	3.600
105	Set da microintroduzione per PICC punta aperta	33190000-8	P	2.400
106	Cateteri PICC a punta aperta ad alto flusso	33190000-8	P	2.480
107	Set da microintroduzione per PICC punta aperta alto flusso	33190000-8	P	3.720
108	Aghi per port ad alto flusso	33190000-8	P	29.080
109	Materiale embolizzante in microsfele precaricabili con chemioterapia	33190000-8	P	500
110	Materiale embolizzante in microsfele precaricabili radiopache	33190000-8	P	280
111	Microparticelle embolizzanti biodegradabili	33190000-8	P	480
112	Sistema periferico per trombectomia	33190000-8	P	1.220
113	Set di drenaggio pleurico e peritoneale	33190000-8	P	320
114	Microcatetere direzionabile per cateterismi vascolari superselettivi	33190000-8	P	408
115	Sonde laser per angioplastica periferica	33190000-8	P	80
116	Sistema di embolizzazione tipo plug cilindrico	33190000-8	P	224
117	Sistema di embolizzazione tipo plug a triplice corpo	33190000-8	P	216
118	Sistema di embolizzazione tipo plug a doppio corpo	33190000-8	P	340
119	Sistema di embolizzazione tipo microplug	33190000-8	P	208
120	Aghi da biopsia semiautomatici	33190000-8	P	2.360
121	Aghi da biopsia automatici	33190000-8	P	5.480
122	Aghi da biopsia full-core	33190000-8	P	2.480
123	Pinza per biopsia transcatetere	33190000-8	P	132
124	Sistema di fissaggio sutureless	33190000-8	P	3.480
125	Sistema di emostasi vascolare con clip starclose	33190000-8	P	400
126	Cateteri a palloncino di largo diametro ad alta pressione	33190000-8	P	712
127	Cateteri da occlusione per procedure vascolari	33190000-8	P	280
128	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 5 a 8 mm	33190000-8	P	812
129	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 4 a 6 mm	33190000-8	P	860



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

130	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 1,5 a 4 mm	33190000-8	P	816
131	Stent ricoperti sub a) lunghezze da 2,5 a 5 - da 10 a 15	33190000-8	P	680
	Stent ricoperti sub b) lunghezza 25 cm			132
132	Supporto monouso per ago da biopsia ecoguidata	33190000-8	P	960
133	Stent metallici ricoperti per TIPS	33190000-8	P	260
134	Stent metallici ricoperti su catetere a palloncino	33190000-8	P	160
135	Stent a diametro variabile ricoperti	33190000-8	P	140
136	Aterotomo direzionale	33190000-8	P	600
137	Stent per riduzione flusso TIPS	33190000-8	P	32
138	Stent a diametro variabile	33190000-8	P	72
139	Stent di compressione femorale	33190000-8	P	252
140	Stent biliare ricoperto	33190000-8	P	140
141	Stent per il distretto venoso	33190000-8	P	360
142	Stent per il distretto venoso iliaco	33190000-8	P	304
143	Stent per vasi di grosso calibro	33190000-8	P	308
144	Stent per aorta/vena cava	33190000-8	P	324
145	Catetere di ancoraggio multilume	33190000-8	P	72
146	Catetere di ancoraggio monolume	33190000-8	P	72
147	Catetere a palloncino con concentrazione di forza focale	33190000-8	P	80
148	Catetere di supporto	33190000-8	P	500
149	Stent rivestito vascolare per piccoli vasi	33190000-8	P	160
150	Sistema per trombectomia meccanica percutanea	33190000-8	P	920
151	Power PICC, punta chiusa	33190000-8	P	420
152	Microcatetere con palloncino antireflusso	33190000-8	P	140
153	Catetere di recupero a pinza	33190000-8	P	84
154	Sistemi di rientro vascolari	33190000-8	P	340
155	Cateteri da dialisi permanenti (tipo “Tesio”)	33190000-8	P	220



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

156	Filtro cavale per megacave	33190000-8	P	56
157	Microsfere di tris-acrilico per embolizzazioni	33190000-8	P	1.780
158	Sistema endovascolare per la trombolisi accelerata mediante ultrasuoni	33190000-8	P	56
159	Sistema per iniezione CO2	33190000-8	P	1.480
160	Sistema per la litotripsia intravascolare periferica	33190000-8	P	324
161	Sistema emostatico attivo riassorbibile	33190000-8	P	2.300
162	Sistemi totalmente impiantabili a punta aperta ad inserzione periferica (miniport)	33190000-8	P	560
163	Catetere venoso periferico per infusione ad alta pressione	33190000-8	P	380
164	Sistema per il trattamento ablativo percutaneo tramite crio ablazione	33190000-8	P	180
165	Stent ricoperto per il distretto femorale arterioso	33190000-8	P	96
166	Sistema per la prevenzione e il trattamento del pneumotorace durante le biopsie polmonari	33190000-8	P	104
167	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea monorail	33190000-8	P	280
168	Stent metallici vascolari a celle chiuse, "over the wire"	33190000-8	P	156
169	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	33190000-8	P	448
170	Sistema di emostasi vascolare	33190000-8	P	1.660
171	Cateteri Venosi Centrali permanenti per dialisi	33190000-8	P	1.360

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

A. DURATA

Il contratto di fornitura avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla stipula della Convenzione di fornitura. I contratti stipulati dai singoli enti c.d. "ordinativi di fornitura", non potranno avere scadenza successiva a quella della Convenzione di fornitura sottoscritta da Stazione Unica Appaltante – SUAR – Regione Liguria.

La Convenzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di 12 mesi qualora alla scadenza del predetto termine non sia stato esaurito l'Importo Massimo Contrattuale, eventualmente incrementato,



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

e fino al raggiungimento del medesimo e, comunque, fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto. In tal caso il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni economiche pattuite o a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

Resta inteso che, per durata della Convenzione si intende il termine di utilizzo della Convenzione medesima e, quindi, di adesione mediante emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte degli Enti. Resta, altresì, inteso che la facoltà degli Enti di emettere Ordinativi di Fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato. A ciascun Ordinativo di fornitura verrà data esecuzione attraverso l'emissione, da parte dell'Ente contraente, delle Richieste di Consegna.

La durata di ogni singolo Contratto di Fornitura, concluso mediante l'emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata della convenzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, quest'ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

B. OPZIONI E RINNOVI


Stazione Unica Appaltante – SUAR – Regione Liguria si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 di esercitare un'opzione di proroga contrattuale rispetto alla durata originaria della convenzione di ulteriori dodici mesi

Il valore di detta opzione di proroga contrattuale è computato nel valore massimo stimato dell'appalto ai fini dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, pari a **€ 19.282.467,00** (IVA esclusa + compresa contingency del 20% in eccesso).

C. CORRISPETTIVO DI FORNITURA

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli Contratti di fornitura conclusi dal Fornitore con gli Enti che utilizzeranno la Convenzione, è calcolato moltiplicando il prezzo unitario, IVA esclusa, offerto in sede di procedura per ciascun prodotto e/o accessorio in gara per i quantitativi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura.

Tali corrispettivi sono e devono intendersi comprensivi della remunerazione per la prestazione dei servizi connessi alla fornitura e, comunque, di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nel "Capitolato Tecnico" e nello "Schema di Convenzione", allegati al presente Disciplinare.



D. LUOGO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi dei singoli Enti così come più dettagliatamente riportato nel Capitolato Tecnico.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare ad uno o più lotti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa ad uno o più lotti in un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.


È vietato al concorrente che partecipa ad uno o più lotti in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, ad uno o più lotti. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1.1** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.2** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le



imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- 1.3** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI


Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.



6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (SEZIONI 1A, 1B, 2A, 2B, 3 DGUE)

L'ammissione alla presente procedura di gara è condizionata, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, all'esistenza nel triennio 2018/2019/2020, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta:


- a)** di un fatturato medio annuale globale di impresa pari a 1,5 volte;
- b)** di un fatturato medio annuo specifico, nel settore "oggetto della gara", almeno pari. Il settore oggetto di gara comprende oltre a forniture/servizi identici a quelli della procedura, anche forniture/servizi analoghi secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza.

Per esercizio sociale si intende l'esercizio di attività sociale per il quale, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, è prevista la redazione del Bilancio di esercizio (art. 2423 e 2490 cod. civ. e art. 2 § 3 della IV Direttiva UE societaria) e che termina il 31 dicembre di ciascun anno solare, salvo diversa disposizione dello Statuto societario che può prevedere un esercizio non coincidente con l'anno solare (esercizio a cavallo di due anni solari, ad esempio chiusura dell'esercizio sociale nel mese di giugno di ogni anno). Ai fini del possesso del requisito non è necessario che l'ultimo Bilancio d'esercizio sia necessariamente approvato e/o depositato a norma di legge.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

In mancanza e/o insufficienza dei requisiti di fatturato, ai sensi dell'Allegato XVII parte I D. Lgs. n. 50/2016, possono essere fornite dal concorrente due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della Ditta in data non anteriore a 180 gg dalla data di



scadenza per la presentazione delle offerte. Qualora la Ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo dell'offerta. In questo caso dovrà inoltre presentare l'ultimo dei bilanci approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale.

Solo per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Stazione Unica Appaltante - SUAR si riserva di valutare la documentazione presentata dall'operatore economico partecipante alla procedura di gara per verificare se risulti soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (sezioni 1b, 10, 11 DGUE)

b) Elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi tre anni

Il concorrente deve fornire l'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni *2018/2019/2020* con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.


Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui all'art. 5 devono essere posseduti:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;



- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito del fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo all'esecuzione di forniture, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.


I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dai consorziati, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

7. PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI

In caso di partecipazione a più lotti, la procedura di presentazione dell'offerta sarà unica, così come unica sarà la fase amministrativa, mentre dovranno essere eseguite e completate tante fasi tecniche ed economiche quanti sono i Lotti cui si intende partecipare.

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, il concorrente che intenda partecipare a più lotti, tenendo conto della forma con la quale partecipa (impresa singola, impresa componente R.T.I., impresa consorziata), dovrà possedere i requisiti di partecipazione richiesti per ciascun singolo lotto.

Nel caso in cui il concorrente, che abbia richiesto di concorrere a più lotti, non risulti in possesso del requisito afferente la capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale precedentemente citato nella misura richiesta per la partecipazione ai lotti cui concorre, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (Impresa singola/R.T.I./Consorzio), verrà ammesso a partecipare al/i solo/i lotto/i per il/i quale/i il requisito



risulti soddisfatto, mentre verrà escluso dagli altri lotti, in ragione del valore economico decrescente degli stessi con riferimento all'importo (base d'asta complessiva per lotto).

8. SINTEL

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute nell'allegato 10 "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*", facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e nel successivo paragrafo nonché nel presente Disciplinare.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria,



assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

In caso di Avvalimento tecnico-operativo il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura e/o servizi connessi che intende subappaltare–nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Qualora, alle predette condizioni, il Fornitore intende ricorrere all'affidamento in subappalto di talune prestazioni, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, dovrà richiedere apposita autorizzazione ad Stazione Unica Appaltante – SUAR – Regione Liguria.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

L'Amministrazione contraente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.


E' fatto obbligo al Fornitore di comunicare alla Stazione Unica Appaltante – SUAR- Regione Liguria ed all'Amministrazione contraente, prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti da utilizzarsi nell'esecuzione del Contratto di fornitura che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:




- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione** valida per **270 giorni** dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura **del 2 %** dell'importo presunto di ogni lotto. Qualora il concorrente partecipi a più lotti può produrre un'unica garanzia pari alla somma degli importi previsti per ogni singolo lotto. Alla garanzia dovranno essere allegate le certificazioni dei requisiti, ovvero (ove essi non siano già attestati nel DGUE) una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio delle riduzioni dell'importo della garanzia di cui all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

LOTTO	Codice CIG	Descrizione	Importo quadriennale lotto (esclusa IVA)	Importo della garanzia 2% (punto b)
1	886371375B	Ago per accesso vascolare 2 pezzi	15.840,00	316,80
2	8863730563	Ago per accesso vascolare 1 pezzo	27.180,00	543,60
3	88637451C5	Ago cannula per accesso vascolare arterioso	10.300,00	206,00
4	8863760E22	Ago per biopsia epatica transgiugulare	98.000,00	1.960,00
5	8863874C36	Set introduzione con micropuntura	115.200,00	2.304,00
6	88684268A5	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici	358.800,00	7.176,00
7	88684479F9	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici in pazienti obesi	68.160,00	1.363,20
8	8868468B4D	Ago per biopsia ossea	30.400,00	608,00
9	8868856B7D	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati	407.400,00	8.148,00
10	8868862074	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati armati	439.200,00	8.784,00
11	88688717DF	Introduttori guida armati	244.800,00	4.896,00
12	8868877CD1	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati lunghi	175.500,00	3.510,00
13	8868887514	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati preformabili per renale	54.600,00	1.092,00
14	8868903249	Dilatatori vascolari e fasciali	17.700,00	354,00
15	8868907595	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 15 cm	20.720,00	414,40
16	8868916D00	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 30 cm	99.960,00	1.999,20
17	8868934BDB	Guide Angiografiche rigide tipo Amplatz	188.400,00	3.768,00
18	88689411A5	Guide tipo Rosen	88.200,00	1.764,00
19	886894983D	Guide Angiografiche ad elevata portanza con rivestimento in PTFE	376.200,00	7.524,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

20	88689519E3	Guide Angiografiche centimtrate	32.400,00	648,00
21	88689866C6	Guide Angiografiche idrofiliche Standard	1.641.900,00	32.838,00
22	8868993C8B	Guide Angiografiche idrofiliche Stiff – misuse guida 150-180 cm	446.544,00	8.930,88
23	8869011B66	Guide Angiografiche idrofiliche “half stiff”	95.000,00	1.900,00
24	8869039284	Microguide Angiografiche ad elevato supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi	784.800,00	15.696,00
25	88690435D0	Microguide Angiografiche a medio-basso supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi	644.400,00	12.888,00
26	8869054EE1	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi - lunghezza 180 cm	811.680,00	16.233,60
27	88690614AB	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi – lunghezza 200 e 300 cm	462.000,00	9.240,00
28	886906799D	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di vasi di gamba pluri-stenotici	338.000,00	6.760,00
29	8869085878	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,014 inch	777.400,00	15.548,00
30	8869107A9F	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,018 inch	772.200,00	15.444,00
31	88698439FD	Microguide per procedure extravascolari biliari e urologiche	132.000,00	2.640,00
32	8869844AD0	Cateteri angiografici diagnostici configurazione “pig-tail” e “retta”	114.000,00	2.280,00
33	8869849EEF	Cateteri angiografici diagnostici precurvati	162.000,00	3.240,00
34	8869850FC2	Cateteri angiografici diagnostici “pig-tail” centimetrati	231.800,00	4.636,00
35	88698564B9	Cateteri angiografici per trombolisi	137.200,00	2.744,00
36	8869863A7E	Cateteri per angiografie selettive idrofilici	946.000,00	18.920,00
37	8869869F70	Microcateteri coassiali con e senza guida per terapie embolizzanti	1.989.500,00	39.790,00
38	886987111B	Microcateteri coassiali con guida	1.890.000,00	37.800,00
39	8869874394	Microcateteri coassiali	690.000,00	13.800,00
40	8869881959	Cateteri guida per procedure interventistiche addominali	102.660,00	2.053,20
41	8869885CA5	Spirali embolizzanti libere tipo “Gianturco”	132.000,00	2.640,00
42	88698900C9	Microspirali libere in platino	432.640,00	8.652,80




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

43	886989768E	Microspirali a distacco controllato in platino	1.185.600,00	23.712,00
44	8869900907	Spirali e microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi	399.000,00	7.980,00
45	8869904C53	Spirali e Microspirali in platino a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi	881.600,00	17.632,00
46	886991121D	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	206.800,00	4.136,00
47	88699133C3	Catetere per drenaggio di raccolte ed ascessi	370.980,00	7.419,60
48	886991770F	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno	171.700,00	3.434,00
49	8869922B2E	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno	82.600,00	1.652,00
50	8869925DA7	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno idrofilo	113.680,00	2.273,60
51	88699290F8	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno-interno	135.000,00	2.700,00
52	886993129E	Endoprotesi ureterale plastica	88.560,00	1.771,20
53	8869934517	Endoprotesi biliare plastica	146.000,00	2.920,00
54	8869938863	Stent ureterali doppio J per rene trapiantato	37.600,00	752,00
55	8869942BAF	Kit per angiografia	830.000,00	16.600,00
56	8869967054	Kit per cateterismo venoso centrale	504.000,00	10.080,00
57	88699702CD	Kit per TIPS (Custom Kit)	373.680,00	7.473,60
58	88703994D2	Set per Isterosalpingografia	12.800,00	256,00
59	8870431F37	Telo per accesso venoso giugulare e succlavio	52.080,00	1.041,60
60	887044284D	Telo con foro per ricanalizzazione Al sn	11.400,00	228,00
61	8870449E12	Kit teleria per vertebroplastica	3.000,00	60,00
62	8870460728	Deflussori	11.720,00	234,40
63	88704639A1	Siringhe luer lock 1cc	12.992,00	259,84
64	8870470F66	Siringhe luer lock 2,5 cc	9.200,00	184,00
65	88704807A9	Valvola emostatica tipo Tuohy-Borst	16.900,00	338,00
66	8870494338	Raccordi connettori fra catetere e sacca di drenaggio	106.200,00	2.124,00
67	88705018FD	Siringa da 20 ml con manometro	545.600,00	10.912,00
68	8870508EC2	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, non compliante	404.552,00	8.091,04




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

69	887052197E	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, a doppia complianza	366.560,00	7.331,20
70	8870527E70	Cateteri a palloncino da angioplastica per distretto aortico	129.500,00	2.590,00
71	8870533367	Cateteri a palloncino da occlusione	219.300,00	4.386,00
72	8870539859	Cateteri a palloncino per infusione agenti embolici	167.700,00	3.354,00
73	8870547EF1	Cateteri a palloncino a bassa pressione	100.800,00	2.016,00
74	8870551242	Cateteri a palloncino da angioplastica	789.600,00	15.792,00
75	8870561A80	Cateteri a palloncino da angioplastica per trattamenti extravascolari	323.200,00	6.464,00
76	8870567F72	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea over the wire	578.280,00	11.565,60
77	8870572396	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea, tipo "over the wire"	246.480,00	4.929,60
78	8870597836	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica femoro-poplitea e sottopoplitea	483.480,00	9.669,60
79	8870607079	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica per circolo plantare e dorsale	230.680,00	4.613,60
80	887061356B	Cateteri a palloncino da angioplastica per piccoli vasi	271.760,00	5.435,20
81	8870621C03	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari a celle chiuse "over the wire"	249.400,00	4.988,00
82	88707717CD	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto, "over the wire"	211.560,00	4.231,20
83	8870778D92	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari "mono-rail"	730.400,00	14.608,00
84	8870784289	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in Nitinol "over the wire"	716.800,00	14.336,00
85	8870794AC7	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in acciaio, "over the wire"	1.333.000,00	26.660,00
86	8870848758	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	675.360,00	13.507,20
87	8870857EC3	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	554.400,00	11.088,00
88	887088450E	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto	711.360,00	14.227,20
89	8870895E1F	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in nitinol, ad elevata flessibilità e forza radiale, "over the wire"	862.680,00	17.253,60
90	8870930B02	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol, non coperto	39.200,00	784,00
91	8870939272	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol parzialmente coperto	33.600,00	672,00
92	887094790A	Sistema di introduzione percutanea per gastrostomie	172.000,00	3.440,00



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

93	887095607A	Sonda gastrostomica con palloncino	41.400,00	828,00
94	887096256C	Set di sutura per ancoraggio parete gastrica	67.200,00	1.344,00
95	8870984793	Set per gastrostomie Sonda gastrostomica	74.000,00	1.480,00
96	8870991D58	Dispositivo per accesso epatico transgiugulare Set per TIPS	213.024,00	4.260,48
97	887099724F	Filtri cavali semi-temporanei	302.400,00	6.048,00
98	8871010D06	Filtri cavali semi-temporanei in Nitinol e/o Acciaio	355.200,00	7.104,00
99	8871030D87	Cateteri venosi centrali a medio termine – CATETERI HOHN	48.000,00	960,00
100	8871044916	Catetere tunnellizzabile mono e bilume punta chiusa	288.000,00	5.760,00
101	88710627F1	Port ad alto flusso	2.336.000,00	46.720,00
102	88710741DA	Port ad alto flusso con catetere a punta chiusa	304.000,00	6.080,00
103	887108179F	Cateteri PICC a punta aperta in silicone	48.000,00	960,00
104	8871453A9A	Cateteri PICC a punta aperta in poliuretano	288.000,00	5.760,00
105	8871793330	Set da microintroduzione per PICC punta aperta	192.000,00	3.840,00
106	8871901C4D	Cateteri PICC a punta aperta ad alto flusso	297.600,00	5.952,00
107	8871911490	Set da microintroduzione per PICC punta aperta alto flusso	297.600,00	5.952,00
108	8871919B28	Aghi per port ad alto flusso	203.560,00	4.071,20
109	88719504BF	Materiale embolizzante in microsfere precaricabili con chemioterapico	450.000,00	9.000,00
110	8871957A84	Materiale embolizzante in microsfere precaricabili radiopache	257.600,00	5.152,00
111	8871963F76	Microparticelle embolizzanti biodegradabili	432.000,00	8.640,00
112	88719737B9	Sistema periferico per trombectomia	3.050.000,00	61.000,00
113	8871980D7E	Set di drenaggio pleurico e peritoneale	96.000,00	1.920,00
114	88719840CF	Microcatetere direzionabile per cateterismi vascolari superselettivi	693.600,00	13.872,00
115	8872100089	Sonde laser per angioplastica periferica	800,00	16,00
116	887210657B	Sistema di embolizzazione tipo plug cilindrico	313.600,00	6.272,00
117	8872112A6D	Sistema di embolizzazione tipo plug a triplice corpo	302.400,00	6.048,00
118	8872119037	Sistema di embolizzazione tipo plug a doppio corpo	476.000,00	9.520,00



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

119	8872124456	Sistema di embolizzazioni tipo microplug	291.200,00	5.824,00
120	8872132AEE	Aghi da biopsia semiautomatici	54.280,00	1.085,60
121	88721390B8	Aghi da biopsia automatici	219.200,00	4.384,00
122	8872142331	Aghi da biopsia full-core	99.200,00	1.984,00
123	8872148823	Pinza per biopsia transcatetere	112.200,00	2.244,00
124	8872152B6F	Sistema di fissaggio sutureless	41.760,00	835,20
125	8872156EBB	Sistema di emostasi vascolare con clip starclose	61.600,00	1.232,00
126	88721623B2	Cateteri a palloncino di largo diametro ad alta pressione	178.000,00	3.560,00
127	8872169977	Cateteri da occlusione per procedure vascolari	61.600,00	1.232,00
128	8872176F3C	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 5 a 8 mm	373.520,00	7.470,40
129	88721791BA	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 4 a 6 mm	412.800,00	8.256,00
130	8872181360	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 1,5 a 4 mm	391.680,00	7.833,60
131	8872191B9E	Stent ricoperti	2.832.000,00	56.640,00
132	8872196FBD	Supporto monouso per ago da biopsia ecoguidata	38.400,00	768,00
133	88722013E1	Stent metallici ricoperti per TIPS	780.000,00	15.600,00
134	88722089A6	Stent metallici ricoperti su catetere a palloncino	400.000,00	8.000,00
135	88722246DB	Stent a diametro variabile ricoperti	504.000,00	10.080,00
136	8872228A27	Aterotomo direzionale	900.000,00	18.000,00
137	8872240410	Stent per riduzione flusso TIPS	94.080,00	1.881,60
138	887224582F	Stent a diametro variabile	108.000,00	2.160,00
139	8872252DF4	Stent di compressione femorale	504.000,00	10.080,00
140	88722750F3	Stent biliare ricoperto	350.000,00	7.000,00
141	887228378B	Stent per il distretto venoso	522.000,00	10.440,00
142	8872326B06	Stent per il distretto venoso iliaco	638.400,00	12.768,00
143	8872353151	Stent per vasi di grosso calibro	616.000,00	12.320,00
144	8872358570	Stent per aorta/vena cava	648.000,00	12.960,00
145	8872364A62	Catetere di ancoraggio multilume	10.800,00	216,00



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

146	88723720FF	Catetere di ancoraggio monolume	7.200,00	144,00
147	887238293D	Catetere a palloncino con concentrazione di forza focale	64.000,00	1.280,00
148	8872390FD5	Catetere di supporto	75.000,00	1.500,00
149	88723953F9	Stent rivestito vascolare per piccoli vasi	288.000,00	5.760,00
150	8872399745	Sistema per trombectomia meccanica percutanea	1.692.800,00	33.856,00
151	88724029BE	Power PICC, punta chiusa	126.000,00	2.520,00
152	8872407DDD	Microcatetere con palloncino antireflusso	210.000,00	4.200,00
153	88724132D4	Catetere di recupero a pinza	65.520,00	1.310,40
154	88725102E0	Sistemi di rientro vascolari	340.000,00	6.800,00
155	8872512486	Cateteri da dialisi permanenti (tipo "Tesio")	42.680,00	853,60
156	88725156FF	Filtro cavale per megacave	84.000,00	1.680,00
157	8872523D97	Microsfere di tris-acrilico per embolizzazioni	520.650,00	10.413,00
158	8872525F3D	Sistema endovascolare per la trombolisi accelerata mediante ultrasuoni	168.000,00	3.360,00
159	88725270E8	Sistema per iniezione CO2	1.132.200,00	22.644,00
160	8872530361	Sistema per la litotripsia intravascolare periferica	777.600,00	15.552,00
161	8872532507	Sistema emostatico attivo riassorbibile	147.200,00	2.944,00
162	88725346AD	Sistemi totalmente impiantabili a punta aperta ad inserzione periferica (miniport)	224.000,00	4.480,00
163	8872537926	Catetere venoso periferico per infusione ad alta pressione	43.700,00	874,00
164	8872542D45	Sistema per il trattamento ablativo percutaneo tramite crio ablazione	900.000,00	18.000,00
165	8872545FBE	Stent ricoperto per il distretto femorale arterioso	288.000,00	5.760,00
166	8872546096	Sistema per la prevenzione e il trattamento del pneumotorace durante le biopsie polmonari	52.000,00	1.040,00
167	8872547169	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea monorail	44.240,00	884,80
168	887254930F	Stent metallici vascolari a celle chiuse, "over the wire"	67.080,00	1.341,60
169	88725514B5	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	253.568,00	5.071,36
170	887255365B	Sistema di emostasi vascolare	182.600,00	3.652,00
171	88725568D4	Cateteri Venosi Centrali permanenti per dialisi	295.120,00	5.902,40



La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31 concernente il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Codice;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 6) riportare l'autentica della sottoscrizione oppure essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.



La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** nelle forme e con le modalità specificate al paragrafo 14.2.1 *Documentazione Amministrativa (fase A) lett. D) cauzione provvisoria in modalità elettronica*

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia informatica dei certificati posseduti, accompagnata da autodichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante che ne attesti la conformità all'origine, sottoscritta con firma digitale.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.




12. IL CONCORRENTE DEVE PRESENTARE LA RICEVUTA ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Lotto	Descrizione	Importo quadriennale lotto (esclusa IVA)	Contributo ANAC (espresso in Euro)
1	Ago per accesso vascolare 2 pezzi	15.840,00	ESENTE
2	Ago per accesso vascolare 1 pezzo	27.180,00	ESENTE
3	Ago cannula per accesso vascolare arterioso	10.300,00	ESENTE
4	Ago per biopsia epatica transgiugulare	98.000,00	ESENTE
5	Set introduzione con micropuntura	115.200,00	ESENTE
6	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici	358.800,00	35,00
7	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici in pazienti obesi	68.160,00	ESENTE
8	Ago per biopsia ossea	30.400,00	ESENTE
9	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati	407.400,00	35,00
10	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati armati	439.200,00	35,00
11	Introduttori guida armati	244.800,00	35,00
12	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati lunghi	175.500,00	20,00
13	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati preformabili per renale	54.600,00	ESENTE
14	Dilatatori vascolari e fasciali	17.700,00	ESENTE
15	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 15 cm	20.720,00	ESENTE
16	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 30 cm	99.960,00	ESENTE
17	Guide Angiografiche rigide tipo Amplatz	188.400,00	20,00
18	Guide tipo Rosen	88.200,00	ESENTE
19	Guide Angiografiche ad elevata portanza con rivestimento in PTFE	376.200,00	35,00
20	Guide Angiografiche centimtrate	32.400,00	ESENTE
21	Guide Angiografiche idrofiliche Standard	1.641.900,00	140,00
22	Guide Angiografiche idrofiliche Stiff- misura guida 150 – 180 cm	446.544,00	70,00
23	Guide Angiografiche idrofiliche "half stiff"	95.000,00	ESENTE
24	Microguide Angiografiche ad elevato supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi	784.800,00	80,00
25	Microguide Angiografiche a medio-basso supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi	644.400,00	70,00
26	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi - lunghezza 180 cm	811.680,00	80,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

27	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi – lunghezza 200 e 300 cm	462.000,00	70,00
28	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di vasi di gamba pluri-stenotici	338.000,00	35,00
29	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,014 inch	777.400,00	80,00
30	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,018 inch	772.200,00	80,00
31	Microguide per procedure extravascolari biliari e urologiche	132.000,00	20,00
32	Cateteri angiografici diagnostici configurazione “pig-tail” e “retta”	114.000,00	ESENTE
33	Cateteri angiografici diagnostici precurvati	162.000,00	20,00
34	Cateteri angiografici diagnostici “pig-tail” centimetrati	231.800,00	20,00
35	Cateteri angiografici per trombolisi	137.200,00	20,00
36	Cateteri per angiografie selettive idrofilici	946.000,00	140,00
37	Microcateteri coassiali con e senza guida per terapie embolizzanti	1.989.500,00	140,00
38	Microcateteri coassiali con guida	1.890.000,00	140,00
39	Microcateteri coassiali	690.000,00	80,00
40	Cateteri guida per procedure interventistiche addominali	102.660,00	ESENTE
41	Spirali embolizzanti libere tipo “Gianturco”	132.000,00	20,00
42	Microspirali libere in platino	432.640,00	70,00
43	Microspirali a distacco controllato in platino	1.185.600,00	140,00
44	Spirali e microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi	399.000,00	35,00
45	Spirali e Microspirali in platino a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi	881.600,00	80,00
46	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	206.800,00	20,00
47	Catetere per drenaggio di raccolte ed ascessi	370.980,00	35,00
48	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno	171.700,00	20,00
49	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno	82.600,00	ESENTE
50	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno idrofilo	113.680,00	ESENTE
51	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno-interno	135.000,00	20,00
52	Endoprotesi ureterale plastica	88.560,00	ESENTE




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

53	Endoprotesi biliare plastica	146.000,00	20,00
54	Stent ureterali doppio J per rene trapiantato	37.600,00	ESENTE
55	Kit per angiografia	830.000,00	80,00
56	Kit per cateterismo venoso centrale	504.000,00	70,00
57	Kit per TIPS (Custom Kit)	373.680,00	35,00
58	Set per Isterosalpingografia	12.800,00	ESENTE
59	Telo per accesso venoso giugulare e succlavio	52.080,00	ESENTE
60	Telo con foro per ricanalizzazione Al sn	11.400,00	ESENTE
61	Kit teleria per vertebroplastica	3.000,00	ESENTE
62	Deflussori	11.720,00	ESENTE
63	Siringhe luer lock 1cc	12.992,00	ESENTE
64	Siringhe luer lock 2,5 cc	9.200,00	ESENTE
65	Valvola emostatica tipo Tuohy-Borst	16.900,00	ESENTE
66	Raccordi connettori fra catetere e sacca di drenaggio	106.200,00	ESENTE
67	Siringa da 20 ml con manometro	545.600,00	70,00
68	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, non compliant	404.552,00	35,00
69	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, a doppia compliance	366.560,00	35,00
70	Cateteri a palloncino da angioplastica per distretto aortico	129.500,00	20,00
71	Cateteri a palloncino da occlusione	219.300,00	20,00
72	Cateteri a palloncino per infusione agenti embolici	167.700,00	20,00
73	Cateteri a palloncino a bassa pressione	100.800,00	ESENTE
74	Cateteri a palloncino da angioplastica	789.600,00	80,00
75	Cateteri a palloncino da angioplastica per trattamenti extravascolari	323.200,00	35,00
76	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea over the wire	578.280,00	70,00
77	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea, tipo "over the wire"	246.480,00	20,00
78	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica femoro-poplitea e sotto-poplitea	483.480,00	70,00
79	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica per circolo plantare e dorsale	230.680,00	20,00
80	Cateteri a palloncino da angioplastica per piccoli vasi	271.760,00	35,00
81	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari a celle chiuse "over the wire"	249.400,00	20,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

82	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto, "over the wire"	211.560,00	20,00
83	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari "mono-rail"	730.400,00	80,00
84	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in Nitinol "over the wire"	716.800,00	80,00
85	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in acciaio, "over the wire"	1.333.000,00	140,00
86	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	675.360,00	80,00
87	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	554.400,00	70,00
88	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto	711.360,00	80,00
89	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in nitinol, ad elevata flessibilità e forza radiale, "over the wire"	862.680,00	140,00
90	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol, non coperto	39.200,00	ESENTE
91	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol parzialmente coperto	33.600,00	ESENTE
92	Sistema di introduzione percutanea per gastrostomie	172.000,00	20,00
93	Sonda gastrostomica con palloncino	41.400,00	ESENTE
94	Set di sutura per ancoraggio parete gastrica	67.200,00	ESENTE
95	Set per gastrostomie Sonda gastrostomica	74.000,00	ESENTE
96	Dispositivo per accesso epatico transgiugulare Set per TIPS	213.024,00	20,00
97	Filtri cavali semi-temporanei	302.400,00	35,00
98	Filtri cavali semi-temporanei in Nitinol e/o Acciaio	355.200,00	35,00
99	Cateteri venosi centrali a medio termine - CATETERI HOHN	48.000,00	ESENTE
100	Catetere tunnellizzabile mono e bilume punta chiusa	288.000,00	20,00
101	Port ad alto flusso	2.336.000,00	140,00
102	Port ad alto flusso con catetere a punta chiusa	304.000,00	35,00
103	Cateteri PICC a punta aperta in silicone	48.000,00	ESENTE
104	Cateteri PICC a punta aperta in poliuretano	288.000,00	35,00
105	Set da microintroduzione per PICC punta aperta	192.000,00	20,00
106	Cateteri PICC a punta aperta ad alto flusso	297.600,00	35,00
107	Set da microintroduzione per PICC punta aperta alto flusso	297.600,00	35,00




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

108	Aghi per port ad alto flusso	203.560,00	20,00
109	Materiale embolizzante in microsfe precaricabili con chemioterapico	450.000,00	70,00
110	Materiale embolizzante in microsfe precaricabili radiopache	257.600,00	35,00
111	Microparticelle embolizzanti biodegradabili	432.000,00	70,00
112	Sistema periferico per trombectomia	3.050.000,00	140,00
113	Set di drenaggio pleurico e peritoneale	96.000,00	ESENTE
114	Microcatetere direzionabile per cateterismi vascolari superselettivi	693.600,00	70,00
115	Sonde laser per angioplastica periferica	800,00	ESENTE
116	Sistema di embolizzazione tipo plug cilindrico	313.600,00	35,00
117	Sistema di embolizzazione tipo plug a triplice corpo	302.400,00	35,00
118	Sistema di embolizzazione tipo plug a doppio corpo	476.000,00	70,00
119	Sistema di embolizzazione tipo microplug	291.200,00	35,00
120	Aghi da biopsia semiautomatici	54.280,00	ESENTE
121	Aghi da biopsia automatici	219.200,00	20,00
122	Aghi da biopsia full-core	99.200,00	ESENTE
123	Pinza per biopsia transcattetere	112.200,00	ESENTE
124	Sistema di fissaggio sutureless	41.760,00	ESENTE
125	Sistema di emostasi vascolare con clip starclose	61.600,00	ESENTE
126	Cateteri a palloncino di largo diametro ad alta pressione	178.000,00	20,00
127	Cateteri da occlusione per procedure vascolari	61.600,00	ESENTE
128	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 5 a 8 mm	373.520,00	35,00
129	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 4 a 6 mm	412.800,00	35,00
130	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 1,5 a 4 mm	391.680,00	35,00
131	Stent ricoperti	2.832.000,00	140,00
132	Supporto monouso per ago da biopsia ecoguidata	38.400,00	ESENTE
133	Stent metallici ricoperti per TIPS	780.000,00	70,00
134	Stent metallici ricoperti su catetere a palloncino	400.000,00	35,00
135	Stent a diametro variabile ricoperti	504.000,00	70,00
136	Aterotomo direzionale	900.000,00	140,00



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

137	Stent per riduzione flusso TIPS	94.080,00	ESENTE
138	Stent a diametro variabile	108.000,00	ESENTE
139	Stent di compressione femorale	504.000,00	70,00
140	Stent biliare ricoperto	350.000,00	35,00
141	Stent per il distretto venoso	522.000,00	70,00
142	Stent per il distretto venoso iliaco	638.400,00	70,00
143	Stent per vasi di grosso calibro	616.000,00	70,00
144	Stent per aorta/vena cava	648.000,00	70,00
145	Catetere di ancoraggio multilume	10.800,00	ESENTE
146	Catetere di ancoraggio monolume	7.200,00	ESENTE
147	Catetere a palloncino con concentrazione di forza focale	64.000,00	ESENTE
148	Catetere di supporto	75.000,00	ESENTE
149	Stent rivestito vascolare per piccoli vasi	288.000,00	20,00
150	Sistema per trombectomia meccanica percutanea	1.692.800,00	140,00
151	Power PICC, punta chiusa	126.000,00	ESENTE
152	Microcatetere con palloncino antireflusso	210.000,00	20,00
153	Catetere di recupero a pinza	65.520,00	ESENTE
154	Sistemi di rientro vascolari	340.000,00	35,00
155	Cateteri da dialisi permanenti (tipo "Tesio")	42.680,00	ESENTE
156	Filtro cavale per megacave	84.000,00	ESENTE
157	Microsfere di tris-acrilico per embolizzazioni	520.650,00	70,00
158	Sistema endovascolare per la trombosi accelerata mediante ultrasuoni	168.000,00	20,00
159	Sistema per iniezione CO2	1.132.200,00	140,00
160	Sistema per la litotripsia intravascolare periferica	777.600,00	140,00
161	Sistema emostatico attivo riassorbibile	147.200,00	20,00
162	Sistemi totalmente impiantabili a punta aperta ad inserzione periferica (miniport)	224.000,00	20,00
163	Catetere venoso periferico per infusione ad alta pressione	43.700,00	ESENTE
164	Sistema per il trattamento ablativo percutaneo tramite crio ablazione	900.000,00	140,00
165	Stent ricoperto per il distretto femorale arterioso	288.000,00	35,00



166	Sistema per la prevenzione e il trattamento del pneumotorace durante le biopsie polmonari	52.000,00	ESENTE
167	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea monorail	44.240,00	ESENTE
168	Stent metallici vascolari a celle chiuse, "over the wire"	67.080,00	ESENTE
169	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	253.568,00	35,00
170	Sistema di emostasi vascolare	182.600,00	20,00
171	Cateteri Venosi Centrali permanenti per dialisi	295.120,00	35,00

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara *in relazione* al lotto per il quale non è stato versato il contributo ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ATTENZIONE: dal 16/12/2019 sono mutate le modalità di pagamento del contributo gara da parte dell'operatore economico. Il versamento del contributo va effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalle "Istruzioni operative" in vigore pubblicate sul sito dell'ANAC raggiungibile all'indirizzo www.anticorruzione.it – menù "Servizi on line" – Gestione Contributi Gare (GCG).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa, in lingua italiana, devono essere redatte e trasmesse a Stazione Unica Appaltante – SUAR- Regione Liguria esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il **termine perentorio del 26 novembre 2021 ore 14:00 indicato nel bando di gara** pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la **Documentazione amministrativa**, a livello multilotto della procedura (attraverso la funzionalità "Invia offerta multilotto") come meglio precisato al successivo paragrafo 13.2.1;

NB: il percorso "Invia offerta", a livello di singolo lotto, viene abilitato soltanto dopo il completamento del percorso "Invia offerta multilotto" relativo alla sottomissione della documentazione amministrativa.

- b) la **Documentazione tecnica**, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità "Invia Offerta"), come meglio precisato al successivo paragrafo 13.2.4



- c) l'**Offerta economica**, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità "Invia Offerta"), come meglio precisato al successivo paragrafo 13.2.5

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e, quindi, all'apposito percorso guidato "**Invia offerta multilotto**" che consente di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa. **La documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa una sola volta a livello multilotto, secondo le modalità sotto specificate.**

Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa a livello multilotto, l'operatore economico deve predisporre ed inviare, **per ciascuno dei lotti cui intende partecipare:**

- Una "busta telematica" contenente la documentazione tecnica
- Una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- Accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel, dei lotti per cui si intende presentare offerta, per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- Compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta, per i lotti per cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.


13.1 REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel* di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'offerta.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

A livello di singolo lotto, Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei



dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo. Si precisa che, qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta a livello multilotto abbia operato una modifica della busta amministrativa, le offerte già sottoposte per i singoli lotti devono essere nuovamente sottomesse. Sintel mostra a video quali sono i Lotti per cui è necessario compiere tale attività. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta dei singoli lotti le modifiche operate in fase amministrativa. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorsi ed "Invia offerta multilotto" ed "Invia offerta".

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla *lex specialis*;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).

La fase *i)* da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase *ii)* concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in



maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell' effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta;
- il documento denominato "Documento d'offerta", descritto al successivo paragrafo 14.2.4 , è essenziale ai fini della completezza dell'offerta in quanto contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità);
- il "Documento d'offerta" descritto al successivo paragrafo 14.2.4 può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente all'allegato al Disciplinare "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*" relativamente all'utilizzo della piattaforma Sintel.


La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Stazione Unica Appaltante - SUAR ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte ed al numero dei lotti cui il concorrente intende partecipare.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Stazione Unica Appaltante – SUAR Regione Liguria da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. Stazione Unica Appaltante - SUAR Regione Liguria si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;



- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

È escluso dalla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- a) **non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di SINTEL "Invia offerta", la documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara entro il termine stabilito al precedente articolo 13;**
- b) **abbia inserito la documentazione economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o tecnica.**

Il concorrente esonera Stazione Unica Appaltante - SUAR da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazioni delle prescrizioni sopra descritte.

13.1.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO


In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all'allegato 10 *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel* del presente disciplinare.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all'interno del Modello di Dichiarazione di cui all'Allegato 1 – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

Si fa salvo inoltre quanto previsto dall'art. 48, comma 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..



13.2 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, ferme le indicazioni stabilite nell'Allegato 10 *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala, inoltre, che SUAR – Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.


Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

13.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A LIVELLO MULTILOTTO (FASE A)

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta multilotto" disponibile nel "Dettaglio" della procedura multilotto, l'operatore economico deve indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire negli appositi campi la **Documentazione amministrativa** di seguito elencata, e segnatamente a pena di esclusione:

- a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)
- b) DGUE (come da modello M-2)
- c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica **firmata digitalmente** (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
- e) impegno del fideiussore, in formato elettronico **firmato digitalmente** (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- f) Documento PASSOE **firmato digitalmente**
- g) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7)
- h) (eventuale) procura
- i) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione



- j) (eventuale) referenze bancarie
 - k) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente;
 - l) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente;
 - m) attestazione l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)
- tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili, attraverso la funzionalità "Invia offerta multilotto". Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente nei successivi punti. Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell'allegato 10 "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*", del presente Disciplinare.

A) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione denominata "Istanza di partecipazione", firmata digitalmente, conforme al modello M-1, nell'omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

Il "Modello di istanza di partecipazione" di cui all'allegato M-1 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima *Documentazione amministrativa*, come meglio indicato nel seguito) con le modalità di cui all'allegato E del Disciplinare "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*" ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono, pena l'esclusione dalla gara.

Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo, dovrà formulare autonoma dichiarazione denominata "Istanza di partecipazione" di cui al modello M-1 allegato al presente Disciplinare, che dovrà, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I., essere sottoscritta con firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato E del Disciplinare "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*" dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella *Documentazione amministrativa*, come nel seguito meglio indicato) di ciascuna singola impresa in raggruppamento.

Conseguentemente, tutte le dichiarazioni saranno presentate in offerta – attraverso il Sistema – dall'impresa mandataria.

In caso di Consorzio, la dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione:



- a) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte con sottoscrizione mediante firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato E “*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*” del Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato);
- b) in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, da ciascuna delle imprese consorziate con sottoscrizione mediante firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato E “*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*” del Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato);
- c) in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura con sottoscrizione mediante firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato E “*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*” del Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato).

In caso di Consorzi di cui al comma 2 lettera b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione denominata “Istanza di partecipazione” di cui al modello M-1 allegato al Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

B) DGUE (come da modello M-2)


Nella compilazione del DGUE Allegato M-2 dovranno essere indicati inoltre, i requisiti relativi alla situazione personale e alla capacità economica – finanziaria e alla capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

Il “DGUE” di cui all'allegato M-2 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima *Documentazione amministrativa*, come meglio indicato nel seguito) con le modalità indicate nell'allegato E “*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*” ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio:

- 1) le attestazioni attinenti ai requisiti soggettivi di cui al paragrafo 5 del presente Disciplinare dovranno essere rese:



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

- (i) da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016 (costituito ovvero costituendo);
 - (ii) nel caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività;
- 2) la dichiarazione attinente ai requisiti di capacità economica – finanziaria e di capacità tecnica cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare fatto salvo il possesso (per l'intero) del requisito da parte del R.T.I. o dal Consorzio nel loro complesso, dovrà essere resa:
- (i) da ciascuna impresa componente il R.T.I. e il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016 (costituito ovvero costituendo) fermo restando che i) il requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria; ii) le mandanti che eseguono il contratto devono aver eseguito almeno un contratto di fornitura nel settore oggetto della procedura di gara negli ultimi tre anni;
 - (ii) dal consorzio stesso o dalle consorziate indicate come esecutrici, nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, il DGUE" di cui all'Allegato 9.2, sottoscritto dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà:

- a) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.);
- b) contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016

C) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

Il concorrente dovrà presentare, nell'apposito campo di Sintel denominato "*Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC*", copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

A seguito delle nuove istruzioni pubblicate sul sito dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora ANAC) entrate in vigore il 1° maggio 2010 ed il 1° gennaio 2011, per eseguire il pagamento è necessaria l'iscrizione online (anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio) al nuovo "Servizio di Riscossione", raggiungibile dalla homepage del sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente



deve inserire/allegare a Sistema la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare a Sistema la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.

SUAR – Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria si riserva di richiedere l'originale documento a comprova del pagamento del contributo all'AVCP (ora ANAC). In caso di discordanza non dovuta ad errore materiale tra l'originale e la copia scannerizzata presentata a Sistema, il concorrente verrà escluso dalla gara.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossione. In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

- a) in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- b) in caso di Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio stesso.

D) Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica


A titolo di cauzione provvisoria, il concorrente, per il/i lotto/lotti per il quale intende presentare offerta, a pena di esclusione della procedura, dovrà inserire/allegare a Sistema nell'apposito campo denominato “*Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica*“, la **fideiussione originale, firmata digitalmente, rilasciata in formato elettronico** (documento informatico) da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

I requisiti che seguono sono richiesti a pena di esclusione in quanto devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l'offerta.

In particolare, la fideiussione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante.

La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa,:

- 1) copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante;
- 2) autentica notarile - firmata digitalmente dal notaio - che attesti, tra l'altro, l'avvenuta sottoscrizione



in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore del garante.

SUAR – Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, e per essa il Responsabile Unico del Procedimento, si riserva di richiedere l'originale del documento che attesti i poteri del sottoscrittore del garante della fideiussione ovvero di chiedere la regolarizzazione qualora non sia stato presentato uno dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2). La cauzione provvisoria dovrà, indipendentemente dalla modalità con la quale è costituita:

- a) essere di importo pari al 2% (un per cento) della base d'asta complessiva del/i lotto/i di partecipazione;
- b) avere validità per un periodo di almeno 270 (duecentosettanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- c) essere prestata a favore di SUAR – Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria


In caso di partecipazione a più Lotti:

- possono essere presentate autonome e distinte cauzioni provvisorie per il/i lotto/lotti cui si intende partecipare;
ovvero in alternativa
- un'unica cauzione provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti il/i lotto/lotti cui si intende partecipare; in tale ultimo caso, la fidejussione deve necessariamente, a pena di esclusione, indicare la gara ed i singoli lotti cui si riferisce la garanzia.

In caso di cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione, la stessa dovrà, a pena di esclusione, prevedere espressamente:

- I) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- II) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- III) la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di SUAR – Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria
- IV) La cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione dovrà essere prodotta:
 - in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
 - in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
 - in caso di Consorzio di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;

in caso di Consorzio ordinario costituito, da Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;



- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione della Convenzione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;
- b) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti (verificare paragrafo precedente su garanzia provvisoria).
- c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Convenzione, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- d) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.


La cauzione provvisoria fornita dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, o comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016).

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto, così come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente dovrà allegare copia informatica del/della certificazione esibita oppure, in alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Fatto salvo quanto precedentemente detto circa le MPMI, si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, a pena di esclusione, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.



Le garanzie fideiussorie devono, a pena di esclusione, essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

E) Impegno del fideiussore, in formato elettronico, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione

Il concorrente, per ciascun lotto per il quale intende presentare offerta, a pena di esclusione della procedura, dovrà inserire/allegare a Sistema nel campo Sintel denominato *“Impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione”*, un documento informatico originale, firmato digitalmente, contenente una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione di quanto oggetto della presente procedura, richiesta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante. Peraltro, detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui al precedente paragrafo, ovvero essere contenuta in un documento autonomo e in tale ultimo caso deve essere specificata la denominazione della gara.

I requisiti richiesti a pena di esclusione che seguono devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l'offerta.

L'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:


- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) del comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, a pena di esclusione, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Si precisa che le predette disposizioni non si applicano alle MPMI e ai raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI (art. 93, comma 8 D.Lgs. 50/2016).

F) Documento PASSOE

Il concorrente dovrà inserire/allegare, nell'omonimo campo di Sintel, il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.

Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta



nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui all'allegato E *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* al Disciplinare.

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui all'allegato E *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.

In caso di partecipazione in Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui all'allegato E *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, del consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, anche del consorzio medesimo.


Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui con le modalità di cui all'Allegato E *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*, dell'impresa ausiliaria.

G) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7)

Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione denominata "Dichiarazione Regolamento UE 2016/79", firmata digitalmente, conforme al modello M-7, nell'omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

Il Modello di cui all'allegato M-7 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel seguito) con le modalità di cui all'allegato del Disciplinare "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed



omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

H) (eventuale) Procura

Qualora le dichiarazioni previste dal presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo di Sintel denominato "*Procura*".

Stazione Unica Appaltante – SUAR- Regione Liguria si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

I) (eventuale) Certificazioni per riduzione garanzia

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre attraverso il Sistema nella apposita sezione denominata "*Certificazioni per riduzione garanzia*":

- copia informatica del/delle certificazioni di cui è in possesso, tra quelle elencate ai fini del beneficio della riduzione della garanzia ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016

oppure

- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante il possesso degli stessi, da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura.

J) (eventuale) Referenze bancarie

Qualora il Concorrente non sia in grado di rilasciare dichiarazione relativa al fatturato globale e/o specifico, dovrà presentare almeno due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Qualora il Concorrente non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificarne i motivi e presentare l'ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale. La Stazione Unica Appaltante – SUAR- Regione Liguria si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per verificare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.

Modalità di invio delle referenze bancarie



Le referenze bancarie e l'eventuale bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale potranno essere inviate entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte in formato elettronico attraverso il Sistema con le modalità di seguito indicate.

Le referenze bancarie, dovranno essere prodotte attraverso il Sistema, nell'apposito campo denominato "*Referenze bancarie*", secondo una delle due modalità seguenti:

- (i) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dall'istituto bancario rilasciante la dichiarazione
- d) sotto forma di copia informatica conforme al documento originale cartaceo sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura; **La predetta dichiarazione di conformità all'originale, da presentare a corredo della copia stessa, deve essere accompagnata da un'ulteriore dichiarazione sostitutiva (anche inserita all'interno della stessa dichiarazione di conformità all'originale) attestante che colui che ha sottoscritto la referenza ha il potere di impegnare l'istituto di credito.**

K) (eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento (come da modello M-3)

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire nel campo Sintel denominato "*Documentazione relativa all'avvalimento*" la documentazione, sottoscritta con firma digitale, di cui all'articolo citato.

La Stazione Unica Appaltante – SUAR- Regione Liguria si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.


Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

L) (eventuale) Atti relativi a R.T.I. o Consorzio

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire nell'apposito campo di Sintel denominato "*Atti relativi a R.T.I. o Consorzio*", copia scannerizzata dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*" del presente disciplinare – dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.

E' facoltà di Stazione Unica Appaltante - SUAR- Regione Liguria richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

La Stazione Unica Appaltante - SUAR- Regione Liguria si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scannerizzate inserite/allegate a Sistema.



M)F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00

Allegare a sistema, nell'apposito campo denominato "Attestazione pagamento imposta di bollo" evidenza informatica dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo. La documentazione che costituisce l'offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 672/1972 e ss.mm.ii. in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta potrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

12.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A LIVELLO DI SINGOLO LOTTO

Una volta inserita la documentazione amministrativa e inviata attraverso l'apposito pulsante "Invia offerta multilotto", l'operatore economico deve accedere all'interfaccia "Visualizza Lotti" per visualizzare l'elenco dei lotti che compongono la presente procedura multilotto.

Con riferimento ai lotti per i quali intende presentare offerta, il concorrente deve quindi accedere all'interfaccia "Dettaglio" e inserire la documentazione richiesta secondo le modalità sotto specificate.

13.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" a livello di singolo lotto l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché i documenti richiesti sono stati inseriti a livello multilotto. L'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta tecnica come di seguito descritto.

13.2.2 OFFERTA TECNICA - STEP 2

A livello di singolo lotto, al secondo step del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve inserire negli appositi campi di Sintel la documentazione tecnica di seguito indicata:

1. Allegare a Sistema, nell'apposito campo "Offerta Tecnica", pena l'esclusione della procedura di gara, l'allegato M-5 Dichiarazione offerta tecnica. Il predetto modello di documento (M-5), fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf., e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);

Dichiarazione di equivalenza: nel caso in cui l'offerente intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 68 del Codice, inserire, sempre all'interno del campo "Offerta Tecnica", una dichiarazione di equivalenza corredata dai mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.

2. Allegare a Sistema, nell'apposito campo denominato "M5bisOfferta - Offerta Economica Silente" il Modello M5ter Offerta economica silente (priva dei prezzi). Tale documento deve essere in



formato pdf., e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);


3. Allegare a Sistema, nell'apposito campo "Scheda tecnica", pena l'esclusione della procedura di gara, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato dal presente Disciplinare, le schede tecniche del/dei prodotti offerti, sottoscritte singolarmente con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella *Documentazione Amministrativa*);

Ogni scheda tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana ed indicare espressamente le caratteristiche tecniche essenziali e particolari del prodotto offerto. In particolare in tale scheda (o in documenti allegati) devono essere riportate a mero titolo semplificativo le seguenti informazioni:

- (in intestazione, in maniera chiara ed evidente) il numero di lotto di gara di partecipazione;
- codice commerciale e nome commerciale del prodotto offerto;
- (ove applicabile) codice CND e numero di repertorio (RDM);
- codice prodotto attribuito dal fabbricante, ditta fabbricante, luogo di produzione e indirizzo del produttore;
- periodo di validità del prodotto e, per i prodotti sterili, metodo di sterilizzazione;
- tipo di confezionamento (primario e secondario)
- numero pezzi per confezione (primaria e secondaria)
- caratteristiche tecniche del prodotto dalle quali si evincano in modo chiaro tutte le caratteristiche minime richieste dalla tabella prodotti (ad es. l'assenza di lattice, le misure, la gamma di prodotti offerti ecc.).

4. Allegare a Sistema, nell'apposito campo "Certificato CE", a pena di esclusione, copia dell'originale del certificato CE relativo al/i prodotto/i offerto/i, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva (firmata digitalmente) resa ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante la conformità delle copie ai certificati originali. Allegare altresì, con le medesime modalità in precedenza indicate, la dichiarazione di conformità UE a norma dell'art. 17 del Regolamento UE 2017/745, nonché eventuali altre certificazioni specifiche richieste dal Capitolato Tecnico;

5. Allegare a Sistema, nell'apposito campo "Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici"(allegato M-4) la dichiarazione di disponibilità/impegno all'aggiornamento tecnologico/ampliamento di gamma.). Il predetto modello di documento (M-4), fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf., e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del



concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);

6. Allegare a Sistema, nell'apposito campo denominato "*Dichiarazione di segretezza offerta tecnica*", la **dichiarazione di segretezza della documentazione tecnica** (Allegato M -8).

Il concorrente dovrà tassativamente indicare le parti/paragrafi del progetto tecnico presentato che, secondo motivata e comprovata dichiarazione (come meglio indicato più infra), ritiene coperto da segreto tecnico commerciale/know how, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e 22 e ss. della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. da parte di terzi. Pertanto si rende noto che la documentazione non inserita in detta dichiarazione sarà resa ostensibile in caso di istanza di accesso agli atti di gara da parte di soggetti legittimati, fatta salva in ogni caso la valutazione discrezionale della S.U.A.R.

In riferimento alle comprovate ragioni ostative alla possibilità di esibizione della documentazione tecnica dell'Offerente, o di parte di essa, ai terzi richiedenti, si precisa che devono risultare:


- ✓ l'analitica indicazione delle informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale,
- ✓ gli estremi del provvedimento di riconoscimento della tutela commerciale (es. brevetto ecc.);
- ✓ approfondita e congrua argomentazione delle ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare in base all'art. 98 del D. Lgs. n.30/2005 ss.mm.ii. ("Codice della Proprietà Industriale);
- ✓ tutti i correlati riferimenti normativi.

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. n.30/2005 ss.mm.ii. Si precisa che, comunque, ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della S.U.A.R. Resta salvo, inoltre, quanto previsto dal comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., ovvero il diritto di accesso a queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, Stazione Unica Appaltante - SUAR accoglierà la richiesta di accesso agli atti e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i singoli documenti sopra citati, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente dal/i Lotto/i a cui partecipa, devono essere sottoscritti con firma digitale:



- ii. in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. o del Consorzio stesso o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all'allegato del presente Disciplinare di gara;
- iii. in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "Procura" di cui al precedente 13.2.1) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda).

Si precisa inoltre quanto segue:

- (i) Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nell'Offerta tecnica costituiranno obbligazioni contrattuali aggiuntive a quelle previste nella documentazione posta a base di gara senza che questo comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Unica Appaltante - SUAR- Regione Liguria.
- (ii) L'Offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e Prestazionale pena esclusione dalla procedura o risoluzione dell'Accordo quadro, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.
- (iii) I manuali, le schede, le relazioni, i documenti e tutti gli elaborati di cui si compone l'offerta tecnica devono essere scritti in lingua italiana e sottoscritti digitalmente con le modalità meglio viste al presente paragrafo.
- (iii) Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti devono inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea corredata da dichiarazione di conformità all'originale, a norma del DPR n.445/2000 ss.mm.ii., firmata digitalmente.

FORNITURA DI CAMPIONATURA PER ESAME DEL PRODOTTO OFFERTO

Le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione, con oneri a proprio carico, la campionatura richiesta per ciascun lotto (per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice) .


La Campionatura dovrà pervenire presso la sede operativa di Stazione Unica Appaltante - SUAR- Regione Liguria – Via G. D'Annunzio n° 64 – 6° piano 16121 Genova – **entro le ore 14:00 del giorno 26 novembre 2021.**

Orario di ricezione campioni: Ufficio Protocollo -dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00

La campionatura dovrà essere:

- presentata nella confezione e negli imballaggi originali;
- del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
- atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti (in particolare quelle soggette a valutazione premiale) e le modalità di utilizzo;
- in regola con quanto previsto dalla normativa vigente.

Ogni campione dovrà essere presentato in n° di **un pezzo** per ciascun lotto, in confezione originale e riportare l'indicazione del marchio CE, come previsto dalla normativa.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

Tale campionatura dovrà essere contrassegnata con la dicitura “Campioni per la partecipazione alla gara con procedura aperta per la fornitura di materiale per Radiologia Interventistica occorrente alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante SUAR – Via G. D’Annunzio, n. 64 16121 Genova” e dovrà riportare i seguenti elementi:

- il nome del prodotto e relativo codice offerto;
- il nome della ditta;
- il numero del lotto.

Si precisa che per ragioni di spazio dei magazzini SUAR gli operatori economici partecipanti dovranno attenersi ai quantitativi richiesti; l’eventuale eccedenza non verrà presa in considerazione. Per i lotti di partecipazione non aggiudicati, salvo eventuali contenziosi, il concorrente si dovrà impegnare a ritirare, su richiesta di SUAR la campionatura a proprie spese.

La Commissione giudicatrice si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti..

13.2.3 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

A livello di singolo lotto, al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve inserire su Sintel l’Offerta economica, valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui intende partecipare, così composta:


1. Inserire a sistema nel campo “Offerta economica”, pena l’esclusione, il valore complessivo (**quadriennale**) della propria offerta – espresso in Euro, IVA esclusa, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) e con modalità solo in cifre, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico (sono esclusi gli oneri da interferenza) e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante.

ATTENZIONE: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo

Il valore complessivo indicato in piattaforma è impegnativo e vincolante per il concorrente e deve collimare con l’importo complessivo offerto indicato nel *Modello M6 excel “Dettaglio prezzi unitari offerti”*. In caso di discordanza tra il valore indicato in piattaforma e quanto indicato nel suddetto file, prevarrà il valore indicato in piattaforma Sintel se più favorevole per la stazione appaltante.


ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA:

- **Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara**



- **Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara**

2. Inserire a sistema nell'apposito campo **“di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”**, pena l'esclusione, il valore dei costi afferenti l'attività di impresa;
3. Il campo **“di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”** non è modificabile in quanto valorizzato dalla stazione appaltante e pari a 0,00 €
Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta Economica” ed il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest'ultimo non modificabile dall'operatore economico).
La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta Economica”.
4. Inserire a sistema nell'apposito campo denominato **“Dichiarazione di offerta economica”**, pena l'esclusione, la dichiarazione di offerta economica conforme al modello M-6 allegato al presente Disciplinare. Il predetto modello di documento (M-6) deve essere scaricato salvandolo sul proprio personal computer e, previa compilazione in lingua italiana, deve essere convertito in formato pdf e **firmato digitalmente**. La Dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta a pena di esclusione per difetto di sottoscrizione con firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* – dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa);
5. Inserire a sistema, nell'apposito campo denominato **“Dettaglio prezzi unitari”**, pena l'esclusione, il file excel denominato Dettaglio Prezzi Unitari conforme al modello M-6-excel allegato al presente Disciplinare di Gara. Il predetto modello (M-6-excel) deve essere scaricato sul proprio computer, compilato ed inserito a sistema sia in formato editabile sia in formato pdf. Il file in pdf deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato al Disciplinare *“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”* – dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa);
6. Inserire a sistema, nell'apposito campo denominato **“Listino/Catalogo prodotti”**, il listino/catalogo con prezzi dei prodotti disponibili, in formato excel, sottoscritto con firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all'allegato al Disciplinare *“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”* – dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa);



Si precisa che i prezzi unitari devono riportare al massimo 5 (cinque) cifre decimali; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione Unica Appaltante - SUAR- Regione Liguria procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 5 (cinque) cifre dopo la virgola.

ATTENZIONE: nel caso in cui la Ditta, risultata aggiudicataria, abbia offerto un prodotto già presente in convenzioni attive la stazione appaltante procede, in sede di esecuzione del contratto, ad applicare il prezzo del prodotto già fornito se più favorevole.


In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i documenti caricati, di cui ai precedenti punti, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente dalla gara, devono essere sottoscritti con firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato al Disciplinare *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

13.2.4 FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL'OFFERTA – STEP 4 E 5

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi dell'invio e della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, per ogni lotto per il quale partecipa, allo step 3 del percorso "Invia offerta":

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "***Firma digitale dell'offerta***", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto 1 e riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale -



secondo le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* del Disciplinare - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio spiegato nel richiamato allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*);

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al presente punto, per le motivazioni precedentemente esposte al paragrafo costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d'esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente dal lotto cui si riferisce l'offerta, essere sottoscritto:


- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* del Disciplinare;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "Procura") di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 4 "***Riepilogo ed invio dell'offerta***" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte precedentemente indicato.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono** l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare, allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta", tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle



informazioni riportate nel “documento d’offerta”. Si precisa inoltre che, nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- l’omessa indicazione della terna di subappaltatori o l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre può essere sanata tramite soccorso istruttorio a condizione che il concorrente abbia dichiarato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare nel rispetto delle percentuali di legge.



Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (allegato al presente Disciplinare allegato M-2) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico


Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;



- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.



Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
totale	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT} = PT + PE$$

dove:


- a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;
- b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

(PT 70 PUNTI SU 100 PUNTI TOTALI)

(PT 70 PUNTI SU 100 PUNTI TOTALI) Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel Capitolato Tecnico Prestazionale

I punteggi vengono classificati in:



- ☐ “Punteggi discrezionali” (criteri Q1 e Q2), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;
- ☐ “Punteggi quantitativi” (criteri Q3, Q3*, Q4, Q4*), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
- ☐ “Punteggi tabellari” (criterio Q5), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Al termine dell’attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà nei seguenti termini:

1. alla dichiarazione di non ammissibilità alle fasi successive della gara per i concorrenti che non avessero conseguito, prima della riparametrazione finale a 70 punti, un punteggio di almeno 36 punti su 70 punti disponibili;
2. alla riparametrazione del punteggio tecnico, qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito il punteggio massimo attribuibile. In tale caso al concorrente che risulti aver conseguito il punteggio più elevato saranno attribuiti 70 punti mentre ai restanti concorrenti sarà attribuito il punteggio in forma proporzionale come riportato di seguito:

$$P_i \times 70 / P_{mig}$$

ove

P_i = punteggio conseguito dalla Ditta presa in esame;

P_{mig} = miglior punteggio conseguito;


3. alla stesura dei punteggi tecnici (PT) risultanti per ciascun concorrente ammesso.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica:


- ☐ **QUALITA’:** massimo punti 70, diversamente in relazione alla tipicità dei singoli prodotti di interesse, sulla base dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Tecnico e Prestazionale allegato al presente progetto e secondo i metodi di attribuzione dei punteggi previsti nella tabella seguente:

Tipologia di criterio	Modalità di determinazione dei coefficienti	Formule / Scale utilizzate	Identif.
criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti	Si utilizzerà una scala di valori del tipo (meramente esemplificativi): eccellente coeff. 1,0 ottimo coeff. 0,7 buono coeff. 0,5 discreto coeff. 0,3 sufficiente coeff. 0,1	Q1




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

	definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.	non valutabile coeff. 0,0	
criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	<p>I coefficienti saranno determinati attraverso confronto a coppie. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.</p> <p>La somma delle valutazioni attribuite per ogni coppia di offerta da parte di tutti i commissari viene trasformata in coefficiente definitivo, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre valutazioni effettuate.</p> <p>Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q 1.</p>		Q2



criteri qualitativi di natura tangibile e misurabile oggettivamente	i valori risultanti dalla misurazione oggettiva dei parametri saranno trasformati mediante formule matematiche cioè: coefficiente pari a 1 all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice; <ul style="list-style-type: none"> coefficiente pari a 0 pari al valore posto a base di gara; coefficienti variabili da 0 a 1 determinati per interpolazione lineare per le diverse offerte fra i due valori 	Per i parametri che valorizzano al rialzo le caratteristiche tecniche (offerta maggiore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore offerta da valutare – Valore a base Gara) / (Valore offerta massima – Valore a Base di gara).	Q 3
		Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta minima, diminuito del 20%.	Q 3 *
		Per i parametri che valorizzano al ribasso le caratteristiche tecniche (offerta minore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore a base Gara - Valore offerta da valutare) / (Valore a Base di gara - Valore offerta minima)	Q 4
		Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta massima, aumentato del 20%.	Q 4 *



Per i criteri qualitativi di natura tangibile che prevedono la valutazione della presenza/assenza di una determinata caratteristica	Coefficiente 1 (presenza) o 0 (assenza)		Q 5
---	---	--	-----

I coefficienti così ottenuti saranno trasformati in punteggi moltiplicando i valori ottenuti secondo la procedura sopra illustrata per i pesi attribuiti a ciascun parametro di valutazione.

In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati tre decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato, per eccesso o per difetto, a seconda che la quarta cifra decimale risulti rispettivamente maggiore (o uguale) di 5 oppure minore di 5.

Alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai vari criteri qualitativi in base alla tabella sopra esposta verranno attribuiti punti 70 e proporzionalmente alle altre secondo la seguente formula:

$$P_i \times 70 / P_{\text{mig}}$$

ove

P_i = punteggio conseguito dalla Ditta presa in esame;

P_{mig} = miglior punteggio conseguito...

La fornitura sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai parametri congiunti della Qualità e del Prezzo, nell'ambito di un Accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. n.50/2016.


Per i lotti in questione la procedura non è finalizzata alla individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto, ma alla conclusione di un Accordo con una pluralità di operatori economici.

Gli operatori economici che avranno presentato le offerte selezionate, costituiranno le parti dell'Accordo Quadro.

A seguito della conclusione dell'Accordo quadro, gli enti sanitari che aderiranno, potranno aggiudicare propri appalti basati sull'Accordo Quadro:

1. ALMENO il **60%** della fornitura verrà affidato al concorrente aggiudicatario dell'Accordo Quadro che risulterà primo classificato nella graduatoria finale.

2. **alle restanti ditte risultate IDONEE** la fornitura potrà essere affidata, sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni utilizzatrici (art. 54 – comma 4 – lett. a – D. Lgs. n° 50/2016).



16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

- PREZZO: massimo punti 30, secondo la seguente formula:

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times 0,90 \times (R / R_{\text{Medio}})$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times \left[0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{R - R_{\text{Medio}}}{R_{\text{Max}} - R_{\text{Medio}}} \right]$$

Dove:

p = punteggio;

R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;

RMax = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta,

RMedio = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerte ammesse.

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto fossero soltanto due, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

- PREZZO: massimo punti 30, secondo la seguente formula:

$$p = (30 \times P_{\text{min}}) / P$$

con:

P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;

Pmin = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso

ATTENZIONE: Poiché il sistema SINTEL non consente di adattare la formula impostata per il calcolo del punteggio economico alla casistica sopra ipotizzata (solo due concorrenti ammessi alla fase economica), S.U.A.R. Regione Liguria procederà al calcolo del punteggio economico off line secondo la formula sopra riportata ed all'imputazione manuale a sistema del punteggio così ottenuto.


16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{\text{TOT}} = PT + PE$$

dove:

- a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;
- b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.



17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta in data **30 novembre 2021 ore 10:00** presso gli uffici di Stazione Unica Appaltante – SUAR- Regione Liguria in Via G. D'Annunzio n. 64 Genova 2° piano. In caso di problemi legati al funzionamento della piattaforma SinTel (es. manutenzioni programmate e/o straordinarie) o per altre esigenze di gestione della procedura la Stazione Appaltante, previo avviso, può rinviare la seduta sopra indicata.

Il RUP supportato dal Seggio di Gara, alla presenza dell'Ufficiale Rogante di Stazione Unica Appaltante SUAR – Regione Liguria, procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella *Documentazione amministrativa*.


La predetta seduta pubblica si svolgerà secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici approvate con decreto n. 3802 – 2021 del 20.06.2021

Le *Offerte Tecniche* e le *Offerte Economiche*, ivi incluso il Documento d'Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né da Stazione Unica Appaltante – SUAR- Regione Liguria né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Il Seggio di gara nominato ad hoc, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP).

Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all'analisi della documentazione presente nella *Documentazione amministrativa* (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* fra i concorrenti e nell'interesse di Stazione Unica Appaltante – SUAR , il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

affidenti l'offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un **termine perentorio** non superiore a dieci giorni.

Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all'esclusione del concorrente alle successive fasi di gara.

Stazione Unica Appaltante – SUAR- Regione Liguria al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà all'adozione della determina di ammissione/esclusione e procederà, altresì, alla comunicazione della stessa ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione Giudicatrice, nel periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, viene nominata in attuazione Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici approvate con decreto S.U.A.R. n. 3802 – 2021 del 20.06.2021 e della linea guida ANAC n. 5/2018.

In seduta pubblica - fissata in data successiva al termine di scadenza di presentazione delle offerte e comunicata agli operatori economici concorrenti tramite la piattaforma Sintel, mediante sorteggio vengono individuati i componenti della Commissione Giudicatrice in n. 3 (tre) nominativi tra esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.


Il primo dei nominativi sorteggiato viene scelto quale Presidente della Commissione stessa.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La data di convocazione della seduta pubblica di nomina della Commissione Giudicatrice viene pubblicata nella sezione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e sul profilo del committente www.acquistiliguria.it.

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella *Documentazione amministrativa* in formato elettronico, la Commissione giudicatrice, supportata dal Seggio di gara, procederà in seduta pubblica, relativamente a ciascun singolo lotto, alla apertura (sblocco) e a dare atto degli atti rinvenuti, ovvero caricati a sistema, limitatamente alla fase tecnica dei concorrenti ammessi a tale fase.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.



Al fine di dare attuazione all'art. 2 ("Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia") della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 [recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)] la durata prevista e presunta per i lavori della suddetta Commissione è di 90 gg decorrenti dall'atto di nomina.

In ogni caso:

- a) all'atto dell'insediamento, la Commissione giudicatrice comunicherà al RUP della procedura il calendario dei lavori di valutazione, indicando un termine temporale massimo di consegna dell'esito delle valutazioni compiute;
- b) sono previste un numero non inferiore a n. 2 sedute pubbliche (eventualmente organizzate dagli Uffici Stazione Unica Appaltante - SUAR- Regione Liguria anche tramite sistemi di videoconferenza a distanza e diretta streaming delle sedute) e a non meno di tre sedute riservate.
- c) Ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e del Regolamento A.Li.Sa, adottato, da ultimo, con Determinazione n. 390 del 23/09/2020, i componenti della Commissione giudicatrice possono lavorare a distanza, attraverso l'ausilio di strumenti telematici che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 11 ottobre 2017).

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.


Su richiesta della Commissione giudicatrice il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la Commissione procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del concorrente anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti qualora la verifica abbia avuto esito negativo.

Il Seggio di gara, sotto la supervisione della Commissione giudicatrice, procederà quindi alla mera imputazione sulla piattaforma Sintel dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione giudicatrice stessa.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la Commissione, supportata dal Seggio di gara, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione



dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, dandone lettura.

All'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente, fatti salvi i casi in cui si renderà necessario procedere all'aggiudicazione offline: in questi casi sarà la Commissione a stilare, in modalità offline, la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell'ordine decrescente delle offerte ammesse.

In caso di parità tra più offerte, l'aggiudicazione sarà a favore del prodotto a cui è stato attribuito un punteggio di qualità maggiore e in caso di ulteriore parità si procederà ad una richiesta di miglioramento alle Ditte interessate concorrenti.

Qualora il Sistema/ SUAR- Regione Liguria individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP il quale procederà secondo quanto indicato al successivo punto.


In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i **casi di esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice:
 - o ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
 - o ha accertato la mancata formulazione in modo autonomo dell'offerta.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare



la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto del seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI


Il controllo sul possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa. In particolare si rimanda alle disposizioni nel merito previste dall'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Servizi> Accesso Riservato/Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute. Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi, **per ciascuno dei Lotti cui intenda partecipare**, di apposita PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC – che attesta che il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite il sistema AVCPASS. Qualora la documentazione presente nel sistema AVCPASS non sia esaustiva o completa o qualora, a causa di impedimenti tecnici, sia risultato impossibile l'utilizzo del sistema AVCPASS, ARIA spa procederà a richiedere al concorrente la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta la seguente documentazione afferente il requisito di capacità economico – finanziaria richiesto dal presente disciplinare di gara (tale documentazione è la medesima che dovrà essere inserita da ciascun concorrente nel sistema AVCPASS):

A) con riferimento alla comprova del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria: dichiarazione, firmata digitalmente, resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato globale dichiarato,

ovvero in alternativa

copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi sociali con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere in modo univoco la misura (importo) del fatturato globale. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art.



19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;

B) con riferimento alla comprova del possesso del requisito di capacità tecnico - professionale:

- La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Gli operatori economici possono fornire, in alternativa in fase di comprova, un elenco dei servizi analoghi eseguiti a favore delle pubbliche amministrazioni.

Si precisa che l'elenco dei documenti a comprova sopra esposto è da considerarsi esplicativo e non esaustivo. Si rimanda a quanto indicato dagli artt. 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e relativo allegato XVII. All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura del concorrente.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Saranno, altresì, **esclusi** dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte presentate e/o pervenute oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nella documentazione di gara;
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di prestazione dei servizi specificate nello Schema di Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, nella tabella prodotti allegata al presente disciplinare di gara, e/o nello Schema di Convenzione ovvero offerte con livelli



di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto ai livelli di servizio attesi e stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Convenzione;

- offerte che presentino due o più prodotti differenti per uno stesso lotto;
- offerte con prezzi unitari offerti pari a € 0,00000= (zero);
- offerte con prezzo complessivo offerto superiore alla base d'asta complessiva.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate in base ai criteri di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni Stazione Unica Appaltante – SUAR- Regione Liguria si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà:


- a) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
- a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- a) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- a) di non stipulare, motivatamente, la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- a) di procedere all'aggiudicazione anche di alcuni o di un singolo Lotto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.



L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 commi 4-*bis* e *ter*, 89 e dall'art. 92 commi 3 e 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

22. DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

22.1. DOCUMENTI PER LA STIPULA

Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione (ovvero anche successivamente, nel termine assegnato dalla Centrale, non inferiore, in tal caso, a 7 giorni), l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà far pervenire ad Stazione Unica Appaltante - SUAR- Regione Liguria, ai fini della stipula della Convenzione e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

1. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore di Stazione Unica Appaltante - SUAR- Regione Liguria a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l'importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo del presente Disciplinare. La fideiussione dovrà essere presentata in originale e rilasciata in formato elettronico (documento informatico). In caso di R.T.I., la garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall'impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo;



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale


2. per le imprese non residenti o senza stabile organizzazione in Italia, la nomina firmata digitalmente secondo le modalità di cui all'allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel", del Disciplinare dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.;
3. (in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo) copia autentica con firma digitale del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
4. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta;
5. dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;
6. copia del documento attestante i poteri del sottoscrittore della Convenzione, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma (se non già presente nella Documentazione amministrativa presentata)
7. dati di contatto di un Responsabile della Fornitura, che avrà i compiti e le responsabilità previsti dal Capitolato tecnico e prestazionale;
8. (Ai fini dell'adempimento delle verifiche antimafia prescritte dalla normativa di cui al D. Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.) la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione da parte della Prefettura competente delle "comunicazioni/informazioni" antimafia e in particolare:
 - a) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., relativa ai titolari di tutte le cariche sociali della ditta aggiudicataria: amministratori, consiglieri, procuratori con potere di impegnare sul piano decisionale e gestorio la società, collegio sindacale, organismo di vigilanza, direttore tecnico (ove previsto) e soci di maggioranza.

Nel caso di socio di maggioranza persona giuridica, dovranno anche essere allegate le autocertificazioni relative ai titolari delle cariche sociali di tale ditta.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

Per tutti i suddetti soggetti dovranno essere indicati nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

- b) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., relativa ai familiari conviventi maggiorenni ed al coniuge non separato anche se non convivente dei titolari di tutte le cariche sociali della ditta aggiudicataria (come sopra specificato) e del socio di maggioranza persona fisica/giuridica.



Per tutti i suddetti soggetti dovranno essere indicati nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

c) nell'eventualità che, nella compagine societaria della ditta aggiudicataria, sia presente una società estera in qualità di socio unico o socio di maggioranza, dovrà essere fornita anche una dichiarazione sostitutiva di registrazione nel Paese di provenienza, tradotta in lingua italiana.

Una volta acquisita la suddetta documentazione, completa in ogni sua parte, Stazione Unica Appaltante - SUAR procederà, tramite procedura telematica Si.Ce.Ant, a richiedere le "comunicazioni/informazioni" antimafia.

9. copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona munita di comprovati poteri di firma, del documento attestante il pagamento delle spese inerenti alla Convenzione (marche da bollo e imposta di registro), oltre il rimborso delle spese di pubblicità legale;

10. catalogo in formato excel dei prodotti aggiudicati recante la descrizione del prodotto, codice commerciale, CND e RDM (se previsto), confezionamento, prezzo di aggiudicazione ed eventuali altri dati di prodotto richiesti Stazione Unica Appaltante - SUAR- Regione Liguria;


11. quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione. Stazione Unica Appaltante - SUAR- Regione Liguria si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'aggiudicatario di ciascun Lotto non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, Stazione Unica Appaltante - SUAR- Regione Liguria dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo. riservandosi di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, Stazione Unica Appaltante - SUAR- Regione Liguria potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili, ai sensi dell'art. 22 e ss della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nei limiti consentiti dalla legge stessa, nonché dal D.Lgs. 50/2016, ai concorrenti che facciano richiesta di accesso nei modi e nei termini previsti.

22.2. DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con ciascun aggiudicatario sarà stipulata, nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione o altro termine nel caso di convenzioni precedenti ancora attive e non giunte a completa erosione o di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, una Convenzione conforme allo Schema di Convenzione allegato A-2 al Progetto.



Ciascun aggiudicatario, all'atto della stipula della Convenzione, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà la Convenzione medesima, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

Si rammenta che con il concorrente aggiudicatario di più Lotti verrà stipulata un'unica Convenzione. A seconda della modalità concordata, la Convenzione verrà conclusa tra le parti sotto forma di scrittura privata sottoscritta a distanza con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell'elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E, oppure nella forma dell'atto pubblico amministrativo alla presenza dell'Ufficiale Rogante di Regione Liguria. **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.


23. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale della Convenzione, ottenuto moltiplicando il quantitativo riferito per il prezzo unitario offerto.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.

La fideiussione originale in formato elettronico (documento informatico) dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

- i. essere prestata in favore di SUAR- Regione Liguria;
- ii. essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa: - copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; - autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
- iii. essere incondizionata e irrevocabile;



- iv. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- v. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- vi. prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di Stazione Unica Appaltante – SUAR- Regione Liguria e/o degli Enti contraenti;
- vii. prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento della Convenzione e dei Contratti di Fornitura;

viii. avere una durata almeno pari a tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. Anche qualora l'Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite. L'importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi previsti ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà produrre le certificazioni di qualità conforme alle suddette norme in originale formato elettronico ovvero in copia (scannerizzata) corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 DPR n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.


Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della Convenzione e dei contratti di fornitura e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi e dalla Convenzione. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nella Convenzione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia impossibilitato a fornire la cauzione definitiva, di cui al presente paragrafo, in formato elettronico, lo stesso potrà presentare cauzione originale in formato cartaceo. In tale caso la cauzione definitiva dovrà comunque contenere tutte le prescrizioni e le clausole sopra descritte.



Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste, devono essere conformi agli Schemi tipo approvati dal MISE con decreto di concerto con il MIT e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

24. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Con la stipula della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Contratti di fornitura, l'aggiudicatario di ciascun lotto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula della Convenzione è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, pena la risoluzione della Convenzione stessa.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.


26. OSSERVANZA DEL PTPCT E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa partecipante alla gara si impegna ad osservare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato da Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n.39/2020, parzialmente modificato con deliberazioni della Giunta regionale n. 279/2020 e n. 1055/2020, nonché il Codice di Comportamento adottato da Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n.187 del 12 marzo 2021.

Entrambi i documenti sopra richiamati sono liberamente consultabili sul sito istituzionale di Regione Liguria, nella sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali (<https://www.regione.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general-organigramma.html>).

In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nello svolgimento della procedura di gara, ivi compresa



la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016.

Agli stessi obblighi è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.

Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.


L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa degli obblighi sopra richiamati può comportare, previa contestazione scritta:

- L'esclusione dalla procedura di gara e l'escussione della garanzia provvisoria se l'inosservanza è accertata nella fase antecedente l'aggiudicazione della procedura ed integra una delle ipotesi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
- La revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria se l'inosservanza è accertata successivamente all'aggiudicazione ma prima della stipula del contratto
- La risoluzione del contratto e l'escussione della cauzione definitiva se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo), relativi alla verifica di affidabilità dell'aggiudicatario della gara in oggetto, prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura in oggetto si impegnano a corredare l'offerta formalizzata del Modello M.7 relativo alle seguenti specifiche, procedure e tutele, volte alla protezione dei dati, della dignità, delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo, nonché della valutazione di impatto privacy riguardante:

- a) le finalità perseguite nel trattamento dati, quali già precisate dalla stazione appaltante, garantendo il rispetto delle medesime ed illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi a illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente l'interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati verranno raccolti ed a trattare i dati in conformità al dettato normativo;
- b) di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;
- c) di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;
- d) di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre 5 giorni, preferibilmente via pec indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all'Azienda Sanitaria ed Ente/Istituto del Servizio Sanitario Regionale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

e) di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;

f) di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate.

Inoltre l'attività sostanziale, sottesa alla presente gara ovvero da eseguirsi a seguito di questa, resta nell'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario che è tenuto a rispondere direttamente, a tutti gli effetti di legge, con manleva per eventuali violazioni di norme, inadempimenti giuridici, inosservanze regolamentari, nonché per i danni inerenti/derivanti dal trattamento dati inerente o derivanti dalle attività di gara di cui gli aderenti alle risultanze di gara possano essere chiamati a rispondere sia civilmente, sia in punto privacy.

Titolare del trattamento dei dati personali è SUAR Regione Liguria con sede legale in Via Fieschi 15 - Genova alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it

I dati personali potranno essere comunicati a Enti terzi che collaborano con SUAR per la gestione/cura del procedimento di gara; tali organismi saranno nominati Responsabili e successivamente procederanno alla nomina/incarico dei soggetti che effettueranno il trattamento dei dati.

In particolare, si tratta di:


- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara che verranno di volta in volta costituite;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

Inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sui siti internet www.ariaspa.it e www.acquistiliguria.it

I dati potranno essere comunicati agli Enti beneficiari delle prestazioni contrattuali.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

A. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

A.1 Capitolato Tecnico e prestazionale

A.1.1. Fabbisogni

A.1.2. Basi d'asta

A.2 Schema di Convenzione

B. Bando di gara (GUUE)

C. Disciplinare di gara

D. Patto di integrità

E. Modalità Tecniche utilizzo Sintel

Modelli:

M.1 Istanza di partecipazione

M.2 DGUE

M.3 Dichiarazione di Avvalimento (eventuale)

M.4 Dichiarazione di Aggiornamento Tecnologico/Ampliamento gamma

M.5 Dichiarazione di Offerta Tecnica

M.5ter Offerta economica Silente

M.6 Dichiarazione di Offerta economica

M-6excel Dettaglio prezzi unitari

M-7 Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)


M-8 Dichiarazione di segretezza offerta

S.U.A.R. Regione Liguria

Il Dirigente RUP

Dott. Luigi Moreno Costa


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

CARATTERISTICHE TECNICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la
piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di
"Materiale per Radiologia Interventistica"
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12
mesi)
N. gara 8248504
Lotti n. 171**



OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Con decreto n. 5877- 2021 del 01/10/2021, pubblicata nella sezione “Documentazione di gara” congiuntamente a tutta la documentazione relativa alla procedura in argomento, questa Amministrazione ha decretato di indire la fornitura di **“materiale per Radiologia Interventistica”**

L'affidamento avverrà mediante:

Modalità di affidamento	Norma di riferimento D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	Caratteristiche dispositivi
Lotti con più aggiudicatari	art. 54 La modalità individuata per lo svolgimento della gara è la procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo quadro.	Dispositivi parzialmente fungibili tra loro, per i quali è indispensabile disporre di una pluralità di opzioni alternative. Nell'ambito di tali tipologie sono presenti lotti senza quote predefinite, in ragione del ridotto/minimo livello di equivalenza prestazionale.

Lotti affidati mediante Accordo quadro:

L'aggiudicazione avverrà in Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016.

A seguito della conclusione dell'Accordo quadro, gli enti sanitari che aderiranno, potranno aggiudicare propri appalti basati sull'Accordo Quadro:

1. ALMENO il 60% della fornitura verrà affidato al concorrente aggiudicatario dell'Accordo Quadro che risulterà primo classificato nella graduatoria finale.
2. alle restanti ditte risultate IDONEE la fornitura potrà essere affidata, sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni utilizzatrici (art. 54 – comma 4 – lett. a – D. Lgs. n° 50/2016).


Per tutti i lotti posti a gara:

Un medesimo prodotto non potrà risultare primo aggiudicatario di più lotti.

Qualora il medesimo prodotto risultasse primo aggiudicatario in due o più lotti, la scelta della Ditta aggiudicataria sarà effettuata motivatamente da parte della Centrale in base al criterio di convenienza economica, sulle risultanze del confronto simultaneo di tutte le offerte ricevute.

I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche specificate per ogni singolo lotto.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dal lotto, fatta salva l'applicazione dell'art. 68 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

I prodotti oggetto della fornitura dovranno inoltre essere conformi alle norme vigenti a livello nazionale e comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, all'immissione in commercio e all'uso; tale conformità dovrà sussistere sia all'atto dell'offerta, sia a seguito di ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Oltre a quelli specificati nei singoli lotti, i prodotti oggetto della presente fornitura dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi: essere biocompatibili, latex free e ftalati free.

Tutti i prodotti devono possedere il codice CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi).

Tutti i prodotti devono essere conformi alla Direttiva 93/42 CE concernente i dispositivi medici, recepita con D. Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e successive integrazioni e/o modifiche ed essere conformi alla normativa vigente con particolare riferimento alla F.U.I. in vigore.

Al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta i prodotti offerti dovranno essere vendibili al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e, pertanto essere in possesso di tutte le autorizzazioni, certificazioni e numero di repertorio di legge.

Confezionamento

1. Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana e conformi alla Direttiva CE sopra riportata.
2. Tutti i prodotti devono essere confezionati in idonei imballaggi che garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.


In particolare sono richiesti tre tipi di imballaggio:

- un primo imballaggio per il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda;
- un secondo imballaggio, diverso da quello precedente, idoneo allo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. Esso dovrà garantire agli operatori un facile prelievo dell'articolo ed il controllo sulla quantità residua. L'imballo per l'uso in ambiente asettico deve essere tale da garantire la protezione del contenuto dall'umidità e dalla polvere, evitando in siffatta maniera qualsiasi tipo di contaminazione;
- la confezione del singolo prodotto, costituita da materiale conforme a quanto richiesto dalla Farmacopea Europea. La confezione deve permettere un'apertura facile e sicura al fine di non contaminare il contenuto. Le dimensioni dovranno essere adeguate al contenuto.

3. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne.

In particolare sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- la descrizione del prodotto comprensiva del nome;
- il numero di codice del prodotto;
- il nome del produttore;
- la data di scadenza della sterilità e/o la durata;
- la dicitura chiara "sterile";
- la dicitura chiara "monouso";
- marchio CE con numero identificativo dell'organismo notificato.




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

Le misure dei diametri, delle lunghezze, ecc. sono indicativi e si accetterà una tolleranza del +/- 20%.


L'appalto è suddiviso in n. 171 lotti, come specificato nella tabella sotto riportata:

LOTTO	CIG	DESCRIZIONE LOTTO
1	886371375B	Ago per accesso vascolare 2 pezzi
2	8863730563	Ago per accesso vascolare 1 pezzo
3	88637451C5	Ago cannula per accesso vascolare arterioso
4	8863760E22	Ago per biopsia epatica transgiugulare
5	8863874C36	Set introduzione con micropuntura
6	88684268A5	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici
7	88684479F9	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici in pazienti obesi
8	8868468B4D	Ago per biopsia ossea
9	8868856B7D	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati
10	8868862074	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati armati
11	88688717DF	Introduttori guida armati
12	8868877CD1	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati lunghi
13	8868887514	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati preformabili per renale
14	8868903249	Dilatatori vascolari e fasciali
15	8868907595	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 15 cm
16	8868916D00	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 30 cm
17	8868934BDB	Guide Angiografiche rigide tipo Amplatz
18	88689411A5	Guide tipo Rosen
19	886894983D	Guide Angiografiche ad elevata portanza con rivestimento in PTFE
20	88689519E3	Guide Angiografiche centimetriche
21	88689866C6	Guide Angiografiche idrofiliche Standard
22	8868993C8B	Guide Angiografiche idrofiliche Stiff – misura guida 150 – 180 cm
23	8869011B66	Guide Angiografiche idrofiliche "half stiff"
24	8869039284	Microguide Angiografiche ad elevato supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi
25	88690435D0	Microguide Angiografiche a medio-basso supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi
26	8869054EE1	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi - lunghezza 180 cm
27	88690614AB	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi – lunghezza 200 e 300 cm
28	886906799D	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di vasi di gamba pluri-stenotici
29	8869085878	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,014 inch
30	8869107A9F	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,018 inch
31	88698439FD	Microguide per procedure extravascolari biliari e urologiche




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

32	8869844AD0	Cateteri angiografici diagnostici configurazione "pig-tail" e "retta"
33	8869849EEF	Cateteri angiografici diagnostici precurvati
34	8869850FC2	Cateteri angiografici diagnostici "pig-tail" centimetrati
35	88698564B9	Cateteri angiografici per trombolisi
36	8869863A7E	Cateteri per angiografie selettive idrofilici
37	8869869F70	Microcateteri coassiali con e senza guida per terapie embolizzanti
38	886987111B	Microcateteri coassiali con guida
39	8869874394	Microcateteri coassiali
40	8869881959	Cateteri guida per procedure interventistiche addominali
41	8869885CA5	Spirali embolizzanti libere tipo "Gianturco"
42	88698900C9	Microspirali libere in platino
43	886989768E	Microspirali a distacco controllato in platino
44	8869900907	Spirali e microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi
45	8869904C53	Spirali e Microspirali in platino a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi
46	886991121D	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla
47	88699133C3	Catetere per drenaggio di raccolte ed ascessi
48	886991770F	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno
49	8869922B2E	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno
50	8869925DA7	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno idrofilo
51	88699290F8	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno-interno
52	886993129E	Endoprotesi ureterale plastica
53	8869934517	Endoprotesi biliare plastica
54	8869938863	Stent ureterali doppio J per rene trapiantato
55	8869942BAF	Kit per angiografia
56	8869967054	Kit per cateterismo venoso centrale
57	88699702CD	Kit per TIPS (Custom Kit)
58	88703994D2	Set per Isterosalpingografia
59	8870431F37	Telo per accesso venoso giugulare e succlavio
60	887044284D	Telo con foro per ricanalizzazione Al sn
61	8870449E12	Kit teleria per vertebroplastica
62	8870460728	Deflussori
63	88704639A1	Siringhe luer lock 1cc
64	8870470F66	Siringhe luer lock 2,5 cc
65	88704807A9	Valvola emostatica tipo Tuohy-Borst
66	8870494338	Raccordi connettori fra catetere e sacca di drenaggio
67	88705018FD	Siringa da 20 ml con manometro
68	8870508EC2	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, non compliant
69	887052197E	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, a doppia compliance
70	8870527E70	Cateteri a palloncino da angioplastica per distretto aortico
71	8870533367	Cateteri a palloncino da occlusione




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

72	8870539859	Cateteri a palloncino per infusione agenti embolici
73	8870547EF1	Cateteri a palloncino a bassa pressione
74	8870551242	Cateteri a palloncino da angioplastica
75	8870561A80	Cateteri a palloncino da angioplastica per trattamenti extravascolari
76	8870567F72	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea over the wire
77	8870572396	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea, tipo "over the wire"
78	8870597836	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica femoro-poplitea e sotto-poplitea
79	8870607079	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica per circolo plantare e dorsale
80	887061356B	Cateteri a palloncino da angioplastica per piccoli vasi
81	8870621C03	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari a celle chiuse "over the wire"
82	88707717CD	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto, "over the wire"
83	8870778D92	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari "mono-rail"
84	8870784289	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in Nitinol "over the wire"
85	8870794AC7	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in acciaio, "over the wire"
86	8870848758	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"
87	8870857EC3	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"
88	887088450E	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto
89	8870895E1F	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in nitinol, ad elevata flessibilità e forza radiale, "over the wire"
90	8870930B02	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol, non coperto
91	8870939272	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol parzialmente coperto
92	887094790A	Sistema di introduzione percutanea per gastrostomie
93	887095607A	Sonda gastrostomica con palloncino
94	887096256C	Set di sutura per ancoraggio parete gastrica
95	8870984793	Set per gastrostomie Sonda gastrostomica
96	8870991D58	Dispositivo per accesso epatico transgiugulare Set per TIPS
97	887099724F	Filtri cavali semi-temporanei
98	8871010D06	Filtri cavali semi-temporanei in Nitinol e/o Acciaio
99	8871030D87	Cateteri venosi centrali a medio termine – CATETERI HOHN
100	8871044916	Catetere tunnellizzabile mono e bilume punta chiusa
101	88710627F1	Port ad alto flusso
102	88710741DA	Port ad alto flusso con catetere a punta chiusa
103	887108179F	Cateteri PICC a punta aperta in silicone
104	8871453A9A	Cateteri PICC a punta aperta in poliuretano
105	8871793330	Set da microintroduzione per PICC punta aperta
106	8871901C4D	Cateteri PICC a punta aperta ad alto flusso
107	8871911490	Set da microintroduzione per PICC punta aperta alto flusso
108	8871919B28	Aghi per port ad alto flusso
109	88719504BF	Materiale embolizzante in microsfele precaricabili con chemioterapia
110	8871957A84	Materiale embolizzante in microsfele precaricabili radiopache



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

111	8871963F76	Microparticelle embolizzanti biodegradabili
112	88719737B9	Sistema periferico per trombectomia
113	8871980D7E	Set di drenaggio pleurico e peritoneale
114	88719840CF	Microcatetere direzionabile per cateterismi vascolari superselettivi
115	8872100089	Sonde laser per angioplastica periferica
116	887210657B	Sistema di embolizzazione tipo plug cilindrico
117	8872112A6D	Sistema di embolizzazione tipo plug a triplice corpo
118	8872119037	Sistema di embolizzazione tipo plug a doppio corpo
119	8872124456	Sistema di embolizzazione tipo microplug
120	8872132AEE	Aghi da biopsia semiautomatici
121	88721390B8	Aghi da biopsia automatici
122	8872142331	Aghi da biopsia full-core
123	8872148823	Pinza per biopsia transcateretere
124	8872152B6F	Sistema di fissaggio sutureless
125	8872156EBB	Sistema di emostasi vascolare con clip starclose
126	88721623B2	Cateteri a palloncino di largo diametro ad alta pressione
127	8872169977	Cateteri da occlusione per procedure vascolari
128	8872176F3C	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 5 a 8 mm
129	88721791BA	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 4 a 6 mm
130	8872181360	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 1,5 a 4 mm
131	8872191B9E	Stent ricoperti
132	8872196FBD	Supporto monouso per ago da biopsia ecoguidata
133	88722013E1	Stent metallici ricoperti per TIPS
134	88722089A6	Stent metallici ricoperti su catetere a palloncino
135	88722246DB	Stent a diametro variabile ricoperti
136	8872228A27	Aterotomo direzionale
137	8872240410	Stent per riduzione flusso TIPS
138	887224582F	Stent a diametro variabile
139	8872252DF4	Sistema di compressione femorale
140	88722750F3	Stent biliare ricoperto
141	887228378B	Stent per il distretto venoso
142	8872326B06	Stent per il distretto venoso iliaco
143	8872353151	Stent per vasi di grosso calibro
144	8872358570	Stent per aorta/vena cava
145	8872364A62	Catetere di ancoraggio multilume
146	88723720FF	Catetere di ancoraggio monolume
147	887238293D	Catetere a palloncino con concentrazione di forza focale
148	8872390FD5	Catetere di supporto
149	88723953F9	Stent rivestito vascolare per piccoli vasi
150	8872399745	Sistema per trombectomia meccanica percutanea




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

151	88724029BE	Power PICC, punta chiusa
152	8872407DDD	Microcatetere con palloncino antireflusso
153	88724132D4	Catetere di recupero a pinza
154	88725102E0	Sistemi di rientro vascolari
155	8872512486	Cateteri da dialisi permanenti (tipo "Tesio")
156	88725156FF	Filtro cavale per megacave
157	8872523D97	Microsfere di tris-acrilico per embolizzazioni
158	8872525F3D	Sistema endovascolare per la trombolisi accelerata mediante ultrasuoni
159	88725270E8	Sistema per iniezione CO2
160	8872530361	Sistema per la litotripsia intravascolare periferica
161	8872532507	Sistema emostatico attivo riassorbibile
162	88725346AD	Sistemi totalmente impiantabili a punta aperta ad inserzione periferica (miniport)
163	8872537926	Catetere venoso periferico per infusione ad alta pressione
164	8872542D45	Sistema per il trattamento ablativo percutaneo tramite crio ablazione
165	8872545FBE	Stent ricoperto per il distretto femorale arterioso
166	8872546096	Sistema per la prevenzione e il trattamento del pneumotorace durante le biopsie polmonari
167	8872547169	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea monorail
168	887254930F	Stent metallici vascolari a celle chiuse, "over the wire"
169	88725514B5	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla
170	887255365B	Sistema di emostasi vascolare
171	88725568D4	Cateteri Venosi Centrali permanenti per dialisi

La fornitura, dopo le valutazioni tecniche di idoneità, sarà aggiudicata per ogni singolo lotto con il criterio di cui all'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, a favore della/e Ditta/e che, avendo proposto prodotti corrispondenti alla richiesta ed alle caratteristiche appositamente precisate nel presente "Caratteristiche tecniche – Criteri di valutazione", avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri:

- ❑ **PREZZO: massimo punti 30**
- ❑ **QUALITA': massimo punti 70** in base ai criteri di valutazione specificati lotto per lotto come oltre riportato sulla base dei parametri di valutazione indicati nel presente "Allegato C.1 – Caratteristiche tecniche – Criteri di valutazione" e secondo i metodi di attribuzione dei punteggi previsti nella tabella seguente:

Tipologia di criterio	Modalità di determinazione dei coefficienti	Formule / Scale utilizzate	Identificativo
Criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.	Si utilizzerà una scala di valori del tipo: Minimo: rispondente ai requisiti senza elementi migliorativi o con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo.....coeff. da 0 a 0,5	Q1



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

		<p>Discreto: rispondente ai requisiti con elementi migliorativicoeff. <i>da 0,6 a 0,7</i></p> <p>Buono: rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievocoeff. <i>da 0,8 a 0,9</i></p> <p>Ottimo : ampiamente superiore ai requisiticoeff. <i>1,0</i></p>	
Criteri di natura qualitativa con caratteristiche intangibili	<p>I coefficienti saranno determinati attraverso confronto a coppie.</p> <p>Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.</p> <p>La somma delle valutazioni attribuite per ogni coppia di offerta da parte di tutti i commissari viene trasformata in coefficiente definitivo, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre valutazioni effettuate.</p> <p>Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q 1.</p>		Q2
Criteri qualitativi di natura tangibile e misurabile oggettivamente	<p>I valori risultanti dalla misurazione oggettiva dei parametri saranno trasformati mediante formule matematiche cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> coefficiente pari a 1 all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice; coefficiente pari a 0 pari al valore posto a base di gara; coefficienti variabili da 0 a 1 determinati per interpolazione lineare per le diverse offerte fra i due valori. 	<p>Per i parametri che valorizzano al rialzo le caratteristiche tecniche (offerta maggiore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore offerta da valutare – Valore a base Gara) / (Valore offerta massima – Valore a Base di gara).</p>	Q 3
		<p>Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta minima, diminuito del 20%.</p>	Q 3 *
		<p>Per i parametri che valorizzano al ribasso le caratteristiche tecniche (offerta minore → migliore coefficiente) si utilizzerà la formula (Valore a base Gara -Valore offerta da valutare) / (Valore a Base di gara - Valore offerta minima)</p>	Q 4
		<p>Nel caso in cui non sia fissato il valore a base di gara si assumerà come tale il valore dell'offerta massima, aumentato del 20%.</p>	Q 4 *
Per i criteri qualitativi di natura tangibile che prevedono la valutazione della presenza/assenza di una determinata caratteristica	<p>Coefficiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> presenza pari a 1 assenza pari a 0 		Q 5



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

I coefficienti così ottenuti saranno trasformati in punteggi moltiplicando i valori ottenuti secondo la procedura sopra illustrata per i pesi attribuiti a ciascun parametro di valutazione.

In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati tre decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato, per eccesso o per difetto, a seconda che la quarta cifra decimale risulti rispettivamente maggiore (o uguale) di 5 oppure minore di 5.

Alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai vari criteri qualitativi in base alla tabella sopra esposta verranno attribuiti punti 70 e proporzionalmente alle altre.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

CARATTERISTICHE TECNICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Di seguito vengono elencate le caratteristiche tecniche ed i criteri di valutazione dei lotti individuati per la fornitura dei dispositivi oggetto di gara.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle inserite nei vari lotti con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.B. E' prevista una tolleranza +/- 20% rispetto al valore indicato



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 1
Ago per accesso vascolare 2 pezzi

Caratteristiche minime:

Ago tipo Seldinger compatibile con guide almeno 0.035", con impugnatura in plastica ad alette, cannula in acciaio inossidabile a parete sottile e mandrino estraibile in acciaio inossidabile con punta tagliente, ecogenico.

18G e 19G – lunghezza 7 cm circa.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità e scivolosità di penetrazione	20	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza del lume interno	10	Q1	D	----	----
3	Resistenza del piegamento	20	Q1	D	----	----
4	Ecogenicità	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 2

Ago per accesso vascolare 1 pezzo

Caratteristiche minime:

Ago monoparete compatibili con guide almeno 0.035 inch, impugnatura in plastica ad alette, cannula in acciaio inossidabile a parete sottile con punta tagliente, ecogenico.

18G e 19G – lunghezza 7 cm circa.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità e scivolosità di penetrazione	20	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza del lume interno	10	Q1	D	----	----
3	Resistenza del piegamento	20	Q1	D	----	----
4	Ecogenicità	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 3

Ago cannula per accesso vascolare arterioso

Caratteristiche minime:

Ago-cannula per accesso arterioso con cannula in teflon ed ago monoparete in acciaio tagliente corredato di serbatoio di raccolta compatibile con guide 0.038 inch.

Accurata rastrematura nel passaggio cannula-ago per facilitare l'accesso in arteria.

18G – lunghezza 7 cm circa.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità e scivolosità di penetrazione	20	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza del lume interno	10	Q1	D	----	----
3	Resistenza del piegamento	20	Q1	D	----	----
4	Ecogenicità	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 4

Ago per biopsia epatica transgiugulare

Caratteristiche minime:

Ago per biopsia epatica transgiugulare tipo Ross modificato di acciaio morbido adatto anche per TIPS, costituito da un ago 16G - 51cm e un catetere 9Fr o 10Fr - 45cm.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di penetrazione	20	Q1	D	----	----
2	Rastrematura cannula-mandrino	20	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza del lume interno	10	Q1	D	----	----
4	Resistenza al piegamento	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 5

Set di introduzione con micropuntura

Caratteristiche minime:

Set di introduzione, sterile e monouso, comprensivo di:

- Ago 21G-7cm, monoparete accettante guida 0.018inch;
- Guidino in Nitinol 0.018inch con punta altamente radiopaco;
- Catetere esterno 4 e 5 Fr almeno lungo 5 cm;
- Dilatore coassiale 4 e 5 Fr.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione	20	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'inginocchiamento	15	Q1	D	----	----
3	Adeguate rastrematura catetere est.-dilatore	15	Q1	D	----	----
4	Navigabilità e supporto della guida	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 6

Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici

Caratteristiche minime:

Set di introduzione, sterile e monouso, comprensivo di:

- Ago di Chiba (tipo Trocar) 21 G - lunghezza 15cm.
- Guidino in Nitinol 0.018inch lunghezza 60cm circa con estremità morbida ~~in platino~~ altamente radiopaco.
- Sistema coassiale composta da: n°1 dilatatore 4Fr con irrigiditore metallico e camicia 6Fr con luer-lock e repere radiopaco sulla punta distale.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione del sistema	20	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'inginocchiamento	10	Q1	D	----	----
3	Adeguate rastrematura catetere est.-dilatatore	10	Q1	D	----	----
4	Navigabilità e supporto della guida	20	Q1	D	----	----
5	Affilatura della punta dell'ago	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 7

Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici in pazienti obesi

Caratteristiche minime:

Set di introduzione, sterile e monouso, per pazienti obesi comprensivo di:

- Ago di Chiba (tipo Trocar) 21G lunghezza di almeno 20 cm;
- Guidino in Nitinol 0.018 inch lunghezza 60cm circa con estremità morbida in materiale altamente radiopaco;
- Sistema coassiale composta da: n°1 dilatatore 4Fr-lunghezza 20cm con irrigiditore metallico e camicia 6Fr-lunghezza 20cm con luer-lock e repere radiopaco sulla punta distale.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicata	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione del sistema	25	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'inginocchiamento dell'ago	10	Q1	D	----	----
3	Adeguate rastrematura catetere est.-dilatatore	10	Q1	D	----	----
4	Navigabilità e supporto della guida	25	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 8
Ago per biopsia ossea

Caratteristiche minime:

Aghi per biopsia ossea in acciaio, martellabili, dotati di attacco luer-lock a vite, con alette di recupero e sistema di bloccaggio del mandrino a clip. Impugnatura ergonomica. Lunghezza di almeno 100 mm e punta a becco di flauto o a punta di diamante in almeno tre diverse misure. Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Ergonomicità dell'impugnatura	25	Q1	D	----	----
2	Capacità di penetrazione dell'ago	25	Q1	D	----	----
3	Gamma misure disponibili	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 9

Introduttori vascolari artero-venosi valvolati

Caratteristiche minime:

Sterili, monouso, non armati, buona radiopacità in set comprensivo di:

- **Cannula introduttore** flessibile e resistente all'inginocchiamento, a parete sottile in teflon che consenta l'inserimento di cateteri preformati dello stesso French senza creare attriti. Deve essere dotata di valvola emostatica in silicone ad ottima tenuta collegata ad una via laterale che termina con rubinetto a 3 vie. Presenza di anello di ancoraggio a cute orientabile, dell'indicazione della misura in French e codice colore.
- **Dilatatore** di diametro esattamente corrispondente al diametro interno della cannula. Materiale morbido e traumatico con una lunga rastrematura del puntale al fine di ridurre sensibilmente lo scalino tra introduttore e dilatatore. Aggancio circolare di sicurezza.
- Eventuale presenza di guidino lungo 45 cm circa.

Diametri : 4-5-6-7-8-9-10-11 Fr

Lunghezze: 10 e 25 cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione	10	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'inginocchiamento	10	Q1	D	----	----
3	Facilità di inserzione dei cateteri	10	Q1	D	----	----
4	Tenuta della valvola attorno a vari diametri	10	Q1	D	----	----
5	Spessore della parete/adeguata rastrematura cannula-dilatatore	20	Q1	D	----	----
6	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 10

Introduttori vascolari artero-venosi valvolati armati

Caratteristiche minime:

Introduttori sterili, monouso, estremamente scorrevoli, sufficientemente radiopachi da utilizzare in manovre di “cross-over” o in pazienti obesi per accessi femorali anterogradi in set comprensivo di:

- **Cannula introduttore** in poliuretano rinforzata al suo interno con funzione antipiegamento e rivestita di materiale idrofilico all'esterno. Deve essere dotata di valvola emostatica in silicone antireflusso ad ottima tenuta collegata ad una via laterale che termina con rubinetto. Presenza di banda radiopaca sulla punta. Codice colore per identificazione del frenchaggio.
- **Dilatatore** di diametro esattamente corrispondente al diametro interno della cannula con blocco a scatto sulla cannula introduttore.

Diametri : 5-6-7-8-9-10 Fr

Lunghezze: da 11 a 100 cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione	10	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'inginocchiamento	10	Q1	D	----	----
3	Facilità di inserzione dei cateteri	10	Q1	D	----	----
4	Tenuta della valvola attorno a vari diametri	10	Q1	D	----	----
5	Adeguate rastrematura cannula-dilatatore	20	Q1	D	----	----
6	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 11
Introduttori guida armati

Caratteristiche minime:

Introduttori sterili, monouso, estremamente scorrevoli, sufficientemente radiopachi da utilizzare in procedure interventistiche sul distretto arterioso addominale e periferico in set comprensivo di:

- **Catetere introduttore** in nylon a parete ultra-sottile armato, porzione distale con rivestimento idrofilico e punta atraumatica disponibile nelle configurazioni sottoelencate. Presenza di valvola emostatica in silicone antireflusso ad ottima tenuta collegata ad una via laterale che termina con rubinetto.
- **Dilatatore** di diametro esattamente corrispondente al diametro interno della cannula.

Configurazioni: Dritta, Multipurpose, HockeyStick, curva RDC e Lima.

Diametri : 5-6-7 Fr

Lunghezze: 45-65-90 cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione / atraumaticità della punta con adeguata rastrematura cannula-dilatatore	10	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'inginocchiamento	10	Q1	D	----	----
3	Capacità di progressione in vasi tortuosi	10	Q1	D	----	----
4	Tenuta della valvola attorno a vari diametri	10	Q1	D	----	----
5	Facilità di inserzione dispositivi	20	Q1	D	----	----
6	Gamma di misure e configurazioni disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 12

Introduttori vascolari artero-venosi valvolati lunghi

Caratteristiche minime:

Sterili, monouso, estremamente scorrevoli, sufficientemente radiopachi da utilizzare in procedure interventistiche sul distretto arterioso carotideo-cerebrale e periferico in “cross-over” in set comprensivo di:

- **Catetere introduttore** valvolato, armato, con rivestimento esterno idrofilico e banda radiopaca distale.
- **Dilatatore**: compatibile con guida 0,038inch.

Configurazioni: Dritta.

Diametri : 4-5-6-7-8 Fr

Lunghezze: 90-110cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione / atraumaticità della punta con adeguata rastrematura cannula-dilatatore	10	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'ingincchiamento	10	Q1	D	----	----
3	Capacità di progressione in vasi tortuosi	10	Q1	D	----	----
4	Tenuta della valvola attorno a vari diametri	10	Q1	D	----	----
5	Facilità di inserzione dispositivi	20	Q1	D	----	----
6	Gamma di misure e configurazioni disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 13

Introduttori vascolari artero-venosi valvolati preformabili per renale

Caratteristiche minime:

Sterili, monouso, estremamente scorrevoli, sufficientemente radiopachi da utilizzare in procedure interventistiche sul distretto arterioso carotideo-cerebrale e periferico in “cross-over” in set comprensivo di.

- **Catetere introduttore** valvolato, armato, con rivestimento esterno idrofilico e banda radiopaca distale.
- **Dilatatore**: compatibile con guida 0,038inch.

Configurazioni: Dritta.

Diametri : 4-5-6-7-8 Fr

Lunghezze: 90-110cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione / atraumaticità della punta con adeguata rastrematura cannula-dilatatore	10	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'inginocchiamento	10	Q1	D	----	----
3	Capacità di progressione in vasi tortuosi	10	Q1	D	----	----
4	Tenuta della valvola attorno a vari diametri	10	Q1	D	----	----
5	Facilità di inserzione dispositivi	20	Q1	D	----	----
6	Gamma di misure e configurazioni disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 14
Dilatatori vascolari e fasciali

Caratteristiche minime:

Sterili, monouso, estremamente scorrevoli, sufficientemente radiopachi, ben rastremati in punta accettanti filo guida almeno da 0.35inch.

Diametri: 4-5-6-7-8-9-10-11-12 Fr

Lunghezza: 20 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione	25	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'inginocchiamento	20	Q1	D	----	----
3	Adeguate rastrematura della punta	15	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 15

Introduttori con guaina a strappo “peel-away” lunghezza 15 cm

Caratteristiche minime:

Introduttori sterili, monouso, estremamente scorrevoli, sufficientemente radiopachi con adeguata rastrematura tra dilatatore e guaina da utilizzare in procedure di interventistica biliare e urologica per il posizionamento di endoprotesi plastiche.

Diametri : 7-8-9-10-12-14 Fr

Lunghezza : 15 cm per ogni diametro circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione	20	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'ingincchiamento	20	Q1	D	----	----
3	Facilità di estrazione della guaina “peel-away”	10	Q1	D	---	---
4	Adeguata rastrematura guaina-dilatatore	10	Q1	D	----	----
5	Gamma misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 16

Introduttori con guaina a strappo “peel-away” lunghezza 30 cm

Caratteristiche minime:

Introduttori sterili, monouso, estremamente scorrevoli, sufficientemente radiopachi con adeguata rastrematura tra dilatatore e guaina da utilizzare in procedure di interventistica biliare e urologica per il posizionamento di endoprotesi plastiche.

Diametri : 8-9-10-12-14 Fr

Lunghezza : 30 cm per ogni diametro

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione	20	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'ingincchiamento	20	Q1	D	----	----
3	Facilità di estrazione della guaina “peel-away”	10	Q1	D	----	----
4	Adeguata rastrematura guaina-dilatatore	10	Q1	D	----	----
5	Facilità inserzione dispositivi	5	Q1	D	----	----
6	Gamma di misure disponibili	5	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 17

Guide Angiografiche rigide tipo Amplatz

Caratteristiche minime:

Sterili, monouso ad anima fissa in acciaio, rastremate in punta, filo di sicurezza interno, teflonate, ad elevata rigidità con punta flessibile compresa tra 3 e 7 cm da utilizzarsi preferenzialmente in procedure di Radiologia Interventistica extra-vascolare (biliare e urologico).

Diametri: 0,035 inch

Lunghezze: 80, 145, 180 e 260 cm

Estremità della guida: 3 J e retta

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Resistenza al piegamento	10	Q1	D	----	----
2	Portanza dispositivi (endoprotesi ecc.)	20	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza all'interno dei cateteri	10	Q1	D	----	----
4	Disponibilità gamma di misure	15	Q1	D	----	----
5	Caratteristiche e tipologie della punta	15	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 18
Guide tipo Rosen

Caratteristiche minime:

Guida da 0.35 in acciaio inox e rivestimento esterno in TFE con anima di sicurezza interna per tutta la sua lunghezza. Guida ad alto supporto priva di punti di saldatura, rastrematura in punta molto corta e lunghezza della punta flessibile di 2 cm. La punta della guida ha una configurazione a J con raggio di curvatura di 1.5 mm.

Lunghezza da 145 a 260 cm.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Scorrevolezza	20	Q1	D	----	----
2	Atraumaticità	30	Q1	D	----	----
3	Radiopacità	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 19

Guide Angiografiche ad elevata portanza con rivestimento in PTFE

Caratteristiche minime:

Sterili, monouso in lega metallica rivestito in PTFE, punta flessibile (10-15cm circa) e porzione terminale maggiormente radiopaca preformabile da utilizzarsi in procedure interventistiche extravascolari di posizionamento di endoprotesi colon retтали.

Diametri: 0,035 inch

Lunghezze: 300 cm

Estremità della guida: "Punta dritta o J preformabile"

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Resistenza al piegamento	10	Q1	D	----	----
2	Portanza dispositivi (endoprotesi ecc.)	30	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza all'interno dei cateteri	15	Q1	D	----	----
4	Atraumaticità	15	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 20
Guide Angiografiche centimetricate

Caratteristiche minime:

Sterili, monouso in acciaio inossidabile con rivestimento in TFE graduate su 25 cm della porzione distale (1 cm per 5 cm nell'estremità distale e ogni 5 cm più prossimalmente).

Diametri: 0,035 inch

Lunghezze: 180 cm

Estremità della guida: retta

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Visibilità marker di centimetratura	30	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza all'interno del catetere	20	Q1	D	----	----
3	Atraumaticità della punta	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 21
Guide Angiografiche Idrofiliche Standard

Caratteristiche minime:

Sterili, monouso, radiopache con anima in Nitinol, rivestimento esterno idrofilico con punta flessibile e rastremata per navigare in vasi estremamente tortuosi.

Diametri: da 0,018" a 0,038"

Lunghezze: 150,180 e 260 cm

Estremità della guida: retta, angolata e preformabile

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	20	Q1	D	----	----
2	Atraumaticità	5	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza	10	Q1	D	----	----
4	Navigabilità	20	Q1	D	----	----
5	Gamma di misure disponibili	15	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 22

Guide Angiografiche Idrofiliche Stiff

Lunghezze guida 150, 180 cm

Caratteristiche minime:

Sterili, monouso, radiopache con anima in Nitinol, rivestimento esterno idrofilico con punta flessibile e rastremata ad elevato supporto per navigare in vasi tortuosi o effettuare ricanalizzazioni secondo la tecnica sub-intimale.

Diametri: 0,035 inch

Lunghezze: 150,180 cm

Estremità della guida: retta e angolata

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	10	Q1	D	----	----
2	Atraumaticità	10	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza	10	Q1	D	----	----
4	Supporto	20	Q1	D	----	----
5	Navigabilità	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 23
Guide Angiografiche Idrofiliche "Half Stiff"

Caratteristiche minime:

Sterili, monouso, radiopache con anima in Nitinol, rivestimento esterno idrofilico con punta flessibile, rastremata e possibilità di differenti supporti medio-distali per effettuare ricanalizzazioni e cambi cateteri.

Diametri: 0,035 inch

Lunghezze: 180 e 260 cm

Estremità della guida: angolata, 1,5J e 2,5J.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	10	Q1	D	----	----
2	Atraumaticità	10	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza	10	Q1	D	----	----
4	Elasticità	20	Q1	D	----	----
5	Navigabilità	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 24

Microguide Angiografiche ad elevato supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi

Caratteristiche minime:

Sterili, monouso, con anima ad elemento in acciaio, nitinol o ibride acciaio/nitinol e provviste di rivestimento idrofilico nella loro interezza. Punta distale con anima appiattita che consente di essere modellata per configurarla all'anatomia del paziente. Il tratto distale della guida deve essere estremamente radiopaco (almeno 3 cm). Devono garantire elevata elasticità, cioè resistenza alla deformazione. Disponibili in almeno 2 gradazioni di rigidità dello stelo.

Diametri: 0,014inch

Lunghezze: 180 e 300 cm

Estremità della guida: retta o angolata.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.


Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	10	Q1	D	----	----
2	Modellabilità e memoria della punta	10	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza /elasticità	20	Q1	D	----	----
4	Atraumaticità	10	Q1	D	----	----
5	Portanza	10	Q1	D	----	----
6	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 25

Microguide Angiografiche a medio-basso supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi

Sterili, monouso, con anima ad elemento unico in acciaio e provviste di rivestimento idrofilico nella loro interezza. Punta distale con anima appiattita che consente di essere modellata per configurarla all'anatomia del paziente. Il tratto distale della guida deve essere estremamente radiopaco (ultimo 2cm). Devono garantire elevata elasticità, cioè resistenza alla deformazione. Disponibili in almeno 3 gradazioni di rigidità della punta (morbide, intermedie e standard).

Diametri: 0,014inch

Lunghezze: 180 e 300cm

Estremità della guida: retta o angolata.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	10	Q1	D	----	----
2	Modellabilità e memoria della punta	10	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza /elasticità	20	Q1	D	----	----
4	Atraumaticità	10	Q1	D	----	----
5	Portanza	10	Q1	D	----	----
6	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 26

Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi – lunghezza 180 cm

Sterili, monouso, con anima in lega metallica che consente un ottimo controllo di torsione e supporto. La punta deve essere flessibile e idrofila nei centimetri distali in modo da permettere la navigazione in vasi distali molto tortuosi. Il tratto distale della guida deve essere estremamente radiopaco e preformabile.

Diametri: 0,016 inch

Lunghezze: 180 cm

Estremità della guida: preformabile.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	10	Q1	D	----	----
2	Modellabilità e memoria della punta	10	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza /elasticità	20	Q1	D	----	----
4	Atraumaticità	10	Q1	D	----	----
5	Portanza	10	Q1	D	----	----
6	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 27

Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi – lunghezza 200 e 300 cm

Sterili, monouso, con anima in lega metallica che consente un ottimo controllo di torsione e supporto. La punta deve essere flessibile e idrofila nei centimetri distali in modo da permettere la navigazione in vasi distali molto tortuosi. Il tratto distale della guida deve essere estremamente radiopaco e preformabile.

Diametri: 0,018 inch

Lunghezze: 200 e 300 cm circa

Estremità della guida: preformabile.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	10	Q1	D	----	----
2	Modellabilità e memoria della punta	10	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza /elasticità	20	Q1	D	----	----
4	Atraumaticità	10	Q1	D	----	----
5	Portanza	10	Q1	D	----	----
6	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 28

Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di vasi di gamba pluri-stenotici

Sterili, monouso, a corpo unico per ricanalizzazione vasi di gamba pluri-stenotici, punta a spirale costituita in acciaio nella parte prossimale e platino in quella distale, con elevata capacità di navigazione. Possibilità di differenti carichi della punta ("grammature").

Diametri: 0,014 inch

Lunghezze: 180 e 300cm

Carico della punta: 6-12-18 e 25gr

Estremità della guida: angolata o retta.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	20	Q1	D	----	----
2	Navigabilità	20	Q1	D	----	----
3	Radiopacità	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 29

Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,014 inch

Sterili, monouso, a corpo unico per disostruzione delle occlusioni totali croniche, corpo della guida in acciaio rivestita in PTFE e porzione distale in materiale altamente penetrante rivestita in materiale idrofilico ad eccezione della punta, con elevata capacità di penetrazione. Possibilità di differenti carichi della punta (“grammature”).

Diametri: 0,014 inch

Lunghezze: 180 e 300 cm

Carico della punta: tra 3 e 12gr

Estremità della guida: retta

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	20	Q1	D	----	----
2	Navigabilità	20	Q1	D	----	----
3	Capacità di penetrazione	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 30

Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,018 inch

Sterili, monouso, a corpo unico per disostruzione delle occlusioni totali croniche, corpo della guida in acciaio rivestita in PTFE e porzione distale in materiale altamente penetrante rivestita in materiale idrofilico ad eccezione della punta, con elevata capacità di penetrazione. Possibilità di differenti carichi della punta (“grammature”).

Diametri: 0,018 inch

Lunghezze: 180 e 300 cm

Carico della punta: tra 12 e 30 gr

Estremità della guida: retta

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

SCHEDA CRITERI VALUTATIVI		
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	20	Q1	D	----	----
2	Navigabilità	20	Q1	D	----	----
3	Capacità di penetrazione	20	Q1	D	----	----
4	Gamma misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 31

Microguide Angiografiche per procedure extravascolari biliari e urologiche

Sterili, monouso, per sistemi coassiali con corpo rigido in Nitinol e porzione distale spiralata in materiale altamente radiopaco. Flessibilità dei 5 cm terminali. Possibilità di preformare la punta.

Diametri: 0,018 inch

Lunghezze: almeno 60 cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	20	Q1	D	----	----
2	Navigabilità	10	Q1	D	----	----
3	Portanza	20	Q1	D	----	----
4	Resistenza alle pieghe	10	Q1	D	----	----
5	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 32

Cateteri angiografici diagnostici configurazione “pig-tail” e “retta”

Sterili, monouso, ad alto flusso, accettanti guida 0,035 e 0,038inch, resistenti alla pressione massima 1200psi, struttura in nylon, atrombogenici ed ampio lume interno. Presenza di almeno 10 fori laterali e markers radiopaco in punta. Raccordo in plastica.

Diametri: 4Fr (compatibili con guide 0,035inch) e 5Fr (compatibili con guide 0,038inch)

Lunghezze: 65-70cm e 100-110cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.


Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	20	Q1	D	----	----
2	Memoria della curva	10	Q1	D	----	----
3	Resistenza all'inginocchiamento	10	Q1	D	----	----
4	Scorrevolezza	10	Q1	D	----	----
5	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
6	Spingibilità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 33

Cateteri angiografici diagnostici precurvati

Sterili, monouso, per cateterismo selettivo con corpo in nylon armato e punta distale in poliuretano. Ottimo controllo di torsione e fine armatura metallica interna che non comprometta il lume, eviti il "Kinking" e mantenga un adeguata memoria di forma. Devono essere radiopachi, accettare guide 0,035 inch, sopportare alti flussi e pressioni fino a 1000psi. Presenza di punta morbida non traumatica in corpo unico non saldato senza fori laterali.

Diametri: 4Fr e 5Fr

Lunghezze: 65 e 100 cm circa

Curve: Multipurpose, Cobra 1-2 e 3, Sheperd Hook, Uni-Select, J curve, Simmons 1 e 2, Headhunter I, Berenstein II e Vertebral.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	20	Q1	D	----	----
2	Memoria della curva	10	Q1	D	----	----
3	Resistenza all'inginocchiamento	10	Q1	D	----	----
4	Scorrevolezza	10	Q1	D	----	----
5	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
6	Spingibilità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 34

Cateteri angiografici diagnostici "pig-tail" centimetrati

Sterili, monouso, ad alto flusso, accettanti guida 0,035 inch, resistenti alla pressione massima 1050psi, struttura in nylon per la misurazione dei vasi. Presenza di almeno 10 fori laterali e porzione distale del catetere con markers radiopachi 1 cm l'uno dall'altro negli ultimi 20 cm.

Diametri: 4Fr e 5Fr

Lunghezze: 65-70cm e 100-110cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Memoria della curva	20	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'inginocchiamento	10	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza	10	Q1	D	----	----
4	Radiopacità markers	20	Q1	D	----	----
5	Spingibilità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 35
Cateteri angiografici per trombolisi

Sterili, monouso, conformazione della punta dritta con foro terminale e almeno 10 fori laterali compresi in doppio repere radiopaco. Presenza di guida di occlusione per fibrinolisi pulsata. Pressione massima di infusione 1050psi.

Diametri: 5Fr

Lunghezze: 100-130cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.


Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Navigabilità	20	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'inginocchiamento	10	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza	10	Q1	D	----	----
4	Radiopacità markers	20	Q1	D	----	----
5	Spingibilità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 36

Cateteri per angiografie selettive idrofilici

Sterili, monouso, strutturati in materiale idoneo, dotati di armatura interna in acciaio inossidabile e trattati in superficie con polimero idrofilo. Dotati di punta morbida e priva di armatura. A parete ultra sottile per garantire alti flussi.

Diametri: 4Fr e 5Fr

Lunghezze: 65,80,100 e 150 cm

Curve: Cobra I, II e III, Simmons I e II, Retti, Curva J, Angolati, Multipurpose e Headhunter I.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	20	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'inginocchiamento	10	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza su guida	10	Q1	D	----	----
4	Gamma misure e curve	20	Q1	D	----	----
5	Navigabilità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 37

Microcateteri coassiali con e senza guida per terapie embolizzanti

Sterili, monouso, con rivestimento idrofilo nella porzione distale per garantire un'ottima scorrevolezza e atraumaticità. Diametri esterni prossimali differenti (2.7-2.9 e 3.0Fr circa) e distali (2.0-2.4-2.7 e 2.8 circa) e sopportare flussi fino a 750/900psi ed avere eventuali markers distali. Punta preformabile per raggiungere e superare vasi estremamente tortuosi.

Lunghezze: 130 e 150cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	18	Q1	D	----	----
2	Resistenza all'inginocchiamento	5	Q1	D	----	----
3	Tipologia/gamma curve	10	Q3*	----	Q	----
4	Gamma diametri	20	Q3	----	Q	----
5	Navigabilità	10	Q1	D	----	----
6	presenza di guida idrofila angolata da 0°/21inch compresa nel kit	7	Q5	----	----	T
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 38

Microcateteri coassiali con guida

Sterili, monouso, rivestiti di polimero idrofilico con diametro esterno uguale o inferiore a 3Fr, resistente al “kinking”, lume interno 0,021-0,027inch. Porzione distale morbida con possibilità di punta precurvate ed eventuale marker radiopaco. Presenza di microguida 0,014-0,016-0,018inch con punta flessibile e preformabile provvista di relativo dispositivo per controllo di torsione separato.

Diametri: inferiori o uguali a 3Fr circa

Lunghezze: 135 – 150cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Manovrabilità	20	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza	10	Q1	D	----	----
3	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
4	Flessibilità	20	Q1	D	----	----
5	Navigabilità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 39
Microcateteri coassiali

Sterili, monouso, armati, rivestiti di polimero idrofilico nella porzione terminale con diametro esterno prossimale max 3Fr e distale max 2.4Fr, resistente al "kinking", il lume deve essere compatibile con guide manovrabili con diametro uguale o inferiore a 0,018inch. Porzione distale morbida provvista di punta con marker radiopaco. Possibilità di sagomatura a vapore della punta.

Diametri: 3Fr prossimale e 2,4Fr distale circa

Lunghezze: 130 – 150 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Manovrabilità	20	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza	10	Q1	D	----	----
3	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
4	Flessibilità	20	Q1	D	----	----
5	Navigabilità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 40

Cateteri guida per procedure interventistiche addominali

Cateteri guida angiografici selettivi a parete sottile, ampio lume, punta atraumatica e ottimo controllo di torsione, curve varie per procedure interventistiche vascolari addominali.

Sterili e monouso.

Diametri: 6, 7, 8 e 9 Fr

Diametri interni: compresi tra 0,070 e 0,099 inch

Lunghezze: 55/65 e 90cm circa

Curve: Hockey Stick, Renali, Cross-over, Cobra, Multipurpose, Lima e Bates.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione	20	Q1	D	----	----
2	Memoria della curva	10	Q1	D	----	----
3	Atraumaticità punta	10	Q1	D	----	----
4	Diametro interno	10	Q1	D	----	----
5	Gamma misure disponibili	10	Q1	D	----	----
6	Navigabilità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 41

Spirali embolizzanti libere tipo "Gianturco"

Sterili, monouso, amagnetiche, atraumatiche in acciaio con filamenti in fibra sintetica. Compatibili con cateteri da angiografia selettiva da 4 e 5Fr (0,035 e 0,038inch).

Diametri emboli: da 2 a 45 mm circa

Lunghezze: da 1 a 20 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Memoria di forma	15	Q1	D	----	----
2	Sicurezza e facilità sistema di introduzione nel catetere	20	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza all'interno del catetere	15	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 42
Microspirali libere in platino

Sterili, monouso, amagnetiche, atraumatiche posizionabili con microcatetere (0,018inch) configurazione a singola o doppia elica.

Diametri emboli: da 2 a 6 mm

Lunghezze: da 2 a 70 mm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Memoria di forma	15	Q1	D	---	---
2	Sicurezza e facilità sistema di introduzione nel catetere	20	Q1	D	---	---
3	Scorrevolezza all'interno del catetere	20	Q1	D	---	---
4	Radiopacità	5	Q1	D	---	---
5	Gamma misure disponibili	10	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 43

Microspirali a distacco controllato in platino

Sterili, monouso, amagnetiche, atraumatiche con o senza fibre sintetiche a distacco controllato meccanico posizionabili con microcatetere. Disponibili in configurazioni differenti.

Diametri emboli: da 2 a 20 mm

Lunghezze: da 2 a 40 mm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Precisione del sistema di distacco	25	Q1	D	----	----
2	Sicurezza e facilità sistema di introduzione nel catetere	10	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza all'interno del catetere	20	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	5	Q1	D	----	----
5	Gamma misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 44

Spirali e microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi

Sterili, monouso, amagnetiche, atraumatiche, elicoidali rivestite da uno sottile strato idrofilico che a contatto con il sangue si espande uniformemente garantendo un maggior riempimento della sacca aneurismatica.

Diametro filo spirale: 0,018 e 0,035inch

Diametri emboli: da 2 a 15mm

Lunghezze: da 2 a 14mm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di riempire il volume della sacca aneurismatica	25	Q1	D	----	----
2	Atraumaticità	15	Q1	D	----	----
3	Radiopacità	20	Q1	D	----	----
4	Gamma misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 45

Spirali e Microspirali in platino a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi

Sterili, monouso, amagnetiche, atraumatiche, elicoidali rivestite da uno sottile strato idrofilico che a contatto con il sangue si espande uniformemente garantendo un maggior riempimento della sacca aneurismatica. Sistema di rilascio controllato termomeccanico.

Diametro filo spirale: 0,018 e 0,035 inch

Diametri emboli: da 4 a 20 **cm**

Lunghezze: da 10 a 20 **cm**

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di riempire il volume della sacca aneurismatica	25	Q1	D	----	----
2	Atraumaticità	15	Q1	D	----	----
3	Radiopacità	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 46
Sistema di recupero ad ansa singola

Sterile, monouso, costituito da un cavo in Nitinol a cui è collegata un'ansa a singolo "loop".

Catetere portante angolato in punta.

Catetere portante: 3 e 6/7Fr (lunghezze 120-175 cm)

Dimensioni configurazione "loop": da 2-4 a 27-45 mm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione ansa	25	Q1	D	----	----
2	Sicurezza della presa	15	Q1	D	----	----
3	Navigabilità	10	Q1	D	----	----
4	Manovrabilità	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 47

Catetere per drenaggio di raccolte ed ascessi

Sterile, monouso. Catetere a lume singolo in poliuretano e rivestimento idrofilo, altamente scorrevole, biocompatibile e dotato di irrigiditore. Pareti sottili ed ampio lume. Fori terminali e punta rastremata. Possibilità di sistema di ancoraggio a filo nella conformazione a "pig-tail".

Configurazione della punta: J, Pigtail

Diametro: range 6 e 14 Fr circa

Lunghezza: 25/50cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione nei tessuti e nelle stenosi	25	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza del catetere	20	Q1	D	----	----
3	Minor "effetto fisarmonica"	10	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	15	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 48

Catetere per drenaggio nefrostomico esterno

Sterile, monouso, biocompatibile. Catetere a lume singolo in poliuretano con rivestimento idrofilico a differenti gradi di rigidità, ampi fori di drenaggio, a parete sottile con o senza punta riassorbibile. Sistema di ancoraggio a filo. Eventuale stiletto trocar in acciaio.

Configurazione della punta: Pigtail

Diametro: 6-8-10-12 e 14 Fr circa

Lunghezza: 25/50 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Rigidità sistema durante introduzione	25	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza del catetere	20	Q1	D	----	----
3	Minor "effetto fisarmonica"	10	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	15	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 49

Catetere per drenaggio biliare esterno-interno

Sterile, monouso. Catetere a lume singolo in poliuretano, biocompatibile, resistente alle incrostazioni, pareti sottili, con fori laterali prossimali e distali e punta rastremata.

Configurazione della punta: Pigtail e/o tipo Ring

Diametro: range tra 6 e 14Fr circa

Lunghezza: 30/50cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione nei tessuti e nelle stenosi	20	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza del catetere	20	Q1	D	----	----
3	Minor "effetto fisarmonica"	10	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 50

Catetere per drenaggio biliare esterno-interno idrofilo

Sterile, monouso. Catetere a lume singolo in poliuretano con rivestimento idrofilico, biocompatibile, con fori laterali prossimali e distali e marker radiopaco che delimita i fori prossimali. Differenti gradi di rigidità con o senza punta riassorbibile. Sistema di ancoraggio con filo. Irrigiditore metallico.

Configurazione della punta: Pigtail

Diametro: 8-10-12 e 14Fr circa

Lunghezza: 30/50cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione nei tessuti e nelle stenosi	20	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza del catetere	20	Q1	D	----	----
3	Minor "effetto fisarmonica"	10	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 51

Catetere per drenaggio nefrostomico esterno-interno

Sterile, monouso. Catetere a lume singolo in poliuretano con dispositivo di bloccaggio a filo, punta a pigtail e loop a pigtail prossimale con fori laterali. Eventuale rivestimento idrofilico.

Diametri: 8-10Fr

Lunghezze: Tre lunghezze comprese tra 22 e 28 cm (almeno tre)

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione nei tessuti e nelle stenosi	25	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza del catetere	25	Q1	D	----	----
3	Minor "effetto fisarmonica"	10	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 52
Endoprotesi ureterale plastica

Sterile, monouso. Stent ureterale a doppio "J" in poliuretano ed eventuale rivestimento idrofilico per posizionamento anterograde percutaneo. Sistema di introduzione con spingitore e filo di sicurezza.

Diametri: 8-10Fr

Lunghezze: 20-22-24-26-28 cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione nei tessuti e nelle stenosi	20	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza	25	Q1	D	----	----
3	Praticità di montaggio del sistema	10	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
5	Gamma misure disponibili	5	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 53
Endoprotesi biliare plastica

Stent biliare transepatico in poliuretano, idrofilico, rimovibile, per il trattamento delle stenosi e ostruzione delle vie biliari di natura maligna e/o benigna., lunghezza 15 cm, con filo prossimale di ritenzione per ancoraggio sottocutaneo e sistema di introduzione a Peel-Away.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione nei tessuti e nelle stenosi	20	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza	15	Q1	D	----	----
3	Praticità di montaggio del sistema	15	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
5	Gamma misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 54

Stent ureterali doppio J per rene trapiantato

Stent ureterali a doppio J, per posizionamento anterogrado, in materiale biocompatibile antikinking a lunga permanenza, muniti di spingitore flessibile che accettino guide da 0.038 inch, muniti di filo di estrazione, diametro esterno 6-10 Fr., lunghezze da 12 a 16 cm.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.


Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione nei tessuti e nelle stenosi	20	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza	15	Q1	D	----	----
3	Praticità di montaggio del sistema	15	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
5	Gamma misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 55
Kit per angiografia

Sterile, monouso, personalizzato.

Contenuto minimo standard (alcune voci definite variabili in base alle diverse esigenze delle aziende sanitarie)

- 1 telo avvolgente almeno 150x190 cm copertura tavolo porta ferri
- 1 cuffia copri-amplificatore (variabile a seconda dell'apparecchiatura in uso)
- 1 cuffia per paziente
- 1 bisturi monouso lama n°11
- 3 pacchi garze (pezzi 30) 10x10cm – 16strati
- 1 rubinetto ad una via ad alta pressione – 1050psi
- 1 contenitore guide dotata di conformazione anti-jumping delle guide (variabile)
- 1 ciotola diametro 16cm (1000ml)
- 1 ciotola diametro 12cm (500ml)
- 1 ciotola diametro 9cm (250ml)
- 1 telo trasparente 150x190 circa
- 1 siringa da 10ml in policarbonato senza ago cono luer-lock con stantuffo rosso
- 1 siringa da 10ml in policarbonato senza ago cono luer-lock con stantuffo giallo
- 1 siringa da 20ml in policarbonato senza ago cono luer-lock con stantuffo blue
(si precisa che le siringhe devono essere confezionate in busta sterile con data di scadenza)
- 1 siringa da 20ml senza ago cono luer-slip eccentrico
- 1 siringa da 10ml cono luer-slip
- 1 ago 22 G – 3,8cm
- 1 camice misura richiesta (variabile)
- 1 telo con fenestrature femorali adesive, area rinforzata assorbente, inserto laterale trasparente destro (dimensioni minime 200x310cm) (variabile)
- 2 pinze ferma teli
- 1 sistema per la solidificazione dei liquidi organici per lo smaltimento in sicurezza

Il contenuto del kit potrà essere personalizzato dai singoli enti sulla base del contenuto degli elementi inseriti nel lotto.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali


Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Assemblaggio componenti	10	Q1	D	----	----
2	Qualità e stabilità vasca porta-	10	Q1	D	----	----



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

	guide					
3	Qualità e manovrabilità siringhe	10	<i>Q1</i>	<i>D</i>	----	----
4	Drappeggiabilità e qualità telo femorale	20	<i>Q1</i>	<i>D</i>	----	----
5	Qualità area rinforzata assorbente	20	<i>Q1</i>	<i>D</i>	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 56

Kit per cateterismo venoso centrale

Sterile, monouso, personalizzato.

Contenuto minimo standard (alcune voci definite variabili in base alle diverse esigenze delle aziende sanitarie):

- 1 cuffia per paziente con elastico
- 1 cuffia copriamplificatore (variabile)
- 1 telo tavolo madre in triaccoppiato 150x190cm (dimensioni minime)
- 1 ciotola diametro 16cm (1000ml)
- 1 ciotola diametro 12cm (500ml)
- 1 ciotola diametro 9cm (250ml)
- 20 garze 10x10cm – 16strati
- 1 bisturi lama n°11
- 1 siringa da 10 ml senza ago cono luer-lock con stantuffo rosso
- 1 siringa da 10 ml senza ago cono luer-lock con stantuffo giallo
- 1 siringa da 10 ml cono luer-slip
- 1 ago 22G – 3,8cm
- 1 sistema per la solidificazione dei liquidi organici per lo smaltimento in sicurezza

Il contenuto del kit potrà essere personalizzato dai singoli enti sulla base del contenuto degli elementi inseriti nel lotto.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Assemblaggio componenti	20	Q1	D	----	----
2	Qualità telo tavolo madre	15	Q1	D	----	----
3	Qualità e manovrabilità singoli componenti	20	Q1	D	----	----
4	Manovrabilità siringhe	15	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 57
Kit per TIPS (Custom Kit)

- Campo sterile con tutto il materiale di base necessario per le indagini angiografiche corredato di:
- 1 telo biaccoppiato copricarrello cm 150 x 190
- 1 telo paziente triaccoppiato cm 340 x 190 ca con foro adesivo diam. 7 cm, bande laterali trasparenti cm 120 x 50 e taglio obliquo all'estremità superiore destra
- 1 contenitore guide dotata di conformazione anti-jumping delle guide (dimensioni minime 39x28x10)-
OPZIONALE
- 2 clip fermatelo (ferma prolunga contrasto) –
- siringa 10 cc LM imbustata sterile e con data di scadenza
- siringa 10 cc LM ago 22GA 1 ¼ "
- siringhe 20 cc LM ECC imbustate singolarmente sterile e con data di scadenza
- cuffia (copricapo paziente)
- rubinetto 1 via MLL/F 360° P. Max 1000 psi imbustato sterile e con data di scadenza
- bisturi con manico n° 11 imbustato sterile e con data di scadenza
- 1 sistema garze idrofile di cotone 10x 10 con matrice per sicurezza conteggio da 10 pz con marker radiopaco
- cuffia PE D = cm 80
- vaschetta PE HD bianca cm 50 x 35 x 10 minimo
- ciotola D = cm 12 circa imbustata singolarmente sterile e con data di scadenza
- ciotola D = cm 15 circa imbustata singolarmente sterile e con data di scadenza
- ciotola D = cm 18 circa imbustata singolarmente sterile e con data di scadenza
- 1 garze idrofile di cotone 30x40 cm (pz. 10) con matrice per sicurezza conteggio da 5 pz con marker radiopaco
- Copri-telecomando trasparente (misura non inferiore a 5x10 cm)
- 1 sistema per la solidificazione dei liquidi organici per lo smaltimento in sicurezza

Il contenuto del kit potrà essere personalizzato dai singoli enti sulla base del contenuto degli elementi inseriti nel lotto.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

SCHEDA CRITERI VALUTATIVI		
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Assemblaggio componenti	20	Q1	D	---	---



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

2	Qualità telo tavolo madre	15	Q1	D	---	---
3	Qualità e manovrabilità singoli componenti	20	Q1	D	---	---
4	Manovrabilità siringhe	15	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 58
Set per Isterosalpingografia

- Dispositivo medico costituito dai seguenti componenti:
- 1 telo in biaccoppiato cm 100x60 circa
- 1 pacco di garze 20 pz, cm 10x10 circa
- 1 siringa L/L 20cc
- 1 speculum medio con vite, monouso
- 1 pinza kelly blu monouso
- 1 pinza klemmer monouso
- 1 pinza Pozzi Palmer-tripalle monouso
- 1 ciotola di diam cm 10 circa
- 1 ciotola di diam cm12 circa

Il contenuto del kit potrà essere personalizzato dai singoli enti sulla base del contenuto degli elementi inseriti nel lotto.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Assemblaggio componenti	20	Q1	D	----	----
2	Qualità telo tavolo madre	15	Q1	D	----	----
3	Qualità e manovrabilità singoli componenti	20	Q1	D	----	----
4	Manovrabilità siringhe	15	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 59

Telo per accesso venoso giugulare e succlavio

Telo in TNT sterile, monouso, personalizzato con tre fenestrature (1 per il viso aperta di forma ovaleggiante e 2 simmetriche equidistanti alla precedente più caudali con foro adesivo); Per il viso diametro massimo 15 cm minimo; fori fenestrature caudali 10 cm minimo.

Dimensioni: cm 150 x 180 circa.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.


Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Drappeggiabilità telo	20	Q1	D	----	----
2	Qualità dell'assorbimento	15	Q1	D	----	----
3	Qualità fori adesivi	15	Q1	D	----	----
4	Disposizione fenestrature	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 60

Telo con foro per ricanalizzazione Al sn

Telo in TNT sterile, monouso personalizzato con una fenestratura ovaleggiante per il viso asimmetrica con banda adesiva sul lato più vicino al foro. Banda laterale trasparente. Il telo deve essere cm 340x200 minimo con foro adesivo di almeno 7 cm e fenestratura ovaleggiante almeno 15 cm.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.


Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Drappeggiabilità telo	30	Q1	D	----	----
2	Qualità dell'assorbimento	20	Q1	D	----	----
3	Disposizione e rapporti foro-area trasparente-banda adesiva	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 61
Kit teleria per vertebroplastica

Kit adeguato per procedura percutanee di vertebroplastica , sterile, monouso, composto da:

- 1 telo paziente fenestrato (dimensione minima cm 150 x 200) con bande laterali trasparenti
- 1 vaschetta rettangolare/rotonda da 1500 ml
- 1 ciotola da 1 litro
- garze (misure 1 garze idrofile di cotone 30x40 cm (pz. 10) con matrice per sicurezza conteggio da 10 pz con marker radiopaco.
- cuffia amplificatore diametro 80 cm
- 2 pinza-teli
- 1 bisturi lama dritta NR 11
- 1 siringa luer/lock 10 ml
- 1 ago spinale 20G

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Disposizione e rapporti foro-area trasparente-banda adesiva	30	Q1	D	----	----
2	Grado di assorbimento del telo	20	Q1	D	----	----
3	Qualità e manovrabilità singoli componenti	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 62

Deflussori

Deflussori non ventilati con gocciolatore ad alta pressione, terminale Luer-lock, regolatore di flusso tipo roller. Latex free.
Lunghezza cm 190 circa.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singolo dispositivo deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Funzionalità e sicurezza del roller e del terminale luer-lock	30	Q1	D	----	----
2	Pressione max sostenibile dal sistema	20	Q1	D	----	----
3	Confezionamento*	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				

(*) Confezionamento:

la tipologia di confezionamento primario e secondario deve garantire l'integrità dei prodotti contenuti; il confezionamento verrà altresì valutato con riferimento a:

- ⇒ realizzazione degli imballaggi primari/secondari con materiale riciclato/riciclabile
- ⇒ facilità di stoccaggio ed apertura della confezione
- ⇒ facilità di identificazione del prodotto, del lotto e della data di scadenza
- ⇒ modalità di smaltimento



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 63
Siringhe luer-lock 1 cc.

Siringhe sterili monouso cono luer-lock 1cc.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Tenuta del pistone	20	Q1	D	----	----
2	Leggibilità della scala graduata	20	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza dello stantuffo	30	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 64
Siringhe luer-lock 2,5 cc

Siringhe sterili monouso cono luer-lock 2,5 cc.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Tenuta del pistone	20	Q1	D	----	----
2	Leggibilità della scala graduata	20	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza dello stantuffo	30	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 65

Valvola emostatica tipo Tuohy-Borst

Valvola emostatica tipo Tuohy-Borst in plastica trasparente con raccordo luer-lock e via laterale, adattatore rotante maschio per utilizzo con micro cateteri.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	25	Q1	D	----	----
2	Affidabilità e precisione	25	Q1	D	----	----
3	Resistenza del materiale	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 66

Raccordi connettori fra catetere e sacca di drenaggio

Raccordo lungo 30 cm con attacco doppio a cono universale e rubinetto luer lock, compatibile con le sacche di drenaggio.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Maneggevolezza	25	Q1	D	---	---
2	Tenuta del raccordo con la sacca di drenaggio	25	Q1	D	---	---
3	Tenuta rubinetto	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 67
Siringa da 20 ml con manometro

Siringa monouso, sterile, da 20 ml con manometro per la misurazione della pressione in atmosfere, per insufflaggio del palloncino dei cateteri da angioplastica, con apposito sistema di gonfiaggio-sgonfiaggio rapido, pistone munito di fermo a fondo corsa e dispositivo rapido di sblocco del meccanismo a vite, corpo siringa trasparente per visualizzare eventuali bolle d'aria, regolazione micrometrica a vite dello stantuffo. Possibilità di muovere il pistone sia avvitandolo o svitandolo sia muovendolo liberamente.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	30	Q1	D	---	---
2	Affidabilità e precisione del sistema (resistenza alle alte pressioni, buona visibilità della scala graduata del manometro)	20	Q1	D	---	---
3	Requisiti prestazionali/funzionali (rapidità svuotamento e possibilità di raggiungimento pressioni elevate)	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 68

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, non compliant

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, non compliant, a pressione di rottura di almeno 14atm, tipo “over the wire”, compatibile con filo guida 0,035inch. Sterili, monouso.

Diametri: 4-5-6-7-8-9-10-12mm

Lunghezza palloncino: 2-4-6-8 cm (in particolare per i diametri maggiori)

Lunghezza catetere: 80 e 170 cm circa.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	----	----
2	Visibilità RX	20	Q1	D	----	----
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 69

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, a doppia compliance

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, a doppia compliance o semicompiante, a pressione di rottura di almeno 11 atm, tipo "over the wire", compatibile con filo guida 0,035 inch. Sterili, monouso.

Diametri: 4-5-6-7-8-9-10-12 mm

Lunghezza palloncino: 2-4-6-8-10 cm

Lunghezza catetere: 80 e 170 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	----	----
2	Visibilità RX	20	Q1	D	----	----
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili.	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 70

Cateteri a palloncino da angioplastica per distretto aortico

Cateteri a palloncino da angioplastica per distretto aortico, con diametri a partire da 12 mm ed oltre, a pressione di rottura di oltre 6-8 atm, tipo "over the wire", compatibile con filo guida 0,035 inch. Sterili, monouso.

Diametri: 12-14-16-18-20 mm

Lunghezza palloncino: 2-4 cm

Lunghezza catetere: 80 e 120 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	----	----
2	Visibilità RX	20	Q1	D	----	----
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 71
Cateteri a palloncino da occlusione

Cateteri a palloncino da occlusione, tipo "over the wire", compatibile con filo guida 0,035 inch.

Diametri: da 6,5 mm a 11 mm

Lunghezza catetere: 100 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	----	----
2	Visibilità RX	20	Q1	D	----	----
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 72

Cateteri a palloncino per infusione di agenti embolici

Cateteri a palloncino per infusione di agenti embolici, complianti, tipo “over the wire”, compatibile con filo guida 0,035 inch. Sterili, monouso.

Diametri: 11-13 mm

Lunghezza catetere: 80 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	----	----
2	Visibilità RX	20	Q1	D	----	----
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di diametri disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 73

Cateteri a palloncino a bassa pressione

Cateteri a palloncino a bassa pressione (RBP 6-8 atm massimo), tipo "over the wire", compatibile con filo guida 0,035 inch per dilatazione stenosi esofagee o colon-rettali.

Diametri: 12-14-16-18 mm

Lunghezza palloncino: 2-4-6 cm

Lunghezza catetere: 100 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	----	----
2	Visibilità RX	20	Q1	D	----	----
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 74

Cateteri a palloncino da angioplastica

Cateteri a palloncino da angioplastica, a elevata pressione di rottura (maggiore o uguale a 11atm), tipo “over the wire”, compatibile con filo guida 0,035 inch per il trattamento di FAV native o protesiche di pazienti dializzati.

Diametri: 3-4-5-6 mm

Lunghezza palloncino: 2-4 cm

Lunghezza catetere: “40 cm e lunghezze superiori”.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	----	----
2	Visibilità RX	20	Q1	D	----	----
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 75

Cateteri a palloncino da angioplastica per trattamenti extravascolari

Cateteri a palloncino da angioplastica, a elevata pressione di rottura (maggiore o uguale a 16 atm), tipo “over the wire”, compatibile con filo guida 0,035 inch per trattamenti extravascolari (biliare e urologico).

Diametri: 4-5-6-7-8-9-10 mm

Lunghezza palloncino: 2-4 cm

Lunghezza catetere: 40-100 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	----	----
2	Visibilità RX	20	Q1	D	----	----
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 76

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea over the wire

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea, tipo "over the wire", compatibile con filo guida 0,014 inch, RBP > 10 atm.

Diametri: 2-2,5-3 mm

Lunghezza palloncino: 2-4-8-12-16-20 cm circa

Lunghezza catetere: 150-200 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	----	----
2	Visibilità RX	20	Q1	D	----	----
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 77

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea, tipo “over the wire”

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea, tipo “over the wire”, compatibile con filo guida 0,018 inch, RBP >= 14 atm. Sterili, monouso.

Diametri: 2-2,5-3-3,5-4 mm

Lunghezza palloncino: 2-4-8-15 cm circa

Lunghezza catetere: 90-165 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	----	----
2	Visibilità RX	20	Q1	D	----	----
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 78

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica femoro-poplitea e sotto-poplitea

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica femoro-poplitea e sotto-poplitea, tipo "over the wire", compatibile con filo guida 0,014-0,018 inch. Sterili, monouso.

Diametri: 2-2,5-3-3,5-4-5-6-7 mm

Lunghezza palloncino: 4-6-8-10-12-15 cm circa

Lunghezza catetere: 80-120-150 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	----	----
2	Visibilità RX	20	Q1	D	----	----
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 79

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica per circolo plantare e dorsale

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica per circolo plantare e dorsale , tipo “over the wire”, compatibile con filo guida 0,014 inch. Sterili, monouso.

Diametri: 1,5-2-2,5-3-3,5-4 mm

Lunghezza palloncino: 2-3-4 cm

Lunghezza catetere: 80-120-150 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	----	----
2	Visibilità RX	20	Q1	D	----	----
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 80

Cateteri a palloncino da angioplastica per piccoli vasi

“Cateteri a palloncino da angioplastica per piccoli vasi”, tipo “monorail”, compatibile con filo guida 0,014 inch, RBP > 12 atm. Sterili, monouso.

Diametri: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6 mm

Lunghezza palloncino: 2-3 cm

Lunghezza catetere: 80-140 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	---	---
2	Visibilità RX	20	Q1	D	---	---
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	---	---
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 81

Stent metallici vascolari a celle chiuse, "over the wire"

Stent vascolare periferico premontato su catetere a palloncino, in acciaio, ~~a-celle-chiuse~~, "over the wire" compatibile con filo guida 0,035 inch per stenting vascolare periferico (iliaco/succlavio). Ridotto grado di accorciamento. Pallone portante preferibilmente non compliant. Minor calibro possibile per l'introduttore richiesto.

Sterili, monouso.

Diametri: compresi tra 4 e 10 mm

Lunghezze: comprese tra 20 e 60 mm

Lunghezze catetere: compresa tra 80 e 170 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia (precisione di posizionamento; facilità di rilascio; scorrevolezza; navigabilità)	30	Q1	D	---	---
2	Forza radiale e resistenza alla rottura;	20	Q1	D	---	---
3	Materiale idrofilo	10	Q1	D	---	---
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 82

Stent metallic vascolari in cromo-cobalto “over the wire”

Stent vascolare periferico in cromo-cobalto premontato su catetere a palloncino, “over the wire” compatibile con filo guida 0,018 inch per stenting vascolare periferico. Ridotto grado di accorciamento. Pallone portante non compliant. Minor calibro possibile per l'introduttore richiesto.

Sterili, monouso.

Diametri: compresi tra 4 e 7 mm

Lunghezze: comprese tra 10 e 30 mm

Lunghezze catetere: compresa tra 80 e 130 cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia (precisione di posizionamento; facilità di rilascio; scorrevolezza; navigabilità)	30	Q1	D	----	----
2	Forza radiale e resistenza alla rottura;	20	Q1	D	----	----
3	Materiale idrofilo	10	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 83

Stent metallichi vascolari “mono-rail”

Stent vascolare periferico premontato su catetere a palloncino, “mono-rail” compatibile con filo guida 0,014 inch per stenting vascolare renale. Ridotto grado di accorciamento. Pallone portante a basso profilo. Minor calibro possibile per l'introduttore richiesto.

Sterili, monouso.

Diametri: compresi tra 3 e 7 mm

Lunghezze: comprese tra 10 e 25 mm

Lunghezze catetere: compresa tra 80 e 130 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia (precisione di posizionamento; facilità di rilascio; scorrevolezza; navigabilità)	30	Q1	D	----	----
2	Forza radiale e resistenza alla rottura;	20	Q1	D	----	----
3	Materiale idrofilo	10	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 84

Stent metallichi vascolari in Nitinol, "over the wire"

Stent vascolare periferico autoespandibile in Nitinol, "over the wire" compatibile con filo guida 0,035 inch per stenting vascolare aorto-iliaco. Sterili, monouso.

Diametri: compresi tra 5 e 12 mm almeno

Lunghezze: comprese tra 20 e 100 mm circa

Lunghezze catetere: comprese tra 80 e 130 cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia (precisione di posizionamento; facilità di rilascio; scorrevolezza; navigabilità)	30	Q1	D	----	----
2	Forza radiale e resistenza alla rottura;	20	Q1	D	----	----
3	Materiale idrofilo	10	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 85

Stent metallichi vascolari in acciaio, "over the wire"

Stent vascolare periferico autoespandibile in acciaio, "over the wire" compatibile con filo guida 0,035 inch per stenting vascolare arterioso e venoso. Accurato controllo di rilascio ed eventuale possibilità di recupero.

Sterili, monouso.

Diametri: compresi tra 5 e 20 mm e oltre

Lunghezze: comprese tra 20 e 90 mm circa

Lunghezze catetere: comprese tra 80 e 130 cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia (precisione di posizionamento; facilità di rilascio; scorrevolezza; navigabilità)	30	Q1	D	----	----
2	Forza radiale e resistenza alla rottura;	20	Q1	D	----	----
3	Materiale idrofilo	10	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 86

Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"

Stent vascolare periferico autoespandibile in nitinol ad elevata flessibilità, "over the wire" utilizzabile su filo guida 0,018 inch per stenting vascolare arterioso del distretto femoro-popliteo e sotto-genicolato. Compatibile con introduttore 4 Fr. Accurato controllo di rilascio.

Diametri: compresi tra 3 e 8 mm

Lunghezze: comprese tra 30 e 130 mm circa

Lunghezze catetere: comprese tra 80 e 130 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia (precisione di posizionamento; facilità di rilascio; scorrevolezza; navigabilità)	30	Q1	D	----	----
2	Flessibilità	10	Q1	D	----	----
3	Forza radiale e resistenza alla rottura;	10	Q1	D	----	----
4	Materiale idrofilo	10	Q1	D	----	----
5	Gamma di misure disponibili	10	Q3	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 87

Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "Over the wire"

Stent vascolare periferico autoespandibile in nitinol ad elevata flessibilità, "over the wire", utilizzabile su filo guida 0,035 inch con markers alle estremità per stenting vascolare arterioso del distretto femoro-popliteo. Compatibile con introduttore 6 Fr. Accurato controllo di rilascio.

Diametri: compresi tra 6 e 9 mm

Lunghezze: comprese tra 40 e 100 mm circa

Lunghezze catetere: 130 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia (precisione di posizionamento; facilità di rilascio; scorrevolezza; navigabilità)	30	Q1	D	---	---
2	Forza radiale e resistenza alla rottura;	20	Q1	D	---	---
3	Materiale idrofilo	10	Q1	D	---	---
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 88

Stent metallic vascolari in cromo-cobalto

Stent vascolare periferico premontato su catetere a palloncino in cromo-cobalto, utilizzabile su filo guida 0,014 inch per stenting vascolare arterioso del distretto popliteo e sottogenicolato. Compatibile con introduttore 4/5 Fr. Accurato controllo di rilascio.

Diametri: compresi tra 2,5 e 4 mm

Lunghezze: comprese tra 10 e 80 mm circa

Lunghezze catetere: comprese tra 80 e 130 cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia (precisione di posizionamento; facilità di rilascio; scorrevolezza; navigabilità)	30	Q1	D	----	----
2	Forza radiale e resistenza alla rottura;	20	Q1	D	----	----
3	Materiale idrofilo	10	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 89

Stent metallici extra-vascolari in nitinol, ad elevata flessibilità e forza radiale, “over the wire”

Stent biliare autoespandibile in nitinol, ad elevata flessibilità e forza radiale, “over the wire” utilizzabile su filo guida 0,035 inch per il trattamento stenosi delle vie biliari. Accurato controllo di rilascio.

Diametri: compresi tra 5 e 10 mm

Lunghezze: comprese tra 20 e 120 mm circa

Lunghezze catetere: almeno 40 cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia (precisione di posizionamento; facilità di rilascio; scorrevolezza; navigabilità)	30	Q1	D	----	----
2	Affidabilità e precisione del sistema (accorciamento, assenza di jmping, resistenza al kinking, MR compatibilità, visibilità RX, ecc.)	20	Q1	D	----	----
3	Materiale idrofilo	10	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 90

Stent metallici extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol, non coperto

Stent esofageo autoespandibile in nitinol, non coperto, con svasatura prossimale e distale, ad elevata flessibilità, "over the wire" utilizzabile su filo guida 0,035/0,038 inch per il trattamento di stenosi esofagee maligne.

Diametri: 18/23 mm

Lunghezze: comprese tra 70 e 150 mm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia (precisione di posizionamento; facilità di rilascio; scorrevolezza; navigabilità)	30	Q1	D	----	----
2	Forza radiale e resistenza alla rottura;	20	Q1	D	----	----
3	Materiale idrofilo	10	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 91

Stent metallic extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol parzialmente coperto

Stent esofageo autoespandibile in nitinol parzialmente coperto con svasatura prossimale e distale, ad elevata flessibilità, "over the wire" utilizzabile su filo guida 0,035/0,038 inch per il trattamento di stenosi esofagee maligne ulcerate e/o perforazioni esofagee.

Diametri: almeno 18/23 mm e 23/28 mm

Lunghezze: comprese tra 100 e 150 mm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia (precisione di posizionamento; facilità di rilascio; scorrevolezza; navigabilità)	30	Q1	D	----	----
2	Forza radiale e resistenza alla rottura;	20	Q1	D	----	----
3	Materiale idrofilo	10	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 92

Set per gastrostomie
Sistema di introduzione percutanea per gastrostomie

Kit per l'introduzione percutanea di sonde per alimentazione enterale costituito da:

- Aghi con sistema di ancoraggio premontato (filo di sutura riassorbibile)
- Ago introduttore 18G
- Filo guida tipo Amplatz 0,035 inch tipo J
- Dilatore calibro crescente/telescopici

Diametri: compresi tra 12 e 20Fr

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Affilatura della punta dell'ago	30	Q1	D	----	----
2	Facilità di penetrazione dei dilatatori	20	Q1	D	----	----
3	Tenuta sistema di ancoraggio	10	Q1	D	----	----
4	Scorrevolezza del lume interno	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 93
Set per gastrostomie
Sonda gastrostomica con palloncino

Sonda gastrostomica in silicone con palloncino di tenuta interno e anello esterno. Connettore universale per porta di nutrizione. Presenza di striscia radiopaca sulla sonda.

Diametri: compresi tra 16 e 30Fr

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione nei tessuti	30	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza del catetere	20	Q1	D	----	----
3	Minor "effetto fisarmonica"	10	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 94

Set per gastrostomie
Set di sutura per ancoraggio parete gastrica

Set costituito da ago introduttore 17G-12 cm pre-caricato di filo di sutura con ancora e ulteriore sutura con ancora pre-caricata. Guida retta teflonata 75 cm di lunghezza.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Affilatura della punta	10	Q1	D	----	----
2	Facilità di penetrazione	20	Q1	D	----	----
3	Tenuta sistema di ancoraggio	20	Q1	D	----	----
4	Scorrevolezza del lume interno	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 95

Set per gastrostomie Sonda gastrostomica

Sonda gastrostomica in poliuretano con fori laterali nel segmento distale munita di cannula irrigiditrice, dotata di sistema di prevenzione spostamento costituito da ansa con chiusura a filo.

Diametri: 12 Fr

Lunghezze: 30-35 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione nei tessuti	30	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza del catetere	20	Q1	D	----	----
3	Minor "effetto fisarmonica"	10	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 96

Dispositivi per accesso epatico transgiugulare

Set per Tips

Composto da ago di Ross con modifica di Colapinto da 16G lungo 50 cm circa associato ad una guaina-catetere, introduttore valvolato rinforzato e precurvato 9-10 Fr lungo 40 cm circa con banda radiopaca distale.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di penetrazione nel parenchima del sistema ago + guaina	20	Q1	D	----	----
2	Resistenza al piegamento dell'ago	20	Q1	D	----	----
3	Adeguate rastrematura ago-guaina	10	Q1	D	----	----
4	Stabilità dell'introduttore pre-curvato	10	Q1	D	----	----
5	Affilatura della punta dell'ago	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 97

Filtri cavali semi-temporanei

Filtro cavale rimovibile a forma conica con ulteriori gambe precurve allo scopo di essere atraumatiche sulla parete cavale e autocentranti. Disponibilità di kit per posizionamento femorale e giugulare. Catetere portante il dispositivo di "frenaggio" non superiore a 7Fr. Compatibile con vene cave di almeno 30 mm di diametro.

Kit di rimozione dedicato da poter acquistare separatamente, il cui prezzo non rientra nell'importo di aggiudicazione.
Sterile e monouso.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di filtrazione	20	Q1	D	----	----
2	Precisione e sicurezza del sistema di rilascio	20	Q1	D	----	----
3	Facilità d'uso del sistema di recupero	10	Q1	D	----	----
4	Sicurezza e lesività di parete dei punti di ancoraggio	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 98

Filtri cavali semi-temporanei in Nitinol e/o Acciaio

Filtro cavale rimovibile in Nitinol o Acciaio ad elevata capacità filtrante. Disponibilità di kit per posizionamento femorale e giugulare. Catetere portante il dispositivo di "frenchiaggio" non superiore a 10 Fr. Compatibile con vene cave di almeno 28 mm di diametro.

Kit di rimozione dedicato da poter acquistare separatamente. Sterile e monouso.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di filtrazione	20	Q1	D	----	----
2	Precisione e sicurezza del sistema di rilascio	20	Q1	D	----	----
3	Facilità di uso del sistema di recupero	10	Q1	D	----	----
4	Sicurezza e lesività di parete dei punti di ancoraggio	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 99

Cateteri venosi centrali a medio termine – Cateteri Hohn

Cateteri venosi centrali a medio termine monolume in silicone radiopaco con alette per sutura fisse. Kit (contenuto minimo) provvisto di guidino 3J in acciaio 0.035" di almeno 60 cm di lunghezza e dilatatore. Sterili e monouso.

Calibro catetere: 5 F

Lunghezze catetere: 30 cm circa.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di penetrazione dell'introduttore -	20	Q1	D	----	----
2	Manovrabilità e supporto della guida	20	Q1	D	----	----
3	Facilità di puntura della camera (pz obesi)	10	Q1	D	----	----
4	Composizione del kit	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 100

Catetere tunnellizzabile mono e bilume punta chiusa

In confezione sterile monouso, radiopaco. Accesso venoso percutaneo con tecnica di Seldinger. Materiale compatibile con lunghe permanenze in situ. Catetere mono e bilume, punta tipo Groshong, con marcature esterne per visualizzare la profondità di inserimento.

Diametro 6, 7, 8 Fr e lunghezza da 20 a 60 cm

siringa LL monouso

ago di punzione, non superiore a 18 G, lunghezza non inferiore a 6 cm

dilatatore per introduzione catetere

Rispetto della classificazione adeguata (classe III).

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Penetranza: profilo tagliente dell'ago in grado di perforare i tessuti con il minimo trauma	10	Q1	D	----	----
2	penetrabilità, atraumaticità ed indeformabilità del dilatatore	10	Q1	D	----	----
3	qualità/caratteristiche del materiale del catetere (struttura, capacità antikinking, scorrevolezza, atraumaticità e morbidezza della punta, dimensioni alette di fissaggio, facilità di identificazione vie, ergonomia del cono, dimensione, finitura, distanza e posizionamento dei fori distali)	30	Q1	D	----	----
4	caratteristiche del filo guida: materiale, scorrevolezza,	10	Q1	D	----	----



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

	proprietà anti-kinking e anti-sfilacciamento					
5	Eventuale presenza sistema valvolato antipolluzione e facilità di inserimento della guida senza deconnettere la siringa dall'ago: caratteristiche e funzionalità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 101
Port ad alto flusso

Port che consentano elevati flussi anche durante esami TC con mdc (5 ml/sec – 300 psi).

Contenuto minimo del kit:

- 1 port in plastica/metallo – altezza max 12 mm circa.
- 1 catetere in poliuretano 8 F circa - punta aperta.
- 1 introduttore/dilatatore peel-away.
- 1 guidino in acciaio punta J – 0.035” – 50 cm circa.
- 1 tunnellizzatore in acciaio

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di penetrazione dell'introduttore - Manovrabilità e supporto della guida	20	Q1	D	----	----
2	Facilità e sicurezza di connessione catetere-port	20	Q1	D	----	----
3	Facilità di puntura della camera (pz obesi)	10	Q1	D	----	----
4	Composizione del kit	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 102

Port ad alto flusso con catetere a punta chiusa

Port che consentano elevati flussi anche durante esami TC con mdc (5 ml/sec – 300 psi).

Contenuto minimo del kit:

- 1 port in plastica/metallo – altezza max 12 mm circa.
- 1 catetere in silicone - punta chiusa tipo GROSHON.
- 1 introduttore/dilatatore peel-away.
- 1 guidino in acciaio punta J – 0.035” – 50 cm circa.
- 1 tunnellizzatore in acciaio

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di penetrazione dell'introduttore - Manovrabilità e supporto della guida	20	Q1	D	----	----
2	Facilità e sicurezza di connessione catetere-port	20	Q1	D	----	----
3	Facilità di puntura della camera (pz obesi)	10	Q1	D	----	----
4	Composizione del kit	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 103

Cateteri PICC a punta aperta in silicone

Cateteri venosi centrali ad inserzione periferica – punta aperta – monolume – in silicone radiopaco ed eventuale stiletto interno.

E' richiesto il catetere senza kit di introduzione. Verranno comunque valutati anche cateteri con kit di introduzione.

Calibro catetere: 5 F

Lunghezze catetere: almeno 60 cm.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Radiopacità del catetere	20	Q1	D	----	----
2	Facilità di progressione del catetere nel vaso	10	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza, manovrabilità e navigabilità di un'eventuale guida all'interno del catetere	20	Q1	D	----	----
4	Qualità del materiale del catetere	10	Q1			
5	Presenza di kit di introduzione	10	Q5			T
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 104

Cateteri PICC a punta aperta in poliuretano

Cateteri venosi centrali ad inserzione periferica – punta aperta – monolume – in poliuretano morbido centimetrato.

E' richiesto il catetere senza kit di introduzione.

E' richiesto il catetere senza kit di introduzione. Verranno comunque valutati anche cateteri con kit di introduzione.

Calibro catetere: 4/5 F

Lunghezze catetere: 50 cm circa.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Scorrevolezza e manovrabilità di un'eventuale guida all'interno del catetere	20	Q1	D	----	----
2	Radiopacità del catetere	10	Q1	D	----	----
3	Facilità di progressione del catetere nel vaso	20	Q1	D	----	----
4	Qualità del materiale del catetere	10	Q1	D	----	----
5	Presenza di kit di introduzione	10	Q5	----	----	T
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 105

Set da microintroduzione per PICC punta aperta

Kit (contenuto minimo) comprensivo di:

- 1 ago introduttore 21 G
- 1 guidino in acciaio o nitinol punta morbida, preformabile, 0.018" di almeno 60 cm
- 1 microintroduttore peel away 5/6 F – lunghezza minima cm 9.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Il kit dovrà essere compatibile con i cateteri PICC relativi ai due lotti precedenti

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Affilatura dell'ago	20	Q1	D	---	---
2	Rastrematura e facilità di penetrazione dell'introduttore peel-away	10	Q1	D	---	---
3	Scorrevolezza guida all'interno dell'ago	30	Q1	D	---	---
4	Manovrabilità, supporto e capacità di mantenere la memoria della conformazione della punta della guida	10	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 106

Cateteri PICC a punta aperta ad alto flusso

Cateteri venosi centrali ad inserzione periferica – punta aperta – monolume (40% della fornitura), bilume (60% della fornitura) - ed eventualmente trilume – in poliuretano morbido in grado di sopportare flussi di almeno 5 ml/sec e 300 psi con mdc.

E' richiesto il catetere senza kit di introduzione. (Verranno comunque valutati anche cateteri con kit di introduzione- da inserire nei criteri di qualità).

Calibro catetere: 4/6 F circa

Lunghezze catetere: 55 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Scorrevolezza e manovrabilità di un'eventuale guida all'interno del catetere	20	Q1	D	----	----
2	Radiopacità del catetere	10	Q1	D	----	----
3	Facilità di progressione del catetere nel vaso	20	Q1	D	----	----
4	Qualità del materiale del catetere	10	Q1	D	----	----
5	Presenza di kit di introduzione	10	Q5	----	----	T
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 107

Set da microintroduzione per PICC punta aperta alto flusso

Kit (contenuto minimo) comprensivo di:

- 1 ago introduttore 20/21 G
- 1 guidino in acciaio o nitinol punta morbida, preformabile, 0.018" di almeno 30 cm
- 1 microintroduttore peel away 5/6 F – lunghezza minima cm 9.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Affilatura dell'ago	20	Q1	D	----	----
2	Rastrematura e facilità di penetrazione dell'introduttore peel-away	15	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza guida all'interno dell'ago	15	Q1	D	----	----
4	Manovrabilità, supporto e capacità di mantenere la memoria della conformazione della punta della guida	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 108
Aghi per port ad alto flusso

Set da infusione costituito da ago di Huber in acciaio con raccordo ad Y per infusione di mdc ad alta pressione (5 ml/sec – 300 psi).

Calibro ago: 19/20 G

Lunghezza ago: mm 25 circa.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Affilatura e penetrabilità dell'ago	25	Q1	D	----	----
2	Facilità d'uso	25	Q1	D	----	----
3	Tenuta e manovrabilità dei raccordi	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 109

Materiale embolizzante in microsfere precaricabili con chemioterapico

Microsfere sterili, non riassorbibili, idrofili che, pre-calibrate, in grado di assorbire in modo controllato i chemioterapici doxorubicina e irinotecan, allo scopo di embolizzare tumori maligni ipervascolarizzati e rilasciare costantemente e gradualmente il farmaco loco-regionalmente.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Dimensioni particelle: differenti diametri

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità caricamento microsfere	20	Q1	D	----	----
2	Compatibilità microcateteri	15	Q1	D	----	----
3	Facilità introduzione	15	Q1	D	----	----
4	Efficienza di embolizzazione	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 110

Materiale embolizzante in microsfere precaricabili radiopache

Microsfere sterili, non riassorbibili, radiopache, idrofili che, pre-calibrate, in grado di assorbire in modo controllato i chemioterapici doxorubicina e irinotecan, allo scopo di embolizzare tumori maligni ipervascolarizzati e rilasciare costantemente e gradualmente il farmaco loco-regionalmente.

Dimensioni particelle: differenti diametri

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità caricamento microsfere	20	Q1	D	----	----
2	Compatibilità microcateteri	15	Q1	D	----	----
3	Facilità introduzione	15	Q1	D	----	----
4	Efficienza di embolizzazione	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 111

Microparticelle embolizzanti biodegradabili

Microparticelle embolizzanti biodegradabili (DSM) di amido idrolizzato, con calibro medio di 50 micron

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità caricamento microsfele	20	Q1	D	----	----
2	Compatibilità microcateteri	15	Q1	D	----	----
3	Facilità introduzione	15	Q1	D	----	----
4	Efficienza di embolizzazione	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 112

Sistema periferico per trombectomia

Dispositivo per la trombectomia isovolumetrica periferica meccanica e farmacologica, utilizzabile in un ampio range di distretti vascolari trombizzati, venosi e arteriosi, che sia in grado di garantire un rapido ripristino di pervietà. Certificata per l'utilizzo nel trattamento dell'embolia polmonare.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità d'uso	20	Q1	D	----	----
2	Ampia capacità aspirante	30	Q1	D	----	----
3	Possibilità di cateteri per grandi vasi	20	Q5	--	----	T
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 113

Set di drenaggio pleurico e peritoneale

Sistema composto da catetere tunnellizzabile, in silicone di grado medicale, 15 Fr almeno, con cuffia in poliestere, valvola bidirezionale attivabile attraverso un'acconessione Luer-Lock. Deve essere fornito con tutto il materiale necessario per eseguire la procedura di impianto.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Radiopacità	20	Q1	D	----	----
2	Rigidità sistema durante introduzione	20	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza	30	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 114

Microcatetere direzionabile per cateterismi vascolari superselettivi

Microcatetere dritto la cui punta può essere angolata fino a 180 gradi nel cateterismo di vasi arteriosi collaterali particolarmente ostili.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	20	Q1	D	----	----
2	Manovrabilità	30	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza	10	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 115

Sonde laser per angioplastica periferica

Sonde laser per angioplastica laser assistita compatibile con i comuni materiali per le procedure endovascolari (introduttori, filo guida, etc).

Le sonde devono produrre una luce laser fredda, con fibre ottiche disposte ad anelli concentrici e tip in platino-iridio radiopaco, disponibili nella versione over-the-wire e monorail, nei diametri da 0.9mm, 1.4mm, 1.7mm, 2 mm, 2.3mm e 2.5mm.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Manovrabilità	25	Q1	D	----	----
2	Efficacia del laser	25	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza	10	Q1	D	----	----
4	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 116

Sistema di embolizzazione tipo plug cilindrico

Sistema di chiusura di fistole artero-venose, embolizzazione di arterie ipogastriche, succlavie, carotidi, renali, iliache, varicocele etc. , autoespandibile, composto da fili di nitinol (55% nichel, 45% titanio) tra loro intrecciati e forma cilindrica. Diametri da 4 mm a 16 mm, con incrementi di 2 mm.
Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Ampiezza della gamma	10	Q1	D	----	----
2	Facilità di rilascio	30	Q1	D	----	----
3	radiopacità	30	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 117

Sistema di embolizzazione tipo plug a triplice corpo

Sistema di chiusura di fistole artero-venose, embolizzazione di arterie ipogastriche, succlavie, carotidi, renali, iliache, varicocele etc. , autoespandibile, composto da fili di nitinol (55% nichel, 45% titanio) tra loro intrecciati e triplice corpo .
Diametri da 3 mm a 22 mm
Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Ampiezza della gamma	10	Q1	D	----	----
2	Facilità di rilascio	30	Q1	D	----	----
3	radiopacità	30	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 118

Sistema di embolizzazione tipo plug a doppio corpo

Sistema di chiusura di fistole artero-venose, embolizzazione di arterie ipogastriche, succlavie, carotidi, renali, iliache, varicocele etc. , autoespandibile, composto da fili di nitinol (55% nichel, 45% titanio) tra loro intrecciati a doppio corpo, compatibile con cateteri diagnostici da 4 Fr e/o 5 Fr .

Diametri da 3 mm a 8 mm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Ampiezza della gamma	10	Q1	D	----	----
2	Facilità di rilascio	30	Q1	D	----	----
3	radiopacità	30	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 119

Sistema di embolizzazione tipo microplug

Sistema di embolizzazione di arterie di piccolo calibro compatibile anche con microcateteri nelle sue misure più piccole.
Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Compatibilità con microcatetere	10	Q1	D	----	----
2	Facilità di rilascio	30	Q1	D	----	----
3	radiopacità	30	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 120

Aghi da biopsia semiautomatici

Sistema monouso a ghigliottina semiautomatico per biopsia coassiale su tessuti molli. Da ago a scatto per prelievo biotico e cannula coassiale centimetrata con stopper scorrevole per la determinazione della profondità di introduzione. Lunghezze 6-10-15-20 cm; diametri 20, 18 e 16 Gauge.
Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Affilatura e penetrabilità dell'ago	30	Q1	D	----	----
2	Facilità d'uso	30	Q1	D	----	----
3	Tenuta e manovrabilità dei raccordi	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 121
Agghi da biopsia automatici

Dispositivo completamente automatico per biopsia percutanea, costituito da un sistema di cannule triassiali in acciaio, che permette, mediante un'unica operazione di tagliare il frustolo all'interno della cannula. Possibilità dello sparo di tre diverse lunghezze.

Possibilità di effettuare biopsie multiple attraverso l'apposito introduttore coassiale, opzionale in due diverse lunghezze.

Lunghezze 10-15-20 cm; diametri 18 e 16 Gauge

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Affilatura e penetrabilità dell'ago	25	Q1	D	----	----
2	Facilità d'uso	25	Q1	D	----	----
3	Tenuta e manovrabilità dei raccordi	10	Q1	D	----	----
4	Regolabilità della lunghezza di sparo	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 122
Aghi da biopsia full-core

Dispositivo per biopsia percutanea con ago tranciante full-core, con triplice lunghezza di carotaggio, 18 g, per biopsie epatiche. Possibilità della presenza di sistema coassiale.
Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Affilatura e penetrabilità dell'ago	25	Q1	D	----	----
2	Facilità d'uso	25	Q1	D	----	----
3	Tenuta e manovrabilità dei raccordi	10	Q1	D	----	----
4	Regolabilità della lunghezza di sparo	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 123

Pinza per biopsia transcatetere

Dispositivo a pinza per biopsia transcatetere.

Set costituito da:

- pinza biotica con impugnatura provvista di pulsante per aprire e chiudere il morso della cappa.
- Stelo dell'impugnatura in acciaio inox rivestito in PTFE e da una coppa standard per il prelievo (volume max 2,25 mm3)
- Lunghezza pinza 60 cm e calibro 5,2 Fr.

Provvisto inoltre di introduttore con valvola emostatica e dilatatore 7 Fr. Lunga 30 cm e marker radiopaco.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di presa della pinza	40	Q1	D	----	----
2	Sicurezza e facilità di utilizzo	15	Q1	D	----	----
3	Scorrevolezza all'interno del catetere portante	15	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 124
Sistema di fissaggio sutureless

Area adesiva di nastro microporoso che viene applicato sulla pelle del paziente e una cinghia di fissaggio o sistemi analoghi che mantiene in posizione i tubi di collegamento.

misura dei cateteri deve essere almeno di 14 Fr

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni **singolo sistema** deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Adesività del sistema	30	Q1	D	----	----
2	Facilità di utilizzo	20	Q1	D	----	----
3	Adattabilità ai tubi	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 125

Sistema di emostasi vascolare con clip starclose

Il sistema di chiusura extravascolare che permette il posizionamento di una clip di nitinol extravascolare.
Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo	30	Q1	D	----	----
2	Adattabilità del catetere	20	Q1	D	----	----
3	Capacità di adeguamento a differenti misure dei cateteri	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 126

Cateteri a palloncino di largo diametro ad alta pressione

Cateteri a palloncino di largo diametro almeno 26 mm, basso profilo, non complianti, per dilatazione di vasi di grosso calibro resistente ad alta pressione di gonfiaggio circa 18 atm. Diametro pallone 12-26 \pm 5 mm in base alla lunghezza da 2 a 6 cm.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Ruvidità della superficie del pallone	10	Q1	D	----	----
2	Rapidità sgonfiaggio pallone	25	Q1	D	----	----
3	Gamma misure pallone	15	Q3	----	Q	----
4	Scorrevolezza catetere	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 127

Cateteri da occlusione per procedure vascolari

Cateteri con palloncino da occlusione per procedure vascolari e non vascolari, catetere portante diversi calibri compresi da 5 a 9 Fr. con palloncino di diametro da 11,5 a 40 mm. Con due marker radiopachi deve accettare guida da .038 inch

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Rapidità sgonfiaggio pallone	20	Q1	D	----	----
2	Gamma misure pallone	15	Q3	----	Q	----
3	Pressione massima	20	Q1	D	----	----
4	Scorrevolezza del catetere	15	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 128

Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco

Catetere a palloncino rivestito di farmaco con attività antiproliferativa utilizzato per evitare la ristenosi nei vasi trattati. Con due marker radiopachi deve accettare guida da 0.035 inch

Lunghezze da 40 a 60 mm

Diametri da 5 a 8 mm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Radiopacità	20	Q1	D	----	----
2	Gamma di lunghezze e diametri	30	Q1	D	----	----
3	Letteratura presente negli ultimi 3 anni su riviste indicizzate con impact factor di almeno 2	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 129

Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco

Catetere a palloncino rivestito di farmaco con attività antiproliferativa utilizzato per evitare la restenosi nei vasi trattati deve accettare guida da .018 inch.

Lunghezze da 40 a 60 mm

Diametri da 4 a 6 mm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Radiopacità	20	Q1	D	----	----
2	Gamma di lunghezze e diametri	30	Q1	D	----	----
3	Letteratura presente negli ultimi 3 anni su riviste indicizzate con impact factor di almeno 2	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 130

Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco

Catetere a palloncino rivestito di farmaco con attività antiproliferativa utilizzato per evitare la restenosi nei vasi trattati.
deve accettare guida da .014 inch

Lunghezze da 40 a 150 mm circa

Diametri da 1,5 a 4 mm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Radiopacità	20	Q1	D	----	----
2	Gamma di lunghezze e diametri	30	Q1	D	----	----
3	Letteratura presente negli ultimi 3 anni su riviste indicizzate con impact factor di almeno 2	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 131
Stent ricoperti

Endoprotesi retta periferica autoespandibile costituita da una struttura tubolare di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE) e da uno stent in nitinolo. Lunghezze richieste: range da 2,5 a 25 cm. Diametri da 5 a 13 mm. L'endoprotesi deve avere le indicazioni d'uso per il trattamento delle steno-occlusioni e degli aneurismi dell'asse femoro-popliteo con almeno 25 cm di lunghezza.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità del sistema	30	Q1	D	----	----
2	Gamma di lunghezze degli stent	20	Q3	----	Q	----
3	Gamma di diametri degli stent	20	Q3	----	Q	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 132

Supporto monouso per ago da biopsia ecoguidata

Sistema monouso in materiale **idoneo** adattabile a sonde ecografiche sia convesse che lineari per supporto guida all'ago da biopsia. Il sistema deve essere compatibile con aghi da 23 G a 14 G, almeno. Deve poter offrire differenti angolazioni della traiettoria compatibile con il modello dell'ecografo in uso presso le Strutture Sanitarie Liguri.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Gamma di modelli del supporto da inserire sulla sonda	25	Q3*	---	Q	---
2	Disponibilità di multiple angolazioni	25	Q3*	---	Q	---
3	Resistenza del materiale	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 133

Stent metallici ricoperti per TIPS

Endoprotesi ad espansione controllata, specifica per TIPS, con porzione intraepatica rivestita in EPTFE e porzione portale scoperta per garantire maggiore pervietà della vena porta.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	15	Q1	D	---	---
2	Forza radiale e resistenza alla compressione	20	Q1	D	---	---
3	Facilità di rilascio	15	Q1	D	---	---
4	Radiopacità	10	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 134

Stent metallici ricoperti su catetere a palloncino

Endoprotesi montata su catetere a palloncino, diametri compresi tra 5 e 16 mm circa con lunghezza da 20mm a 70 mm circa che supportino guida .035 inch.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	15	Q1	D	---	---
2	Forza radiale e resistenza alla compressione	20	Q1	D	---	---
3	Facilità di rilascio	15	Q1	D	---	---
4	Radiopacità	10	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 135

Stent a diametro variabile ricoperti

Endoprotesi (premontata su pallone) ricoperta, diametri compresi tra 5 e 11 mm almeno con lunghezza da 15 mm a 80 mm almeno, che supportino guida .035 inch con conformazione retta e conica.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.


Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	15	Q1	D	---	---
2	Forza radiale e resistenza alla compressione	20	Q1	D	---	---
3	Facilità di rilascio	15	Q1	D	---	---
4	Radiopacità	10	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 136

Aterotomo direzionale

Sistema di aterectomia rotazionale composto da console e cateteri monouso. Il sistema deve consentire taglio frontale, aspirazione tramite il catetere in modo da evitare il rischio di embolizzazioni, taglio concentrico con possibilità eventuale di apertura lame ausiliarie sulla punta delle catetere, e il trattamento di molteplici tipologie di lesioni quali trombi, lesioni calcifiche, lesioni de novo ed intrastent. Il catetere deve presentare in punta lame rotanti (eventualmente doppio strato di lame rotanti con secondo strato espandibile) e sistema di aspirazione (attiva e passiva).

Compatibilità introduttore 7F, filo guida 0,014".

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.


Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di frantumazione della placca ateromasica/calcifificazione	25	Q1	D	---	---
2	Capacità di aspirazione dei frammenti	25	Q1	D	---	---
3	Scorrevolezza all'interno dell'introduttore	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 137
Stent per riduzione flusso TIPS

Il prodotto è uno stent autoespandibile in Nitinol con design a celle chiuse e struttura a clessidra con indicazione per riduzione del flusso sanguigno a seguito di impianto di precedente stent per shunt portosistemici transgiugulari intraepatici (TIPS).

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di rilascio	30	Q1	D	---	---
2	Radiopacità	30	Q1	D	---	---
3	Ampiezza della gamma di misure	10	Q3*	---	Q	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 138

Stent a diametro variabile

Stent venoso autoespandibile, svasato distalmente e prossimalmente, diametri compresi tra 10 e 20 mm con lunghezza da 40mm a 160 mm almeno, che supportino guida 0 .035 inch.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	15	Q1	D	---	---
2	Forza radiale e resistenza alla compressione	20	Q1	D	---	---
3	Facilità di rilascio	15	Q1	D	---	---
4	Radiopacità	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 139

Sistema di compressione femorale

Sistema di compressione femorale attiva e assistita comprensivo di dispositivo medico a rilascio di emostatico ipoallergenico con vescica trasparente in poliuretano e una prolunga per il gonfiaggio a 40 ml d'aria della stessa. Il sistema deve esser dotato di una valvola a tenuta per la pressione e deve essere compatibile con qualsiasi siringa.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Ampiezza della vescica trasparente	30	Q1	D	---	---
2	Tenuta della valvola a pressione	30	Q1	D	---	---
3	Facilità di utilizzo	10	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 140
Stent biliare ricoperto

Stent biliare autoespandibile in metallo, ad elevata flessibilità e forza radiale, “over the wire” utilizzabile su filo guida 0,035 inch per il trattamento stenosi delle vie biliari, ricoperto in EPTFE e/o altro materiale idoneo.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	15	Q1	D	---	---
2	Forza radiale e resistenza alla compressione	20	Q1	D	---	---
3	Facilità di rilascio	15	Q1	D	---	---
4	Radiopacità	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 141
Stent per il distretto venoso

Stent in nitinol e per il trattamento delle steno ostruzioni del distretto venoso. Diametri da 10 mm fino a 18 mm circa, con lunghezze da 60 mm fino ad 150 mm circa.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	15	Q1	D	---	---
2	Forza radiale e resistenza alla compressione	20	Q1	D	---	---
3	Facilità di rilascio	15	Q1	D	---	---
4	Radiopacità	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 142

Stent per il distretto venoso iliaco

Stent in nitinol per il trattamento delle steno ostruzioni del distretto venoso con conformazione dell'estremo distale a becco d flauto.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	15	Q1	D	---	---
2	Forza radiale e resistenza alla compressione	20	Q1	D	---	---
3	Facilità di rilascio	15	Q1	D	---	---
4	Radiopacità	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 143
Stent per vasi di grosso calibro

Stent in nitinol per il trattamento delle stenosi ostruzioni dei grossi vasi. Diametri di almeno 14 mm fino a 24 mm, con lunghezze da 60 mm fino ad almeno 150 mm.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	15	Q1	D	---	---
2	Forza radiale e resistenza alla compressione	20	Q1	D	---	---
3	Facilità di rilascio	15	Q1	D	---	---
4	Radiopacità	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 144

Stent per aorta/vena cava

Stent in nitinol per il trattamento delle steno ostruzioni dell'aorta e/o della vena cava. Diametri di almeno 16 mm fino a almeno 36 mm, con lunghezze da 40 mm fino ad almeno 100 mm.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	15	Q1	D	---	---
2	Forza radiale e resistenza alla compressione	20	Q1	D	---	---
3	Facilità di rilascio	15	Q1	D	---	---
4	Radiopacità	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 145

Catetere di ancoraggio multilume

Catetere di supporto costituito da un sistema di ancoraggio self expanding con almeno due canali di lavoro che supportino guide da 0.014 inch.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	25	Q1	D	---	---
2	Facilità di rilascio	25	Q1	D	---	---
3	Radiopacità	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 146

Catetere di ancoraggio monolume

Catetere di supporto costituito da un sistema di ancoraggio self expanding con un canale di lavoro compatibile con microcatetri da 3 Fr e guide da 0.014/0.035 inch.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	25	Q1	D	---	---
2	Facilità di rilascio	25	Q1	D	---	---
3	Radiopacità	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 147

Catetere a palloncino con concentrazione di forza focale

Catetere a palloncino OTW per angioplastica periferica, compatibile con fili guida 0,035", composto da un palloncino dotato di elementi polimerici/metallici integrati sulla superficie per impartire forza focale al momento del gonfiaggio.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	25	Q1	D	---	---
2	Radiopacità	25	Q1	D	---	---
3	Rapidità di sgonfiaggio	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 148
Catetere di supporto

Catetere di supporto per il distretto arterioso sotto-popliteo costituito da materiale polimerico e da un'armatura in acciaio inox. Le lunghezze del dispositivo devono variare almeno da 90 cm ed oltre.
Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	15	Q1	D	---	---
2	Navigabilità (capacità di andare all'interno del vaso arterioso/venoso e progredire all'interno)	15	Q1	D	---	---
3	Radiopacità	15	Q1	D	---	---
4	Resistenza alla torsione	15	Q1	D	---	---
5	Gamma misure (lunghezze e calibri)	10	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 149

Stent rivestito vascolare per piccoli vasi

Stent in acciaio con rivestimento, montato su catetere a palloncino, monorail e /o over the wire, per vasi tortuosi e di piccole dimensioni compatibile con filo guida 0.014 Fr. e catetere guida con I.D. minimo 0.070 Inch per rotture acute vasi di piccolo calibro.

Calibri: 2,5 mm – 3 mm – 3,5 mm – 4 mm circa

Lunghezze: Comprese tra 13 a 27 mm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	25	Q1	D	---	---
2	Facilità di rilascio	25	Q1	D	---	---
3	Radiopacità	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 150

Sistema per trombectomia meccanica percutanea

Catetere per trombectomia meccanica percutanea costituito da una consolle portatile e un introduttore guaina.
Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di aspirazione dei frammenti	30	Q1	D	---	---
2	Scorrevolezza all'interno del catetere guida/introduttore	15	Q1	D	---	---
3	Navigabilità (capacità di andare all'interno del vaso arterioso/venoso e progredire all'interno)	25	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 151

Power PICC, punta chiusa

Cateteri venosi centrali ad inserzione periferica (PICC) in silicone, radiopachi, a punta chiusa con valvola laterale bi-direzionale, lume singolo doppio provvisti di set da micro introduzione. Calibro catetere 4 ϕ 5 Fr.
Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità e scivolosità di penetrazione, ecogenicità dell'ago del sistema di microintroduzione	20	Q1	D	---	---
2	Capacità di penetrazione del micro introduttore coassiale del set da micro introduzione	20	Q1	D	---	---
3	Funzionalità della valvola bidirezionale	30	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 152

Microcatetere con sistema antireflusso

Microcatetere dotato sulla punta di un pallone occlusivo oppure di caratteristiche tecniche equivalenti per la ridistribuzione del flusso arterioso.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Flessibilità	25	Q1	D	---	---
2	Stabilità del sistema antireflusso	25	Q1	D	---	---
3	Radiopacità	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 153

Catetere di recupero a pinza

Pinza per recupero endovascolare costituita da un'impugnatura, un corpo in acciaio inox con rivestimento in TFE e una pinza con ganasce di presa.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Capacità di presa della pinza	40	Q1	D	---	---
2	Sicurezza e facilità di utilizzo	15	Q1	D	---	---
3	Scorrevolezza all'interno del catetere portante	15	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 154
Sistemi di rientro vascolari

Sistema di rientro vascolare che permetta il rientro di una guida 0.014inch dallo spazio sub-intimale nel lume vero utilizzando un ago opportunamente precurvato comandato da un manipolo esterno posizionato su catetere.

Lunghezza catetere: almeno 80cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di penetrazione dell'ago	40	Q1	D	---	---
2	Scorrevolezza del lume interno	15	Q1	D	---	---
3	Sicurezza di utilizzo	15	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 155

Cateteri da dialisi permanenti (tipo "Tesio")

Doppio catetere da dialisi tunnellizzati in poliuretano 10Fr di calibro, varie lunghezze comprese tra 19 e 28 cm almeno, provvisti di cuffia in dacron che consentano flusso di sangue di 350-400ml/min.

Da fornire in Kit con contenuto minimo:

- Dilatatori
- N°2 fili guida a J
- N°2 Introduuttori peel-away
- N°2 cateteri Tesio
- N°1 estensione arteriosa
- N°1 estensione venosa
- N°2 tunnellizzatori
- N°2 tappini per iniezione perforabili
- N°1 aletta per fissaggio cutaneo

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.


Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Penetranza: profilo tagliente dell'ago in grado di perforare i tessuti con il minimo trauma	10	Q1	D	----	----
2	penetrabilità, atraumaticità ed indeformabilità del dilatatore	10	Q1	D	----	----
3	qualità/caratteristiche del materiale del catetere	30	Q1	D	----	----



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

	(struttura, capacità antikinking, scorrevolezza, atraumaticità e morbidezza della punta, dimensioni alette di fissaggio, facilità di identificazione vie, ergonomia del cono, dimensione, finitura, distanza e posizionamento dei fori distali)					
4	caratteristiche del filo guida: materiale, scorrevolezza, proprietà anti-kinking e anti-sfilacciamento	10	<i>Q1</i>	<i>D</i>	----	----
5	Eventuale presenza sistema valvolato antipolluzione e facilità di inserimento della guida senza deconnettere la siringa dall'ago: caratteristiche e funzionalità	10	<i>Q1</i>	<i>D</i>	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 156

Filtro cavale per megacave

Filtro cavale compatibile anche con vene cave con diametri superiori ai 30 mm.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Radiopacità	20	Q1	D	---	---
2	Sicurezza e facilità di rilascio	30	Q1	D	---	---
3	Scorrevolezza all'interno del catetere portante	20	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 157

Microsfere di tris-acrilico per embolizzazioni

Microsfere embolizzanti costituite in materiale trisacrilico e con superficie idrofila e forma sferica che impediscono l'aggregazione nel lume del catetere e nella vascolarizzazione.

Diametri da 40 a 1200 micron

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Ampiezza della gamma	20	Q3	---	Q	---
2	Compatibilità microcateteri	10	Q1	D	---	---
3	Facilità introduzione	10	Q1	D	---	---
4	Efficienza di embolizzazione	30	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 158

Sistema endovascolare per la trombolisi accelerata mediante ultrasuoni

composto da:

1. Sistema computerizzato per la trombolisi accelerata mediante ultrasuoni. Il sistema deve consentire la gestione automatica dell'energia microsonica erogata, deve consentire l'arresto manuale della terapia in caso di necessità e quello automatico in base ad una soglia di sicurezza di temperatura.
2. Kit endovascolare monouso per la trombolisi accelerata mediante ultrasuoni.
- 3.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo (capacità del sistema di risultare più immediato senza richiedere passaggi complessi o di difficile comprensione)	20	Q1	D	---	---
2	Chiarezza del display del generatore	25	Q1	D	---	---
3	Scorrevolezza nel sistema portante	25	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 159
Sistema per iniezione CO₂

Set di iniezione monopaziente costituito da un sistema automatico e digitale che consente l'iniezione dell'anidride carbonica (CO₂).

Il sistema del essere riconosciuto e spurgato automaticamente dal sistema di iniezione con la possibilità della regolazione dei parametri di iniezione (pressione e volume)

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Sicurezza del sistema	30	Q1	D	----	----
2	Compatibilità con i sistemi angiografici in uso	30	Q1	D	----	----
3	Chiarezza del display dell'iniettore	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 160

Sistema per la litotripsia intravascolare periferica

Catetere a palloncino per angioplastica periferica dotato di un sistema per la litotripsia della placca calcifica attraverso il collegamento con un generatore esterno di ultrasuoni. Deve essere fornito tutto il materiale necessario per il corretto funzionamento del sistema.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Basso profilo del catetere a palloncino	30	Q1	D	----	----
2	Sicurezza del sistema	30	Q1	D	----	----
3	Radiopacità	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 161

Sistema emostatico attivo riassorbibile

Collagene emostatico per accelerare la coagulazione disponibile in una schiuma di gelatina tagliata con diametri precisamente calibrati, precaricata in a siringhe da 1 o 3 ml.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Disponibilità misure differenti	35	Q1	D	----	----
2	Capacità embolizzante	35	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 162

Sistemi totalmente impiantabili a punta aperta ad inserzione periferica (miniport)

Sistema totalmente impiantabile (miniport) RM compatibile per impianto da vena periferica con camera in metallo e / o plastica a bassissimo profilo (altezza camera non superiore a 9 mm) provvisto di catetere in silicone e/o poliuretano a punta aperta provvisto di set da micro-introduzione.

Calibro catetere: non superiore a 6Fr.

Lunghezza catetere: almeno 75 cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Scorrevolezza e manovrabilità della guida	20	Q1	D	----	----
2	Radiopacità del catetere	20	Q1	D	----	----
3	Facilità di progressione del sistema peel-away e del catetere del vaso	30	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 163

Catetere venoso periferico per infusione ad alta pressione

Catetere venoso periferico che permetta l'infusione ad alte pressioni (maggiore 300 psi) anche del mezzo di contrasto con calibri da 18 G a 22G.

Il catetere deve essere fornito con un kit di micro introduzione **e meccanismo di sicurezza**.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Affilatura dell'ago	20	Q1	D	----	----
2	Scorrevolezza guida all'interno dell'ago	20	Q1	D	----	----
3	Facilità di progressione del catetere nel vaso	30	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 164

Sistema per il trattamento ablativo percutaneo tramite crio-ablazione

Sistema di trattamento percutaneo dotato di aghi di vario diametro, con la possibilità di indurre una necrosi delle lesioni solide delle rene, del fegato, ~~della prostata~~ e dell'osso attraverso una crio ablazione.

Deve essere fornito tutto il materiale (consolle, accessori, ecc.) per il corretto funzionamento del sistema.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di penetrazione dell'ago nei tessuti	15	Q1	D	----	----
2	Rigidità dell'ago	10	Q1	D	----	----
3	Ecogenicità	15	Q1	D	----	----
4	Semplicità di utilizzo del sistema	20	Q1	D	----	----
5	Display facilmente leggibile	10	Q1	D	----	----



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 165

Stent ricoperto per il distretto femorale arterioso

Stent periferico autoespandibile ibrido nitinolo e EPTFE per il distretto femoro-popliteo arterioso con misure da 5 mm a 8 mm e lunghezze da 30 a 100 mm - RM compatibile, visibilità RX.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia (precisione di posizionamento; facilità di rilascio; scorrevolezza; navigabilità)	30	Q1	D	----	----
2	Forza radiale e resistenza alla rottura;	15	Q1	D	----	----
3	Materiale idrofilo	15	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 166

Sistema per la prevenzione e il trattamento del pneumotorace durante le biopsie polmonari

Sistema per il rilascio percutaneo di un plug lungo il tramite di accesso delle biopsie polmonari, completamente riassorbibile per prevenire e/o ridurre il pneumotorace in corso di biopsie polmonari.

Il sistema deve essere compatibile con sistemi coassiali per biopsie polmonari da 17G a 19G con tolleranza +/- 1 Ga.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Sicurezza di utilizzo	25	Q1	D	----	----
2	Facilità di utilizzo	20	Q1	D	----	----
3	Compatibilità con i sistemi coassiali in commercio	25	Q1	D	----	----



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 167

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea monorail

Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea, tipo "monorail", compatibile con filo guida 0,014 inch, RBP > 10 atm.

Diametri: 2-2,5-3 mm

Lunghezza palloncino: 2-4-8-12-16-20 cm circa

Lunghezza catetere: 150-170 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia	20	Q1	D	----	----
2	Visibilità RX	20	Q1	D	----	----
3	Velocità di sgonfiaggio del pallone	20	Q1	D	----	----
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 168

Stent metallic vascolari a celle chiuse, “over the wire”

Stent vascolare periferico premontato su catetere a palloncino, in cromocobalto, a celle chiuse, “over the wire” compatibile con filo guida 0,035 inch per stenting vascolare periferico (iliaco/succlavio). Ridotto grado di accorciamento. Pallone portante preferibilmente non compliante. Minor calibro possibile per l'introduttore richiesto.

Sterili, monouso.

Diametri: compresi tra 4 e 10 mm

Lunghezze: comprese tra 20 e 60 mm

Lunghezze catetere: compresa tra 80 e 130 cm

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo ed ergonomia (precisione di posizionamento; facilità di rilascio; scorrevolezza; navigabilità)	30	Q1	D	---	---
2	Forza radiale e resistenza alla rottura;	20	Q1	D	---	---
3	Materiale idrofilo	10	Q1	D	---	---
4	Gamma di misure disponibili	10	Q1	D	---	---
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 169

Sistema di recupero ad ansa multipla

Sterile, monouso, costituito da un cavo in Nitinol a cui sono collegati più "loop" parzialmente sovrapposti per coprire la maggior parte del lume del vaso o della cavità, provvisto di introduttore portante 10 Fr circa e lunghezza 80 -85 cm circa.

Catetere portante: 6Fr (lunghezze 90 cm circa)

Dimensioni configurazione "loop": da 3-4 cm circa

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Controllo di torsione ansa	25	Q1	D	----	----
2	Sicurezza della presa	15	Q1	D	----	----
3	Navigabilità	10	Q1	D	----	----
4	Manovrabilità	20	Q1	D	----	----
Totale complessivo punti		70				



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

LOTTO 170
Sistema di emostasi vascolare

Sistema di emostasi vascolare per chiusura di arteria femorale dopo cateterizzazione percutanea fino a 7Fr costituito da due dischi riassorbibili (intra ed extra – arterioso) collegati ad un filo di sutura riassorbibile.

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di utilizzo	25	Q1	D	----	----
2	Capacità di penetrazione tessutale	25	Q1	D	----	----
3	Supporto della guida	20	Q5	----	----	T
Totale complessivo punti		70				



LOTTO 171

Cateteri Venosi Centrali permanenti per dialisi

Cateteri venosi centrali tunnellizzati per dialisi a doppio lume (ev. punta sfalsata) in poliuretano di ultima generazione con cuffia anti-batterica che permettano flussi superiori a 350ml/min. Il catetere deve essere fornito in Kit (contenuto minimo) comprensivo di:

- n°1 guidino in acciaio punta J 0,035/0,038inch
- n°1 o più dilatatori
- n°1 introduttore/dilatatore “peel-away” di calibro adeguato
- n°1 tunnellizzatore
- n°2 tappi autosigillanti

Calibro catetere: almeno 13,5Fr ed oltre

Lunghezza catetere: almeno 3 lunghezze da consentire accessi giugulari, succlavi e femorali (configurazione retta eventualmente pre-curvata)

Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

Confezione:

Ogni singola sonda deve essere contenuta adeguatamente in un involucro, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie raggruppate in idonee confezioni secondarie.

Etichette:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

	SCHEDA CRITERI VALUTATIVI	
Fase prima	REQUISITI MINIMI GENERALI Viene valutata la corrispondenza o meno alle caratteristiche tecniche di minima sopraindicate	Idoneo non idoneo
Fase seconda	CARATTERISTICHE PREFERENZIALI Vengono valutate le seguenti caratteristiche:	Max punti 70 totali

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	IDENTIF.	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Penetranza: profilo tagliente dell'ago in grado di perforare i tessuti con il minimo trauma	10	Q1	D	----	----
2	penetrabilità, atraumaticità ed indeformabilità del dilatatore	10	Q1	D	----	----
3	qualità/caratteristiche del materiale del catetere (struttura, capacità antikinking, scorrevolezza, atraumaticità e morbidezza della punta, dimensioni alette di fissaggio, facilità di identificazione vie, ergonomia del cono, dimensione, finitura, distanza e posizionamento dei fori distali)	30	Q1	D	----	----



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Settore
Stazione Unica Appaltante Regionale

4	caratteristiche del filo guida: materiale, scorrevolezza, proprietà anti-kinking e anti- sfilacciamento	10	<i>Q1</i>	<i>D</i>	----	----
5	Eventuale presenza sistema valvolato antipolluzione e facilità di inserimento della guida senza deconnettere la siringa dall'ago: caratteristiche e funzionalità	10	<i>Q1</i>	<i>D</i>	----	----
Totale complessivo punti		70				

ALLEGATO A1.2											
PREVISIONI DI CONSUMO ANNUO											
<p>Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi) - Lotti n. 171 N° di gara 8248504</p>											
		TOTALE QUANTITA' ANNUALE PREVISTA PER TIPOLOGIA(A PEZZO)									
LOTTO	DESCRIZIONE	ASL1	ASL2	ASL3	ASL4	ASL5	IRCCS San Martino /IST	IRCCS GASLINI	E.O OSPEDALI GALLIERA	TOTALE QUANTITA' ANNUA PREVISTA PER TIPOLOGIA (A PEZZO)	TOTALE QUANTITA' QUADRIENNALE PREVISTA PER TIPOLOGIA (A PEZZO)
1	Ago per accesso vascolare 2 pezzi	5	500	100	450	300	600	0	25	1980	7920
2	Ago per accesso vascolare 1 pezzo	5	2000	300	600	175	1000	0	450	4530	18120
3	Ago cannula per accesso vascolare arterioso	5	50	50	300	50	50	0	10	515	2060
4	Ago per biopsia epatica transgiugulare	0	10	2	0	5	30	0	2	49	196
5	Set introduzione con micropuntura	150	500	10	0	180	110	0	10	960	3840
6	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici	5	250	80	0	200	150	12	200	897	3588
7	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici in pazienti obesi	5	30	20	0	30	15	12	30	142	568
8	Ago per biopsia ossea	20	10	5	0	10	40	0	10	95	380
9	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati	210	1200	530	40	700	1970	200	385	5235	20940
10	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati armati	20	70	95	0	50	155	150	70	610	2440
11	Introduttori guida armati	20	200	10	0	40	240	0	0	510	2040
12	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati lunghi	60	30	110	0	30	95	0	0	325	1300
13	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati preformabili per renale	5	10	5	35	10	35	0	5	105	420
14	Dilatatori vascolari e fasciali	5	400	100	0	300	60	0	20	885	3540
15	Introduttori con guaina a strappo “peel-away” lunghezza 15 cm	20	150	20	0	25	20	25	20	280	1120
16	Introduttori con guaina a strappo “peel-away” lunghezza 30 cm	5	190	10	15	10	10	5	0	245	980
17	Guide Angiografiche rigide tipo Amplatz	100	650	160	0	60	450	0	150	1570	6280
18	Guide tipo Rosen	200	150	5	0	20	205	0	50	630	2520
19	Guide Angiografiche ad elevata portanza con rivestimento in PTFE	120	170	190	0	10	250	0	250	990	3960

20	Guide Angiografiche centimetrare	5	50	10	0	20	5	0	0	90	360
21	Guide Angiografiche idrofiliche Standard	300	2400	550	300	690	2250	825	200	7515	30060
22	Guide Angiografiche idrofiliche Stiff	34	300	100	200	60	434	134	67	1329	5316
23	Guide Angiografiche idrofiliche "half stiff"	50	100	50	0	30	20	0	0	250	1000
24	Microguide Angiografiche ad elevato supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi	30	300	140	0	100	520	0	0	1090	4360
25	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi - lunghezza 180 cm	30	200	70	0	80	515	0	0	895	3580
26	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi - lunghezza 180 cm	30	240	50	0	150	520	0	150	1140	4560
27	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi – lunghezza 200 e 300 cm	100	200	100	0	80	215	0	75	770	3080
28	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di vasi di gamba pluri-stenotici	20	200	140	0	80	210	0	0	650	2600
29	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,014 inch	100	200	70	0	60	1015	0	50	1495	5980

ALLEGATO A1.2

PREVISIONI DI CONSUMO ANNUO

Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi) - Lotti n. 171
N° di gara 8248504

		TOTALE QUANTITA' ANNUALE PREVISTA PER TIPOLOGIA(A PEZZO)									
LOTTO	DESCRIZIONE	ASL1	ASL2	ASL3	ASL4	ASL5	IRCCS San Martino /IST	IRCCS GASLINI	E.O OSPEDALI GALLIERA	TOTALE QUANTITA' ANNUA PREVISTA PER TIPOLOGIA (A PEZZO)	TOTALE QUANTITA' QUADRIENNALE PREVISTA PER TIPOLOGIA (A PEZZO)
30	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,018 inch	100	200	70	0	50	1015	50	0	1485	5940
31	Microguide per procedure extravascolari biliari e urologiche	20	100	10	0	70	40	200	0	440	1760
32	Cateteri angiografici diagnostici configurazione “pig-tail” e “retta”	300	1200	200	30	200	700	200	20	2850	11400
33	Cateteri angiografici diagnostici precurvati	300	800	350	0	600	800	1000	200	4050	16200
34	Cateteri angiografici diagnostici “pig-tail” centimetrati	10	40	20	0	10	530	0	0	610	2440
35	Cateteri angiografici per trombolisi	50	40	5	0	10	130	10	0	245	980
36	Cateteri per angiografie selettive idrofilici	100	1600	200	0	200	500	150	0	2750	11000
37	Microcateteri coassiali con e senza guida per terapie embolizzanti	10	200	25	0	100	280	200	50	865	3460
38	Microcateteri coassiali con guida	30	300	20	0	150	130	0	0	630	2520
39	Microcateteri coassiali	5	200	0	0	50	90	0	0	345	1380
40	Cateteri guida per procedure interventistiche addominali	10	150	15	0	20	100	0	0	295	1180
41	Spirali embolizzanti libere tipo “Gianturco”	50	150	0	0	150	400	0	0	750	3000
42	Microspirali libere in platino	50	800	30	0	450	400	350	0	2080	8320
43	Microspirali a distacco controllato in platino	50	150	20	0	20	150	100	30	520	2080
44	Spirali e microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi	5	400	20	0	50	50	0	0	525	2100
45	Spirali e Microspirali in platino a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi	5	180	20	0	40	30	0	15	290	1160
46	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	20	80	20	0	20	70	15	10	235	940
47	Catetere per drenaggio di raccolte ed ascessi	50	150	30	0	200	300	400	15	1145	4580
48	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno	5	200	25	0	100	150	25	0	505	2020

49	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno	20	80	0	0	25	50	120	0	295	1180
50	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno idrofilo	5	160	50	0	50	25	0	0	290	1160
51	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno-interno	5	150	10	0	20	30	10	0	225	900
52	Endoprotesi ureterale plastica	0	100	0	0	20	15	0	0	135	540
53	Endoprotesi biliare plastica	5	20	3	0	10	10	25	0	73	292
54	Stent ureterali doppio J per rene trapiantato	0	5	0	0	5	30	0	0	40	160
55	Kit per angiografia	300	1500	700	0	600	400	500	150	4150	16600
56	Kit per cateterismo venoso centrale	50	2000	50	0	100	1500	500	0	4200	16800
57	Kit per TIPS (Custom Kit)	2	10	5	0	10	1530	0	0	1557	6228
58	Set per Isterosalpingografia	120	10	25	0	5	150	10	0	320	1280

ALLEGATO A1.2											
PREVISIONI DI CONSUMO ANNUO											
Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi) - Lotti n. 171 N° di gara 8248504											
		TOTALE QUANTITA' ANNUALE PREVISTA PER TIPOLOGIA(A PEZZO)									
LOTTO	DESCRIZIONE	ASL1	ASL2	ASL3	ASL4	ASL5	IRCCS San Martino /IST	IRCCS GASLINI	E.O OSPEDALI GALLIERA	TOTALE QUANTITA' ANNUA PREVISTA PER TIPOLOGIA (A PEZZO)	TOTALE QUANTITA' QUADRIENNALE PREVISTA PER TIPOLOGIA (A PEZZO)
59	Telo per accesso venoso giugulare e succlavio	10	2000	0	0	80	30	50	0	2170	8680
60	Telo con foro per ricanalizzazione Al sn	10	100	0	0	50	30	0	0	190	760
61	Kit teleria per vertebroplastica	10	10	0	0	10	5	15	0	50	200
62	Deflussori	50	1200	100	0	80	100	1000	400	2930	11720
63	Siringhe luer lock 1cc	10	400	0	0	100	400	50	200	1160	4640
64	Siringhe luer lock 2,5 cc	100	400	0	0	300	150	200	0	1150	4600
65	Valvola emostatica tipo Tuohy-Borst	50	200	30	0	200	65	100	200	845	3380
66	Raccordi connettori fra catetere e sacca di drenaggio	100	700	120	0	200	300	350	0	1770	7080
67	Siringa da 20 ml con manometro	200	500	350	430	200	1580	150	0	3410	13640
68	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, non compiante	50	150	25	24	150	280	150	0	829	3316
69	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, a doppia complianza	10	250	5	0	50	215	50	0	580	2320
70	Cateteri a palloncino da angioplastica per distretto aortico	0	30	5	0	20	100	20	0	175	700
71	Cateteri a palloncino da occlusione	20	15	10	0	10	165	35	0	255	1020
72	Cateteri a palloncino per infusione agenti embolici	5	15	0	0	10	155	0	10	195	780
73	Cateteri a palloncino a bassa pressione	5	20	5	0	10	100	0	0	140	560
74	Cateteri a palloncino da angioplastica	50	50	100	0	60	530	50	0	840	3360
75	Cateteri a palloncino da angioplastica per trattamenti extravascolari	10	50	25	0	10	360	50	0	505	2020
76	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea over the wire	50	150	250	0	50	315	100	0	915	3660
77	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea, tipo “over the wire”	50	50	0	0	100	165	25	0	390	1560

78	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica femoro-poplitea e sotto-poplitea	50	350	80	0	75	210	0	0	765	3060
79	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica per circolo plantare e dorsale	50	80	100	0	25	110	0	0	365	1460
80	Cateteri a palloncino da angioplastica per piccoli vasi	20	50	200	0	50	110	0	0	430	1720
81	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari a celle chiuse "over the wire"	10	40	50	0	10	15	20	0	145	580
82	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto, "over the wire"	10	30	3	0	10	15	55	0	123	492
83	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari "mono-rail"	0	30	2	0	15	210	75	0	332	1328
84	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in Nitinol "over the wire"	10	40	10	0	10	210	40	0	320	1280
85	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in acciaio, "over the wire"	5	20	5	0	20	250	10	0	310	1240
86	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	10	30	2	0	5	205	0	0	252	1008
87	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	10	30	2	0	5	205	0	0	252	1008

ALLEGATO A1.2

PREVISIONI DI CONSUMO ANNUO

Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi) - Lotti n. 171
N° di gara 8248504

		TOTALE QUANTITA' ANNUALE PREVISTA PER TIPOLOGIA(A PEZZO)									
LOTTO	DESCRIZIONE	ASL1	ASL2	ASL3	ASL4	ASL5	IRCCS San Martino /IST	IRCCS GASLINI	E.O OSPEDALI GALLIERA	TOTALE QUANTITA' ANNUA PREVISTA PER TIPOLOGIA (A PEZZO)	TOTALE QUANTITA' QUADRIENNALE PREVISTA PER TIPOLOGIA (A PEZZO)
88	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto	10	20	2	0	10	205	0	0	247	988
89	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in nitinol, ad elevata flessibilità e forza radiale, “over the wire”	10	40	10	0	10	203	0	0	273	1092
90	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari- Stent esofageo autoespandibile in nitinol, non coperto	0	10	4	0	0	0	0	0	14	56
91	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol parzialmente coperto	0	10	2	0	0	0	0	0	12	48
92	Sistema di introduzione percutanea per gastrostomie	5	30	100	20	5	30	25	0	215	860
93	Sonda gastrostomica con palloncino	5	60	200	20	5	50	5	0	345	1380
94	Set di sutura per ancoraggio parete gastrica	5	20	0	0	5	50	25	0	105	420
95	Set per gastrostomie Sonda gastrostomica	5	20	0	0	5	70	0	0	100	400
96	Dispositivo per accesso epatico transgiugulare Set per TIPS	1	10	3	0	10	30	2	0	56	224
97	Filtri cavali semi-temporanei	5	30	3	0	5	20	0	0	63	252
98	Filtri cavali semi-temporanei in Nitinol e/o Acciaio	5	10	0	0	10	20	25	4	74	296
99	Cateteri venosi centrali a medio termine – CATETERI HOHN	20	60	0	0	20	5	15	0	120	480
100	Catetere tunnellizzabile mono e bilume punta chiusa	10	50	150	0	20	10	0	0	240	960
101	Port ad alto flusso	100	200	250	0	60	500	350	0	1460	5840
102	Port ad alto flusso con catetere a punta chiusa	10	150	0	0	10	20	0	0	190	760
103	Cateteri PICC a punta aperta in silicone	20	100	0	0	10	20	0	0	150	600
104	Cateteri PICC a punta aperta in poliuretano	500	150	0	0	200	50	0	0	900	3600

105	Set da microintroduzione per PICC punta aperta	50	250	0	0	200	100	0	0	600	2400
106	Cateteri PICC a punta aperta ad alto flusso	50	100	20	0	400	50	0	0	620	2480
107	Set da microintroduzione per PICC punta aperta alto flusso	50	100	0	0	400	30	350	0	930	3720
108	Aghi per port ad alto flusso	100	500	6500	0	20	100	50	0	7270	29080
109	Materiale embolizzante in microsfere precaricabili con chemioterapico	5	25	5	0	30	50	10	0	125	500
110	Materiale embolizzante in microsfere precaricabili radiopache	20	5	5	0	10	20	10	0	70	280
111	Microparticelle embolizzanti biodegradabili	30	20	5	0	10	10	45	0	120	480
112	Sistema periferico per trombectomia	20	15	10	0	30	215	15	0	305	1220
113	Set di drenaggio pleurico e peritoneale	30	15	0	0	10	5	20	0	80	320
114	Microcatetere direzionabile per cateterismi vascolari superselettivi	5	10	5	0	10	2	10	60	102	408
115	Sonde laser per angioplastica periferica	5	5	0	0	10	0	0	0	20	80
116	Sistema di embolizzazione tipo plug cilindrico	10	10	6	0	10	10	10	0	56	224

ALLEGATO A1.2

PREVISIONI DI CONSUMO ANNUO

Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi) - Lotti n. 171
N° di gara 8248504

		TOTALE QUANTITA' ANNUALE PREVISTA PER TIPOLOGIA(A PEZZO)									
LOTTO	DESCRIZIONE	ASL1	ASL2	ASL3	ASL4	ASL5	IRCCS San Martino /IST	IRCCS GASLINI	E.O OSPEDALI GALLIERA	TOTALE QUANTITA' ANNUA PREVISTA PER TIPOLOGIA (A PEZZO)	TOTALE QUANTITA' QUADRIENNALE PREVISTA PER TIPOLOGIA (A PEZZO)
117	Sistema di embolizzazione tipo plug a triplice corpo	10	10	6	0	15	3	10	0	54	216
118	Sistema di embolizzazione tipo plug a doppio corpo	10	20	6	0	15	5	25	4	85	340
119	Sistema di embolizzazione tipo microplug	10	10	6	0	15	2	5	4	52	208
120	Aghi da biopsia semiautomatici	50	200	20	40	30	200	10	40	590	2360
121	Aghi da biopsia automatici	50	40	1000	0	30	100	150	0	1370	5480
122	Aghi da biopsia full-core	50	40	50	0	30	300	150	0	620	2480
123	Pinza per biopsia transcateretere	3	10	0	0	5	5	10	0	33	132
124	Sistema di fissaggio sutureless	20	200	200	0	300	150	0	0	870	3480
125	Sistema di emostasi vascolare con clip starclose	20	10	10	0	50	10	0	0	100	400
126	Cateteri a palloncino di largo diametro ad alta pressione	5	20	8	0	20	120	5	0	178	712
127	Cateteri da occlusione per procedure vascolari	5	10	10	0	20	5	20	0	70	280
128	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 5 a 8 mm	20	15	8	0	30	105	25	0	203	812
129	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 4 a 6 mm	20	15	3	2	30	120	25	0	215	860
130	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 1,5 a 4 mm	20	15	3	6	20	105	35	0	204	816
131	Stent ricoperti	15	80	18	0	50	10	30	0	203	812
132	Supporto monouso per ago da biopsia ecoguidata	10	100	10	0	0	100	20	0	240	960
133	Stent metallici ricoperti per TIPS	1	10	0	0	10	40	4	0	65	260
134	Stent metallici ricoperti su catetere a palloncino	5	10	0	0	10	10	5	0	40	160

135	Stent a diametro variabile ricoperti	10	10	0	0	10	5	0	0	35	140
136	Aterotomo direzionale	5	5	20	0	10	100	10	0	150	600
137	Stent per riduzione flusso TIPS	1	2	0	0	2	2	1	0	8	32
138	Stent a diametro variabile	5	5	0	0	5	3	0	0	18	72
139	Stent di compressione femorale	5	50	8	0	0	0	0	0	63	252
140	Stent biliare ricoperto	5	10	0	0	5	10	5	0	35	140
141	Stent per il distretto venoso	10	10	0	0	5	60	5	0	90	360
142	Stent per il distretto venoso iliaco	1	10	0	0	5	60	0	0	76	304
143	Stent per vasi di grosso calibro	0	10	2	0	5	55	5	0	77	308
144	Stent per aorta/vena cava	1	10	5	0	5	60	0	0	81	324
145	Catetere di ancoraggio multilume	0	10	0	0	5	3	0	0	18	72

ALLEGATO A1.2											
PREVISIONI DI CONSUMO ANNUO											
Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi) - Lotti n. 171 N° di gara 8248504											
		TOTALE QUANTITA' ANNUALE PREVISTA PER TIPOLOGIA(A PEZZO)									
LOTTO	DESCRIZIONE	ASL1	ASL2	ASL3	ASL4	ASL5	IRCCS San Martino /IST	IRCCS GASLINI	E.O OSPEDALI GALLIERA	TOTALE QUANTITA' ANNUA PREVISTA PER TIPOLOGIA (A PEZZO)	TOTALE QUANTITA' QUADRIENNALE PREVISTA PER TIPOLOGIA (A PEZZO)
146	Catetere di ancoraggio monolume	0	10	0	0	5	3	0	0	18	72
147	Catetere a palloncino con concentrazione di forza focale	0	15	0	0	5	0	0	0	20	80
148	Catetere di supporto	10	80	0	0	30	5	0	0	125	500
149	Stent rivestito vascolare per piccoli vasi	5	15	5	0	5	5	0	5	40	160
150	Sistema per trombectomia meccanica percutanea	5	5	10	0	5	205	0	0	230	920
151	Power PICC, punta chiusa	20	50	0	0	20	15	0	0	105	420
152	Microcatetere con palloncino antireflusso	5	10	5	0	10	5	0	0	35	140
153	Catetere di recupero a pinza	1	5	5	0	5	5	0	0	21	84
154	Sistemi di rientro vascolari	5	10	10	0	5	55	0	0	85	340
155	Cateteri da dialisi permanenti (tipo “Tesio”)	10	30	5	0	0	10	0	0	55	220
156	Filtro cavale per megacave	3	3	5	0	2	0	1	0	14	56
157	Microsfere di tris-acrilico per embolizzazioni	5	200	5	0	200	15	0	20	445	1780
158	Sistema endovascolare per la trombolisi accelerata mediante ultrasuoni	1	5	5	0	2	1	0	0	14	56
159	Sistema per iniezione CO2	5	10	50	0	5	300	0	0	370	1480
160	Sistema per la litotripsia intravascolare periferica	1	10	15	0	5	50	0	0	81	324
161	Sistema emostatico attivo riassorbibile	50	30	150	0	10	280	50	5	575	2300
162	Sistemi totalmente impiantabili a punta aperta ad inserzione periferica (miniport)	50	30	0	0	10	50	0	0	140	560
163	Catetere venoso periferico per infusione ad alta pressione	5	50	30	0	10	0	0	0	95	380
164	Sistema per il trattamento ablativo percutaneo tramite crio ablazione	0	30	5	0	5	5	0	0	45	180

165	Stent ricoperto per il distretto femorale arterioso	1	10	0	0	10	3	0	0	24	96
166	Sistema per la prevenzione e il trattamento del pneumotorace durante le biopsie polmonari	3	10	0	0	10	3	0	0	26	104
167	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea monorail	0	20	10	0	20	20	0	0	70	280
168	Stent metallici vascolari a celle chiuse, "over the wire"	0	20	2	5	10	2	0	0	39	156
169	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	5	10	5	0	10	52	25	5	112	448
170	Sistema di emostasi vascolare	20	250	5	10	10	20	100	0	415	1660
171	Cateteri venosi centrali permanenti per dialisi	20	150	15	5	50	100	0	0	340	1360

ALLEGATO A.1.2

Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)					
N° gara 8248504					
LOTTO 1 CIG 886371375B					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
1	Ago per accesso vascolare 2 pezzi	1.980	2,00	3.960,00	15.840,00
LOTTO 2 CIG 8863730563					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
2	Ago per accesso vascolare 1 pezzo	4.530	1,50	6.795,00	27.180,00

ALLEGATO A.1.2

Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)					
N° gara 8248504					
LOTTO 3 CIG 88637451C5					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
3	Ago cannula per accesso vascolare arterioso	515	5,00	2.575,00	10.300,00
LOTTO 4 CIG 8863760E22					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	TOTALE QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
4	Ago per biopsia epatica transgiugulare	49	500,00	24.500,00	98.000,00
LOTTO 5 CIG 8863874C36					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	TOTALE QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
5	Set introduzione con micropuntura	960	30,00	28.800,00	115.200,00

ALLEGATO A.1.2

Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)					
N° gara 8248504					
LOTTO 6 CIG 88684268A5					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	TOTALE QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
6	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici	897	100,00	89.700,00	358.800,00
LOTTO 7 CIG 88684479F9					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	TOTALE QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
7	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici in pazienti obesi	142	120,00	17.040,00	68.160,00
LOTTO 8 CIG 8868468B4D					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	TOTALE QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
8	Ago per biopsia ossea	95	80,00	7.600,00	30.400,00

ALLEGATO A.1.2

Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)					
N° gara 8248504					
LOTTO 9 CIG 8868856B7D					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	TOTALE QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
9	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati lunghezza 10 cm sub a)	4.110	10,00	41.100,00	164.400,00
	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati lunghezza 25 cm sub b)	1.125	54,00	60.750,00	243.000,00

LOTTO 10 CIG 8868862074					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	TOTALE QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
10	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati armati	810	180,00	145.800,00	583.200,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 11 CIG 88688717DF

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
11	Introduttori guida armati	510	120,00	61.200,00	244.800,00

LOTTO 12 CIG 8868877CD1

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
12	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati lunghi	325	135,00	43.875,00	175.500,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 13 CIG 8868887514

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
13	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati preformabili per renale	105	130,00	13.650,00	54.600,00

LOTTO 14 CIG 8868903249

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
14	Dilatatori vascolari e fasciali	885	5,00	4.425,00	17.700,00

LOTTO 15 CIG 8868907595

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
15	Introduttori con guaina a strappo “peel-away” lunghezza 15 cm	280	18,50	5.180,00	20.720,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 16 CIG 8868916D00

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
16	Introduttori con guaina a strappo “peel-away” lunghezza 30 cm	245	102,00	24.990,00	99.960,00

LOTTO 17 CIG 8868934BDB

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
17	Guide Angiografiche rigide tipo Amplatz	1.570	30,00	47.100,00	188.400,00

LOTTO 18 CIG 88689411A5

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
18	Guide tipo Rosen	630	35,00	22.050,00	88.200,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 19 CIG 886894983D					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
19	Guide Angiografiche ad elevata portanza con rivestimento in PTFE	990	95,00	94.050,00	376.200,00

LOTTO 20 CIG 88689519E3					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO QUADRIENNALE (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
20	Guide Angiografiche centimtrate	90	90,00	8.100,00	32.400,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 21 CIG 88689866C6					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
21	Guide Angiografiche idrofiliche Standard sub a)lunghezze 150,180	5.950	44,00	261.800,00	1.047.200,00
	Guide Angiografiche idrofiliche Standard sub b)lunghezza 260	1.565	95,00	148.675,00	594.700,00
LOTTO 22 CIG 8868993C8B					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
22	Guide Angiografiche idrofiliche Stiff - misure cm 150-180	1.329	84,00	111.636,00	446.544,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 23 CIG 8869011B66					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
23	Guide Angiografiche idrofiliche “half stiff”	250	95,00	23.750,00	95.000,00
LOTTO 24 CIG 8869039284					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
24	Microguide Angiografiche ad elevato supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi	1.090	180,00	196.200,00	784.800,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 25 CIG 88690435D0					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
25	Microguide Angiografiche a medio-basso supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi	895	180,00	161.100,00	644.400,00

LOTTO 26 CIG 8869054EE1					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
26	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi - lunghezza 180 cm	1.140	178,00	202.920,00	811.680,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 27 CIG 88690614AB					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
27	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi – lunghezza 200 e 300 cm	770	150,00	115.500,00	462.000,00

LOTTO 28 CIG 886906799D					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
28	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di vasi di gamba pluri-stenotici	650	130,00	84.500,00	338.000,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 29 CIG 8869085878					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
29	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,014 inch	1.495	130,00	194.350,00	777.400,00

LOTTO 30 CIG 8869107A9F					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
30	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,018 inch	1.485	130,00	193.050,00	772.200,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 31 CIG 88698439FD					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
31	Microguide per procedure extravascolari biliari e urologiche	440	75,00	33.000,00	132.000,00
LOTTO 32 CIG 8869844AD0					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
32	Cateteri angiografici diagnostici configurazione “pig-tail” e “retta”	2.850	10,00	28.500,00	114.000,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 33 CIG 8869849EEF

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
33	Cateteri angiografici diagnostici precurvati	4.050	10,00	40.500,00	162.000,00

LOTTO 34 CIG 8869850FC2

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
34	Cateteri angiografici diagnostici “pig-tail” centimetrati	610	95,00	57.950,00	231.800,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504**LOTTO 35 CIG 88698564B9**

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
35	Cateteri angiografici per trombolisi	245	140,00	34.300,00	137.200,00

LOTTO 36 CIG 8869863A7E

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
36	Cateteri per angiografie selettive idrofilici	2.750	86,00	236.500,00	946.000,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 37 CIG 8869869F70

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
37	Microcateteri coassiali con e senza guida per terapie embolizzanti	865	575,00	497.375,00	1.989.500,00

LOTTO 38 CIG 886987111B

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
38	Microcateteri coassiali con guida	630	750,00	472.500,00	1.890.000,00

LOTTO 39 CIG 8869874394

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
39	Microcateteri coassiali	345	500,00	172.500,00	690.000,00

LOTTO 40 CIG 8869881959

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
40	Cateteri guida per procedure interventistiche addominali	295	87,00	25.665,00	102.660,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 41 CIG 8869885CA5					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
41	Spirali embolizzanti libere tipo “Gianturco”	750	44,00	33.000,00	132.000,00
LOTTO 42 CIG 88698900C9					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
42	Microspirali libere in platino	2.080	52,00	108.160,00	432.640,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 43 CIG 886989768E					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
43	Microspirali a distacco controllato in platino	520	570,00	296.400,00	1.185.600,00
LOTTO 44 CIG 8869900907					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
44	Spirali e microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi	525	190,00	99.750,00	399.000,00
LOTTO 45 CIG 8869904C53					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
45	Spirali e Microspirali in platino a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi	290	760,00	220.400,00	881.600,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 46 CIG 886991121D

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
46	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	235	220,00	51.700,00	206.800,00

LOTTO 47 CIG 88699133C3

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
47	Catetere per drenaggio di raccolte ed ascessi	1.145	81,00	92.745,00	370.980,00

LOTTO 48 CIG 886991770F

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
48	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno	505	85,00	42.925,00	171.700,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504**LOTTO 49 CIG 8869922B2E**

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
49	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno	295	70,00	20.650,00	82.600,00

LOTTO 50 CIG 8869925DA7

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
50	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno idrofilo	290	98,00	28.420,00	113.680,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
N° gara 8248504**

LOTTO 51 CIG 88699290F8					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
51	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno-interno	225	150,00	33.750,00	135.000,00
LOTTO 52 CIG 886993129E					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
52	Endoprotesi ureterale plastica	135	164,00	22.140,00	88.560,00
LOTTO 53 CIG 8869934517					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
53	Endoprotesi biliare plastica	73	500,00	36.500,00	146.000,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 54 CIG 8869938863

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
54	Stent ureterali doppio J per rene trapiantato	40	235,00	9.400,00	37.600,00

LOTTO 55 CIG 8869942BAF

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
55	Kit per angiografia	4.150	50,00	207.500,00	830.000,00

LOTTO 56 CIG 8869967054

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
56	Kit per cateterismo venoso centrale	4.200	30,00	126.000,00	504.000,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 57 CIG 88699702CD					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
57	Kit per TIPS (Custom Kit)	1.557	60,00	93.420,00	373.680,00

LOTTO 58 CIG 88703994D2					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
58	Set per Isterosalpingografia	320	10,00	3.200,00	12.800,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara 8248504

LOTTO 59 CIG 8870431F37					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
59	Telo per accesso venoso giugulare e succlavio	2.170	6,00	13.020,00	52.080,00

LOTTO 60 CIG 887044284D					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
60	Telo con foro per ricanalizzazione Al sn	190	15,00	2.850,00	11.400,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara

LOTTO 61 CIG 8870449E12					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
61	Kit teleria per vertebroplastica	50	15,00	750,00	3.000,00
LOTTO 62 CIG 8870460728					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
62	Deflussori	2.930	1,00	2.930,00	11.720,00
LOTTO 63 CIG 88704639A1					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
63	Siringhe luer lock 1cc	1.160	2,80	3.248,00	12.992,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
N° gara**

LOTTO 64 CIG 8870470F66					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
64	Siringhe luer lock 2,5 cc	1.150	2,00	2.300,00	9.200,00

LOTTO 65 CIG 88704807A9					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
65	Valvola emostatica tipo Tuohy-Borst	845	5,00	4.225,00	16.900,00

LOTTO 66 CIG 8870494338					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
66	Raccordi connettori fra catetere e sacca di drenaggio	1.770	15,00	26.550,00	106.200,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara

LOTTO 67 CIG 88705018FD					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
67	Siringa da 20 ml con manometro	3.410	40,00	136.400,00	545.600,00

LOTTO 68 CIG 8870508EC2					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
68	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, non compliant	829	122,00	101.138,00	404.552,00

LOTTO 69 CIG 887052197E					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
69	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, a doppia compliance	580	158,00	91.640,00	366.560,00

ALLEGATO A.1.2

**Fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica”
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)**

N° gara

LOTTO 70 CIG 8870527E70					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
70	Cateteri a palloncino da angioplastica per distretto aortico	175	185,00	32.375,00	129.500,00

ALLEGATO A.1.2

Fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica"
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)

N° gara

LOTTO 71 CIG 8870533367

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO)
71	Cateteri a palloncino da occlusione	255	215,00	54.825,00	219.300,00

LOTTO 72 CIG 8870539859

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO)
72	Cateteri a palloncino per infusione agenti embolici	195	215,00	41.925,00	167.700,00

LOTTO 73 CIG 8870547EF1

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO)
73	Cateteri a palloncino a bassa pressione	140	180,00	25.200,00	100.800,00

LOTTO 74 CIG 8870551242

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO)
74	Cateteri a palloncino da angioplastici	840	235,00	197.400,00	789.600,00

LOTTO 75 CIG 8870561A80

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO)
75	Cateteri a palloncino da angioplastica per trattamenti	505	160,00	80.800,00	323.200,00

LOTTO 76 CIG 8870567F72

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO)
76	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica	915	158,00	144.570,00	578.280,00

LOTTO 77 CIG 8870572396

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO)
77	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica	390	158,00	61.620,00	246.480,00

LOTTO 78 CIG 8870597836					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
78	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica femoro-	765	158,00	120.870,00	483.480,00

LOTTO 79 CIG 8870607079					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
79	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica per circolo plantare e dorsale	365	158,00	57.670,00	230.680,00

LOTTO 80 CIG 887061356B					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
80	Cateteri a palloncino da angioplastica per piccoli vasi	430	158,00	67.940,00	271.760,00

ALLEGATO A.1.2

Fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica"
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)

N° gara

LOTTO 81 CIG 8870621C03

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
81	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari a celle chiuse "over the wire"	145	430,00	62.350,00	249.400,00

LOTTO 82 CIG 88707717CD

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
82	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto, "over the wire"	123	430,00	52.890,00	211.560,00

LOTTO 83 CIG 8870778D92

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
83	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari "mono-rail"	332	550,00	182.600,00	730.400,00

LOTTO 84 CIG 8870784289

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
84	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in Nitinol "over the wire"	320	560,00	179.200,00	716.800,00

LOTTO 85 CIG 8870794AC7

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
85	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in acciaio, "over the wire"	310	1.075,00	333.250,00	1.333.000,00

LOTTO 86 CIG 8870848758

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
86	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	252	670,00	168.840,00	675.360,00

LOTTO 87 CIG 8870857EC3

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
87	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, "over the wire"	252	550,00	138.600,00	554.400,00

LOTTO 88 CIG 887088450E					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
88	Stent metallic vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto	247	720,00	177.840,00	711.360,00

LOTTO 89 CIG 8870895E1F					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
89	Stent metallic vascolari ed extra-vascolari in nitinol, ad elevata flessibilità e forza radiale, "over the wire"	273	790,00	215.670,00	862.680,00

LOTTO 90 CIG 8870930B02					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
90	Stent metallic vascolari ed extra-vascolari- Stent esofageo autoespandibile in nitinol, non coperto	14	700,00	9.800,00	39.200,00

ALLEGATO A.1.2

Fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica"
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)

N° gara

LOTTO 91 CIG 8870939272

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
91	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol parzialmente coperto	12	700,00	8.400,00	33.600,00

LOTTO 92 CIG 887094790A

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
92	Sistema di introduzione percutanea per gastrostomie	215	200,00	43.000,00	172.000,00

LOTTO 93 CIG 887095607A

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
93	Sonda gastrostomica con palloncino	345	30,00	10.350,00	41.400,00

LOTTO 94 CIG 887096256C

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
94	Set di sutura per ancoraggio parete gastrica	105	160,00	16.800,00	67.200,00

LOTTO 95 CIG 8870984793

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
95	Set per gastrostomie Sonda gastrostomica	100	185,00	18.500,00	74.000,00

LOTTO 96 CIG 8870991D58

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
96	Dispositivo per accesso epatico transgiugulare Set per TIPS	56	951,00	53.256,00	213.024,00


LOTTO 97 CIG 887099724F

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
97	Filtri cavali semi-temporanei	63	1.200,00	75.600,00	302.400,00

LOTTO 98 CIG 8871010D06					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
98	Filtri cavali semi-temporanei in Nitinol e/o Acciaio	74	1.200,00	88.800,00	355.200,00

LOTTO 99 CIG 8871030D87					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
99	Cateteri venosi centrali a medio termine – CATETERI HOHN	120	100,00	12.000,00	48.000,00

LOTTO 100 CIG 8871044916					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
100	Catetere tunnellizzabile mono e bilume punta chiusa	240	300,00	72.000,00	288.000,00



ALLEGATO A.1.2

Fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica"
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)

N° gara

LOTTO 101 CIG 88710627F1

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
101	Port ad alto flusso	1.460	400,00	584.000,00	2.336.000,00

LOTTO 102 CIG 88710741DA

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
102	Port ad alto flusso con catetere a punta chiusa	190	400,00	76.000,00	304.000,00

LOTTO 103 CIG 887108179F

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
103	Cateteri PICC a punta aperta in silicone	150	80,00	12.000,00	48.000,00

LOTTO 104 CIG 8871453A9A

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
104	Cateteri PICC a punta aperta in poliuretano	900	80,00	72.000,00	288.000,00

LOTTO 105 CIG 8871793330

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
105	Set da microintroduzione per PICC punta aperta	600	80,00	48.000,00	192.000,00

LOTTO 106 CIG 8871901C4D

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
106	Cateteri PICC a punta aperta ad alto flusso	620	120,00	74.400,00	297.600,00

LOTTO 107 CIG 8871911490

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
107	Set da microintroduzione per PICC punta aperta alto flusso	930	80,00	74.400,00	297.600,00

LOTTO 108 CIG 8871919B28					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
108	Aghi per port ad alto flusso	7.270	7,00	50.890,00	203.560,00

LOTTO 109 CIG 88719504BF					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
109	Materiale embolizzante in microsfere precaricabili con chemioterapico	125	900,00	112.500,00	450.000,00

LOTTO 110 CIG 8871957A84					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
110	Materiale embolizzante in microsfere precaricabili radiopache	70	920,00	64.400,00	257.600,00

ALLEGATO A.1.2

Fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica"
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)

N° gara

LOTTO 111 CIG 8871963F76

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
111	Microparticelle embolizzanti biodegradabili	120	900,00	108.000,00	432.000,00

LOTTO 112 CIG 88719737B9

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
112	Sistema periferico per trombectomia	305	2.500,00	762.500,00	3.050.000,00

LOTTO 113 CIG 8871980D7E

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
113	Set di drenaggio pleurico e peritoneale	80	300,00	24.000,00	96.000,00

LOTTO 114 CIG 88719840CF

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
114	Microcatetere direzionabile per cateterismi vascolari superselettivi	102	1.700,00	173.400,00	693.600,00

LOTTO 115 CIG 8872100089

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
115	Sonde laser per angioplastica periferica	20	10,00	200,00	800,00

LOTTO 116 CIG 887210657B

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
116	Sistema di embolizzazione tipo plug cilindrico	56	1.400,00	78.400,00	313.600,00

LOTTO 117 CIG 8872112A6D

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
117	Sistema di embolizzazione tipo plug a triplice corpo	54	1.400,00	75.600,00	302.400,00

LOTTO 118 CIG 8872119037					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
118	Sistema di embolizzazione tipo plug a doppio corpo	85	1.400,00	119.000,00	476.000,00

LOTTO 119 CIG 8872124456					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
119	Sistema di embolizzazione tipo microplug	52	1.400,00	72.800,00	291.200,00

LOTTO 120 CIG 8872132AEE					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
120	Aghi da biopsia semiautomatici	590	23,00	13.570,00	54.280,00

LOTTO 121 CIG 88721390B8					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
121	Aghi da biopsia automatici	1.370	40,00	54.800,00	219.200,00

LOTTO 122 CIG 8872142331					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
122	Aghi da biopsia full-core	620	40,00	24.800,00	99.200,00



ALLEGATO A.1.2

Fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica"
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)

N° gara

LOTTO 123 CIG 8872148823

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
123	Pinza per biopsia transcateretere	33	850,00	28.050,00	112.200,00

LOTTO 124 CIG 8872152B6F

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
124	Sistema di fissaggio sutureless	870	12,00	10.440,00	41.760,00

LOTTO 125 CIG 8872156EBB

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
125	Sistema di emostasi vascolare con clip starclose	100	154,00	15.400,00	61.600,00

LOTTO 126 CIG 88721623B2

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
126	Cateteri a palloncino di largo diametro ad alta pressione	178	250,00	44.500,00	178.000,00

LOTTO 127 CIG 8872169977

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
127	Cateteri da occlusione per procedure vascolari	70	220,00	15.400,00	61.600,00

LOTTO 128 CIG 8872176F3C

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
128	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 5 a 8 mm	203	460,00	93.380,00	373.520,00

LOTTO 129 CIG 88721791BA

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
129	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 4 a 6 mm	215	480,00	103.200,00	412.800,00

LOTTO 130 CIG 8872181360					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
130	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 1,5 a 4 mm	204	480,00	97.920,00	391.680,00

LOTTO 131 CIG 8872191B9E					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
131	Stent ricoperti sub a) lunghezze da 2,5 a 5 - da 10 a 15	170	3.000,00	510.000,00	2.040.000,00
	Stent ricoperti sub b) lunghezza 25 cm	33	6.000,00	198.000,00	792.000,00

LOTTO 132 CIG 8872196FBD					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
132	Supporto monouso per ago da biopsia ecoguidata	240	40,00	9.600,00	38.400,00

LOTTO 133 CIG 88722013E1					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
133	Stent metallici ricoperti per TIPS	65	3.000,00	195.000,00	780.000,00

LOTTO 134 CIG 88722089A6					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
134	Stent metallici ricoperti su catetere a palloncino	40	2.500,00	100.000,00	400.000,00

ALLEGATO A.1.2

Fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica"
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)

N° gara

LOTTO 135 CIG 88722246DB

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
135	Stent a diametro variabile ricoperti	35	3.600,00	126.000,00	504.000,00

LOTTO 136 CIG 8872228A27

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
136	Aterotomo direzionale	150	1.500,00	225.000,00	900.000,00

LOTTO 137 CIG 8872240410

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
137	Stent per riduzione flusso TIPS	8	2.940,00	23.520,00	94.080,00

LOTTO 138 CIG 887224582F

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
138	Stent a diametro variabile	18	1.500,00	27.000,00	108.000,00

LOTTO 139 CIG 8872252DF4

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
139	Stent di compressione femorale	63	2.000,00	126.000,00	504.000,00

LOTTO 140 CIG 88722750F3

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
140	Stent biliare ricoperto	35	2.500,00	87.500,00	350.000,00

LOTTO 141 CIG 887228378B

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
141	Stent per il distretto venoso	90	1.450,00	130.500,00	522.000,00

LOTTO 142 CIG 8872326B06					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
142	Stent per il distretto venoso iliaco	76	2.100,00	159.600,00	638.400,00

LOTTO 143 CIG 8872353151					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
143	Stent per vasi di grosso calibro	77	2.000,00	154.000,00	616.000,00

LOTTO 144 CIG 8872358570					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
144	Stent per aorta/vena cava	81	2.000,00	162.000,00	648.000,00

LOTTO 145 CIG 8872364A62					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
145	Catetere di ancoraggio multilume	18	150,00	2.700,00	10.800,00

LOTTO 146 CIG 88723720FF					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
146	Catetere di ancoraggio monolume	18	100,00	1.800,00	7.200,00

ALLEGATO A.1.2

Fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica"
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)

N° gara

LOTTO 147 CIG 887238293D

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
147	Catetere a palloncino con concentrazione di forza focale	20	800,00	16.000,00	64.000,00

LOTTO 148 CIG 8872390FD5

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
148	Catetere di supporto	125	150,00	18.750,00	75.000,00

LOTTO 149 CIG 88723953F9

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
149	Stent rivestito vascolare per piccoli vasi	40	1.800,00	72.000,00	288.000,00

LOTTO 150 CIG 8872399745

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
150	Sistema per trombectomia meccanica percutanea	230	1.840,00	423.200,00	1.692.800,00

LOTTO 151 CIG 88724029BE

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
151	Power PICC, punta chiusa	105	300,00	31.500,00	126.000,00

LOTTO 152 CIG 8872407DDD

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
152	Microcatetere con palloncino antireflusso	35	1.500,00	52.500,00	210.000,00

LOTTO 153 CIG 88724132D4

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	
153	Catetere di recupero a pinza	21	780,00	16.380,00	65.520,00

LOTTO 154 CIG 88725102E0					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
154	Sistemi di rientro vascolari	85	1.000,00	85.000,00	340.000,00

LOTTO 155 CIG 8872512486					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
155	Cateteri da dialisi permanenti (tipo "Tesio")	55	194,00	10.670,00	42.680,00

LOTTO 156 CIG 88725156FF					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
156	Filtro cavale per megacave	14	1.500,00	21.000,00	84.000,00

LOTTO 157 CIG 8872523D97					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
157	Microsfere di tris-acrilico per embolizzazioni	445	292,50	130.162,50	520.650,00

LOTTO 158 CIG 8872525F3D					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
158	Sistema endovascolare per la trombolisi accelerata mediante ultrasuoni	14	3.000,00	42.000,00	168.000,00

ALLEGATO A.1.2

Fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica"
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)

N° gara

LOTTO 159 CIG 88725270E8

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
159	Sistema per iniezione CO2	370	765,00	283.050,00	1.132.200,00

LOTTO 160 CIG 8872530361

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
160	Sistema per la litotripsia intravascolare periferica	81	2.400,00	194.400,00	777.600,00

LOTTO 161 CIG 8872532507

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
161	Sistema emostatico attivo riassorbibile	575	64,00	36.800,00	147.200,00

LOTTO 162 CIG 88725346AD

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
162	Sistemi totalmente impiantabili a punta aperta ad inserzione periferica (miniport)	140	400,00	56.000,00	224.000,00

LOTTO 163 CIG 8872537926

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
163	Catetere venoso periferico per infusione ad alta pressione	95	115,00	10.925,00	43.700,00

LOTTO 164 CIG 8872542D45

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
164	Sistema per il trattamento ablativo percutaneo tramite crio ablazione	45	5.000,00	225.000,00	900.000,00

LOTTO 165 CIG 8872545FBE

DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
165	Stent ricoperto per il distretto femorale arterioso	24	3.000,00	72.000,00	288.000,00

LOTTO 166 CIG 8872546096					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
166	Sistema per la prevenzione e il trattamento del pneumotorace durante le biopsie polmonari	26	500,00	13.000,00	52.000,00

LOTTO 167 CIG 8872547169					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
167	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea monorail	70	158,00	11.060,00	44.240,00

LOTTO 168 CIG 887254930F					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
168	Stent metallici vascolari a celle chiuse, "over the wire"	39	430,00	16.770,00	67.080,00

LOTTO 169 CIG 88725514B5					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
169	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla	112	566,00	63.392,00	253.568,00

LOTTO 170 CIG 887255365B					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
170	Sistema di emostasi vascolare	415	110,00	45.650,00	182.600,00

LOTTO 171 CIG 88725568D4					
DESCRIZIONE		ENTI REGIONALI ADERENTI			
LOTTO		Fabbisogni annuali	Base d'asta unitaria	TOTALE FABBISOGNI ANNUALI	TOTALE FABBISOGNI QUADRIENNALI (INCLUSO RINNOVO ULTERIORI 12 MESI)
171	Cateteri Venosi Centrali permanenti per dialisi	340	217,00	73.780,00	295.120,00



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

MODELLO M6 - DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

FACSIMILE DI OFFERTA ECONOMICA

Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di “Materiale per Radiologia Interventistica” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) -

Lotti n. 172

Numero gara 8248504

Il sottoscritto _____, CF _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, _____ C.F. _____, partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____, di seguito anche “Impresa” (in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/constituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande)

con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di **“Materiale per Radiologia Interventistica”**

SI IMPEGNA AD ADEMPIERE

a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare, nello Schema di convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti della presente Procedura, sino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato, - così come indicato (IVA esclusa) nell’apposito spazio del Sistema Sintel e nella presente dichiarazione di offerta economica.

Al contempo,

DICHIARA

- che i **Prezzi complessivi offerti (IVA esclusa)**, indicati nella piattaforma Sintel sono parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione, ogni voce è comprensiva della remunerazione dei



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

prodotti offerti, inclusi eventuali accessori, nonché delle attività relative all'esecuzione dei servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l'esatto adempimento contrattuale;

- di essere consapevole che i prezzi complessivi e quelli unitari offerti rimarranno fissi ed invariati per la durata del contratto.

Questa Impresa, inoltre, nell'accettare tutte le condizioni specificate nello Schema di convenzione e nel Capitolato Tecnico e prestazionale e negli altri atti della presente procedura,

DICHIARA ALTRESÌ

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 270° (duecentosettantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né Regione Liguria – S.U.A.R. né gli Enti aderenti;
- di essere consapevole e di accettare che i prezzi unitari offerti sono elementi essenziali dell'offerta e che la mancata indicazione anche solo di uno dei predetti elementi darà luogo ad un'offerta incompleta;
- che i servizi offerti rispettano, pena l'esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi relativi al prodotto riportati nel Capitolato Tecnico e prestazionale;
- che le voci di prezzo che concorrono alla formazione del prezzo complessivo offerto e imputato a Sistema si ricavano dalla sommatoria degli importi indicati nel file excel denominato "Dettaglio prezzi unitari" allegato al modello M6 in cui sono precisati gli importi complessivi per ogni lotto;
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e prestazionale e nello Schema di convenzione, nonché quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Capitolato Tecnico;

- che il/i prezzo/i offerto/i è/sono onnicomprensivo/i di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, il/i corrispettivo/i spettante/i in caso di fornitura rispetta/rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i termini stabiliti nel Disciplinare (e documentazione allegata), nello Schema di convenzione e/o nel Capitolato Tecnico, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della convenzione che verrà stipulata con Regione Liguria – S.U.A.R.

L'impresa, infine

PRENDE ATTO E DICHIARA:

- di essere consapevole e di accettare che non saranno ammesse offerte con Voi (Valore complessivo offerto dal Concorrente) pari a zero nell'offerta economica, prezzi unitari pari a zero, offerte superiori alla base d'asta complessiva;
- di essere consapevole e di accettare che i valori dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 5 (cinque); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 5 (cinque), saranno considerate esclusivamente le prime 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Di essere consapevole che in caso di difformità tra il prezzo indicato in piattaforma Sintel e la sommatoria dei prezzi indicati nell'allegato file excel "Dettaglio prezzi", sarà ritenuto valido il prezzo caricato in piattaforma Sintel: in tal caso In tal caso i singoli prezzi unitari saranno rideterminati tenuto conto del prezzo complessivo offerto in rapporto al valore posto a base d'asta;
 - a) di essere consapevole che, **in caso di parità in graduatoria**, si procederà, ai sensi del paragrafo 18 del Disciplinare di Gara *"Apertura delle buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche"*

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”.

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA 8248504

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 1	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Ago per accesso vascolare 2 pezzi					2,00	7.920			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____,___ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA 8248504

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 2	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Ago per accesso vascolare 1 pezzo					1,50	18.120			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ ,__ = (_____ / __)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 3	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Ago cannula per accesso vascolare arterioso					5,00	2.060			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____,_ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 4	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Ago per biopsia epatica transgiugulare					500,00	196			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 5	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Set introduzione con micropuntura					30,00	3.840			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 6	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici					100,00	3.588			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 7	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Kit per introduzione drenaggi biliari e nefrostomici in pazienti obesi					120,00	568			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 8	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Ago per biopsia ossea					80,00	380			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, = (_____/_____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)

Lotti n. 171

N. GARA

A	C		D	E	F	G		H	I	J	K
LOTTO n. 9	DESCRIZIONE		NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati	sub A) lunghezza 10 cm					10,00	16.440			
		sub B) lunghezza 25 cm					54,00	4.500			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad € _____, __ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 10	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati armati					180,00	2.440			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ ,__ = (_____ / __)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 11	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Introduttori guida armati					120,00	2.040			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 12	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati lunghi					135,00	1.300			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 13	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Introduttori vascolari artero-venosi valvolati preformabili per renale					130,00	420			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 14	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Dilatatori vascolari e fasciali					5,00	3.540			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 15	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 15 cm					18,50	1.120			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ ,__ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 16	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Introduttori con guaina a strappo "peel-away" lunghezza 30 cm					102,00	980			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ ,__ = (_____ / __)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 17	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Guide Angiografiche rigide tipo Amplatz					30,00	6.280			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H		I	J	K
LOTTO n. 18	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Guide tipo Rosen					35,00	2.520			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ ,__ = (_____ / __)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 19	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Guide Angiografiche ad elevata portanza con rivestimento in PTFE					95,00	3.960			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ ,__ = (_____ / __)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 20	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Guide Angiografiche centimetricate					90,00	360			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)

Lotti n. 171

N. GARA

A	C		D	E	F	G		H	I	J	K
LOTTO n. 21	DESCRIZIONE		NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Guide Angiografiche idrofiliche Standard	sub A) lunghezza 150, 180					44,00	23.800			
		sub B) lunghezza 260					95,00	6.260			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad € _____, __ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 172
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 22	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Guide Angiografiche idrofiliche Stiff - <i>misure guida 150-180 cm</i>					84,00	5.316			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 23	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Guide Angiografiche idrofiliche "half stiff"					95,00	1.000			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ ,__ = (_____ / __)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 24	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microguide Angiografiche ad elevato supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi					180,00	4.360			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 25	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microguide Angiografiche a medio-basso supporto per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi					180,00	3.580			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 26	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi - lunghezza 180 cm					178,00	4.560			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 27	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di piccoli vasi – lunghezza 200 e 300 cm					150,00	3.080			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 28	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di vasi di gamba pluri-stenotici					130,00	2.600			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 29	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,014 inch					130,00	5.980			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad € _____, = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 30	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microguide Angiografiche per procedure vascolari di ricanalizzazione di occlusioni complete e calcifiche di vasi di gamba – diametro 0,018 inch					130,00	5.940			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad € _____, = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 31	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microguide per procedure extravascolari biliari e urologiche					75,00	1.760			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 32	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri angiografici diagnostici configurazione "pig-tail" e "retta"					10,00	11.400			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 33	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri angiografici diagnostici precurvati					10,00	16.200			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 34	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri angiografici diagnostici "pig-tail" centimetrati					95,00	2.440			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 35	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri angiografici per trombolisi					140,00	980			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 36	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri per angiografie selettive idrofilici					86,00	11.000			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 37	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microcateteri coassiali con e senza guida per terapie embolizzanti					575,00	3.460			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 38	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microcateteri coassiali con guida					750,00	2.520			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 39	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microcateteri coassiali					500,00	1.380			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 40	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri guida per procedure interventistiche addominali					87,00	1.180			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 41	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Spirali embolizzanti libere tipo "Gianturco"					44,00	3.000			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 42	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microspiralì libere in platino					52,00	8.320			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 43	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microspirali a distacco controllato in platino					570,00	2.080			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 44	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Spirali e microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi					190,00	2.100			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad € _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 45	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Spirali e Microspirali in platino a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi					760,00	1.160			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad € _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 46	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla					220,00	940			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 47	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Catetere per drenaggio di raccolte ed ascessi					81,00	4.580			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 48	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno					85,00	2.020			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 49	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno					70,00	1.180			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 50	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Catetere per drenaggio biliare esterno-interno idrofilo					98,00	1.160			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 51	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Catetere per drenaggio nefrostomico esterno- interno					150,00	900			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 52	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Endoprotesi ureterale plastica					164,00	540			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 53	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Endoprotesi biliare plastica					500,00	292			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 54	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent ureterali doppio J per rene trapiantato					235,00	160			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 55	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Kit per angiografia					50,00	16.600			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 56	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Kit per cateterismo venoso centrale					30,00	16.800			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 57	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Kit per TIPS (Custom Kit)					60,00	6.228			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____/_____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 58	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Set per Isterosalpingografia					10,00	1.280			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 59	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Telo per accesso venoso giugulare e succlavio					6,00	8.680			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 60	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Telo con foro per ricanalizzazione Al sn					15,00	760			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 61	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Kit teleria per vertebroplastica					15,00	200			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 62	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Deflussori					1,00	11.720			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 63	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Siringhe luer lock 1cc					2,80	4.640			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 64	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Siringhe luer lock 2,5 cc					2,00	4.600			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 65	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Valvola emostatica tipo Tuohy-Borst					5,00	3.380			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 66	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Raccordi connettori fra catetere e sacca di drenaggio					15,00	7.080			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 67	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE CND	UNITA' DI MISURA	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Siringa da 20 ml con manometro					40,00	13.640			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 68	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, non compliant					122,00	3.316			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 69	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica, a doppia compliance					158,00	2.320			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 70	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino da angioplastica per distretto aortico					185,00	700			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 71	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino da occlusione					215,00	1.020			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 72	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino per infusione agenti embolici					215,00	780			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 73	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino a bassa pressione					180,00	560			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 74	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino da angioplastica					235,00	3.360			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 75	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino da angioplastica per trattamenti extravascolari					160,00	2.020			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 76	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea over the wire					158,00	3.660			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 77	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea, tipo “over the wire”					158,00	1.560			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad € _____, ____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 78	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica femoro-poplitea e sotto- poplitea					158,00	3.060			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 79	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica per circolo plantare e dorsale					158,00	1.460			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 80	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino da angioplastica per piccoli vasi					158,00	1.720			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 81	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari a celle chiuse "over the wire"					430,00	580			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 82	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto, "over the wire"					430,00	492			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 83	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari “mono- rail”					550,00	1.328			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 84	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in Nitinol "over the wire"					560,00	1.280			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 85	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in acciaio, "over the wire"					1.075,00	1.240			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 86	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, “over the wire”					670,00	1.008			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, __ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 87	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici vascolari ad elevata flessibilità, “over the wire”					550,00	1.008			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 88	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in cromo-cobalto					720,00	988			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 89	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari in nitinol, ad elevata flessibilità e forza radiale, “over the wire”					790,00	1.092			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 90	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari- Stent esofageo autoespandibile in nitinol, non coperto					700,00	56			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 91	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici vascolari ed extra-vascolari - Stent esofageo autoespandibile in nitinol parzialmente coperto					700,00	48			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 92	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema di introduzione percutanea per gastrostomie					200,00	860			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 93	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema di introduzione percutanea per gastrostomie					30,00	1.380			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 94	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Set di sutura per ancoraggio parete gastrica					160,00	420			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 95	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Set per gastrostomie Sonda gastrostomica					185,00	400			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 96	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Dispositivo per accesso epatico transgiugulare Set per TIPS					951,00	224			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 97	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Filtri cavali semi- temporanei					1.200,00	252			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 98	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Filtri cavali semi- temporanei in Nitinol e/o Acciaio					1.200,00	296			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____,__ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 99	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri venosi centrali a medio termine – CATETERI HOHN					100,00	480			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 100	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Catetere tunnellizzabile mono e bilume punta chiusa					300,00	960			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ , ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 101	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Port ad alto flusso					400,00	5.840			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____/_____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 102	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Port ad alto flusso con catetere a punta chiusa					400,00	760			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 103	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri PICC a punta aperta in silicone					80,00	600			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, __ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 104	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri PICC a punta aperta in poliuretano					80,00	3.600			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, __ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 105	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Set da microintroduzione per PICC punta aperta					80,00	2.400			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ , ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 106	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri PICC a punta aperta ad alto flusso					120,00	2.480			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, __ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 107	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Set da microintroduzione per PICC punta aperta alto flusso					80,00	3.720			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
 Lotti n. 171
 N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 108	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Aghi per port ad alto flusso					7,00	29.080			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 109	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Materiale embolizzante in microsfere precaricabili con chemioterapico					900,00	500			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, __ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 110	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Materiale embolizzante in microsfere precaricabili radiopache					920,00	280			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 111	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microparticelle embolizzanti biodegradabili					900,00	480			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, __ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 112	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema periferico per trombectomia					2.500,00	1.220			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
 Lotti n. 171
 N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 113	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Set di drenaggio pleurico e peritoneale					300,00	320			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 114	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microcatetere direzionabile per cateterismi vascolari superselettivi					1.700,00	408			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, __ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 115	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sonde laser per angioplastica periferica					10,00	80			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, __ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 116	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema di embolizzazione tipo plug cilindrico					1.400,00	224			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ , ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 117	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema di embolizzazione tipo plug a triplice corpo					1.400,00	216			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad € _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 118	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema di embolizzazione tipo plug a doppio corpo					1.400,00	340			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ , ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 119	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema di embolizzazioni tipo microplug					1.400,00	208			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad € _____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 120	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Aghi da biopsia semiautomatici					23,00	2.360			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, __ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 121	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Aghi da biopsia automatici					40,00	5.480			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, __ = (_____/___)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 122	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Aghi da biopsia full-core					40,00	2.480			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, __ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 123	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Pinza per biopsia transcatetere					850,00	132			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____/_____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 124	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema di fissaggio sutureless					12,00	3.480			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____, __ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 125	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema di emostasi vascolare con clip starclose					154,00	400			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ , ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 126	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino di largo diametro ad alta pressione					250,00	712			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 127	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri da occlusione per procedure vascolari					220,00	280			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, __ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 128	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 5 a 8 mm					460,00	812			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ , ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 129	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 4 a 6 mm					480,00	860			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ , ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 130	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco – diametro da 1,5 a 4 mm					480,00	816			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ , ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 131	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent ricoperti					3.000,00	680			
						6.000,00	132			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 132	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Supporto monouso per ago da biopsia ecoguidata					40,00	960			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 133	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici ricoperti per TIPS					3.000,00	260			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ , ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 134	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici ricoperti su catetere a palloncino					2.500,00	160			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____/_____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 135	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent a diametro variabile ricoperti					3.600,00	140			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____,___ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 136	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Aterotomo direzionale					1.500,00	600			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G		H	I	J	K
LOTTO n. 137	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent per riduzione flusso TIPS					2.940,00	32			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 138	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent a diametro variabile					1.500,00	72			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____,____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 139	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent di compressione femorale					2.000,00	252			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 140	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent biliare ricoperto					2.500,00	140			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad € _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 141	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent per il distretto venoso					1.450,00	360			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 142	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent per il distretto venoso iliaco					2.100,00	304			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 143	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent per vasi di grosso calibro					2.000,00	308			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____,____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G		H	I	J	K
LOTTO n. 144	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent per aorta/vena cava					2.000,00	324			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 145	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Catetere di ancoraggio multilume					150,00	72			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____,___ = (_____/___)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 146	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Catetere di ancoraggio monolume					100,00	72			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____/_____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 147	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Catetere a palloncino con concentrazione di forza focale					800,00	80			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____,___ = (_____/___)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 148	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Catetere di supporto					150,00	500			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____,____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 149	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent rivestito vascolare per piccoli vasi					1.800,00	160			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 150	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema per trombectomia meccanica percutanea					1.840,00	920			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 151	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Power PICC, punta chiusa					300,00	420			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____,____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 152	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microcatetere con palloncino antireflusso					1.500,00	140			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, = (_____/_____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 153	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Catetere di recupero a pinza					780,00	84			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____,___ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 154	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistemi di rientro vascolari					1.000,00	340			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____,____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 155	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri da dialisi permanenti (tipo "Tesio")					194,00	220			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____,__ = (_____/___)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 156	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Filtro cavale per megacave					1.500,00	56			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____/_____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 157	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Microsfere di tris-acrilico per embolizzazioni					292,50	1.780			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 158	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema endovascolare per la trombosi accelerata mediante ultrasuoni					3.000,00	56			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____/_____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 159	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema per iniezione CO2					765,00	1.480			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, __ = (_____ / __)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 160	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema per la litotripsia intravascolare periferica					2.400,00	324			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 161	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema emostatico attivo riassorbibile					64,00	2.300			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 162	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A _____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistemi totalmente impiantabili a punta aperta ad inserzione periferica (miniport)					400,00	560			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 163	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Catetere venoso periferico per infusione ad alta pressione					115,00	380			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____,__ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 164	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema per il trattamento ablativo percutaneo tramite crio ablazione					5.000,00	180			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____,___ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 165	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent ricoperto per il distretto femorale arterioso					3.000,00	96			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 166	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema per la prevenzione e il trattamento del pneumotorace durante le biopsie polmonari					500,00	104			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 167	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri a palloncino da angioplastica periferica sottopoplitea monorail					158,00	280			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____ .

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ , ____ = (_____ / ____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 168	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Stent metallici vascolari a celle chiuse, “over the wire”					430,00	156			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
 _____,____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 169	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema di recupero ad ansa singola/multipla					566,00	448			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad €
_____, ____ = (_____/____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 170	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Sistema di emostasi vascolare					110,00	1.660			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi)
Lotti n. 171
N. GARA

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LOTTO n. 171	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CODICE CND	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA IN EURO (IVA ESCLUSA)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER X ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	PREZZO UNITARIO OFFERTO A ____ IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (HxI) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	Cateteri Venosi Centrali permanenti per dialisi					217,00	1.360			

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro _____ per _____.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) , per il presente lotto, è pari ad €
_____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Allegato numero 8

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_nsaccgor
NO_DOC_EXT:	2021-152119
SOFTWARE VERSION:	12.0.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	giorgio.sacco@regione.liguria.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Rettifica**Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche****Forniture****Base giuridica:**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore**I.1) Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Regione Liguria Stazione Unica Appaltante Regionale

Numero di identificazione nazionale: 00849050109

Indirizzo postale: Via Via Fieschi 15

Città: Genova

Codice NUTS: ITC33 Genova

Codice postale: 16121

Paese: Italia

Persona di contatto: Dott. Luigi Moreno Costa

E-mail: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it

Tel.: +39 0105488561

Fax: +39 0105488566

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.ariaspa.it>

Indirizzo del profilo di committente: <http://www.acquistiliguria.it/>

Sezione II: Oggetto**II.1) Entità dell'appalto****II.1.1) Denominazione:**

Fornitura di materiale per Radiologia Interventistica

Numero di riferimento: 8248504

II.1.2) Codice CPV principale

33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

Procedura di gara economicamente più vantaggiosa per la fornitura di materiale per Radiologia Interventistica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi).

Sezione VI: Altre informazioni**VI.5) Data di spedizione del presente avviso:**

03/11/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale

Avviso originale spedito mediante eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Login per clienti TED eSender: ECAS_nsaccgor

Numero di riferimento dell'avviso: 2021-137573

Numero dell'avviso nella GU S: [2021/S 198-515869](#)

Data di spedizione dell'avviso originale: 07/10/2021

Sezione VII: Modifiche

VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica

Pubblicazione su TED non conforme alle informazioni originariamente fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale

Numero della sezione: II.1.5

anziché:

Valore, IVA esclusa: 75 016 322.40 EUR

leggi:

Valore, IVA esclusa: 77.129.868,00 EUR

Numero della sezione: II.2.1

Lotto n.: 14

Punto in cui si trova il testo da modificare: II.2.6) Valore stimato

anziché:

Valore, IVA esclusa: 10 620.00 EUR

leggi:

Valore, IVA esclusa: 17 700.00 EUR

Numero della sezione: II.2.1

Lotto n.: 22

Punto in cui si trova il testo da modificare: II.2.1) Denominazione:

anziché:

Guide Angiografiche idrofiliche Stiff

leggi:

Guide Angiografiche idrofiliche Stiff - misure guida 150 - 180 cm

Numero della sezione: II.2.6

Lotto n.: 22

anziché:

Valore, IVA esclusa: 579 840.00 EUR

leggi:

Valore, IVA esclusa: 535 852.80 EUR

Numero della sezione: II.2.1

Lotto n.: 32

Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato

anziché:

Valore, IVA esclusa: 109 440.00 EUR

leggi:

Valore, IVA esclusa: 136 800.00 EUR

Numero della sezione: II.2.1

Lotto n.: 33

Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato

anziché:

Valore, IVA esclusa: 155 520.00 EUR

leggi:

Valore, IVA esclusa: 194 400.00 EUR
Numero della sezione: II.2.1
Lotto n.: 35
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato anziché:
Valore, IVA esclusa: 94 080.00 EUR
leggi:
Valore, IVA esclusa: 164 640.00 EUR
Numero della sezione: II.2.1
Lotto n.: 49
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato anziché:
Valore, IVA esclusa: 63 720.00 EUR
leggi:
Valore, IVA esclusa: 99 120.00 EUR
Numero della sezione: II.2.1
Lotto n.: 55
anziché:
Valore, IVA esclusa: 455 172.00 EUR
leggi:
Valore, IVA esclusa: 996 000.00 EUR
Numero della sezione: II.2.1
Lotto n.: 56
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato anziché:
Valore, IVA esclusa: 120 960.00 EUR
leggi:
Valore, IVA esclusa: 604 800.00 EUR
Numero della sezione: II.2.1
Lotto n.: 57
anziché:
Valore, IVA esclusa: 313 891.20 EUR
leggi:
Valore, IVA esclusa: 448 416.00 EUR
Numero della sezione: II.2.1
Lotto n.: 104
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato anziché:
Valore, IVA esclusa: 259 200.00 EUR
leggi:
Valore, IVA esclusa: 345 600.00 EUR
Numero della sezione: II.2.1
Lotto n.: 121
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato anziché:
Valore, IVA esclusa: 197 280.00 EUR

leggi:

Valore, IVA esclusa: 263 040.00 EUR

Numero della sezione: II.2.1

Lotto n.: 122

anziché:

Valore, IVA esclusa: 89 280.00 EUR

leggi:

Valore, IVA esclusa: 119 040.00 EUR

Numero della sezione: II.2.1

Lotto n.: 140

anziché:

Valore, IVA esclusa: 184 800.00 EUR

leggi:

Valore, IVA esclusa: 420 000.00 EUR

Numero della sezione: II.2.1

Lotto n.: 158

anziché:

Valore, IVA esclusa: 134 400.00 EUR

leggi:

Valore, IVA esclusa: 201 600.00 EUR

VII.2) **Altre informazioni complementari:**

Identificativo atto:

2021-AM-7054

Area tematica:

Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Nicola Giancarlo POGGI		-	05-11-2021 09:57
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Tiziana TAZZOLI		Luigi Moreno COSTA	04-11-2021 11:07
Approvazione legittimità	Maria Franca FLORIS		-	03-11-2021 16:28
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luigi Moreno COSTA		-	03-11-2021 16:05

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria