

Allegato F4 - Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio

**LOTTO 1
CATETERI MONOUSO PER ERCP
(metallico ultrarastremato)**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove re- perire nella docu- mentazione tecnica quanto affermato)
1. mantenimento pre-curvatura dell'apice distale	24	Q2	
2. scorrevolezza e facilità di iniezione	23	Q2	
3. presenza di misuratori livello di in- troduzione	23	Q5	

**LOTTO 2
CATETERI PLURIUSO PER ERCP**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (spe- cificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affer- mato)
1. mantenimento pre-curvatura dell'apice distale	24	Q2	
2. scorrevolezza e facilità di inie- zione	23	Q2	
3. presenza di misuratori livello di introduzione	23	Q5	

LOTTO 3
CATETERI PLURIUSO PER ERCP
(sottile con punta conica)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. scorrevolezza e facilità di iniezione	12	Q1	
2. elasticità del materiale	29	Q2	
3. livello di radiopacità del tip	29	Q1	

LOTTO 4
CATETERI MONOUSO PER ERCP

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. scorrevolezza e facilità di iniezione	29	Q2	
2. praticità nell'utilizzo dei due canali (individuazione immediata del canale del contrasto e del filo guida e non intralcio nelle rispettive manovre tecniche)	12	Q1	
3. livello di radiopacità del tip	29	Q1	

LOTTO 5
CATETERI PER ERCP
(per pancreas)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. scorrevolezza e facilità di iniezione	24	Q2	
2. praticità nell'utilizzo dei due/tre canali (individuazione immediata del canale del contrasto e del filo guida e non intralcio nelle rispettive manovre tecniche di minima)	23	Q2	
3. livello di radiopacità del tip	23	Q1	

LOTTO 6
PINZA BIOPTICA PER VIA BILIARE
(pluriuso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. apertura in angolazione	23	Q1	
2. visibilità della pinza	23	Q1	
3. capacità di taglio	12	Q1	
4. presenza di markers colorati	12	Q5	

LOTTO 7
BRUSHING PER VIA BILIARE
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. apertura in angolazione	23	Q1	
2. visibilità del brushing	23	Q1	
3. assortimento diametro e lunghezza spazzola	12	Q3*	
4. presenza di markers colorati	12	Q5	

LOTTO 8
SISTEMA PER LITOTRISSIA ENDOCANALARE PREMONTATO
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità del sistema di aggancio del litotritore	24	Q1	
2. minor pressione applicata per eseguire una litotriessia (ovvero: maggior efficacia della litotriessia con basso sforzo manuale)	23	Q1	
3. maneggevolezza	23	Q1	

LOTTO 9
SISTEMA PER LITOTRISSIA EXTRACANALARE DI EMERGENZA

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità del sistema di aggancio del litotritore	24	Q1	
2. minor pressione applicata per eseguire una litotrissia (ovvero: maggior efficacia della litotrissia con basso sforzo manuale)	23	Q1	
3. maneggevolezza	23	Q1	

LOTTO 10
CATETERI A PALLONCINO PER ESTRAZIONE CALCOLI
(con guida corta)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. resistenza del palloncino	22	Q1	
2. livello di flessibilità	22	Q1	
3. scorrevolezza su filo guida	13	Q2	
4. facilità di gonfiaggio	13	Q1	

LOTTO 11
CATETERI A PALLONCINO PER ESTRAZIONE CALCOLI
(con guida lunga)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. resistenza del palloncino	22	Q1	
2. livello di flessibilità del palloncino	22	Q1	
3. scorrevolezza su filo guida	13	Q2	
4. facilità di gonfiaggio	13	Q1	

LOTTO 12
KIT PER DRENAGGIO NASO BILIARE
(monouso- sterile)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. scorrevolezza su filo guida _____ _____	24	Q1	
1. capacità di mantenimento della forma prestabilita	35	Q1	
2. atraumaticità dell'estremità	35	Q2	

LOTTO 13
PROTESI BILIARI IN PLASTICA

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. Varietà di gamma	22	Q3	
2. Livello di superamento stenosi	22	Q1	
3. Elasticità	13	Q1	
4. Visibilità radiologica	13	Q1	

LOTTO 14
PROTESI BILIARI IN PLASTICA
(con sistema a guida corta)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. livello di superamento stenosi	24	Q1	
2. elasticità	23	Q1	
3. visibilità radiologica	23	Q1	

LOTTO 15
PROTESI BILIARI IN PLASTICA DOPPIO PIGTAIL
(monouso, a guida lunga)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. Varietà di gamma	22	Q3*	
2. Livello di superamento stenosi	22	Q1	
3. Elasticità	13	Q1	
4. Visibilità radiologica	13	Q1	

LOTTO 16
PROTESI BILIARI IN PLASTICA DOPPIO PIGTAIL
(monouso - a guida corta)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. Varietà di gamma	22	Q3*	
2. Livello di superamento stenosi	22	Q1	
3. Elasticità	13	Q1	
4. Visibilità radiologica	13	Q1	

LOTTO 17
PALLONI DA DILATAZIONE DELLE VIE BILIARI e SISTEMA DI GONFIAGGIO
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI 40	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. resistenza e tenuta del palloncino	22	Q1	
2. dati di gonfiaggio ben visibili sul catetere	12	Q1	
3. facilità delle connessioni	6	Q2	

B) SISTEMA DI GONFIAGGIO PER PALLONCINI DA DILATAZIONE BILIARE
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI 30	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. visibilità del quadrante	7	Q2	
2. precisione del sistema	16	Q2	
3. facilità delle connessioni	7	Q2	

LOTTO 18
AGHI PER INIEZIONE SOTTOMUCOSA E SCLEROSI VARICI ESOFAGEE

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. visibilità dell'estremo distale	24	Q2	
2. facilità di scorrimento nella guaina	23	Q2	
3. facilità inserimento nei tessuti	23	Q1	

LOTTO 19
AGHI PER INIEZIONE SOTTOMUCOSA PER DUODENOSCOPIO
(monouso sterili)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. atraumaticità	24	Q2	
2. apertura in qualunque curvatura	23	Q5	
3. facilità di controllo dell'ago (manipolo ergonomico e percezione di blocco ago)	23	Q2	

LOTTO 20
AGHI PER INIEZIONE DI COLLA
(monouso sterili)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. presenza di fermo per l'avanzamento e retrazione incorporato nell'impugnatura che permette di posizionare l'ago con precisione utilizzando una sola mano	13	Q5	
2. visibilità dell'estremo distale	22	Q2	
3. facilità di scorrimento nella guaina	22	Q2	
4. facilità inserimento nei tessuti	13	Q1	

LOTTO 21
ANSE PER POLIPECTOMIA
(intrecciate – monouso, sterili)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. indeformabilità	12	Q1	
2. facilità di apertura	12	Q1	
3. flessibilità della guaina	12	Q1	
4. ergonomia del manico	22	Q2	
5. gamma delle forme offerte	12	Q3*	

LOTTO 22
ANSE PER POLIPECTOMIA
(Rotanti – intrecciate - monouso sterili)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 60)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. indeformabilità	22	Q2	
2. facilità di apertura	12	Q1	
3. flessibilità della guaina	12	Q1	
4. ergonomia del manico	22	Q2	
5. gamma delle forme offerte	12	Q3*	

LOTTO 23
ANSE PER MUCOSECTOMIA
(crescent)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. indeformabilità	24	Q2	
2. facilità di apertura	23	Q2	
3. ergonomia del manico	23	Q2	

LOTTO 24
PINZE BIOPTICHE A VALVE OVALI
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. efficacia della presa biptica	24	Q2	
2. attrito al passaggio nel canale biptico (assenza di attrito al passaggio nel canale)	23	Q2	
3. atraumaticità	23	Q2	

LOTTO 25
PINZE BIOPTICHE PEDIATRICHE
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. efficacia della presa biptica	24	Q2	
2. attrito al passaggio nel canale biptico (assenza di attrito al passaggio nel canale)	23	Q2	
3. atraumaticità	23	Q2	

LOTTO 26
BOCCAGLI PER GASTROSCOPIA
(monouso sterili)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. conformabilità	34	Q2	
2. minor traumaticità	23	Q2	
3. presenza canale connessione per ossigeno	13	Q1	

LOTTO 27
BOCCAGLI PER GASTROSCOPIA
(poliuso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. conformabilità	34	Q2	
2. minor traumaticità	23	Q2	
3. possibilità di canale connessione per ossigeno	13	Q5	

LOTTO 28
PALLONCINO DILATAZIONE ESOFAGO/STOMACO/COLON

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. uniformità di dilatazione	24	Q2	
2. atraumaticità e flessibilità della punta	23	Q2	
3. resistenza alle alte pressioni	23	Q2	

LOTTO 29
PALLONCINO DILATAZIONE SU FILO GUIDA (ACALASIA) (monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. resistenza alla rottura	18	Q2	
2. indeformabilità	18	Q2	
3. atraumaticità della punta	18	Q2	
4. migliore visualizzazione dei valori di gonfiaggio	16	Q1	

LOTTO 30
CLIPS PER EMOSTASI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità di posizionamento	24	Q2	
2. efficacia emostatica (chiusura della clip)	23	Q2	
3. sicurezza nello sganciamento	23	Q2	

LOTTO 31
CLIPS PER EMOSTASI CON APPLICATORE PLURIUSO RICARICABILE

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità di posizionamento	12	Q1	
2. efficacia emostatica (chiusura della clip)	23	Q2	
3. sicurezza nello sganciamento	23	Q2	
4. facilità nella ricarica della clip	12	Q1	

LOTTO 32
CESTELLO RECUPERO POLIPI
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. atraumaticità	24	Q2	
2. possibilità apertura/chiusura multipla	23	Q5	
3. resistenza del materiale	23	Q2	

LOTTO 33
RACCOGLITORE POLIPI ESTRATTI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. basso impatto su aspirazione	24	Q2	
2. facilità d'uso (raccordo su endoscopio)	23	Q1	
3. maggior numero di camere	23	Q3*	

LOTTO 34
CESTELLO RECUPERO CORPI ESTRANEI
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. atraumaticità	24	Q2	
2. possibilità apertura/chiusura multipla	23	Q5	
3. resistenza del materiale	23	Q2	

LOTTO 35
CESTELLO RECUPERO CORPI ESTRANEI GRASPING
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. atraumaticità	24	Q2	
2. possibilità apertura/chiusura multipla	23	Q5	
3. resistenza del materiale sicurezza nello sganciamento	23	Q2	

LOTTO 36
CESTELLO RECUPERO CORPI ESTRANEI GRASPING
(pluriuso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. atraumaticità	24	Q2	
2. possibilità apertura/chiusura multipla	23	Q5	
3. resistenza del materiale sicurezza nello sganciamento	23	Q2	

LOTTO 37
PINZE PER ESTRAZIONI CORPI ESTRANEI
(poliuso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. Efficacia della presa	29	Q2	
2. Atraumaticità	29	Q2	
3. Tipologie: c) Forbice d) Pinza a valva con gomma	12	Q2	

LOTTO 38
PINZE PEDIATRICHE PER ESTRAZIONI CORPI ESTRANEI
(poliuso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. varietà di gamma (numero e tipologie offerte)	28	Q3*	
2. capacità di presa/taglio	23	Q2	
3. flessibilità	19	Q2	

LOTTO 39
CAPPUCCI EMR/EDS
(monouso)

Sub-lotto A) cappucci per EMR

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. varietà di gamma (numero e tipologie offerte)	12	Q3*	
2. aderenza al gastroscopo e al colonscopio	11,5	Q1	
3. atraumaticità	11,5	Q1	

Sub-lotto B) cappucci per EDS

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. varietà di gamma (numero e tipologie offerte)	12	Q3*	
2. aderenza al gastroscopo e al colonscopio	11,5	Q1	
3. atraumaticità	11,5	Q1	

**LOTTO 40
SET PER DISSEZIONE
(monouso)**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. varietà di gamma (numero e tipologie offerte)	24	Q3*	
2. precisione di taglio	23	Q2	
3. resistenza	23	Q2	

LOTTO 41
LEGATORI PER VARICI
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità di montaggio	24	Q1	
2. con avvisatore del penultimo laccio	23	Q5	
3. campo di visione ampio durante la procedura	23	Q2	

LOTTO 42
KIT PER POSIZIONAMENTO PEG TIPO PULL
(monouso, sterile)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. ulteriori accessori presenti nel kit	24	Q2	
2. facile introduzione	23	Q2	
3. grado di trasparenza del catetere	23	Q1	

LOTTO 43
KIT PEDIATRICO PER POSIZIONAMENTO PEG TIPO PULL
(monouso sterile)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. ulteriori accessori presenti nel kit	24	Q2	
2. facile introduzione	23	Q2	
3. grado di trasparenza del catetere	23	Q1	

LOTTO 44
SOSTITUZIONE PEG A PALLONCINO
(Monouso sterile)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. Varietà di gamma (misure)	24	Q3*	
2. facile introduzione	23	Q2	
3. grado di trasparenza del catetere	23	Q1	

LOTTO 45
SOSTITUZIONE A BOTTONE
(Monouso sterile)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità d'uso	24	Q2	
2. facile introduzione	23	Q2	
3. grado di trasparenza del catetere	23	Q1	

LOTTO 46
SOSTITUZIONE A BOTTONE
(Monouso sterile)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità d'uso	24	Q2	
2. facile introduzione	23	Q2	
3. grado di trasparenza del catetere	23	Q1	

LOTTO 47
DILATATORI MECCANICI A CANDELA
(esofago-gastrica/ pluriuso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. resistenza e robustezza del dilatatore (materiale)	24	Q2	
2. flessibilità parte distale	23	Q2	
3. visibilità marker radiologico	23	Q1 (prova pratica)	

LOTTO 48
DILATATORI BILIARI (Tipo Soehendra)
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità d'uso	24	Q2	
2. scorrevolezza	23	Q2	
3. visibilità dei markers	23	Q1 (prova pratica)	

LOTTO 49
APC (Argon Plasma Coagulatore)
(Monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. Capacità di innesco	35	Q2	
2. visibilità della punta	35	Q2	

LOTTO 50
APC (Argon Plasma Coagulatore)
(Pluriuso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. Capacità di innesco	24	Q2	
2. facilità di sterilizzazione	23	Q2	
3. visibilità della punta	23	Q2	

LOTTO 51
APC (Argon Plasma Coagulatore) PEDIATRICO
(Monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. Capacità di innesco	35	Q2	
2. visibilità della punta	35	Q2	

LOTTO 52
APC (Argon Plasma Coagulatore) PEDIATRICO
(Pluriuso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. Capacità di innesco	24	Q2	
2. facilità di sterilizzazione	23	Q2	
3. visibilità della punta	23	Q2	

LOTTO 53
COAGULATORE BIPOLARE

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. minor degenerazione termica (precisione della coagulazione)	24	Q2	
2. visibilità	23	Q2	
3. atraumaticità della presa	23	Q1	

LOTTO 54
Sistema DI LEGATURA
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. chiusura del loop senza deformazione	24	Q2	
2. premontato/ pronto all'uso	23	Q2	
3. manico integrato	23	Q2	

LOTTO 55
SISTEMA DI LITOTRISSIA INTRAENDOSCOPIO D'ELEZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità di montaggio	24	Q2	
2. resistenza del cestello	23	Q2	
3. molteplicità filamenti	23	Q2	

LOTTO 56
DISPOSITIVO PER DISTENSIONE DELLE PLICHE DEL COLON

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. atraumaticità	24	Q2	
2. adattabilità con endoscopi in dotazione	23	Q2	
3. disponibilità di differenti misure	23	Q2	

LOTTO 57
FILI GUIDA
(in nitinol-in confezione sterile monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. adeguatezza nel superamento stenosi	24	Q2	
2. adeguatezza dello scorrimento	23	Q2	
3. indeformabilità della punta	23	Q5	

LOTTO 58
FILI GUIDA
(stiff e standard-in confezione sterile monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. adeguatezza nel superamento stenosi	24	Q2	
2. adeguatezza dello scorrimento	23	Q2	
3. indeformabilità della punta	23	Q5	

**LOTTO 59
FILI GUIDA
(teflonati)**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. adeguatezza nel superamento stenosi	24	Q2	
2. adeguatezza dello scorrimento	23	Q2	
3. indeformabilità della punta	23	Q5	

**LOTTO 60
FILI GUIDA
(corti)**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. adeguatezza nel superamento stenosi	24	Q2	
2. adeguatezza dello scorrimento	23	Q2	
3. indeformabilità della punta	23	Q5	

LOTTO 61
FILI GUIDA
(lunghi - in confezione sterile monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. adeguatezza nel superamento stenosi	24	Q2	
2. adeguatezza dello scorrimento	23	Q2	
3. indeformabilità della punta	23	Q5	

LOTTO 62
FILI GUIDA 0,038"

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. adeguatezza nel superamento stenosi	24	Q2	
4. adeguatezza dello scorrimento	23	Q2	
5. indeformabilità della punta	23	Q5	

LOTTO 63
CESTELLI PER ESTRAZIONE CALCOLI
(monouso – multifilamento morbido)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. indeformabilità del basket	24	Q2	
2. facilità di scorrimento	23	Q2	
3. atraumaticità	23	Q2	

LOTTO 64
CESTELLI PER ESTRAZIONE CALCOLI
(pluriuso – filo rigido)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. indeformabilità del basket	12	Q2	
2. facilità di scorrimento	23	Q2	
3. atraumaticità	23	Q2	
4. varietà di gamma	12	Q3*	

LOTTO 65
CESTELLI PER ESTRAZIONE CALCOLI
(monouso – filo rigido – 5Fr)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. indeformabilità del basket	12	Q2	
2. facilità di scorrimento	23	Q2	
3. atraumaticità	23	Q2	
4. varietà di gamma	12	Q3*	

LOTTO 66
CESTELLI PER ESTRAZIONE CALCOLI
(monouso - filoguidato)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. Varietà misure del cestello	17	Q3*	
2. indeformabilità del basket	18	Q2	
3. facilità di scorrimento	18	Q2	
4. atraumaticità	17	Q2	

LOTTO 67
CESTELLI PER ESTRAZIONE CALCOLI
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. Varietà misure del cestello	17	Q3*	
2 .indeformabilità del basket	18	Q2	
3. facilità di scorrimento	18	Q2	
4. atraumaticità	17	Q2	

LOTTO 68
CESTELLI PER ESTRAZIONE CALCOLI
(monouso - con possibile litotrissia)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. Varietà misure del cestello	17	Q3*	
2 .indeformabilità del basket	18	Q2	
3. facilità di scorrimento	18	Q2	
3. atraumaticità	17	Q2	

LOTTI IN ACCORDO QUADRO

LOTTO 69 PAPILLOTOMI PRECUT (ad ago-monouso sterile-con guida lunga)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. precisione di taglio	23	Q1	
2. possibilità di taglio con parziale isolamento	12	Q1	
3. flessibilità del catetere	12	Q1	
4. presenza di markers colorati	23	Q1	

LOTTO 70 PAPILLOTOMI PRECUT (con guida corta-monouso sterile)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. precisione di taglio	24	Q1	
2. possibilità di taglio con parziale isolamento	23	Q1	
3. flessibilità del catetere	23	Q1	

LOTTO 71
PAPILLOTOMI
(trilume - guida lunga)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. precisione di taglio	27	Q1	
2. possibilità di rotazione della punta	20	Q1	
3. flessibilità estremo distale	23	Q2	

LOTTO 72
PAPILLOTOMI
(trilume - guida corta)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1.precisione di taglio	27	Q1	
2.possibilità di rotazione della punta	20	Q1	
3. flessibilità estremo distale	23	Q2	

LOTTO 73
PAPILLOTOMI
(doppio lume - monouso sterile)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. precisione di taglio	24	Q1	
2. possibilità di taglio con parziale isolamento	13	Q1	
3. flessibilità del catetere	13	Q1	
4. possibilità di rotazione della punta	20	Q1	

LOTTO 74
PAPILLOTOMI
(monouso sterile - punta corta - varie rastremazioni)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. precisione di taglio	22	Q1	
2. flessibilità estremo distale	22	Q2	
3. facilità di cateterismo papillare: rastremazione	13	Q2	
4. possibilità di rotazione della punta	13	Q1	

**LOTTO 75
PAPILLOTOMI
(monouso sterile - calibro sottile)**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. precisione di taglio	22	Q1	
2. flessibilità estremo distale	22	Q2	
3. facilità di cateterismo papillare (rastremazione)	13	Q2	
4. possibilità di rotazione della punta	13	Q1	

**LOTTO 76
PAPILLOTOMI
(bilume-monouso sterile)**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. precisione di taglio	24	Q1	
2. flessibilità estremo distale	23	Q2	
3. facilità di cateterismo papillare (rastremazione)	23	Q2	

LOTTO 77
PAPILLOTOMI PER BILLROTH II

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. precisione di taglio	24	Q1	
2. capacità di mantenimento della curva preformata	23	Q2	
3. flessibilità del catetere	23	Q1	

LOTTO 78
PROTESI BILIARI METALLICHE RICOPERTE ~~E PARZIALMENTE RICOPERTE~~

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. scorrevolezza della protesi	24	Q2	
2. precisione del sistema	23	Q2	
3. sistema di rilascio a guida corta	23	Q5	

LOTTO 79
PROTESI BILIARI METALLICHE NON RICOPERTE

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. scorrevolezza della protesi	24	Q2	
2. precisione del sistema	23	Q2	
3. funzionalità sistema di rilascio	23	Q2	

LOTTO 80
**PROTESI BILIARI METALLICHE
(autoconformanti)**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. scorrevolezza della protesi	24	Q2	
2. precisione del sistema	23	Q2	
3. funzionalità del sistema di rilascio	23	Q2	

LOTTO 81
PROTESI DUODENALI AUTOCONFORMANTI SCOPERTE E PARZIALMENTE COPERTE

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1.scorrevolezza della protesi	24	Q2	
2.precisione del sistema	23	Q2	
3.funzionalità del sistema di rilascio	23	Q2	

LOTTO 82
PROTESI METALLICHE ESOFAGEE

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità di posizionamento	24	Q2	
2. facilità di rilascio	23	Q2	
3. visibilità dei markers radiopachi	23	Q1 (prova pratica radiologica)	

LOTTO 83
PROTESI METALLICHE ESOFAGEE
(parzialmente ricoperte)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità di posizionamento	24	Q2	
2. facilità di rilascio	23	Q2	
3. visibilità dei markers radiopachi	23	Q1 (prova pratica radiologica)	

LOTTO 84
PROTESI METALLICHE ESOFAGEE
(non ricoperte)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità di posizionamento	24	Q2	
2. facilità di rilascio	23	Q2	
3. visibilità dei markers radiopachi	23	Q1 (prova pratica radiologica)	

LOTTO 85
PROTESI ESOFAGEE OTW
(Totalmente ricoperte)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità di posizionamento	24	Q2	
2. facilità di rilascio	23	Q2	
3. visibilità dei markers radiopachi	23	Q1 (prova pratica radiologica)	

LOTTO 86
PROTESI ESOFAGEE OTW

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità di posizionamento	24	Q2	
2. facilità di rilascio	23	Q2	
3. visibilità dei markers radiopachi	23	Q1 (prova pratica radiologica)	

LOTTO 87
PROTESI ESOFAGEE OTW
(totalmente scoperte)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. facilità di posizionamento	24	Q2	
2. facilità di rilascio	23	Q2	
3. visibilità dei markers radiopachi	23	Q1 (prova pratica radiologica)	

LOTTO 88
PROTESI PILORO DUODENALI COPERTE

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. visibilità dei markers endoscopici	24	Q2	
2. facilità di rilascio	23	Q2	
3. visibilità dei markers radiopachi	23	Q1 (prova pratica radiologica)	

LOTTO 89
PROTESI PILORO DUODENALI SCOPERTE

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. visibilità dei markers endoscopici	24	Q2	
2. facilità di rilascio e posizionamento	23	Q2	
3. visibilità dei markers radiopachi	23	Q1 (prova pratica radiologica)	

LOTTO 90
PROTESI COLON CON SISTEMA TTS
(totalmente ricoperte)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. visibilità dei marker endoscopici	18	Q2	
2. facilità di rilascio e posizionamento	18	Q2	
3. visibilità dei markers radiopachi	17	Q1 (prova pratica radiologica)	
4. capacità di adattamento al viscere	17	Q1	

LOTTO 91
PROTESI COLON CON SISTEMA TTS
(non ricoperte)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. visibilità dei marker endoscopici	24	Q2	
2. facilità di rilascio	23	Q2	
3. visibilità dei markers radiopachi	23	Q1 (prova pratica radiologica)	

LOTTO 92
PROTESI COLON CON SISTEMA TTS
(parzialmente ricoperte)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. marker endoscopi	24	Q2	
2. facilità di rilascio	23	Q2	
3. visibilità dei markers radiopachi	23	Q1 (prova pratica radiologica)	

LOTTO 93
PROTESI PANCREATICA
(monouso)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 0)	IDENTIFICATIVO	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
1. elevata visibilità	24	Q5	
2. marker radiopaco	23	Q1 (prova pratica radiologica)	
3.gamma misure offerte	23	Q3*	