

REGIONE LIGURIA - S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante Regionale					
Tomografo Computerizzato (CT Scans -128 Strati) Dual Energy per "IRCCS Ospedale Policlinico San Martino" (Genova)					
ALLEGATO "B" - Requisiti Preferenziali					
<p>*Ai fini della valutazione della qualità dell'immagine si chiede di consegnare i file in formato Dicom relativi alle tipologie di esami di seguito dettagliate, complete dei dati dosimetrici (DLP(mGy/cm) e CTDIVol (mGy)), dei dati relativi al protocollo di acquisizione (collimazione del fascio (mm), spessore e numero slices, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione), modalità di ricostruzione; gli esami devono essere anonimizzati ma provenire da una struttura ospedaliera, anche non italiana, che certifichi la veridicità dell'acquisizione con apparecchiatura marca/modello identica a quella offerta:</p> <p>TC addome, indagine trifasica (senza contrasto, arteriosa, portale, tardiva) paziente obeso (> 130 kg) TC addome, indagine trifasica (senza contrasto, arteriosa, portale, tardiva) paziente normotipo (circa 70 kg) TC coronarica paziente obeso (> 130 kg) TC coronarica paziente normotipo (circa 70 kg) TC torace con mdc paziente normotipo (circa 70 kg) TC torace ultra low dose paziente normotipo (circa 70 kg)</p>					
	CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE	DICHIARAZIONE DITTA	Riferimento allegati	Criterio valutativo	PUNTI
	GANTRY E LETTINO PAZIENTE				5
	<i>- Gantry</i>				
B-01	Diametro del tunnel: Indicare dato (in cm) ≥ 70 cm.			Q3	1
B-02	Tempo di rotazione minimo su 360°: Indicare dato (in sec) $\leq 0,30$ sec.			Q4	3
B-03	<i>- Letino paziente</i>				
B-04	Massimo carico sopportabile, in tutte le condizioni di utilizzo: Indicare dato (in Kg) ≥ 250 kg.			Q3	1
	GENERATORE				5
B-05	Potenza nominale massima: Indicare dato (in kW) ≥ 100 kW.			Q3	1
B-06	Tensione Massima Genratore: Indicare dato (in kV) ≥ 135 kV.			Q3	1
B-07	Nr. di valori di tensione del generatore (in kV) clinicamente selezionabili: Indicare numero dei valori e specificare i singoli valori selezionabili in kV			Q2	3
	SISTEMA DI SCANSIONE ACQUISIZIONE				35

B-08	Risoluzione temporale hardware: Specificare dettagliatamente le modalità di calcolo e indicare il valore reale in ms (≤ 140 ms) senza considerare l'apporto di elaborazioni software dedicate.			Q4	13
B-09	Velocità di scansione massima: Indicare dato (in ms) ≥ 400 mm/s			Q3	10
B-10	Copertura anatomica in singola rotazione spirale: Indicare valore (in cm) ≥ 12 cm.			Q3	10
B-11	Dimensione del campo di scansione (FOV): Indicare dato (in cm) ≥ 50 cm.			Q3	2

	CONSOLLE DI COMANDO E UNITA' DI ELABORAZIONE				4
B-12	Possibilità di modulare la velocità di acquisizione sulla base della frequenza cardiaca, ovvero pitch adattivo sulla base della frequenza cardiaca			Q5	2
B-13	Numero di pitch selezionabili			Q3*	2

	SISTEMA DI RIDUZIONE DELLA DOSE				6
B-14	Descrivere i sistemi avanzati di riduzione della dose, comprese eventuali applicazioni di intelligenza artificiale			Q2	2
B-15	Valutazione dei dati dosimetrici degli esami consegnati (*): verrà valutata positivamente la minor dose rilevata			Q2	2
B-16	Metodologie di ricostruzione iterativa: descrivere con riferimento alla qualità delle immagini ottenute, alla dose al paziente ed ai tempi di elaborazione			Q2	2

	PACCHETTI SOFTWARE				7
B-17	Valutazione funzionalità e prestazioni pacchetti software offerti - descrivere sia quelli richiesti tra i requisiti di minima che pacchetti aggiuntivi inclusi in offerta			Q2	7

	DURATA DELLA GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA POST- VENDITA				11
B-18	Durata della garanzia oltre il periodo minimo previsto dal capitolato: indicare il numero di mesi offerti oltre i 24 mesi minimi richiesti			Q3	6
B-19	Tempi di intervento: Indicare un valore minore uguale a 8 ore lavorative			Q4	2
B-20	Tempo massimo per il ripristino della funzionalità dall'apertura della chiamata: Indicare un valore minore uguale a 8 ore lavorative			Q4	2
B-21	Orario di accettazione richieste di intervento: indicare il numero di ore giornaliere in cui è attivo il Customer care (ad esempio 8:00 – 16:00)			Q3*	1

	FORMAZIONE				2
B-22	Indicare il programma formativo: Specificare nel dettaglio il piano formativo proposto per il personale, il nr.ore dedicate e la tipologia di corsi proposti			Q2	2
	TOTALE PUNTEGGIO				75

	Welfare			CRITERIO	MASSIMI
B - 23	Possesso di certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente.			Q5	1
B - 24	Impiego o assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge.			Q3	1
B - 25	Assenza di verbali di discriminazione di genere. Sarà valutata l'assenza nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (<i>artt. 37 - 41 del Decreto legislativo n. 198 del 2006</i>) con Ufficio di Consigliera di Parità.			Q5	1
B- 26	Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro descritti nei seguenti n° 13 punti: a) asilo nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo; b) misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up; c) telelavoro o Smart working; d) part time, aspettativa per motivi personali; e) integrazione economica a congedi parentali; f) benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari; g) sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità; h) forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile; i) formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità; j) adesione a network territoriali per la parità; k) identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminatorie (<i>es. diversity manager</i>); l) attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde (servizi-ponte); m) Adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità.			<u>Meno di 4 strumenti</u> = 0 punti <u>Tra 4 e 6 strumenti</u> = 1 punto <u>7 o più strumenti</u> = 2 punti	2
				<i>Totale --></i>	5

PUNTEGGI

