

SEZIONE A

CAPITOLATO SPECIALE **(TECNICO E PRESTAZIONALE)**

Procedura aperta, ai sensi degli art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Sistemi di diagnosi dell'apparato digerente a capsule deglutibili per lo studio dell'intestino tenue occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni quattro (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) – II edizione

Lotto unico
Numero gara 9454864

Progetto di gara

Codesta procedura di gara che riguarda i Sistemi di diagnosi dell'apparato digerente a capsule deglutibili per lo studio dell'intestino tenue è una seconda edizione. Le competenze professionali della Commissione Tecnica (Decreto di Nomina n. 1163 del 22/02/2023) che ha preparato il Capitolato Speciale sono state fondamentali per evitare le criticità che erano state evidenziate nel capitolato tecnico precedente.

L'indizione è stata preceduta da una partecipata Consultazione Preliminare di mercato, pubblicata con avviso in data 11/04/2023 (Prot-2023-0334956), anche essa molto utile per la stesura del capitolato in quanto ha tenuto conto delle osservazioni ed i suggerimenti forniti dai diversi Operatori Economici.

Caratteristiche generali e tecniche dei prodotti

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti a livello nazionale e comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, all'immissione in commercio e all'uso; tale conformità dovrà sussistere sia all'atto dell'offerta, sia a seguito di ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

LOTTO UNICO

SISTEMA DI DIAGNOSI DELL'APPARATO DIGERENTE A CAPSULE DEGLUTIBILI PER LO STUDIO DELL'INTESTINO TENUE

Requisiti di minima:

Il sistema dovrà essere costituito da:

- Videocapsula monouso
- Registratore esterno ed indossabile
- Workstation con software in comodato d'uso gratuito comprensivo di manutenzione "full-risk" estesa ai data-recorder ed sistemi di ricezione segnali pluriuso per l'intera durata del contratto
- Ausilio alla refertazione: riconoscimento di pixel rossi e eliminazione delle immagini simili
- Latex free per materiale a diretto contatto con il paziente
- Sistema ricezione segnale con albero a sensori pluriuso sia per soggetti adulti che pediatrici con copri elettrodo monouso o cintura monouso o pluriuso
- Dovrà essere fornito tutto il materiale compreso il monouso necessario all'esecuzione dell'esame
- Aggiornamento del software per tutta la durata del contratto, compresa possibilità di creazione senza oneri aggiuntivi, in caso di disponibilità regionale, di rete per analisi, condivisione e revisione da remoto degli studi con videocapsula.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (max 70)	IDENTIFICATIVO
1. Qualità software gestionale (accettazione ed inserimento dati paziente, ausili alla lettura rapida, disponibilità atlante comparativo immagini, filtri per cromoendoscopia elettronica o supporto all'intelligenza artificiale) e praticità del sistema di ricezione del segnale	15	Q1
2. Caratteristiche hardware della workstation e del monitor (p.e. capacità hard disk, dimensione e risoluzione del monitor...)	5	Q1
3. Possibilità di esportare immagini e filmati in formato PC compatibile aperto non proprietario (garantire almeno la esportazione nei formati JPG, PNG, AVI, PDF)	5	Q5
4. Possibilità di assistenza da remoto	4	Q5
5. Qualità visione derivante da <u>prova pratica</u> comparativa dei prodotti proposti eseguita su unico volontario con la medesima preparazione previa sottoscrizione di consenso informato	33	Q1
6. Visione in real time: visualizzazione delle immagini in tempo reale direttamente sul recorder	5	Q1

o con collegamenti a workstation o altri devices in corso d'esame		
7. Presenza di almeno una telecamera in più	3	Q5