

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010/548-8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Antonella Gessaga - tel. 010/548-8542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

MODELLO M 5 – DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGs. n. 50/2016 TRAMITE LA PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MISCELLANEA CHIRURGICA PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE LIGURIA E DALL'AUSL VAL D'AOSTA. LOTTI N. 92. GARA N.7241517

Offerta tecnica– Lotto *<inserire numero lotto>*

<Presentare una scheda per ciascun lotto a cui si partecipa>

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ cap (_____) il _____

residente a _____ cap (_____) _____

in Via _____ n. _____

C.F. _____

1 - ☐ in qualità di _____ e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - ☐ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _____

dal Notaio in _____ Dott. _____,

repertorio n. _____, e legale rappresentante

dell'impresa _____

con sede legale in _____ cap (_____) _____

via _____ n. _____

sede operativa in _____ cap (_____) _____

via _____ n. _____

C.F. _____ e P. IVA _____

di seguito "Impresa",

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

- che i prodotti/dispositivi offerti nella presente procedura sono i seguenti:

- che nei prodotti offerti nella presente procedura sono presenti tutti i **requisiti tecnici minimi (pena esclusione)**, previsti ai paragrafi nel Capitolato tecnico e prestazionale e le seguenti caratteristiche:

LOTTO 1

ESTRATTORE PUNTI METALLICI

CND: _____ **CIG:** _____

LOTTO 2

APPLICATORI PRECARICATI DI CLIPS AUTOMATICI, IN TITANIO MONOUSO CND:

CIG: _____

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Clips piccole: almeno 15 clips per applicatore	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	clips medie: almeno 15 clips per applicatore	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	clips grandi: almeno 15 clips per applicatore	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 3**CLIP EMOSTATICHE A DOPPIO BINARIO****CND:****CIG:**

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Clips emostatiche in titanio medicale, monouso , sterili , per clampaggio dei tessuti.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Superficie interna della clip con scanalature longitudinali e trasversali e denti atraumatici per garantire un ottimale presa, superficie esterna della clip molto liscia e senza smussature.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Misure S-M-L	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Codice-colore per l'identificazione degli applicatori	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	La ditta aggiudicataria deve fornire i relativi applicatori e pinze per rimozione clips.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 4**RINFORZO PER LINEE DI SUTURA**

CND: _____ CIG: _____				
		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Rinforzo in materiale biocompatibile, monouso, sterile, sintetico, riassorbibile in 180 gg, di ridotto spessore.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Utilizzato durante l'applicazione di punti metallici con suturatrici meccaniche per aumentarne la resistenza e la tenuta.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 5**CEROTTI DI FISSAGGIO PER SUTURE CUTANEE****CND:** _____**CIG:** _____

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Supporto adesivo in TNT o altro materiale equivalente, ipoallergico, permeabile all'aria e al vapore acqueo, non estensibile, sterile e radiotrasparente (confezionamento in buste sterili massimo 10 strisce)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	strisce da 70 mm x 3 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	strisce da 40 mm x 6 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	strisce da 100 mm x 6-8 mm $\pm 10\%$	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 6**CATETERI COLANGIOGRAFIA****CND:** _____**CIG:** _____

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Catetere per colangiografia laparoscopica in materiale radiopaco, trasparente, mandrino in acciaio inossidabile.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza 50 cm $\pm 10\%$.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 7

DISPOSITIVO MONOUSO PER LA PULIZIA DELL'OTTICA

CND: _____ CIG: _____				
		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Dispositivo monouso per la lubrificazione, antiappannamento e pulizia dell'ottica.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 8**CARICATORI DI CLIPS RIASSORBIBILI MONOUSO DA UTILIZZARE CON
APPLICATORI POLIUSO****CND:** _____ **CIG:** _____

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Clip emostatiche riassorbibili con scanalature interne che garantiscano una perfetta tenuta del vaso, montate su caricatore monopaziente, sistema anti caduta, sterili, codice colore.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Ampia gamma di misure, in cui dovranno essere obbligatoriamente presenti le misure: MEDIUM MEDIUM/LARGE LARGE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	La Ditta dovrà fornire idonei applicatori poliuso in quantità necessaria ad assicurare l'attività delle SS.CC. utilizzatrici. Gli applicatori devono avere: stelo in acciaio anti riflesso, impugnatura ergonomica, scanalatura interna alle ganasce, predisposizione alloggiamento clip, progressione chiusura clips, codice colore.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 9

BLISTER CLIP MONOUSO PER APPLICATORI DI CLIP POLIUSO

CND:		CIG:		
		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Applicatore di clip pluriuso pneumatico rotante a 360°, con cartuccia monouso da inserirsi su binario posizionato sullo stelo.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Stelo da 5 mm e stelo da 10 mm, possibilità di almeno due lunghezze 310 mm ± 10% e 400 mm ± 10% per chirurgia bariatrica.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Indicatore di esaurimento carica tramite codice colore, meccanismo di blocco dell'ultima clip e sistema di chiusura ermetico al fine di mantenere il pneumoperitoneo.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Clip disponibili in almeno due misure: cartuccia monouso misura S contenente almeno 12 clips e cartuccia monouso misura M/L contenente almeno 8.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 10**TROCAR IBRIDI 3/3,5 MM****CND:** _____ **CIG:** _____

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Trocar con cannula di diametro 3/3,5 mm, completo di valvola e dotato di otturatore poliuso.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza operativa indicativa 60 e 110 mm.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Monouso	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 11

TROCAR A PALLONCINO 5 E 12 MM

CND:		CIG:		
		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	<ul style="list-style-type: none">● Trocar con punta smussata e dilatante, con sistema di fissaggio a palloncino, diametro 5 e 11/12 mm, con riduttore incorporato.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	<ul style="list-style-type: none">● Il palloncino deve assicurare stabilità durante le procedure chirurgiche laparoscopiche.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	<ul style="list-style-type: none">● Lunghezza operativa circa 70 e 100 mm.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	<ul style="list-style-type: none">● Monouso	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 12

TROCAR A DISSEZIONE PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA MININVASIVA

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	- Trocar a dissezione per accessi extraperitoneali (TEP, surreni, prostate VL) con palloncino da dissezione.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	- Punta smussata 10 mm circa, munito di valvola ed introduttore. Supporto esterno monouso con palloncino dilatante ad espansione.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	- Monouso	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 13**DISPOSITIVO PER INSUFFLAZIONE DI CO2 IN CHIRURGIA LAPAROSCOPICA**

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Dispositivo da utilizzare durante chirurgia laparoscopica per effettuare insufflazione di CO2 e mantenere stabile la presenza di gas nella cavità addominale.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	Deve permettere l'evacuazione dei fumi ininterrottamente durante l'intervento.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	Deve comprendere: trocar ottici senza lama, kit di tubi triplo lume muniti di filtro, insuflatore ad alti volumi di insufflazione e aspirazione e relativa unità di controllo.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 14

SISTEMA DI LEGATURA DEI VASI E/O TESSUTI CON CLIPS NON RIASSORBIBILI

CND:

CIG:

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Clips costituite da un polimero non riassorbibile, con sistema di chiusura e sistema antislittamento in ogni direzione, presenza di denti interni alla clip che garantiscano una perfetta tenuta del vaso, montate su caricatore monopaziente, sistema anti caduta, sterili, codice colore.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Ampia gamma di misure, in cui dovranno essere obbligatoriamente presenti le misure: MEDIUM MEDIUM/LARGE LARGE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	La Ditta dovrà fornire idonei applicatori poliuso in quantità necessaria ad assicurare l'attività delle SS.CC. utilizzatrici. Gli applicatori devono avere: stelo in acciaio anti riflesso, impugnatura ergonomica, scanalatura interna alle ganasce, predisposizione alloggiamento clip, sistema calibrazione massima chiusura, codice colore.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 15

RETE COMPOSITA IN POLIPROPILENE E MATERIALE SINTETICO RIASSORBIBILE

CND:		CIG:		
		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	La rete multistrato semiassorbibile di tipo sagomabile è destinata alla riparazione laparatomica e laparoscopica delle ernie addominali.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	La rete è costituita da fibre di polipropilene e rivestita da almeno un lato di un materiale sintetico riassorbibile entro max 180 gg; idonea al contatto viscerali.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Confezione singola sterile.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Misura: cm 10 x 15 ±20% Misura: cm 15x 20 ±20% Misura: cm 20 x 30 ±20% Misura: cm 25 x 35 ±20% Misura: cm 30 x 50 ±20%	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 16**RETE DERMA PORCINO FENESTRABILE****CND:** _____ **CIG:** _____

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	No-cross linkata pre-idratata, indicata come supporto in ricostruzione one Stage (immediata o anche in combinazione con l'espansore mammario, a seguito di mastectomia).	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	MISURE 8x12 +- 20% 8x16 +- 20% 8x20 +- 20%	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 17

RETE COMPOSITA SEMIASSORBIBILE CON BARRIERA ANTIADERENZIALE, PROVVISTA DI SISTEMA DI POSIZIONAMENTO

CND: _____ CIG: _____			
	Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
La rete semiassorbibile composta in polipropilene o poliestere monofilamento e materiale sintetico riassorbibile, deve avere una superficie ricoperta da materiale biorassorbibile antiaderenziale che va a diretto contatto dei visceri addominali a breve periodo di riassorbimento, il sistema è provvisto di un sistema di posizionamento ad espansione per facilitare il fissaggio e facilmente estraibile. L'impianto è indicato nella ricostruzione laparoscopica delle ernie addominali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Deve essere sterile, apirogena ed in confezione singola.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Tre misure obbligatorie tra le seguenti: Misura: cm 15 x 20 \pm 25% Misura: cm 15 x 25 \pm 25% Misura: cm 20 x 25 \pm 25% Misura: cm 25 x 30 \pm 20% Misura: cm 30 x 35 \pm 20%	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 18

RETE PIANA IN MATERIALE SINTETICO RIASSORBIBILE

CND:		CIG:		
		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	La rete chirurgica piana riassorbibile in materiale sintetico tessuto a maglia intrecciata per ottenere una struttura indicata come supporto temporaneo nella riparazione di lesioni muscolo fasciali della parete addominale e toracica, deve presentare un tempo d'assorbimento di 12-18 mesi.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Deve essere sterile, apirogena ed in confezione singola.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Misura: cm 15 x15 ±20% Misura: cm 30 x 30 ±20%	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 19

PROTESI LAPAROCELE OPEN/VIDEOLAPAROSCOPIA

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Protesi sintetiche in PTFE forato a doppio strato, compatibili per il contatto coi visceri, non riassorbibili, in PTFE, sagomabile in confezione monouso e sterile.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	MISURE Misura: cm 10 x 15 $\pm 20\%$ Misura: cm 20 x 30 $\pm 20\%$ Misura: cm 12 x 8 $\pm 20\%$ Misura: cm 18 x 24 $\pm 20\%$	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 20

RETE NON RIASSORBIBILE IN POLIPROPILENE RIVESTITA IN TITANIO

CND:		CIG:	
-------------	--	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Rete non riassorbibile in polirpopilene rivestita in titanio, indicata nella ricostruzione mammaria con tecnica sub-pettorale e pre-pettorale.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Sterile e apirogena	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Spessore 0,2 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Peso 15-18 gr/mq	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Misure: 24 x 14 x 16 cm 22 x 12 x14 cm 16 x 18 cm 22 x 20 cm Tolleranza prevista $\pm 20\%$	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 21

STRUMENTARIO LAPAROSCOPICO MONOPOLARE POLIUSO

	CND:	CIG:	
--	-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	(La ditta dovrà fornire lo stesso sconto, presentato per il lotto in oggetto, anche per ulteriori prodotti analoghi presenti a listino).	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Strumenti laparoscopici monopolari poliuso, modulari e smontabili in 2 o 3 elementi: -impugnatura -isolamento -morso operativo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	IMPUGNATURA			
	Con blocco e senza blocco	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	A compasso, a pistola, coassiale (tipo portaghi)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Modello con blocco: dotata di meccanismo di chiusura a bilanciere, attivabile con pulsante blocco/sblocco	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Dotata di ampia superficie di contatto tra anelli e mano chirurgo per utilizzo più agevole e meno faticoso	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Dotato di ampia ghiera di rotazione di facile attivazione, con buona presa e dispositivo di identificazione dell'avvenuta apertura.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Dotata di isolamento del connettore monopolare preferibilmente al di sopra dell'attacco al manico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	ISOLAMENTO			

	Diametro 5, 10 mm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezze 31, 37, 42 cm (+/- 15%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Composto di materiale plastico o in acciaio, rigido, ad alta stabilità dimensionale; termostabile; non termo restringente; resistente ai più comuni solventi; isolante (no dispersione termica); resistente alle scalfiture	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	MORSO OPERATIVO			
	Diametro 5 e 10 mm, lunghezza 31, 37 e 42 cm (+/- 15%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Meccanismo di apertura/chiusura ganasce con articolazione a scomparsa (per prevenzione "aggancio" indesiderato di tessuti o suture)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Differenti morsi operativi richiesti: es. forbici, pinze da presa, dissectori, passafili, pinze da biopsia, pinze intestinali, pinze vascolari, uncino monopolare con varie punte.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Presenza di morsi operativi isolati fino all'articolazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 22

STRUMENTARIO LAPAROSCOPICO BIPOLARE POLIUSO

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto	Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	(La ditta dovrà fornire lo stesso sconto, presentato per il lotto in oggetto, anche per ulteriori prodotti analoghi presenti a listino).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	Strumenti laparoscopici bipolari poliuso, modulari e smontabili in 2 o 3 elementi:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

- impugnatura - isolamento - morso operativo			
IMPUGNATURA			
Ergonomica, a pistola, a molla o altri modelli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Diametro 5 mm. lunghezza 22,31,42 cm (+/- 10%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dotata di ampia superficie di contatto tra anelli e mano chirurgo x utilizzo più agevole e meno faticoso.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dotato di ampia ghiera di rotazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dotata di attacco al cavo HF.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ISOLAMENTO			
Diametro 5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lunghezze 22, 31, 42 cm (+/- 15%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Composto di materiale plastico o in acciaio, rigido, ad alta stabilità dimensionale; termostabile ; non termo restringente; resistente ai più comuni solventi ; isolante (no dispersione termica); resistente alle scalfiture . Richiedere certificazione da parte dell'azienda della presenza di tutte queste caratteristiche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MORSO OPERATIVO			
Diametro 5 e 10 mm, lunghezza 22,-31, 42 cm (+/- 15%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza di inserti in ceramica all'interno dell'articolazione dei morsi.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Differenti morsi operativi richiesti: es.forbici, dissettori, pinza da presa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 23

STRUMENTARIO LAPAROSCOPICO MONOPOLARE POLIUSO DA 3,5 MM

CND:

CIG:

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	(La ditta dovrà fornire lo stesso sconto, presentato per il lotto in oggetto, anche per ulteriori prodotti analoghi presenti a listino).	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Strumenti laparoscopici monopolari poliuso, modulari e smontabili in 2 o 3 elementi: -impugnatura -isolamento -morso operativo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	IMPUGNATURA			
	A pistola (o altro modello) blocco e senza blocco.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Modello con blocco: dotata di meccanismo di chiusura a bilanciere, attivabile con pulsante blocco/sblocco, o altro meccanismo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Dotata di ampia superficie di contatto tra anelli e mano chirurgo x utilizzo più agevole e meno faticoso.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Dotato di ampia ghiera di rotazione di facile attivazione, con buon grip	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	ISOLAMENTO			
	Diametro 3,5 mm, (+/- 0, 5 mm) lunghezza 20 e 30 cm (± 4 cm)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Isolamento fino all'articolazione dei morsi.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

	Composto di materiale plastico o in acciaio, rigido, ad alta stabilità dimensionale; termostabile ; non termo restringente; resistente ai più comuni solventi ; isolante (no dispersione termica); resistente alle scalfiture	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	MORSO OPERATIVO			
	Diametro 3,5 mm ($\pm 0,5$ mm), lunghezza 20 e 29 (± 4 cm)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Meccanismo di apertura/chiusura ganasce con articolazione a scomparsa (per prevenzione "aggancio" indesiderato di tessuti o suture)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Morsi operativi richiesti: forbici, pinze da presa, dissectori, passafili, pinze da biopsia, pinze intestinali, pinze vascolari, uncino monopolare con varie punte, etc	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 24

PINZA MARYLAND MONOPOLARE

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Monouso lunghezza 300 mm ±15% , diametro 3,5 mm ±15% , completamente isolata tranne naturalmente le lame, impugnatura ergonomica, a pistola.	<div>SI</div>	<div>NO</div>	
	Confezione singola sterile.	<div>SI</div>	<div>NO</div>	

LOTTO 25**PINZA DA PRESA MONOPOLARE**

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Monouso lunghezza 300MM diametro $\pm 15\%$, 3,5 mm $\pm 15\%$, completamente isolata tranne naturalmente le lame, impugnatura ergonomica a pistola.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Confezione singola sterile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 26**FORBICI METZENBAUM MONOPOLARE**

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Monouso lunghezza 300 mm $\pm 15\%$, diametro 3,5 mm $\pm 15\%$,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	completamente isolate tranne naturalmente le lame, impugnatura ergonomica a pistola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Confezione singola sterile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 27**LAME PER RASOIO CHIRURGICO, TESTA SNODABILE**

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Lama per tricotomia da utilizzare con manipolo elettrico alimentato a batteria.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lama monopaziente, testa orientabile, assenza di contatto tra cute e lama.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	La ditta dovrà fornire gratuitamente il manipolo per l'utilizzo delle lame e caricabatteria, ed assicurare assistenza tecnica su richiesta entro 48 ore dalla stessa.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 28**LAME PER RASOIO CHIRURGICO, TESTA FISSA**

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Lama per tricotomia da utilizzare con manipolo elettrico alimentato a batteria.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lama monopaziente, testa fissa, assenza di contatto tra cute e lama.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	La ditta dovrà fornire gratuitamente il manipolo per l'utilizzo delle lame e caricabatteria, ed assicurare assistenza tecnica su richiesta entro 48 ore dalla stessa.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 29**ADESIVO CUTANEO LIQUIDO DA 0,5 ML****CND:** _____ **CIG:** _____

		Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Adesivo cutaneo liquido a base di cianoacrilati per uso esterno. Se colorato, il colorante deve essere atossico.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Confezione monouso, sterile, da 0,5 mL.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 30**ADESIVO CUTANEO LIQUIDO DA 0,2 A 0,36 ML****CND:** _____ **CIG:** _____

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Adesivo cutaneo liquido a base di cianoacrilati per uso esterno. Se colorato, il colorante deve essere atossico.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Confezione monouso, sterile, da 0,20 a 0,36 mL.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 31**ADESIVO LIQUIDO USO INTERNO DA 1 ML****CND:** _____ **CIG:** _____

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Adesivo liquido a base di cianoacrilati per uso interno.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Confezione monouso, sterile, da 1 mL.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Destinazione d'uso: chirurgia, chirurgia vascolare, endoscopia digestiva per il trattamento di varici esofagee, gastriche, duodenali e per fistole esofagee, gastriche, duodenali e pancreatiche.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 32**ADESIVO LIQUIDO USO INTERNO NEUROCHIRURGIA****CND:** _____ **CIG:** _____

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Adesivo liquido a base di cianoacrilati per uso interno.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Confezione monouso, sterile da 1 mL.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Destinazione d'uso: neurochirurgia.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 33**ADESIVO CHIRURGICO A BASE DI ALBUMINA/GLUTARALDEIDE 2 ML**

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Adesivo chirurgico a base di albumina bovina purificata e glutaraldeide con sistema di erogazione controllato.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Confezione monouso, sterile, volume minimo 2 mL.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 34**ADESIVO CHIRURGICO A BASE DI ALBUMINA/GLUTARALDEIDE 5 ML**

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Adesivo chirurgico a base di albumina bovina purificata e glutaraldeide con sistema di erogazione controllato.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Confezione monouso, sterile, volume minimo 5 mL.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	<u>Per tutti i prodotti di origine animale, è richiesto il rispetto della vigente normativa specifica.</u>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 35

DRENAGGIO TORACICO MONOCAMERA

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Camera di raccolta in materiale plastico trasparente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Capacità 2300-2500 ml circa (+/- 15%), scala graduata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Tubo di connessione al catetere toracico antistrozzamento in PVC di grado medicale o altro materiale idoneo, trasparente e di consistenza tale da non collabire quando collegato al sistema di aspirazione con raccordo conico per connessione al catetere. Forma compatta, stabile, facilmente trasportabile (maniglia per il trasporto), con sistema fissaggio al letto del paziente.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 36

DRENAGGIO PER IL TRATTAMENTO DELLE DEISCENZE ANASTOMOTICHE DEL TRATTO RETTALE

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Dispositivo assorbente e drenante, in materiale biocompatibile, da introdurre sotto guida endoscopica all'interno della fistola anatomica, connesso a tubo di drenaggio per poter mantenere il sistema in aspirazione e da camera di raccolta in materiale plastico trasparente a basso vuoto, munita di scala graduata.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 37

CATETERI PER DRENAGGIO PLEURICO

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: drenaggio di liquidi da cavità pleurica.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Catetere toracico in polietilene o altro materiale plastico medicale con fori laterali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	misure 8-9 Fr e 10-12 Fr	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza massima 50 cm \pm 20%	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Rubinetto a tre vie	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	mandrino per puntura in acciaio con punta retrattile	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 38**CATETERE PER DRENAGGIO PERCUTANEO NEONATALE**

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: drenaggio percutaneo per procedure one-step neonatale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Catetere in polietilene o altro materiale plastico medicale, pigtail con 6 fori laterali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	radiopaco	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	5-6 Fr x 20 cm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	con trocar 19G autobloccante	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 39**CATETERE PER DRENAGGIO PERCUTANEO ADULTI**

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: drenaggio percutaneo per procedure one-step adulti.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Catetere in poliuretano, pigtail, porzione distale rastremata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Fornito in confezione con raddrizzatore removibile e con ago trocar autobloccante	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

	4/5 fori laterali di forma ovale posizionati sul pigtail	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Radiopaco	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Da 8 a 12 Fr; lunghezza 25-30 cm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Sacca di raccolta di capacità 2000 ml con rubinetto di scarico, valvola unidirezionale e filtro aria.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 40

DRENAGGIO IN PVC CON AGO PREMONTATO

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue e essudati dalle ferite post-operatorie.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Tubo anti-inghinocchiamento in PVC con linea radiopaca su tutta la lunghezza	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Punta aperta, atraumatica, arrotondata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza del tubo perforato pari a 14 cm (+/- 15%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Tubo perforato in modo trasversale, non contrapposto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza 50 cm (+/- 10%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Misure da 8 a 18 Fr con ago premontato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 41**DRENAGGIO IN PVC SENZA AGO**

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenz a requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue e essudati dalle ferite post-operatorie.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Tubo anti-inginocchiamento in PVC con linea radiopaca su tutta la lunghezza	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Punta aperta, atraumatica, arrotondata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza del tubo perforato pari a 14 cm (+/- 10%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Tubo perforato in modo trasversale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza 50 cm (+/- 10%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Misure da 8 a 18 Fr senza ago premontato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 42

DRENAGGIO AD AZIONE CAPILLARE TIPO PENROSE

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto	Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue e essudati dalle ferite post-operatorie.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	In silicone o lattice di grado medicale, trasparente e linea radiopaca su tutta la lunghezza	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	Con superficie interna corrugata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	Misure 6-8-10-12-mm	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza 30/50 cm (+/- 10%)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 43

DRENAGGIO A SEZIONE TUBOLARE AGO PREMONTATO

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto	Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	In silicone di grado medicale, con linea radiopaca su tutta la lunghezza o radiopaco	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	Tubo rotondo con scanalature longitudinali nella parte distale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza 110 cm (+/- 15%)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	Misure da 10 a 19 Fr con ago premontato	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 44**DRENAGGIO A SEZIONE TUBOLARE**

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	In silicone di grado medicale, con linea radiopaca su tutta la lunghezza o radiopaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tubo rotondo con scanalature longitudinali nella parte distale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Lunghezza 110 cm (+/- 15%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Misure da 10 a 19 Fr senza ago premontato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 45**DRENAGGIO A SEZIONE PIATTA AGO PREMONTATO**

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	In silicone di grado medicale, con linea radiopaca su tutta la lunghezza o radiopatico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tubo piatto con scanalature longitudinali nella parte distale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Lunghezza 110 cm (+/- 15%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Misure 3 X 7 – 4 X 10 mm con ago premontato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 46**DRENAGGIO A SEZIONE PIATTA**

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	In silicone di grado medicale, con linea radiopaca su tutta la lunghezza o radiopatico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tubo piatto con scanalature longitudinali nella parte distale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Lunghezza 110 cm (+/- 15%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Misure 3 X 7 – 4 X 10 mm senza ago premontato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 47**DRENAGGIO TUBOLARE IN SILICONE**

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue e essudati dalle ferite post-operatorie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	In silicone di grado medicale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tubo anti-inginocchiamento trasparente con linea radiopaca su tutta la lunghezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tubo perforato in modo trasversale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Lunghezza 50 cm (+/- 10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Misure da 8/9 a 36 Fr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 48

DRENAGGIO TUBOLARE IN SILICONE CON SACCHE DI RACCOLTA

CND: _____	CIG: _____	
-------------------	-------------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	In silicone di grado medicale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Tubo anti-inghinocchiamento a sezione tonda perforato lungo 50 cm (+/- 10%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Linea radiopaca su tutta la lunghezza del tubo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Misure da 10/12 a 30 CH	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Sacca in PVC da 2000 ml con tubo in PVC lungo 90 cm circa (+/- 10%), graduata, con valvola antireflusso e sistema di svuotamento, confezionata singolarmente.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 49**DRENAGGIO A T DI KEHR**

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: drenaggio delle vie biliari	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	In materiale di grado medicale non di tipo siliconico, radiopaco, flessibile	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	A sezione rotonda.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Due bracci lunghi ciascuno 10 cm (+/- 10%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Estremità prossimale tagliata diritta	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza massima 50 cm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Misure da 9/10 a 18/19 Ch	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 50**DRENAGGIO A SEZIONE TUBOLARE E PIATTA TIPO JACKSON-PRATT CON AGO
PREMONTATO**

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue e essudati dalle ferite post-operatorie.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	In silicone di grado medicale. Tubo anti- inghinocchiamento	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

	Sezione piatta: tubo perforato a sezione piatta con scanalature interne anticollabimento lungo circa 20 cm (+/- 10%) raccordato ad un tubo a sezione rotonda; linea radiopaca sui 20 cm.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Sezione tubolare: tubo perforato lungo circa 20 cm (+/- 10%) a sezione tonda con linea radiopaca su tutta la lunghezza del tubo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza totale 110 cm (+/- 10%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Misure: diametro 3x7 e 4x10 mm e da 7 a 19 Fr	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Con ago premontato.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 51

DRENAGGIO A SEZIONE TUBOLARE E PIATTA TIPO JACKSON-PRATT

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue e essudati dalle ferite post-operatorie.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	In silicone di grado medicale. Tubo anti-inghinocchiamento	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Sezione piatta: tubo perforato a sezione piatta con scanalature interne anticollabimento lungo circa 20 cm (+/- 10%) raccordato ad un tubo a sezione rotonda; linea radiopaca sui 20 cm.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Sezione tubolare: tubo perforato lungo circa 20 cm (+/- 10%) a sezione tonda con linea radiopaca su tutta la lunghezza del tubo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza totale 110 cm (+/- 10%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Misure: diametro 3x7 e 4x10 mm e da 7 a 19 Fr	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Senza ago premontato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 52

DRENAGGIO A SEZIONE TUBOLARE E PIATTA TIPO JACKSON-PRATT CON SERBATOIO E CON AGO PREMONTATO

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue e essudati dalle ferite post-operatorie.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	In silicone di grado medicale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Tubo anti-inginocchiamento	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Sezione piatta: tubo perforato a sezione piatta con scanalature interne anticollabimento lungo circa 20 cm (+/- 10%) raccordato ad un tubo a sezione rotonda; linea radiopaca sui 20 cm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Sezione tubolare: tubo perforato lungo circa 20 cm (+/- 10%) a sezione tonda con linea radiopaca su tutta la lunghezza del tubo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza totale 110 cm (+/- 10%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Misure: diametro 3x7 e 4x10 mm e da 7 a 19 Fr	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Con ago premontato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Con serbatoio in silicone, graduato, ad aspirazione, con valvola antireflusso, volume da 200 a 400 ml.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 53

DRENAGGIO A SEZIONE TUBOLARE E PIATTA TIPO JACKSON-PRATT CON SERBATOIO

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue e essudati dalle ferite post-operatorie.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	In silicone di grado medicale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Tubo anti-inghinocchiamento	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Sezione piatta: tubo perforato a sezione piatta con scanalature interne anticollabimento lungo circa 20 cm (+/- 10%) raccordato ad un tubo a sezione rotonda; linea radiopaca sui 20 cm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Sezione tubolare: tubo perforato lungo circa 20 cm (+/- 10%) a sezione tonda con linea radiopaca su tutta la lunghezza del tubo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza totale 110 cm (+/- 10%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Misure: diametro 3x7 e 4x10 mm e da 7 a 19 Fr	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Con serbatoio in silicone, graduato, ad aspirazione, con valvola antireflusso, volume compreso tra 200 e 400 ml	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 54

DRENAGGI TROCAR $\frac{3}{4}$, CATETERE CON PUNTA CHIUSA

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di liquidi dalla cavità toracica.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Catetere toracico in PVC trasparente con linea radiopaca su tutta la lunghezza	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza 20-40 cm (+/- 10%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Cateteri con punta conica smussa chiusa da 8 a 32 CH , atraumatici	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Fori sull'estremità distale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Marcatori di profondità	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Dotati di introduttore	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 55

DRENAGGI TROCAR $\frac{3}{4}$, CATETERE CON PUNTA APERTA

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di liquidi dalla cavità toracica.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Catetere toracico in PVC trasparente con linea radiopaca su tutta la lunghezza	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Lunghezza 20-40 cm (+/- 10%)			

	Cateteri con punta aperta da 16 ch a 32 ch tagliente			
	Fori sull'estremità distale			
	Marcatori di profondità			
	Dotati di introduttore			

LOTTO 56

SISTEMA DI RACCOLTA A "SOFFIETTO"

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue ed essudati dalle ferite post-operatorie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	flacone (serbatoio) in PVC o polietilene, a soffietto, trasparente e atossico, resistente al vuoto, alla rottura e alle cadute , capacità di 500 ml, con scala graduata, dotato di molla dilatatrice per consentire un flusso di aspirazione controllato e continuo, 110/120 mm Hg valvola di non ritorno che assicuri il blocco del passaggio dei fluidi sistema di clampaggio del tubo tubo di connessione in PVC trasparente, lunghezza non inferiore a100 cm, avente nella parte distale un raccordo universale per cateteri di drenaggio di misura da Ch 6 a Ch 18 connessione prossimale con attacco a vite o luer lock (per facilitare la sostituzione dei flaconi in modo rapido e sicuro) con sistema di fissaggio.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 57

SET ASPIRAZIONE CHIRURGICA A BASSO VUOTO

CND:

CIG:

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue ed essudati dalle ferite post-operatorie.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Flacone (serbatoio) in PVC o polietilene, (rigido) "a soffietto", trasparente e atossico, resistente al vuoto, alla rottura e alle cadute	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Serbatoio capacità minimo da 200 max 500 ml, con scala graduata, dotato di molla dilatatrice per consentire un flusso di aspirazione controllato e continuo 110/120 mm Hg, valvola di non ritorno che assicuri il blocco del passaggio dei fluidi, tubo di connessione in PVC trasparente, di lunghezza non inferiore a 100 cm, avente nella parte distale un raccordo universale per cateteri di drenaggio di misura da Ch 6 a Ch 18, dotato di sistema di fissaggio, fornito completo di sacca raccolta liquidi, graduata, capacità 500 ml – 600 mL, con valvola di non ritorno.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	SACCA RACCOLTA LIQUIDI			
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue ed essudati dalle ferite post-operatorie.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Realizzata in PVC di grado medicale, capacità 500 – 600 ml, graduata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Trasparente almeno da un lato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Dotata di rubinetto di scarico e valvola antireflusso	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Corredata di un tubo in PVC di grado medicale, anti-inginocchiamento, trasparente, lunghezza non inferiore 90 cm, con raccordo universale per drenaggi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
--	-----------------------------	-----------------------------	--

LOTTO 58

DRENAGGI PRETAGLIATI IN SILICONE, SEZIONE ROTONDA

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto	Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Drenaggi silicone di grado medicale, diritti, sezione rotonda, lunghezza cm 50. Punta aperta, presenza di fori laterali e di linea radiopaca.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	Misure : Ch 12, 15, 18, 21/22, 24, 27/28, 30	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	Devono essere offerte almeno n. 6 misure nel range	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	Sterili, monouso, confezione singola	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

LOTTO 59

SACCA PER DRENAGGI IN PVC – raccordo universale

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto	Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue ed essudati dalle ferite post-operatorie.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

	Realizzata in PVC di grado medicale, capacità 500 – 600 ml, graduata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Trasparente almeno da un lato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Dotata di rubinetto di scarico, valvola antireflusso, con raccordo universale per drenaggi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 60

SET PER TORACENTESI

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di liquidi corporei.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Sacca di raccolta in PVC da 2000 ml, graduata, con valvola di non ritorno e rubinetto di scarico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Tubo di collegamento in PVC di lunghezza 90 cm (+/- 10%) con raccordo luer lock	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Siringa 50-60 ml cono luer lock confezionata singolarmente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Serie di aghi 14-16-19G lunghezza 55-80 mm confezionati singolarmente e sterilmente.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Rubinetto a tre vie	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 61**SET PER TORACENTESI CON AGO PREMONTATO**

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di liquidi corporei.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Composto da: ago mandrinato da 16 Ga, premontato su catetere in poliuretano.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Siringa da 50/60 ml cono luer lock e sacca di raccolta da 2000 ml.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Presenza di indicatore che evidenzia la presenza dell'ago in cavità pleurica.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	In confezione singola sterile.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 62**SET PER PARACENTESI**

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di liquidi corporei.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Sacca di raccolta in PVC da 7000-8000 ml, graduata, con valvola di non ritorno e rubinetto di scarico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Tubo di collegamento in PVC di lunghezza 90 cm con raccordo luer lock	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

	Siringa 50-60 ml cono luer lock confezionata singolarmente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Ago 14-16 G lunghezza 50-100 mm confezionati singolarmente	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Rubinetto a tre vie	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 63
SET PER PERICARDIOCENTESI

CND: _____ **CIG:** _____

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta del fluido pericardico.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Catetere 6-8 Fr 40 cm (+/- 10%)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Sacca di raccolta 1000-2000 ml con tubo e rubinetto di scarico	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Rubinetto a 3 vie	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Ago 18 G, lunghezza 9-15 cm, a parete sottile	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Filo guida a J lungo 70-150 cm	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Dilatatore 6-9 F	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 64

DISPOSITIVO DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di liquidi organici aspirati.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Contenitore in polietilene con coperchio rigido saldato, capacità da 1/1,2 a 3 litri. Il sistema deve permettere la possibilità di collegamento al vuoto, al paziente e in tandem. Deve essere presente sistema di protezione, sistema di sicurezza costituito da una valvola di non ritorno o un meccanismo di troppo pieno che eviti la risalita di liquidi e da un filtro antibatterico. Porta di campionamento dell'aspirato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 65

FLACONE DI RACCOLTA AD ALTO VUOTO

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue ed essudati dalle ferite post-operatorie.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Flacone (serbatoio) in PVC, rigido, trasparente e atossico, resistente al vuoto, alla rottura e alle	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

	cadute capacità di 600 ml con scala graduata, ad alto vuoto per consentire un flusso di aspirazione costante, rapido e continuo, valvola di non ritorno che assicuri il blocco del passaggio dei fluidi, sistema di clampaggio del tubo;			
	Tubo di connessione in PVC di lunghezza non inferiore a 100 cm, avente nella parte distale un raccordo universale per cateteri di drenaggio di misura da Ch 6 a Ch 18, connessione prossimale luer lock (per facilitare la sostituzione dei flaconi in modo rapido e sicuro)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 66

SERBATOIO DI RACCOLTA AD ASPIRAZIONE

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: raccolta di sangue ed essudati dalle ferite post-operatorie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Realizzato in silicone di grado medicale o materiale equivalente, capacità da 200 a 400 ml, graduato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Presenza di valvola antireflusso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dispositivo per creazione vuoto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Adattatore per tubi di drenaggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dotato di sistema di fissaggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Confezione singola sterile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 67

CANNULA DI ASPIRAZIONE TIPO YANKAUER

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: aspirazione di secrezioni e/o sangue durante gli interventi chirurgici.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Cannula in PVC di grado medicale, punta distale arrotondata, atraumatica, con presenza di foro di controllo dell'aspirazione.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	punta mini: diametro interno mm 2.50, esterno CH 12; con 2 fori laterali in punta	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	punta maxi: diametro interno 5.50 mm, esterno CH 22; con 4 fori laterali in punta	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	punta maxi plus: diametro interno 6.50, esterno CH 28; con 4 fori laterali in punta	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	lunghezza minima cm 25.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Tolleranza del diametro interno $\pm 10\%$.			
	In confezione singola sterile			

LOTTO 68

SET CANNULA DI ASPIRAZIONE TIPO YANKAUER CON TUBO

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: aspirazione di secrezioni e/o sangue durante gli interventi chirurgici.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Cannula in PVC di grado medicale, punta distale arrotondata, atraumatica, senza foro di controllo dell'aspirazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	punta maxi: diametro interno 5.50 mm, esterno CH 22; con 4 fori laterali in punta, lunghezza minima cm 25	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Tubo di collegamento da m 3 in PVC di grado medicale preassemblato alla cannula, internamente liscio, trasparente, antischiacciamento e antingnocchiamento, con connessione terminale femmina/femmina	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Tolleranza del diametro interno $\pm 10\%$.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	In confezione singola sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 69

SET DI ASPIRAZIONE TIPO POOLE CON TUBO

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: aspirazione di secrezioni e/o sangue durante gli interventi chirurgici.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Cannula in PVC di grado medicale composta da due parti: interna diametro 18/20 Ch, esterna diametro 30/36 Ch, rigida con fori laterali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

	multipli, cannula interna dotata di sistema di connessione con la cannula esterna, lunghezza minima cm 25.			
	Tubo di collegamento non inferiore a 200 cm, in PVC di grado medico preassemblato alla cannula, internamente liscio, trasparente, antischiacciamento e antingnocchiamento, con connessione terminale femmina/femmina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	In confezione singola sterile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 70

TUBO DI CONNESSIONE

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Destinazione d'uso: aspirazione di secrezioni e/o sangue durante gli interventi chirurgici.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tubo in PVC di grado medico internamente liscio, trasparente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Antischiacciamento e antingnocchiamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Disponibile in tre Lunghezze 2-3-4 metri \pm 20%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Connessione terminale femmina/femmina - femmina/maschio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Diametro esterno Ch 25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	In confezione singola sterile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 71**DRENAGGIO TORACICO E POST-OPERATORIO -DRENAGGIO SCANALATO
(TIPO SPIRAL DRAIN)**

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto	Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Drenaggio in silicone, grado medicale, apirogeno, con profilo scanalato a spirale, radiopaco. Corpo solido senza foratura con lunghezza 30 cm. Disponibile anche con ago guida. Diverse misure: 7, 10, 12, 15, 19 CH.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LOTTO 72**KIT DI DRENAGGIO PERCUTANEO**

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto	Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Kit di drenaggio percutaneo costituito da:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ago percutaneo tipo Verres in acciaio con indicatore di sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Catetere percutaneo, lunghezza 40 cm \pm 10% con doppia valvola unidirezionale integrata;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cannula di drenaggio radiopaca in PU, 9 e 12 CH;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Attacco per connessione a linea per il controllo remoto del drenaggio:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Adattatore luer lock / maschio per connessioni a drenaggio toracico o sacca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sacca di raccolta da 2000 ml graduata, con valvola anti-reflusso, rubinetto per lo svuotamento e filtro aria.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LOTTO 73

TELO CHIRURGICO cm 45 X 75 cm

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto	Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Telo chirurgico idrorepellente in tnt, sterile, ad uno strato, cm 45 x 75 ± 10 %.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

LOTTO 75

TELI CHIRURGICI PER INCISIONE TRASPARENTI ADESIVI

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto	Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	I telini chirurgici da incisione devono essere in membrana o film di poliuretano o materiale con caratteristiche equivalenti, adesivi, trasparenti, sterili, impermeabili all'acqua e permeabili all'aria, conformabili ed ipoallergenici. L'adesione alla cute deve impedire la migrazione batterica.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	Misure ad offerta obbligatoria:		
	- telo chirurgico adesivo trasparente sterile per incisione cm 35 x 35 ± 10%	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	- telo chirurgico adesivo trasparente sterile per incisione cm 45 x 60 ± 10%	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	- telo chirurgico adesivo trasparente sterile per incisione cm 55 x 85 ± 10%	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	- telo chirurgico trasparente sterile cm 40 x 40 ± 10 % con apertura adesiva	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

	cm 10 x 12 ± 10%, con foro di diametro di 6,5 cm.			
--	---	--	--	--

LOTTO 76

TELI CHIRURGICI IODATI PER INCISIONE

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	I telini chirurgici da incisione devono essere in membrana o film di poliuretano, o materiale con caratteristiche equivalenti, adesivi, sterili a raggi gamma, impermeabili all'acqua e permeabili all'aria, conformabili ed ipoallergenici. L'adesione alla cute deve impedire la migrazione batterica.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Misure ad offerta obbligatoria, relative all'area adesiva minima:			
	telo chirurgico adesivo sterile per incisione cm 35 x 35 ± 10 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	telo chirurgico adesivo sterile per incisione cm 45 x 60 ± 10 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	telo chirurgico adesivo sterile per incisione cm 55 x 85 ± 10 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 77**TELI CHIRURGICI PER INCISIONE CON ANTIBATTERICO (NON IODATI)**

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	I telini chirurgici da incisione devono essere in membrana o film di poliuretano, adesivi, sterili, impermeabili all'acqua e permeabili all'aria, conformabili ed ipoallergenici. L'adesione alla cute deve impedire la migrazione batterica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Misure ad offerta obbligatoria:			
	telo chirurgico adesivo sterile per incisione cm 35 x 60 ± 10 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	telo chirurgico adesivo sterile per incisione cm 45 x 90 ± 10 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 78**PINZA CHIRURGICA STANDARD**

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Pinza chirurgica retta monouso misura 14 cm ±10%, presenza di codice colore sullo strumento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Strumento confezionato sterile, singolarmente e confezione dotata di etichette adesive per la tracciabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 79**PINZA ANATOMICA STANDARD**

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Pinza anatomica retta monouso misura 14 cm $\pm 10\%$, presenza di codice colore sullo strumento.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Strumento confezionato sterile, singolarmente e confezione dotata di etichette adesive per la tracciabilità.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 80**KIT SUTURA STERILE MONOUSO**

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	contenente:			
	- PINZA CHIRURGICA ADSON, retta 12 cm $\pm 10\%$	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	- PORTA AGHI MAYO-HEGAR, 12 cm $\pm 10\%$	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	- FORBICE METZENBAUM PUNTE SMUSSE, retta 14 cm $\pm 10\%$	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Kit sterile, presenza di codice colore sugli strumenti.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Strumenti confezionati sterilmente, confezione dotata di etichette adesive per la tracciabilità.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 81**PORTAGHI MAYO-HEGAR****CND:****CIG:**

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Portaghi Mayo-Hegar monouso, misura 14 cm circa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Strumento confezionato sterile, singolarmente.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 82**FORBICE CHIRURGICA RETTA****CND:****CIG:**

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Forbice chirurgica retta monouso, punte smusse, misura 14 cm circa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Strumento confezionato sterile, singolarmente.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 83**CAUTERI MONOUSO A BASSA TEMPERATURA****CND:** _____**CIG:** _____

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Cauteri sterili monouso per emostasi e cauterizzazione di vasi, autoalimentati.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Temperatura di lavoro 600°C, punta fine.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 84**CAUTERI MONOUSO AD ALTA TEMPERATURA****CND:** _____**CIG:** _____

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Cauteri sterili monouso per emostasi e cauterizzazione di vasi, autoalimentati.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Temperatura di lavoro 1.200 °C, punta fine.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 85

NASTRI PER REPERTAMENTO VASI

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Laccio per repertamento vasi in silicone di grado medicale, o altro materiale idoneo, radiopaco, elastico, liscio e flessibile, in confezione sterile.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Utilizzabili per l'occlusione atraumatica, la retrazione e l'identificazione di arterie, vene, nervi, tendini, ureteri ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Richieste quattro differenti colorazioni (bianco, blu, rosso, giallo) e due differenti misure.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Latex free	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Misure indicative:			
	<ul style="list-style-type: none"> larghezza 1,5 - 2 mm lunghezza almeno 40 cm 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> larghezza 2,5 - 3 mm lunghezza almeno 40 cm 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 86

PENNE DERMOGRAFICHE

CND:	CIG:	
-------------	-------------	--

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Penne dermografiche per uso chirurgico, con punta media e fine, sterili, inchiostro atossico, asportabile con comuni detergenti ma indelebile ai disinfettanti non irritante e resistente sulla pelle per tutta la durata dell'intervento; corredate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	di decimetro.			
	Le confezioni devono essere singole, monouso.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 87

CONTENITORE STERILE CONTA AGHI CON SINGOLO MAGNETE

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto	Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	monouso a chiusura con dispositivo per il distacco per le lame che garantisca sicurezza per l'operatore, magnete singolo e spugna conta aghi.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

LOTTO 88

CONTENITORE STERILE CONTA AGHI CON DOPPIO MAGNETE

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto	Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	monouso a chiusura con dispositivo per il distacco per le lame che garantisca sicurezza per l'operatore; doppio magnete o spugna conta aghi.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

LOTTO 89**SACCA PER CONTENIMENTO VISCERI ADDOMINALI**

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Materiale biocompatibile , cm 50 X 50 cm $\pm 10\%$, da utilizzarsi negli interventi chirurgici per isolamento dell'intestino tenue.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Confezione monouso, sterile.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 90**SACCHETTO PER RACCOLTA PEZZI CHIRURGICI DIAMETRO 5 mm**

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Sacchetto in poliuretano, per uso laparoscopico, possibilità di chiusura in addome, con cappio manovrabile dall'esterno.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Stelo compatibile con strumenti da mm 5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Misura cm 6 x 15 con una tolleranza del $\pm 10\%$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sterile, monouso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LOTTO 91**TAPPETINO MAGNETICO PER STRUMENTI CHIRURGICI**

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Tappetino con magneti interni, ricoperto in silicone, flessibile, per trattenere strumenti chirurgici, poliuso, autoclavabile, superficie piana e regolare.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Misure indicative: cm 35 x 35 \pm 15 %, spessore 5 mm \pm 10 %.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 93**BISTURI MONOUSO STERILE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA**

CND:	CIG:
-------------	-------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Bisturi monouso, sterile, lama in acciaio ad uso chirurgico, con meccanismo di sicurezza attivabile con una sola mano, integrato nel manico, dotato di avviso sonoro avvenuto blocco. Impugnatura ergonomica con zigrinatura antiscivolo.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Disponibilità di ampia gamma di figure della lama.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Confezione primaria singola, sterile, apertura facilitata, sufficientemente robusta da evitare tagli accidentali del packaging per il mantenimento della sterilità.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Presenza di immagine della figura della lama e del codice sulla confezione.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

LOTTO 94**COPRICLAMPS MONOUSO**

CND: _____	CIG: _____
-------------------	-------------------

		Presenza requisito richiesto		Note (specificare dove reperire nella documentazione tecnica quanto affermato)
	Latex free, sterili, monouso, radiopache: uso copertura di punte delle clamps in acciaio inossidabile degli strumenti chirurgici per ridurre il trauma di vasi e tessuti clampati.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Disponibilità di differenti misure (indicative 2.5 - 5.0- 7.5 mm) e almeno tre colori.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	