

	<p align="center"><b>SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO</b></p>	<p>STP: 39 MENTOR BREAST IMPLANTS</p> <hr/> <p>Pagina 1 di 4</p>
---	---	--

**DEFINIZIONE DEL PRODOTTO:**      **PROTESI DI PROVA MAMMARIA IN GEL DI  
SILICONE CONTOUR PROFILE "LOW"- a  
Profilo Moderato Plus**

**CPG™ 312**

**FABBRICANTE:**                              **MENTOR Medical Systems B.V., NL**

**DITTA DISTRIBUTRICE:**                      **Johnson&Johnson Medical S.p.a**

**STABILIMENTO DI PRODUZIONE:**      **MENTOR Medical Systems B.V., Leiden NL**



**MARCHIO:**



**CODICI DI RIFERIMENTO E MISURE:**

Catalogo	Vol.	Diam.	Altez.	Proiez.	Repertorio
RSZ0907	125 cc	9,0 cm	8,0 cm	3,8 cm	127364
RSZ0957	145 cc	9,5 cm	8,4 cm	4,0 cm	127374
RSZ1007	170 cc	10,0 cm	8,8 cm	4,2 cm	127376
RSZ1057	195 cc	10,5 cm	9,3 cm	4,4 cm	127388
RSZ1107	225 cc	11,0 cm	9,7 cm	4,7 cm	127389
RSZ1157	255 cc	11,5 cm	10,2 cm	4,9 cm	127390
RSZ1207	290 cc	12,0 cm	10,6 cm	5,1 cm	127392
RSZ1257	330 cc	12,5 cm	11,1 cm	5,3 cm	127393
RSZ1307	370 cc	13,0 cm	11,5 cm	5,5 cm	127394
RSZ1357	415 cc	13,5 cm	12,0 cm	5,7 cm	127395
RSZ1407	465 cc	14,0 cm	12,4 cm	5,9 cm	127396
RSZ1457	515 cc	14,5 cm	12,8 cm	6,1 cm	127397
RSZ1507	570 cc	15,0 cm	13,3 cm	6,3 cm	127399
RSZ1607	690 cc	16,0 cm	14,2 cm	6,8 cm	127402

	<p align="center"><b>SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>STP: 39</b> <b>MENTOR</b> <b>BREAST IMPLANTS</b></p> <hr/> <p><b>Pagina 2 di 4</b></p>
---	---	--

#### **PARTI COLARITA' DEL PRODOTTO:**

- Protesi di prova in gel, per protesi mammarie, costituita da involucro liscio in elastomero di silicone, riempito con soluzione in gel di silicone, per la pre-determinazione dei volumi delle protesi da inserire.
- La stampigliatura, posta nella parte anteriore del sizer, semplifica l'individuazione del volume e del modello di protesi da inserire.
- **Per uso temporaneo intraoperatorio**

#### **COMPONENTI PRINCIPALI:**

- Involucro in elastomero di silicone
- Gel di silicone

#### **PRINCIPALI MATERIALI IMPIEGATI:**

- Elastomero di silicone
- Gel di silicone

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Le protesi di prova mammaria Contour Profile® *Low a Profilo Moderato Plus* - CPG 312 , è un dispositivo costituito da involucro in elastomero di silicone e riempito di gel di silicone, destinato all'impiego **intraoperatorio temporaneo** nella tasca mammaria preparata chirurgicamente. La protesi di prova in gel consente di stabilire il volume corretto della protesi mammaria prima di procedere all'impianto sulla paziente. L'involucro liscio della protesi di prova con gel è costituito da strati reticolari sovrapposti in elastomero di silicone , ciascuno collegato al precedente con legami crociati per conferire al dispositivo elasticità e resistenza. ***La protesi di prova con gel è fornita in confezione sterile. Puo' essere sterilizzata a 10 volte.***
- *La protesi di prova anatomica Contour Profile Low a Profilo Moderato Plus CPG 312 è disponibile in 14 diverse dimensioni con volumi di riempimento nominali che variano da 125 cc. a 690 cc. I misuratori devono essere utilizzati per facilitare esclusivamente la determinazione del volume delle protesi da impiantare.*

#### **CONTROINDICAZIONI**

La protesi di prova mammaria non è da intendersi una protesi impiantabile permanente e reca la scritta "Non Impiantabile"

 <p>MENTOR® PART OF THE <del>Johnson-Johnson</del> FAMILY OF COMPANIES</p>	<p align="center"><b>SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>STP: 39</b> <b>MENTOR</b> <b>BREAST IMPLANTS</b></p> <hr/> <p><b>Pagina 3 di 4</b></p>
---	---	--

**PRECAUZIONI:**

- La protesi di prova mammaria deve essere attentamente esaminata per accertarne l'integrità strutturale, prima e durante l'intervento chirurgico.
- Per prevenire la contaminazione del dispositivo e le possibili complicanze è indispensabile attenersi a una rigorosa osservanza delle tecniche di pulizia asepsi. Prima di manipolare il misuratore in gel, gli strumenti chirurgici e i guanti devono essere sciacquati e liberati da qualsiasi agente contaminante.
- La protesi di prova mammaria potrebbe rompersi mentre è ancora calda dopo il trattamento in autoclave. Maneggiare con cura per non rischiare di danneggiarla
- Dopo il trattamento in autoclave è possibile che nel gel si formino delle bolle di aria che tuttavia non alterano l'integrità o la funzionalità del misuratore.
- Dopo essere stato sterilizzato e utilizzato 10 volte il misuratore deve essere smaltito

**AVVERTENZE.**

- Eseguire sempre una pulizia preliminare del misuratore in gel sotto acqua corrente fredda **subito** dopo l'uso
- Non sterilizzare il misuratore in gel più di dieci (10) volte
- Non sterilizzare con ossido di etilene (EtO)
- NON inserire né tentare di riparare una protesi di prova in gel danneggiata.

**CONDIZIONI DI FORNITURA E DI CONSERVAZIONE:**

- Confezionamento in doppio involucro sterile apirogeno
- Conservare in luogo fresco ed asciutto

**STERILIZZAZIONE E VALIDITA' DEL PRODOTTO:**

Sterile:	<b>Si</b>	Risterilizzabile:	<b>Si</b>
Validità:	<b>5 anni</b>	Monouso:	<b>No</b>

**METODO DI STERILIZZAZIONE:**      A CALORE SECCO

 <p>MENTOR® PART OF THE <del>Johnson-Johnson</del> FAMILY OF COMPANIES</p>	<p>SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO</p>	<p>STP: 39 MENTOR BREAST IMPLANTS</p> <hr/> <p>Pagina 4 di 4</p>
---	---------------------------------------	--

## MODALIT A' DI PULIZ IA, DIS INFEZIONE E STERILIZZAZIONE DELLA PROTESI DI PROVA

### Primo Uso:

La protesi di prova mammaria viene fornita sterile, quindi non deve essere pulita, disinfettata o sterilizzata prima dell'uso iniziale.

### Utilizzi successivi:

Seguire attentamente le istruzioni contenute nel foglietto per gli utilizzatori inclusa in ogni confezione .

### METODO DI RISTERILIZZAZIONE:

In autoclave utilizzando una procedura convalidata di sterilizzazione a vapore:

ciclo standard: a 121 ° C per 20 minuti

ciclo opzionale: a 134° C per 18 minuti

**Nota:** *in caso di sospetta contaminazione da prioni o virus, la protesi di prova mammaria in gel deve essere scartata*

### ENTE NOTIFICATO:

N. 0123

### LATEX FREE:

Si

CLASSE di APPARTENENZA ai sensi della Direttiva 93/42/CEE (Dlgs 46/97): IIa

### CODICE CND:

V030204

### MODALIT A' D'IMPIEGO E AVVERTENZE:

*Vedi Foglio illustrativo (13157)*

**Data ultimo aggiornamento: 05/05/2018**

**Business Unit MENTOR**