



**DEFINIZIONE DEL PRODOTTO:**      **PROTESI      MAMMARIA      ROTONDA  
TESTURIZZATA - Profilo Moderato**

**FABBRICANTE:**      **MENTOR Medical Systems B.V., NL**

**DITTA DISTRIBUTRICE:**      **Johnson&Johnson Medical S.p.A.**

**MARCHIO:**



**CODICI DI RIFERIMENTO E MISURE:**

**NID**

3541007	Vol. 100cc. - diam. 8,8cm., proiezione. 2,5cm.	124387
3541257	Vol. 125cc. - diam. 9,3cm., proiezione. 2,8cm.	124390
3541507	Vol. 150cc. - diam. 10,2cm., proiezione. 2,7cm.	124391
3541757	Vol. 175cc. - diam. 10,7cm., proiezione. 2,8cm.	124392
3542007	Vol. 200cc. - diam. 11,2cm., proiezione. 2,8cm.	124393
3542257	Vol. 225cc. - diam. 11,4cm., proiezione. 3,0cm.	124395
3542507	Vol. 250cc. - diam. 11,5cm., proiezione. 3,3cm.	124396
3542757	Vol. 275cc. - diam. 12,4cm., proiezione. 3,4cm.	124397
3543007	Vol. 300cc. - diam. 12,6cm., proiezione. 3,5cm.	124398
3543257	Vol. 325cc. - diam. 12,9cm., proiezione. 3,6cm.	124399
3543507	Vol. 350cc. - diam. 13,4cm., proiezione. 3,7cm.	124401
3543757	Vol. 375cc. - diam. 13,4cm., proiezione. 3,8cm.	124402
3544007	Vol. 400cc. - diam. 13,5cm., proiezione. 3,9cm.	124404
3544507	Vol. 450cc. - diam. 13,9cm., proiezione. 4,1cm.	124405
3545007	Vol. 500cc. - diam. 14,2cm., proiezione. 4,3cm.	124406
3545507	Vol. 550cc. - diam. 14,8cm., proiezione. 4,4cm.	124408
3546007	Vol. 600cc. - diam. 15,4cm., proiezione. 4,5cm.	124409
3547007	Vol. 700cc. - diam. 16,8cm., proiezione. 4,3cm.	124410
3548007	Vol. 800cc. - diam. 17,2cm., proiezione. 4,6cm.	124411

	<p align="center"><b>SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>STP: 16</b> <b>MENTOR- BREAST IMPLANTS</b></p> <hr/> <p><b>Pagina 2 di 3</b></p>
---	---	--

### **PARTICOLARITA' DEL PRODOTTO:**

- Involucro costituito da elastomero in silicone di grado medicale con una struttura composta da tre strati: Methyl, Phenyl e Methyl ad effetto barriera antitrasudamento, più uno strato aggiuntivo relativo alla testurizzazione
- Gel di silicone di grado medicale con livello di **coesività I**
- Profilo Moderato
- Coperta dalla “Lifetime Replacement Policy” e dalla “PatientCare Promise”- per ulteriori informazioni si prega di far riferimento agli opuscoli informativi e ai documenti disciplinanti il programma e la garanzia.
- **Disponibilità di protesi di prova (Sizers), che coprono tutte le misure, risterilizzabili fino a 10 volte.**

### **COMPONENTI PRINCIPALI:**

- Involucro in elastomero di silicone di grado medicale testurizzato
- Gel di silicone di grado medicale con livello di coesività I

### **PRINCIPALI MATERIALI IMPIEGATI:**

- Elastomero di silicone di grado medicale
- Gel di silicone di grado medicale con livello di coesività I

### **TESTURIZZAZIONE:**

- Sistema di testurizzazione a stampo Siltex™, che non utilizza cristalli di sale o zucchero, che consente di ottenere una superficie delle protesi riproducibile e atta a prevenire l'accumulo di fluidi corporei sulla stessa.
- MISURA PORI PER INCH = 100 PPI (Range 80-110 PPI)

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Le protesi mammarie Siltex®, a bassa trasudazione, riempite con gel, sono impianti mammari in elastomero di silicone. Per conferire alla protesi la necessaria elasticità l'involucro è costituito da strati reticolari sovrapposti di elastomero di silicone. L'involucro Siltex® è testurizzato per fornire una superficie discontinua per l'interfaccia con il collagene. La testurizzazione (che crea la “rugosità” esterna della protesi) riduce l'incidenza di contrattura capsulare periprotetica.

### **DESTINAZIONE D'USO:**

- Per procedure di mastoplastica additiva e ricostruttiva

	<p align="center"><b>SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>STP: 16</b> <b>MENTOR- BREAST IMPLANTS</b></p> <hr/> <p><b>Pagina 3 di 3</b></p>
---	---	--

**CONDIZIONI DI FORNITURA E DI CONSERVAZIONE:**

- Confezionamento in doppia busta sterile.
- Confezione singola con sistema a doppio involucro sterile apirogeno
- Prodotto da conservare in luogo fresco ed asciutto.

**NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE: 1**

**STERILIZZAZIONE E VALIDITA' DEL PRODOTTO:**

Sterile:	Si	Risterilizzabile:	No
Validità:	5 ANNI	Monouso:	Si

**METODO DI STERILIZZAZIONE:** A CALORE SECCO

**METODO DI RISTERILIZZAZIONE:** NON RISTERILIZZABILE

**ENTE NOTIFICATO:** N. 0123

**LATEX FREE:** SI

**CLASSE di APPARTENENZA ai sensi della Direttiva 93/42/CEE (Dlgs 46/97): III**

**CODICE CND:** P060101

**MODALITA' D'IMPIEGO E AVVERTENZE:**

Vedi Foglio illustrativo (10605-05)

**Data ultimo aggiornamento: 31/03/2015**  
**Business Unit MENTOR**

*In fede,*



**Marzia Molinari**  
**Marketing Manager**  
**Infection Prevention, Plastic, Breast & Ents**