

**DEFINIZIONE DEL PRODOTTO:**
**PROTESI MAMMARIA ROTONDA  
TESTURIZZATA - Profilo Moderato Plus**
**FABBRICANTE:**
**MENTOR Medical Systems B.V., NL**
**DITTA DISTRIBUTRICE:**
**Johnson & Johnson Medical S.p.A.**
**MARCHIO:**

**CODICI DI RIFERIMENTO E MISURE**
**NID**

3541001	Vol. 100cc. - diam. 8,1cm., proiezione. 2,7cm	124444
3541251	Vol. 125cc. - diam. 8,8cm., proiezione. 2,9cm	124456
3541501	Vol. 150cc. - diam. 9,4cm., proiezione. 3,0cm	124457
3541751	Vol. 175cc. - diam. 10,0cm., proiezione. 3,2cm	124459
3542001	Vol. 200cc. - diam. 10,5cm., proiezione. 3,3cm	124460
3542251	Vol. 225cc. - diam. 10,9cm., proiezione. 3,5cm	124463
3542501	Vol. 250cc. - diam. 11,3cm., proiezione. 3,6cm	124464
3542751	Vol. 275cc. - diam. 11,7cm., proiezione. 3,7cm	124465
3543001	Vol. 300cc. - diam. 12,0cm., proiezione. 3,7cm	124466
3543251	Vol. 325cc. - diam. 12,3cm., proiezione. 3,8cm	124469
3543501	Vol. 350cc. - diam. 12,6cm., proiezione. 3,8cm	124471
3543751	Vol. 375cc. - diam. 12,9cm., proiezione. 3,9cm	124473
3544001	Vol. 400cc. - diam. 13,2cm., proiezione. 4,0cm	124475
3544501	Vol. 450cc. - diam. 13,7cm., proiezione. 4,1cm	124476
3545001	Vol. 500cc. - diam. 14,1cm., proiezione. 4,2cm	124477
3545501	Vol. 550cc. - diam. 14,4cm., proiezione. 4,4cm	124493
3546001	Vol. 600cc. - diam. 14,7cm., proiezione. 4,5cm	124480
3547001	Vol. 700cc. - diam. 15,7cm., proiezione. 4,8cm	124482
3548001	Vol. 800cc. - diam. 16,6cm., proiezione. 5,0cm	124485

	<p align="center"><b>SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>STP: 17</b> <b>MENTOR- BREAST IMPLANTS</b></p> <hr/> <p><b>Pagina 2 di 3</b></p>
---	---	--

#### **PARTICOLARITA' DEL PRODOTTO:**

- Involucro costituito da elastomero in silicone di grado medicale con una struttura composta da tre strati: Methyl, Phenyl e Methyl ad effetto barriera antitrasudamento, più uno strato aggiuntivo relativo alla testurizzazione
- Gel di silicone di grado medicale con livello di coesività I
- Profilo Moderato Plus
- Coperta dalla "Lifetime Replacement Policy" e dalla "PatientCare Promise"- per ulteriori informazioni si prega di far riferimento agli opuscoli informativi e ai documenti disciplinanti il programma e la garanzia.
- **Disponibilità di protesi di prova (Sizers), che coprono tutte le misure, risterilizzabili fino a 10 volte.**

#### **COMPONENTI PRINCIPALI:**

- Involucro in elastomero di silicone di grado medicale testurizzato
- Gel di silicone di grado medicale con livello di coesività I

#### **PRINCIPALI MATERIALI IMPIEGATI:**

- Elastomero di silicone di grado medicale
- Gel di silicone di grado medicale con livello di coesività I

#### **TESTURIZZAZIONE:**

- Sistema di testurizzazione a stampo Siltex™, che non utilizza cristalli di sale o zucchero, che consente di ottenere una superficie delle protesi riproducibile e atta a prevenire l'accumulo di fluidi corporei sulla stessa.
- MISURA PORI PER INCH = 100 PPI (Range 80-110 PPI)

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Le protesi mammarie Siltex®, a bassa trasudazione, riempite con gel, sono impianti mammari in elastomero di silicone. Per conferire alla protesi la necessaria elasticità l'involucro è costituito da strati reticolari sovrapposti di elastomero di silicone. L'involucro Siltex® è testurizzato per fornire una superficie discontinua per l'interfaccia con il collagene. La testurizzazione (che crea la "rugosità" esterna della protesi) riduce l'incidenza di contrattura capsulare periprotetica.

#### **DESTINAZIONE D'USO:**

- Per procedure di mastoplastica additiva e ricostruttiva

	<p align="center"><b>SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>STP: 17</b> <b>MENTOR- BREAST IMPLANTS</b></p> <hr/> <p><b>Pagina 3 di 3</b></p>
---	---	--

**CONDIZIONI DI FORNITURA E DI CONSERVAZIONE:**

- Confezionamento in doppia busta sterile.
- Confezione singola con sistema a doppio involucro sterile apirogeno
- Prodotto da conservare in luogo fresco ed asciutto.

**NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE: 1**

**STERILIZZAZIONE E VALIDITA' DEL PRODOTTO:**

Sterile:	Si	Risterilizzabile:	No
Validità:	5 ANNI	Monouso:	Si

**METODO DI STERILIZZAZIONE:** A CALORE SECCO

**METODO DI RISTERILIZZAZIONE:** NON RISTERILIZZABILE

**ENTE NOTIFICATO:** N. 0123

**LATEX FREE:** SI

**CLASSE di APPARTENENZA ai sensi della Direttiva 93/42/CEE (Dlgs 46/97): III**

**CODICE CND:** P060101

**MODALITA' D'IMPIEGO E AVVERTENZE:**

Vedi Foglio illustrativo (10605-05)

**Data ultimo aggiornamento: 31/03/2015**

**Business Unit MENTOR**

*In fede,*



**Marzia Molinari**  
**Marketing Manager**  
**Infection Prevention, Plastic, Breast & Ents**