


DEFINIZIONE DEL PRODOTTO:
**PROTESI MAMMARIA ROTONDA
TESTURIZZATA - Alto Profilo**
FABBRICANTE:
MENTOR Medical Systems B.V., NL
DITTA DISTRIBUTRICE:
Johnson&Johnson Medical S.p.A.
MARCHIO:

CODICI RIFERIMENTO E MISURE:
NID

3544125	Vol. 125cc. -diam. 8,4 cm., proiezione. 3,6cm	143060
3544150	Vol. 150cc. -diam. 8,9 cm., proiezione. 3,8cm	143072
3544175	Vol. 175cc. -diam. 9,4 cm., proiezione. 4,0cm.	143074
3544200	Vol. 200cc. -diam. 9,9 cm., proiezione. 4,1cm.	143076
3544225	Vol. 225cc. -diam. 10,2cm., proiezione. 4,3cm.	143079
3544250	Vol. 250cc. -diam. 10,5cm., proiezione. 4,5cm.	143080
3544275	Vol. 275cc. -diam. 10,9cm., proiezione. 4,6cm.	143081
3544300	Vol. 300cc. -diam. 11,1cm., proiezione. 4,7cm.	143083
3544325	Vol. 325cc. -diam. 11,5cm., proiezione. 4,8cm.	143085
3544350	Vol. 350cc. -diam. 11,7cm., proiezione. 4,9cm.	143086
3544375	Vol. 375cc. -diam. 12,0cm., proiezione. 5,0cm.	143088
3544400	Vol. 400cc. -diam. 12,3cm., proiezione. 5,1cm.	143089
3544425	Vol. 425cc. -diam. 12,5cm., proiezione. 5,2cm	143091
3544450	Vol. 450cc. -diam. 12,7cm., proiezione. 5,2cm	143093
3544500	Vol. 500cc. -diam. 13,2cm., proiezione. 5,4cm	143094
3544550	Vol. 550cc. -diam. 13,5cm., proiezione. 5,6cm	143095
3544600	Vol. 600cc. -diam. 14,0cm., proiezione. 5,7cm	143097
3544650	Vol. 650cc. -diam. 14,3cm., proiezione. 5,8cm	143099
3544700	Vol. 700cc. -diam. 14,7cm., proiezione. 6,0cm	143101
3544800	Vol. 800cc. -diam. 15,4cm., proiezione. 6,3cm	143102

	<p align="center">SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO</p>	<p>STP: 18 MENTOR- BREAST IMPLANTS</p> <hr/> <p>Pagina 2 di 3</p>
---	---	--

PARTICOLARITA' DEL PRODOTTO:

- Involucro costituito da elastomero in silicone di grado medicale con una struttura composta da tre strati: Methyl, Phenyl e Methyl ad effetto barriera antitrasudamento, più uno strato aggiuntivo relativo alla testurizzazione
- Gel di silicone di grado medicale con livello di **coesività I**
- Alto profilo
- Coperta dalla **“Lifetime Replacement Policy”** e dalla **“PatientCare Promise”** - per ulteriori informazioni si prega di far riferimento agli opuscoli informativi e ai documenti disciplinanti il programma e la garanzia.
- **Disponibilità di protesi di prova (Sizers), che coprono tutte le misure, risterilizzabili fino a 10 volte.**

COMPONENTI PRINCIPALI:

- Involucro in elastomero di silicone di grado medicale testurizzato
- Gel di silicone di grado medicale con livello di coesività I

PRINCIPALI MATERIALI IMPIEGATI:

- Elastomero di silicone di grado medicale
- Gel di silicone di grado medicale con livello di coesività I

TESTURIZZAZIONE:

- Sistema di testurizzazione a stampo Siltex™, che non utilizza cristalli di sale o zucchero, che consente di ottenere una superficie delle protesi riproducibile e atta a prevenire l'accumulo di fluidi corporei sulla stessa.
- MISURA PORI PER INCH = 100 PPI (Range 80-110 PPI)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Le protesi mammarie Siltex® e a superficie liscia, a bassa trasudazione, riempite con gel, sono impianti mammari in elastomero di silicone. Per conferire alla protesi la necessaria elasticità l'involucro è costituito da strati reticolari sovrapposti di elastomero di silicone. L'involucro Siltex® è testurizzato per fornire una superficie discontinua per l'interfaccia con il collagene. La testurizzazione (che crea la “rugosità” esterna della protesi) riduce l'incidenza di contrattura capsulare periprotetica.

DESTINAZIONE D'USO:

- Per procedure di mastoplastica additiva e ricostruttiva

	<p align="center">SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO</p>	<p>STP: 18 MENTOR- BREAST IMPLANTS</p> <hr/> <p>Pagina 3 di 3</p>
---	---	--

CONDIZIONI DI FORNITURA E DI CONSERVAZIONE:

- Confezionamento in doppia busta sterile.
- Confezione singola con sistema a doppio involucro sterile apirogeno
- Prodotto da conservare in luogo fresco ed asciutto.

NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE: 1

STERILIZZAZIONE E VALIDITA' DEL PRODOTTO:

Sterile:	Si	Risterilizzabile:	No
Validità:	5 ANNI	Monouso:	Si

METODO DI STERILIZZAZIONE: A CALORE SECCO

METODO DI RISTERILIZZAZIONE: NON RISTERILIZZABILE

ENTE NOTIFICATO: N. 0123

LATEX FREE: SI

CLASSE di APPARTENENZA ai sensi della Direttiva 93/42/CEE (Dlgs 46/97): III

CODICE CND: P060101

MODALITA' D'IMPIEGO E AVVERTENZE:

Vedi Foglio illustrativo (10605-05)

Data ultimo aggiornamento: 31/03/2015

Business Unit MENTOR

In fede,



Marzia Molinari
Marketing Manager
Infection Prevention, Plastic, Breast & Ents