aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2021-0103335
del 17/12/2021

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, data del protocollo

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI
tel. 010/548 8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Enrico MANZONE
tel. 010/548 8554
e-mail: enrico.manzone@regione.liguria.it

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite piattaforma telematica Sintel, per la fornitura in noleggio quinquennale di sistemi completi per colonne endoscopiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di due anni con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.

Lotti: 12 - Numero gara: 8273123. ID Sintel n. 145609760

RISPOSTA QUESITO TECNICO POST RETTIFICA E PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A seguito della ricezione del quesito tecnico sotto riportato pervenuto successivamente alla rettifica della documentazione di gara di cui al Decreto Dirigenziale n. 7463/2021, che segnalava la possibile restrizione della concorrenza a seguito della modifica di una specifica tecnica relativa ai lotti 10 e 11 e non essendo stato possibile acquisire il necessario parere del Tavolo Tecnico regionale entro il termine di cui all'art. 79 comma 3 lett. a) Codice, si comunica che il termine ultimo di presentazione delle offerte viene posticipato a ***giovedì 30 dicembre 2021, ore 12:00****.*
Seguirà pubblicazione della rettifica delle specifiche tecniche e del provvedimento di ulteriore proroga.

Quesito ID Sintel 48613523 del 13 dicembre 2021

1. In riferimento al Lotto 10 punto 3) VIDEOURETERORENOSCOPIO FLESSIBILE Si segnala che la richiesta "Diametro distale: MASSIMO 1,5 mm (6.6 fr)" introdotta con l'ultima rettifica del capitolato identifica un'unica azienda. Si richiede quindi la rimozione di tale caratteristica.
2. In riferimento al Lotto 11 punto 3) VIDEOURETERORENOSCOPIO FLESSIBILE Si segnala che la richiesta "Diametro distale: MASSIMO 1,5 mm (6.6 fr)" identifica un'unica azienda. Si richiede quindi, come per il Lotto 10, la rimozione di tale caratteristica.

Risposta

1 e 2. La Commissione Tecnica condivide il rilievo e pertanto il Capitolato viene modificato depennando la specifica del "*diametro distale: MASSIMO 1,5 mm (6.6 fr)"* da tutti i VIDEOURETERORENOSCOPI FLESSIBILI.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Tiziana TAZZOLI