



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0156065
del 23/02/2022

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta, svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per l'affidamento della fornitura di "Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica" (lotti deserti) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 28 – gara n. 8406360. Id Sintel: 150550629
Risposta a richieste chiarimenti

1) Quesito n. 1

Materiale lotto 15 e lotto 24: è possibile offrire prodotti in titanio anziché acciaio?

Risposta:

No. I prodotti devono essere offerti nei materiali indicati nel Capitolato.

2) Quesito n. 2

Confermate che il valore annuale presunto dei lotti da prendere come riferimento per il requisito di capacità economica è pari all'importo a base d'asta quadriennale (di cui alla tabella 1 del disciplinare) diviso 4?

Risposta:

Si conferma

3) Quesito n. 3

LOTTO 4: Si richiede alla SA di riformulare il modello economico M6 al lotto 4 aggiungendo un'ulteriore riga per poter indicare correttamente le condizioni economiche delle viti a stabilità angolare e tradizionali. Si evidenzia come le viti a stabilità angolare e le viti standard abbiano prezzi di listino differenti a causa di diverse caratteristiche tecniche e prestazionali pertanto si ritiene necessaria un'ulteriore riga nel prospetto per una migliore e più corretta offerta economica da parte di più Aziende concorrenti.

Risposta:

Si accoglie, il Modello M6 Dettaglio prezzi unitari verrà rettificato come richiesto.

LOTTO 25: Al fine di garantire una più ampia partecipazione di più operatori economici, si richiede alla SA di considerare la caratteristica tecnica "rondella piatta su entrambi i lati" e/o "piatte su un lato e coniche dall'altro". Si ritiene stringente la sola indicazione "piatte su un lato e coniche dall'altro".

Risposta:

La richiesta non è accoglibile in quanto se la rondella è piatta da entrambi i lati non accoglie bene la testa della vite.

LOTTO 11: Si richiede alla SA di riformulare il modello economico M6 al lotto 11 aggiungendo un'ulteriore riga per poter indicare correttamente le condizioni economiche delle viti di differente tipologia. Si evidenzia come le richieste abbiano prezzi di listino differenti a causa di diverse caratteristiche tecniche e prestazionali pertanto si ritiene necessaria un'ulteriore riga nel prospetto per una migliore e più corretta offerta economica da parte di più Aziende concorrenti.

Risposta:

Si accoglie, il Modello M6 Dettaglio prezzi unitari verrà rettificato come richiesto.

LOTTO 12: Si segnala alla SA una discrepanza tra le caratteristiche minime richieste e l'impianto tipo richiesto. Nelle caratteristiche si richiedono placche a compressione meccanica in acciaio a 2 fori, 4 fori, multiforo. Nell'impianto tipo si richiede placca a 6 fori. Non siamo a conoscenza di placche a 6 fori a compressione meccanica sul mercato.

Risposta:

Il Modello M6 Dettaglio prezzi unitari verrà rettificato prevedendo nel Dispositivo standard "placca 4 fori".

4) Quesito n. 4

si chiede di confermare se l'importo a base d'asta per il lotto 11 sia corretto

Risposta:

Si conferma

Il Dirigente RUP

Dott. Luigi Moreno Costa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate