



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE**  
**ORGANIZZAZIONE**



aoorig - r\_liguri - Regione Liguria  
Prot-2022-0998074  
del 12/09/2022

**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**REGIONALE**

Dirigente Responsabile  
Dott. Riccardo Zanella - tel. 010.5488536  
e-mail: [riccardo.zanell@regione.liguria.it](mailto:riccardo.zanell@regione.liguria.it)  
Funzionario Referente  
Dott.ssa Isabella Levreri tel. 010/548 8549  
e-mail: [isabella.levreri@regione.liguria.it](mailto:isabella.levreri@regione.liguria.it)

Spett.li Ditte

Oggetto: Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in service di un sistema automatico completo per l'allestimento in fase liquida di campioni citologici cervico-vaginali (pap test) ed extra vaginali ed un sistema per la citoinclusione di campioni citologici in fase liquida per le U.O.C. di Anatomia Patologica della Regione Liguria, CIG lotto unico 9361667400, gara n. 8680693.

Richieste di chiarimenti pervenute entro l'08/09/2022 alle ore 12.00, in esito all'indizione ID 158142115 pubblicata con Decreto n. 5089 del 11/08/2022.

N.	art. / pagg. di riferimento	Oggetto dell'osservazione (ove applicabile, precisare Lotto e prodotto)	risposte commissione Esperti/SUAR
1	DISC	si chiede la possibilità di allegare, tra la documentazione tecnica, le sole Dichiarazioni di conformità e Certificazioni CE rilasciate da organismi terzi, in lingua originale inglese	Si conferma la possibilità di presentare Dichiarazioni di conformità e Certificazioni CE rilasciate da organismi terzi, in lingua originale inglese

2	Art 4. Paragrafo A	<p>Con riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale, Art 4. Paragrafo A. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE, sottoparagrafo I. "In una configurazione standard ed unica per tutte le strutture regionali di Anatomia Patologica", si richiede di confermare il punto come refuso essendo indicato in Art. 8 Apparecchiature, in Art. 12 paragrafo a) ed in Art. 13 caratteristiche a punteggio, la possibilità di offrire distinte strumentazione in base ai carichi di lavoro, identificate dalla stazione appaltante come "alta fascia" e "media fascia", chiaramente nel rispetto e mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche di minima richieste.</p>	<p>Trattasi effettivamente di refuso. Nelle configurazioni previste agli artt. 8, 12, 13.</p>
3	Art 4. Paragrafo A	<p>Con riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale, Art 4. Paragrafo A. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA STRUMENTAZIONE, sottoparagrafo K : "In grado di interfacciarsi bidirezionalmente [...]", si richiede di confermare che tale caratteristica sia da riferirsi con applicazione funzionale ai sistemi strumentali di alta fascia richiesti per i Servizi di centralizzazione HUB di Screening.</p>	<p>L'interfacciamento bidirezionale della strumentazione descritta all'art. 4 è da riferirsi ai soli sistemi strumentali per i Servizi di centralizzazione HUB di Screening.</p>

IL DIRIGENTE RUP  
Dott. Riccardo Zanella

