arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0017743.24-11-2017

Alisa
Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel.010-5488536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Francesca De Martini tel.010-5488543
e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

OGGETTO: **procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 60 D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i., per l'affidamento della fornitura di sistemi per l'automonitoraggio della glicemia e dispositivi correlati per i pazienti diabetici delle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di anni 4 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 5. Numero gara 6893703.**

Risposta ai quesiti pervenuti fino al 24/11/2017.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

QUESITO N. 1

DOMANDA 1a:

Con riferimento ai requisite di capacita' economica e finanziaria da indicare nel DGUE parte IV B, per il quale nel Disciplinare di gara si chiede di indicare il "fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2014 - 2016" (pagina 5 "Disciplinare") - e considerato che, nello stesso DGUE, per l'indicazione del fatturato si fa espresso riferimento agli esercizi commerciali - si chiede di chiarire se, per una societa' estera che chiude il proprio esercizio commercial al 31 marzo di ciascun anno, possa farsi riferimento agli ultimi tre esercizi commerciali (e quindi al fatturato medio annuo relative agli esercizi 01/04/2014 - 31/03/2015, 01/04/2015 - 31/03/2016 e 01/04/2016 - 31/03/2017)

RISPOSTA 1a:
In questo caso, si fa riferimento agli ultimi tre esercizi commerciali.

****

DOMANDA 1b:

Per ognuno dei lotti n. 1 - 2 e 3 (strumenti e strisce reattive) si chiede di sapere quanti strumenti in "comodato d'uso" sono richiesti nei Quattro anni

RISPOSTA 1b:
La quantità **annuale stimata** di glucometri in comodato d'uso è per il lotto 1 - 4.500, per il lotto 2 - 5.500 e per il lotto 3 - 50.000.

****

DOMANDA 1c:
Per i lotti 1 - 2 e 3 (Strumenti glicemia e strisce reattive):
Per quanto riguarda la "documentazione scientifica" (reports per aderenza dei Sistemi (strumenti e strisce reattive) a DIN ISO 15197:2013) si chiede se puo' essere fornita in ligua inglese oppure e' necessario tradurre tutto in lingua italiana.

RISPOSTA 1c:
la documentazione scientifica può essere fornita in lingua inglese.

****

DOMANDA 1d:
Per i lotti 1 - 2 e 3 (Strumenti glicemia e strisce reattive)

"per i lotti 1,2,3 copia del fascicolo tecnico sulla base del quale l'Organismo autorizzato dale Autorita' competenti dei vari Stati ha emesso la valutazione di conformita' ai requisiti ISO 15197:2013" (pagina 7 del Discipilinare di Gara").
Si chiede la conferma di poter presentare il fascicolo tecnico "originale" in Inglese o Tedesco.

RISPOSTA 1d:
Copia del fascicolo tecnico potrà essere presentata in inglese, allegando la traduzione in italiano dei paragrafi inerenti le caratteristiche essenziali e quelle soggette a valutazione previste nel Capitolato tecnico.

QUESITO N. 2

DOMANDA 2:
La presente per chiedere cortesemente se l'invio del CD-ROM è obbligatorio o può essere sostituito da chiavette dotate di sufficiente memoria (per noi molto più compatibili con i ns mezzi informatici).
RISPOSTA 2:
E' ammessa la chiavetta dotata di sufficiente memoria.

QUESITO N. 3

DOMANDA 3:
in merito alla compilazione del **DGUE - Parte IV, Sezione B, Punti 1a), 1b) e Parte IV, Sezione C, Punto 1b)** - relativo alla procedura in oggetto, si desidera porre il seguente chiarimento:
1) La nostra società non ha a disposizione i dati relativi al fatturato ed alle forniture principali dell'ultimo triennio, essendo società di nuova costituzione che ha iniziato la propria attività nel gennaio 2017 acquisendo il ramo di azienda da un'altra società, cessione con la quale le sono stati trasferiti i requisiti di qualificazione di carattere economico e finanziario in quanto strettamente connessi all'attività propria del ramo ceduto. Si chiede, pertanto, gentile conferma che possano essere inseriti i dati relativi al fatturato ed alle principali forniture del Socio Unico.
RISPOSTA 3:
Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria (**Parte IV, Sezione B, Punti 1a), 1b) e Punti 2a), 2b)),** si ritiene che il fatturato del Socio Unico possa provarla adeguatamente.
Per quanto riguarda la capacità tecnica e professionale (**Parte IV, Sezione C, Punto 1b),** si ritiene sufficiente la descrizione dell'organigramma utilizzato per l'esecuzione della fornitura (Allegato XVII

"Mezzi di prova dei criteri di selezione" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Parte II: Capacità tecnica, punto b) e l'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto (Allegato XVII "Mezzi di prova dei criteri di selezione" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Parte II: Capacità tecnica, punto d).

QUESITO N. 4

DOMANDA 4:

Ai fini della compilazione, richiesta dal Disciplinare di Gara (pag. 5), della **Parte IV, D del DGUE** (*Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale*), si chiede di chiarire quanto segue:

- in merito alla certificazione relativa ai "sistemi di garanzia della qualità", quali siano le specifiche norme di garanzia della qualità a cui si debba far riferimento;
- laddove si richiede la presentazione di certificati attestanti il rispetto di determinati "sistemi o norme di gestione ambientale", poiché la documentazione di Gara non prevede specificamente l'applicazione di norme di gestione ambientale, se possa darsi risposta "*non applicabile*" al relativo quesito in detta sezione del DGUE

RISPOSTA 4:

Per il primo punto, ISO 9001:2015 e/o ISO 13485:2016.
Per il secondo punto, se non si è in possesso di tali certificati, si risponde no e non applicabile.

IL DIRIGENTE RUP
Dott. Riccardo Zanella