ARS_LIGURIA.ARS.RU.U.0003328.13-05-2014

Dirigente RUP: Dott. Riccardo ZANELLA - 010 548.8536
riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Riccardo CAPITANI – 010.548.8540
riccardo.capitani@regione.liguria.it

Genova, 13/05/2014

Prot. n°. 3328

OGGETTO: **gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l'acquisizione in service di sistemi infusionali occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. – Lotti n. 5. Numero gara: 5355464.**
Risposte ai quesiti pervenuti fino a tutto il 12/05/2014 – Dal n. 35 al n. 40.

In risposta ai sottoelencati quesiti, formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

QUESITO N. 35

DOMANDA:

(rif. 3234/2014)

Nell'istanza di partecipazione **"Allegato F1"**, si richiede, al punto 2) di compilare **l'allegato F8** per **ciascuno dei soggetti previsti dall'art. 38 comma 1 lettere b) e c).** L'allegato F8 prevede al primo punto la dichiarazione relativa ai controlli antimafia. **L'art. 85, comma 2 bis del D.Lgs. 159/2011** prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., anche al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza. Nel caso di presenza nella società di un collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza, il modello F8 deve essere rilasciato dagli amministratori e anche dai sindaci e dai soggetti facenti parte dell'organismo di vigilanza?

RISPOSTA:

Si conferma che il Modello F8 deve essere compilato solo dai soggetti indicati all'art.38, comma 1, lett. b) e c).

QUESITO N. 36

DOMANDA:

(rif. 3234/2014)

Vista la complessità della gara e le eventuali variazioni derivante dai chiarimenti, che influiscono sulla predisposizione dell'offerta stessa, si chiede la cortese proroga della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerta medesima.

RISPOSTA:

Con apposito atto in corso di adozione, la data di scadenza per la presentazione delle offerte sarà prorogata al 06/06/2014.

QUESITO N. 37

All'interno della **Sezione A – Capitolato Tecnico – Pag. 7 di 50 – LOTTO** 2 – Par. 3: Deflussore Completamente Privo di PVC **Sottoparagrafo 3.3** Richiesta Punto d'iniezione-
(Rif. 3248.2014)

DOMANDA:

Trattandosi di un deflussore per la somministrazione di farmaci altamente critici, salvavita e nella maggior parte di essi, incompatibili alla miscelazione con altri farmaci o sostanze, l'utilizzo di un punto di infusione, come da voi richiesto, può portare alla miscelazione di farmaci incompatibili.
Verranno accettate offerte di deflussori totalmente privi di punti d'iniezione ?

RISPOSTA:
(rif. 3312/2014)

Verranno accettate anche offerte di deflussori totalmente privi di punti d'iniezione.
Sono in corso di rettifica il Capitolato Tecnico e l'Allegato F4-Bis.

QUESITO N. 38

All'interno del **LOTTO 5 – pag. 20 di 50 – Paragrafo 5**: Deflussore completamente privo di PVC Sottoparagrafo 5.3 Richiesta Punto d'iniezione-
(Rif. 3248.2014)

DOMANDA:

Trattandosi di un deflussore per la somministrazione di farmaci altamente critici, salvavita e nella maggior parte di essi, incompatibili alla miscelazione con altri farmaci o sostanze, l'utilizzo di un punto di infusione, come da voi richiesto, può portare alla miscelazione di farmaci incompatibili.
Verranno accettate offerte di deflussori totalmente privi di punti d'iniezione ?

RISPOSTA:
(rif. 3312/2014)

Verranno accettate anche offerte di deflussori totalmente privi di punti d'iniezione.
Sono in corso di rettifica il Capitolato Tecnico e l'Allegato F4-Bis.

QUESITO N. 39

All'interno del **Lotto 3** par. 2 pag. 12 di 50
(Rif. 3248.2014)

DOMANDA:

All'interno del **Lotto 3 par. 2 pag. 12 di 50**, si richiede se il set/serbatoio debba collegarsi direttamente al punto di accesso del paziente, e se vi sia una lunghezza minima della prolunga per permetterle di raggiungere facilmente codesto accesso.

RISPOSTA:
(rif. 3312/2014)

Si conferma quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

QUESITO N. 40

(Rif. 3234 e 3248.2014)

DOMANDA:

Vista la complessità della procedura in oggetto, che comporta importanti valutazioni di tipo logistico, economico, strategico per la nostra Spett.le Azienda ma che coinvolgono entrambe le parti, si chiede di avere una proroga della data di scadenza di presentazione delle offerte.

RISPOSTA:

Con apposito atto in corso di adozione, la data di scadenza per la presentazione delle offerte sarà prorogata al 06/06/2014.

Si ricordano i recapiti dei funzionari della Centrale incaricati della presente procedura:

Dirigente RUP: Dott. Riccardo ZANELLA - 010.548.8536 - riccardo.zanella@regione.liguria.it;
Funzionario referente: Dott. Riccardo CAPITANI – 010.548.8540 - riccardo.capitani@regione.liguria.it .

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RUP
(Dott. Riccardo ZANELLA)