

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010.548.8561

email: [luigimoreno.costa@regione.liguria.it](mailto:luigimoreno.costa@regione.liguria.it)

Funzionario referente: Dott. Mauro Vestri tel. 010.548.8556

email: [mauro.vestri@regione.liguria.it](mailto:mauro.vestri@regione.liguria.it)

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura della Sostanza Medicinale Sevoflurano – Gas - Flaconi 250 ml – comprensiva di vaporizzatori e relativa manutenzione full-risk – occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi ventiquattro (con opzione di rinnovo per ulteriori mesi dodici) – Lotto unico. Numero gara 6187293. Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata.**

Il giorno 13/04/2016, alle ore 14:00 presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 6° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 58 del 07/03/2016 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:


COGNOME	Nome	Incarico e struttura	Qualifica
Brunetto	Dott. Brunello	Direttore S.C. Anestesia - Rianimazione Ospedale di Savona e Cairo Montenotte - A.S.L. n. 2 Savonese	in qualità di Componente
Caocci	Dott. Fabio	Collaboratore Professionale Sanitario Esperto S.C. Servizio Prevenzione e Protezione - A.S.L. n. 3 Genovese	in qualità di Componente
Panetta	Dott.ssa Eleonora	Farmacista Dirigente Servizio di Farmacia - IRRCS G. Gaslini Genova	In qualità di Componente

E' presente il dott. Luigi Moreno COSTA della Centrale RUP della procedura, assistito dal dr. Mauro Vestri - Collaboratore amministrativo esperto della Centrale, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione,

La Commissione Giudicatrice procede, in via preliminare, ad operare la scelta del proprio Presidente nella persona del dott. Brunello BRUNETTO.

Il Presidente, sentito il RUP, puntualizza che le buste tecniche, nel lasso di tempo intercorrente dalla apertura alla data odierna sono state custodite in armadio chiuso a chiave, in luogo chiuso.

Il RUP ricorda ai presenti che il Disciplinare di gara ed i relativi allegati prevedono che la procedura verrà esperita con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponderando perciò l'elemento prezzo con i parametri di qualità definiti in sede di Capitolato Tecnico e che ai parametri di qualità sono assegnati per l'unico lotto 30 punti.



m.h.

## Centrale Regionale di Acquisto

La Commissione per razionalizzare i propri lavori stabilisce di effettuare la valutazione della documentazione, procedendo per singole offerte, e verificando le offerte tecniche pervenute nella seguente successione in ordine alfabetico:

Ditte
<b>Abbvie S.R.L. – Strada Regionale 148 Pontina Km 52, Snc - 04011 Campoverde di Aprilia (LT)</b>
<b>Baxter S.P.A. – Piazzale dell'Industria, 20 – 00144 – Roma</b>
<b>Piramal Critical Care Italia S.P.A. – Via XXIV Maggio, 62/a – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)</b>

In via preliminare, si inizia la verifica e l'analisi della documentazione presente.

Si evidenzia che al punto 1 di pag. 7 del Capitolato Tecnico era richiesto che le Ditte offerenti "dovranno attestare la compatibilità dei vaporizzatori oggetto di fornitura in uso gratuito con le apparecchiature per anestesia presenti nelle Sale Operatorie delle diverse Aziende Sanitarie ed Ospedaliere", così come ribadito dalla risposta al quesito n. 6 (prot. n. 10894 del 10/12/15)

La Ditta Baxter S.P.A. risulta non aver attestato la compatibilità citata e aver inserito un documento composto da n. 5 pagine dove due diverse Ditte (Drager e GE Healthcare) produttrici di ventilatori attestano che il Sevoflurano prodotto dalla Baxter risulta compatibile con l'utilizzo di vaporizzatori da loro commercializzati (Tec 5 e Tec 7 e con le cassette Aladin per la GE Healthcare), mentre la Ditta Maquet dichiara cessato il supporto alle famiglie di prodotti Servo Ventilator 900, Kion/-I a far data dal 31/03/2012.

Nulla è rinvenuto nell'offerta della ditta Baxter circa la compatibilità dei vaporizzatori oggetto di fornitura in uso gratuito con le apparecchiature per anestesia presenti nelle Sale Operatorie delle diverse Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

Pertanto, la Commissione esclude la Ditta in questione dal prosieguo della presente procedura di gara.

La Commissione interrompe i propri lavori, che saranno ripresi in data da definirsi.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale agli atti della Centrale.

La seduta è tolta alle ore 18:10.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice:

Il Presidente: Dott. Brunello BRUNETTO

I Componenti: Dott. Fabio CAOCCI

Dr.ssa Eleonora PANETTA

Il Segretario: Dott. Mauro VESTRI

Il RUP

Dott. Luigi Moreno COSTA