
AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA tel. 0105488536
E-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Referenti: Sig.a Loredana LOTTI tel. 010.5488546
E-mail: loredana.lotti@regione.liguria.it
Sig. Roberto BORETTI tel. 010.5488535
E-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it

Prot. n. RU/5967 del 06/03/2020

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, tramite piattaforma telematica SinTel, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo per anestesia e rianimazione - AREA RESPIRATORIA – ALTRI DISPOSITIVI – LOTTI NON AGGIUDICATI" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e della Valle d'Aosta per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12). Lotti n. 127 - Numero gara 7652862

Errata corrige, precisazioni e avviso di proroga termini

Chiarimento 48 - ERRATA CORRIGE

SCHEDA 4 – CIRCUITO PER CPAP

- a) Viene richiesto un tubo di collegamento paziente generatore di flusso ed un raccordo a T oppure a Y, si chiede di precisare se il raccordo deve essere posto al centro del tubo.
- b) Il circuito viene richiesto in confezione sterile, si chiede se tutto il circuito (tubo raccordo e valvola PEEP) deve essere confezionato in un kit sterile oppure può essere fornito il tubo con raccordo sterile e la valvola PEEP non sterile.
- c) Elementi soggetti a valutazione e relativa attribuzione di punteggio:
 - Termoregolazione: Verranno assegnati 5 punti alla termoregolazione, la richiesta però non è per tubo termoregolato, si chiede di precisare se trattasi di un refuso e quindi di modificare attribuzione dei 5 punti.
 - Confezionamento: viene assegnato 1 punto alla voce "pronto prelievo del prodotto" si chiede di precisare cosa si intende, avendo il dispositivo una certa dimensione non è consentito il confezionamento con un cartone provvisto di sistema di prelievo.

Risposta:

- a) *Sì, il raccordo deve essere posto al centro del tubo.*
- b) *Non si accoglie, si conferma il requisito di sterilità previsto Capitolato.*
- c) *Alla voce "pronto prelievo del prodotto" verrà valutata la facilità di accesso al prodotto. Il parametro "termoregolazione" sarà stralciato ed il relativo punteggio redistribuito*

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Chiarimento 49 - ERRATA CORRIGE

SCHEDA 5 – CIRCUITO PER CPAP MONOUSO CON PALLONE RESERVOIR

- a) Il circuito viene richiesto in confezione sterile, si chiede se tutto il circuito (tubo raccordo, pallone e valvola PEEP) deve essere confezionato in un kit sterile oppure può essere fornito il tubo con raccordo sterile e la valvola PEEP non sterile.
- b) Elementi soggetti a valutazione e relativa attribuzione di punteggio:
Confezionamento: viene assegnato 1 punto alla voce “pronto prelievo del prodotto” si chiede di precisare cosa si intende, avendo il dispositivo una certa dimensione non è consentito il confezionamento con un cartone provvisto di sistema di prelievo.

Risposta:

- a) *Non si accoglie, si conferma il requisito di sterilità previsto Capitolato.*
- b) *Alla voce “pronto prelievo del prodotto” verrà valutata la facilità di accesso al prodotto. Il parametro “termoregolazione” sarà stralciato ed il relativo punteggio redistribuito*

PRECISAZIONI:

SCHEDA – 16 TUBO ENDOTRACHEALE CON ASPIRAZIONE DELLO SPAZIO SUBGLOTTICO

A seguito di ulteriore disamina dei quesiti pervenuti, il Tavolo Tecnico ritiene opportuno apportare modifiche sostanziali alla scheda tecnica. A seguito della revisione delle caratteristiche tecnico-prestazionali e della composizione del Lotto si rende necessario procedere a nuova ricognizione dei fabbisogni ed alla definizione di una nuova base d'asta. Viene pertanto stabilito di stralciare il lotto 16 dalla presente procedura per rinviarlo a successiva gara.

SCHEDA – 65 CATETERI PER PRELIEVO BRONCHIALE PROTETTO/LAVAGGIO BRONCO ALVEOLARE (BAL) SENZA BRONCOSCOPIO

Si rende noto che l'U.O. Farmacia dell'Istituto Giannina Gaslini, con nota acquisita agli atti di questa Centrale con prot. n. 5949 del 06/03/2020, ha segnalato la necessità di rettificare il fabbisogno a suo tempo comunicato per il Lotto 65 - CATETERI PER PRELIEVO BRONCHIALE PROTETTO/LAVAGGIO BRONCO ALVEOLARE (BAL) SENZA BRONCOSCOPIO, quantificato per mero errore in n. 13040 pezzi/anno anziché n. 1340 pezzi/anno. A seguito della correzione, ferma restando la quota unitaria, sarà modificata anche la base d'asta complessiva del lotto.

Si avvisa, che il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte è stato prorogato a **Martedì 31 marzo 2020 alle ore 14,00 e che la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa è stata fissata per il giorno **Lunedì 06 Aprile 2020 alle ore 9,00** presso gli uffici di A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto in Via G. D'Annunzio n. 64 Genova 2° piano.**

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Si comunica inoltre che il termine per la presentazione di richiesta chiarimenti e/o osservazioni non verrà prorogato, pertanto ulteriori richieste non saranno più elaborate.

A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Riccardo Zanella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate