Dirigente responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA tel. 010 849 2536
email: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Riccardo CAPITANI tel. 010 849 2577
email: riccardo.capitani@regione.liguria.it

Genova, 22/04/2013

Prot. n° 1857

OGGETTO: gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia in ambito ospedaliero occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno – Lotti n. 3. Importo presunto di gara € 1.350.686,00 (IVA esclusa). Numero gara: 4860799.
CIG Lotto 1 49482110E5
CIG Lotto 2 4948216504
CIG Lotto 3 4948226D42
Risposte ai quesiti pervenuti fino al 22/04/2013.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto, si rappresenta quanto segue:

QUESITO N.10

DOMANDA: Con riferimento al disciplinare di gara, pagina 6, paragrafo 3 "documentazione tecnica" al punto 7 (copia del fascicolo tecnico sulla base del quale l'Organismo autorizzato dalle Autorità competenti dei vari stati ha emesso il certificato CE e/o dichiarazione del medesimo Organismo contenente gli esiti (valori numerici) dei controlli di qualità e delle prove di performance analitiche previste dalla Norma ISO 15197. Detti valori numerici relativi a precisione, accuratezza, analisi di regressione debbono coincidere con quelli riportati nell' allegato F4) il fascicolo tecnico richiesto, si può allegare nella versione originale in lingua Inglese come utilizzato per la richiesta di marchiatura CE?

RISPOSTA: Può essere allegata la versione originale in lingua inglese.

QUESITO N.11

DOMANDA: Con riferimento all'allegato F4, pagina 6, sezione "Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio" al punto A (Gestione delle interferenze

dovute a galattosio, in base a quanto dichiarato all'allegato F4), la valutazione dell'interferenza da Bilirubina va considerata a livelli fisiologici?

RISPOSTA: *Per un mero refuso l'allegato F4 al rigo A del lotto n. 2 comprende nelle caratteristiche soggette a valutazione l'assenza di interferenza da bilirubina (p. 6).*
L'assenza da interferenza da bilirubina è considerata per detto lotto, insieme alla assenza di interferenza da maltosio, requisito essenziale pena esclusione. Ciò risulta chiaramente sia dal capitolato tecnico, sia dalla precedente p. 5. Il rigo corretto è il seguente:

A	Gestione delle interferenze dovute a galattosio	Assenza di interferenza dai parametri indicati.	☐ assenza interferenza da galattosio = 5 punti ☐ nessuna assenza = 0 punti

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.TO (Dott. Riccardo ZANELLA)