

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA tel. 0105488536
E-mail: luigimorano.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Sig.a Loredana Lotti tel. 010.5488546
E-mail: loredana.lotti@regione.liguria.it
Sig. Roberto Boretti tel. 010.5488535
E-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it

Genova, 25/02/2016

Prot. n. 2155 RU

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo per anestesia e rianimazione e cateteri venosi centrali occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e Valle D'Aosta" per un periodo di mesi 36 (con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12) - AREA VASCOLARE E LOCO-REGIONALE - Lotti 68
Numero gara 6293862
Risposta ai quesiti di carattere tecnico pervenuti al 11/02/2016.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati a questa Centrale in ordine alla gara, si rappresenta quanto segue:

QUESITO N. 16

DOMANDA

LOTTO 68 ELETTRODO MONOUSO PREGELLATO NEONATALE

Abbiamo notato che il fabbisogno maggiore riguarda l'Ospedale yyyyy, xxxxxx fornisce da anni degli utilizzatori la tipologia di elettrodo richiesta nella versione radiopaca, chiediamo quindi conferma che si tratta realmente di elettrodi radiotrasparenti (nel quale si devono considerare anche i costi).
Sempre tenuto conto quanto detto per l'Ospedale yyyy, chiediamo la possibilità di offrire un elettrodo in tessuto spugnoso che abbiamo riscontrato nelle incubatrici ha una elevata adesività inoltre, qualora confermate che l'elettrodo deve essere radiotrasparente chiediamo la possibilità di offrire il cavetto con un unico colore

RISPOSTA

Il lotto 68 sarà revocato e sarà incluso in successiva gara dedicata agli elettrodi.

QUESITO N. 17

DOMANDA

Per tutte tre le voci che compongono il lotto 27 la base d'asta è insufficiente, e non permetterà la partecipazione di una pluralità di concorrenti pregiudicando una serena valutazione degli aspetti qualitativi che invece sono parte integrante di questa procedura e nello specifico del lotto in questione. Si richiede pertanto una rimodulazione dei valori a base d'asta, suggerendone fin da ora l'adeguamento ritenuto equo e soddisfacente del +50% su ognuna delle singole voci a, b e c.

RISPOSTA

Si accoglie l'osservazione e si provvederà a modificare gli importi previsti a base d'asta.

In particolare le basi d'asta variano come segue:

Sub a) da € 7,00 a € 13,00

Sub b) da € 14,00 a € 19,00

Sub c) da € 21,00 a € 32,00

QUESITO N. 18**DOMANDA**

Possibile incongruenza tra descrizione lotto 22 e base d'asta € 4,50.

Ciò preclude la possibilità per XXXXX di poter partecipare con il device che attualmente gli operatori stanno utilizzando con soddisfazione (YYYYYYYY).

Il device viene largamente venduto ai Vs Enti con un prezzo corrente di € 9,00. Vi chiediamo pertanto di modificare il prezzo a base d'asta, con un valore realistico rispetto a ciò che state utilizzando, permettendoci in tal modo di poter partecipare.

Questo vi permetterà di estendere il numero dei partecipanti per il lotto in questione senza togliervi la possibilità, comunque, di aggiudicare al prezzo che ritenete più opportuno e allo stesso tempo garantire continuità di prodotto agli utilizzatori professionali.

RISPOSTA

Si accoglie l'osservazione e si provvederà a modificare l'importo unitario previsto a base d'asta da € 4,50 a € 8,00

QUESITO N. 19**DOMANDA**

Si chiedono informazioni in merito alla SCHEDA 28:

- Dimensione dei 3 teli sterili;
- Capacità della ciotola per disinfettante;
- Garze, dimensione e n. strati;
- Dimensioni della bacinella.

RISPOSTA

- **3 teli 80x65 cm +/-10%**
- **Capacità ciotola disinfettante 50 ml +/-10%**
- **Garze 10x10 cm a 4 strati**
- **Bacinella tipo arcella**

QUESITO N. 20**DOMANDA****LOTTO 61**

Nei requisiti minimi obbligatori viene indicato che il Dispositivo deve essere in polietilene, siamo con la presente a chiedere se sia possibile presentare un dispositivo in PVC anziché in polietilene.

RISPOSTA

Non è possibile presentare un dispositivo in PVC anziché in polietilene in quanto:

- 1- **il PVC presenta incompatibilità (estrazione di ftalati, assorbimento) con alcuni tipi di farmaci che devono essere somministrati in pompa infusionale e che, quindi, richiedono le prolunghe in questione per il raccordo al catetere venoso;**
- 2- **il PVC non garantisce la rigidità necessaria per la corretta lettura dei valori pressori cruenti e, di conseguenza, una prolunga di raccordo tra la linea arteriosa e la testina di lettura della pressione in PVC potrebbe determinare un impreciso rilevamento dei valori pressori.**

QUESITO N. 21**DOMANDA**

Nel Lotto N.2 la voce A riporta un prezzo a base d'asta di € 210,00. Probabilmente per tale dispositivo è stato preso come riferimento il prezzo del catetere a fibre ottiche codice XXXXX fornito dalla scrivente alla ASL YYYYYY. Si precisa tuttavia che la descrizione del Capitolato identifica un catetere ben differente che oltre alle fibre ottiche, monitora la REF (frazione di elezione del ventricolo destro) e la CCO (gittata cardiaca in

Centrale Regionale di Acquisto

continuo). Tale catetere è venduto dalla nostra società all' Azienda Ospedaliera ZZZZZZ con codice KKKKKKK e al prezzo di € 380,00.

Relativamente al Lotto N. 27 risultano non congrue le basi d'asta di € 7,00, € 14,00 ed € 21,00 riferite rispettivamente alle voci A, B e C. al fine di argomentare meglio il punto di vista della scrivente, è necessario premettere che sul mercato esistono le seguenti "macro categorie" di trasduttori di pressione:

1. Kit di monitoraggio della pressione cruenta senza sistema di prelievo sicuro;
2. Kit di monitoraggio della pressione cruenta con sistema di prelievo sicuro.

La XXXXX vende dispositivi appartenenti alla prima categoria nella quasi totalità delle strutture sanitarie liguri ad un prezzo che oscilla tra i 7 ed 9 euro; i prezzi di riferimento per i dispositivi appartenenti alla seconda oscillano invece tra i 13,50 ed i 14,50 euro relativamente alla voce A tra i 19,00 e 22,00 euro relativamente alla voce B tra i 28,00 e 32,00 euro relativamente alla voce C.

Vi chiediamo pertanto di effettuare una ricognizione dei prezzi nelle varie strutture utilizzatrici avendo cura di differenziare le due famiglie di dispositivi sopraccitati.

Si segnala inoltre che la descrizione del lotto non comprende le cannule di prelievo ematico necessarie al corretto utilizzo del kit di monitoraggio con sistema di prelievo sicuro.

A fronte di quanto sopra, si chiede di dare riscontro alla presente istanza e di:

- Modificare gli importi a base d'asta riferiti alla voce A del Lotto n. 2 e alle voci A, B, C del Lotto n. 27 con parametri economici maggiormente in linea con le condizioni di mercato.
- Integrare la descrizione del lotto n. 27 con l'aggiunta delle cannule di prelievo ematico.

RISPOSTA

Lotto 2: Si accoglie l'osservazione e si provvederà a modificare l'importo previsto a base d'asta come segue:
Sub a) da € 210,00 a € 300,00

Lotto 27: Si accoglie l'osservazione e si provvederà a modificare gli importi previsti a base d'asta (vedere risposta al quesito n. 17). Per quanto riguarda l'aggiunta delle cannule di prelievo non si accoglie l'osservazione e si conferma la descrizione del lotto di che trattasi.

QUESITO N. 22

DOMANDA

Lotto n.68: serve sapere la misura dell'elettrodo richiesto, tipo di gel (solido o liquido) il tipo di supporto (foam, TNT, micropore), se provvisto di cavetto ed in caso affermativo se con presa femmina da 4mm. oppure presa di sicurezza da 1,5mm. eventuale marca e modello di quello attualmente utilizzato.

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n. 16.

QUESITO N. 23

DOMANDA

Si chiede conferma che la caratteristica richiesta per i DEVICES in materiale plastico "ASSENZA LATTICE E FTALATI" elencata in "caratteristiche generali di fornitura" Sezione A- Capitolato Tecnico sia TASSATIVA A PENA ESCLUSIONE e, di conseguenza, che le ditte prive in documentazione tecnica di dichiarazione assenza ftalati e lattice quindi offerenti un prodotto che ne contenga, saranno ESCLUSE DALLA PROCEDURA.

RISPOSTA

Si conferma il Capitolato tecnico.

QUESITO N. 24

DOMANDA

In merito al lotto 21 si chiede di specificare la lunghezza del catetere richiesta, ed eventuale range di tolleranza ammissibile.

17

RISPOSTA

Lunghezza 20 cm., tolleranza +/- 10%

QUESITO N. 25**DOMANDA****Scheda 30: AGHI PER ANESTESIA SPINALE CON PUNTA ATRAUMATICA**

Siccome a nostra gamma prodotti comprende varie tipologie di aghi spinali tra cui una con l'impugnatura dell'introduttore tradizionale e l'altra con un'impugnatura dell'introduttore più corta per sfruttare maggiormente la lunghezza dell'ago. A quale tipologia sarebbero interessati gli utilizzatori?

RISPOSTA

E' indifferente, non si ha nessuna preferenza.

QUESITO N. 26**DOMANDA****LOTTO 23**

Cosa si intende per "fenestrato"? È da considerarsi fenestrato un dispositivo che consenta l'ispezione del presidio per accesso vascolare?

RISPOSTA

Si conferma: per "fenestrato" si intende un dispositivo che consenta l'ispezione del presidio per accesso vascolare.

QUESITO N. 27**DOMANDA****LOTTO 33**

È possibile offrire un catetere da 19G, visto che si richiedono "misure compatibili con le misure dell'ago"? Cosa si intende per "sistema di fissaggio del filtro al paziente"? È da intendersi anche un cerotto come sistema di fissaggio?

RISPOSTA

- L'affermazione "misure compatibili ..." è un refuso pertanto si conferma la misura di 20G.
- Per sistema di fissaggio del filtro del paziente si intende un sistema con alloggiamento.

QUESITO N. 28**DOMANDA****LOTTI 42-51**

Si richiede "L'involucro deve consentire la protezione dei farmaci dall'azione dei raggi UVA, UVB ed UVC"; in assenza di tale requisito è possibile fornire accessori che coprano il dispositivo? Nel DIALOGO TECNICO era stato risposto di NO, è confermata questa risposta? Se l'involucro deve proteggere dall'azione dei raggi UVA, UVB ed UVC, non dovrebbe essere schermata anche la linea infusiva, in cui il farmaco può sostare per diverso tempo, ed essere quindi esposto a tali raggi?

RISPOSTA

- Non è possibile, si conferma la risposta del Dialogo tecnico.
- No. Diverso il tempo di esposizione ai raggi fra il contenuto di un elastomero e quello di una linea infusiva.

QUESITO N. 29**DOMANDA****LOTTO 48**

Si richiede "SISTEMA PER INFUSIONE PROGRAMMATA DI FARMACI a 0,5 ml/h DURATA 120h" e "Capacità circa 100 ml.", ma un volume di 100ml con una velocità di 0,5ml/h si esaurirà in 200h, sarebbe invece di durata richiesta (120h) se la capacità fosse di circa 60 ml. Qual è la capacità o la durata corretta?

RISPOSTA

L'osservazione è corretta si provvederà a modificare in conformità la durata sul Capitolato tecnico.

QUESITO N. 30**DOMANDA****LOTTO 49**

Si richiede "SISTEMA PER INFUSIONE PROGRAMMATA DI FARMACI a 1,5 ml/h DURATA 168h" e "Capacità circa 100 ml.", ma un volume di 100ml con una velocità di 1,5ml/h si esaurirà in circa 67h, sarebbe invece di durata richiesta (168h) se la capacità fosse di circa 275ml. Qual è la capacità o la durata corretta?

RISPOSTA

L'osservazione è corretta si provvederà a modificare in conformità la capacità sul Capitolato tecnico.

QUESITO N. 31**DOMANDA**

Con la presente ci permettiamo chiedere se, relativamente ai lotti 16, 17 e 18, il "sistema spingiguide" indicato nel capitolato tecnico risulta essere requisito minimo obbligatorio in quanto ci risulta che la maggior parte delle aziende produttrici di cateteri centrali ad inserimento periferico non prevedono la presenza di tale sistema all'interno dei kit in produzione in quanto non ritenuto elemento rilevante ai fini della manovra di impianto del catetere.

RISPOSTA

Si accoglie l'osservazione. Il sistema spingiguide viene eliminato dai requisiti minimi e valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio di qualità.

QUESITO N. 32**DOMANDA**

Si chiede di aumentare la base asta dei lotti 33,34,35,36,37 in quanto non in linea con i prezzi di mercato, al fine consentire la più ampia competizione"

RISPOSTA

Si accoglie la richiesta.

La base d'asta unitaria del lotto n. 33 viene aumentata da € 8,00 a € 15,00

La base d'asta unitaria del lotto n. 34 viene aumentata da € 20,00 a € 24,00

La base d'asta unitaria del lotto n. 36 viene aumentata da € 8,00 a € 10,00

La base d'asta unitaria del lotto n. 37 viene aumentata da € 10,00 a € 12,00

Per quanto concerne il Lotto n. 35 si conferma la base d'asta.

QUESITO N. 33**DOMANDA****LOTTO 11**

La lunghezza indicata in 15, 20, 25 cm indica la distanza punta-cuffia oppure la lunghezza totale del catetere?

RISPOSTA

La lunghezza indicata in 15, 20, 25 cm indica la distanza punta-cuffia.

QUESITO N. 34**DOMANDA**

SCHEDA 28 Nel Kit a Voi necessario devono essere inseriti 3 telini sterili di cui almeno uno con strisce adesive. Siamo a chiedere se vi è la necessità di avere un telino con il foro adesivo e le misure del foro e dei telini.

RISPOSTA

Non vi è necessità.

Per le misure vedi risposta al quesito n. 19.

QUESITO N. 35**DOMANDA**

Con riferimento alla gara in oggetto e alla presa visione del verbale dei contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al "Dialogo tecnico" nella quale vengono segnalate le Vs. risposte ai quesiti, relativamente alle seguenti schede:

- n. 3 rif. 3,
- n. 4 rif. 4,
- n. 5 rif. 2,
- n. 13 rif. 3,
- n. 14 rif. 3,

dove i nostri contributi non sono stati accolti, ma si confermano le dimensioni dell'ago presenti in capitolato, Vi preghiamo di prendere in considerazione quanto segue:

Chiediamo la possibilità che vengano accettati aghi da \emptyset 17G e non solo da 18G in quanto la differenza tra i due diametri è 0,23mm. Inoltre siamo attualmente fornitori presso la XXXXX di cateteri venosi centrali dotati di ago da 17G.

RISPOSTA

Si conferma la dimensione dell'ago 18G per evidenti requisiti di sicurezza.

QUESITO N. 36**DOMANDA**

Con la presente ci permettiamo chiedere se, relativamente ai lotti 16, 17 e 18, quanto l'indicazione "preferibilmente con diametro costante" presente anche all'interno dei parametri soggetti a valutazione, venga presa in considerazione e sia da ritenersi valutata in quanto ci risulta che la maggior parte delle aziende produttrici di cateteri centrali ad inserimento periferico prevedano un design del catetere denominato "reverse tapering", con diametro leggermente variabile, come suggerito dalle linee guida internazionali in materia di gestione ed impianto di cateteri venosi centrali ad inserimento periferico.

RISPOSTA

Si accoglie l'osservazione. Si elimina quindi la dicitura diametro costante

QUESITO N. 37**DOMANDA**

Nel capitolato tecnico viene evidenziata a pag. 3 tra le caratteristiche del confezionamento, la necessità del codice a barre. Si chiede di poter apporre il codice a barre solo sulle scatole (interne ed esterne) e non sul blister primario del prodotto.

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nel Capitolato tecnico: il codice a barre dovrà essere apposto ".....sulla confezione e sull'imballaggio più esterno..." (scatola, involucro...).

QUESITO N. 38**DOMANDA**

Nella scheda n° 34, "set per anestesia combinata spinale/peridurale continua" viene richiesto tra le caratteristiche: "dispositivo di bloccaggio di sicurezza per l'ago spinale" il nostro prodotto soddisfa tutte le specifiche tranne il dispositivo di bloccaggio per l'ago spinale, che è fornito da pochissime aziende, quindi si precluderebbe a molti di partecipare. Pertanto si richiede di modificare la dicitura in "preferibilmente con dispositivo di bloccaggio di sicurezza per l'ago spinale" contemplando quindi la possibilità di valutare prodotti senza questa caratteristica.

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nel Capitolato tecnico: si considera il "dispositivo di bloccaggio di sicurezza per l'ago spinale" una caratteristica indispensabile.

QUESITO N. 39**DOMANDA**

Nella scheda 62. "Burette graduate per infusione controllata di soluzioni" cosa si intende con la dicitura "valvola a membrana impermeabile, latex free e antireflusso"? Si intende un punto iniezione in para? Se differente si chiede una spiegazione più approfondita.

RISPOSTA

No, non è un punto para.

QUESITO N. 40**DOMANDA**

Nella scheda 61. Vengono richieste prolunghe dai 15cm ad i 200cm che hanno prezzi completamente diversi, pertanto per poter produrre la migliore offerta possibile siamo a chiedervi le q.tà di ogni singola misura che utilizzate.

RISPOSTA

Indipendentemente dalle lunghezze delle prolunghe, la ditta dovrà formulare un unico prezzo per tutte le misure offerte.

QUESITO N. 41**DOMANDA****LOTTO 20**

La base d'asta indicata risulta essere anomala per il prodotto identificato nel capitolato. Questa tipologia di prodotti viene commercializzata sul territorio nazionale a prezzi superiori a Euro 150,00. Si richiede di aumentare la suddetta base almeno a Euro 170,00.

RISPOSTA

Si accoglie parzialmente l'osservazione e si provvederà a modificare gli importi previsti a base d'asta, aumentando l'importo unitario a € 130,00.

QUESITO N. 42**DOMANDA****LOTTO 61**

La base d'asta indicata risulta essere anomala per il prodotto identificato nel capitolato. Questa tipologia di prodotti viene commercializzata a prezzi superiori a Euro 3,00. Si richiede di aumentare la suddetta base almeno a Euro 3,00.

RISPOSTA

Si accoglie parzialmente l'osservazione e si provvederà a modificare gli importi previsti a base d'asta, aumentando l'importo unitario da € 0,65 a € 0,90.

QUESITO N. 43**DOMANDA**

Lotto 3, si chiede di specificare il diametro (Fr) del singolo lume;

RISPOSTA

Diametro 5 e 6 Fr

QUESITO N. 44**DOMANDA**

Lotto 4, si chiede di specificare il diametro (Fr) dei diversi lumi;

RISPOSTA

Diametro fra 7 e 8.5 Fr

QUESITO N. 45**DOMANDA**

LOTTI 1, 13, 15

Si chiede se possibile offrire un catetere non di classe III in quanto tale classificazione non è richiesta per questa tipologia di cateteri.

Si chiede di poter offrire cateteri con sistema di introduzione a due mani. Si fa presente che la richiesta di un sistema di introduzione "one hand" è fortemente limitante e limiterebbe notevolmente la concorrenza

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico.

QUESITO N. 46**DOMANDA**

LOTTI 42-43

Si richiede "SISTEMA PER INFUSIONE PROGRAMMATA DI FARMACI A FLUSSO VARIABILE (Flussi da 1 a 15 ml/h, 100 ml.)" per il Lotto 42 e "SISTEMA PER INFUSIONE PROGRAMMATA DI FARMACI A FLUSSO VARIABILE (Flussi da 1 a 15 ml/h, 300 ml.)" per il lotto 43.

Il range di flussi da 1 a 15ml/h è da considerarsi restrittivo, oppure è possibile offrire dispositivi che abbiano una velocità di flusso di circa 15 ml/h?

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nel Capitolato tecnico. Si richiama al riguardo l'art. 68 che consente di proporre prodotti funzionalmente equivalenti con contestuale presentazione di motivata relazione.

QUESITO N. 47**DOMANDA**

LOTTI 33 e 64, si chiede se sia possibile considerare il catetere 20G invece del 21G.

RISPOSTA

Nel Capitolato è già previsto il catetere da 20G

QUESITO N. 48**DOMANDA**

LOTTO 34, si chiede se sia possibile considerare un catetere con diametro 0,8 e non 0,85.

RISPOSTA

Si accoglie l'osservazione e si modifica il Capitolato tecnico.

QUESITO N. 49**DOMANDA**

LOTTI 16, 17, 18, 19, 20

Con riferimento al requisito preferenziale "Diametro costante", desideriamo evidenziare che trattasi di caratteristica ormai obsoleta, che deve ritenersi superata dalla nuova tecnologia denominata "reversed tapered" (rastrematura prossimale del catetere), di cui è dotata la maggior parte dei dispositivi oggi in commercio.

Poiché le specifiche tecniche devono, da una parte, consentire agli operatori del settore di procurarsi le migliori tecnologie e dall'altra, garantire la più ampia partecipazione delle aziende presenti sul mercato, non si comprende per quale ragione nell'ambito di una gara regionale, che dovrebbe prediligere l'acquisizione delle tecnologie più avanzate, sia stata prevista, come elemento preferenziale, la caratteristica del diametro costante e non sia stata inserita, nemmeno fra i parametri di valutazione, la tecnologia "reversed tapered", che non ha il diametro costante ma migliora l'emostasi dell'impianto.

Chiediamo, pertanto, di ampliare gli elementi soggetti a valutazione inserendo la tecnologia "reversed tapered" ovvero, in via subordinata, di eliminare la previsione della "diametro costante" quale requisito preferenziale.

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n. 36.

QUESITO N. 50**DOMANDA**

In relazione ai **LOTTI 16, 17, 18, 19, 20**, chiediamo di specificare come debba essere interpretata la caratteristica di valutazione relativa alla "Rifinitura della superficie". In particolare, chiediamo di conoscere se la stessa debba intendersi o meno riferita al requisito minimo "marcatura centimetrata".

RISPOSTA

La caratteristica di che trattasi è stata eliminata dai parametri di valutazione.

QUESITO N. 51**DOMANDA**

In relazione ai **LOTTI 16, 17, 18, 19, 20**, chiediamo di specificare come debba essere interpretata la caratteristica relativa alla "**Struttura del catetere**". In particolare chiediamo di conoscere se la stessa debba intendersi o meno riferita al requisito minimo "monovolume/bilume/trilume in poliuretano a punta aperta".

RISPOSTA

La caratteristica di che trattasi è stata eliminata dai parametri di valutazione.

QUESITO N. 52**DOMANDA**

In relazione ai **LOTTI 16, 17, 18, 19, 20**, chiediamo di specificare come debba essere interpretata la caratteristica relativa alla "**Ergonomicità dei con**". In particolare, chiediamo di conoscere se la stessa debba intendersi o meno riferita alla struttura *luerk lock* del raccordo prossimale del catetere, che permette una perfetta connessione con siringhe e/o linee infusionali. Inoltre, chiediamo di conoscere per quale motivo nel Capitolato Tecnico sia stata prevista, sempre con riferimento allo specifico parametro in questione, l'assegnazione di "max 5 punti" solo nel Lotto n. 16 e non anche altri Lotti (14, 18, 19, 20), per i quali tale parametro non viene valutato separatamente dagli altri.

RISPOSTA

La caratteristica di che trattasi è stata eliminata dai parametri di valutazione.

QUESITO N. 53**DOMANDA**

In relazione ai **LOTTI 16, 17, 18, 19, 20**, chiediamo di specificare come debba essere interpretata la caratteristica relativa alla "**Atraumaticità e morbidezza della punta**". In particolare, chiediamo di conoscere se la stessa debba intendersi o meno riferita alla circostanza che la morbidezza e atraumaticità della punta non varia secondo del punto di taglio del catetere.

RISPOSTA

Trattasi di criterio discrezionale intrinseco alla qualità della punta.

QUESITO N. 54**DOMANDA**

In relazione ai **LOTTI 16, 17, 18, 19, 20**, rileviamo che per il parametro di valutazione avente per soggetto le **"Qualità/caratteristiche del materiale del catetere"** è previsto un **"Peso parametro"** pari a **"Max punti 30"**, senza indicazione alcuna dei criteri in base ai quali questi punti saranno suddivisi per ogni singola qualità/caratteristica. Chiediamo, quindi, di specificare detti criteri e di indicare il punteggio massimo che verrà attribuito a ciascuna voce.

RISPOSTA

Si provvederà a rettificare il Capitolato tecnico.

QUESITO N. 55**DOMANDA**

In relazione ai **LOTTI 16, 17, 18, 19, 20**, rileviamo che per il parametro di valutazione avente per soggetto le **"Caratteristiche del filo guida e del sistema spingiguide"** è previsto un **"Peso parametro"** pari a **"Max punti 10"**. Chiediamo di specificare i criteri in base ai quali questi punti saranno attribuiti alle caratteristiche dell'uno (**"filo guida"**) e dell'altro (**"sistema spingiguide"**) elemento.

RISPOSTA

Sistema spingiguide punti 5 (se presente), punti 0 (se assente)

Caratteristiche del filo guida (parametro soggettivo) Max punti 5

QUESITO N. 56**DOMANDA**

In relazione ai **LOTTI 16, 17, 18, 19, 20**, chiediamo di specificare come debba essere interpretata la caratteristica relativa alla **"Malleabilità...dell'introduttore peel-away"**.

RISPOSTA

Si elimina la caratteristica "Malleabilità".

QUESITO N. 57**DOMANDA**

In relazione al **LOTTO 19**, chiediamo di specificare cosa debba intendersi per **"Completezza...dei dispositivi contenuti nel set/kit"**. In particolare, desideriamo sapere se detto parametro di valutazione debba essere interpretato nel senso che la mancata offerta di tutti i componenti del set/kit indicati nel Capitolato Tecnico comporterà l'assegnazione di un punteggio minore rispetto al massimo previsto (*punti 5*).

RISPOSTA

Trattasi di refuso.

QUESITO N. 58**DOMANDA**

Con riferimento al **LOTTO 59** chiediamo di conoscere con quali modalità possa e debba essere dimostrato il parametro di valutazione relativo alla **"Disponibilità di kit per riparazione specifico"**. In particolare, desideriamo sapere se sia sufficiente una dichiarazione di possesso del suddetto Kit da allegare nella documentazione tecnica. Sempre con riferimento a detto parametro, chiediamo di precisare se sia necessaria o meno, in sede di offerta, una quotazione del Kit ovvero se la stessa verrà chiesta successivamente, alla sola ditta aggiudicataria.

RISPOSTA

È sufficiente la dichiarazione di possesso. La ditta aggiudicataria dovrà applicare al prezzo del kit lo sconto percentuale massimo rispetto al proprio listino prezzi praticato per i riferimenti offerti.

QUESITO N. 59**DOMANDA**

Relativamente ai **lotti numero 16 e 17**, si richiede la possibilità di offrire un PICC nel cui kit non sia presente il sistema spingguida. Questa peculiarità non incide le caratteristiche funzionali e di utilizzo proprie del sistema. Le due versioni con o senza spingguida infatti sono assolutamente equivalenti. Inoltre la presenza dello spingguida, limiterebbe drasticamente la concorrenza e quindi il beneficio per la stazione appaltante.

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n. 31.

QUESITO N. 60**DOMANDA**

In riferimento ai **lotti 45, 46.47, 48, 49, 50, 51**, si richiede la possibilità di offrire un elastomero dotato di rivestimento in materiale robusto e morbido. La Normativa Tecnica di riferimento per gli elastomeri (ISO 28620) prescrive test "antischiumamento" come obbligatori per ottenere il rilascio del Certificato di conformità. (rif. normativo: Resistence to pressure, punto 6.3 pagina 7 sub doc3). Nel capitolato è richiesto la caratteristica di "infrangibilità" dell'involucro esterno. Tale proprietà non è esclusiva del solo guscio rigido, ma di un rivestimento anche morbido, purché robusto. Si evidenzia inoltre che elastomeri dotati di guscio morbido, di nostra produzione, sono attualmente utilizzate in diverse asl Liguri e presso le asl della Valle d'Aosta. Rispetto alla caratteristica da voi richiesta della fotoprotezione del guscio, i nostri elastomeri forniti con idoneo rivestimento esterno abbinato, garantiscono equivalente protezione UVA, UVB, UVC. Le caratteristiche nel nostro sistema elastomerico, riscontrano un alto gradimento da parte degli utilizzatore e soprattutto da parte dei pazienti: anche in virtù di tali considerazioni si richiede di poter partecipare ai lotti in oggetto.

RISPOSTA

Si accoglie l'osservazione. Si provvederà a modificare la dicitura in: "Materiale robusto, infrangibile, antischiumamento e trasparente"

QUESITO N. 61**DOMANDA****LOTTO 5**

Nell'ottica di offrire la massima competizione possibile, si chiede di poter accettare come idonea la seguente offerta tecnica in riferimento ai lumi: 16G-18G-18G-18G

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nel Capitolato tecnico.

QUESITO N. 62**DOMANDA****LOTTO 6**

Nell'ottica di offrire la massima competizione possibile, si chiede di poter accettare come idonea la seguente offerta tecnica in riferimento ai lumi: 16G-18G-18G-18G-18G

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nel Capitolato tecnico.

QUESITO N. 63**DOMANDA****LOTTO 33**

Nell'ottica di offrire la massima competizione possibile, si chiede di poter considerare preferenziale e non obbligatorio il requisito "catetere radiopaco"

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nel Capitolato tecnico.

QUESITO N. 64**DOMANDA****CAMPIONATURA**

Sono 3 confezioni per lotto, non per prodotto offerto, esempio se al lotto A offriamo codici X di diversa misura, possiamo campionare 3 confezioni della misura che maggiormente è utilizzata?

RISPOSTA

Si intendono n. 3 pezzi per lotto d'interesse nella misura di maggior consumo. Qualora il pezzo sia all'interno di una confezione multipla è facoltà della Ditta partecipante inviare l'intera confezione originale o "spacchettarla" sottraendo i pezzi in eccedenza e mantenendo, comunque, l'imballo di commercializzazione.

QUESITO N. 65**DOMANDA**

Documentazione amministrativa, punto a).

In merito al fatturato medio annuo specifico nel settore oggetto della gara, chiediamo se è possibile presentare n. 2 dichiarazioni bancarie, in quanto non raggiungiamo l'importo medio annuo da "attestare".

RISPOSTA

E' possibile.

QUESITO N. 66**DOMANDA**

Campionatura: con "3 confezioni originali" si intendono 3 pezzi singoli nel confezionamento primario originale, oppure 3 confezioni originali di vendita (nel nostro caso box da 5 pezzi)?

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n. 64.

QUESITO N. 67**DOMANDA**

Relativamente al LOTTO con descrizione "sistemi di stabilizzazione cateteri venosi centrali e periferici privi di punti di sutura" il lotto di appartenenza è il 21 o il 22? In quanto tale lotto corrisponde al nr 21 nel capitolato tecnico mentre nei documenti chiarimenti tecnici è indicato al nr. 22

RISPOSTA

Si conferma che, come previsto dal Capitolato tecnico pubblicato per la fase di indizione della gara, il lotto 22 corrisponde alla descrizione "sistemi di stabilizzazione cateteri venosi centrali e periferici privi di punti di sutura". La numerazione risulta sfalsata in quanto le risposte ai chiarimenti pubblicate riportano la numerazione così come prevista nel Capitolato tecnico pubblicato in sede di dialogo tecnico.

QUESITO N. 68**DOMANDA****LOTTO 11**

Nei contributi del Dialogo tecnico è stata accolta la richiesta del quesito nr. 63 in cui si richiede la modifica della descrizione del lotto in "CATETERE BILUME TUNNELLIZZABILE A PERMANENZA PER EMODIALISI, DRITTO E PRECURVATO". Pertanto sarà necessario presentare due tipi di cateteri, ossia quelli DRITTI e quelli PRECURVATI. Si chiede conferma che questo non sia in contrasto con quanto riportato nel Disciplinare di Gara in cui è specificato che non sono ammesse offerte alternative sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico.

RISPOSTA

Si conferma. Al fine della partecipazione al lotto la ditta dovrà offrire entrambe le tipologie di catetere DIRITTO E PRECURVATO.

QUESITO N. 69**DOMANDA****CAMPIONATURA**

Sono richieste nr. 3 confezioni originali per ogni riferimento oggetto di campionatura. Per "nr. 3 confezioni" si intende la confezione intera? Si richiede di specificare cosa si intende per "ogni riferimento oggetto di campionatura", ossia parliamo del lotto o della singola misura?

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n. 64

QUESITO N. 70**DOMANDA**

Nella documentazione Tecnica, anche dell'allegato E1, come dell'allegato F4 ne possiamo mettere solamente 1 copia valida per tutti i lotti ai quali si intende partecipare?

RISPOSTA

Si.

QUESITO N. 71**DOMANDA**

Busta 1 – Documentazione amministrativa – lettera k) CD-ROM (non riscrivibile) contenente la documentazione in PDF dei punti precedenti, oltre una copia dei modelli F1 e F3 salvata in formato editabile...

- Intendete che per i modelli F1 e F3 i file devono essere forniti compilati? In formato WORD?

- Bisogna apporre la sottoscrizione digitale sia ai predetti modelli che ai file in PDF?

RISPOSTA

Si intende che i modelli F1 e F3 dovranno essere forniti compilati in formato word senza apporre la sottoscrizione digitale, purché il file PDF siano conformi alla documentazione presentata.

QUESITO N. 72**DOMANDA****OFFERTA ECONOMICA**

Potete confermare che dobbiamo inserire solamente le schede relative dei lotti di nostro interesse?

RISPOSTA

Si conferma.

QUESITO N. 73**DOMANDA**

Relativamente ai lotti oggetto della gara, è possibile all'interno di uno stesso lotto offrire prezzi diversi per ciascuna misura richiesta?

RISPOSTA

Non è possibile.

QUESITO N. 74**DOMANDA**

LOTTO 68 ELETTRODO MONOUSO PREGELLATO...NEONATALE

Abbiamo notato che il fabbisogno riguarda l'XXXXX, YYYY fornisce da anni degli utilizzatori la tipologia di elettrodo richiesta nella versione radiopaca, chiediamo quindi conferma che si tratta realmente di elettrodi radiotrasparenti (nel quale si devono considerare anche i costi). Sempre tenuto conto quanto detto per l'XXXXX, chiediamo la possibilità di offrire un elettrodo in tessuto spugnoso che abbiamo riscontrato nelle incubatrici ha un'elevata adesività. Inoltre, qualora confermastе che l'elettrodo deve essere radiotrasparente chiediamo la possibilità di offrire il cavetto con un unico colore.

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n. 16.

QUESITO N. 75**DOMANDA**

Possiamo utilizzare 1 solo allegato E1 (aggiornamento tecnologico) per tutti i lotti?

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n. 70.

QUESITO N. 76**DOMANDA**

LOTTO 54

La caratteristica "2 siringhe LL" è necessaria?

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nel Capitolato tecnico.

QUESITO N. 77**DOMANDA**

In relazione alla procedura, saremo interessati a partecipare per un lotto ma trattandosi di nuova acquisizione (gennaio 2016), non abbiamo "storico" a cui far riferimento. Quale documentazione occorre presentare al fine di poter presentare offerta economica?

RISPOSTA

Si veda l'art. 41 D.Lgs 163/2006.

QUESITO N. 78**DOMANDA**

LOTTO 31 "AGHI SPINALI CON PUNTA TIPO QUINKE VARIE MISURE E LUNGHEZZE"

Nella descrizione dei prodotti richiesti al lotto 31, si legge: "MISURE: Lunghezze da 80 mm. A 120 mm. Circa, diametri da 18 G a 24 G".

Con particolare riferimento alle misure richieste, Vi chiediamo di confermarci che l'indicazione delle misure "diametri da 18G a 24 G" non è tassativa e la mancanza di una sola delle misure non determina l'esclusione dell'offerta.

D'altra parte, la necessità di offrire tutte le misure da Voi richieste rischia di limitare – o addirittura impedire – ad Aziende interessate (come la Scrivente) di presentare offerta per lotto 31 vista l'indisponibilità anche di una sola misura (ad esempio, diametro 24 G e non 25 G).

RISPOSTA

Si accoglie l'osservazione si provvederà a modificare il Capitolato tecnico.

QUESITO N. 79**DOMANDA**

LOTTO 34 "SET PER ANESTESIA COMBINATA SPINALE/PERIDURALE CONTINUA"

Relativamente a questo lotto, tra i requisiti minimi si legge "ago epidurale con punta Tuohy, mandrinato e centimetrato, di lunghezza e calibro adeguati 18 G con foro aggiuntivo nella curva distale per il passaggio dell'ago spinale".

Quest'ultima caratteristica ("con foro aggiuntivo nella curva distale per il passaggio dell'ago spinale") è tale da identificare ad uno specifico prodotto presente sul mercato e, pertanto, impedire la partecipazione delle altre aziende. Quanto detto assume maggiore rilevanza se si considera che le caratteristica non è tra quelle oggetto di valutazione da parte della Commissione ma tra quelle indispensabili a pena esclusione. Alla luce di quanto detto, Vi chiediamo di procedere alla revisione di questa specifica caratteristica così da consentire una più partecipazione alla procedura e la massima concorrenza.

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nel Capitolato tecnico.

QUESITO N° 80**DOMANDA**

Se abbiamo più misure dello stesso articolo, possiamo metterle nella stessa scatola? e fuori, l'etichetta cosa deve riportare?

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n. 64.

QUESITO N° 81**DOMANDA**

In relazione alla gara in oggetto, facciamo seguito alle osservazioni presentate in sede di "Dialogo tecnico" per ribadire che, nonostante le modifiche da Voi apportate in accoglimento dei rilievi formulati dai vari operatori economici, fra cui la scrivente, il Capitolato Tecnico contiene ancora, a nostro avviso, previsioni limitative della concorrenza.

Ci riferiamo, in particolare, ai lotti nn. 10 - 16 - 17 - 18 - 19 e 20, per i quali vengono definite "essenziali" delle caratteristiche che, dal nostro punto di vista, non dovrebbero essere considerate tali e che, soprattutto, sono presenti nel catalogo solamente di un'unica azienda e consentono, quindi, la partecipazione ad un solo concorrente.

Ed invero:

1. Riguardo al lotto 10 ("Catetere tunnellizzabile mono e bilume punta chiusa") la richiesta della punta chiusa ci sembra totalmente superflua, in quanto anche con la punta aperta la finalità d'uso sono esattamente le stesse. Solo la ditta "A", che possiede un prodotto con tale caratteristica, sarà in grado di presentare un'offerta sotto il profilo tecnico completamente collimante con le caratteristiche essenziali richieste;
2. Riguardo ai Lotti 16-17-18, le caratteristiche "diametro costante" e "sistema spingi guida" sono tali da ricondurre il prodotto richiesto ad un solo concorrente e nello specifico alla ditta "B";
3. Riguardo al Lotto 19, la caratteristica essenziale "a ghigliottina" è presente solo nel dispositivo commercializzato dalla ditta "C";
4. Relativamente, infine, al Lotto 20, solo la ditta "D" sarà in grado di soddisfare tutte le specifiche richieste. Poiché ai sensi dell'Art. 68, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006 "Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza", insistiamo affinché vengano eliminate dalla descrizione dei lotti di gara le specifiche sopracitate.

RISPOSTA

1. **Tale quesito trova risposta al lotto 9 "CATETERE TUNNELIZZABILE MONO E BILUME PUNTA APERTA";**
2. **Vedi risposte ai quesiti nn. 31-36-49-55;**
3. **Si accoglie l'osservazione e si toglie la caratteristica "a ghigliottina";**
4. **Si conferma quanto previsto nel Capitolato tecnico.**

QUESITO N. 82**DOMANDA**

Si chiede di confermare che l'importo da pagare per il lotto n. 46 è pari ad € 35,00 come riportato nel sito A.N.A.C. e non ad € 70,00 come riportato a pag. 8 del disciplinare di gara al punto e).

RISPOSTA

Si conferma. Trattasi di refuso.

QUESITO N. 83**DOMANDA**

SCHEDA 33

Si chiede di verificare se nella descrizione del connettore e del filtro è presente un refuso. La descrizione del connettore riporta anche il filtro e le sue caratteristiche, che si riferiscono invece alla riga sotto "CONNETTORE - a cocodrillo o a vite, filtro piatto da 0,2 micron resistente fino a 7 bar di pressione. FILTRO filtro antibatterico da 0.2 micron dotato di connessione luer lock "

RISPOSTA

Trattasi di refuso, si provvederà a modificare il Capitolato tecnico.

QUESITO N. 84**DOMANDA**

SCHEDA 36

Viene richiesto il seguente range di misure "Lunghezza da 25 a 50 mm. e lunghezza da 70 a 150 mm. Entrambe con diametri da 20 a 24 G" Si chiede di modificare in lunghezze comprese in un "range variabile da 25mm a 150 mm, con diametri compresi tra 20G e 25G" al fine di consentire la più ampia partecipazione al lotto. Infatti, la dicitura "entrambe con diametri da 20 a 24G" presuppone che anche gli aghi più lunghi da 150 mm per esempio debbano avere la misura 24G di diametro, cosa che li renderebbe troppo flessibili. Inoltre, definire 24G come calibro più piccolo significa escludere le aziende che hanno aghi di calibro 25G, ideali per i blocchi pediatrici o molto superficiali.

RISPOSTA

La proposta è comprensiva delle caratteristiche previste dal Capitolato la Commissione giudicatrice valuterà la maggior ampiezza di gamma.

QUESITO N. 85**DOMANDA**

SCHEDA 37

Viene richiesto il seguente range di misure "Lunghezza da 25 a 50 mm. e lunghezza da 70 a 150 mm. Entrambe con diametri da 20 a 24 G" Si chiede di modificare in lunghezze comprese in un "range variabile da 35mm a 150 mm, con diametri compresi tra 20G e 22G" al fine di consentire la più ampia partecipazione al lotto. Infatti, la dicitura "entrambe con diametri da 20 a 24G" presuppone che anche gli aghi più lunghi da 150 mm per esempio debbano avere la misura 24G di diametro, cosa che li renderebbe troppo flessibili.

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n. 84.

QUESITO N. 86**DOMANDA**

SCHEDA 56

Lotto 52 e al lotto 56 vengono descritti prodotti simili, ma il lotto 56 differisce per la derivazione ECG e ha una base d'asta nettamente inferiore al lotto 52 dove tale caratteristica non viene richiesta. Si chiede se le basi d'asta sono da ritenersi equivalenti ovvero 60 euro per entrambi i lotti.

