

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI tel. 0105488553
E-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it
Referenti: Sig.a Loredana LOTTI tel. 010.5488546
E-mail: loredana.lotti@regione.liguria.it
Sig. Roberto BORETTI tel. 010.5488535
E-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Materiale e attrezzature per laboratorio analisi - Area Siero" occorrenti alle AA.SS.LL. della REGIONE LIGURIA ed al Policlinico San Martino per un periodo di 48 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi). Lotti n. 6. Numero gara: 7732453.

Risposte ai quesiti post indizione XI tranche**LOTTO 5****QUESITO N. 226**

In fase di definizione dell'offerta per il LOTTO 5 è emersa la necessità di una conferma. Al seguente punto del Capitolato Tecnico Prestazionale a pag.70 della versione rettificata al 17/07/2020 si specifica:

"a -Caratteristiche di minima indispensabili della preanalitica stand-alone (Laboratorio Hub- La Spezia)
7a-Fornitura di 2 centrifughe refrigerate da almeno 60 posti/ciascuna"

Si chiede di confermare che tale caratteristica di minima indispensabile sia da intendersi per la preanalitica stand-alone/analitica (Laboratorio Hub- La Spezia) come indicato a pag 67 del Capitolato Tecnico Prestazionale:

- 2 centrifughe refrigerate ad elevata produttività a scelta tra le seguenti combinazioni:

- 2 centrifughe stand alone refrigerate da pavimento
- 1 centrifuga refrigerata da pavimento stand alone + 1 centrifuga integrata nel sistema preanalitico/analitico di cui al punto precedente o nel sistema analitico
- 2 centrifughe integrate nel sistema preanalitico e/o analitico)

Risposta:

Ritenendo la precisazione di interesse comune a tutti gli OOEE, si conferma che il requisito minimo previsto al sopra citato punto "7a-Fornitura di 2 centrifughe refrigerate da almeno 60 posti/ciascuna" si riferisce alla preanalitica stand-alone/analitica (Laboratorio Hub- La Spezia) con le opzioni previste alla pag. 67 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Dott.ssa Tiziana TAZZOLI
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate*