



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di Trapani elettrici e sistema raccolta liquorale ermetica, occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi). Lotti n. 2 - Numero gara 7114842 - Identificativo di procedura SINTEL: 108570172 .

Verbale di valutazione delle offerte tecniche.

***I Seduta riservata
17 dicembre 2019***

Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno duemila diciannove, alle ore 14,40 circa, presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione tecnica delle offerte pervenute.

Sono presenti,
per la Commissione giudicatrice:

Dott. Gianluca Piatelli	Dirigente Medico U.O.. Neurochirurgia Istituto G. Gaslini Genova	Presidente
Dott. Tomasz Tadeusz Godowicz	Dirigente Medico S.C. Neurochirurgia E.O. Ospedali Galliera	Componente
Dott.ssa Bernarda Cagetti	Resp. S.S. Gestione Ambulatori della S.C. Neurochirurgia Osp. Santa Corona Pietra Ligure (ASL 2)	Componente

Per la Centrale il Dott. Maurizio Crovetto, funzionario referente della procedura che svolge le funzioni di segretario.

La seduta è riservata.

I lavori iniziano con un prima lettura degli atti di gara e una prima valutazione delle caratteristiche di "obbligatorie" richieste nel capitolato tecnico.

Al termine di questa fase la commissione compila le schede, allegate quali parti integranti e sostanziali al presente verbale, contenenti le caratteristiche obbligatorie richieste pena esclusione; da tale compilazione emerge che, per il lotto n. 1, entrambe le offerte sono risultate idonee (Medtronic Italia e N.B.A. Medica). Per il lotto n. 2 l'offerta di Integra Lifesciences Italy è risultata idonea, mentre l'offerta di Medtronic Italia non è risultata idonea in quanto il reservoir (serbatoio di raccolta) graduato non è da almeno 75 ml come richiesto ma da 50 ml; l'offerta di Medtronic Italia, per il lotto n. 2, è pertanto esclusa dal prosieguo della gara.


La Commissione ritiene opportuno, prima di dare i punteggi alle proposte idonee, fissare, come previsto negli atti di gara, una data dedicata alla presentazione dei prodotti proposti, anche in considerazione del

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di Trapani elettrici e sistema raccolta liquorale ermetica, occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi). Lotti n. 2 - Numero gara 7114842 - Identificativo di procedura SINTEL: 108570172 .

Verbale di valutazione delle offerte tecniche.

***I Seduta riservata
17 dicembre 2019***

Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno duemila diciannove, alle ore 14,40 circa, presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione tecnica delle offerte pervenute.

Sono presenti,
per la Commissione giudicatrice:

Dott. Gianluca Piatelli	Dirigente Medico U.O.. Neurochirurgia Istituto G. Gaslini Genova	Presidente
Dott. Tomasz Tadeusz Godowicz	Dirigente Medico S.C. Neurochirurgia E.O. Ospedali Galliera	Componente
Dott.ssa Bernarda Cagetti	Resp. S.S. Gestione Ambulatori della S.C. Neurochirurgia Osp. Santa Corona Pietra Ligure (ASL 2)	Componente

Per la Centrale il Dott. Maurizio Crovetto, funzionario referente della procedura che svolge le funzioni di segretario.

La seduta è riservata.

I lavori iniziano con un prima lettura degli atti di gara e una prima valutazione delle caratteristiche di "obbligatorie" richieste nel capitolato tecnico.

Al termine di questa fase la commissione compila le schede, allegare quali parti integranti e sostanziali al presente verbale, contenenti le caratteristiche obbligatorie richieste pena esclusione; da tale compilazione emerge che, per il lotto n. 1, entrambe le offerte sono risultate idonee (Medtronic Italia e N.B.A. Medica). Per il lotto n. 2 l'offerta di Integra Lifesciences Italy è risultata idonea, mentre l'offerta di Medtronic Italia non è risultata idonea in quanto il reservoir (serbatoio di raccolta) graduato non è da almeno 75 ml come richiesto ma da 50 ml; l'offerta di Medtronic Italia, per il lotto n. 2, è pertanto esclusa dal prosieguo della gara.


La Commissione ritiene opportuno, prima di dare i punteggi alle proposte idonee, fissare, come previsto negli atti di gara, una data dedicata alla presentazione dei prodotti proposti, anche in considerazione del

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

fatto che alcuni criteri di attribuzione di punteggio di qualità possono essere valutati solo a seguito della prova dei prodotti proposti.

Ogni valutazione di assegnazione di punteggi tecnici, viene pertanto rinviata ad una seduta successiva.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale, per complessive n. 4 (quattro) pagine, compresi gli allegati, agli atti della Centrale.

La seduta è tolta alle ore 16,45 e aggiornata al 14/01/2020 alle ore 16,30 con le prove tecniche dei prodotti offerti dalle ditte, come da calendario sotto riportato, salvo impedimenti non preventivabili a priori:


ore 16,30 Integra Lifesciences Italy	lotto 2
ore 16,45 Medtronic Italia	lotto 1
ore 17,15 N.B.A. Medica	lotto 1

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione giudicatrice:


Il Presidente

Dott. Gianluca Piatelli




I Componenti

Dott. Tomasz Tadeusz Godowicz




Dott.ssa Bernarda Cagetti



Per la Centrale:

Dott. Maurizio Crovetto
(con funzioni di Segretario)



A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it


SCHEDA VERIFICA CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE

LOTTO n. 1 - TRAPANI ad alta velocità e relativo materiale di consumo

<u>Caratteristiche obbligatorie (la cui assenza comporta esclusione dell'offerta)</u>	Medtronic Italia	N.B.A. Medica
- Sistema dotato di centralina elettronica di comando multidisciplinare per neurochirurgia, maxillo-facciale e otorinolaringoiatria e completo di motori	Si	Si
- Centralina elettronica di comando in grado di utilizzare almeno due motori	Si	Si
- Sistema completo dei seguenti motori: 1. Craniotomo (requisito minimo "small" e "medium", rotante e con piede di protezione) 2. Perforatore craniale a ridotto numero di giri 3. Motore retto per fresa per cranio 4. Motore angolato per fresa per cranio 5. Motore per fresa per colonna vertebrale 6. Motore per fresa per chirurgia transfenoidale (angolato per chirurgia microscopica e retto per chirurgia endoscopica) 7. Motore per microseghe per taglio mandibolare e orbitale con movimento sagittale, reciprocante e oscillante 8. Microdebrider per chirurgia endoscopica nasale e per accessi trasfenoidali	Si	Si
- Comando a pedale con funzione reverse	Si	Si
- Peso motore estremamente contenuto (non superiore a 200 gr, senza cavo, per quanto riguarda il motore <i>drill</i> . È consentita una tolleranza di $\pm 10\%$)	Si	Si
- Velocità massima di rotazione del motore non inferiore a 75.000 giri/min	Si	Si
- Velocità regolabile con limitazioni programmabili	Si	Si
- Innesto rapido di manipoli/frese con sistema meccanico di sicurezza per evitare innesti parziali	Si	Si
- Manuale d'uso in lingua italiana	Si	Si
<u>Unitamente al materiale fornito in full-service dovrà essere offerto il seguente materiale di consumo:</u>		
- Perforatore sterile e monouso	Si	Si



F. Zadoro



- Lame per craniotomo sterili e monouso	Si	Si
- Punte per fori sterili e monouso	Si	Si
- Frese sterili e monouso	Si	Si
- Seghe oscillanti sterili e monouso	Si	Si
- Seghe reciprocanti sterili e monouso	Si	Si
- Microdebrider sterili e monouso	Si	Si

LOTTO n. 2 - SISTEMA COMPLETO DI RACCOLTA LIQUORALE ERMETICA

Caratteristiche obbligatorie (la cui assenza comporta esclusione dell'offerta)	Integra Lifesciences Italy	Medtronic Italia
- Reservoir (serbatoio di raccolta) graduato da almeno 75 ml, dotato di sistema antimicrobico con filtro antibatterico e/o antireflusso	Si	NO (reservoir graduato da 50 ml)
- Rubinetti: <ul style="list-style-type: none"> o a tre vie prossimalmente al reservoir o ad almeno due vie distalmente al reservoir. Connessione a sacca di deflusso con capacità almeno di 500 ml, rimovibile, sostituibile e svuotabile.	Si	Si
- Linee centimtrate di riferimento	Si	Si
- Facilmente montabile al letto del paziente o all'asta delle flebo	Si	Si
- Semplice regolazione del punto zero (asta o puntatore laser)	Si	Si
- Confezione sterile, monouso e latex free.	Si	Si
Dovrà essere offerto il seguente materiale di consumo:		
- Sacche di raccolta liquorale	Si	Si



F. Zuccheri