



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/5488561

e-mail: luigimoreno.coستا@regione.liguria.it

Prot. n. RU/7764 del 31 maggio 2017

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Lenti intraoculari" occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Lotti n. 9

Numero gara 6485563

Verbale di verifica contestazioni a seguito apertura offerte economiche

Seduta della Commissione Giudicatrice del: 31 maggio 2017

Il giorno trentuno maggio 2017, alle ore 09,30, presso la Sede Operativa di A.Li.Sa Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto – Via G. D'Annunzio n° 64 – II° piano, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n° 18 del 13/01/2017, composta da:

Nominativo	Incarico e struttura di provenienza	In qualità di
IESTER Prof. Michele	Professore Associato C/O Clinica Oculistica — IRCCS AOU San Martino-IST	Componente
FERRARI Dott. Ettore	Direttore S.C. Oculistica P.O. Imperia – ASL 1 Imperiese	Componente
GIACOMELLI Dott. Fabio	Direttore S.C. Oculistica P.O. Micone - Villa Scassi ASL 3 Genovese	Presidente

EF

Sono presenti in rappresentanza di A.Li.Sa. Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto i componenti del Seggio, nelle persone dei Signori:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| • COSTA Dott. Luigi Moreno | Dirigente della Centrale | RUP |
| • LOTTI Loredana | Collaboratore amm.vo della Centrale | Componente |
| • BORETTI Roberto | Assistente amm.vo della Centrale | Componente e Segretario |

Qu

La Commissione Giudicatrice, preliminarmente, prende atto che

- in data 21/04/2017, in sede di seduta pubblica di apertura delle offerte economiche (verbale rubricato agli atti con prot. n. 5907 del 21/04/2017), la Sig.ra Anna Carpentiere, in rappresentanza della Ditta Alfa Intes S.r.l., ha contestato la proposta di aggiudicazione nei confronti della Ditta Tecno Instruments per il Lotto 9, per le motivazioni meglio espresse nella memoria datata 20/04/2017 prot. 2004, unita in originale al verbale sopraccitato.

M.I.

Q

A

M

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563



AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

- In data 03/05/2017, la Ditta Tecno Instruments S.r.l., ha fatto pervenire a mezzo PEC le proprie controdeduzioni (con propria nota prot. n. 258/2017 – rubricata agli atti di questa Centrale con prot. n. 6349/2017) che si uniscono in allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

Premesso che:

- il Capitolato Tecnico di gara era stato articolato in n. 9 lotti riferiti ciascuno a prodotti con caratteristiche differenti per impieghi clinici specifici;
- al Lotto 9 il suddetto Capitolato prevedeva: “Cristallino artificiale acrilico idrofobo 3 pezzi per sacco capsulare per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,75$ mm) iniettabile ottica biconvessa asferica (vincolata per l'asfericità e la precaricatura ai poteri diottrici da +6D a +26D)”,
- le Ditte TECNO INSTRUMENTS S.r.l. e ALFA INTES S.r.l., proponevano rispettivamente la lente HOYA PY-60AD e la lente KOWA AVANSEE PRESET PN6A,
- la Commissione Giudicatrice, esaminando i prodotti presentati dalle Ditte concorrenti, rilevava che entrambe le lenti erano costituite da un disco ottico in materiale acrilico idrofobo e da due anse di materiale differente da quello del piatto ottico e che questa caratteristica consentiva di considerare i cristallini in questione come 3 pezzi. Inoltre l'impiego clinico-chirurgico dei cristallini in questione, per le proprietà biomeccaniche degli stessi, era da ritenersi funzionalmente equivalente e conforme alle caratteristiche minime richieste nel Capitolato;
- la Commissione Giudicatrice pertanto aveva reso idonei, per quanto attiene il lotto di che trattasi, entrambi i dispositivi presentati dalle ditte concorrenti (verbale seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 20/02/2017, prot. n. 2742 del 21/02/2017).

Ciò posto, la Commissione Giudicatrice, esaminate le note presentate dalle due Ditte concorrenti, conferma quanto già espresso in sede di verifica delle caratteristiche tecniche e ribadisce che, pur essendo la lente HOYA PY-60AD costruita a partire da un unico blocco, caratteristica che l'ha resa idonea anche in gare dove si richiedeva una lente monopezzo (Azienda Ospedaliera Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine), presenta delle caratteristiche tali (piatto ottico in materiale acrilico idrofobo e aptiche in PMMA) da renderla conforme ai requisiti minimi richiesti e idonea alla partecipazione in gare dove sono richieste lenti tre pezzi (ASL TO1 di Torino e ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila).

Terminata la seduta tutta la documentazione tecnica viene raccolta in plichi opportunamente chiusi e conservati nella stanza “Archivio”, debitamente chiusa a chiave, sita al II° piano della sede operativa dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale d'Acquisto – Via G. D'Annunzio n° 64.

La seduta è chiusa alle ore 11,00.

Il presente verbale, composto da n. 3 fogli (esclusi allegati), viene acquisito agli atti per gli adempimenti consequenziali.

- Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Commissione Giudicatrice

Presidente:

Dott. Fabio GIACOMELLI



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Componenti:

Prof. Michele Iester

Dott. Ettore FERRARI

Per la Centrale Regionale di Acquisto:

RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA

Sig.ra Loredana LOTTI

Sig. Roberto BORETTI



ALFA INTES S.R.L.
Sede Legale: Via F.lli Bandiera, N.C.C. 80028 Casoria (NA) ITALY
Tel: (+39) 081.196.27.066 -- FAX: (+39) 081.196.27.066
Email: info@alfaintes.it web: www.alfaintes.it

Casoria lì, 20/04/2017

Spett/le
ARS Centrale Regionale di Acquisto
Via D'Annunzio, 64
16121 Genova
C.F. 95113490106

Prot. n. 2004

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di "Lenti intraoculari" occorrenti ad AA.SS.LL.,
EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni 3 (tre) con opzione
di rinnovo per un ulteriore anno – Lotti n. 9 – Gara.n. 6485563.

Con la presente in riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, la sottoscritta
Società Alfa Intes srl con sede in Casoria alla via F.lli Bandiera N.C.C. nella persona del proprio
Amministratore Unico Lucia Gelsomino contesta quanto segue:

PREMESSO CHE

- La scrivente Società Alfa Intes ha partecipato alla procedura di cui in oggetto per i Lotti n. 1-9;
- In data 03/02/2017 alle ore 10,00 presso la Sala Riunioni di A.Li.sa – Area Centrale Regionale di Acquisto, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura di cui in oggetto, per la verifica della sussistenza della documentazione tecnica presentata dalla Ditte Concorrenti;

- In data 06/02/2017 è stato pubblicato sul sito di A.Li.Sa. il verbale di apertura delle buste tecniche con gli allegati per ogni Ditta concorrente –Seduta Pubblica- prot. n. 1872.

CONSIDERATO CHE

- La descrizione tecnica riportata nel capitolato Tecnico recita:
Cristallino artificiale acrilico idrofobo 3 Pezzi per sacco capsulare per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,75$ mm) iniettabile ottica biconvessa asferica (vincolata per l'asfericità e la precaricatura ai poteri diottrici da + 6D a +26D);
- Al lotto n. 9 ha partecipato sia la scrivente Società Alfa Intes che la Società Tecno Instruments;
- Il cristallino Artificiale presentato per il Lotto n. 9 MARCA Kowa cod. PN6A AVANSEE PRESET dalla scrivente società Alfa Intes possiede i seguenti requisiti tecnici:
"Cristallino artificiale acrilico idrofobo 3 Pezzi per sacco capsulare per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,75$ mm) iniettabile ottica biconvessa asferica (vincolata per l'asfericità e la precaricatura ai poteri diottrici da + 6D a +26D);"
- il cristallino Artificiale presentato per il lotto n. 9 dalla Società Tecno Instruments marca HOYA COD. PY60AD possiede i seguenti requisiti tecnici:
Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo bimateriale con anse in PMMA legate chimicamente all'ottica per sacco capsulare per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,75$ mm) iniettabile ottica biconvessa asferica (vincolata per l'asfericità e la precaricatura ai poteri diottrici da + 6D a +26D);"
- la Società Tecno Instruments è risultata aggiudicataria dello stesso cristallino artificiale marca HOYA Cod. PY60AD con caratteristiche tecniche riportate in delibera (n.76/2012 a favore della CRA –Centrale Regionale di Acquisto – Regione Liguria) di seguito specificate:
"Cristallino artificiale acrilico idrofobo, monopezzo bimateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione, iniettabile, ottica biconvessa anteriore, asferica (vincolata per l'asfericità ai poteri diottrici da + 6D a + 30D);"



- la Società Emmecci è risultata aggiudicataria dello stesso cristallino artificiale marca HOYA cod. PY60AD con caratteristiche tecniche riportate in delibera (n. 1501/2010 a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine) di seguito specificate:

"Lente intraoculare pieghevole in materiale acrilico idrofobico monopezzo in bimatériale con ottica asferica di almeno 6.0 mm con filtro UV con bordo squadrato 2 anse in OMMA legate chimicamente all'ottica precaricata in iniettore".

SI RITIENE CHE

- alla luce di quanto sopra esposto si evince chiaramente che il prodotto presentato dalla Tecno Instruments non corrisponde alle caratteristiche tecniche definite indispensabili e/o essenziali e/o obbligatorie riportate nel capitolato tecnico pena l'esclusione (art. 7 Modalità di svolgimento della gara pag. 13 primo capoverso);
- pertanto la scrivente Società richiede, dopo una attenta analisi della documentazione tecnica presentata dalla Società Tecno Instruments, il riesame documentale e della campionatura del lotto n. 9 ed la conseguenziale sospensione dell'apertura delle buste economiche del lotto n. 9.

In fede
Alfa Intes





TECNO INSTRUMENTS S.r.l. a socio unico
Società soggetta a direzione e
coordinamento da parte della EMMECI 4 S.r.l.
Sede Legale: 43122 PARMA
Via Traversante S. Leonardo, 13/A
Uffici Amm. Comm.: 10141 TORINO
Corso Monte Cucco, 135
Tel. 011/3855962 - Fax 011/334484

Azienda consociata alla:

COMPAGNIA
ITALIANA
OFTALMOLOGICA



IMPRESA CERTIFICATA A NORME
UNI-EN-ISO 9001/2008
Certificato UNITER N. 123
REA: PR-257354
Capitale Sociale € 51.480,00 Interamente Versato
N° Iscrizione - CClAA Parma - Codice Fiscale
Partita IVA 06426540166

Spett.le

A.Li.Sa. LIGURIA

Area Centrale Regionale di Acquisto

Via G. D'Annunzio, 64

16121 GENOVA

Alla c.a. RUP Dr. Luigi Moreno COSTA

Ns. rif.: 258/2017

Vs. rif.: Gara 6485563

OGGETTO: precisazioni riguardanti la lente PY60AD offerta nel Lotto 9, in riferimento alla Procedura aperta per la fornitura di "Lenti intraoculari" occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi 36 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12.

Il sottoscritto Mario CARTA, in qualità di legale rappresentante della TECNO INSTRUMENTS Srl, in riferimento al verbale di proposta di aggiudicazione Vs. prot. RU/5907 del 21 aprile 2017 e alla lettera di contestazione della ditta ALFA INTES prot. 2004 del 20/04/2017 ivi allegata,

DICHIARA

- che le lenti oggetto di offerta, soddisfano tutte le caratteristiche tecniche definite indispensabili e/o essenziali e/o obbligatorie riportate nel Capitolato Tecnico (Sezione "A"), come indicato anche nel modello F4 richiesto dal Vostro Spettabile Ente, ovvero:
 - Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm
 - Lunghezza minima 12,50 mm
 - Indice di rifrazione: $\geq 1,45$
 - Filtro UV + filtro luce blu
 - Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a +26D
 - Contenuto d'acqua: $\leq 3\%$
 - Bordo del disco ottico "square edge"
 - Forma delle anse a C "modificata" con angolazione progressiva
 - Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da +6D a +26D
- che il modello di lente HOYA iSert PY-60AD AF-1 (UY), oggetto di offerta, risponde alla richiesta di cristallino artificiale acrilico idrofobo 3 pezzi, ovvero lenti caratterizzate da aptiche di materiale diverso dall'ottica; ciò è evidenziato anche dalla differenza di colore delle anse rispetto al piatto ottico;
- che le istruzioni per l'uso, allegate anche in sede di gara, indicano: "La parte ottica della lente è realizzata in resina acrilica idrofoba a elevato indice di rifrazione con filtro UV (trasparente o gialla). Le aptiche sono realizzate in PMMA reticolato di colore blu.";
- che l'innovazione delle lenti HOYA iSert PY-60AD AF-1 (UY), rispetto alle IOLs 3 pezzi tradizionali, è che il PMMA utilizzato per la costruzione delle aptiche e il materiale acrilico costituente l'ottica, vengono legati chimicamente al bordo stesso dell'ottica, durante la fase di produzione dei moduli di materia prima, senza rendere necessaria l'introduzione di una parte delle aptiche all'interno del corpo ottico, lasciando pertanto lo stesso corpo ottico completamente libero da elementi di possibile disturbo per la visione del paziente;

Handwritten signature/initials

M.I.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

segue

- la suddetta innovazione nel processo di fabbricazione permette a HOYA la tornitura della lente iSert PY-60AD AF-1 (UY) da un modulo monoblocco bi-materiale, ottenendo così una IOL (Intra-Ocular Lens) che combina la qualità di una lente monopezzo alle caratteristiche aptiche di una lente 3 pezzi, con aptiche ottenute per tornitura e fresatura, anziché in monofilamento rimodellato; tali aptiche in PMMA, lavorato con la tecnica Lathe-Cut (tornitura e fresatura), mantengono importanti caratteristiche di memoria, consentendo alla IOL il miglior posizionamento all'interno del sacco capsulare e una ottimale forza di compressione sull'equatore capsulare;
- che, a titolo esemplificativo, il modello HOYA iSert PY-60AD AF-1 (UY) è stato oggetto di offerta e di aggiudicazione presso la ASL TO1 di Torino, con deliberazione 601 del 20 settembre 2016 e 110 del 10 febbraio 2017, dove erano richieste lenti definite "3 pezzi" (si allegano Contratto Definitivo Lotto 124 e relativo capitolato);
- che, a ulteriore titolo esemplificativo, il modello HOYA iSert PY-60AD AF-1 (UY) è stato oggetto di offerta da parte della nostra consociata OPTARISTON con sede a Roma (distributore per la Regione Lazio delle lenti intraoculari HOYA) e di relativa aggiudicazione presso la ASL 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila, con deliberazione n. 725 del 13 maggio 2016, dove erano richieste lenti definite "tre pezzi" (si allegano Delibera aggiudicazione Lotto 36 e relativo capitolato).

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione necessaria, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Mario Carta

Torino, 2 maggio 2017



TECNO INSTRUMENTS Srl

Allegati: - contratto Definitivo Lotto 124 e relativo capitolato ASL TO1;
- delibera aggiudicazione Lotto 36 e relativo capitolato ASL 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila.






TECNO
INSTRUMENTS
