Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA tel. 010/548 8536
e-mail: Riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Alessandra CURLETTO tel. 010/8498537
e-mail: Aessandra.curletto@regione.liguria.it

Genova, 01/10/2014

Prot. N. 7904

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura inclusive service di sistema automatizzato comprensivo di preanalitica e analizzatore/i per la validazione biologica delle unità di sangue della regione liguria per un periodo di anni 5 (con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni) - lotti n.2 - numero gara 5713147

Risposte ai quesiti pervenuti fino al 30/09/2014.

In risposta al sottoelencato quesito formulato a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto fino al 30/09/2014, si rappresenta quanto segue:

QUESITO N. 5

DOMANDA:
Si prega di confermare che tutta la documentazione prodotta dalla partecipante: amministrativa tecnica ed economica, possa essere sottoscritta da Procuratore Speciale, allegando copia della procura nella busta n. 1 (Documentazione amministrativa).

RISPOSTA:
Si conferma quanto richiesto e si rimanda a quanto indicato all'art. 4 del Disciplinare di gara "modalità di presentazione dell'offerta", pag. 3.

QUESITO N.6

DOMANDA:
A pag. 7 del Disciplinare di Gara, si richiede di inserire nella busta n. 3 - documentazione Tecnica, "copia della certificazione CE (...) Nel caso di dispositivi medici la ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42"; si prega di confermare che la Direttiva di riferimento per i prodotti oggetto della presente gara, dispositivi medici in vitro, sia la 98/79 e non la 93/42 e che quindi la previsione di indicare la classe di appartenenza del prodotto non sia applicabile.

RISPOSTA:
Si conferma che la Direttiva di riferimento per i prodotti oggetto della presente gara, dispositivi medici in vitro, sia la 98/79 e non la 93/42, pertanto andrà indicata detta classe di appartenenza.

QUESITO N.7

DOMANDA:
Si prega di confermare che il VS Allegato F8 non sia da compilare per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; nel caso in cui debba essere rilasciato anche dai cessati, nella eventualità che gli stessi non siano reperibili, si prega di confermare che l'Allegato F8 possa essere compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante per quanto a propria conoscenza.

RISPOSTA:

Si conferma quanto richiesto.

QUESITO N.8

DOMANDA:
A pag. 4 del capitolato tecnico, punto 21 delle caratteristiche minime essenziali del sistema analitico a pena di esclusione, lotto 1: è prevista la "partecipazione ad un programma di VEQ a cadenza annuale (12 forniture/anno). Si richiede la possibilità di accettare forniture di VEQ a cadenza inferiore, vista la difficoltà a reperire sul mercato quanto richiesto nel capitolato.

RISPOSTA:

Si conferma la caratteristica minima essenziale di 12 forniture/anno.

QUESITO N.9

DOMANDA:
A pag. 2 del Capitolato Tecnico, lotto 1, si richiede "acquisizione di reagenti per il controllo di qualità interno da inserire quotidianamente sugli analizzatori". Si chiede di precisare se per "controllo di qualità interno" si intenda il controllo fornito dal produttore del sistema analitico o il controllo fornito da terza parte.

RISPOSTA:

L'interpretazione corretta è "controllo fornito da terza parte"

QUESITO N.10

DOMANDA:
In riferimento al Lotto 1 "Fornitura in inclusive service di sistema automatizzato di analizzatore/i e materiale di consumo per la validazione biologica delle unità di sangue - CIG 588513248F" si richiede dove essere inserito L'allegato F5 Scheda Tecnica Gara n. 5713147.

RISPOSTA:

L'allegato F5 "Scheda Tecnica n. 5713147" è stato pubblicato per errore. E' sufficiente indicare i dispositivi offerti per lo svolgimento del servizio nella specifica dei prodotti offerti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Riccardo ZANELLA)