

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/8492214
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Estensore del documento: Roberto BORETTI tel. 010/8492579
e-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it
Estensore del documento: Caterina MERLO tel. 010/84902336
e-mail: Caterina.merlo@regione.liguria.it

Genova, 05/06/2012

Prot. n. 813

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 163/2006, per l'affidamento servizio di somministrazione a domicilio di prodotti per la nutrizione enterale artificiale per gli assistiti residenti sul territorio della Regione Liguria per la durata di 36 (trentasei) mesi, con opzione di rinnovo di un ulteriore anno". – Lotto unico

In risposta al quesito pervenuto a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto il 23 maggio 2012, si rappresenta quanto segue:

QUESITO - 6 -: Osservazioni:

- 1- *Dieta polimerica liquida normocalorica con fibre per bambini fino a 18 mesi o peso fino a 8 kg ,somministrabile per sonda in contenitori da 200 a 500 ml.
Apporto calorico richiesto : 1 Kcl/ml Osmolarità massima : 300 mOsm/l*

Il prodotto xxxx corrispondente alla descrizione, unico sul mercato, è in contenitori da 100 ml

- 2- *Supplemento nutrizionale orale, pronto all'uso, ipercalorico,per alimentazione del bambino di età superiore a 1 anno, arricchito con fibre solubili e insolubili in contenitori da 200 ml.
Apporto calorico 2 Kcal/ml*

Il prodotto xxxx corrispondente alla descrizione, unico sul mercato, fornisce 1,5 kcal/ml

RISPOSTA - 6 -:

1. La Commissione Tecnica, ha ritenuto di accogliere l'osservazione presentata. il range della capacità dei contenitori per la "Dieta polimerica liquida normocalorica con fibre per bambini fino a 18 mesi o peso corporeo fino a 8 kg somministrabile per sonda" dovrà essere compreso **tra 100 e 250 ml.**
2. La Commissione Tecnica, ha ritenuto di accogliere l'osservazione presentata, stabilendo che l'apporto calorico per il supplemento nutrizionale orale previsto nel Capitolato tecnico sia compreso nel range **"1,5-2 Kcal/ml."**

QUESITO - 7-: ***Premesso** che nella gara in oggetto nella Sezione A del Capitolato Tecnico, all'Art. 8.1 alla voce "Pompa portatile solo su richiesta del medico del Centro Prescrittore che dovrà presentare le seguenti caratteristiche indispensabili" è riportata, tra le altre, la seguente caratteristica: **autonomia di almeno 24 ore.***

***Chiede** che l'intervallo di autonomia richiesto sia ridotto a 15-18 h in considerazione del fatto che tale durata garantirebbe comunque la mobilità del paziente e amplierebbe il range di scelta alle Aziende partecipanti e al Centro Prescrittore.....*

RISPOSTA - 7-: La Commissione Tecnica ha ritenuto di modificare l'autonomia della batteria prevista nel Capitolato tecnico per la pompa portatile, riducendola da 24 ore **a 15 ore.**

QUESITO - 8 -: Osservazioni:

- ✓ ***Capitolato Speciale – art. 8) Caratteristiche delle attrezzature e del materiale di medicazione – 8.1 Pompa peristaltica:** nel presente capitolato vengono ben identificate le specifiche tecniche che devono essere possedute dalle nutripompe; da un'analisi effettuata risulta che le caratteristiche indicate di fatto restringano di molto la gamma delle apparecchiature offribili, rendendo quindi l'offerta da produrre non così competitiva a livello economico come potrebbe essere in caso di ampliamento dei modelli inseribili; segnaliamo ad esempio l'elevata autonomia richiesta della batteria, caratteristica che porta ad una sostanziale riduzione delle apparecchiature considerabili nel progetto dell'offerta; per poter permettere di offrire un'ampia gamma di apparecchiature l'autonomia dovrebbe essere ridotta a 15-18 ore. Segnaliamo inoltre che la seguente frase: **"Su richiesta dello specialista del centro, la nutripompa fornita dalla società di servizio, potrà essere sostituita con una equipollente di altra ditta produttrice"** rende di fatto l'offerta indeterminabile nei costi in quanto in via preventiva non sarà possibile quantificare in modo corretto quante e quali saranno le nutripompe da fornire difforni da queste proposte, soprattutto in considerazione del fatto che il mercato offre molteplici tipologie di nutripompe a costi completamente diversi.*
- ✓ ***Capitolato Speciale – art. 8) Caratteristiche delle attrezzature e del materiale di medicazione – 8.2 Fornitura di set per infusione per pompa peristaltica:** nel presente capitolato, al capoverso c) viene indicato che in caso di stomia stabilizzata possono essere richiesti, da parte del Centro Prescrittore, kit sostitutivi PEG a palloncino; al fine di ben valutare i costi e rendere le offerte comparabili in modo omogeneo tra le Aziende partecipanti alla gara, è necessario che venga fornita un'indicazione in merito al numero di kit fornibili stimato anche in percentuale in relazione al numero di pazienti;*
- ✓ ***Capitolato Speciale – art. 9) Caratteristiche delle miscele nutrizionali:** nelle tabelle illustrative il numero dei pazienti suddivisi per tipologia di nutriente non viene espresso il consumo a paziente degli stessi; al fine di poter effettuare un corretto conto economico, e quindi poter esprimere un'offerta coerente con i costi da sostenere nell'esecuzione del servizio, siamo a chiedere il dato mancante;*
- ✓ ***Offerta economica:** siamo a chiedere di conoscere il numero di pazienti con sondino nasogastro e PEG al fine di poter imputare i costi in modo corretto, e quindi rendere l'offerta economicamente coerente con le richieste di capitolato.*

RISPOSTA - 8-:

- ✓ La Commissione Tecnica ha ritenuto di modificare l'autonomia della batteria prevista nel Capitolato tecnico per la pompa portatile, riducendola da 24 ore **a 15 ore.** Su richiesta dello specialista del centro, la nutripompa fornita dalla società di servizio, potrà essere sostituita con una equipollente di altra ditta produttrice **solo in caso di accertata e documentata incompatibilità, quindi in numero molto ridotto non preventivabile a priori in quanto derivante dalla tipologia di pazienti e comunque in quantità tali da non rendere l'offerta indeterminabile.**

- ✓ Il dato richiesto per i kit sostituivi PEG a palloncino, può essere stimato in un consumo medio per paziente, di circa **uno ogni 6 mesi** tenendo conto di situazioni non prevedibili come ad esempio la rimozione accidentale della sonda o il suo deterioramento.
- ✓ Mediamente il consumo dei soggetti adulti si aggira sulle **1500 Kcal per die**.
- ✓ Si ritiene che l'incidenza del numero di **pazienti in PEG è del 20%** sul totale del numero di pazienti in NED; **il restante 80 %** è da considerarsi **di pazienti con sondino nasogastrico**.

Si ricorda che tutta la documentazione è disponibile sul sito www.acquistiliguria.it.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(f.to Dott. Luigi Moreno COSTA)