



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di Trapani elettrici e sistema raccolta liquorale ermetica, occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi). Lotti n. 2 - Numero gara 7114842 - Identificativo di procedura SINTEL: 108570172 .

Verbale di valutazione delle offerte tecniche.

**Il Seduta riservata
14 gennaio 2020**

Il giorno 14 del mese di gennaio dell'anno duemila venti, alle ore 16,30 circa, presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione tecnica delle offerte pervenute.

Sono presenti,
per la Commissione giudicatrice:

Dott. Gianluca Piatelli	Dirigente Medico U.O.. Neurochirurgia Istituto G. Gaslini Genova	Presidente
Dott. Tomasz Tadeusz Godowicz	Dirigente Medico S.C. Neurochirurgia E.O. Ospedali Galliera	Componente
Dott.ssa Bernarda Cagetti	Resp. S.S. Gestione Ambulatori della S.C. Neurochirurgia Osp. Santa Corona Pietra Ligure (ASL 2)	Componente

Per la Centrale il Dott. Maurizio Crovetto, funzionario referente della procedura che svolge le funzioni di segretario.

La seduta è riservata ma prevede le dimostrazioni pratiche previste dal capitolato di gara secondo il seguente calendario:

ore 16,30 Integra Lifesciences Italy	lotto 2
ore 16,45 Medtronic Italia	lotto 1
ore 17,15 N.B.A. Medica	lotto 1


Alle ore 16,35 circa sono ammesse alla seduta le seguenti persone della ditta Integra Lifesciences Italy: Mauro Ricordini, Antonio Zamboni; ha inizio la dimostrazione dei prodotti offerti per il lotto n. 2 e precisamente dispositivo e sacche di raccolta come da elenco all. 1 al presente verbale.
La dimostrazione termina alle ore 16,49 circa;

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Alle ore 16,51 circa sono ammesse alla seduta le seguenti persone della ditta Medtronic Italia: Alessandro Cristini, Claudia Vigorelli, Hermann Fruner; ha inizio la dimostrazione dei prodotti offerti per il lotto n. 1 e precisamente perforatori, lame da craniotomo, punte per fori, frese, seghe e debrider (come materiale monouso) nonché centralina di comando, craniotomo, perforatore craniale, 4 tipi di motore porta fresa, motore per debrider, motore per seghe come da elenco all. 1 al presente verbale (per il monouso) e come da offerta di gara (per le attrezzature).

La dimostrazione termina alle ore 17,32 circa;

Alle ore 17,36 circa sono ammesse alla seduta le seguenti persone della ditta N.B.A. Medica: Mattia Pranzitelli, Cristiano Giacalone; ha inizio la dimostrazione dei prodotti offerti per il lotto n. 1 e precisamente perforatori, lame da craniotomo, punte per fori, frese, seghe e debrider (come materiale monouso) nonché centralina di comando, craniotomo, perforatore craniale, 4 tipi di motore porta fresa, motore per debrider, motore per seghe come da offerta di gara.

La dimostrazione termina alle ore 18,12 circa;

Terminata la fase di dimostrazione pratica dei prodotti offerti, durante la quale la Commissione ha verificato alcune prestazioni oggetto di valutazione a punteggio, i lavori procedono, in seduta riservata, con un primo confronto tra i componenti di quanto appena visto e riscontrato.

Si prosegue quindi con la compilazione delle schede punteggio opportunamente predisposte dagli uffici della Centrale, che vengono allegate quali parti integranti e sostanziali, utilizzando, per la tipologia di criterio con identificativo Q1, una scala di valori da 0,0 a 1,0 di tipo "scolastico" (0,0 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 – 1,0) dove il coefficiente 0,0 è gravemente insufficiente a salire, con tutti valori intermedi, fino 0,6 (sufficiente) per arrivare a 1,0 (eccellente)

Dalle schede punteggio sopra descritte emergono i seguenti punteggi complessivi:

Lotto 1	Punteggio grezzo	Punteggio riparametrato al punteggio massimo (70 pt)
Medtronic Italia	58,65	70,00
N.B.A. Medica	48,99	58,47

Lotto 2	Punteggio grezzo	Punteggio riparametrato al punteggio massimo (70 pt)
Integra Lifesciences Italy	70,00	70,00

Tutte le aziende sopra esposte sono ammesse alla fase successiva della gara.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale, per complessive n. 10 (dieci) pagine, compresi gli allegati, agli atti della Centrale per la fase successiva della procedura.

La seduta è tolta alle ore 19,05.

Letto, confermato e sottoscritto

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cr@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

La Commissione giudicatrice:

Il Presidente

Dott. Gianluca Piatelli

I Componenti

Dott. Tomasz Tadeusz Godowicz

Dott.ssa Bernarda Cagetti

Per la Centrale:

Dott. Maurizio Crovetto
(con funzioni di Segretario)

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Spett.le

ALISA AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
PIAZZA DELLA VITTORIA N 15
16121 GENOVA (GE)

Prot. G2019-0007

AZ/sb Rozzano, 08/01/2020

Rif. Nostra offerta n. 72158- 1 del 15/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI TRAPANI ELETTRICI AD ALTA VELOCITÀ E MATERIALE DI CONSUMO PER NEUROCHIRURGIA, CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE E OTORINOLARINGOIATRIA E DI UN SISTEMA COMPLETO DI RACCOLTA LIQUORALE HERMETICA OCCORRENTI AD AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI). GARA N. 7114842

La scrivente società INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL Strada 6 Palazzo N3 - Milanofiori - 20089 Rozzano (MI), tel. 02/5778921, fax 02/57511371, E-mail integralifesciencesitaly@legalmail.it; codice fiscale e partita iva 09284460962, Iscrizione C.C.I.A.A. 09284460962 REA MI - 2080760

PRESENTA

la sotto indicata campionatura in riferimento al lotto 2 della procedura in oggetto

n. 1 conf. cod. 821731C	Lot 213299
n. 1 conf. cod. 821732C	Lot J47G30
n. 1 conf. cod. 821733	Lot 143555387

Restando a vostra disposizione per eventuali altri chiarimenti in merito porgiamo cordiali saluti.

INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL
DANIELE IRTO
Procuratore



DU 2

Medtronic

Medtronic Italia S.p.A.
Via Varesina, 162
20156 Milano
Tel. +39 02 24137.1
Fax +39 02 241381

Spettabile
A.LISA
Piazza della Vittoria 15
16121 Genova GE

Milano, 08 Gennaio 2020

Nostro Protocollo N: ITV0012773/2020/mv

OGGETTO: CONVOCAZIONE PER PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI. VS. PROT. N. 28202 DEL 24.12.2019.

Rif. Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "trapani elettrici ad alta velocità e materiale di consumo per neurochirurgia, chirurgia maxillo-facciale e otorinolaringoiatria e di un sistema completo di raccolta liquorale ermetica" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi). Lotti n. 2 - Numero gara 7114842. Nostro Protocollo N: ITT0017434/2019/mv del 11/04/2019

La scrivente MEDTRONIC ITALIA S.p.A. con sede a Milano, Via Varesina 162, CAP 20156, numero fax 02.241381, PEC (posta elettronica certificata): medtronicitalia.gare@legalmail.it, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09238800156, codice attività: 51462, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano - al n. 09238800156 REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1275682 - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette territorialmente competente: Milano - Settori Grandi Contributi - Via Manin 27, nella persona del Procuratore PATRIZIA ZARANTONIELLO nato/a a MILANO (MI), il 26/01/1958 e residente a MILANO (MI) in Via Val Lagarina, 26, codice fiscale: ZRNPRZ58A66F205S, nominato/a con Atto del 10/06/2016 n. 13.888 banca d'appoggio BANK OF AMERICA N.A. - Via Manzoni, 5 - 20121 MILANO - A.B.I. 03380 C.A.B. 01600 C/C 12510016 Codice IBAN IT07A0338001600000012510016 Codice CIN: A, con riferimento a quanto in oggetto presenta

ELENCO CAMPIONATURA

Lotto	Codice Prodotto	Descrizione	Quantità
1	F2/8TA23	CRANIOTOMO	1
1	8TA11	PUNTA PER FORI	1
1	8TA17	PUNTA PER FORI	1
1	7BA40	FRESA TAGLIENTE	1
1	7BA40D	FRESA DIAMANTATA	1
1	7BA40DC-MN	FRESA DIAMANTATA COARSE	1
1	R254-03F	LAMA	1
1	120S97-03F	LAMA	1
1	F2/8TA23	CRANIOTOMO	1
1	1884004	Lama Retta Tricut 4.0 mm c/o tubo irrigazione	1
1	DM0008FAA	Punta perforatore	1
1	DM0210FAA	Punta perforatore	1

Distinti saluti,



MEDTRONIC ITALIA SPA

MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
Un Procuratore
PATRIZIA ZARANTONIELLO

1/1

Medtronic Italia S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Medtronic PLC.
Cap. soc. € 1.200.000,00 - Registro Imprese N. 281327 Tribunale Milano - R.E.A. N. 1275682 - Cod. Fisc./P.IVA 09238800156
Sede Legale e Uffici Via Varesina, 162 Edificio Raimondi - 20156 Milano - Magazzino Via Raimondi, 9 - 20156 Milano
Ufficio di Roma Via Aurelia, 475 - 00165 Roma - Tel. 0632814.1 - Fax 063215812

LOTTO N. 1 - TRAPANI ELETTRICI AD ALTA VELOCITÀ E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO					MEDTRONIC ITALIA		N.B.A. MEDICA	
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso			presenti		presenti	
1	Numero di motori collegabili alla centralina	Q3	6	numero	4		3	2,0
				Punteggio	6,000		3,000	
2	Peso della centralina [gr]	Q4*	4	KG	7,30		7,80	9,36
				Punteggio	4,00		3,03	
3	Velocità di rotazione massima del motore [giri/min] (minimo 75.000 giri)	Q3	1	GIRI	75000		75000	75000,0
				Punteggio	1,000		1,000	
4	Momento torcente del motore [Nm]	Q3*	2		187,5		38	30,40
				Punteggio	2,000		0,097	
5	Potenza del motore [W]	Q3*	2	w	90		400	72,00
				Punteggio	0,110		2,000	
6	Modalità di regolazione della velocità e range di valori impostabili	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO DUE DITTE OFFERENTI)	1	PIATELLI	1,000	MAGGIORE RANGE DI REGOLAZIONE (da 200 a 75,000)	0,500	da 6000 a 75000
				GODOWICZ	1,000		0,500	
				CAGETTI	1,000		0,500	
				Media coefficienti	1,000		0,500	
				riportata a 1	1,000		0,500	
				Punteggio	1,000		0,500	
7	Tempo di start-up (tempo intercorrente tra comando e raggiungimento velocità di regime massimo impostabile) - solo per il rotante da neurochirurgia [ms]	Q4*	4	ms	114,00		500,00	600,00
				Punteggio	4,00		0,82	
8	Modalità di innesto rapido manipoli [baionetta, altro] - <i>prova pratica</i> -	Q1	2	PIATELLI	1,000	il sistema di innesto è più facile e rapido	0,500	
				GODOWICZ	1,000		0,500	
				CAGETTI	1,000		0,500	
				Media coefficienti	1,000		0,500	
				riportata a 1	1,000		0,500	
				Punteggio	2,000		1,000	
9	Sistema di sicurezza su innesto parziale manipoli: descrivere - <i>prova pratica</i> -	Q1	3	PIATELLI	1,000	adeguato alla richiesta	1,000	sistema meno pratico ma sicuro e adeguato
				GODOWICZ	1,000		1,000	
				CAGETTI	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000	
				Punteggio	3,000		3,000	
10	Surriscaldamento del motore durante le fasi di taglio e fresatura. Otterranno il punteggio più alto i motori che presentano un minore surriscaldamento. La Ditta offerente dovrà produrre idonea autocertificazione attestante la temperatura di esercizio del motore,	Q4*	7	gradi	manca la dichiarazione		36,70	44,04

FZe

	misurata dopo 10 minuti di funzionamento al massimo di erogazione (in giri/min)			Punteggio	0,00		7,00	
11	Presenza di sistema di irrigazione del sito chirurgico: si/no	Q5	4	SI/NO	si		si	
				Punteggio	4,000		4,000	
Allegare documentazione da cui si evinca il peso di ciascun motore								
Craniotomo:								
	Peso ridotto	Q4*	1	GRAMMI	59,00		70,00	84,00
				Punteggio	1,00		0,56	
	Ergonomia <i>prova pratica</i>	Q1	1	PIATELLI	1,000	adeguato alle esigenze	0,500	manipolo meno maneggevole. (più ingombante)
				GODOWICZ	1,000		0,500	
				CAGETTI	1,000		0,500	
				Media coefficienti	1,000		0,500	
				riportata a 1	1,000		0,500	
				Punteggio	1,000		0,500	
Perforatore craniale a ridotto numero di giri:								
	Peso ridotto	Q4*	1	GRAMMI	275,00		250,00	330,00
				Punteggio	0,69		1,00	
	Ergonomia <i>prova pratica</i>	Q1	1	PIATELLI	1,000	adeguato alle esigenze	0,500	manipolo meno maneggevole. (più ingombante)
				GODOWICZ	1,000		0,500	
				CAGETTI	1,000		0,500	
				Media coefficienti	1,000		0,500	
				riportata a 1	1,000		0,500	
				Punteggio	1,000		0,500	
Motore retto per fresa per cranio								
	Peso ridotto	Q4*	1	GRAMMI	23,00		55,00	66,00
				Punteggio	1,00		0,26	
	Ergonomia <i>prova pratica</i>	Q1	1	PIATELLI	1,000	adeguato alle esigenze	0,500	manipolo meno maneggevole. (più ingombante)
				GODOWICZ	1,000		0,500	
				CAGETTI	1,000		0,500	
				Media coefficienti	1,000		0,500	
				riportata a 1	1,000		0,500	
				Punteggio	1,000		0,500	
Motore angolato per fresa per cranio								
	Peso ridotto	Q4*	1	GRAMMI	69,00		80,00	96,00
				Punteggio	1,00		0,59	
	Ergonomia <i>prova pratica</i>	Q1	1	PIATELLI	1,000	adeguato alle esigenze	0,500	manipolo meno maneggevole. (più ingombante)
				GODOWICZ	1,000		0,500	
				CAGETTI	1,000		0,500	
				Media coefficienti	1,000		0,500	
				riportata a 1	1,000		0,500	
				Punteggio	1,000		0,500	
Motore per fresa per colonna vertebrale								
	Peso ridotto	Q4*	1	GRAMMI	75,00		90,00	108,00
				Punteggio	1,00		0,55	
	Ergonomia <i>prova pratica</i>	Q1	1	PIATELLI	1,000	adeguato alle esigenze	0,500	manipolo meno maneggevole. (più ingombante)
				GODOWICZ	1,000		0,500	
				CAGETTI	1,000		0,500	
				Media coefficienti	1,000		0,500	







			riportata a 1	1,000		0,500		
			<i>Punteggio</i>	1,000		0,500		
Motore per fresa per chirurgia endoscopica								
Peso ridotto	Q4*	1	GRAMMI	80,00		80,00	96,00	
			<i>Punteggio</i>	1,00		1,00		
Ergonomia <i>prova pratica</i>	Q1	1	PIATELLI	1,000	adeguato alle esigenze	0,300	manipolo meno maneggevole. (più ingombante). Poco comodo nell'innesto (tre pezzi)	
			GODOWICZ	1,000		0,300		
			CAGETTI	1,000		0,300		
			Media coefficienti	1,000		0,300		
			riportata a 1	1,000		0,300		
			<i>Punteggio</i>	1,000		0,300		
Motore per microseghe								
Peso ridotto)	Q4*	1	GRAMMI	283,33	media	180,00	media	
			<i>Punteggio</i>	0,35		1,00	340,00	
Ergonomia <i>prova pratica</i>	Q1	1	PIATELLI	1,000	adeguato alle esigenze	0,500	manipolo meno maneggevole. (più ingombante)	
			GODOWICZ	1,000		0,500		
			CAGETTI	1,000		0,500		
			Media coefficienti	1,000		0,500		
			riportata a 1	1,000		0,500		
			<i>Punteggio</i>	1,000		0,500		
Motore per microdebrider per chirurgia transfenoidale								
Peso ridotto	Q4*	1	GRAMMI	203,00		396,00	475,20	
			<i>Punteggio</i>	1,00		0,29		
Ergonomia <i>prova pratica</i>	Q1	1	PIATELLI	1,000	adeguato alle esigenze	0,500	manipolo meno maneggevole. (più ingombante)	
			GODOWICZ	1,000		0,500		
			CAGETTI	1,000		0,500		
			Media coefficienti	1,000		0,500		
			riportata a 1	1,000		0,500		
			<i>Punteggio</i>	1,000		0,500		
13	Ampiezza di gamma, varietà e tipologie del materiale di consumo compatibile con il sistema proposto. Allegare elenco relativo a: - Perforatore sterile e monouso - Lame per craniotomo sterili e monouso - Punte per fori sterili e monouso - Frese sterili e monouso - Seghe oscillanti sterili e monouso - Seghe reciprocanti sterili e monouso - Microdebrider sterile e monouso	Q2 (Q1 IN QUANTO SOLO DUE DITTE OFFERENTI)	3	PIATELLI	1,000	ampiezza di gamma adeguata	1,000	ampiezza di gamma adeguata
			GODOWICZ	1,000	1,000			
			CAGETTI	1,000	1,000			
			Media coefficienti	1,000	1,000			
			riportata a 1	1,000	1,000			
			<i>Punteggio</i>	3,000	3,000			
14	Accessori disponibili (allegare elenco e descrizione)	Q1	2	PIATELLI	1,000	molti accessori disponibili e maggiormente specifici	0,500	minore gamma di accessori offerti
			GODOWICZ	1,000	0,500			
			CAGETTI	1,000	0,500			
			Media coefficienti	1,000	0,500			
			riportata a 1	1,000	0,500			
			<i>Punteggio</i>	2,000	1,000			
15	Presenza di eventuale attacco universale per posizionamento viti per placche di aziende varie ovvero terminale che monta frese con attacco universale: SI/NO.	Q5	1	SI/NO	si		si	
				<i>Punteggio</i>	1,000		1,000	
16	Possibilità di monouso navigabile: SI/NO	Q5	1	SI/NO	si		si	
				<i>Punteggio</i>	1,000		1,000	







me


17	Sistema lavaottiche integrato per chirurgia ipofisaria: SI/NO	Q5	1	SI/NO	si		no	
				Punteggio	1,000		0,000	
18	Possibilità di sistema motorizzato con controllo manuale per maxillo-facciale (per manipoli già richiesti, sia per manipoli drill, sia per seghe): SI/NO	Q5	1	SI/NO	si		si	
				Punteggio	1,000		1,000	
19	Presenza di tasto di attivazione del motore sulla centralina in caso di guasto del pedale di comando: SI/NO	Q5	1	SI/NO	si		no	
				Punteggio	1,000		0,000	
20	Pedale multifunzione con commutazione motore da utilizzare: SI/NO	Q5	1	SI/NO	si		si	
				Punteggio	1,000		1,000	
21	Tempo espresso in ore di assistenza tecnica per manutenzione full-risk migliorativo rispetto all'art. 7	Q4 Allegare relazione	1,5	ore chiamata	1,00		2,00	4,00
				Punteggio	1,50		1,00	
21	Tempo espresso in ore di assistenza tecnica per manutenzione full-risk migliorativo rispetto all'art. 7	Q4 Allegare relazione	1,5	ore soluzione	48,00		24,00	48,00
				Punteggio	0,00		1,50	
22	Progetto formativo	Q1 Allegare relazione	4	PIATELLI	1,000	adeguato	1,000	adeguato
				GODOWICZ	1,000		1,000	
				CAGETTI	1,000		1,000	
				Media coefficienti	1,000		1,000	
				riportata a 1	1,000		1,000	
				Punteggio	4,000		4,000	

	Totale punteggio di qualità		70,000		58,651		48,994
	Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		70,000		58,474
	Prezzo offerto						
	Base gara per lotto (36 MESI + 24 MESI) + QUINTO D'OBBLIGO				3.899.400,00		
		Ribasso percentuale					
			100,00000	100,00000		100,00000	
	Punteggio offerta economica	30,00			#DIV/0!		#DIV/0!
	Punteggio totale	30,00			#DIV/0!		#DIV/0!


 F. Galante


52

LOTTO n. 2 - SISTEMA COMPLETO DI RACCOLTA LIQUORALE ERMETICA				INTEGRA LIFESCENCES ITALY	MEDTRONIC ITALIA	
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Peso complessivo punti 70 così suddiviso		presenti	presenti	
1	Facilità di connessione dei vari elementi tra loro	Q2 (Q1 IN QUANTO MENO DI DUE DITTE OFFERENTI)	25	PIATELLI	1,000	0,000
				GODOWICZ	1,000	
				CAGETTI	1,000	
				Media coefficienti	1,000	
				riportata a 1	1,000	
				Punteggio	25,000	
2	Facilità di verificare e variare punto zero	Q2 (Q1 IN QUANTO MENO DI DUE DITTE OFFERENTI)	15	PIATELLI	1,000	0,000
				GODOWICZ	1,000	
				CAGETTI	1,000	
				Media coefficienti	1,000	
				riportata a 1	1,000	
				Punteggio	15,000	
3	Sicura sostituzione e/o svuotamento della sacca di raccolta	SI/NO Q5	15	SI/NO	SI	0,000
				Punteggio	15,000	
4	Facilità e sicurezza di prelievo liquorale	Q2 (Q1 IN QUANTO MENO DI DUE DITTE OFFERENTI)	15	PIATELLI	1,000	0,000
				GODOWICZ	1,000	
				CAGETTI	1,000	
				Media coefficienti	1,000	
				riportata a 1	1,000	
				Punteggio	15,000	
Totale punteggio di qualità			70,000		70,000	0,000
Totale punteggio di qualità riparametrato			70,000		70,000	0,000
Prezzo offerto						
Base gara per lotto (36 MESI + 24 MESI) + QUINTO D'OBBLIGO				195.000,00		
		Ribasso percentuale		100,00000	100,00000	


 T. Galdini

