

www.alisa.liguria.it

Prot. n. RU 2271 del 01/12/2016

Responsabile unico del procedimento

Dott. Riccardo Zanella - tel. 010-5488536

e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it

Referente: Dott. David Burlando– tel. 010/5488565

e-mail: david.burlando@regione.liguria.it

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di aghi e siringhe - 2 per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) - Lotti n. 13 - Numero gara: 6555118. Integrazione risposte ai quesiti 15-16-45-53 pervenuti a tutto il 25/11/2016.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, sulla base della istruttoria compiuta da parte dal RUP, si comunica quanto segue:

.....

QUESITI N. 15-16-45-53

DOMANDA 15

Lotto 12

Nel capitolo Tecnico chiedete un ago in acciaio per vertebroplastica, chiedo se l'ago da proporre in gara deve essere completamente in acciaio oppure è possibile offrire un ago con impugnatura in plastica?

DOMANDA 16

Lotto 13

L'ago da offrire nel lotto è un ago da biopsia che dev'essere perfettamente coassiale all'ago da vertebroplastica?

DOMANDA 45.

Lotto 13

Si fa specifica richiesta del fatto che l'estremità tranciante degli aghi da biopsia ossa sia seghettata. In base al principio di equivalenza si richiede l'ammissione di estremità trancianti degli aghi alternative come ad esempio il tagliente a bocca di pesce o altre.

DOMANDA 53.

Per il lotto 13 si prega di fornirci maggiori informazioni circa le caratteristiche tecniche dell'ago da biopsia, in quanto ci pare un po' troppo generico.

RISPOSTA: Non essendo intervenute precisazioni su questi punti dalla Commissione tecnica rimane valido il contenuto generico previsto nel Capitolato tecnico.

IL DIRIGENTE RUP
(Dott. Riccardo Zanella)

