ARS_LIGURIA.ARS.RU.U.0003828.03-06-2014

ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
REGIONE LIGURIA

Dirigente RUP: Dott. Riccardo ZANELLA - 010 548.8536
riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Riccardo CAPITANI – 010.548.8540
riccardo.capitani@regione.liguria.it

Genova, 03/06/2014

Prot. n°. 3828

OGGETTO: **gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l'acquisizione in service di sistemi infusionali occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. – Lotti n. 5. Numero gara: 5355464.**
Risposte ai quesiti pervenuti fino a tutto il 28/05/2014 – N. 57.

In risposta ai sottoelencati quesiti, formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

QUESITO N. 57

Allegato F4BIS – LOTTO 1 – PUNTO 3 "Deflussore con sacca per enterale" – Requisito m2: Il deflussore deve essere dotato di filtro antibatterico: –

DOMANDA:
(rif. 3740/2014)

Si chiede se è possibile fornire un deflussore con sacca saldata collabibile e in tal caso rendere il requisito non applicabile. Tale filtro, infatti, è necessario nei deflussori destinati alla connessione con flaconi rigidi, dove lo svuotamento del flacone richiede l'ingresso d'aria nel sistema. La presenza di una sacca pre-connessa configura invece un sistema chiuso e rende la presenza del filtro non necessaria.

In caso di risposta negativa, si chiede se è accettabile offrire un deflussore dotato di filtro antibatterico e, separatamente, la sacca stand alone.

RISPOSTA:

Si conferma quanto richiesto nel Capitolato (Lotto 1 – punto 3).
Sarà comunque ritenuta idonea l'offerta di deflussore dotato di filtro antibatterico e, separatamente, la sacca stand alone. (rif. 3817-3827/2014)

IL DIRIGENTE RUP
(Dott. Riccardo ZANELLA)