



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE

STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI tel. 010/548 8553

e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

Funzionari Referenti: Dott. Enrico MANZONE – tel. 010.5488554

e-mail: enrico.manzone@regione.liguria.it

Dott. Mauro BANDONI tel. 010/548 4495

e-mail: mauro.bandoniin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura aperta per l'aggiudicazione di un Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza della fornitura di dispositivi per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (IV ed.), con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso. Lotti n.3. Gara n. 8342449.

Risposte ai chiarimenti di natura tecnica pervenuti entro il 16/11/2021 alle ore 14:00 in esito agli approfondimenti condotti dal Tavolo Tecnico regionale.

Chiarimento 4 – ID SINTEL 147.394.150

Data: 11/11/2021

Oggetto: **Gara a procedura aperta n. 8342449**

Buongiorno. in relazione alla gara in oggetto, e specificatamente ai lotti 1 e 2, siamo a chiedere se il requisito D(Test da intasamento con polvere di Dolomite) richiesto per le FFP2 e per le FFP3, sia considerato essenziale pena l'esclusione, o si possano offrire dispositivi privi di questa caratteristica, considerato che tale test e' obbligatorio nel caso delle semimaschere riutilizzabili ma facoltativo nel caso di dispositivi NR come da voi richiesti. Grazie e buon lavoro

RISPOSTA:

Vista la norma UNI EN 149 che rende facoltativa la prova di intasamento con polvere di Dolomite per i dispositivi non riutilizzabili e tenuto conto della necessità di garantire una fornitura efficace per tutelare i lavoratori esposti prevalentemente al rischio Covid, il Capitolato viene modificato nel senso di rendere meramente facoltativo il possesso della certificazione D. Pertanto saranno ammessi anche facciali filtranti che ne siano sprovvisti, purchè in possesso di tutti i restanti requisiti.

Chiarimento 8 – ID SINTEL 147.468.434

Data: 12/11/2021

Oggetto: **Richiesta chiarimenti**

Spett.le Stazione Appaltante Buonasera in riferimento alla procedura in oggetto, siamo cortesemente a chiedere quanto segue: Con riferimento al Lotto 2, il requisito opzionale per respiratori monouso identificato dalla lettera D indica che il respiratore deve garantire un'adeguata respirabilità anche quando intasato da polveri sottili come la Dolomite (da cui la lettera D); in caso di utilizzo per protezione da Covid-19 questo requisito non è necessario in quanto i droplet attraverso i quali si diffonde il virus sono notevolmente più grandi delle particelle usate per il test D. Siamo a chiedere se è possibile quindi offrire un respiratore certificato come FFP2 NR? Si ringrazia per la collaborazione
Cordiali saluti

RISPOSTA:

Vedasi risposta a Chiarimento n. 4.

Chiarimento 10 – ID SINTEL 147.494.520

Data: 15/11/2021

Oggetto: **Chiarimenti per procedura ID 147334597**

2. i facciali filtranti FFP2 e FFP3 devono essere obbligatoriamente marcati anche "D" ? o è sufficiente presentare gli "NR" ? Cordiali Saluti

RISPOSTA:

- 2 Vedasi risposta a Chiarimento n. 4.

Chiarimento 14 – ID SINTEL 147.509.645

Data: 15/11/2021

Oggetto: **LOTTI N. 2. 3**

SI RICHIEDE SE LA CARATTERISTICA "D" PER LE MASCHERINE RICHIESTE STA AD INDICARE "PROTEZIONE PER POLVERI DOLOMITICHE" CORDIALI SALUTI L.P.

RISPOSTA:

Si, la caratteristica “D” indica, come da norma UNI EN 149, la prestazione di intasamento con polvere di Dolomite.

Chiarimento 19 – ID SINTEL 147.551.433

Data: 16/11/2021

Oggetto: **Lotto 2 e 3 GARA ID 147334597**

Buongiorno, con riferimento al Lotto 2 (FFP2 NR D SENZA VALVOLA) e Lotto n.3 (FFP3 NR D senza valvola) della gara in oggetto, si chiede se sia possibile offrire un prodotto analogo in tutto alle caratteristiche tecniche minime di cui all'Allegato 1 del Capitolato Tecnico e Prestazionale, salvo che per l'assenza del test contro le polveri di Dolomite. Distinti saluti

RISPOSTA:

Vedasi risposta a Chiarimento n. 4.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Tiziana Tazzoli