

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura dei farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del vuoto e dell'evacuazione dei gas anestetici - occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed all'Azienda USL Valle D'Aosta - per un periodo di cinque anni (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni).

LOTTO n. 1: AA.SS.LL. n. 1 Imperiese - 2 Savonese (CIG 6378059CC7)

LOTTO n. 2: ASL 3 Genovese - E.O. Evangelico Internazionale - E.O. Galliera - IRCCS G. Gaslini - IRCCS San Martino/IST (CIG 6378074929)

LOTTO n. 3: Azienda USL Valle D'Aosta (CIG 63780884B8)

Numero gara 6149164

QUESITI PERVENUTI A SEGUITO DELL'INDIZIONE DI GARA

CHIARIMENTI - 1ª parte

Premessa:

Poiché alcuni fra i quesiti pervenuti - a cui si rimanda singolarmente per i chiarimenti - riguardano il contenuto della busta n. 3 "Documentazione Tecnica" (rif. Disciplinare di gara), si comunica che, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Disciplinare sarà così modificato:

Busta n. 3 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Le ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione tecnica, da inserire nella Busta n. 3, corredata da un elenco dei documenti presentati.

La Busta n. 3 dovrà contenere:

- 1) Relazione Tecnica: max. 50 cartelle A4 - facciata singola - carattere ARIAL - dimensione 11 - interlinea 1,5 - suddivisa in sezioni che corrispondano a tutti ed ai soli capitoli e paragrafi del Capitolato Tecnico (N.B.: relativamente al lotto n. 3 la relazione dovrà fare riferimento ai soli capitoli relativi alle prestazioni richieste per il lotto specifico);
- 2) Piano operativo;
- 3) Analisi dei rischi e Piano di sicurezza;
- 4) Piano di manutenzione;
- 5) Piano di gestione delle emergenze;
- 6) Manuale di gestione operativa;
- 7) eventuali cataloghi, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliati ed aggiornati dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica, riproduzioni dei foglietti illustrativi che accompagnano i prodotti commercializzati, nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B";
- 8) schede tecniche in lingua italiana relativa a tutti i gas oggetto dell'appalto, alle apparecchiature ed a tutti i dispositivi medici oggetto dell'appalto;

- 9) **copia della certificazione CE** per i tutti i dispositivi medici offerti;
- 10) **dichiarazione di possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio AIC** - D. Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006 e s.m.i, per tutti i gas medicinali per i quali è stata rilasciata l' A.I.C.; per i gas medicinali per i quali non è stata ancora rilasciata A.I.C, copia dell'istanza per l'ottenimento dell' AIC;
- 11) **dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;**
- 12) **dichiarazione di disponibilità/impegno a effettuare aggiornamenti tecnologici (allegato E1);**
- 13) **autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Salute per la produzione e commercializzazione dei gas medicinali oggetto di gara;**
- 14) **dichiarazione attestante la ragione sociale e la Partita IVA del/i produttore/i e dell'/degli eventuale/i distributore/i dei gas forniti;**
- 15) **attestazione SOA categoria OS3:**
 - per il LOTTO 1: classifica I
 - per il LOTTO 2: classifica III
 - **per il LOTTO 3: l'attestazione SOA non viene richiesta**
- 16) **copia offerta economica dei prodotti offerti per ciascun lotto, priva dei prezzi (c.d "offerta silente");**
N.B.: nel caso in cui vengano proposti prodotti "equivalenti" (vd. successivo punto 17) gli stessi dovranno qui essere debitamente **evidenziati**;
- 17) **(eventuale) dichiarazione attestante la proposta di eventuali soluzioni "equivalenti" ai requisiti definiti nella documentazione di gara (rif. art. 68 - comma 6 - D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) relative ai prodotti offerti;**
- 18) **elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata, suddiviso per singolo lotto;**
- 19) **CD-ROM non riscrivibile contenente tutta la documentazione.**

Relativamente al lotto n. 3 - Azienda USL Valle D'Aosta, non dovrà essere predisposto il Piano della Manutenzione di cui al punto 4) dell'elenco documenti.

QUESITO N. 1

Rif. Disciplinare di Gara, pag. 5

Si chiede di confermare la corretta dicitura da riportate su tutte e tre le buste richieste, in quanto, rispetto all'intero oggetto di Gara (da indicare sul plico esterno), manca uno degli Enti destinatari del servizio: "Azienda USL della Valle D'Aosta".

Si chiede inoltre se, oltre alla dicitura da Voi prevista, la Ditta concorrente debba anche indicare il numero del lotto di partecipazione (perlomeno sulla Busta n. 2 "Offerta Economica" e sulla Busta n. 3 "Documentazione Tecnica"). Inoltre, in caso di partecipazione a più lotti, è necessario predisporre una busta economica per ogni singolo lotto per il quale si presenta offerta?

Per la Busta n. 3 Documentazione Tecnica, invece, è sufficiente una sola busta - laddove la documentazione tecnica sia comune a tutti i lotti di partecipazione?

Vogliate fornire chiarimenti in merito.

Centrale Regionale di Acquisto

RISPOSTA:

Si riporta di seguito lo stralcio della pagina 5 del Disciplinare di gara, con indicazione delle diciture da riportare sulle tre buste contenute nel plico di gara, opportunamente modificate:

BUSTA	DICITURA	CONTENUTO
N. 1	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura dei farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del vuoto e dell'evacuazione dei gas anestetici occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed all'Azienda USL Valle D'Aosta Documentazione Amministrativa	Documentazione Amministrativa di cui al relativo paragrafo del presente disciplinare
N. 2	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura dei farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del vuoto e dell'evacuazione dei gas anestetici occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed all'Azienda USL Valle D'Aosta Offerta Economica	Offerta Economica di cui al relativo paragrafo del presente disciplinare
N. 3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura dei farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del vuoto e dell'evacuazione dei gas anestetici occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed all'Azienda USL Valle D'Aosta Documentazione Tecnica	Documentazione Tecnica di cui al relativo paragrafo del presente disciplinare

Per quanto riguarda il contenuto delle singole buste, si specifica quanto di seguito:

- **busta n. 1 – Documentazione Amministrativa:** busta unica, contenente la documentazione richiesta comune a tutti i lotti, all'interno della quale la Ditta concorrente specifica per quali lotti intende partecipare.
- **busta n. 2 – Offerta Economica:** busta unica, all'interno della quale la Ditta concorrente inserisce la/le scheda/schede "Offerta economica" (allegati F2), relativa/e al/ai lotto/i per il/i quali intende partecipare; se i lotti sono più di uno, predisporre, all'interno della busta principale, buste singole per ognuno, con la relativa indicazione.
- **busta n. 3 – Documentazione Tecnica:** busta unica, all'interno della quale la Ditta concorrente inserisce la "Documentazione Tecnica" relativa al/ai lotto/i per il/i quali intende partecipare; se i lotti sono più di uno, predisporre, all'interno della busta principale, buste singole per ognuno con la relativa indicazione.

QUESITO N. 2**Rif. Disciplinare di Gara, pag. 7**

Al "paragrafo" "Busta n. 3 – Documentazione Tecnica", si cita espressamente: "Le ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione tecnica, da inserire nella Busta n. 2, corredata da un elenco di documenti presentati".

Vogliate confermare che trattatasi di refuso, in quanto la Busta n. 2 dovrà contenere l'offerta economica.

Centrale Regionale di Acquisto

RISPOSTA:

Si conferma che la busta relativa alla "Documentazione Tecnica" è la n. 3.

QUESITO N. 3

Rif. Disciplinare di Gara, pag. 7 punto 9) della Documentazione Tecnica richiesta

Vogliate precisare cosa si intenda per "copia della certificazione CE", con riferimento alla tipologia di gas oggetto di Gara.

RISPOSTA:

Il D.Lgs. n. 46/1997 (in attuazione della Direttiva 93/42/CEE) e s.m.i., prevede la Marcatura CE dei Dispositivi Medici per l'immissione in commercio e la messa in servizio nell'Unione Europea. I gas possono assumere la veste di dispositivi medici quando svolgono direttamente sul paziente una funzione terapeutica (es criochirurgia), oppure svolgono una funzione accessoria ad altro dispositivo medico (es dilatazione in ambito endoscopico sul paziente).

Ad esempio:

- > Azoto (N₂)
- > Anidride Carbonica (CO₂)
- > Protossido d'Azoto (N₂O)

ad uso:

- crioconservazione
- crioterapia
- laparoscopia.

In tal caso, prevedono approvazione di Marcatura CE, che dovrà essere documentata da dichiarazione di conformità.

A tal proposito, si rimanda all'art. 4.4 del Capitolato Tecnico di gara.

QUESITO N. 4**Rif. Disciplinare di Gara, pag. 8**

In calce all'elenco della documentazione tecnica da produrre, viene richiesto: "Gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente con timbro, data e firma del titolare/legale rappresentante (...) e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000".

A tal riguardo, siamo a richiedere:

- Cosa s'intende per "atti di cui sopra"? E' necessaria la firma in ogni pagina della documentazione tecnica prodotta, oppure è sufficiente la firma in calce ad ogni documento? Inoltre, è necessario firmare anche tutte le schede tecniche/depliant/cataloghi presentati e la copia delle certificazioni CE?
- Tutta la documentazione tecnica presentata deve essere resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000? Si fa notare che, nell'elenco dei documenti da inserire nella Busta n. 3, ci sono anche alcuni elaborati - tra cui le Relazioni progettuali, le schede tecniche, l'elenco riepilogativo, etc - che non trovano applicabilità nella "materia" dell'autocertificazione. Vogliate fornire delucidazioni in merito.
- Tutta la documentazione tecnica contenuta nel CD-ROM dovrà anch'essa essere timbrata e sottoscritta? Nel dettaglio, si pone il presente quesito con riferimento alle schede tecniche/cataloghi/copia delle certificazioni CE e si chiede, contestualmente, se sia possibile sottoscrivere solo la forma cartacea degli stessi (se necessario). In tal modo, l'Operatore economico eviterebbe di effettuare la scansione di documentazione già a disposizione in formato elettronico.

In ogni caso, la Ditta potrebbe comunque redigere un'apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l'assoluta "identità" del contenuto dei documenti presentati in forma cartacea e di quelli riportati su CD - ROM.

RISPOSTA:

Con riferimento all'art. 5 - pag. 8 - del Disciplinare di gara, si precisa che i paragrafi successivi al punto 16 "CD-ROM non riscrivibile, ecc.", sono riferiti a tutta la documentazione di gara e, pertanto, al contenuto delle Buste n. 1, n. 2 e n. 3.

La documentazione dovrà essere resa con le modalità di cui al citato DPR n. 445/2000, ove dovuto.

La documentazione tecnica di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, se rilegata a libro, potrà essere sottoscritta in calce alla prima ed ultima pagina.

Schede tecniche, depliant, cataloghi, non dovranno essere sottoscritti.

Le certificazioni CE dovranno essere in copia conforme all'originale.

Il contenuto del CD-ROM potrà essere privo di sottoscrizione, a condizione che venga prodotta idonea dichiarazione attestante l'assoluta corrispondenza fra la documentazione resa in forma cartacea e quella contenuta nel supporto CD-ROM.

QUESITO N. 5**Rif. Capitolato Tecnico pag. 21, paragrafo 4.4**

Nel sopraccitato paragrafo, relativo ai GAS D.M, si cita "L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione contraente: CODICE NAZIONALE DISPOSITIVI, numero di repertorio, il nome del fabbricante, l'unità di misura dichiarata dal fabbricante".

Vogliate confermare che tali dati dovranno essere forniti dalla Ditta Aggiudicataria del servizio e, quindi, non nell'attuale fase di partecipazione alla Gara.

RISPOSTA:

I dati di cui all'art. 4.4 del Capitolato Speciale dovranno essere comunicati dall'Aggiudicatario alle Amministrazioni contraenti in fase di fornitura, ad esclusione del Codice CND (Codice Nazionale Dispositivi) che dovranno essere forniti anche in sede di gara (vedasi Disciplinare di gara - art. 5 - Busta n. 3 Documentazione Tecnica - punto 12).

QUESITO N. 6**Rif. Capitolato Tecnico pag. 29, paragrafo 5.6.2**

Nel sopraccitato paragrafo, si chiede che "la Ditta candidata dovrà sviluppare, in fase di gara, relativamente alle centrali di produzione di Aria medicinale per compressione installate presso le Amministrazioni contraenti, un piano di verifica dedicato (...)".

Vogliate indicare all'interno di quale punto, della documentazione tecnica richiesta, vada esattamente inserita tale relazione.

RISPOSTA:

L'elaborato di cui sopra dovrà essere inserito all'interno del Piano di Manutenzione, sotto forma di capitolo separato, affinché sia di facile individuazione all'interno del documento.

QUESITO N. 7**DISCIPLINARE DI GARA**

Art. 5 - Modalità di presentazione delle offerte: in questo articolo vengono indicate le metodologie di confezionamento dei plichi di gara e dei plichi in esso contenuti; segnaliamo che la gara verrà aggiudicata a lotti, ma né la busta tecnica né la busta economica vengono richieste suddivise nei lotti di partecipazione. Specifichiamo quindi che è indispensabile che tali buste vengano suddivise per i relativi lotti di partecipazione, al fine di mantenere la segretezza dei contenuti in caso di non ammissione delle aziende ad alcuni dei lotti di partecipazione.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 8**DISCIPLINARE DI GARA**

Art. 7 - Modalità di aggiudicazione: in questo articolo, nella sezione punteggi qualità, vengono identificati sia i sottocriteri di attribuzione dei 60 punti messi a disposizione per la valutazione della qualità dei progetti presentati, sia i coefficienti di valutazione degli stessi. Segnaliamo che in caso di progetto giudicato, per ciascuno dei sottocriteri, in modo "sufficiente", e quindi in linea con le richieste "minime" di capitolato, lo stesso avrà come punteggio complessivo il valore "zero".

Riteniamo che tale attribuzione dei punteggi qualità sia assolutamente insostenibile, anche a fronte dei punteggi qualità che la Vostra Stazione Appaltante stabilisce di attribuire quali "proposte migliorative" (si veda a tal proposito ad esempio i servizi particolari). Inoltre, considerato che non sono previsti criteri di esclusione per minimo qualitativo, una tale valutazione non consentirebbe di differenziare le offerte sufficienti da quelle non

Centrale Regionale di Acquisto

rispondenti al Capitolato a, quindi, scarse o insufficienti. Si chiede, pertanto, che venga rivista la tipologia dei coefficienti di valutazione.

RISPOSTA:

L'attribuzione, per il punteggio "sufficiente", di un coefficiente pari a "zero" rende conto dell'ammissibilità minima dell'offerta (presenza dei requisiti strettamente indispensabili), in mancanza di un pregio tecnico apprezzabile rispetto ai requisiti di base. E' coerente con detto impianto la mancanza di una soglia minima di punteggio qualitativo a livello complessivo.

QUESITO N. 9**DISCIPLINARE DI GARA**

Art. 7 - Modalità di aggiudicazione: In questo articolo, nella sezione punteggi qualità, non vengono suddivisi i criteri per lotti di attribuzione.

Specifichiamo che ciascun lotto di gara prevede l'esecuzione di attività diverse, e quindi non sovrapponibili, per le quali però i parametri valutativi restano identici.

A maggior chiarimento di quanto sopra indicato, a titolo esemplificativo, si menziona il Lotto3, per il quale viene richiesta la sola fornitura di gas ed il servizio di telemetria. Il punteggio massimo attribuibile a tale Lotto, secondo la griglia di valutazione fornita, è pari a 3 punti per l'installazione Centrali/Contenitori più una parte dei 25 punti relativi alla Fornitura, da cui escludere i punti dedicati ai servizi di distribuzione, tracciabilità, etc.

Pertanto una buona parte dei punteggi qualità stabiliti dal capitolato di gara non è attribuibile in modo omogeneo per ciascun lotto.

Tali differenze di valutazione sono chiaramente identificabili, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, anche dall'allegato A10 al capitolato tecnico

E' necessario pertanto, al fine del buon andamento della procedura, che l'attribuzione dei punteggi qualità venga opportunamente rettificata.

RISPOSTA:

Relativamente all'attribuzione del punteggio di qualità per i tre lotti di gara, si procede alla seguente modifica dell'art. 7 del Disciplinare di gara:

"Il punteggio complessivo relativo alla qualità viene a sua volta suddiviso - secondo le macrovoci di cui al Capitolato Tecnico - come segue:

LOTTE 1 e 2

INSTALLAZIONE CENTRALI/CONTENITORI:	3
FORNITURA:	25
MANUTENZIONE:	14
SERVIZI PARTICOLARI:	18

a loro volta suddivisi secondo la seguente tabella "A":

Centrale Regionale di Acquisto

Voci	Punteggio	Art. Capitolato	Punteggio analitico	Elementi di valutazione	Identif.
INSTALLAZIONE CENTRALI/CONTENITORI 3 pp	3 pp	3.1	3 pp	tabella B – punto 1	Q1
FORNITURA 25 pp	13 pp	5.1	5 pp	tabella B – punto 2	Q1
		5.2	5 pp	tabella B – punto 3	Q1
		5.3	3 pp	tabella B – punto 4	Q1
	12pp	5.4	4 pp	tabella B – punto 5	Q1
		5.5	3 pp	tabella B – punto 6	Q1
		5.6	5 pp	tabella B – punto 7	Q1
		MANUTENZIONE 14 pp	PIANO DI MANUTENZIONE 14 pp	6.1	6.1.1 6.1.3 migliorie
SERVIZI PARTICOLARI 18 pp	ANALISI RISCHI E PIANO DI SICUREZZA 2 pp	10.1	2 pp	tabella B – punto 9	Q1
	CORSI FORMAZIONE 1 pp	10.2	1 pp	tabella B – punto 10	Q1
	CENSIMENTO 3 pp	10.3	3 pp	tabella B – punto 11	Q1
	SISTEMA INFORMATIVO 4 pp	10.4	4 pp	tabella B – punto 12	Q1
	MANUALE DI GESTIONE OPERATIVA 3 pp	10.5	3 pp	tabella B – punto 13	Q1
	PROPOSTE MIGLIORATIVE sicurezza forniture e servizi 3 pp	10.6	3 pp	tabella B – punto 14	Q1
	PIANO DI GESTIONE EMERGENZE 2 pp	10.7	2 pp	tabella B – punto 15	Q1

Centrale Regionale di Acquisto

LOTTO 3**INSTALLAZIONE CENTRALI/CONTENITORI 3****FORNITURA 46****SERVIZI PARTICOLARI 11**

a loro volta suddivisi secondo la seguente Tabella "A1":

<i>Voci</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Art. Capitolato</i>	<i>Punteggio analitico</i>	<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Identif.</i>
INSTALLAZIONE CENTRALI/CONTENITORI 3 pp	3 pp	3.1	3 pp	tabella B – punto 1	Q1
FORNITURA 46 pp	24 pp	5.1	10 pp	tabella B – punto 2	Q1
		5.2	10 pp	tabella B – punto 3	Q1
		5.3	4 pp	tabella B – punto 4	Q1
	22 pp	5.4	6 pp	tabella B – punto 5	Q1
		5.5	6 pp	tabella B – punto 6	Q1
		5.6	10 pp	tabella B – punto 7	Q1
SERVIZI PARTICOLARI 11 pp	ANALISI RISCHI E PIANO DI SICUREZZA 2 pp	10.1	2 pp	tabella B – punto 9	Q1
	CORSI FORMAZIONE 1 pp	10.2	1 pp	tabella B – punto 10	Q1
	SISTEMA INFORMATIVO (*) 2 pp	10.4	2 pp	tabella B – punto 12	Q1
	MANUALE DI GESTIONE OPERATIVA 2 pp	10.5	2 pp	tabella B – punto 13	Q1
	PROPOSTE MIGLIORATIVE sicurezza forniture 2 pp	10.6	2 pp	tabella B – punto 14	Q1
	PIANO DI GESTIONE EMERGENZE 2 pp	10.7	2 pp	tabella B – punto 15	Q1

(*) limitatamente al servizio di telecontrollo"

ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Vi G. D'Annunzio64 - 16121 Genova

Tel +39 010 548 8562- Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria

QUESITO N. 10**SEZIONE "A" CAPITOLATO TECNICO**

Art. 3.1 - Installazione centrali primarie di erogazione gas medicinali, liquidi e gassosi: con riferimento a tale articolo, l'Appaltatore deve farsi carico delle attività elencate nella documentazione di gara. Si segnala che, nel corso dei sopralluoghi, non è stato possibile aver evidenza dello stato di avanzamento delle pratiche inerenti l'aderenza alle normative vigenti delle piazzole attualmente in uso. Si chiede, pertanto, che la Stazione Appaltante metta a disposizione delle Ditte Candidate la documentazione attestante lo stato di fatto di suddette pratiche, compresa, dove applicabile, la rispondenza alla NTC 2008 relativa all'anti-sismica. Tale documentazione è necessaria per consentire alle Ditte Candidate un'adeguata valutazione dell'impegno tecnico ed economico da sostenere per soddisfare le richieste del Capitolato.

RISPOSTA:

Premesso che la Stazione Appaltante non dispone della documentazione richiesta, in quanto non facente parte della documentazione di gara predisposta sulla base dei fabbisogni indicati dalle singole Aziende, si ritiene opportuna, anche alla luce della proroga concessa per la presentazione delle offerte e, pertanto, del maggior tempo a disposizione delle Ditte candidate per approfondire gli elementi ritenuti necessari ai fini della predisposizione dell'offerta, l'effettuazione di un ulteriore sopralluogo presso le Strutture Tecniche delle Amministrazioni, uniche in grado di fornire le indicazioni relative alla rispondenza dei manufatti attualmente in uso alla normativa vigente.

In tal senso, la Stazione appaltante provvederà a sensibilizzare le Amministrazioni sulla necessità di rendere disponibili alle Ditte concorrenti tutte le informazioni necessarie al fine di consentire un'adeguata conoscenza degli aspetti tecnici utili alla formulazione delle offerte, richiedendo alle stesse di fornire quanto richiesto.

QUESITO N. 13**SEZIONE "A" CAPITOLATO TECNICO**

Art. 5.6.1 - Analisi qualitativa dei gas alle utenze: In questo articolo viene richiesto che i controlli effettuati dovranno essere certificati da Ente Terzo, come da nota AIFA del 22/06/2011.

Abbiamo provveduto ad effettuare delle ricerche onde poter conoscere i contenuti della nota AIFA da Voi citata, senza purtroppo aver ottenuto un riscontro positivo.

Siamo pertanto a chiedere di poter ricevere copia di tale nota al fine di poter correttamente valutare il tipo di richiesta da capitolato ed i relativi costi da sostenere, al fine della compilazione di un corretto conto economico e, quindi, di una corretta remuneratività dell'offerta da presentare.

RISPOSTA:

Si allega la nota AIFA prot. n. 65110 del 22/06/2011.

Il penultimo paragrafo dell'art. 5.6.1 del Capitolato Tecnico viene così modificato: "I controlli dovranno essere eseguiti e certificati da un soggetto terzo di garanzia, professionalmente abilitato ad effettuare i controlli di qualità del gas, ed i metodi di analisi utilizzati dovranno essere validati (nota AIFA 22/06/2011)".

QUESITO N. 17**SEZIONE "A" CAPITOLATO TECNICO**

ALLEGATO A1 - Con riferimento alla fornitura di protossido liquido, all'Allegato A1 del Capitolato tecnico vengono richiesti 5.090 kg di prodotto presso l'EO Evangelico. Alla luce dei sopralluoghi effettuati si segnala che il serbatoio di protossido liquido, non rilevabile presso l'EO Evangelico, risulta invece installato e attivo presso l'EO Galliera, per il quale non vengono, invece, indicati consumi. Alla luce di tale considerazione si chiede, pertanto, l'aggiornamento dell'Allegato A1.

RISPOSTA:

Si conferma che il valore di 5.090 kg. di protossido d'azoto liquido è riferito all'E.O. Galliera e non all'E.O. Evangelico, come erroneamente riportato nell'allegato A1. Si procederà pertanto ad aggiornare l'allegato.

QUESITO N. 19**SEZIONE "B" CAPITOLATO SPECIALE**

Art. 8 - Subappalto: in questo articolo vengono indicate le condizioni relative al subappalto/subaffidamento. Si specifica che per l'attività prevalente il subappalto concedibile è al massimo per la quota del 30%, mentre per le attività diverse dalla prevalente le stesse sono subappaltabili al 100%

In nessun articolo della documentazione di gara viene individuata la categoria prevalente, così come le eventuali categorie secondarie scorporabili; al fine di una corretta valutazione degli assetti di partecipazione alla gara è indispensabile che vengano chiaramente identificate le attività corrispondenti per ciascuna delle categorie citate, metodologie di confezionamento dei plichi di gara e dei plichi in esso contenuti; segnaliamo che la gara verrà aggiudicata a lotti, ma né la busta tecnica né la busta economica vengono richieste suddivise nei lotti di partecipazione. Specificiamo quindi che è indispensabile che tali buste vengano suddivise per i relativi lotti di partecipazione, al fine di mantenere la segretezza dei contenuti in caso di non ammissione delle aziende ad alcuni dei lotti di partecipazione.

RISPOSTA:

L'importo annuo presunto della gara - pari ad €. 4.143.000,00= al netto degli oneri per la sicurezza - è così ripartito:

per il LOTTO 1

> prestazione prevalente:	FORNITURA GAS	€.	365.000,00=
> altre prestazioni:	SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA servizi accessori	€.	35.000,00=
	MANUTENZIONI ordinaria a canone	€.	158.000,00=
	straordinaria a misura	€.	90.000,00=

per il LOTTO 2

> prestazione prevalente:	FORNITURA GAS	€.	1.911.000,00=
> altre prestazioni:	SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA gestione/distribuzione bombole	€.	245.000,00=
	servizi accessori	€.	183.000,00=
	MANUTENZIONI ordinaria a canone	€.	596.000,00=
	straordinaria a misura	€.	330.000,00=

per il LOTTO 3

> prestazione prevalente:	FORNITURA GAS	€.	210.000,00=
> altre prestazioni:	SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA servizi accessori	€.	20.000,00=

La suddetta integrazione verrà inserita nell'art. 1 del Disciplinare di gara.

Per quanto riguarda il contenuto dei plichi e le modalità di confezionamento degli stessi, vedasi risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 20**Rif. Disciplinare di Gara, pag. 6 – Doc. Amministrativa lettera g)**

Si chiede se la ditta concorrente debba rendere, sottoscritti un ogni pagina, unicamente le Sezioni "A" e "B" del Disciplinare (quindi Copia del Capitolato Tecnico e del Capitolato Speciale), oppure se sia necessario che anche tutti gli allegati ai Capitolato Tecnico (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10) vengano restituiti firmati.

Vogliate anche precisare se tutti DUVRI debbano essere resi anch'essi sottoscritti, oppure si chiede espressamente di specificare che, in questa fase di Gara, non siano necessario né compilare né firmare tali documenti.

RISPOSTA:

La Ditta concorrente potrà:

- 1) allegare copia del Capitolato Tecnico – e dei relativi allegati – e del Capitolato Speciale, sottoscritti per accettazione in ogni pagina

ovvero

- 2) rendere una dichiarazione di Incondizionata accettazione della documentazione di gara di cui trattasi e delle condizioni in essa riportate.

I DUVRI preliminari non devono essere inseriti nel plico di gara.

QUESITO N. 21**Rif. Capitolato Tecnico, pag. 15/15 – art. 4.1**

Nel paragrafo sopraccitato, si cita che *"La Ditta concorrente dovrà presentare copia della determinazione comprovante l'ottenimento dell'A.I.C. e delle relative referenze per i prodotti richiesti in fornitura: medicinali composti da solo Ossigeno, solo Protossido d'Azoto, sola Aria, miscele medicinali"*.

A tal riguardo:

- Si chiede di confermare che le Determinazioni A.I.C. debbano essere prodotte in tale fase di gara, in quanto, all'interno del Disciplinare, nell'elenco della Documentazione tecnica di inserire nella Busta n. 3 (pag. 7-8), le suddette Autorizzazioni non sono citate;
- Cosa si intende per "relative referenze"? Oltre alla copia delle Determinazioni A.I.C., per ogni prodotto richiesto, cosa occorre produrre?

A pag. 18 del Capitolato Tecnico, art. 4.2, si cita: *"Le miscele di gas medicinali richieste in fornitura dovranno essere provviste di A.I.C. o - In alternativa - essere prodotte nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i., che permette la produzione di medicinali preparati industrialmente su richiesta, scritta e non sollecitata, del medico (il quale s'impegna ad utilizzare i suddetti medicinali su un determinato paziente proprio, o della struttura in cui opera, sotto la sua diretta e personale responsabilità)" - come peraltro già "approvato" con Vostro chiarimento n. 5 - "Risposte ai quesiti dialogo tecnico del 16/04/2015"*.

Si chiede quindi di confermare che la Ditta concorrente *non debba necessariamente possedere/produrre l'A.I.C. anche per le miscele di gas medicinali.*

RISPOSTA:

Centrale Regionale di Acquisto

Si conferma che la documentazione comprovante il possesso dell'AIC per i prodotti specificati in fornitura dovrà essere prodotta in fase di gara, all'interno della Documentazione Tecnica – busta n. 3.

Si rimanda alle pagg. 1 e 2 del presente documento, riportanti le modalità di presentazione della Documentazione Tecnica.

Viene eliminata dal paragrafo sopracitato la dicitura "e delle relative referenze".

Con riferimento al possesso dell'AIC per le miscele di gas medicinali richieste in fornitura, si conferma quanto già esplicitato nella risposta al quesito DIALOGO TECNICO n. 5.

Si procede alla modifica del Capitolato Tecnico e dell'Allegato A1 (con riferimento alle miscele binarie).

QUESITO N. 23

Nelle tabelle offerta in Excel dei vari lotti, sono specificati i gas da offrire a confezione e quelli a lt/mc/kg, sono infatti oscurate le caselle in cui non va inserito il prezzo offerto.

Chiediamo di modificare la colonna "D" della tabella di Excel. Attualmente riporta -U.M. (lt/kg/mc)-.

Per evitare fraintendimenti, per i gas ove è richiesto il prezzo a confezione è opportuno inserire l'unità di misura in "nr.".

RISPOSTA:

La richiesta non viene accolta, in quanto trattasi di un aspetto di dettaglio che non può dar luogo a fraintendimenti in quanto, nelle tabelle-offerta "F2", sono ben evidenziate – mediante l'oscuramento delle relative caselle - le voci da quotare a confezione, così come quelle da quotare per unità di misura (lt/kg/mc).

QUESITO N. 24

Nell'allegato A1 al Capitolato Tecnico sono richieste confezioni di varie capacità.

Al fine di garantire comunque l'autonomia e la continuità richiesta, si chiede di poter fornire gas medicinali nelle confezioni previste dall'AIC in suo possesso, fornendo una taglia diversa (il più vicino possibile rispetto a quella da Voi prevista nei documenti di gara).

RISPOSTA:

Si rimanda alla risposta al quesito DIALOGO TECNICO n. 13, pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it, relativamente alla gara in discorso, confermando che ogni adeguamento eventualmente necessario in relazione alla tipologia di prodotto fornito – anche di carattere implantistico – deve intendersi interamente a carico dell'Appaltatore.

Si sottolinea che, in caso di proposta di prodotti "equivalenti" (art. 68 – D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) dovrà esser presentata, in sede di gara, la documentazione resa con le modalità di cui ai punti 16) e 17) dell'elenco Documentazione Tecnica

QUESITO N. 26

Nell'allegato A1 al CSA a pag. 3 quartultima riga – Fabbisogni annuali del gas, chiedono Ossigeno gassoso F.U. in bombole monouso da 0,95 lt, quantità prevista annuale 10 mc.

Questi recipienti sono solitamente offerti/venduti a confezione; l'allegato A1 riporta la quantità in mc.

Vi chiediamo se trattasi di un refuso o se sia confermata l'unità di misura a mc.

RISPOSTA:

Il valore "10" – riportato nella colonna "n. bombole/pacchi bombole/contenitori" è riferito al numero delle confezioni.

QUESITO N. 29

2. Nel Disciplinare di Gara nulla è detto in relazione ai requisiti di capacità tecnico-professionale mentre l'Allegato F1 "Istanza di Partecipazione" richiede che venga allegato l'elenco delle principali forniture/servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture/servizi stessi;

➤ Si chiede di indicare se tale allegato sia dovuto o meno, adeguando in caso positivo, il Disciplinare di Gara.

RISPOSTA:

L'indicazione relativa alla presentazione – a corredo dell'istanza di partecipazione (allegato F1) - dell'elenco delle principali forniture/servizi prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture/servizi stesse/ - si ritiene sufficientemente chiara in quanto già esplicitata nell'istanza medesima.

Si procederà, comunque, alla modifica del Disciplinare di gara.

QUESITO N. 30

3. Qualora debba prodursi in sede di gara l'elenco dei servizi/forniture prestati, come indicato al precedente punto 6 della presente istanza, si evidenzia che nell'Allegato F1 "Istanza di Partecipazione" viene chiesto di produrre, in caso di servizi svolti per conto di Amministrazioni o Enti pubblici, certificati rilasciati e vistati da dette Amministrazioni;

➤ si chiede di rettificare quanto indicato nell'istanza di partecipazione in parola in quanto in caso di servizi svolti per conto di Amministrazioni o Enti Pubblici trova applicazione l'art. 15 della L. n. 183/2011.

RISPOSTA:

Come richiesto al punto 10) – primo capoverso – dell'istanza di partecipazione, la Ditta candidata dovrà allegare l'elenco delle principali forniture/servizi prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture/servizi stesse/.

La produzione di certificati rilasciati e vistati, relativi a servizi svolti per conto delle Pubbliche Amministrazioni, come specificato al punto 10) – secondo capoverso - dell'istanza di partecipazione (allegato F1), è richiesta esclusivamente in caso di aggiudicazione o di controlli ex art. 48 – D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il citato art. 15 – L. n. 183/2011, non si applica al settore degli appalti, che è disciplinato da norme speciali.

QUESITO N. 31

4. All'articolo 9 "Modalità di Contabilizzazione" del Capitolato Speciale - Sezione B viene indicata come cadenza di fatturazione di tutte le prestazioni oggetto di gara, quella bimestrale.

➤ Si chiede cortesemente di rettificare tale tempistica portandola alla consueta frequenza mensile.

RISPOSTA:

Si rimanda alla risposta al quesito DIALOGO TECNICO n. 32, pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it, relativamente alla gara in discorso.

QUESITO N. 32

5. Al paragrafo 5) "Modalità di Presentazione dell'Offerta" del Disciplinare di Gara, nella parte relativa alla "Busta n. 2 - Offerta Economica" non risultano dettagliate le modalità di compilazione del modulo "Allegato F2", soprattutto per quanto riguarda le confezioni di gas compressi medicinali e tecnici. In particolare si fa notare che i dettagli legati al costo del prodotto, al noleggio delle confezioni e al costo del trasporto sono incompatibili tra loro e non possono essere incluse nel prezzo unitario bombola.

➤ si chiede di integrare il Disciplinare di Gara nel modo sopra indicato.

RISPOSTA:

Il contenuto del quesito - relativamente "all'incompatibilità dei costi" risulta poco comprensibile.

Si confermano le voci di costo richieste nell'Allegato F2 (prezzo unitario complessivo della bombola e prezzi riferiti al noleggio del contenitore ed al trasporto) fermo restando che al prezzo unitario anzidetto concorrono altri fattori di costo (spese gestionali, spese generali, utile d'impresa, ecc.), che non si ritiene qui di dover evidenziare.

QUESITO N. 33

6. Al paragrafo 5) "Modalità di Presentazione dell'Offerta" del Disciplinare di Gara, nella parte relativa alla "Busta n. 3 - Documentazione Tecnica", mentre risulta descritto come debba essere presentata la Relazione Tecnica, diversamente non risulta indicato come debbano essere redatti i seguenti elaborati:

- Piano Operativo;
- Analisi dei Rischi e Piano di Sicurezza;
- Piano di Manutenzione;
- Piano di Gestione delle Emergenze;
- Manuale di Gestione Operativa;

➤ si chiede di precisare le modalità di redazione dei suddetti elaborati.

RISPOSTA:

Non sono prescritte modalità particolari per la redazione della documentazione a corredo della relazione tecnica, che potrà essere predisposta a giudizio della Ditta concorrente in relazione alla complessità delle strutture e delle attività da svolgere.

QUESITO N. 34

7. In caso di partecipazione a più lotti, si chiede di confermare l'opportunità di inserire tante buste separate, relative all'offerta economica e alla documentazione tecnica, quanti sono i lotti a cui si intende partecipare.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 35

8. Con riferimento all'ALLEGATO A2 CAPITOLATO TECNICO - CONSISTENZA IMPIANTI SINGOLE STRUTTURE e per poter quantificare correttamente i costi legati al Servizio di Manutenzione si chiede cortesemente di confermare che le centrali di produzione dell'aria

Centrale Regionale di Acquisto

medicinale da compressione e dall'aspirazione endocavitaria dell'ASL 2 Savonese sono di proprietà di questo ente. La mancanza di tali informazioni, che impedisce la quantificazione certa dei costi, lede la possibilità da parte dei concorrenti di formulare un'offerta competitiva e remunerativa e che contestualmente soddisfi appieno le richieste della Stazione Appaltante.

RISPOSTA:

Si conferma che le centrali indicate nel quesito sono di proprietà dell'ASL 2 Savonese.

QUESITO N. 37

10. Si chiede di specificare a cosa si riferisca la copia della certificazione CE (punto 9 documentazione tecnica), dichiarazione di conformità alle direttive CEE (punto 12 documentazione tecnica) e dichiarazione attestante ragione sociale del produttore e del distributore (punto 13 documentazione tecnica).

RISPOSTA:

Si rimanda alle pagg. 1 e 2 del presente documento, riportanti le modalità di presentazione della Documentazione Tecnica.

Si procede alla modifica del Disciplinare di gara.

QUESITO N. 43

Così come appurato durante i sopralluoghi, si chiede conferma che le due centrali aria a compressori (sistema modulare) da fornire in comodato d'uso siano da destinarsi all'ospedale di Pietra Ligure (ASL N.2).

RISPOSTA:

Si conferma che entrambe le centrali citate nel quesito sono da destinarsi all'Ospedale di Pietra Ligure.

QUESITO N. 44

CSA Art. 4. Si richiede alle ditte concorrenti di presentare copia delle AIC e referenze per i seguenti prodotti: ossigeno, protossido, aria e miscele medicinali. Si chiede cortesemente di indicare in quale busta e a quale punto debbano essere inseriti, supponendo che trattandosi di documentazione ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei all'esecuzione del servizio, potrebbe essere documentazione da inserire nella busta amministrativa.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 21

QUESITO N. 45

Con riferimento a quanto richiamato al punto precedente, si segnala inoltre che la richiesta di AIC per miscele medicinali non è chiara, andando per lo meno dettagliate le miscele (indicando la composizione esatta delle stesse) per cui si fa tale richiesta. E' inoltre importante considerare che solo alcune aziende presenti sul mercato posseggono AIC per miscele medicinali, ed anche in questo caso, le miscele differiscono da azienda ad azienda. Questa richiesta, quindi, se non opportunamente precisata o, meglio ancora, del tutto stralciata, anche in considerazione del fatto che tali prodotti hanno un peso del tutto marginale rispetto all'importo ed all'oggetto di gara, rischia di comportare una notevole riduzione della possibilità di partecipazione alla gara da parte di aziende anche importanti che operano in questo settore, in evidente contrasto con il principio della massima partecipazione.

RISPOSTA:

Viene richiesta alle Amministrazioni contraenti la specifica relativa alla composizione delle miscele richieste e, a seguito dell'acquisizione dei relativi dati, si procederà all'integrazione ed alla pubblicazione dell'Allegato A1.

Relativamente al possesso dell'AIC per le miscele, si rimanda alla risposta al quesito 21 – ultimi due capoversi.

QUESITO N. 46

CSA Art.6. Nel "nota bene" a pag. 40 è riportato: "Le Amministrazioni contraenti non indicate in tabella di cui sopra svolgono le attività in discorso con personale proprio", riferendosi alle attività di manutenzione impianti. Si chiede conferma che trattasi di refuso e che quindi il servizio di manutenzione deve essere previsto per tutti gli enti, a carico della ditta aggiudicataria, laddove previsto. In alternativa, si chiede di fornire comunque chiarimenti.

RISPOSTA:

Trattasi di refuso. Il testo corretto dell'annotazione in calce alla tabella di cui all'art. 6.7 del Capitolato Tecnico è il seguente: "Le Amministrazioni contraenti non indicate nella tabella di cui sopra non richiedono, per l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria, un presidio fisso presso le proprie strutture".

Si procede alla modifica del Capitolato Tecnico.

Il servizio di manutenzione ordinaria deve pertanto essere previsto per tutte le Amministrazioni contraenti, con modalità differenti in caso di presenza o meno di presidio fisso all'interno delle strutture.

QUESITO N. 47

Si segnala un refuso sul disciplinare di gara pag. 7 (a metà pagina circa) si parla di DOCUMENTAZIONE TECNICA - busta n.3 da inserire nella busta n.2

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 2.

QUESITO N. 48

CSA art.10.5 pag. 51. In merito al manuale DGO si segnala un refuso in quanto si afferma: "Nel manuale proposto dovranno essere contenute tutte le informazioni di cui al precedente art. 2.19". Di tale articolo non vi è traccia nel CSA ma ci si riferisce palesemente all'art. 2.18.

RISPOSTA:

Si conferma che il testo esatto cui si fa riferimento è il seguente. "Nel manuale proposto dovranno essere contenute tutte le informazioni di cui al precedente art. 2.18".

QUESITO N. 49**Rif. ALLEGATO A4****49.4)**

"Sistemi di controllo telematico": si chiede conferma che tale servizio non sia da implementare per l'IST ove esiste una centrale aria a compressori. Si sottolinea che ci sono delle contraddizioni, in quanto nel capitolato viene espressamente richiesto che le centrali aria a compressore siano monitorate (art. 5.2 CSA), si chiedono cortesii chiarimenti.

RISPOSTA:

A seguito di verifica, si precisa che la "gestione del servizio di controllo e monitoraggio di tutte le centrali mediante sistemi telematici" è da prevedere anche per l'IST, limitatamente all'edificio IST -Sud.

Centrale Regionale di Acquisto

49.8)

"*Consegne non programmate dal fornitore alla struttura*". Dalle tempistiche di intervento richieste, si deduce che questo servizio è realizzabile solo per gli enti che hanno previsto il servizio di distribuzione con personale dedicato. Come già espresso in fase di dialogo tecnico, si segnala tuttavia la difficoltà di confermare i 50 minuti di consegna al reparto in caso di urgenza. Si chiede di chiarire che questa prescrizione è applicabile solo in orario lavorativo e comunque solo nel momento in cui il personale fisso si trova in struttura al momento della segnalazione.

RISPOSTA:

Relativamente alla richiesta di consegna urgente entro 30 minuti, si rimanda alla risposta al quesito DIALOGO TECNICO n. 3 - 1° capoverso, pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it, relativamente alla gara in discorso.

QUESITO N. 50

Disciplinare di gara - art. 4. Si cita "La Ditta che concorre in un raggruppamento non potrà concorrere in altri raggruppamenti e neppure singolarmente". Si chiede di confermare che questa prescrizione faccia riferimento alla partecipazione all'interno di ciascun singolo lotto, restando pertanto ammissibile la partecipazione di una stessa azienda in forme diverse ai vari lotti.

RISPOSTA:

Si conferma che la prescrizione sopracitata è riferita alla partecipazione nell'ambito dei singoli lotti.

QUESITO N. 51

Elenco della documentazione tecnica, punti 9), 10), 11), 12), 13).

Si chiede come tali dichiarazioni possano essere oggetto di valutazione tecnica. Dovrebbero essere delle dichiarazioni/certificazioni da riportare in busta amministrativa per la qualifica dei soggetti idonei a partecipare alla procedura in oggetto. Si chiede cortese chiarimento.

Inoltre, è indispensabile specificare in dettaglio per quali prodotti sia da produrre la suddetta documentazione, se limitata a gas MD o ad altri prodotti.

RISPOSTA:

La documentazione citata nel quesito non sarà soggetta a valutazione tecnica e quindi ad attribuzione di punteggio.

Si rimanda peraltro alle premesse del presente documento, dove viene integrata/specificata la Documentazione tecnica richiesta, da inserire nella busta n. 3.

QUESITO N. 52

Disciplinare, art. 5 pag. 8: "Saranno escluse offerte sprovviste dei requisiti previsti come indispensabili dal capitolato tecnico". Si chiede di elencare nel dettaglio a quali requisiti si fa riferimento. In riferimento a tali requisiti, si chiede cortesemente di indicare quale documentazione è necessario produrre e in che busta va inserita.

RISPOSTA:

Si specifica che le disposizioni di cui al Capitolato Tecnico (dall'art. 1 all'art. 17) costituiscono prescrizioni essenziali di svolgimento della fornitura (e di tutti i servizi ricompresi nell'appalto) e di ammissibilità dell'offerta, ferma restando la possibilità della Ditta concorrente di proporre soluzioni equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che la Centrale si riserva di valutare ai fini dell'ammissione delle offerte tecniche.

QUESITO N. 54

Nel moduli offerta sono indicate alcune confezioni di gas medicinali con AIC (Aria e Ossigeno) che risultano registrate da una ristretta minoranza dei concorrenti presenti in questo mercato, in particolare:

- Aria AIC pacco di 20 bombole da 50 lt
- Ossigeno AIC pacco di 20 bombole da 50 lt

Per garantire il rispetto del principio di massima partecipazione, si chiede di poter fornire il prodotto in confezioni paragonabili (ad. es. pacchi 16 bombole per 50 lt). Sarà pertanto necessaria una revisione del modulo d'offerta con esplicitazione della quantità richieste non in numero di confezioni, ma in numero di mc necessari, in modo da poter permettere di fornire confezioni analoghe individuando in maniera univoca il prezzo unitario dei prodotti in questione.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 24.

Non è necessario modificare il modulo offerta in quanto la valutazione economica del prezzo offerto (e quindi l'attribuzione del punteggio "prezzo" considera l'importo complessivo offerto ed il relativo sconto percentuale praticato sull'importo a base d'asta riferito alla quota fornitura.

QUESITO N. 55

Nel moduli di offerta, le taglie/capacità per il prodotto Protossido d'Azoto AIC non sempre individuano chiaramente a quale capacità della bombola si fa riferimento. A titolo di esempio, la voce "Protossido d'Azoto AIC bombola 40 kg" non trova riscontro nei prodotti effettivamente in commercio e dotati di AIC (come velocemente verificabile sulla banca dati AIFA), in quanto la confezione che più si avvicina è "Protossido d'Azoto AIC in bombola 50 lt (contenuto 37,5 kg)".

Si chiede conferma che in fase di qualificazione e quindi esecuzione, tale gas medicinale potrà essere fornito in confezioni similari a quelle riportate in modulo offerta, secondo quanto registrato in AIC dalla Ditta Concorrente. Sarà inoltre necessaria una revisione del modulo d'offerta con esplicitazione della quantità richieste non in numero di confezioni, ma in numero di kg necessari, in modo da poter permettere di fornire confezioni analoghe individuando in maniera univoca il prezzo unitario dei prodotti in questione.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al precedente quesito n. 54.

QUESITO N. 57

Moduli offerta. Si chiede di dettagliare la voce "Miscela Binaria AIC per uso terapeutico".

E' necessario infatti sapere esattamente a quali miscele si fa riferimenti, dandone la composizione esatta. Come già segnalato in precedenza, è inoltre importante considerare che solo alcune aziende presenti sul mercato possiedono AIC per miscele medicinali, ed anche in questo caso, le miscele differiscono da azienda ad azienda. Questa richiesta, quindi, se non opportunamente precisata o, meglio ancora, del tutto stralciata, anche in considerazione del fatto che tali prodotti hanno un peso del tutto marginale rispetto all'importo ed all'oggetto di gara, rischia di comportare una notevole riduzione della possibilità di partecipazione alla gara da parte di aziende anche importanti che operano in questo settore, in evidente contrasto con il principio della massima partecipazione.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 45.

QUESITO N. 58

Moduli offerta. Si chiedono delucidazioni sulle voci "Ossigeno e Elio FU in bombole monouso da 0,95 lt": con "FU" si intende con dichiarazione di conformità alle specifiche di farmacopea o FU - Farmaco con AIC? La confezione monouso che caratteristiche (materiale costruttivo, valvola, pressione di collaudo, pressione di esercizio) deve avere?

Anche in questo caso, si segnala che non risulta che tale prodotto sia nella disponibilità della maggior parte delle aziende operanti in questo settore. Anche in questo caso, si chiede che la richiesta venga opportunamente precisata o, meglio ancora, del tutto stralciata, anche in considerazione del fatto che tali prodotti hanno un peso del tutto marginale rispetto all'importo ed all'oggetto di gara.

RISPOSTA:

Si dispone di stralciare dall'Allegato A1 - e pertanto dal modulo offerta F2 - le voci relative all'Ossigeno FU ed Elio FU in bombole monouso da lt. 0,95.

QUESITO N. 59

Moduli offerta. E' richiesto di indicare un prezzo unitario a confezione per i gas oggetto di fornitura. Nelle colonne a fianco è altresì richiesto di dettagliare l'incidenza del costo dei gas, del trasporto e della messa a disposizione del recipiente. Si chiede di rivedere il modulo offerta, eliminando queste colonne di dettaglio. Il prezzo offerto, infatti, non può essere la mera somma di queste voci, ma deve per forza di cose (anche per legge) essere costituito da più fattori e voci di costo ed incidenze aziendali (oltre alle voci previste in modulo offerta, vanno sicuramente considerati i costi di gestione, i costi per la sicurezza, il costo del personale, le spese generali ed amministrative, l'utile di impresa, etc...). Ai fini dell'offerta economica, si ritiene che sia di interesse delle Stazioni Appaltanti avere la quotazione a confezione e l'incidenza complessiva dagli oneri di sicurezza aziendali espressi sull'intero lotto. Richieste diverse, come quelle previste nel modulo di offerta, risultano di non chiara compilazione e rischiano di mettere in dubbio la confrontabilità ed univocità delle offerte dei vari concorrenti. E' oltretutto facoltà di codesta rispettabile amministrazione il richiedere una dettagliata giustificazione dei prezzi che chieda un dettaglio delle voci che concorrono a formarli. Si chiede pertanto aggiornamento / modifica del modulo offerta.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 32.

QUESITO N. 62

Moduli offerta LOTTI 1 e 2 - sezione D - SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE/DISTRIBUZIONE GAS. Si richiede di quotare "Personale addetto alla gestione del ...": è evidente che le aziende fornitrici di gas medicinali e tecnici non possono essere soggetti fornitori di personale (non ne posseggono i requisiti di legge) e che tale voce non può quindi riferirsi esclusivamente alla messa a disposizione di personale, ma deve necessariamente riferirsi alla fornitura di un servizio che si compone di varie voci (personale, mezzi, strumenti, etc...). Si richiede rettifica in modo da eliminare possibili criticità legate a tale incongruenza..

RISPOSTA:

Si conferma il contenuto del modulo offerta F2, così come pubblicato in fase di gara.

QUESITO N. 63

Infine, riteniamo importante ribadire quanto già espresso in sede di dialogo tecnico sul lotto 2: è evidente una sproporzione in termini di volumi e fatturati di questo lotto rispetto agli altri presentati in gara: si richiede una rivisitazione dei lotti.

Centrale Regionale di Acquisto

Infatti, dai dati rilevabili in allegato A1, ad esempio per l'ossigeno liquido, appare evidente che il lotto 2 avrà un fabbisogno (e quindi un importo di fornitura) molto maggiore del lotto 1.

E' infatti ravvisabile anche dai valori totali posti a base asta che il lotto 2 ha una consistenza pari a circa 5 volte quella del lotto 1. Tale suddivisione non risulta ragionevole. Infatti un criterio di suddivisione può senz'altro essere quello delle aree geografiche, per cui ad esempio ha senso separare il lotto 3 dagli altri, ma va anche considerato che l'individuazione di un lotto 2 che appare notevolmente sproporzionato rispetto allo stesso lotto 1, che insiste nella medesima ragione ha senz'altro l'effetto di rendere la partecipazione a tale lotto molto onerosa e difficoltosa anche per le aziende più grandi e strutturate, con una conseguente, notevole, riduzione della possibilità di partecipazione da parte degli operatori di mercato.

In sintesi, non si spiega tale disparità che risulta in contraddizione con la logica della suddivisione in lotti da parte della Stazione Appaltante e con il principio di apertura e massima partecipazione alle ditte concorrenti. Si chiede pertanto di riequilibrare i lotti o di suddividere il lotto 2 in due lotti.

RISPOSTA:

La richiesta non viene accolta; si conferma la suddivisione dei lotti così come pubblicata in fase di dialogo tecnico e di indizione.

QUESITO N. 64

Busta n. 2 Offerta Economica - Disciplinare pag. 7. Si prevede che all'interno delle schede economiche siano indicati, tra le altre cose, "i dati del Produttore; denominazione e ragione sociale, ecc.". Si chiede conferma che tale indicazione debba intendersi solamente in relazione al gas e si chiede inoltre se tale indicazione debba essere aggiunta autonomamente ai moduli di offerta già predisposti.

RISPOSTA:

A seguito della revisione della documentazione di gara, si conferma che l'indicazione relativa ai dati del produttore, ed eventuale distributore, non devono essere inseriti nell'offerta economica.

Si rimanda, inoltre, alle premesse del presente documento, dove viene integrata/specificata la Documentazione tecnica richiesta, da inserire nella busta n. 3.

QUESITO N. 65

Busta n. 3 Documentazione Tecnica - Disciplinare pag. 8. Si chiede che "Gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente con timbro, data e firma del titolare o legale rappresentante, ovvero da altro Amministratore o Procuratore che ne abbia facoltà, e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, nonché corredati da copia del documento di identità del dichiarante", in merito a ciò si chiede di confermare che tale previsione sia valevole per la documentazione riferita ai punti 10, 11, 12, 13 e 15 e non a tutta la restante documentazione - compresa relazione tecnica ecc. Per tutta la restante documentazione tecnica chiediamo conferma che sia sufficiente la sottoscrizione alla prima ed ultime pagina di ogni fascicolo prodotto.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 4.

QUESITO N. 66

Chiediamo di dettagliare quale sia la documentazione tecnica da presentare, nel caso in cui l'Operatore Economico intenda partecipare unicamente al lotto n. 3 - nel quale non è previsto il servizio di manutenzione. A tal riguardo, si fa notare che alcune delle Relazioni Tecniche richieste, non hanno attinenza con il servizio oggetto del lotto sopraccitato (ad esempio, il "Piano di manutenzione").

Vogliate fornire chiarimenti in merito.

Centrale Regionale di Acquisto

RISPOSTA:

Si rimanda alle premesse del presente documento, dove viene integrata/specificata la Documentazione tecnica richiesta, da inserire nella busta n. 3.

QUESITO N. 67

All'interno della documentazione tecnica elencata a pag. 8 del Disciplinare di Gara, al punto 13, si richiede una dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore. Quindi, in base alla suddetta richiesta, l'Operatore Economico dovrebbe indicare, con riferimento a tutti i gas medicinali/tecnic/etc - elencati nel modulo di offerta, il NOMINATIVO del Produttore dal quale si approvvigiona per l'acquisto dei singoli gas (qualora non fosse produttore degli stessi)? Se così non fosse, chiediamo di dettagliare quali siano i dati da riportare nella dichiarazione, in considerazione del fatto che i produttori dai quali una Ditta si approvvigiona possono essere svariati e differenti.

Si chiede poi un chiarimento anche sul fatto che l'offerta economica, per la quale il Vostro Spettabile Ente ha predisposto apposita modullistica, debba anch'essa riportare "i dati del Produttore: denominazione e ragione sociale, nazionalità e partita iva" - sulla scheda stessa di offerta. Trattasi di refuso?

Dovendo già fornire le informazioni nella sezione tecnica e non essendo previsto apposito spazio nelle schede di offerta, vogliate fornire delucidazioni in merito (anche per la specifica richiesta di indicazione anche della partita IVA).

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 64.

QUESITO N. 68

Si chiede infine di confermare che il limite di max di 50 pagine cartelle A4, siano da riferirsi unicamente alla Relazione Tecnica di cui al punto 1 della documentazione elencata a pag. 7 del Disciplinare di Gara e NON anche alle descrizioni richieste ai successivi punti 2), 3), 4), 5), 6).

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 33.

N.B.: le risposte ai restanti quesiti pervenuti (11-12-14-15-16-18-22-25-27-28-36-38-39-40-41-42-49.1-49.2-49.3-49.5-49.6-49.7-49.9-49.10-53-58-60-61-69-70) verranno pubblicate successivamente all'acquisizione dei dati da parte delle Aziende sanitarie.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
(Dott. Riccardo ZANELLA)



ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto
Sede operativa: VI G. D'Annunzio 64 - 16121 Genova

Tel +39 010 548 8562- Fax +39 010 548 8566 - Sito web www.acquistiliguria