



Regione Liguria – Giunta Regionale

| | |
|---------------------------|--|
| Oggetto | Fornitura di sistemi di automisurazione della glicemia, per la copertura delle necessità dei pazienti diabetici per il periodo 2023-2026. Adesione delle Aziende sociosanitarie ad accordo Quadro Consip |
| Tipo Atto | Decreto del Dirigente |
| Struttura Proponente | Settore stazione unica appaltante regionale |
| Dipartimento Competente | Direzione centrale organizzazione |
| Soggetto Emanante | Riccardo ZANELLA |
| Responsabile Procedimento | Riccardo ZANELLA |
| Dirigente Responsabile | Riccardo ZANELLA |

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub \ dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 recante "Disciplina delle attività contrattuali regionali" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la "razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione", il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.", convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante "Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR"
- la legge regionale n. 13 del 27.10.2022 avente ad oggetto "Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale";

PREMESSO CHE:

- la pianificazione delle attività della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l'anno 2023, approvata con DGR n. 1281 del 22/12/2022, prevede l'approvvigionamento per le aziende sociosanitarie della Liguria dei Sistemi di automisurazione della glicemia;
- è stato individuato come RUP della procedura di cui sopra, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Riccardo Zanella, Dirigente S.U.A.R.;

ATTESO CHE:

- le convenzioni regionali attualmente in essere per la fornitura dei dispositivi di automonitoraggio della glicemia sono state rinnovate da ultimo con decreto dirigenziale n. 6715 del 26/10/2023 sino al mese di settembre 2023 e possono comunque essere prorogate contrattualmente di un ulteriore periodo massimo di 180 giorni in attesa dell'esito di nuove procedure di affidamento;
- la Centrale di Committenza Nazionale CONSIP ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 ha stipulato un accordo quadro per la fornitura di sistemi di automisurazione della glicemia, con primari fornitori del settore con vigenza a decorrere dal 10/05/2022 e che detto accordo quadro prevede come data limite di adesione il 09/05/2023;
- l'adesione all'Accordo quadro CONSIP consente agli enti aderenti la stipula di appalti specifici per una durata massima di 36 mesi;

CONSIDERATO CHE:

- le condizioni di fornitura contrattualizzate da CONSIP risultano:
 - di sicura convenienza, sia per quanto riguarda l'ampiezza di gamma dei prodotti qualificati, la completezza dei kit (meter, strisce diagnostiche, lancette pungidito), performance diagnostica, quantità disponibili e prezzi dei dispositivi aggiudicati, sia per quanto riguarda l'affidabilità dei fornitori;
 - complessivamente migliori di quelle sinora realizzate dalle singole regioni e da Regione Liguria attraverso la propria autonoma gara aggiudicata nel 2018;
- per Regione Liguria l'adesione all'Accordo quadro CONSIP:
 - consentirebbe una continuità di utilizzo, per un numero consistente di utenti, di dispositivi già in uso (già contrattualizzati da Regione Liguria e presenti in convenzione CONSIP, evidenziati in grigio nelle tabelle sotto) evitando perciò la sostituzione del dispositivo e garantendo al paziente omogeneità di valori di monitoraggio nel tempo (il cambio meter determina sempre delle piccole differenze -sopra o sotto rilevazione sistematica dei valori glicemici rispetto al meter precedentemente usato- situazione che disorienta i pazienti);
 - consentirebbe, in presenza della vigenza di convenzioni regionali per i dispositivi non contrattualizzati da CONSIP, una transizione graduale e ordinata ai sistemi aggiudicati con la gara CONSIP, evitando rischi di discontinuità di forniture;
 - eviterebbe l'alea degli esiti di una nuova gara, che potrebbe comportare (come già capitato in passato) una sostituzione massiva di tutti o della maggior parte dei dispositivi di automisurazione in uso ai pazienti e prezzi maggiori rispetto a quelli contrattualizzati da CONSIP;

DATO ATTO che i prodotti “core” presenti nell’Accordo quadro nazionale CONSIP sono quelli di seguito indicati, il cui elenco completo e dettagliato dei componenti i sistemi è disponibile negli allegati al presente provvedimento (quelli evidenziati in grigio nella tabella sotto erano già oggetto delle convenzioni di fornitura stipulate dalla Regione Liguria):

| Fornitore | Sistema automonitoraggio |
|---------------------------------------|--|
| Biochemical Systems International Srl | VSTRUST TD-4279(STRUMENTO E STRISCIA) |
| Ascensia Diabetes Care Italy srl | CONTOUR NEXT ONE(ref.7807-rep.84664065) +STRISCIA COUNTOUR NEXT(ref.7306A- REP.84507319) |
| A. Menarini Diagnostics Srl | GLUCOMEN AREO+STRISCE GLUCOMEN AREO |
| Roche Diabetes Care Italy Spa | ACCU-CHECK INSTANT (ref. 2057338 – 1830734) |
| Sanofi srl | MY STAR PLUS - BG STAR |
| Alpha Pharma Service srl | IRIS - HYBRID HGM IRIS - IRIS EVO |
| Lifescan Italy srl | ONETOUCH - VERIO REFLECT ONE TOUCH VERIO |
| Pikdare srl | PIC GLUCO TEST(STRUMENTO+STRISCIA) |

VISTA la legge regionale 13/2022, con la quale (art.10 comma 2) è stato stabilito che, con i tempi e le modalità previste dalla Deliberazione del Direttore Generale di A.Li.Sa n. 408 del 21/12/2022, l’erogazione dei presidi per l’automisurazione della glicemia avverrà in regime di Distribuzione Per Conto (DPC) per tutte le Aziende sociosanitarie della Liguria attraverso il canale delle farmacie, ferma restando la possibilità per i pazienti diabetici di continuare ad avvalersi delle strutture a distribuzione diretta;

DATO ATTO CHE:

- alle Aziende sociosanitarie destinatarie degli approvvigionamenti e per il loro tramite ai Responsabili delle strutture di diabetologia territoriale, con nota prot. n. 1331155 del 29/11/2022, è stato chiesto di formulare eventuali osservazioni sulla ipotesi di adesione all’Accordo quadro CONSIP;
- sono pervenute soltanto le risposte di ASL 1 (Prot-2022-1396889 del 05/12/2022) , ASL2 (Prot-2022-1576784 del 19/12/2022) ed ASL 5 (Prot-2022-1521133 del 15/12/2022);

RILEVATO che, alla suddetta richiesta, ASL 1 e ASL 2 non hanno sollevato obiezioni al passaggio all’Accordo quadro Consip e soltanto ASL 5 ha svolto osservazioni in merito, precisando che per un numero consistente di pazienti (quelli assegnatari del dispositivo a minor costo tra quelli aggiudicati)

con il passaggio all'acquisto del medesimo in convenzione Consip si determinerebbe un incremento di spesa;

CONSIDERATO che gli esiti di una autonoma nuova gara, non garantiscono la conferma o il miglioramento delle quotazioni in essere, né un possibile miglioramento rispetto a quelle della convenzione CONSIP e che anzi è verosimile il rischio di una sostituzione massiva di tutti o della maggior parte dei dispositivi di auto-misurazione in uso ai pazienti e a prezzi maggiori rispetto a quelli contrattualizzati da CONSIP;

RITENUTO, pertanto, per l'approvvigionamento dei sistemi di automisurazione della glicemia per il triennio 2023-2026, di non espletare autonoma gara regionale e di avvalersi dell'Accordo quadro CONSIP, i cui documenti essenziali (accordo quadro, guida all'accordo quadro, schede tecniche, tariffe) vengono allegati quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DATO ATTO QUINDI CHE:

- per quanto riguarda le condizioni dell'affidamento, le AA.SS. potranno affidare uno o più Appalti Specifici alle condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'Accordo Quadro CONSIP, senza un nuovo confronto competitivo, e che potrà essere individuata da parte delle medesime una pluralità di operatori economici, tra quelli parti dell'Accordo Quadro, sulla base di specifiche esigenze ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del Codice dei Contratti pubblici;
- le condizioni oggettive definite nell'Accordo quadro CONSIP per determinare quali operatori economici eseguiranno le prestazioni sono:
 - il criterio della graduatoria di merito per l'affidamento degli ordini al primo classificato (GLUCOMEN AREO A. Menarini Diagnostics srl +STRISCE GLUCOMEN AREO);
 - il criterio della scelta clinica, in relazione a specifiche esigenze diagnostiche e/o terapeutiche dei pazienti, al fine di scegliere con appropriatezza i presidi più adatti a favorire l'aderenza alle terapie prescritte e/o al piano terapeutico;

D E C R E T A:

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

- 1. DI DARE ATTO** che le aziende socio-sanitarie della Liguria e A.Li.Sa. aderiscono all'Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di sistemi di *“automisurazione della glicemia, per la copertura delle necessità dei pazienti diabetici per il periodo 2023-2026”*;
- 2. DI DARE ATTO** che l'adesione all'Accordo quadro dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dagli atti della procedura CONSIP, di seguito indicati, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente documento:
 - a. Capitolato tecnico gara a procedura aperta per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di presidi per l'autocontrollo della glicemia per le pubbliche amministrazioni, ed. 2;

- b. Schema di accordo quadro per la fornitura di presidi per l'autocontrollo della glicemia per le pubbliche amministrazioni, edizione 2;
- c. Presidi per l'Autocontrollo della Glicemia 2 – Guida all'accordo quadro,
- d. Biochemical Systems International Srl - Offerta tecnica - Corrispettivi e tariffe;
- e. Ascensia Diabetes Care Italy srl- Offerta tecnica - Corrispettivi e tariffe;
- f. A. Menarini Diagnostics Srl - Offerta tecnica - Corrispettivi e tariffe;
- g. Roche Diabetes Care Italy Spa - Offerta tecnica - Corrispettivi e tariffe;
- h. Sanofi srl- Offerta tecnica - Corrispettivi e tariffe;
- i. Alpha Pharma Service srl- Offerta tecnica - Corrispettivi e tariffe;
- j. Lifescan Italy srl- Offerta tecnica - Corrispettivi e tariffe;
- k. Pkdare srl - - Offerta tecnica - Corrispettivi e tariffe;

3. DI DARE ATTO che i prodotti qualificati nell'Accordo Quadro Consip sono i seguenti:

| Fornitore | Meter | Striscia | Lancetta pungidito |
|---------------------------------------|--|---|--|
| A. Menarini Diagnostics srl | GlucoMen areo 2K - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1571503 | GlucoMen areo Sensor (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1571483 GlucoMen areo Sensor (confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 157147 | Glucojet Lancets Plus 33G (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 982267 Glucojet Lancets Plus 33G (confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 982287 |
| Alpha Pharma Service S.r.l. | IRIS - Hybrid HGM - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1941767 | IRIS Evo (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1573932 | IRIS Lancette (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1825803 |
| Ascensia Diabetes Care Italy srl | Glucometro Contour Next (90008844) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 2182810 | Contour Next (84507300 - confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1387513 Contour Next (84507319 - confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1387514 | Microlet (90007342 - confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 2085394 |
| Biochemical Systems International SpA | Taidoc Technology Corporation - Vtrust TD-4279 - Codice di | Taidoc Technology Corporation - Vtrust TD-4279 (confezione da 50 | Huahong - Lancette sterili G33 (confezione da 50 pezzi) - Codice di |

| | | | |
|-------------------------------|---|--|---|
| | registrazione al Repertorio DM: 2164912 | pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 165491 | registrazione al Repertorio DM: 1854543 |
| Lifescan Italy srl | Onetouch - Verio Reflect - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1767012 | One Touch - Verio - 024-148 (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1963719 | One Touch - Delica Plus 024-026 (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1828750 |
| Pikdare SpA | PIC Gluco Test Diary (cod. 02055000100000)- Codice di registrazione al Repertorio DM: 1848165 | PIC Gluco Test (02054000200100 - confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1711350 PIC Gluco Test (02054000200200 - confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1494973 | : PIC Pronto Digitest (02044025000200 - confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1848199 |
| Roche Diabetes Care Italy SpA | Accu-Chek Instant- Codice di registrazione al Repertorio DM: 2029922 | Accu-Chek Instant (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1830734 Accu-Chek Instant (confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 2057338 | Accu-Chek Softclix (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1412244 |
| Sanofi S.r.l. | My Star Plus - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1499594 | BG Star (confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1201963 | My Star Sylkfeel (confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1005969 |

4. DI RISERVARSI, nelle more dell'integrale passaggio delle forniture ai sistemi di automisurazione aggiudicatari dell'Accordo quadro CONSIP, di procedere con successivo atto a prorogare, la validità delle convenzioni regionali già in essere per i Fornitori non inclusi nell'Accordo quadro citato, limitatamente alle necessità dei pazienti che usufruiranno *medio tempore* dei sistemi aggiudicati con la precedente gara regionale;

5. DI DARE PUBBLICITÀ del presente provvedimento sul sito di Regione Liguria e sul sito internet www.acquistiliguria.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.



| Offerta tecnica relativa a: | |
|------------------------------------|---|
| Numero Gara | 2867860 |
| Nome Gara | Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Presidi per l'autocontrollo della glicemia per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 2 |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa |
| Lotto | 1 (Lotto 1 - Lotto unico) |

| AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
|--|-----------------------------|
| Amministrazione | CONSIP SPA |
| Partita IVA | 05359681003 |
| Indirizzo | VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM) |
| Responsabile del Procedimento | PIBIRI SILVIA |

| CONCORRENTE | |
|------------------------------------|---|
| Ragione Sociale | ALPHA PHARMA SERVICE SRL Società a Responsabilità Limitata |
| Partita IVA | 07211700724 |
| Codice Fiscale Impresa | 07211700724 |
| Provincia sede registro imprese | BA |
| Numero iscrizione registro imprese | 07211700724 |
| Codice Ditta INAIL | 579 |
| n. P.A.T. | 92815286 |
| Matricola aziendale INPS | 0916492670 |
| CCNL applicato | COMMERCIO |
| Settore | COMMERCIO |
| Indirizzo sede legale | SP 231 KM 5+200 - BITONTO (BA) |
| Telefono | 0808970221 |
| Fax | 0808970221 |
| PEC Registro Imprese | ALPHAPHARMASERVIC SRL@PEC.IT |
| Offerta sottoscritta da | CERVELLI ANNALISA |

| Oggetto (1 di 1) dell'Offerta | |
|---|--|
| Descrizione | Presidi per l'autocontrollo della glicemia 2 |
| Metaprodotto | Presidi glicemia - gara_2 |
| Quantità Richiesta | 1 |
| Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto | |
| Parametro Richiesto | Offerta Tecnica |
| Marca Kit e/o glucometro offerto | IRIS |
| Modello kit e/o glucometro offerto | HYBRID HGM |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici del Kit e/o del glucometro offerto | 1941767 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale del kit e/o del glucometro offerto | 2020 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release del kit e/o del glucometro offerto | 2020 |
| Marca strisce reattive offerto | IRIS |
| Modello strisce reattive offerto | IRIS EVO |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle strisce reattive offerte | 1573932 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle strisce reattive offerte | 2018 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle strisce reattive offerte | 2018 |
| Marca Lancette pungidito offerte | IRIS |
| Modello Lancette pungidito offerte | IRIS LANCETTE |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle Lancette pungidito offerte | 1825803 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle Lancette pungidito offerte | 2019 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle Lancette pungidito offerte | 2019 |
| 1.a- Range dell'ematocrito - Valore minimo < 30% | SI |
| 1.b - Range dell'ematocrito - Valore massimo > 55% | SI |

| | |
|---|------|
| 2.a - Accuratezza dei valori entro \pm 5 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 77,8 |
| 2.b - Accuratezza dei valori entro \pm 5% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 96,7 |
| 2.c - Accuratezza dei valori entro \pm 10 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 99,4 |
| 2.d - Accuratezza dei valori entro \pm 10% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 93,1 |
| 3 - Coefficiente di variazione per misure ripetute \leq 5% per valori reali di glicemia \geq 100 mg/dl | 62,1 |
| 4 - Presenza di Display retroilluminato | SI |
| 5 - Presenza di vano inserimento striscia illuminato | NO |
| 7 - Messaggi di errore descrittivi visualizzati sul display che non siano caratterizzati dal solo codice | NO |
| 9 - Funzione di espulsione automatica della striscia o internalizzazione della parte reattiva al fine della successiva eliminazione | SI |
| 11 - Funzione di misurazione della chetonemia | NO |
| 12 - Numero di livelli di profondità/penetrazione del dispositivo pungidito > 3 scale | 5 |
| 14 - Diametro della lancetta | 30 |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che i dispositivi offerti ed i servizi ad essi connessi (i) rispettano le caratteristiche richieste dalle normative vigenti in materia, e (ii) rispettano i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione



| Offerta tecnica relativa a: | |
|------------------------------------|---|
| Numero Gara | 2867860 |
| Nome Gara | Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Presidi per l'autocontrollo della glicemia per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 2 |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa |
| Lotto | 1 (Lotto 1 - Lotto unico) |

| AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
|--|-----------------------------|
| Amministrazione | CONSIP SPA |
| Partita IVA | 05359681003 |
| Indirizzo | VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM) |
| Responsabile del Procedimento | PIBIRI SILVIA |

| CONCORRENTE | |
|------------------------------------|---|
| Ragione Sociale | ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L. Società a Responsabilità Limitata |
| Partita IVA | 13522771008 |
| Codice Fiscale Impresa | 13522771008 |
| Provincia sede registro imprese | MI |
| Numero iscrizione registro imprese | 13522771008 |
| Codice Ditta INAIL | 19954200/22 |
| n. P.A.T. | 22878542/29 |
| Matricola aziendale INPS | 4984770999 |
| CCNL applicato | INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA |
| Settore | CODICE 46.46.3 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI MEDICALI ED ORTOPEDICI (DISPOSITIVI MEDICI) |
| Indirizzo sede legale | VIA VARESINA N. 162 - MILANO (MI) |
| Telefono | 0238009128 |
| Fax | 023086220 |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| PEC Registro Imprese | GARE.OFFERTE.ASCENSIA@LEGALMAIL.IT |
| Offerta sottoscritta da | CESTARIOLO PATRIZIO |

| Oggetto (1 di 1) dell'Offerta | |
|---|--|
| Descrizione | Presidi per l'autocontrollo della glicemia 2 |
| Metaprodotto | Presidi glicemia - gara_2 |
| Quantità Richiesta | 1 |
| Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto | |
| Parametro Richiesto | Offerta Tecnica |
| Marca Kit e/o glucometro offerto | Contour Next meter |
| Modello kit e/o glucometro offerto | Contour Next meter cod.90002559 |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici del Kit e/o del glucometro offerto | 1891956 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale del kit e/o del glucometro offerto | 2020 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release del kit e/o del glucometro offerto | 2020 |
| Marca strisce reattive offerto | Contour Next strisce nelle confezioni da 25 e 50 codici 84507300 e 84507319 |
| Modello strisce reattive offerto | Contour Next strisce nelle confezioni da 25 e 50 codici 84507300 e 84507319 |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle strisce reattive offerte | Contour Next strisce confezione da 25 cod. 1387513 Contour Next strisce confezione da 50 cod. 1387514 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle strisce reattive offerte | 2011 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle strisce reattive offerto | 2019 |
| Marca Lancette pungidito offerte | Microlet lancette nella confezione da 25 codice 90007342 |
| Modello Lancette pungidito offerte | Microlet lancette nella confezione da 25 codice 90007342 |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle Lancette pungidito offerte | 2085394 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle Lancette pungidito offerte | 2017 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle | 2021 |

| Lancette pungidito offerte | |
|---|------|
| 1.a- Range dell'ematocrito - Valore minimo < 30% | SI |
| 1.b - Range dell'ematocrito - Valore massimo > 55% | SI |
| 2.a - Accuratezza dei valori entro \pm 5 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 83,3 |
| 2.b - Accuratezza dei valori entro \pm 5% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 64,2 |
| 2.c - Accuratezza dei valori entro \pm 10 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 99 |
| 2.d - Accuratezza dei valori entro \pm 10% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 97,3 |
| 3 - Coefficiente di variazione per misure ripetute \leq 5% per valori reali di glicemia \geq 100 mg/dl | 1,5 |
| 4 - Presenza di Display retroilluminato | NO |
| 5 - Presenza di vano inserimento striscia illuminato | SI |
| 7 - Messaggi di errore descrittivi visualizzati sul display che non siano caratterizzati dal solo codice | NO |
| 9 - Funzione di espulsione automatica della striscia o internalizzazione della parte reattiva al fine della successiva eliminazione | NO |
| 11 - Funzione di misurazione della chetonemia | NO |
| 12 - Numero di livelli di profondità/penetrazione del dispositivo pungidito > 3 scale | 5 |
| 14 - Diametro della lancetta | 28 |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che i dispositivi offerti ed i servizi ad essi connessi (i) rispettano le caratteristiche richieste dalle normative vigenti in materia, e (ii) rispettano i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



| Offerta tecnica relativa a: | |
|------------------------------------|---|
| Numero Gara | 2867860 |
| Nome Gara | Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Presidi per l'autocontrollo della glicemia per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 2 |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa |
| Lotto | 1 (Lotto 1 - Lotto unico) |

| AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
|--|-----------------------------|
| Amministrazione | CONSIP SPA |
| Partita IVA | 05359681003 |
| Indirizzo | VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM) |
| Responsabile del Procedimento | PIBIRI SILVIA |

| CONCORRENTE | |
|------------------------------------|--|
| Ragione Sociale | BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SPA Società per Azioni |
| Partita IVA | 01736580513 |
| Codice Fiscale Impresa | 01736580513 |
| Provincia sede registro imprese | MI |
| Numero iscrizione registro imprese | 2509418 |
| Codice Ditta INAIL | 13433366 |
| n. P.A.T. | 90718332/30--- 90718334/31 |
| Matricola aziendale INPS | 0503170318 |
| CCNL applicato | INDUSTRIA |
| Settore | CHIMICI |
| Indirizzo sede legale | GALLERIA SAN BABILA 4B - MILANO (MI) |
| Telefono | 0575984164 |
| Fax | 0575984238 |
| PEC Registro Imprese | BSISRL@ARUBAPEC.IT |
| Offerta sottoscritta da | DELLEPIANE EMILIO |

| Oggetto (1 di 1) dell'Offerta | |
|---|--|
| Descrizione | Presidi per l'autocontrollo della glicemia 2 |
| Metaprodotto | Presidi glicemia - gara_2 |
| Quantità Richiesta | 1 |
| Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto | |
| Parametro Richiesto | Offerta Tecnica |
| Marca Kit e/o glucometro offerto | VTRUST TD-4279 |
| Modello kit e/o glucometro offerto | Strumento VTRUST TD-4279 completo |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici del Kit e/o del glucometro offerto | 2164912 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale del kit e/o del glucometro offerto | 2018 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release del kit e/o del glucometro offerto | 2020 |
| Marca strisce reattive offerto | VTRUST TD-4279 |
| Modello strisce reattive offerto | CONF. VTRUST TD-4279 GLUC 50 PZ |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle strisce reattive offerte | 1654917 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle strisce reattive offerte | 2018 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle strisce reattive offerte | 2020 |
| Marca Lancette pungidito offerte | HUAHONG |
| Modello Lancette pungidito offerte | LANCETTE STERILI G33 |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle Lancette pungidito offerte | 1854543 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle Lancette pungidito offerte | 2018 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle Lancette pungidito offerte | 2018 |
| 1.a- Range dell'ematocrito - Valore minimo < 30% | SI |
| 1.b - Range dell'ematocrito - Valore | SI |

| | |
|---|------|
| massimo > 55% | |
| 2.a - Accuratezza dei valori entro \pm 5 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 60,3 |
| 2.b - Accuratezza dei valori entro \pm 5% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 64,8 |
| 2.c - Accuratezza dei valori entro \pm 10 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 92,3 |
| 2.d - Accuratezza dei valori entro \pm 10% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 90,6 |
| 3 - Coefficiente di variazione per misure ripetute \leq 5% per valori reali di glicemia \geq 100 mg/dl | 2,93 |
| 4 - Presenza di Display retroilluminato | SI |
| 5 - Presenza di vano inserimento striscia illuminato | NO |
| 7 - Messaggi di errore descrittivi visualizzati sul display che non siano caratterizzati dal solo codice | SI |
| 9 - Funzione di espulsione automatica della striscia o internalizzazione della parte reattiva al fine della successiva eliminazione | SI |
| 11 - Funzione di misurazione della chetonemia | SI |
| 12 - Numero di livelli di profondità/penetrazione del dispositivo pungidito > 3 scale | 6 |
| 14 - Diametro della lancetta | 33 |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che i dispositivi offerti ed i servizi ad essi connessi (i) rispettano le caratteristiche richieste dalle normative vigenti in materia, e (ii) rispettano i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



| Offerta tecnica relativa a: | |
|------------------------------------|---|
| Numero Gara | 2867860 |
| Nome Gara | Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Presidi per l'autocontrollo della glicemia per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 2 |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa |
| Lotto | 1 (Lotto 1 - Lotto unico) |

| AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
|--|-----------------------------|
| Amministrazione | CONSIP SPA |
| Partita IVA | 05359681003 |
| Indirizzo | VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM) |
| Responsabile del Procedimento | PIBIRI SILVIA |

| CONCORRENTE | |
|------------------------------------|---|
| Ragione Sociale | LIFESCAN ITALY SRL Società a Responsabilità Limitata |
| Partita IVA | 10338640963 |
| Codice Fiscale Impresa | 10338640963 |
| Provincia sede registro imprese | MI |
| Numero iscrizione registro imprese | 10338640963 |
| Codice Ditta INAIL | 20290176 |
| n. P.A.T. | 95406542 |
| Matricola aziendale INPS | 4987296500 |
| CCNL applicato | CHIMICO |
| Settore | FARMACEUTICO- COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI MEDICALI |
| Indirizzo sede legale | PIAZZA DON MAPELLI,1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) |
| Telefono | 0299749572 |
| Fax | 0299749562 |
| PEC Registro Imprese | LIFESCANITALY@LEGALMAIL.IT |
| Offerta sottoscritta da | VICENTE DE ARAUJO LOMBA |

NUNO MIGUEL

| Oggetto (1 di 1) dell'Offerta | |
|---|--|
| Descrizione | Presidi per l'autocontrollo della glicemia 2 |
| Metaprodotto | Presidi glicemia - gara_2 |
| Quantità Richiesta | 1 |
| Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto | |
| Parametro Richiesto | Offerta Tecnica |
| Marca Kit e/o glucometro offerto | ONETOUCH |
| Modello kit e/o glucometro offerto | GLUCOMETRO: VERIO REFLECT; STRISCE REATTIVE: VERIO; DISPOSITIVO PUNGIDITO: DELICA PLUS; LANCETTE: DELICA PLUS |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici del Kit e/o del glucometro offerto | 1767012 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale del kit e/o del glucometro offerto | 2019 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release del kit e/o del glucometro offerto | 2021 |
| Marca strisce reattive offerto | ONETOUCH |
| Modello strisce reattive offerto | VERIO CODICE 024-148 |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle strisce reattive offerte | 1963719 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle strisce reattive offerte | 2010 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle strisce reattive offerte | 2020 |
| Marca Lancette pungidito offerte | ONETOUCH |
| Modello Lancette pungidito offerte | DELICA PLUS CODICE 024-026 |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle Lancette pungidito offerte | 1828750 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle Lancette pungidito offerte | 2019 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle Lancette pungidito offerte | 2019 |
| 1.a- Range dell'ematocrito - Valore minimo < 30% | SI |

| | |
|---|------|
| 1.b - Range dell'ematocrito - Valore massimo > 55% | SI |
| 2.a - Accuratezza dei valori entro \pm 5 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 73,7 |
| 2.b - Accuratezza dei valori entro \pm 5% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 65,2 |
| 2.c - Accuratezza dei valori entro \pm 10 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 96,8 |
| 2.d - Accuratezza dei valori entro \pm 10% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 93,2 |
| 3 - Coefficiente di variazione per misure ripetute \leq 5% per valori reali di glicemia \geq 100 mg/dl | 2,98 |
| 4 - Presenza di Display retroilluminato | SI |
| 5 - Presenza di vano inserimento striscia illuminato | NO |
| 7 - Messaggi di errore descrittivi visualizzati sul display che non siano caratterizzati dal solo codice | SI |
| 9 - Funzione di espulsione automatica della striscia o internalizzazione della parte reattiva al fine della successiva eliminazione | NO |
| 11 - Funzione di misurazione della chetonemia | NO |
| 12 - Numero di livelli di profondità/penetrazione del dispositivo pungidito > 3 scale | 13 |
| 14 - Diametro della lancetta | 30 |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che i dispositivi offerti ed i servizi ad essi connessi (i) rispettano le caratteristiche richieste dalle normative vigenti in materia, e (ii) rispettano i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



| Offerta tecnica relativa a: | |
|------------------------------------|---|
| Numero Gara | 2867860 |
| Nome Gara | Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Presidi per l'autocontrollo della glicemia per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 2 |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa |
| Lotto | 1 (Lotto 1 - Lotto unico) |

| AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
|--|-----------------------------|
| Amministrazione | CONSIP SPA |
| Partita IVA | 05359681003 |
| Indirizzo | VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM) |
| Responsabile del Procedimento | PIBIRI SILVIA |

| CONCORRENTE | |
|------------------------------------|--|
| Ragione Sociale | A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL Società a Responsabilità Limitata |
| Partita IVA | 05688870483 |
| Codice Fiscale Impresa | 05688870483 |
| Provincia sede registro imprese | FI |
| Numero iscrizione registro imprese | 05688870483 |
| Codice Ditta INAIL | 14446525 |
| n. P.A.T. | 92208902 |
| Matricola aziendale INPS | 3021894070 |
| CCNL applicato | CHIMICA |
| Settore | INDUSTRIA |
| Indirizzo sede legale | VIA SETTE SANTI, 3 - FIRENZE (FI) |
| Telefono | 0555680652 |
| Fax | 0555680216 |
| PEC Registro Imprese | DIAGGARE.MENARINI@LEGALMAIL.IT |
| Offerta sottoscritta da | ROTA MARCO |

| Oggetto (1 di 1) dell'Offerta | |
|---|--|
| Descrizione | Presidi per l'autocontrollo della glicemia 2 |
| Metaprodotto | Presidi glicemia - gara_2 |
| Quantità Richiesta | 1 |
| Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto | |
| Parametro Richiesto | Offerta Tecnica |
| Marca Kit e/o glucometro offerto | A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL |
| Modello kit e/o glucometro offerto | GLUCOMEN AREO 2K METER SET CODICE 48525 |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici del Kit e/o del glucometro offerto | 1571503/R |
| Anno di introduzione in italia della versione originale del kit e/o del glucometro offerto | 2018 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release del kit e/o del glucometro offerto | 2018 |
| Marca strisce reattive offerto | A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL |
| Modello strisce reattive offerto | GLUCOMEN AREO SENSOR |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle strisce reattive offerte | 1571483/R CONF. 25 STRISCE COD. 485281571477/R CONF. 50 STRISCE COD. 49198 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle strisce reattive offerte | 2018 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle strisce reattive offerte | 2018 |
| Marca Lancette pungidito offerte | A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL |
| Modello Lancette pungidito offerte | GLUCOJECT LANCETS PLUS 33G |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle Lancette pungidito offerte | 982267/R CONF. 25 LANCETTE COD. 44114982287/R CONF. 50 LANCETTE COD. 44117 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle Lancette pungidito offerte | 2013 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle Lancette pungidito offerte | 2013 |
| 1.a- Range dell'ematocrito - Valore minimo < 30% | SI |
| 1.b - Range dell'ematocrito - Valore massimo > 55% | SI |

| | |
|---|------|
| 2.a - Accuratezza dei valori entro \pm 5 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 73,7 |
| 2.b - Accuratezza dei valori entro \pm 5% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 78,9 |
| 2.c - Accuratezza dei valori entro \pm 10 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 99 |
| 2.d - Accuratezza dei valori entro \pm 10% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 97,8 |
| 3 - Coefficiente di variazione per misure ripetute \leq 5% per valori reali di glicemia \geq 100 mg/dl | 2,1 |
| 4 - Presenza di Display retroilluminato | SI |
| 5 - Presenza di vano inserimento striscia illuminato | NO |
| 7 - Messaggi di errore descrittivi visualizzati sul display che non siano caratterizzati dal solo codice | NO |
| 9 - Funzione di espulsione automatica della striscia o internalizzazione della parte reattiva al fine della successiva eliminazione | SI |
| 11 - Funzione di misurazione della chetonemia | SI |
| 12 - Numero di livelli di profondità/penetrazione del dispositivo pungidito > 3 scale | 5 |
| 14 - Diametro della lancetta | 33 |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che i dispositivi offerti ed i servizi ad essi connessi (i) rispettano le caratteristiche richieste dalle normative vigenti in materia, e (ii) rispettano i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



| Offerta tecnica relativa a: | |
|------------------------------------|---|
| Numero Gara | 2867860 |
| Nome Gara | Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Presidi per l'autocontrollo della glicemia per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 2 |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa |
| Lotto | 1 (Lotto 1 - Lotto unico) |

| AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
|--|-----------------------------|
| Amministrazione | CONSIP SPA |
| Partita IVA | 05359681003 |
| Indirizzo | VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM) |
| Responsabile del Procedimento | PIBIRI SILVIA |

| CONCORRENTE | |
|------------------------------------|---|
| Ragione Sociale | PIKDARE Società per Azioni |
| Partita IVA | 03690650134 |
| Codice Fiscale Impresa | 03690650134 |
| Provincia sede registro imprese | CO |
| Numero iscrizione registro imprese | 03690650134 |
| Codice Ditta INAIL | 19981586/17 |
| n. P.A.T. | 22920007/21 VOCE DI TARIFFA 0722-0723-2112-2197-6270 |
| Matricola aziendale INPS | 2417188827 |
| CCNL applicato | METALMECCANICI |
| Settore | INDUSTRIA |
| Indirizzo sede legale | VIA SALDARINI CATELLI 10 - CASNATE CON BERNATE (CO) |
| Telefono | 0317297610 |
| Fax | 0317297700 |
| PEC Registro Imprese | VENDITE@PEC.PIKDARE.IT |
| Offerta sottoscritta da | Bottanelli Daniele |

| Oggetto (1 di 1) dell'Offerta | |
|---|---|
| Descrizione | Presidi per l'autocontrollo della glicemia 2 |
| Metaprodotto | Presidi glicemia - gara_2 |
| Quantità Richiesta | 1 |
| Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto | |
| Parametro Richiesto | Offerta Tecnica |
| Marca Kit e/o glucometro offerto | PIC GLUCO TEST DIARY |
| Modello kit e/o glucometro offerto | Kit completo per la misurazione della glicemia |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici del Kit e/o del glucometro offerto | Cod. Fabbricante: 99GC31 - RDM: 1848165 - Cod. Distributore: 02055000100000 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale del kit e/o del glucometro offerto | 2019 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release del kit e/o del glucometro offerto | 2019 |
| Marca strisce reattive offerto | PIC GLUCO TEST |
| Modello strisce reattive offerto | Strisce per la misurazione della glicemia (in conf. da 50 pz) |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle strisce reattive offerte | Cod. Fabbricante: 99GS30A - RDM: 1711350 - Cod. Distributore: 02054000200100 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle strisce reattive offerte | 2016 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle strisce reattive offerte | 2018 |
| Marca Lancette pungidito offerte | PIC PRONTO DIGITEST |
| Modello Lancette pungidito offerte | Lancetta pungidito diam. G.32, sterile, monouso, apirogena e atossica + Tamponcino assorbente sterile |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle Lancette pungidito offerte | Cod. Fabbricante: 02044025000200 - RDM: 1848199 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle Lancette pungidito offerte | 2017 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle Lancette pungidito offerte | 2019 |

| | |
|---|------|
| 1.a- Range dell'ematocrito - Valore minimo < 30% | SI |
| 1.b - Range dell'ematocrito - Valore massimo > 55% | SI |
| 2.a - Accuratezza dei valori entro \pm 5 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 84,7 |
| 2.b - Accuratezza dei valori entro \pm 5% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 72,1 |
| 2.c - Accuratezza dei valori entro \pm 10 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 99,5 |
| 2.d - Accuratezza dei valori entro \pm 10% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 94,3 |
| 3 - Coefficiente di variazione per misure ripetute \leq 5% per valori reali di glicemia \geq 100 mg/dl | 3,3 |
| 4 - Presenza di Display retroilluminato | NO |
| 5 - Presenza di vano inserimento striscia illuminato | NO |
| 7 - Messaggi di errore descrittivi visualizzati sul display che non siano caratterizzati dal solo codice | SI |
| 9 - Funzione di espulsione automatica della striscia o internalizzazione della parte reattiva al fine della successiva eliminazione | NO |
| 11 - Funzione di misurazione della chetonemia | NO |
| 12 - Numero di livelli di profondità/penetrazione del dispositivo pungidito > 3 scale | 6 |
| 14 - Diametro della lancetta | 32 |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che i dispositivi offerti ed i servizi ad essi connessi (i) rispettano le caratteristiche richieste dalle normative vigenti in materia, e (ii) rispettano i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



| Offerta tecnica relativa a: | |
|------------------------------------|---|
| Numero Gara | 2867860 |
| Nome Gara | Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Presidi per l'autocontrollo della glicemia per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 2 |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa |
| Lotto | 1 (Lotto 1 - Lotto unico) |

| AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
|--|-----------------------------|
| Amministrazione | CONSIP SPA |
| Partita IVA | 05359681003 |
| Indirizzo | VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM) |
| Responsabile del Procedimento | PIBIRI SILVIA |

| CONCORRENTE | |
|------------------------------------|--|
| Ragione Sociale | ROCHE DIABETES CARE ITALY Società per Azioni |
| Partita IVA | 09050810960 |
| Codice Fiscale Impresa | 09050810960 |
| Provincia sede registro imprese | MB |
| Numero iscrizione registro imprese | 09050810960 |
| Codice Ditta INAIL | 19801258/68 |
| n. P.A.T. | 22636442/36 |
| Matricola aziendale INPS | 4983651299 |
| CCNL applicato | INDUSTRIA CHIMICA |
| Settore | FARMACEUTICO |
| Indirizzo sede legale | VIALE G.B. STUCCHI, 110 - MONZA (MB) |
| Telefono | 0392817200 |
| Fax | 0392817292 |
| PEC Registro | GARE.DIABETES CARE@ROCHE.LEGALMAIL.IT |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Imprese | |
| Offerta sottoscritta da | COSTANZO PIER GIUSEPPE MARIA |

| Oggetto (1 di 1) dell'Offerta | |
|---|--|
| Descrizione | Presidi per l'autocontrollo della glicemia 2 |
| Metaprodotto | Presidi glicemia - gara_2 |
| Quantità Richiesta | 1 |
| Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto | |
| Parametro Richiesto | Offerta Tecnica |
| Marca Kit e/o glucometro offerto | ACCU-CHEK |
| Modello kit e/o glucometro offerto | ACCU-CHEK INSTANT |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici del Kit e/o del glucometro offerto | 2029922 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale del kit e/o del glucometro offerto | 2019 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release del kit e/o del glucometro offerto | 2020 |
| Marca strisce reattive offerto | ACCU-CHEK |
| Modello strisce reattive offerto | ACCU-CHEK INSTANT 25 STRISCE - ACCU-CHEK INSTANT 50 STRISCE |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle strisce reattive offerte | ACCU-CHEK INSTANT 25 STRISCE: 1830734 - ACCU-CHEK INSTANT 50 STRISCE: 2057338 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle strisce reattive offerte | 2017 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle strisce reattive offerte | 2019 |
| Marca Lancette pungidito offerte | ACCU-CHEK |
| Modello Lancette pungidito offerte | ACCU-CHEK SOFTCLIX 25 LANCETTE - ACCU-CHEK SOFTCLIX 200 LANCETTE |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle Lancette pungidito offerte | ACCU-CHEK SOFTCLIX 25 LANCETTE: 1412244 - ACCU-CHEK SOFTCLIX 200 LANCETTE: 1412267 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle Lancette pungidito offerte | 2005 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle Lancette pungidito offerte | 2005 |
| 1.a- Range dell'ematocrito - Valore | SI |

| | |
|---|------|
| minimo < 30% | |
| 1.b - Range dell'ematocrito - Valore massimo > 55% | SI |
| 2.a - Accuratezza dei valori entro \pm 5 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 94,4 |
| 2.b - Accuratezza dei valori entro \pm 5% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 77,9 |
| 2.c - Accuratezza dei valori entro \pm 10 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 100 |
| 2.d - Accuratezza dei valori entro \pm 10% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 99,3 |
| 3 - Coefficiente di variazione per misure ripetute \leq 5% per valori reali di glicemia \geq 100 mg/dl | 2 |
| 4 - Presenza di Display retroilluminato | SI |
| 5 - Presenza di vano inserimento striscia illuminato | NO |
| 7 - Messaggi di errore descrittivi visualizzati sul display che non siano caratterizzati dal solo codice | NO |
| 9 - Funzione di espulsione automatica della striscia o internalizzazione della parte reattiva al fine della successiva eliminazione | SI |
| 11 - Funzione di misurazione della chetonemia | NO |
| 12 - Numero di livelli di profondità/penetrazione del dispositivo pungidito > 3 scale | 11 |
| 14 - Diametro della lancetta | 28 |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che i dispositivi offerti ed i servizi ad essi connessi (i) rispettano le caratteristiche richieste dalle normative vigenti in materia, e (ii) rispettano i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



| Offerta tecnica relativa a: | |
|------------------------------------|---|
| Numero Gara | 2867860 |
| Nome Gara | Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di Presidi per l'autocontrollo della glicemia per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 2 |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa |
| Lotto | 1 (Lotto 1 - Lotto unico) |

| AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
|--|-----------------------------|
| Amministrazione | CONSIP SPA |
| Partita IVA | 05359681003 |
| Indirizzo | VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM) |
| Responsabile del Procedimento | PIBIRI SILVIA |

| CONCORRENTE | |
|------------------------------------|---|
| Ragione Sociale | SANOFI S.R.L. Società a Responsabilità Limitata |
| Partita IVA | 00832400154 |
| Codice Fiscale Impresa | 00832400154 |
| Provincia sede registro imprese | MI |
| Numero iscrizione registro imprese | 00832400154 |
| Codice Ditta INAIL | 3642562/21 |
| n. P.A.T. | 006276338/94 |
| Matricola aziendale INPS | 4954699446 |
| CCNL applicato | CHIMICO FARMACEUTICO |
| Settore | SANITARIO (FARMACI E VACCINI) |
| Indirizzo sede legale | VIALE LUIGI BODIO N.37/B - MILANO (MI) |
| Telefono | 0239394402 |
| Fax | 0239394141 |
| PEC Registro Imprese | GARESANOFI@PEC.IT |
| Offerta sottoscritta da | APICELLA MARILENA |

| Oggetto (1 di 1) dell'Offerta | |
|---|---|
| Descrizione | Presidi per l'autocontrollo della glicemia 2 |
| Metaprodotto | Presidi glicemia - gara_2 |
| Quantità Richiesta | 1 |
| Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto | |
| Parametro Richiesto | Offerta Tecnica |
| Marca Kit e/o glucometro offerto | SANOFI MY STAR |
| Modello kit e/o glucometro offerto | MY STAR PLUS |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici del Kit e/o del glucometro offerto | 1499594 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale del kit e/o del glucometro offerto | 2016 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release del kit e/o del glucometro offerto | 2021 |
| Marca strisce reattive offerto | BG STAR |
| Modello strisce reattive offerto | BG STAR STRISCE REATTIVE PER 50 TEST |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle strisce reattive offerte | 1201963 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle strisce reattive offerte | 2014 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle strisce reattive offerto | 2014 |
| Marca Lancette pungidito offerte | SANOFI MY STAR SYLKFEEL |
| Modello Lancette pungidito offerte | MY STAR SYLKFEEL 28 G PER 50 LANCETTE PUNGIDITO |
| Codice identificativo di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici delle Lancette pungidito offerte | 1005969 |
| Anno di introduzione in italia della versione originale delle Lancette pungidito offerte | 2013 |
| Anno di introduzione in italia dell'ultima release relativa alle Lancette pungidito offerte | 2013 |
| 1.a- Range dell'ematocrito - Valore minimo < 30% | SI |
| 1.b - Range dell'ematocrito - Valore | SI |

| | |
|---|------|
| massimo > 55% | |
| 2.a - Accuratezza dei valori entro \pm 5 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 60,3 |
| 2.b - Accuratezza dei valori entro \pm 5% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 65,8 |
| 2.c - Accuratezza dei valori entro \pm 10 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl (%) | 90,4 |
| 2.d - Accuratezza dei valori entro \pm 10% per glicemie \geq 100 mg/dl (%) | 91,4 |
| 3 - Coefficiente di variazione per misure ripetute \leq 5% per valori reali di glicemia \geq 100 mg/dl | 3,5 |
| 4 - Presenza di Display retroilluminato | NO |
| 5 - Presenza di vano inserimento striscia illuminato | NO |
| 7 - Messaggi di errore descrittivi visualizzati sul display che non siano caratterizzati dal solo codice | SI |
| 9 - Funzione di espulsione automatica della striscia o internalizzazione della parte reattiva al fine della successiva eliminazione | NO |
| 11 - Funzione di misurazione della chetonemia | NO |
| 12 - Numero di livelli di profondità/penetrazione del dispositivo pungidito > 3 scale | 5 |
| 14 - Diametro della lancetta | 28 |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che i dispositivi offerti ed i servizi ad essi connessi (i) rispettano le caratteristiche richieste dalle normative vigenti in materia, e (ii) rispettano i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

AQ Presidi per l'autocontrollo della glicemia, ed. 2

Alpha Pharma Service S.r.l.

| Presidi per l'autocontrollo della glicemia | Importo unitario | Importo per confezione |
|---|------------------|------------------------|
| KIT: IRIS - Hybrid HGM - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1941767 | 0,000 | 0,000 |
| STRISCE - IRIS - IRIS Evo (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1573932 | 0,132 | 3,300 |
| LANCETTE: IRIS - IRIS Lancette (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1825803 | 0,015 | 0,375 |

AQ Presidi per l'autocontrollo della glicemia, ed. 2

Biochemical Systems International SpA

| Presidi per l'autocontrollo della glicemia | Importo unitario | Importo per confezione |
|---|------------------|------------------------|
| KIT completo - Taidoc Technology Corporation - Vtrust TD-4279 - Codice di registrazione al Repertorio DM: 2164912 | 13,000 | 13,000 |
| STRISCE - Taidoc Technology Corporation - Vtrust TD-4279 (confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1654917 | 0,100 | 5,000 |
| LANCETTE - Huahong - Lancette sterili G33 (confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1854543 | 0,020 | 1,000 |

AQ Presidi per l'autocontrollo della glicemia, ed. 2

Lifescan Italy srl

| Presidi per l'autocontrollo della glicemia | Importo unitario | Importo per confezione |
|---|------------------|------------------------|
| KIT - Onetouch - Verio Reflect - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1767012 | 10,000 | 10,000 |
| STRISCE - One Touch - Verio - 024-148 (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1963719 | 0,170 | 4,250 |
| LANCETTE - One Touch - Delica Plus 024-026 (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1828750 | 0,027 | 0,675 |

AQ Presidi per l'autocontrollo della glicemia, ed. 2**A. Menarini Diagnostics srl**

| Presidi per l'autocontrollo della glicemia | Importo unitario | Importo per confezione |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| KIT - GlucoMen areo 2K - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1571503 | 13,500 | 13,500 |
| STRISCE - GlucoMen areo Sensor (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1571483 | 0,114 | 2,850 |
| STRISCE - GlucoMen areo Sensor (confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1571477 | 0,114 | 5,700 |
| LANCETTE - Glucojet Lancets Plus 33G (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 982267 | 0,014 | 0,350 |
| LANCETTE - Glucojet Lancets Plus 33G (confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 982287 | 0,014 | 0,700 |

AQ Presidi per l'autocontrollo della glicemia, ed. 2

Pikdare SpA

| Presidi per l'autocontrollo della glicemia | Importo unitario | Importo per confezione |
|---|------------------|------------------------|
| KIT: PIC Gluco Test Diary (codice: 02055000100000) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1848165 | 11,900 | 11,900 |
| STRISCE: PIC Gluco Test (02054000200100 - confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1711350 | 0,125 | 6,250 |
| STRISCE: PIC Gluco Test (02054000200200 - confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1494973 | 0,125 | 3,125 |
| LANCETTE: PIC Pronto Digitest (02044025000200 - confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1848199 | 0,014 | 0,350 |

AQ Presidi per l'autocontrollo della glicemia, ed. 2

Roche Diabetes Care Italy SpA

| Presidi per l'autocontrollo della glicemia | Importo unitario | Importo per confezione |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| KIT - Accu-Chek Instant- Codice di registrazione al Repertorio DM: 2029922 | 15,000 | 15,000 |
| STRISCE - Accu-Chek Instant (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1830734 | 0,149 | 3,725 |
| STRISCE - Accu-Chek Instant (confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 2057338 | 0,149 | 7,450 |
| LANCETTE - Accu-Chek Softclix (confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1412244 | 0,030 | 0,750 |

AQ Presidi per l'autocontrollo della glicemia, ed. 2

Sanofi S.r.l.

| Presidi per l'autocontrollo della glicemia | Importo unitario | Importo per confezione |
|--|------------------|------------------------|
| KIT: My Star Plus - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1499594 | 15,000 | 15,000 |
| STRISCE - BG Star (confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1201963 | 0,190 | 9,500 |
| LANCETTE: My Star Syllkfeel (confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1005969 | 0,030 | 1,500 |

AQ Presidi per l'autocontrollo della glicemia, ed. 2

Ascensia Diabetes Care Italy srl

| Presidi per l'autocontrollo della glicemia | Importo unitario | Importo per confezione |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| KIT - Glucometro Contour Next (90008844) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 2182810 | 10,000 | 10,000 |
| STRISCE - Contour Next (84507300 - confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1387513 | 0,171 | 4,275 |
| STRISCE - Contour Next (84507319 - confezione da 50 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 1387514 | 0,171 | 8,550 |
| LANCETTE - Microlet (90007342 - confezione da 25 pezzi) - Codice di registrazione al Repertorio DM: 2085394 | 0,029 | 0,725 |

Identificativo atto: 2023-AM-1434

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

| Compito | Assegnatario | Note | In sostituzione di | Data di completamento |
|--|------------------|------|--------------------|-----------------------|
| *Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica) | Riccardo ZANELLA | | - | 28-02-2023 14:19 |
| *Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile) | Riccardo ZANELLA | | - | 28-02-2023 14:18 |
| Approvazione legittimità | Giorgia CATTI | | - | 28-02-2023 09:49 |
| *Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Riccardo ZANELLA | | - | 28-02-2023 09:21 |

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria