



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Aggiudicazione della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Kit per la gestione dell'incontinenza fecale" per le AASSLL, EEEO e IRCCS della Regione occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotto unico. Gara n. 8711570
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante	Luigi Moreno COSTA
Responsabile Procedimento	Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile	Luigi Moreno COSTA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 recante "Disciplina delle attività contrattuali regionali" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la "razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione", il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.", convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante "Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR";

PREMESSO CHE:

- con decreto del Dirigente n. 5511 del 09/09/2022 è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica denominata

“SinTel”, per l’affidamento della fornitura di “Kit per la gestione dell’incontinenza fecale” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi), lotto unico, gara n. 87115700, importo a base di gara 1.089.408,00 €;

- entro il termine delle ore 17:00 del 18/10/2022 sono pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1665496730256	Medival S.r.l.	Forma singola
1666005065457	ConvaTec Italia srl	Forma singola
1666086625565	EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	Forma singola

- con decreto n. 6598/2022 poi modificato con decreto n. 7727/2022 si è proceduto alla costituzione del seggio di gara;
- in data 20/10/2022 si è tenuta presso la S.U.A.R. la seduta pubblica per l’apertura della documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al Verbale prot. NP/2022/1192879 del 20/10/2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed al cui contenuto integralmente si rinvia;
- in data 05/12/2022 si è svolta la seduta riservata del Seggio di gara, per la verifica di conformità della documentazione amministrativa alla *lex specialis* di gara, con le risultanze di cui al Verbale NP/2022/1395516 del 05/12/2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto integralmente si rinvia;
- con decreto n. 7807/2022 sono state ammesse al prosieguo della procedura le predette Ditte;
- con decreto del Direttore Generale n. 634/2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- in data 15/02/2023 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste tecniche sulla piattaforma Sintel, con gli esiti di cui al verbale Prot-2023-178502 del 13/04/2022, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei seguenti verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice:

- Prot. n. NP/2023/293379 del 21/03/2023;
- Prot. n. NP/2023/312762 del 28/03/2023;

PRESO ATTO ALTRESÌ del verbale della seduta pubblica del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice svoltasi in data 06/04/2023 (Prot-2023-330762 del 06/04/2023), concernente l’apertura delle offerte economiche e l’individuazione dei migliori offerenti, nonché la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE:

- all'esito delle operazioni svolte nel corso della seduta pubblica del 06/04/2023 poc'anzi richiamata, è risultata aggiudicataria:

AGGIUDICATARIA	PUNTEGGIO TECNICO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
MEDIVAL S.R.L. (C.F: 00759430267 - P.IVA: 01630000287)	66,79	535.120,00 €	27,64	94,43

- tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia alla presente Determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE gli Uffici della SUAR hanno provveduto a richiedere la giustificazione dell'anomalia dell'offerta, nei tempi e secondo le modalità stabilite ex art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., alla Medival S.r.l.;

CONSIDERATO CHE la documentazione fornita attesta la congruità dell'offerta ai sensi del citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., siccome risulta dalla relazione del RUP Prot-2023-0337539 del 12/04/2023, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE non esistono, per la fornitura in oggetto, convenzioni nazionali CONSIP;

RITENUTO DI procedere alla aggiudicazione della fornitura *de qua*, in conformità ai verbali allegati al presente decreto;

D E C R E T A

per quanto meglio in premessa specificato e qui da intendersi integralmente richiamato:

1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE i seguenti verbali, che vengono allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali:

- NP/2022/1192879 del 20/10/2022;
- NP/2022/1395516 del 05/12/2022;
- Prot-2023-178502 del 13/04/2022
- NP/2023/293379 del 21/03/2023;
- NP/2023/312762 del 28/03/2023;
- Prot-2023-330762 del 06/04/2023;

2. DI PROCEDERE alla aggiudicazione della gara in oggetto secondo lo schema seguente:

AGGIUDICATARIA	PUNTEGGIO TECNICO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
MEDIVAL S.R.L.	66,79	535.120,00 €	27,64	94,43

(C.F: 00759430267 - P.IVA: 01630000287)				
--	--	--	--	--

3. DI DARE ATTO CHE:

- l'aggiudicazione diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il termine dilatorio per la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della gara;
- la Convenzione diventerà efficace all'esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la garanzia definitiva da prestare da parte della Ditta aggiudicataria è determinata nei seguenti importi:

AGGIUDICATARIA	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
MEDIVAL S.R.L. (C.F: 00759430267 - P.IVA: 01630000287)	535.120,00 €	53.512,00 €

- la Convenzione da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria sarà redatta in base allo schema tipo approvato con la determinazione di indizione, mentre gli OdF saranno emessi dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;


4. DI PROVVEDERE alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;

5. DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella determinazione n. 303 del 01/07/2020:

- in forma integrale su:
 - Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
- per estratto su:
 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - Il Messaggero nell'edizione nazionale
 - Il Mattino nell'edizione nazionale
 - Repubblica – Il Lavoro edizione regionale
 - Il Giornale della Liguria
 - Osservatorio appalti Regione Liguria
 - Sito web ANAC (www.anticorruzione.it) - Sito Web Aziendale (www.acquistiliguria.it) - Sito web Consip (www.acquistinretepa.it)

- 6. DI DARE ATTO CHE** al pagamento delle spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale si provvederà con separato provvedimento;
- 7. DI DARE INFINE ATTO CHE** le spese di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e per estratto sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Allegati: Report SINTEL

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario Referente: Sig.ra Loredana Lotti tel. 010/548 8546
e-mail: loredana.lotti@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Kit per la gestione dell'incontinenza fecale" per le AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotto unico. Gara n. 8711570. ID SINTEL 159261277

Verbale seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa

Il giorno 20/10/2022 alle ore 12,15, presso la Sala riunioni della S.U.A.R., sita in via G. D'Annunzio 64, 2° piano, Genova, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara della procedura in oggetto, per l'apertura sulla piattaforma telematica Sintel della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 6598 del 20/10/2022, risulta così composto:

- Dott. Giorgio Sacco - Dirigente Responsabile della S.U.A.R. in sostituzione del Dott. Luigi Moreno Costa - Presidente
- Dott.ssa Martina Canepa - Istruttore amministrativo della S.U.A.R. - Componente
- Sig.ra Loredana Lotti – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. - Componente anche con funzioni di Segretario

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dal dott. Luca Baldini, nominato con Decreti del Direttore Generale n. 3306 del 28/05/2021 e n. 3725 del 16/06/2021.

Presenza alla seduta anche il Sig. Simone Manenti, Istruttore Amministrativo della S.U.A.R., al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming.

Quanto alle modalità di svolgimento della predetta seduta, si dà atto che come comunicato con avviso Prot-2022-1188856 del 19/10/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel, gli Operatori Economici interessati possono presenziare alla seduta odierna ovvero assistere alla diretta streaming delle operazioni di gara accedendo da remoto collegandosi al link indicato nel succitato avviso.

Nessun Operatore Economico risulta presente alla seduta

Il Presidente del Seggio di gara dà preliminarmente atto che con Decreto n. 5511 del 09/09/2022 si è proceduto all'indizione della gara di cui in epigrafe, nonché a fissare il termine per la presentazione delle offerte alle ore 17:00 del 18/10/2022 e quello della seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa, alle ore 12:00 del 20/10/2022.

Il Presidente del Seggio di gara rileva che entro il suddetto termine risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, a livello multilotto, le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
1665496730256	Medival S.r.l. 00759430267	Forma singola	martedì 11 ottobre 2022 15.58.50 CEST
1666005065457	ConvaTec Italia srl 06209390969	Forma singola	lunedì 17 ottobre 2022 13.11.05 CEST
1666086625565	EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 04757530284	Forma singola	martedì 18 ottobre 2022 11.50.25 CEST

e che sempre entro i suddetti termini, è pervenuta presso la sede della SUAR la campionatura richiesta dal Capitolato di gara (Ditta Effebi Hospital SRL Prot-2022-1184037 del 18.ott.2022 ore 08:56:30, Ditta Convatec Italia Prot-2022-1159131 del 11.ott.2022, Ditta Medival S.r.l. Prot-2022-1132622 del 07.ott.2022).

Il Seggio di gara, operando attraverso il Sistema, procede sulla piattaforma SINTEL per ciascuna Ditta concorrente, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, alla:

- ✓ verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- ✓ verifica della mera presenza dei seguenti documenti richiesti nella sezione *Documentazione amministrativa* dalla lex specialis:
 - a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1);
 - b) (eventuale) Procura;
 - c) DGUE (come da modello M-2);
 - d) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
 - e) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica **firmata digitalmente** (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
 - f) impegno del fideiussore, in formato elettronico **firmato digitalmente** (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
 - g) (eventuale) Certificazioni riduzione garanzia;
 - h) Documento PASSOE **firmato digitalmente**;
 - i) Patto di integrità **firmato digitalmente**;
 - j) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679

(GDPR) (Modello M.7);

k) (eventuale) referenze bancarie;

l) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento **firmata digitalmente**;

m) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio **firmati**;

n) Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)

Al termine delle operazioni il Presidente del Seggio dà atto che, per tutte le Ditte offerenti, risultano conformi:

- ✓ la ricezione dell'offerta presentata (quanto a tempestività);
- ✓ la validità della firma digitale rispettivamente apposta;
- ✓ la presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa dalla lex specialis di gara, come evidenziato dal report in formato excel generato sulla piattaforma SinTel allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, in seduta riservata, il Seggio di Gara procederà alla verifica del contenuto dei documenti amministrativi prodotti dagli offerenti al fine di valutarne la conformità alle prescrizioni del Disciplinare di Gara e, pertanto, l'ammissibilità degli stessi alle successive fasi di gara.

Di dette operazioni verrà redatto apposito verbale e sarà data comunicazione agli offerenti (ammessi ed esclusi) ai sensi dell'art. 76, comma 2bis, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Alle ore 12,22, il Presidente, dopo aver rilevato e dichiarato che risulta un collegamento alla seduta odierna in diretta streaming sul canale youtube e avendo il Seggio esaurito gli adempimenti previsti dalla lex specialis di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il presente Verbale, composto da 3 (tre) pagine compreso l'allegato, è rassegnato agli atti di gara e verrà pubblicato sulla piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara" raggiungibile all'indirizzo www.ariaspa.it e sul profilo del committente www.acquistiliguria.it

La registrazione della seduta pubblica è comunque consultabile sul canale you tube di S.U.A.R...

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Presidente del Seggio

Dott. Giorgio Sacco

Referente, Componente e Segretario del Seggio

Sig.ra Loredana Lotti

Referente e Componente del Seggio


Dott.ssa Martina Canepa

Ufficiale Rogante

Dott. Luca Baldini

The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. The first signature is for the President of the Board, the second for the Referent, Component, and Secretary, and the third for the Referent and Component. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

Requisiti amministrativi	Medival S.r.l.	ConvaTec Italia srl	EFFEBI HOSPITAL S.R.L.
Modalità di partecipazione	Forma singola	Forma singola	Forma singola
Ammissione alla fase successiva?	SI	SI	SI
Istanza di partecipazione (eventuale) Procura	1) MDV_M1 - Istanza di partecipazione.pdf.p7m -	M1 - Istanza di partecipazione.pdf.p7m Dich. documenti conformi e procura.zip	Modello M-1 - Istanza di partecipazione_EFFEBI.pdf.p7m -
DGUE	2) MDV_DGUE.pdf.p7m	M2 - DGUE.pdf.p7m	dgue.zip
Attestato pagamento contributo ANAC	3) MDV_Ricevuta_ANAC.pdf.p7m	Ricevuta_301010010701928764.pdf.p7m	Ricevuta ANAC.pdf.p7m
Garanzia provvisoria	4) MDV_garanzia.zip	094700000076301.pdf.p7m	Polizza_11000110033236_B.pdf.p7m
Impegno del fideiussore	5) MDV_impegno del fideiussore.pdf.p7m	094700000076301.pdf.p7m	Polizza_11000110033236_B.pdf.p7m
Certificazioni riduzione garanzia provvisoria (eventuale)	4) MDV_riduzione garanzia.pdf.p7m	Dich. riduzione cauzione.pdf.p7m	RIDUZIONE POLIZZA.pdf.p7m
PassOE	6) MDV_PASSoe.pdf.p7m	PASSOE.pdf.p7m	PASSOE.pdf.p7m
Patto di integrità	7) MDV_Patto d'integrità_Regione_Liguria.pdf.p7m	D - Patto integrità.pdf.p7m	E - PATTO DI INTEGRITA'_3.05.2021.pdf.p7m
Dichiarazione GDPR	8) MDV_M7-Dichiarazione GDPR.pdf.p7m	M7 - Dichiarazione GDPR.pdf.p7m	Modello M7-Dichiarazione GDPR.pdf.p7m
Referenze bancarie (eventuale)	-	-	REFERENZE.zip
Dichiarazione avalimento (eventuale)	-	-	-
atti relativi all'eventuale partecipazione in RTI	-	-	-
F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00	1) MDV_imposta di bollo.pdf.p7m	Quietanza e dichiarazione F24 imposta di bollo.pdf.p7m	IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1395516
del 05/12/2022

Genova, 05/12/2022

Prot. n. NP/2022/1395516

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Kit per la gestione dell'incontinenza fecale" per le AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotto unico. Gara n. 8711570. ID SINTEL 159261277

I ^ SEDUTA RISERVATA

Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 05/12/2022 alle ore 15,00, si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 6598/2022 poi modificato con decreto n. 7727/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Il Seggio di gara inizia a valutare la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti a seguito dell'apertura in seduta pubblica dei plichi telematici pervenuti sulla piattaforma Sintel (verbale seduta pubblica Prot-2022-1192879 del 20/10/2022).

Il Disciplinare di Gara prevedeva i seguenti documenti:

- a) Istanza di partecipazione (come da modello M.1) firmata digitalmente
- b) (eventuale) Procura

B BRANDOLIN

- c) DGUE (come da modello M.2) firmato digitalmente
- d) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- e) Garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico)
- f) Impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione
- g) (eventuale) Certificazioni riduzione garanzia
- h) Documento PASSOE firmato digitalmente
- i) Patto di integrità firmato digitalmente
- j) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7) firmato digitalmente
- k) (eventuale) Referenze bancarie firmate digitalmente
- l) (eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente
- m) (eventuale) Atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente
- n) Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)

CONVATEC ITALIA SRL		
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	Iscritta nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Roma il giorno 09/06/2008 al numero 06209390969	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: 60.635.130,67 fatturato specifico medio annuo: 3.408.967,37	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 0947000000076301 rilasciata da BNL € 9.079,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	6504-4036-7759-1484	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	CONFORME

u
B

Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

EFFEBI HOSPITAL S.R.L.		
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA NR. ISCRIZIONE 04757530284	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 848.920,96 fatturato specifico medio annuo: € 848.920,96	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 11000110033236 rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. € 9.078,40	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	5329-8754-8020-5886	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	CONFORME
Referenze bancarie (eventuale)	Presenti	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	

F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME
ESITO:	AMMESSO


MEDIVAL SRL		
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	C.C.I.A.A. DI PADOVA - REA N. 178359 del 04.01.1983 - Reg. Imprese 00759430267 in data 19.02.1996	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: 16.182.675,33 € fatturato specifico medio annuo: 300.943,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 502079386 rilasciata da Allianz euro 9.078,40	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presente	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Non Presente (art. 93, comma 8)	CONFORME
PASSOE	9307-6488-2224-7614	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	CONFORME
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Dichiarazione GDPR M-7	CONFORME	
ESITO:	AMMESSO	

La seduta si chiude alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 05/12/2022


RUP e Presidente del Seggio


Dott. Luigi Moreno COSTA

Handwritten signature of Luigi Moreno Costa, written in black ink above a horizontal line.

Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

Handwritten signature of Rossana Brandolin, written in black ink above a horizontal line.



REGIONE LIGURIA

Prot. 178502
 15/02/2023

**DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.posta@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8338 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Kit per la gestione dell'incontinenza fecale" occorrenti alle necessità delle AASSLL, EEEO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi. Lotto unico. Gara n. 8711570. Id Sintel 159261277

SEDUTA PUBBLICA

Verbale seduta pubblica apertura documentazione tecnica

Il giorno 15/02/2023, alle ore 15,12 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per l'apertura sulla piattaforma telematica Sintel della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 6598/2022 poi modificato con decreto n. 7727/2022, risulta composto dai Signori:

- *Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- *Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Partecipano alla seduta i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 634/2023 (La Dott.ssa Stratta e il Dott. Cavallone tramite collegamento Skype):

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Enrico Biondi	ASL 3 "Genovese"	Coordinatore infermieristico S.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale Villa Scassi

Componente	Dott.ssa Emanuela Stratta	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico U.O. Clinica Chirurgica I
Componente	Sig. Roberto Cavallone	ASL 2 "Savonese"	Infermiere responsabile Gestione Enterostomia - S.C. Coordinamento Professioni Sanitarie Territoriale

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri della S.U.A.R.
Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dal Dott. Mauro Vestri, nominato con decreto del Direttore Generale n. 6772/2022.

Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2023-0167989 del 13/02/2023.

Il Presidente del Seggio di gara dà preliminarmente atto che:

- con decreto n. 5511/2022 è stata indetta la procedura di cui in epigrafe;
- entro il termine delle ore 17:00 del 18/10/2022 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1665496730256	Modival S.r.l. 00759430267	Forma singola
1666005065457	ConvaTec Italia srl 06209390969	Forma singola
1666086625565	EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 04757530284	Forma singola

- con decreto n. 7807/2022 sono state ammesse al prosieguo della procedura le predette Ditte.

Come previsto dal Disciplinare di Gara, la documentazione tecnica doveva essere sottomessa attraverso la piattaforma telematica Sintel raggiungibile dal sito www.atiaspa.it.

Il Seggio di Gara, alla presenza della Commissione Giudicatrice, procede quindi all'apertura delle buste tecniche telematiche presentate dalle Ditte sopra indicate.

Il Disciplinare di Gara (art. 15.2.3.) prevedeva che la busta tecnica dovesse contenere i seguenti documenti:

1. Dichiarazione offerta tecnica (Modello M-5);
2. Questionario tecnico;
3. Schede tecniche;
4. Certificato CE;
5. Eventuali dichiarazioni di equivalenza;

[Handwritten signature and notes]
 Enrico Fanti
 23 min
 ho allenato tutto

6. Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici (allegato M-4);
7. Offerta Economica Silente;
8. Dichiarazione di secretazione offerta tecnica


Il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice valutato rilevano quanto segue:
è regolarmente presente la documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara.

La seduta pubblica è tolta alle ore 15,15.


Il presente Verbale, composto da 3 (tre) pagine, sarà pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 15/02/2023


Presidente Commissione giudicatrice
Dott. Enrico BIONDI




Componente Commissione giudicatrice
Dott.ssa Emanuela STRATTA



Componente Commissione giudicatrice
Dott. Roberto CAVALLONE




RUP e Presidente del Seggio
Dott. Luigi Moreno COSTA



Ufficiale Rogante
Dott. Mauro VESTRI




Funzionario referente e Segretario
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



Supporto Informatico
Sig. Alessandro VALDISERRI





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, 21/03/2023

Prot. n. NP/2023/293379

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Kit per la gestione dell'incontinenza fecale" occorrenti alle necessità delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi. Lotto unico. Gara n. 8711570. Id Sintel 159261277

1^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 1^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 21/03/2023

Il giorno 21/03/2023, alle ore 14,30 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per procedere alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche ed attribuzione dei punteggi.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 634/2023:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Enrico Biondi	ASL 3 "Genovese"	Coordinatore infermieristico S.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale Villa Scassi
Componente	Dott.ssa Emanuela Stratta	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico U.O. Clinica Chirurgica 1
Componente	Sig. Roberto Cavallone	ASL 2 "Savonese"	Infermiere responsabile Gestione Enterostomia - S.C. Coordinamento Professioni Sanitarie Territoriale

Luigi Moreno Costa *RB* *EB*

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

La Commissione procede anzitutto a verificare che i prodotti offerti posseggano le caratteristiche di minima previste dal Capitolato, mediante esame della documentazione tecnica allegata all'offerta e della campionatura presentata.

A tale riguardo si ricorda che il Capitolato richiedeva le seguenti caratteristiche di minima:

Descrizione
<p>Caratteristiche tecniche di minima richieste: Set per la gestione delle feci liquide e semiliquide in pazienti incontinenti affettati. Il sistema, di sicuro e facile inserimento, non deve provocare danni alla mucosa e/o traumi allo sfintere. Il Set è costituito da sonda + sistema di raccolta (ordinabili separatamente). Il set deve altresì comprendere la siringa per gonfiaggio e clamp di chiusura</p>
<p>Sub-lotto 1 a) Sonda a lunga permanenza, in silicone di grado medicale o materiale equivalente, monouso (monopaziente), avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza, ad un'estremità, di dispositivo di ancoraggio da inserire in ampolla rettale e tratto trans- anale, introduzione atraumatica, con valvola che permette il gonfiaggio manuale a bassa pressione; • all'altra estremità è posizionato sistema di collegamento sicuro alla sacca di raccolta, che impedisce la fuoriuscita delle feci creando un circuito chiuso; • Il tubo di deflusso, atraumatico, adagiabile al piano del letto del paziente deve essere di sufficiente lunghezza, tale da permettere il decorso orizzontale dello stesso sino alla sacca di raccolta (ai piedi del letto). <p>Devono essere inoltre presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissaggio alla sacca di raccolta con innesto a pressione o baionetta, con dispositivo antireflusso; • porta di ingresso per lavaggio/irrigazione/infusione di farmaci, continua o a intermittenza; • porta accesso per campionamento feci; • presenza di sistema anti-odore; • dichiarazione gonfiaggio cuffie a bassa pressione <p><u>Etichette:</u> Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p>
<p>Sub-lotto 1 b)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sacchetto a fondo chiuso, con scala graduata, di almeno 1000 ml di capacità, con sistema di ancoraggio per il posizionamento al letto e filtro antiodore 2. All'interno della sacca non deve essere presente alcuna sostanza e/o materiale in grado di alterare significativamente il volume del contenuto, impedendo la valutazione qualitativa e quantitativa del materiale raccolto.

PARTECIPANTE	PRODOTTO OFFERTO	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
CONVATEC ITALIA SRL	FLEXI-SEAL PROTECT	X
EFEBI HOSPITAL S.R.L.	PAHSCO	X
MEDIVAL S.R.L.	SECCO™ PROTECT	Nel questionario tecnico la Ditta ha barrato "NO" in riferimento al seguente requisito: "All'interno della sacca non deve essere presente alcuna sostanza e/o materiale in grado di alterare significativamente il volume del contenuto, impedendo la

[Handwritten signatures and initials]

		valutazione qualitativa e quantitativa del materiale raccolto". Non risultando chiara dalla documentazione tecnica la presenza del requisito de quo, la Commissione decide di chiedere un chiarimento in merito alla Ditta.
--	--	---

La Commissione procede a questo punto alla valutazione qualitativa delle offerte tramite visione della campionatura presentata ed attribuisce i punteggi in base ai criteri di valutazione fissati dalla *lex specialis*.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice verranno riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegata al verbale conclusivo della valutazione qualitativa, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

ConvaTec Italia srl

1) SONDA: ATRAUMATICITA' E MORBIDEZZA IN TUTTO IL PERCORSO

Dott.ssa Stratta: il silicone risulta molto morbido ed atraumatico

Dott. Biondi: il materiale è a mio avviso eccellente ed estremamente atraumatico

Sig. Cavallone: materiale buono e abbastanza morbido, atraumatico

2) SISTEMA DI INTRODUZIONE FACILITATO PER L'OPERATORE

Dott.ssa Stratta e Sig. Cavallone: alla prova pratica il prodotto risulta di facile introduzione

Dott. Biondi: alla prova pratica il prodotto risulta molto maneggevole e di inserimento estremamente facile

3) CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSI

Sul prodotto è indicato in maniera molto chiara l'utilizzo dell'accesso tramite porte di accesso identificate con codice colore (bianca e azzurra), è presente l'iscrizione della destinazione e la connessione Luer lock.

Accessi molto agevoli

4) CARATTERISTICHE DELLA PORTA ACCESSO PER CAMPIONAMENTO FECI

La porta di campionamento, situata in ottima posizione, risulta di individuazione estremamente agevole dall'operatore sanitario grazie alla sua colorazione blu

5) PRESENZA DI DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DEL VOLUME DI GONFIAGGIO CON POSSIBILITÀ DI SEGNALARE EVENTUALI SOVRADOSAGGI (Q5)

presente

6) PRESENZA DI SISTEMA CHE CONSENTA DI PERSONALIZZARE IL GONFIAGGIO DEL PALLONCINO ADATTANDOSI ALL'ANATOMIA DEL PAZIENTE (Q5)

presente

7) EFFICACIA DEL SISTEMA ANTIODORE

Nella sacca di raccolta è presente un filtro al carbone attivo utile all'assorbimento del cattivo odore e alla fuoriuscita dei gas evitando il rischio di eccessivo rigonfiamento della sacca con conseguente distacco accidentale

8) FACILITA' DI PASSAGGIO DELLE FECI NEL TUBO DI DRENAGGIO

Il diametro di 22 mm della cannula garantisce ed agevola la facilità di passaggio delle feci nel tubo di drenaggio. Grazie alla produzione in un unico pezzo del dispositivo e quindi all'integrazione del

pallone di cuffiaggio e dell'attacco per la sacca il sistema risulta privo di ostacoli/giunture che possano ostacolare o causare la perdita di materiale fecale durante l'utilizzo.

9) PRESENZA SEGNALE /INDICATORE DI ARRESTO INSERIMENTO SONDA (Q5)
presente

EFFEBI HOSPITAL S.R.L.

1) SONDA: ATRAUMATICITA' E MORBIDEZZA IN TUTTO IL PERCORSO

Dott.ssa Stratta: materiale molto buono, decisamente atraumatico

Dott. Biondi: alla prova pratica il silicone non appare di buona qualità

Sig. Cavallone: materiale risulta buono ma leggermente ruvido

2) SISTEMA DI INTRODUZIONE FACILITATO PER L'OPERATORE

Dott. Biondi e Dott.ssa Stratta: il prodotto, alla prova pratica, risulta agevole nella fase di introduzione ma presenta molte difficoltà nella fase di estrazione

Sig. Cavallone: molto difficoltosa l'estrazione dell'introduttore; inoltre l'introduttore presenta scanalature che rischiano di lesionare la parete

3) CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSI

Identificazione degli accessi semplice, porte di accesso differenziate con codice colore, iscrizione della destinazione, presenza di connessione Luer lock

4) CARATTERISTICHE DELLA PORTA ACCESSO PER CAMPIONAMENTO FECI

La porta di accesso è nella parte terminale del tubo pertanto richiede il riempimento dell'intero tubo per poter prelevare un campione

5) PRESENZA DI DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DEL VOLUME DI GONFIAGGIO CON POSSIBILITÀ DI SEGNALARE EVENTUALI SOVRADOSAGGI (Q5)

La Commissione ritiene che non sia presente il dispositivo di cui in quanto non c'è la possibilità di valutare l'effettivo volume di riempimento

6) PRESENZA DI SISTEMA CHE CONSENTA DI PERSONALIZZARE IL GONFIAGGIO DEL PALLONCINO ADATTANDOSI ALL'ANATOMIA DEL PAZIENTE (Q5)

presente

7) EFFICACIA DEL SISTEMA ANTIODORE



Il sistema antiodore risulta efficace in quanto le sacche di capacità fino a 1200ml presentano valvola anti-reflusso e porta circolare dotata di apposito filtro a carboni attivi per il contenimento di odori residui.

8) FACILITÀ DI PASSAGGIO DELLE FECI NEL TUBO DI DRENAGGIO

Dott. Biondi: il canale appare un po' ruvido

Dott.ssa Stratta e Sig. Cavallone: il diametro della cannula garantisce l'agevolazione e facilità di passaggio delle feci nel tubo di drenaggio

9) PRESENZA SEGNALE /INDICATORE DI ARRESTO INSERIMENTO SONDA (Q5)
presente




La seduta si chiude alle ore 17,00

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 21/03/2023


Presidente Commissione giudicatrice
Dott. Enrico BIONDI




Componente Commissione giudicatrice
Dott.ssa Emanuela STRATTA



Componente Commissione giudicatrice
Dott. Roberto CAVALLONE



Funzionario referente e Segretario
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, 28/03/2023

Prot. n. NP/2023/312762

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Kit per la gestione dell'incontinenza fecale" occorrenti alle necessità delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi. Lotto unico. Gara n. 8711570. Id Sintel 159261277

2^ SEDUTA RISERVATA

Verbale 2^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 28/03/2023

Il giorno 28/03/2023, alle ore 13,30 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per proseguire la valutazione qualitativa delle offerte tecniche ed attribuzione dei punteggi.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 634/2023:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Enrico Biondi	ASL 3 "Genovese"	Coordinatore infermieristico S.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale Villa Scassi
Componente	Dott.ssa Emanuela Stratta	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico U.O. Clinica Chirurgica 1
Componente	Sig. Roberto Cavallone	ASL 2 "Savonese"	Infermiere responsabile Gestione Enterostomia - S.C. Coordinamento Professioni Sanitarie Territoriale

GB

Cavallone Roberto

Emanuele

Stratta

È altresì presente il RUP, Dott. Luigi Moreno Costa e la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario della S.U.A.R., in qualità di Segretario.

Si dà atto che il Sig. Roberto Cavallone partecipa alla seduta tramite collegamento Skype. Al termine della seduta precedente aveva portato con sé un pezzo della campionatura del prodotto offerto dalla Medival al fine di poter procedere con la valutazione qualitativa dello stesso.

La Commissione ricorda anzitutto che alla precedente seduta riservata aveva deciso di inviare alla Medival S.r.l. una richiesta di chiarimenti in quanto nel questionario tecnico la Ditta aveva barrato "NO" in riferimento al seguente requisito: "All'interno della sacca non deve essere presente alcuna sostanza e/o materiale in grado di alterare significativamente il volume del contenuto, impedendo la valutazione qualitativa e quantitativa del materiale raccolto" e dalla documentazione tecnica non risultava chiara la presenza del requisito de quo.

Con nota Prot-2023-0293988 del 21/03/2023 è stata pertanto trasmessa alla Medival la predetta richiesta di chiarimenti.

In data 23/03/2023 la Ditta ha fornito riscontro con nota acquisita agli atti Prot-2023-0309386 del 27/03/2023, precisando quanto segue:

"Il dispositivo medico da noi offerto e denominato "Secco Protect" contiene all'interno della sacca di raccolta una pad (compressa) super assorbente formulata e costituita da una combinazione di carta cellulosa con poliacrilato di sodio granulato super assorbente.

Si conferma pertanto che la sacca non contiene alcuna sostanza che possa alterare significativamente la valutazione del volume e della qualità del materiale raccolto".

La Commissione ritiene soddisfacente il chiarimento e conferma la presenza di tutti i requisiti di minima previsti dal Capitolato.

La Commissione procede a questo punto alla valutazione qualitativa dell'offerta della Medival tramite visione della campionatura presentata ed attribuisce i punteggi i base ai criteri di valutazione fissati dalla *lex specialis*.

Si precisa che i punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice vengono riepilogati per comodità di consultazione nelle schede dei punteggi di qualità allegate al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Medival S.r.l.

1) SONDA: ATRAUMATICITA' E MORBIDEZZA IN TUTTO IL PERCORSO

Dott.ssa Stratta, Sig. Cavallone: materiale molto buono, decisamente morbido ed atraumatico anche nel punto di inserzione

Dott. Biondi: alla prova pratica il silicone non appare di buona qualità

2) SISTEMA DI INTRODUZIONE FACILITATO PER L'OPERATORE

Dott.ssa Stratta, Dott. Biondi: alla prova pratica il prodotto risulta di facile introduzione

Dott. Roberto Cavallone: l'introduzione risulta estremamente facile grazie anche alla doppia tasca guida

3) CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSI

Accessi di facile riconoscimento grazie al diverso codice colore

4) CARATTERISTICHE DELLA PORTA ACCESSO PER CAMPIONAMENTO FECCI

La posizione dell'accesso per il campionamento è vicino al sito di prelievo ma non risulta ben visibile in quanto dello stesso colore del materiale del tubo

5) PRESENZA DI DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DEL VOLUME DI GONFIAGGIO CON POSSIBILITÀ DI SEGNALARE EVENTUALI SOVRADOSAGGI (Q5)

presente

6) PRESENZA DI SISTEMA CHE CONSENTA DI PERSONALIZZARE IL GONFIAGGIO DEL PALLONCINO ADATTANDOSI ALL'ANATOMIA DEL PAZIENTE (Q5)

presente

7) EFFICACIA DEL SISTEMA ANTIODORE:

Il sistema antiodore risulta efficace in quanto i sacchetti di raccolta sono dotati di filtro ai carboni attivi antiodore e la sonda è rivestita per minimizzare la diffusione degli odori.

8) FACILITA' DI PASSAGGIO DELLE FECI NEL TUBO DI DRENAGGIO

L'anello in silicone è rigido in modo tale da consentire agevolmente il passaggio di feci liquide senza collabire

9) PRESENZA SEGNALATORE /INDICATORE DI ARRESTO INSERIMENTO SONDA (Q5)

presente

Al termine della valutazione qualitativa risultano i seguenti punteggi:

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CONVATEC ITALIA SRL	65,00	70,00
EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	49,50	53,30
MEDIVAL S.R.L.	62,02	66,79

Al presente verbale vengono allegate le schede riepilogative dei punteggi quale parte integrante e sostanziale.

La seduta si chiude alle ore 14,40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 28/03/2023

Presidente Commissione giudicatrice

Dott. Enrico BIONDI



Componente Commissione giudicatrice

Dott.ssa Emanuela STRATTA




Componente Commissione giudicatrice

Dott. Roberto CAVALLONE




RUP

Dott. Luigi Moreno COSTA



Funzionario referente e Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



Fornitura di "Kit per la gestione dell'incontinenza fecale" N° gara 8711570

Scala dei coefficienti:
 eccellente: coeff. 1,0
 ottimo: coeff. 0,7
 buono: coeff. 0,5
 discreto: coeff. 0,3
 sufficiente: coeff. 0,0


DESCRIZIONE	PUNTI MAX	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		PUNTI	MAX	
		1	2	3	4	5	6	7	8			
SONDA-ATRAUMATICITA' E MORBIDEZZA IN TUTTO IL PERCORSO	10	1) Dott. Enrico Bondi	0,3	Dott. Enrico Bondi	0,3	Dott. Enrico Bondi	0,3	Dott. Enrico Bondi	0,3	Dott. Enrico Bondi	6,900	B4
		0,5 Sig. Roberto Cavallone	0,7 Sig. Roberto Cavallone	0,7 Dott.ssa Emanuela Stratta	0,567 MEDIA	1,000 COEFF.	0,5 Sig. Roberto Cavallone	0,7 Sig. Roberto Cavallone	0,7 Dott.ssa Emanuela Stratta	0,433 MEDIA		
SISTEMA DI INTRODUZIONE FACILITATO PER L'OPERATORE	20	1) Dott. Enrico Bondi	0,5	Dott. Enrico Bondi	0,5	Dott. Enrico Bondi	0,5	Dott. Enrico Bondi	0,3	Dott. Enrico Bondi	6,000	B5
		0,5 Sig. Roberto Cavallone	0,7 Sig. Roberto Cavallone	0,5 Dott.ssa Emanuela Stratta	0,567 MEDIA	1,000 COEFF.	0,7 Sig. Roberto Cavallone	0,5 Dott.ssa Emanuela Stratta	0,567 MEDIA	0,300 COEFF.		
CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSI	5	0,7) Dott. Enrico Bondi	0,7	Dott. Enrico Bondi	0,7	Dott. Enrico Bondi	0,7	Dott. Enrico Bondi	0,7	Dott. Enrico Bondi	4,375	B5
		1) Sig. Roberto Cavallone	0,7 Sig. Roberto Cavallone	0,7 Dott.ssa Emanuela Stratta	0,800 MEDIA	1,000 COEFF.	0,7 Sig. Roberto Cavallone	0,7 Dott.ssa Emanuela Stratta	0,700 MEDIA	0,875 COEFF.		
CARATTERISTICHE DELLA PORTA ACCESSO PER CAMPIONAMENTO FECI	5	0,7) Dott. Enrico Bondi	0,3	Dott. Enrico Bondi	0,3	Dott. Enrico Bondi	0,3	Dott. Enrico Bondi	0,3	Dott. Enrico Bondi	3,095	B5
		0,7 Sig. Roberto Cavallone	0,3 Sig. Roberto Cavallone	0,7 Dott.ssa Emanuela Stratta	0,700 MEDIA	1,000 COEFF.	0,3 Sig. Roberto Cavallone	0,3 Sig. Roberto Cavallone	0,3 Dott.ssa Emanuela Stratta	0,433 MEDIA		
EFFICACIA DEL SISTEMA ANTIDIORE	10	0,5) Dott. Enrico Bondi	0,5	Dott. Enrico Bondi	0,5	Dott. Enrico Bondi	0,5	Dott. Enrico Bondi	0,5	Dott. Enrico Bondi	10,000	B7
		0,5 Sig. Roberto Cavallone	0,5 Sig. Roberto Cavallone	0,5 Dott.ssa Emanuela Stratta	0,500 MEDIA	1,000 COEFF.	0,5 Sig. Roberto Cavallone	0,5 Sig. Roberto Cavallone	0,5 Dott.ssa Emanuela Stratta	0,500 MEDIA		
FACILITA' DI PASSAGGIO DELLE FECI NEL TUBO DI DRENAGGIO	5	0,7) Dott. Enrico Bondi	0,7	Dott. Enrico Bondi	0,7	Dott. Enrico Bondi	0,7	Dott. Enrico Bondi	0,7	Dott. Enrico Bondi	4,524	B7
		0,7 Sig. Roberto Cavallone	0,7 Sig. Roberto Cavallone	0,7 Dott.ssa Emanuela Stratta	0,700 MEDIA	1,000 COEFF.	0,7 Sig. Roberto Cavallone	0,7 Sig. Roberto Cavallone	0,7 Dott.ssa Emanuela Stratta	0,533 MEDIA		

Handwritten signature and name:
 Cavallone Roberto

Fornitura di "Kit per la gestione dell'incontinenza fecale" N° gara 8711570

CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE		CRITERIO DI VALUTAZIONE	
PRESENZA DI DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DEL VOLUME DI GONFIAGGIO CON POSSIBILITÀ DI SEGNALARE EVENTUALI SOVRADOSAGGI		PRESENZA DI SISTEMA CHE CONSENTA DI PERSONALIZZARE IL GONFIAGGIO DEL PALLONCINO ADATTANDOSI ALL'ANATOMIA DEL PAZIENTE		PRESENZA SEGNALATORE /INDICATORE DI ARRESTO INSERIMENTO SONDA	
Peso Parametro	Punteggio	Peso Parametro	Punteggio	Peso Parametro	Punteggio
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5,000	0,000	5,000	5,000	5,000	5,000
DITE		DITE		DITE	
CONVALENTI		CONVALENTI		CONVALENTI	
Medica		Medica		Medica	
EFFERHOSPITALSRL		EFFERHOSPITALSRL		EFFERHOSPITALSRL	

Corralume Roberto



GB

GB

M

Fornitura di "Kit per la gestione dell'incontinenza fecale" N° gara 8711570

CRITERIO	PUNTI MAX	ID	Gonfiabilità srl	Mediavalisrl	EEFEBI HOSPITAL SRL
SONDA: ATRAUMATICITA' E MORBIDEZZA IN TUTTO IL PERCORSO	10	Q1	10,000	8,500	6,500
SISTEMA DI INTRODUZIONE FACILITATO PER L'OPERATORE	20	Q1	20,000	17,000	6,000
CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSI	5	Q1	5,000	4,375	4,375
CARATTERISTICHE DELLA PORTA ACCESSO PER CAMPIONAMENTO FECI	5	Q1	5,000	2,143	3,095
PRESENZA DI DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DEL VOLUME DI GONFIAGGIO CON POSSIBILITÀ DI SEGNALARE EVENTUALI SOVRADOSAGGI	5	Q5	5,000	5,000	5,000
PRESENZA DI SISTEMA CHE CONSENTA DI PERSONALIZZARE IL GONFIAGGIO DEL PALLONCINO ADATTANDOSI ALL'ANATOMIA DEL PAZIENTE	5	Q5	5,000	5,000	5,000
EFFICACIA DEL SISTEMA ANTIODORE	10	Q1	10,000	10,000	10,000
FACILITA' DI PASSAGGIO DELLE FECI NEL TUBO DI DRENAGGIO	5	Q1	5,000	5,000	4,524
PRESENZA SEGNALE /INDICATORE DI ARRESTO INSERIMENTO SONDA	5	Q5	5,000	5,000	5,000
PUNTEGGIO TOTALE			65,000	62,018	49,494
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO			70,000	66,788	53,301

Covallone Roberto


BVB

B

M



06/04/2023

**REGIONE LIGURIA**
**DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE**
**SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE**

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
 Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Kit per la gestione dell'incontinenza fecale" occorrenti alle necessità delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi. Lotto unico. Gara n. 8711570. Id Sintel 159261277

SEDUTA PUBBLICA**Verbale seduta pubblica apertura offerte economiche**

Il giorno 06/04/2023, alle ore 15,01 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per l'apertura sulla piattaforma telematica Sintel della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 6598/2022 poi modificato con decreto n. 7727/2022, risulta composto dai Signori:

- Dott. Luigi Moreno COSTA - Dirigente della S.U.A.R. Presidente
- Dott.ssa Rossana BRANDOLIN – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche con funzioni Segretario

Partecipano alla seduta i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Decreti del Direttore Generale n. 634/2023 (il Dott. Cavallone tramite collegamento Skype):

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Enrico Biondi	ASL 3 "Genovese"	Coordinatore infermieristico S.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale Villa Scassi

Cavallone Roberto

Componente	Dott.ssa Emanuela Stratta	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente Medico U.O. Clinica Chirurgica 1
Componente	Sig. Roberto Cavallone	ASL 2 "Savonese"	Infermiere responsabile Gestione Enterostomia - S.C. Coordinamento Professioni Sanitarie Territoriale

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Simone Manenti della S.U.A.R..

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dalla Dott.ssa Noemi Betti, nominata con decreto del Direttore Generale n. 6772/2022.

Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2023-0313142 del 28/03/2023.

Il RUP rende anzitutto noti i punteggi di valutazione della qualità assegnati dalla Commissione giudicatrice a seguito della valutazione delle offerte tecniche.

Si precisa che tali punteggi sono stati imputati sulla piattaforma Sintel dal Segretario, sotto la supervisione del RUP della procedura, come previsto dal Disciplinare di gara.

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
CONVATEC ITALIA SRL	65,00	70,00
EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	49,50	53,30
MEDIVAL S.R.L.	62,02	66,79

Il RUP ricorda che l'aggiudicazione avverrà in base al metodo disposto all'art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi valutativi indicati nel Disciplinare di gara e del prezzo offerto.

Per l'attribuzione del relativo punteggio, al prezzo più basso saranno assegnati punti 30, gli altri punteggi saranno attribuiti secondo le seguenti formule:

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times 0,90 \times (R / R_{\text{Medio}})$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times \left[0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{R - R_{\text{Medio}}}{R_{\text{Max}} - R_{\text{Medio}}} \right]$$

Dove:

p = punteggio;

R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;

RMax = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta,

RMedio = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerta ammesse.

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Ciò precisato, la Commissione ed il Seggio di gara procedono all'apertura delle buste economiche telematiche presenti su SinTel con il seguente esito:

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE (TECNICO + ECONOMICO)
CONVATEC ITALIA SRL	70,00	805.720,00	8,30	78,30
EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	53,30	386.043,20	30,00	83,30
MEDIVAL S.R.L.	66,79	535.120,00	27,64	94,43

Per quanto sopra esposto risulta aggiudicataria in via provvisoria, salvo verifica di anomalia dell'offerta ex art. 97 D. Lgs. n. 50/2016, la MEDIVAL S.R.L.

La seduta pubblica è tolta alle ore 15,08

Il presente Verbale, composto da 3 (tre) pagine, sarà pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 06/04/2023


Presidente Commissione giudicatrice

Dott. Enrico BIONDI




Componente Commissione giudicatrice

Dott.ssa Emanuela STRATTA




Componente Commissione giudicatrice

Dott. Roberto CAVALLONE



RUP e Presidente del Seggio

Dott. Luigi Moreno COSTA




Ufficiale Rogante

Dott.ssa Noemi BETTI



Funzionario referente e Segretario


Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



Supporto Informatico

Sig. Simone MANENTI





REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: **Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di "Kit per la gestione dell'incontinenza fecale" occorrenti alle necessità delle AASSLL, EEEO e IRCCS della Regione Liguria" per un periodo di 36 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi. Lotto unico. Gara n. 8711570.**

RELAZIONE VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

A seguito dell'apertura delle offerte economiche della gara in oggetto (come da verbale Prot. n. 330762 del 06/04/2023) si è reso necessario sottoporre a verifica di congruità ex art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 le offerte della Ditta Medival S.r.l.

Con nota Prot-2023-0331606 del 06/04/2023 è stato pertanto chiesto alla Medival di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 sopra citato, tutte le giustificazioni per la fornitura offerta, utili a consentire la verifica della congruità dell'offerta presentata.

La Ditta ha fornito riscontro nei termini fissati con nota acquisita agli atti, Prot-2023-0336122 del 12/04/2023, dettagliando tutte le voci di costo che compongono la propria offerta.

Il sottoscritto RUP, dopo avere esaminato le giustificazioni pervenute, ritiene l'offerta della Medival nel complesso sostenibili e congrue.

IL DIRIGENTE RUP
Dott. Luigi Moreno Costa

Identificativo atto: 2023-AM-2970

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Luigi Moreno COSTA		-	27-04-2023 17:44
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi Moreno COSTA		-	27-04-2023 17:44
Approvazione legittimità	Giorgia CATTI		-	27-04-2023 09:13
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luigi Moreno COSTA		-	27-04-2023 08:10

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria