



AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

www.acquistiliguria.it

Dirigente Responsabile: Dottor Luigi Moreno Costa 010 548 8561
Funzionario Referente: Dott.ssa Isabella Levrieri 010 548 8549

luigimoreno.costa@regione.liguria.it
isabella.levrieri@regione.liguria.it

Verbale del 29/10/2020

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica SinTel, per l'affidamento della fornitura di vetreria e materiale per laboratorio in favore delle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi)_II edizione. Lotti n. 19. # gara 7548887.

Verbale di verifica della documentazione TECNICA. Seduta riservata

Il giorno 29/10/2020, alle ore 9.45, presso la Sala riunioni dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunita la commissione di esperti per continuare la verifica delle idoneità delle offerte pervenute.

Sono presenti i componenti della Commissione di esperti nominati con Determinazione n. 45 del 28/01/2020 Dott.ssa Francesca GUERRA e Dott.ssa Cristina CIOCCA

È altresì presente la Dott.ssa Isabella Levrieri, Collaboratore tecnico professionale della Centrale in qualità di Funzionario referente e Segretario.

I componenti esperti riprendono la lettura dei contenuti della documentazione tecnica dei lotti 6 e 7 e concludono la verifica della congruità delle offerte sulla base delle risposte ricevute dalle ditte Biosigma su lotto 6, Euroclone su lotto 7, Laboindustria lotto 6.

EUROCLONE per lotti 6, 7, 12. La commissione di esperti valuta esaustiva la risposta della ditta relativamente alla destinazione d'uso dei prodotti offerti, ma non trova riscontro ai chiarimenti circa il materiale del prodotto (polistirolo) per i ref 6.16, 6.17, 6.18 e i requisiti degli anelli di condensazione sul coperchio e confezionamento per il ref 6.19. Quindi i prodotti offerti non risultano idonei.

LABOINDUSTRIA offre il prodotto ref. 6.5 RUO ed integra la scheda tecnica indicando la capacità max del pozzetto al ref 6.19. I prodotti offerti pertanto non risultano idonei.

BIOSIGMA, per i ref. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.11 a 6.19 relativamente alla certificazione, gli esperti valutano esaustiva la risposta della ditta. Quindi i prodotti sono idonei per le certificazione.

Per il ref. 6.19_ requisiti di anelli di condensazione sul coperchio e la capacità max del pozzetto la descrizione "con coperchio trasparente che consente gli scambi gassosi" presente in scheda tecnica nei doc di gara significa che è presente l'anello di condensazione. Per la capacità max del pozzetto la ditta integra la scheda tecnica. Risultato il prodotto non risulta idoneo

Per i ref. 6.1, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19_ requisito di colture cellulari in adesione sulla scheda tecnica è riportato per tutti questi prodotti trattata per coltura cellulare. Quindi i prodotti sono idonei

Si precisa che la commissione di esperti si riserva di valutare di confermare o meno alcune punti nel corso delle prossime riunioni, sino al termine dei lavori.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

La seduta è tolta alle ore 17.00, con la sottoscrizione del presente verbale composto da 2 (due) pagine.
Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione di Esperti

- Dott.ssa Francesca GUERRA

.....*Francesca Guerra*.....

- Dott.ssa Cristina CIOCCA

.....*Cristina Ciocca*.....

Il Funzionario Referente

- Dott.ssa Isabella LEVRERI

.....*Isabella Levreri*.....